



REGIONE SICILIANA  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**ENNA**

09 NOV. 2016  
**DETERMINA N .....1011..... DEL .....**

**OGGETTO:** Prog.54- Affidamento tramite Mepa della fornitura di monitor multiparametrici per i Pronto Soccorso dei PP.OO. dell'ASP.

**U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO**

Proposta determina. N M2124 del 29 OTT 2016

Il Funzionario Istruttore  
 ( Dr. Francesca La Paglia )

*[Signature]*

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 Il Direttore U.O.C.  
 Provveditorato-Economato

Dr. Libera F. Carta

*[Signature]*

**VISTO CONTABILE**

Si attesta la copertura finanziaria:  
 come da prospetto allegato (ALL. N. \_\_\_\_\_) che è parte integrante della presente determina.

Autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  C.E. /  C.P. \_\_\_\_\_

Il Responsabile del procedimento

IL DIRETTORE DEL SEFP

Data ricezione proposta presso Ufficio delibere \_\_\_\_\_

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE U.O.C. PROVVEDITORATO – ECONOMATO**

**09 NOV. 2016**

L'anno duemilasedici il giorno ..... del mese di ..... nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, a seguito di atto di "ricognizione competenze del Direttore della UOC Servizio Provveditorato" – Prot. N°.U 2015 – 0009079 D.G. del 24/04/2015



**VISTO** il Dlgs n°502/92 e s.m.i.;

**VISTA** la L.R. n°5/2009;

**VISTA** la delibera n°1 del 22 settembre 2009, con la quale è stato approvato l'atto costitutivo dell'ASP di Enna;

**VISTO** l'Atto Aziendale approvato in via definitiva con atto n°2556 del 23.09.2010;

**VISTO** l'art. 7 del Regolamento Aziendale, adottato con delibera 1412 del 23 luglio 2013 ex D.A. n. 01283 del 03 luglio 2013, che regola le acquisizioni in economia di beni e servizi;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione e funzionamento di questa A.S.P., che all'art.34 stabilisce le attività della U.O.C. Servizio Provveditorato e le competenze conseguentemente attribuite al Responsabile del predetto Servizio;

**VISTO** l'atto di ricognizione prot. n°U 2015 – 0009079 D.G. del 24/04/2015 del Direttore Generale, avente per oggetto "Ricognizione competenze del Direttore della UOC Servizio Provveditorato" che conferma le competenze del Direttore della UOC Servizio Provveditorato, definite nei superiori atti normativi e regolamentari alle quali afferisce l'adozione della presente determina;

**VISTA** la nota prot. n.4172016 dell'11/02/2016, vistata positivamente dalla Direzione Sanitaria, con la quale il Direttore dell'U.O. MCAU del P.O."Umberto I" di Enna chiede l'acquisto di n.10 monitor multiparametrici per assicurare l'attività assistenziale nei servizi di emergenza e ne trasmette le caratteristiche tecniche;

**DATO** atto che il Servizio Provveditorato – Economato ha indetto sul *ME.PA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione)* apposita procedura sottosoglia, tramite l'invio di *una RDO (richiesta di offerta)*, n°1200006 del 08.06.2016, invitando tutte le ditte che operano nel territorio Italiano e nel settore di cui è questione, iscritte al *ME.PA*;

**VISTO** il verbale di aggiudicazione del 19/10/2016 da cui si evince che entro il termine ultimo del 17.06.2016, sono pervenute 14 offerte da parte delle seguenti ditte:

- |                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| 1) A.G.A..                 | P.I. 01128810650 |
| 2) Alea sas                | P.I. 05067060011 |
| 3) Burke&Burke             | P.I. 01059590107 |
| 4) Cipriano Bartolo        | P.I. 01804940839 |
| 5) Formedical Co s.r.l     | P.I. 08230401005 |
| 6) Halsa srl               | P.I. 03014960870 |
| 7) Medea Medica srl        | P.I. 04896080878 |
| 8) Sato srl                | P.I. 01687080836 |
| 9) Siare srl               | P.I.02619331206  |
| 10) Simex di Arancio Luigi | P.I. 03567280874 |
| 11) Sirimed srl            | P.I. 03236450874 |
| 12) Tecnomed s.r.l         | P.I. 03617080878 |
| 13) Ultramed s.r.l.        | P.I. 02732230871 |
| 14) Zovam s.r.l.           | P.I. 01466990858 |



Che, acquisiti i pareri tecnici espressi dal Direttore dell'U.O. MCAU, con note del 18/7/2016 - 23/09/2016 -19/10/2016 sulla base della documentazione tecnica e della demo effettuata, si è proceduto ad aggiudicare la fornitura alla ditta Tecnomed che, nel rispetto delle caratteristiche tecniche, ha presentato l'offerta più bassa pari a €. 18.950,00 + Iva;

**RITENUTO**, alla luce del parere e dei prezzi offerti di affidare alla Ditta Tecnomed la fornitura di n. 10 monitor multiparametrici mod. iM60 Eden come da configurazione di cui al preventivo n.137 del 21/6/2016 al prezzo complessivo di €.18.950,00 + Iva

## **D E T E R M I N A**

Per quanto in premessa esposto:

- 1) **APPROVARE** gli atti di gara della procedura sottosoglia indetta sul MEPA - ID RDO n°120006 del 08/06/2016 per la fornitura di n.10 monitor multiparametrici per le UU.OO. di Pronto Soccorso del P.O. "Umberto I di Enna, di Nicosia, Piazza Armerina e Leonforte.
- 2) **AFFIDARE** alla Ditta Tecnomed s.r.l. la sottocitata fornitura:  
N. 10 monitor multiparametrici mod. iM60 Eden come da configurazione di cui al preventivo n.137 del 21/6/2016 per l'importo complessivo €. 23.119,00 Iva inclusa.
- 3) **PROCEDERE** alla pubblicazione sul sito CONSIP – MEPA delle risultanze di gara.
- 4) **AUTORIZZARE** il superiore costo di €. 23.119,00 Iva compresa al conto n. 101020501 a valere sui fondi del PSN. 2010- prog.54- contratto n. 842/2016- CIG ZA01A379D3.
- 5) **DARE ATTO** che la spesa trova copertura nel corrente bilancio come attestato dal visto contabile apposto dal Direttore del SEFP.
- 6) **DARE MANDATO** al Responsabile di Magazzino di provvedere all'emissione dell'ordine, ricevimento, inventariazione e liquidazione delle spettanze, dietro presentazione di regolare fattura, da parte della ditta individuata per la fornitura in oggetto, previa attestazione di regolarità espressa dal referente esecutore del contratto.
- 7) **DARE MANDATO** al Responsabile Ufficio Tecnico di presiedere alle operazioni di collaudo, unitamente al Tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, al Sanitario interessato e al Tecnico della Ditta.
- 8) **NOMINARE**, ai sensi dell'art.109 del D.Lgs 50/16 e s.m.i., esecutori del contratto i Responsabili delle UU.OO. di Pronto Soccorso del P.O. di Enna, Nicosia, Piazza Armerina e Leonforte.
- 9) **DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo per una pronta acquisizione dei beni di che trattasi.

Il Direttore dell'U.O.C.  
Provveditorato - Economato  
Dr. Libera F. Carta





Si dichiara che la presente determina è stata trasmessa all'Ufficio Delibere in data \_\_\_\_\_

L'Incaricato \_\_\_\_\_

### PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determina, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in copia all'albo della ASP di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n° 30/93 s.m.i., dal

~~13 NOV. 2016~~ al ~~27 NOV. 2016~~

L'incaricato \_\_\_\_\_

PER DELEGA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
IL DIRIGENTE AMM/VO U.O.C. COORDINAMENTO STAFF  
(Dott.ssa Lorenza Garofalo)

Notificata al Collegio Sindacale il ..... con nota prot. n° .....

### ESECUTIVITA' DETERMINA

- esecutiva ai sensi dell'art.65 della L.R. N°25/93, così come modificato dall'art.53 della L.R. N°30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_
- immediatamente esecutiva dal ~~09 NOV. 2016~~

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO UFFICIO DELIBERE  
\_\_\_\_\_

### REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
\_\_\_\_\_





N. GARA	ANNO DI GARA
12221	2016
DESCRIZIONE GARA	TIPOLOGIA PROCEDURA DI GARA
prog. 54 -Affidamento tramite Mepa della fornitura di monitor multiparam	18 - Acquisto in economia - cottimo fiduciario (D.lgs. 163/2006 - art.125)
MOD. DI AGGIUDICAZIONE	TIPO CONTRATTO
Prezzo più basso	01 - Contratto di acquisto (art.1470 C.C.)
CONTRATTO CON RIPETIZIONE DEL SERVIZIO (Ex art.57 D. Lgs.163/06)	CONTRATTO OGGETTO DI ESTENSIONE
NO	NO
TIPO FIDUCIARIO DI ADOZIONE AZIENDALE	CONTRATTO OGGETTO DI PROROGA
Delibera/determina aziendale	NO
RIFERIMENTO DI VALENZA DEL CONTRATTO	RICORSO MEPA
Aziendale	SI
Sottosoglia	RTI
	NO

**Legenda**

Menu a tendina - cliccare sul colore azzurro

Scrivere solo sul colore Giallo



## CONTRATTO

ANNO : 2016 - 842  
VALIDO : 27/10/2016 al: 31/12/2016  
TIPO : 5 - CONTRATTO DI APPALTO

## FORNITORE

1689 - TECNOMED s.r.l.  
VIA SGROPPILO, 21-PAL.H  
95027 SAN GREGORIO DI CATANIA, CT  
Telefono : 095/493754

## DATI CONTRATTO

MAGAZZINO :  
CDC RIC :  
GARA :  
DESCRIZIONE : FORNITURA DI N.10 MONITOR MULTIPARAMETRICI  
FONDI PSN 2010 - PROG.54

## VALORE CONTRATTO

IMPORTO 23 119,00  
ORDINATO 0,00  
RESIDUO 23 119,00

Note: FORNITURA DI MONITOR MULTIPARAMETRICI PER LE UU.OO. DI PRONTO SOCCORSO DEL P.O. UMBERTO I DI ENNA, DI NICOSIA, PIAZZA ARMERINA E LEONFORTE.

Codice	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	%Sc	%Iva	Importo
54414	MONITOR MULTIPARAMETRICO	NR	10,00	1 895.0000000	0,00	22	23119,00

Q.tà ordinata: 0,00 Stato: Aperto  
CIG: ZA01A379D3 FORNITURA DI N.10 MONITOR

Note: MONITOR MULTIPARAMETRICI MOD. IM60 EDEN

N. Prot. *11/2016* /MCAU

Nicosia li, 11/02/2016

➔ AL RESPONSABILE UFFICIO PROVVEDITORATO  
DR. SSA CARTA

SETTORE PROVVEDITORATO  
SERVIZIO APPROVAZIONE E CONTROLLI

AL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE  
DR. CASSARA'

PROTEZIONE  
DEL  
Ambiente

*56251*  
*11/02/2016*  
*di Nicusa*

*di Nicusa*

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. *Emanuele Cassara*

ENNA

OGGETTO: RICHIESTA URGENTE ACQUISTO MONITOR MULTIPARAMETRICI  
CARRÉLLABILI.

Al fine di dotarci di attrezzature elettromedicali indispensabili per l'attività assistenziale che si presta nei servizi di Emergenza, si richiede, alle SS.LL., l'acquisto urgente dei seguenti monitor multiparametrici con carrello conforme alle normative CE, così distribuiti nei vari PP.SS.:

- N. 4 MCAU Enna;
- N. 2 P.S. Piazza Armerina;
- N. 2 P.S. Nicosia;
- N. 2 P.S. Leonforte.

Di seguito si elencano le seguenti caratteristiche tecniche che devono possedere:

- N. 10 Monitor multiparametrici configurabili a seconda delle varie necessità dei vari reparti ospedalieri adatti al monitoraggio di pazienti adulti, pediatrici e neonatali.
- Dotati di batteria interna ricaricabile del tipo Ioni di Litio che garantisce una lunga autonomia (almeno superiore a 180 minuti).
- Dotati di alimentatore integrato.
- Dotati di maniglia per agevolare il trasporto, nonché di carrello con stativo e cestino porta accessori.
- Display da 10 pollici circa, TFT, LCD a matrice attiva con interfaccia Touch Screen.



- Monitoraggio di base dei seguenti parametri fisiologici:
  - ECG
  - F.C.
  - NIBP con metodo oscillometrico a tubo unico
  - SpO2 con tecnologia Masimo o equivalente
  - Temperatura
- Possibilità di visualizzazione di Trend grafici e tabulari, archiviazione e revisione degli eventi di allarme e misure NIBP.
- Dotati di Allarmi acustici e visivi con relativa indicazione della tipologia e gravità; dotati, inoltre, della possibilità di impostazione di diversi livelli di allarme su ciascun parametro, selezionabili dall’operatore).
- Predisposizione per la rilevazione dei seguenti parametri:
  - ~~CO2~~ *potale di quella*
- ~~Possibilità di montaggio su carrello e a muro con supporto dedicato.~~
- Stampante Termica integrata.
- Dotati di tre bracciali per la misura della pressione arteriosa, rispettivamente in pazienti pediatrici, adulti ed obesi.
- Dotati di n. 10 rotoli di carta per ogni monitor.

Cordiali saluti.

U. O. C: di MCAU  
Direttore: *Dr. Luigi Renato Valenti*

## Riepilogo

<b>ID Negoziazione</b>	1200006
<b>Documento di Riepilogo</b>	<p><i>RdO_1200006_RiepilogoPA.pdf</i></p> <p>Se il pdf dovesse risultare incompleto o illeggibile, seleziona il pulsante <b>RIGENERA</b></p>
<b>Soglia di rilevanza comunitaria:</b>	Sotto soglia
<b>Denominazione iniziativa:</b>	Fornitura di monitor multiparametrici
<b>Tipologia di procedura:</b>	Negoziata
<b>Modalità di svolgimento della procedura:</b>	Telematica (on line)
<b>Unita' di misura dell'offerta economica:</b>	Valori al ribasso
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Prezzo piu' basso
<b>Amministrazione titolare del procedimento</b>	<p>AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA  P.IVA: 01151150867  Indirizzo: Viale Diaz, 7 ENNA (EN)</p>
<b>Punto Ordinante</b>	<p>Nome: LIBERA FRANCESCA CARTA  Telefono: 0935520725  Fax: 0935520177</p>
<b>Soggetto stipulante</b>	<p>Nome: LIBERA FRANCESCA CARTA  Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA <a href="#">Modifica</a></p>
<b>Codice univoco ufficio - IPA:</b>	
<b>RUP (Responsabile unico del procedimento):</b>	Dr. Libera F. Carta
<b>Data e ora inizio presentazione offerte:</b>	08/06/2016 13:58
<b>Data e ora termine ultimo presentazione offerte:</b>	24/06/2016 10:00
<b>Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti:</b>	17/06/2016 13:00
<b>Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:</b>	20
<b>Data Limite stipula contratto (Limite validita' offerta del Fornitore):</b>	31/12/2016 13:00
<b>Bandi / Categorie oggetto della RdO:</b>	Beni e Servizi per la Sanità (BSS - Beni e Servizi per la Sanità)
<b>Stato iniziativa:</b>	Pubblicata
<b>Numero lotti:</b>	1
<b>Numero fornitori invitati:</b>	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta).

**INDIETRO**



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
Servizio Provveditorato/Economato

Tel 0935/520711 - 0935/520345 - Fax 0935/520340 -520345

Servizio: **Provveditorato**

Enna li 08 Giu 2016  
Viale Diaz n° 7/9- Cap. 94100 Enna

Protocollo 2016-0016888

**Oggetto:** Richiesta offerta per l'acquisto di monitor multiparametrici per le UU.OO dei Pronto Soccorso dell'Azienda.

Spett.le Ditta

Si prega codesta spettabile ditta di far pervenire offerta economica sul ME.PA. - RDO n.1200006 - per l'acquisto di monitor multiparametrici come da Allegato "A" accluso alla presente lettera d'invito .

La documentazione per la partecipazione alla gara dovrà essere presentata secondo le modalità di seguito esplicitate.

**Prezzo di riferimento €.** 27.000 Iva esclusa

**Nel campo documentazione amministrativa** dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Dichiarazione, resa ai sensi della L. 445/00, sul possesso dei requisiti generali e di esclusione ex art.80 D.Lgs 50/2016 nonché della regolarità contributiva con indicazione dei nn. iscrizione INPS e INAIL sedi e numero dei dipendenti ecc. come da modello allegato.
- Patto d'integrità anticorruzione.

**Nel campo documentazione tecnica** dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Offerta economica senza prezzi con indicazione del bene offerto marca, modello e nome della ditta produttrice;
- scheda tecnica del prodotto offerto + depliant;
- documentazione attestante il possesso della marcatura CE e classe di appartenenza secondo il Decreto Legislativo n.46 del 24 Febbraio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni in attuazione Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici (Dichiarazioni del fabbricante o certificazioni di conformità rilasciate dal laboratorio ed ente indipendente);
- garanzia descrivere - durata minima 24 (ventiquattro) mesi dalla data del collaudo positivo su tutti gli inconvenienti, di qualsiasi natura, che si dovessero riscontrare durante il periodo di garanzia con l'obbligo di eliminazioni. Deve intendersi full-risk tutto compreso nonché tutti gli aggiornamenti rilasciati dalla casa madre;



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
Servizio Provveditorato/Economato

Tel 0935/520711 ~ 0935/520345 - Fax 0935/520340 -520345

- disponibilità ad effettuare eventuale demo qualora richiesta dal Sanitario utilizzatore da effettuare entro 10 giorni dalla richiesta del Sanitario presso l'U.O. di destinazione.

**Nel campo offerta economica** dovrà essere inserita la sotto citata documentazione :

- -offerta economica come generata dal sistema con indicazione del prodotto offerto marca, modello e nome della ditta produttrice e il prezzo complessivo, Iva esclusa –
- - offerta dettagliata indicante i prezzi unitari Iva esclusa e percentuale di sconto applicata CND e Repertorio;
- 
- il prezzo dovrà comprendere: trasporto, consegna, messa in funzione e collaudo;
- l'aggiudicazione avverrà per singolo lotto in favore della ditta che avrà presentato l'offerta più bassa nel rispetto delle caratteristiche tecniche richieste.

Ai concorrenti potrà essere richiesto di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni presentati..

**Adempimenti post aggiudicazione.**

- la formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà attraverso la stipula di contratto nei modi e nelle forme di legge.
- la fornitura dovrà essere eseguita sotto esplicito ordine scritto che sarà emesso dai rispettivi Uffici ordinanti:

**consegna:** Magazzino Generale del P.O. Umberto I di Enna, Piazza Armerina, Leonforte e Nicosia franco trasporto ed ogni altro onere accessorio. I dispositivi dovranno essere corredati dei manuali d'uso, in lingua italiana e dalla documentazione relativa alla conformità alle normative di sicurezza e alla direttiva CEE 93/42 per le apparecchiature elettromedicali. I beni dovranno essere consegnati esclusivamente nei quantitativi richiesti. I prodotti dovranno essere forniti in confezione originale e sigillata e recare, tassativamente, stampigliato la denominazione dell'Impresa, le caratteristiche del prodotto e comunque tutte le indicazioni stabilite dalle norme di legge.

All'atto della consegna il fornitore deve presentare ad un incaricato di ciascun Magazzino Generale dell'Azienda l'apposito documento di trasporto in duplice esemplare od altro documento idoneo, nel quale siano indicate specie e quantità dei singoli beni forniti, numero di riferimento e data dell'ordine.

**Eventuali consegne non effettuate presso il MAGAZZINO saranno considerate come non eseguite.** Successivamente alla consegna il bene sarà sottoposto a collaudo alla presenza del sanitario utilizzatore, di un Tecnico incaricato dall'Azienda e dalla Ditta aggiudicataria.

Il collaudo con esito positivo non solleva comunque il fornitore dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti del bene stesso.

Il bene consegnato se non risulta in possesso dei requisiti richiesti potrà essere rifiutato da questa Azienda non solo alla consegna, ma anche successivamente, e ciò nei casi in cui il bene dovesse palesare qualche difetto non rilevato e non immediatamente rilevabile.

Il fornitore sarà tenuto a ritirare il bene contestato, a sue spese, con l'obbligo di restituire nel tempo indicato dall'Azienda il bene corrispondente nella qualità.



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
Servizio Provveditorato/Economato

Tel 0935/520711 - 0935/520345 - Fax 0935/520340 - 520345

- **pagamento:** entro 60 (sessanta) giorni a seguito ricezione della fattura che dovrà pervenire dopo il ricevimento e collaudo, con esito positivo, dei beni forniti.

L'Azienda può chiedere la risoluzione del contratto:

- a) in qualunque momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile;
- b) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto deliberativo;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratorie e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- e) nei casi di cessione e di subappalto non autorizzati dall'Azienda;
- f) nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- g) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti;
- h) in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione.
- i) In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'affidataria, l'Azienda ha diritto di incamerare il deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di essa, anche in danno dell'inadempiente.

Si avverte, altresì, che ai sensi del 2° comma del già citato articolo 2 della L. R. n. 15/2008, si procederà alla risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante della ditta o uno dei dirigenti della stessa impresa aggiudicataria, siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile, il Direttore Generale potrà, a suo insindacabile giudizio, non stipulare alcun contratto, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o convenienti, sotto il profilo tecnico-economico, i risultati dell'attività negoziale.

E' fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di auto tutela (annullamento, revoca, etc.), che potrà essere attivato senza che le concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento od altro.

Per tutto quanto non dichiarato nella presente lettera capitolato, si fa riferimento al D.Lgs del 18.04.2016 n.50 e alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, in relazione al contratto di cui alla presente procedura, è competente esclusivamente il Foro di Enna

**La Fattura dovrà essere intestata a: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA -**  
**V.LE DIAZ, 7/9 - 94100 - ENNA - P.I. 01151150867**

IVA: a carico dell'A.S.P.

Il Direttore U.O.C. Provveditorato  
F.to (Dr. Carla F. Libera)



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**E N N A**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
Servizio Provveditorato/Economato

Tel 0935/520711 - 0935/520345 - Fax 0935/520340 -520345

**ALLEGATO "A"**

**LOTTO N.1**

**N.10 MONITOR MULTIPARAMETRICI CARRELLATI PER I PRONTO SOCCORSO DEI PP.OO.DI ENNA-PIAZZA ARMERINA- NICOSIA E LEONFORTE**

**Caratteristiche minime:**

- Display da 10 pollici circa, TFT, LCD a matrice attiva con interfaccia touchscreen;
- Dotati di batteria interna ricaricabile del tipo ioni di litio che garantisce una lunga autonomia (almeno superiore a 180 minuti);
- Dotati di alimentatore integrato;
- Dotati di maniglia per agevolare il trasporto di carrello con stativo e cestino porta accessori;
- Monitoraggio di base dei seguenti parametri fisiologici: ECG-FC- NIBP con metodo oscilometrico a tubo unico SpO2 con tecnologia Masimo o equivalente temperatura;
- Possibilità di visualizzazione di trend grafici e tabulari, archiviazione e revisione degli eventi di allarme e misure NIBP
- Dotati di allarmi acustici e visivi con relativa indicazione della tipologia e gravità
- Dotati della possibilità di impostazione di diversi livelli di allarme su ciascun parametro selezionabili dall'operatore;
- Dotati di carrelli ;
- Stampante termica integrata;
- Dotati di tre bracciali per la misura della pressione arteriosa, per pazienti pediatrici, adulti ed obesi;
- 10 rotoli di carta per ogni monitor

Prezzo di riferimento €27.000 + Iva

CIG ZA01A379D3



REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA

Servizio Provveditorato/Economato

V.le Diaz, 7/9- 94100 –Enna

Tel.0935/520725 – 0935/520711 – fax 0935/520340

**Verbale di aggiudicazione per la fornitura di n. 10 monitor per i Pronto Soccorso dei PP.OO. dell'ASP – RDO ME.PA n° 1200006.**

L'anno duemilasedici, il giorno diciannove del mese di ottobre nei locali dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna siti in Viale Diaz n°7/9,

### **SONO PRESENTI**

Il Dott. Francesca La Paglia che assume la Presidenza della gara assistita dai Sigg.ri:

- Dr. Irene Di Prima - quale segretario verbalizzante;
- Sig. Tiziana Rizza - Testimone;
- Sig. Loredana Cacciato - Testimone.
- 

### **SI PREMETTE**

Che con nota del 11.02.2016, vistata positivamente dalla Direzione Sanitaria, il Direttore dell'U.O. M.C.A.U. del P.O."Umberto I" di Enna ha formulato la richiesta di acquisto di n. 10 monitor multiparametrici per assicurare l'attività assistenziale nei servizi di emergenza e ne trasmette le caratteristiche tecniche;

Che il Servizio Provveditorato – Economato ha indetto sul **ME.PA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione)** apposita procedura sottosoglia, tramite l'invio di **una RDO (richiesta di offerta), n°1200006 del 08.06.2016**, invitando tutte le ditte che operano nel territorio Italiano e nel settore di cui è questione, iscritte al **ME.PA**;

Che entro il termine ultimo del 24.06.2016, sono pervenute 14 offerte da parte delle seguenti ditte:

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 1) A.G.A..             | P.I. 01128810650 |
| 2) Alea sas            | P.I. 05067060011 |
| 3) Burke&Burke         | P.I. 01059590107 |
| 4) Cipriano Bartolo    | P.I. 01804940839 |
| 5) Formedical Co s.r.l | P.I. 08230401005 |
| 6) Halsa srl           | P.I. 03014960870 |
| 7) Medea Medica srl    | P.I. 04896080878 |
| 8) Sato srl            | P.I. 01687080836 |
| 9) Siare srl           | P.I.02619331206  |

10) Simex di Arancio Luigi	P.I. 03567280874
11) Sirimed srl	P.I. 03236450874
12) Tecnomed s.r.l	P.I. 03617080878
13) Ultramed s.r.l.	P.I. 02732230871
14) Zovam s.r.l.	P.I. 01466990858

Che verificata la regolarità amministrativa e tecnica tutte le Ditte sono state ammesse,

Che la documentazione è stata trasmessa al Dirigente Sanitario per l'espressione del parere di conformità;

Che il Sanitario ha espresso il parere in data 18/7/2016;

Che detto parere è stato notificato a tutte le ditte e preso atto dei rilievi avanzati da parte di alcune Ditte si è proceduto ad invitare il Sanitario e riesaminare la documentazione tecnica sulla base delle contestazioni pervenute;

Che il Sanitario si è pronunciato in data 23/09/2016 riammettendo alcune ditte e, chiedendo, contestualmente, la demo per tutte le ditte ammesse e, in particolare per le seguenti:

Alea – Halsa – Siare – Tecnomed - Simex di Arancio Luigi e Zovam

Che, entro la data fissata, sono state consegnate presso il magazzino generale del P.O. "Umberto I", solamente le apparecchiature delle Ditte Alea – Halsa – Siare – Tecnomed per cui le Ditte Simex di Arancio Luigi e Zovam sono state escluse dalla continuazione della gara;

Che, relativamente della demo, il Sanitario ha espresso parere di conformità positivo per tutte le apparecchiature in particolare per le apparecchiature offerte dalle ditte : Alea – Halsa – Siare – Tecnomed

#### CIO PREMESSO

Sulla base di quanto sopra narrato si procede all'apertura delle buste economiche delle Ditte risultate conformi riportando di seguito i prezzi offerti:

Ditta Tecnomed	offre per l'intera fornitura € 18.950,00 + Iva
Ditta Alea	offre per l'intera fornitura € 23.730,00 + Iva
Ditta Siare	offre per l'intera fornitura € 24.341,00 + Iva
Ditta Halsa	offre per l'intera fornitura € 24.900,00 + Iva

Visti i risultati il Presidente proclama l'aggiudicazione in favore della Ditta Tecnomed s.r.l. che ha offerto il prezzo più basso, nel rispetto delle caratteristiche tecniche del capitolato tecnico, pari a € 18.950,00 + Iva.

Si da atto che l'aggiudicazione mentre è immediatamente impegnativa per la ditta aggiudicataria lo diverrà per l'Amministrazione, dopo che saranno approvati gli atti di gara e il provvedimento di aggiudicazione da parte dell'organo deliberante.

Del che viene chiuso il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE : Dr. Francesca La Paglia

Francesca La Paglia

IL SEGRETARIO: Dr. Dr. Irene Di Prima

Irene Di Prima

TESTIMONI: Dr. Tiziana Rizza

Tiziana Rizza

Sig. \_ Loredana Cacciato

Loredana Cacciato



Regione Siciliana  
Azienda Sanitaria Provinciale n. 4 – Enna  
Presidio Ospedaliero “Umberto I°”  
U.O.C. MCAU CHIRURGIAd’ACCETTAZIONE e  
d’URGENZA



Direttore .: Dr. Luigi Renato Valenti

Prot.n. 138/2016

Spett.le Settore Provveditorato.

**OGGETTO:** parere di conformità gara monitor multiparametrici.

Le valutazioni tecniche di cui alla seguente tabella descrittiva sono state effettuate con l’ausilio della documentazione inviata dal settore Provveditorato, non per tutti i concorrenti la documentazione era completa, ciò nonostante si è riusciti a completare la valutazione in quanto la documentazione disponibile ha comunque permesso di estrapolare dettagli e dati valutabili.

N°	Denominazione concorrente	Marca e modello offerto	valutazioni
1	A.G.A. Biomedica	Scalis 10	NON CONFORME. Manca SpO <sub>2</sub> con tecnologia MASIMO
2	ALEA S.a.s.	Adecon 8000-S	NON CONFORME. Manca SpO <sub>2</sub> con tecnologia MASIMO. Manca documentazione Tecnica. (modello analogo a quello offerto dalla ditta SATO).
3	BURKE&BURKE	Comen C50	NON CONFORME la SpO <sub>2</sub> Masimo risulta opzionale ( su scheda tecnica)
4	CIPRIANO DR. BARTOLO	Gima Vital Sign mod. UP7000	NON CONFORME Manca SpO <sub>2</sub> con tecnologia MASIMO, no Display Touch Screen, offre solo due misure di bracciali NIBP anziché tre come richiesto per singolo monitor

5	FORMEDICAL CO srl	Goldway G30	NON CONFORME Manca SpO <sub>2</sub> con tecnologia MASIMO, non si evince l'autonomia della batteria, non si evince la configurazione richiesta, offerti 5 rotoli di carta tecimina per monitor anziché 10 come richiesto.
6	HALSA srl	Biolight Q3	CONFORME
7	MEDEA MEDICALE srl	Nihon Kohden mod. SVM 7501.K	NON CONFORME Manca SpO <sub>2</sub> con tecnologia MASIMO, manca offerta senza prezzi non si evince la configurazione offerta
8	SATO srl	Adecon DK-8000- S	NON CONFORME Manca SpO <sub>2</sub> con tecnologia MASIMO
9	SIARE Srl	Neptune 12" cod. a56nt	NON CONFORME Manca SpO <sub>2</sub> con tecnologia MASIMO, indicata nella documentazione tecnica come opzionale ne risulta nella offerta senza prezzi; offre solo due misure di bracciali NIBP anziché tre come richiesto per singolo monitor
10	SIMEX	FAZZINI mod. PMS 8000C	CONFORME
11	SIRIMED srl	MINDRAY Mod. iMEC 10	NON CONFORME Manca SpO <sub>2</sub> con tecnologia MASIMO; dalla documentazione tecnica si evince che la batteria offerta da 11,1 V ha autonomia di 120 min anziché 180 come richiesto.
12	TECNOMED srl	EDAN Mod. iM60	NON CONFORME Manca documentazione tecnica dalla offerta senza prezzi si evince che offre solamente due bracciali NIBP come richiesto, non si evince la durata delle batterie ne il resto delle caratteristiche richieste dal capitolato
13	ULTRAMED srl	COMEN mod. Star 8000	NON CONFORME Manca SpO <sub>2</sub> con tecnologia MASIMO; Manca documentazione tecnica da cui evincere le caratteristiche richieste dal capitolato; dalla offerta senza prezzi si evince la mancanza della tecnologia masimo.
14	ZOVEM EUROPE srl	NORTHERN MEDITEC Mo. Virgo	CONFORME ( dalla valutazione della offerta senza prezzi)

			Manca documentazione tecnica da cui evincere le caratteristiche richieste dal capitolato e dichiarate nella offerte senza prezzi

Per le aziende risultate conformi, al fine di ulteriore conferma di quanto alla presente valutazione, si richiede prova pratica per accertare quanto dalle stesse dichiarato e offerto .

CORDIALI SALUTI  
ENNA 18/07/2016

Il Direttore  
~~Dr. Luigi Renato Valenti~~  
Ospedale Umberto I° Enna  
Direttore M.C.A.U.  
Dr. Luigi Renato Valenti



SETTORE PROVVEDITORATO  
MEDICINA INTERNA  
PROTOCOLLO  
DEL  
20 SET 2016  
103869  
H. Neusec

Regione Siciliana  
Azienda Sanitaria Provinciale n. 4 – Enna  
Presidio Ospedaliero “Umberto I°”  
U.O.C. MCAU CHIRURGIAd’ACCETTAZIONE e  
d’URGENZA



Direttore .: Dr. Luigi Renato Valenti

Prot.n. 202/2016

Spett.le Settore Provveditorato.

**OGGETTO:** parere di conformità gara monitor multiparametrici.

Visionata la documentazione mancante, si fornisce nuova valutazione tecnica

N°	Denominazione concorrente	Marca e modello offerto	valutazioni
1	A.G.A. Biomedica	Scalis 10	NON CONFORME. Manca SpO <sub>2</sub> con tecnologia MASIMO
2	ALEA S.a.s.	Adecon 8000-S	CONFORME.
3	BURKE&BURKE	Comen C50	NON CONFORME la SpO <sub>2</sub> Masimo risulta opzionale ( su scheda tecnica)
4	CIPRIANO DR. BARTOLO	Gima Vital Sign mod. UP7000	NON CONFORME Manca SpO <sub>2</sub> con tecnologia MASIMO, no Display Touch Screen, offre solo due misure di bracciali NIBP anziché tre come richiesto per singolo monitor
5	FORMEDICAL CO srl	Goldway G30	NON CONFORME Manca SpO <sub>2</sub> con tecnologia MASIMO. non si evince l'autonomia della batteria, non si evince la configurazione richiesta, offerti 5 rotoli di carta tecimina per <i>Mercato Indivisa al GI. calivaleve</i> monitor anziché 10 come richiesto.
6	HALSA srl	Biolight Q3	CONFORME




7	MEDEA MEDICALE srl	Nihon Kohden mod. SVM 7501.K	NON CONFORME Manca SpO <sub>2</sub> con tecnologia MASIMO, manca offerta senza prezzi non si evince la configurazione offerta
8	SATO srl	Adecon DK-8000-S	NON CONFORME Manca SpO <sub>2</sub> con tecnologia MASIMO
9	SIARE Srl	Neptune 12" cod. a56nt	NON CONFORME Manca SpO <sub>2</sub> con tecnologia MASIMO, indicata nella documentazione tecnica come opzionale ne risulta nella offerta senza prezzi; offre solo due misure di bracciali NIBP anziché tre come richiesto per singolo monitor
10	SIMEX	FAZZINI mod. PMS 8000C	CONFORME
11	SIRIMED srl	MINDRAY Mod. iMEC 10 <i>le locali 2 Kunosty 200 Cafin allo recupero</i>	NON CONFORME Manca SpO <sub>2</sub> con tecnologia MASIMO; dalla documentazione tecnica si evince che la batteria offerta da 11,1 V ha autonomia di 120 min anziché 180 come richiesto.
12	TECNOMED srl	EDAN Mod. iM60	CONFORME
13	ULTRAMED srl	COMEN mod. Star 8000	NON CONFORME Manca SpO <sub>2</sub> con tecnologia MASIMO; Manca documentazione tecnica da cui evincere le caratteristiche richieste dal capitolato; dalla offerta senza prezzi si evince la mancanza della tecnologia masimo.
14	ZOVEM EUROPE srl	NORTHERN MEDITEC Mo. Virgo	CONFORME ( dalla valutazione della offerta senza prezzi) Manca documentazione tecnica da cui evincere le caratteristiche richieste dal capitolato e dichiarate nella offerte senza prezzi

Per le aziende risultate conformi, al fine di ulteriore conferma di quanto alla presente valutazione, si richiede prova pratica per accertare quanto dalle stesse dichiarato e offerto .

CORDIALI SALUTI  
ENNA 23/09/2016

Il Direttore  
Dr. Luigi Renato Valenti





**REGIONE SICILIANA**  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA**  
C.F. 001151150867  
[www.asp.enna.it](http://www.asp.enna.it)

MCAU

Oggetto : Gara per la fornitura di monitor per i Pronto Soccorso. Esito demo.

Al Direttore Provveditorato  
Dr. Libera Carta

In relazione alla gara indicata in oggetto si comunica che in seguito alla demo effettuata in data 17.10 c.a. presso i locali P.S. di Enna le Ditte Simex e Zovam non si sono presentate e, pertanto vengono escluse dalla gara, le ditte Alea, Halsa e Tecnomed e Siare sono risultate conformi a quanto richiesto.

Enna 19/10/2016

Il Direttore MCAU  
Dr. Renato Valenti

