



REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
**ENNA**

DETERMINA N .....182..... DEL .....11 MAR 2022.....

OGGETTO: Fornitura di n. 2 lampade scialitiche da utilizzare presso il Blocco Operatorio di Piazza Armerina - Aggiudicazione RDO ME.PA n. 2646347 - CIG ZF235812E4

**U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO**

Proposta N 488636 del 10/03/22

Il Responsabile del Procedimento  
Assistente Amministrativo  
Dott.ssa Lucia Macaluso

*Lucia Macaluso*

Il Responsabile della U.O.S. Gare Beni  
Dirigente Amministrativo  
Dott.ssa Francesca La Paglia

*Francesca La Paglia*

DIRETTORE  
U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO  
DR.SSA MARIA CONCETTA PERNA

*Maria Concetta Perna*

**VISTO CONTABILE**

Si attesta la copertura finanziaria come da prospetto allegato (ALL. N. \_\_\_\_\_) che è parte integrante della presente determina.

Autorizzazione n. 5 sub 40 del 10.03.2022  C.E.  C.P. 202020501

Il Responsabile del procedimento

*Il Responsabile del procedimento*

IL DIRETTORE DEL SEFP

*Il Direttore del SEFP*

Registro Provvisorio n. \_\_\_\_\_ del 11.03.2022

**IL DIRETTORE U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO**

L'anno duemilaventidue il giorno 11 MAR 2022 del mese di ..... nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, a seguito di atto di "Delega competenze al Direttore della U.O.C. Servizio Provveditorato" prot. 431135 del 24/04/2019, a firma del Direttore Generale, Dr. Francesco Iudica.

**VISTO** il D.Lgs n. 502/92 s.m.i.;

**VISTA** la L.R. n. 5/2009;

**VISTA** la delibera n. 1 del 22 settembre 2009 con la quale è stato approvato l'atto costitutivo dell'ASP di Enna;

**VISTO** l'Atto Aziendale approvato in via definitiva con delibera n. 857 del 12/06/2020 parzialmente rettificata con delibera n. 902 del 19/06/2020;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione e funzionamento di questa A.S.P.- Area Amministrativa, adottato con delibera n. 829 del 24/10/2016, che stabilisce le attività della U.O.C. Servizio Provveditorato e le competenze conseguentemente attribuite al Responsabile del predetto Servizio;

**VISTO** l'atto di "Delega competenze al Dirigente della U.O.C. Servizio Provveditorato", prot. 431135 del 24/04/2019, a firma del Direttore Generale Dr. Francesco Iudica, che conferma le competenze del Direttore della U.O.C. Servizio Provveditorato, definite nei superiori atti normativi e regolamentari alle quali afferisce l'adozione della presente determina;

**DATO ATTO** che, con delibera n. 1293 del 10/09/2020, giusta richiesta di acquisto e relativo capitolato tecnico inviati dal Responsabile del Blocco Operatorio del P.O. Chiello di Piazza Armerina, è stata indetta procedura per la fornitura di n. 2 lampade scialitiche a soffitto da utilizzare presso il citato Blocco Operatorio del P.O. Chiello di Piazza Armerina, ai sensi dell'art. 60, comma 1 e comma 3, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicare utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, secondo quanto disciplinato dall'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in presenza anche di una sola offerta valida, per l'importo presunto complessivo a base d'asta di €. 60.000,00 oltre IVA del 22%;

**CHE**, in esecuzione del sopracitato provvedimento, è stata indetta sul MEPA la procedura di gara con la **RDO n. 2646347** del 18/09/2020, rivolgendo l'invito a tutti i fornitori iscritti per le categorie merceologiche in argomento;

**CHE**, per quanto sopra espresso, entro il termine ultimo delle ore 13,00 del 12/10/2020, sono pervenute offerte da parte delle ditte di seguito indicate:

- Giovanni Scibilia e figlio spa;
- Ultramed srl;
- Andromedica srl;
- Getinge Italia srl;
- Trumpf Med Italia srl.

**CHE** tutte le ditte partecipanti sono state ammesse, essendo regolare la documentazione amministrativa prodotta;

**CHE**, prima di procedere all'apertura delle offerte economiche, la U.O.C. Servizio Provveditorato, ha richiesto idoneo parere di conformità al Responsabile del Blocco Operatorio del P.O. "Chiello" di Piazza Armerina, il quale ha dichiarato conformi tutte le offerte pervenute;

**CHE**, a seguito delle osservazioni mosse dalla ditta seconda classificata nei confronti della ditta Scibilia, risultata aggiudicataria provvisoria all'apertura delle buste economiche, il

predetto Responsabile ha rivisto il parere favorevole precedentemente rilasciato per la suddetta ditta, ritenendo non presente un requisito richiesto nel capitolato;

**RILEVATO** che, conseguentemente, si è reso necessario un ulteriore esame della documentazione tecnica presentata, al fine di stabilire definitivamente la sussistenza delle caratteristiche previste dal capitolato tecnico in capo alla suddetta ditta, anche alla luce del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**PRESO ATTO** che, a seguito di ulteriore e attento esame degli atti condotto dal Direttore della U.O.S.D. di Chirurgia del P.O. "Chiello" di Piazza Armerina, con il supporto del Servizio Provveditorato e previa richiesta di parere al Servizio di Ingegneria Clinica, anche alla luce di indagini effettuate sulle tipologie di lampade scialitiche utilizzate in Strutture di territori vicini ad Enna, il suddetto Direttore ha dichiarato conforme l'offerta della ditta Giovanni Scibilia e Figlio Spa, già aggiudicataria provvisoria.

**RILEVATO** che la suddetta ditta ha dichiarato che il prezzo offerto non è superiore a quello praticato presso altre Aziende Sanitarie per apparecchiature similari;

**RITENUTO**, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover aggiudicare alla Ditta **Giovanni Scibilia e Figlio spa P. IVA 03334390824 – Via Libertà n. 169 – 90143 Palermo**, la fornitura di n.2 lampade scialitiche da destinare al Blocco Operatorio del P.O. "Chiello" di Piazza Armerina, al prezzo di **€. 30.264,00 oltre IVA del 22%**.

#### **VISTI I SEGUENTI ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINA**

- A. Avviso di gara;
- B. Verbale informatico MEPA;
- C. Riepilogo MEPA;
- D. Note relative alla conformità espressa dal Responsabile Blocco Operatorio P.O. Piazza Armerina;
- E. Parere di conformità del Direttore U.O.S.D. Chirurgia del P.O. "Chiello" di Piazza Armerina;
- F. Offerta economica dettagliata.

**DATO ATTO** che a seguito dell'istruttoria effettuata, il presente provvedimento, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.3 del D.L. 23 ottobre 1996, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n.639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n.190 – Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano aziendale della prevenzione della corruzione 2021/2023;


#### **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa che qui s'intendono integralmente riportate:

**1. DI APPROVARE** gli atti di gara della procedura MEPA – RDO 2646347, relativa alla fornitura di due lampade scialitiche da destinare al Blocco Operatorio del P.O. "Chiello" di Piazza Armerina.

**2. DI AGGIUDICARE**, ai sensi dell'art. 60, comma 1 e comma 3, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la fornitura delle apparecchiature di cui al punto precedente, secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, disciplinato dall'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta di seguito indicata:

**Giovanni Scibilia e Figlio spa P. IVA 03334390824 – Via Libertà n. 169 – 90143 Palermo**, al prezzo di **€. 36.922,08 IVA del 22% compresa**.



**3. DI DARE ATTO** che l'importo complessivo di €. 36.922,08 IVA del 22% compresa, relativo alla fornitura in argomento, graverà sul conto patrimoniale "Attrezzature sanitarie e scientifiche" n. 101020501 del bilancio economico corrente.  
Contratto informatico n. 315/2022 - CIG ZF235812E4.

**4. DI DARE ATTO** che, in seguito all'adozione del presente provvedimento, si procederà alla sottoscrizione della lettera contratto tra le parti interessate e alla relativa stipula informatica.

**5. DI RICHIEDERE**, alla Ditta aggiudicataria, la produzione dei documenti propedeutici alla stipulazione del contratto di fornitura, di comunicare l'avvenuta stipula al Direttore dell'esecuzione del contratto, di seguito individuato, per i consequenziali adempimenti di competenza e di procedere alla stipula informatica della R.D.O..

**6. DI NOMINARE**, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il Direttore della U.O.S.D. di Chirurgia del P.O. "Chiello" di Piazza Armerina.

**7. DI DARE MANDATO** al Responsabile f.f. del Servizio Tecnico o suo delegato di presiedere alle operazioni di collaudo, unitamente al Tecnico del Servizio Ingegneria Clinica, al Sanitario interessato e al Tecnico della Ditta aggiudicataria.

**8. DI DARE MANDATO** al Responsabile dei Magazzini Economici Area Sud, per il tramite del Magazziniere del P.O. "Chiello" di Piazza Armerina, di provvedere, dopo la ricezione della comunicazione dell'avvenuta stipula contrattuale, all'emissione dell'ordine informatico (N.S.O.) e al ricevimento informatico e al Direttore della U.O.C. Amministrativa Area Sud, di provvedere agli adempimenti propedeutici al collaudo, a cura del Servizio Tecnico, e all'inventariazione dei beni, a cura dell'U.O.S. Gestione del Patrimonio afferente al SEFP e alle procedure di liquidazione delle spettanze, con contestuale trasmissione al SEFP del "fascicolo di liquidazione", firmato digitalmente, per il pagamento, dietro presentazione di regolare fattura da parte della ditta individuata per la fornitura in argomento, previa attestazione di regolarità espressa dal Direttore dell'esecuzione del contratto, individuato al punto 6.

**9. DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di procedere in tempi brevi al necessario acquisto, al fine di evitare conseguenze negative sulle attività della Struttura richiedente.

IL DIRETTORE  
U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Dott.ssa Maria Concetta Perna  


Si dichiara che la presente determina è stata trasmessa all'Ufficio Delibere in data \_\_\_\_\_

L'Incaricato \_\_\_\_\_

### PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio informatico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n° 30/93 s.m.i., e dell'art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009

dal 13 MAR 2022 al 27 MAR 2022

L'incaricato \_\_\_\_\_

PER DELEGA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
IL DIRIGENTE AMM.VO U.O.C. COORDINAMENTO STAFF

Notificata al Collegio Sindacale il ..... con nota prot. n°. ....

### ESECUTIVITA' DETERMINA

- esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L.R. n° 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n° 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_
- immediatamente esecutiva dal 1 MAR 2022

Enna lì,

IL FUNZIONARIO INCARICATO UFFICIO DELIBERE  
\_\_\_\_\_

### REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n°. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n°. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Enna lì,

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
\_\_\_\_\_

*All. A Bm*

# FORNITURA DI DUE LAMPADE SCIALITICHE DA DESTINARE AL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. CHIELLO DI P.ARMERINA

SI COMUNICA CHE CON RDO MEPA N. 2646347 E' STATA PUBBLICATA LA PROCEDURA DI GARA DI CUI È OGGETTO. SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE ALLE ORE 13 DEL 12/10/2020.

Le manifestazioni di interesse devono essere inviate entro le ore **13:00** di **12/10/2020**

<b>CIG</b>	84412915B2
<b>Bandito da</b>	ASP DI ENNA
<b>Centro di Costo</b>	U.O. PROVVEDITORATO
<b>Bandi oggetto di gara</b>	FORNITURE
<b>Criterio di scelta dei contraenti</b>	01-PROCEDURA APERTA
<b>Scadenza</b>	Entro le ore <b>13:00</b> di <b>12/10/2020</b>
<b>Anni</b>	<b>2020</b>
<b>Aziende partecipanti</b>	NESSUN PARTECIPANTE
<b>Aziende aggiudicatarie</b>	NON PUBBLICATO
<b>Importo di aggiudicazione</b>	0.00 €
<b>Somme liquidate</b>	<b>2020</b> 0.00 €

Allegati (1)

A00-B  
Penna

Dati generali della procedura

<b>Numero RDO:</b>	2646347
<b>Descrizione RDO:</b>	FORNITURA DUE LAMPADE SCIALITICHE PER IL BLOCCO OPERATORIO DEL PO CHIELLO DI PIAZZA ARMERINA
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Prezzo piu' basso
<b>Numero di Lotti:</b>	1
<b>Formulazione dell'offerta economica:</b>	Valore economico (Euro)
<b>Modalità di calcolo della soglia di anomalia:</b>	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
<b>Amministrazione titolare del procedimento</b>	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA 01151150867 Viale Diaz, 7 ENNA EN
<b>Punto Ordinante</b>	MARIA CONCETTA PERNA
<b>Soggetto stipulante</b>	Nome: MARIA CONCETTA PERNA Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA
<b>Codice univoco ufficio - IPA</b>	84FPU0
<b>(RUP) Responsabile Unico del Procedimento</b>	SILLITTI
<b>Inizio presentazione offerte:</b>	18/09/2020 11:09
<b>Termine ultimo presentazione offerte:</b>	12/10/2020 13:00
<b>Temine ultimo richieste di chiarimenti:</b>	06/10/2020 13:00
<b>Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del</b>	18/09/2021 10:01



<b>Fornitore)</b>	
<b>Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:</b>	30
<b>Misura delle eventuali penali:</b>	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
<b>Bandi / Categorie oggetto della RdO:</b>	BENI/Forniture specifiche per la Sanità
<b>Numero fornitori invitati:</b>	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta

Lotto 1 - Dettagli

<b>Denominazione lotto</b>	FORNITURA DI DUE LAMPADE SCIALITICHE DA DESTINARE AL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O.CHIELLO DI PIAZZA ARMERINA
<b>CIG</b>	84412915B2
<b>CUP</b>	
<b>Formula di calcolo del punteggio economico</b>	
<b>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</b>	Non specificati
<b>Dati di consegna</b>	PO CHIELLO PIAZZA ARMERINA
<b>Dati di fatturazione</b>	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: 84FPU0 . Aliquote: secondo la normativa vigente
<b>Termini di pagamento</b>	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi
<b>Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)</b>	60000,00000000

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	FORNITURA DI LAMPADE SCIALITICHE
<b>Quantita'</b>	2

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori


Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Nome commerciale della lampada scialitica fissa con installazione chiavi in mano	Tecnico	Nessuna regola	
2	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
3	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
4	* Codice CND	Tecnico	Nessuna regola	
5	* Caratteristiche Tecniche	Tecnico	Valore minimo ammesso	Vedi allegato A
6	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
Autodichiarazioni mod B	Gara	<a href="#">Modello B Nuovo Codice.pdf (115KB)</a>	
Dichiarazione c.c. dedicato	Gara	<a href="#">Mod Comunicazione Cc Dedicato.odt (20KB)</a>	
Lettera d'invito capitolato	Gara	<a href="#">Lettera D Invito Capitolato.pdf (4MB)</a>	
Patto integrità	Gara	<a href="#">Patto D Integrità Anticorruzione L1902012.doc (42KB)</a>	

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Autodichiarazioni mod B	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Dichiarazione c.c. dedicato	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Lettera d'invito capitolato	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Patto integrità	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Descrizione garanzia offerta	FORNITURA DI DUE LAMPADE SCIALITICHE DA DESTINARE AL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O.CHIELLO DI PIAZZA ARMERINA	Tecnica	Invio telematico	Obbligatorio	Si
Dichiarazione sopralluogo	FORNITURA DI DUE LAMPADE SCIALITICHE DA DESTINARE AL BLOCCO	Tecnica	Invio telematico	Obbligatorio	Si



	OPERATORIO DEL P.O.CHIELLO DI PIAZZA ARMERINA				
Schede tecniche prodotti offerti	FORNITURA DI DUE LAMPADE SCIALITICHE DA DESTINARE AL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O.CHIELLO DI PIAZZA ARMERINA	Tecnica	Invio telematico	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac- simile di sistema)	FORNITURA DI DUE LAMPADE SCIALITICHE DA DESTINARE AL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O.CHIELLO DI PIAZZA ARMERINA	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta dettagliata indicante i prezzi unitari e prezzi praticati in altre Aziende	FORNITURA DI DUE LAMPADE SCIALITICHE DA DESTINARE AL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O.CHIELLO DI PIAZZA ARMERINA	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

All. e  
Perna

Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	2646347
Descrizione RDO:	FORNITURA DUE LAMPADE SCIALTICHE PER IL BLOCCO OPERATORIO DEL PO CHIELLO DI PIAZZA ARMERINA
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA 01151150867 Viale Diaz, 7 ENNA EN
Punto Ordinante	MARIA CONCETTA PERNA
Soggetto stipulante	Nome: MARIA CONCETTA PERNA Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA
Codice univoco ufficio - IPA	84FPU0
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	
Inizio presentazione offerte:	18/09/2020 11:09
Termine ultimo presentazione offerte:	12/10/2020 13:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	06/10/2020 13:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	18/09/2021 10:01
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	30
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della Rdo e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della Rdo:	BENI/Forniture specifiche per la Sanità

Lotto esaminato: 1 FORNITURA DI DUE LAMPADE SCIALTICHE DA DESTINARE AL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O.CHIELLO DI PIAZZA ARMERINA

CIG	84412915B2
CUP	
Oggetto di Fornitura 1	FORNITURA DI LAMPADE SCIALTICHE/2/
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	60000,00000000

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	ANDROMEDICA S.R.L.	Singola	03552910873	09/10/2020 13:59
2	GIOVANNI SCIBILIA E FIGLIO S.P.A.	Singola	03334390824	09/10/2020 09:46
3	GETINGE ITALIA SRL	Singola	03992220966	09/10/2020 12:51
4	ULTRAMED S.R.L.	Singola	02732230871	09/10/2020 12:57
5	TRUMPF MED ITALIA S.R.L.	Singola	03831290287	12/10/2020 09:39

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	12/10/2020 15:52:39	13/10/2020 09:04:39

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Autodichiarazioni mod B		Lettera d'invito capitolato		Dichiarazione c.c. dedicato		Patto integrità		Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
ANDROMEDICA S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna
GIOVANNI SCIBILIA E FIGLIO S.P.A.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna
GETINGE ITALIA SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna	Approvato	nessuna
ULTRAMED S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna	Approvato	nessuna
TRUMPF MED ITALIA S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna		nessuna	Approvato	nessuna

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	13/10/2020 09:05:27	27/10/2020 11:10:23

Concorrente	Schede tecniche prodotti offerti		Dichiarazione sopralluogo		Descrizione garanzia offerta	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
ANDROMEDICA S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
GIOVANNI SCIBILIA E FIGLIO S.P.A.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
GETINGE ITALIA SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
ULTRAMED S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
TRUMPF MED ITALIA S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	27/10/2020 11:10:39	27/10/2020 11:13:30

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)	Offerta dettagliata indicante i prezzi unitari e prezzi praticati in altre
-------------	---	--



	Aziende			
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
ANDROMEDICA S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
GIOVANNI SCIBILIA E FIGLIO S.P.A.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
GETINGE ITALIA SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
ULTRAMED S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
TRUMPF MED ITALIA S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
GIOVANNI SCIBILIA E FIGLIO S.P.A.	30264,00000000
ULTRAMED S.R.L.	34750,00000000
ANDROMEDICA S.R.L.	37360,00000000
GETINGE ITALIA SRL	42148,00000000
TRUMPF MED ITALIA S.R.L.	45960,00000000

Note di gara	nessuna
Note specifiche lotto 1	nessuna







All. D  
*[Handwritten signature]*

**Regione Siciliana**  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE E N N A**  
Presidio Ospedaliero "Michele Chiello" - Piazza Armerina  
**Blocco Operatorio**

All'Ufficio Provveditorato  
Geometra Andrea Sillitti

**Oggetto: RdO 2646347 – Fornitura di N.2 Lampade Scialitiche per il Blocco Operatorio del P.O. Chiello di Piazza Armerina – Valutazione di Conformità delle Ditte partecipanti**

Analizzata la Documentazione Tecnica presentata dalle Ditte partecipanti, si riscontra quanto segue:

- Ditta Andromedica: CONFORME
- Ditta Getinge: CONFORME
- Ditta Ultramed: CONFORME
- Ditta Trumpf: CONFORME
- Ditta Scibilia: CONFORME

Piazza Armerina 26/10/2020

Il Responsabile del Blocco operatorio

*[Stamp]*  
Dr. Vincenzo Grassia  
ANESTESIA/RIANIMAZIONE  
RESPONSABILE  
Dot. Vincenzo Grassia



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Prot.n° \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Cod. fisc./P.IVA 01151150867  
Tel. 0935-520.111  
Fax 0935-500.851

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

Al Responsabile del Blocco Operatorio del PO di Piazza Armerina  
Dott. V.Grassia.

Segreteria

Sede

Telefono 0935/520118/520377  
FAX 0935/520345

EMAIL: [provveditorato@asp.enna.it](mailto:provveditorato@asp.enna.it)  
[direttore.provveditorato@asp.enna.it](mailto:direttore.provveditorato@asp.enna.it)  
[provveditorato@pec.asp.it](mailto:provveditorato@pec.asp.it)

WEB: <http://www.asp.enna.it/>

**OGGETTO: TRASMISSIONE CONTRODEDUZIONI DITTA ULTRAMED POST  
ACCESSO AGLI ATTI. RDO N° 2646347 FORNITURA SCIALITICHE.**

Allegate alla presente, si trasmettono le osservazioni proposte dalla ditta Ultramed srl, a seguito dell'accesso agli atti e alla relativa presa visione delle schede tecniche inerenti alle attrezzature offerte dalla ditta Scibilia, quest'ultima aggiudicataria provvisoria della fornitura in oggetto.

In attesa di urgente riscontro si porgono Distinti Saluti.

L'Assistente Amministrativo

Geom. Andrea Sillitti

Il Direttore  
U.O.C. Servizio Provveditorato  
Dr.ssa Maria Concetta Perna



ULTRAMED

ULTRAMED s.p.a. - 95027 SAN GREGORIO DI CATANIA - Via Macello, 27 - Tel. 095 7211335 - 095 7211929 - Fax 095 7211711 - E-mail: info.ultramedit@ultramedit.it pec: ultramed@ultramedit.it  
90126 PALERMO - Via San Raffaele Arcangelo, 10 - Tel. 091 6161158 - 091 6230641 - Fax 091 6162949

Dichiarazione Sostitutiva  
(ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n°445 e s.m.i.)

Spett.le  
Azienda Sanitaria Provinciale di Enna  
Viale Diaz n. 7/9  
94100 - Enna (EN)  
c.a. U.O.C. Servizio Provveditorato

San Gregorio, 01/03/2021

Ns. Nota Prof. 24.21.GS

OGGETTO: "RDO N. 2646347 - RICHIESTA DI PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI N.2 LAMPADE SCIALITICHE A SOFFITTO DA COLLOCARE PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. CHIELLO DI PIAZZA ARMERINA. RIF. VS. PROT. N. U.0075719 DEL 17/09/2020. CIG: 84412915B2. BASE D'ASTA € 60.000,00 + IVA "

OSSERVAZIONI IMPORTANTI A SEGUITO DI PRESA VISIONE ATTI DI GARA DITTA Giovanni Scibilia & Figlio S.p.A. - RICHIESTA DI ESCLUSIONE

Spett.le Amministrazione,

a seguito della presa visione, tenutasi presso i Vostri uffici del Provveditorato, della Documentazione Tecnica di gara presentata dalla Ditta Giovanni Scibilia & Figlio S.p.A., si rileva quanto segue.

Uno dei requisiti tecnici minimi richiesti dal Capitolato Tecnico richiedeva:

*"Sistema elettronico con sensori per riconoscimento dei corpi solidi sotto al corpo lampada e conseguente modificazione automatica dell'intensità luminosa di alcuni led, per riduzione delle ombre"*

Il prodotto offerto dalla Ditta Giovanni Scibilia & Figlio, denominato "Lampada Scialitica SimLED 7000 MC + 7000 MC" **NON POSSIEDE AFFATTO** il suddetto requisito, come anche dichiarato esplicitamente dalla stessa Giovanni Scibilia & Figlio nella "Scheda Comparativa con il Capitolato" al corrispondente punto e nella Dichiarazione di Equivalenza.

Si premette che il sistema elettronico richiesto con sensori per riconoscimento dei corpi solidi sotto al corpo lampada e conseguente modificazione automatica dell'intensità luminosa di alcuni led, per riduzione delle ombre, è un requisito che, per la Aziende Produttrici che producono lampade scialitiche con tale possibilità, comporta, se presente e se offerto, un notevole dispendio economico aggiuntivo rispetto a lampade scialitiche standard prive di tali sensori.

*Barra*



Provincia di Catania



U.O.C. Provveditorato

Cod. Fisc. e Partita IVA 02732740871 - C.C.I.A.A. n. 180609 - Reg. Imp. CT n. 24967  
Iscrizione RAEE C.C.I.A.A. di Catania: IT10040000005667  
Azienda Certificata ISO 9001

www.ultramedit.it



ULTRAMED

ULTRAMED - 95027 SAN GREGORIO DI CATANIA - Via Macello, 27 - Tel. 095 7211335 - 095 7211929 - Fax 095 7211711 - E-mail: info@ultramed.it - per: ultramed@ultramed.it  
90128 PALERMO - Via San Raffaele Arcangelo, 10 - Tel. 091 6164158 - 091 6230641 - Fax 091 6162949

Il sistema elettronico richiesto con sensori per riconoscimento dei corpi solidi sotto al corpo lampada e conseguente modificazione automatica dell'intensità luminosa di alcuni led consiste sostanzialmente nella presenza di sensori elettronici posizionati in diversi punti della parte inferiore del corpo illuminante, che possiedono la seguente funzione: se una o più teste di operatori si posizionano al di sotto di uno o più sensori elettronici, i LED soprastanti la testa o le teste si spengono, mentre si intensifica in contemporanea la luce emessa dai rimanenti LED. In tal modo si minimizzano o si eliminano completamente le ombre sul campo operatorio, e si produce un'intensità luminosa sul campo operatorio stesso pressoché invariata.

In assenza dei sensori elettronici richiesti e dunque del sistema elettronico sinteticamente sopra descritto, pur avendo le lampade Simeon un "sistema brevettato RSRS (reflector shadow resolution system)", esse non possono in alcun modo assolvere a quanto esplicitamente richiesto dal Capitolato Tecnico, in quanto per legge fisica, quando una o più teste di operatori si posizioneranno sotto dei LED, se questi ultimi non si spengono e se non si potenzia in automatico la luce emessa dai rimanenti LED, inevitabilmente si producono più ombre sul campo operatorio e la luce rimanente sullo stesso sarà inferiore a quella che risulterebbe in presenza dei sensori elettronici richiesti.

**Scibilia dichiara esplicitamente che il sistema offerto risulta essere "senza sistema di sensori né adattamento automatico del valore della luce", questo in palese ed evidente contrasto con quanto chiaramente richiesto dal Capitolato Tecnico.**

Si tiene inoltre a precisare che la presenza di sensori elettronici per riconoscimento dei corpi solidi sotto al corpo lampada e conseguente modificazione automatica dell'intensità luminosa di alcuni led ha un fine molto più ampio di garantire un'elevata illuminazione residua con un disco d'ombra senza tubo secondo la IEC 60601-2-41. Infatti, i sensori elettronici, essendo posizionati lungo tutta la parte inferiore del corpo lampada, garantiscono la massima riduzione delle ombre e la massima illuminazione residua non solo in presenza di un disco d'ombra centrale, ma anche e soprattutto in presenza di una o più teste degli operatori, posizionate tipicamente lungo i LED perimetrali della lampada scialitica ed in posizioni differenti (condizione pratica di lavoro): se sopra le teste vi sono dei sensori elettronici, che fanno spegnere i corrispondenti LED e che inducono il potenziamento della luce emessa dai LED rimanenti, allora è facile comprendere che la luce sul campo operatorio rimarrà pressoché con intensità ed omogeneità costante non solamente nelle condizioni di misura classiche con un disco d'ombra senza tubo, ma sempre nelle condizioni tipiche quotidiane di utilizzo.

Questo era certamente il fine del requisito tecnico richiesto dal Capitolato:

*Sistema elettronico con sensori per riconoscimento dei corpi solidi sotto al corpo lampada e conseguente modificazione automatica dell'intensità luminosa di alcuni led, per riduzione delle ombre, fine al quale, certamente, il prodotto offerto dalla Giovanni Scibilia & Figlio non può arrivare.*

La Scrivente Ditta, per chiarezza, avrebbe potuto offrire lo stesso identico modello di lampade scialitiche offerte, MACH LED 8 MC, ma senza l'opzione dei sensori elettronici su ciascun corpo lampada, così come ha fatto la Giovanni Scibilia & Figlio. Infatti, anche le lampade scialitiche Mach LED 8 MC includono di serie un sistema nativo con 3 diversi tipi di lenti "a cascata", che consente di poter mantenere un fascio luminoso sempre costante, con medesima luminosità e focalizzazione per tutta la distanza di lavoro tra 70 e 140 cm senza la necessità di modifiche da parte dell'operatore (similmente, dunque, a quanto fatto dal sistema RSRS proposto dalla Scibilia).



Diagnostica

*Scibilia*

Cod. Fisc. e Partita IVA 02732230871 - C.C.I.A.A. n. 180609 - Reg. Imp. CT n. 24962  
Iscrizione RAIF C.C.I.A.A. di Catania: H1004000006667  
Azienda Certificata ISO 9001

ED. 2/2001



ULTRAMED

ULTRAMED s.r.l. - 95027 SAN GREGORIO DI CATANIA - Via Macello, 27 - Tel. 095 7211335 - 095 7211929 - Fax 095 7211711 - E-mail: info@ultramed.it - per: ultramed@ultramed.it  
90128 PALERMO - Via San Raffaele Arcangelo, 10 - Tel. 091 6164158 - 091 6230641 - Fax 091 6162949

In tal caso la Ultramed sarebbe certamente risultata aggiudicataria, in quanto i sensori elettronici hanno inciso parecchio sul prezzo offerto. Tuttavia, nello stesso tempo, se così avesse fatto, la Scrivente avrebbe offerto, come la Scibilia, un prodotto non conforme e non soddisfacente un importante requisito tecnico minimo richiesto dal Capitolato Tecnico di gara

In definitiva, non può sussistere alcuna Equivalenza tra quanto proposto dalla Scibilia e quanto richiesto dal Capitolato Tecnico: né un'equivalenza funzionale, né ancor meno un'equivalenza economica, in quanto la presenza di sensori elettronici è sicuramente un costo aggiuntivo per qualsiasi Ditta partecipante che li includa nella propria offerta.

Di conseguenza, l'accettare come equivalente un prodotto che di fatto non lo è perché mancante di una parte elettronica importante e richiesta, lederebbe anche l'equo confronto tra tutte le Ditte partecipanti, in quanto non si confronterebbero più prodotti analoghi, ma uno di questi (quello della Scibilia) sarebbe indebitamente avvantaggiato dal punto di vista economico in quanto privo di un elemento obbligatorio (e costoso) da offrire (sensori elettronici).


Per quanto sopra opportunamente rilevato, si invita la Spettabile Commissione Tecnica a rivedere il giudizio di conformità relativo alla Ditta Giovanni Scibilia & Figlio e a dichiarare la stessa NON CONFORME, conseguentemente escludendola dalla RdO.

In attesa di riscontro  
Cordiali Saluti  
Ultramed Srl

ULTRAMED s.r.l.  
Alfio Gangemi  
Amministratore



Stato Italiano



Camera di Commercio



Camera di Industria



Camera di Agricoltura



Camera di Artigianato

Ufficio di Catania

Cod. Fisc. e Partita IVA 02732230871 - C.C.I.A.A. n. 180609 - Reg. Impr. CT n. 24962  
Iscrizione RAI C.C.I.A.A. di Catania n. 10040000006667  
Azienda Certificata ISO 9001

Ufficio di Catania



Presidio Ospedaliero " M Chiello"

Piazza Armerina

U.O.S.D. di Anestesia e Rianimazione

Responsabile Dr Grassia Vincenzo

Al Responsabile dell' U.O.C Servizio Provveditorato  
Enna

Si prende atto delle osservazioni mosse dalla Ditta Ultramed s.r.l., con nota prot. 24.21.GS del 01/03/2021, a seguito di presa visione atti di gara della Ditta Giovanni Scibilia & Figlio S.p.A.

Letto ed analizzato il contenuto, ricontrattati gli atti di gara, ed in particolare la Documentazione Tecnica prodotta dalla Ditta Giovanni Scibilia & Figlio S.p.A., nonché dalle altre Ditte partecipanti, si rileva che le lampade scialitiche SimLED 7000 MC + 7000 MC proposte dalla Scibilia effettivamente non possiedono il requisito richiesto esplicitamente in gara.

*"Sistema elettronico con sensori per riconoscimento dei corpi solidi sotto al corpo lampada e conseguente modificazione automatica dell'intensità luminosa di alcuni led, per riduzione delle ombre".*

Infatti, come scrive la stessa Scibilia, le lampade offerte sono *"senza sistema di sensori né adattamento automatico del valore della luce"*.

L'equivalenza proposta dalla Scibilia non può, di fatto, essere accettata in quanto l'assenza di sensori e la mancanza di adattamento automatico della valore della luce è causa di una notevole differenza tecnica con i prodotti offerti dalle altre ditte partecipanti, che possiedono tutti, come richiesto nel Capitolato Tecnico di gara, un sistema elettronico con sensori per riconoscimento dei corpi solidi sotto al corpo lampada e conseguente modificazione automatica dell'intensità luminosa di alcuni led, per riduzione delle ombre.

Tra l'altro, l'inclusione di un sistema elettronico con sensori per riconoscimento dei corpi solidi sotto al corpo lampada e conseguente modificazione automatica dell'intensità luminosa di alcuni led da parte di tutte le Ditte partecipanti, tranne la Scibilia, ha sicuramente avuto un'incidenza economica considerevole per le ditte che hanno, appunto, incluso nella loro offerta un tale sistema di sensori.

Si reputa dunque opportuno rivedere i requisiti richiesti esplicitamente dalla gara perché non soddisfa i parametri del capitolato.

cordiali saluti

Piazza armerina li 05/03/2021

UNITA OPERATIVA  
Il Responsabile del Blocco operatorio  
Dr Grassia Vincenzo



*All. E*  
*Brun*

Prot.n° \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Cod. fisc./P.IVA 01151150867  
Tel. 0935-520.711

WEB: <http://www.asp.enna.it/>

**Al Direttore U.O.C.  
Servizio Provveditorato**

**OGGETTO: Parere di conformità RDO n. 2646347 per la fornitura di n. 2 lampade scialitiche a soffitto da destinare al Blocco Operatorio del P.O. "Chiello" di Piazza Armerina**

Con riferimento alla procedura in oggetto, esaminati gli atti, con il supporto del Servizio Provveditorato e previa richiesta di parere al Servizio di Ingegneria Clinica, anche alla luce di indagini effettuate sulle tipologie di lampade scialitiche utilizzate in Strutture di territori vicini ad Enna, si comunica che l'offerta tecnica presentata dalla ditta aggiudicataria provvisoria appare in linea con il principio di equivalenza di cui all'art. 68 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e, pertanto, conforme, atteso che le attrezzature in argomento raggiungono l'obiettivo di permettere una adeguata visione del campo operatorio. Si esprime, conseguentemente, parere di conformità dell'offerta presentata dalla ditta Giovanni Scibilia e Figlio Spa.  
Distinti saluti

Il Direttore  
U.O.S.D. Chirurgia PO "Chiello"  
Dott. Dante Ferrari

*Dante Ferrari*

OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA  
R.d.O. n. 2646347

All-F  
Nim

relativa alla richiesta di offerta per la fornitura DI DUE LAMPADE SCIALITICHE PER IL BLOCCO OPERATORIO DEL PO CHIELLO DI PIAZZA ARMERINA.

**MODELLO AUTODICHIARAZIONE EX DPR 445/2000**

Il sottoscritto SCIBILIA NICOLO', nato a PADOVA il 06/03/1936, residente a PALERMO, (prov.) PA, in via MARIO RUTELLI, n. 2A, codice fiscale /S/C/B/N/C/L/3/6/C/0/6/G/2/2/4/U/, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, in qualità di *(Indicare se titolare, legale rappresentante, procuratore speciale o altra persona avente i poteri di impegnare l'impresa)* LEGALE RAPPRESENTANTE dell'impresa GIOVANNI SCIBILIA E FIGLIO S.P.A., con sede legale in VIA LIBERTA' N. 169 - 90143 PALERMO Codice fiscale/Partita Iva 03334390824 telefono: 091/302269 fax: 091/309351 e-mail: scibilia@gscibiliaspa.it, pec mail pecgscibiliaspa@legalmail.it dell'ufficio gare, con riferimento alla procedura in oggetto,

**DICHIARA:**

A) che il prezzo complessivo offerto è, composto dalle seguenti voci dettagliate:

quantità	tipo/marca a prodotto	Codice modello	Descrizione attrezzatura offerta	Prezzo Unitario di listino	Prezzo unitario offerto
1	SIMEON MEDICAL	112-0002966	PIASTRA DI ANCORAGGIO A SOFFITTO 380 X 380	€ 170,80	€ 116,00
1	SIMEON MEDICAL	112-0003337	TUBO DA SOFFITTO 125MM PER SIM.LED OR LIGHTS	€ 478,45	€ 326,00
1	SIMEON MEDICAL	112-0003198	COPERTURA PER SOFFITTO 620X80MM	€ 136,85	€ 93,00
1	SIMEON MEDICAL	111-0017125	ASSE CENTRALE DOPPIO 9-POLE / 9-POLE	€ 1.863,96	€ 1.270,00
2	SIMEON MEDICAL	141-0014625	SIM.LED 7000 MC 9-POLE CON PREDISPOSIZIONE PER TELECAMERA HD	€ 7.012,38	€ 4.775,00
2	SIMEON MEDICAL	131-0017282	BRACCIO A MOLLA 9-POLE	€ 1.700,58	€ 1.158,00
2	SIMEON MEDICAL	111-0015201	PIASTRA DI ALIMENTAZIONE SIM.LED	€ 651,38	€ 444,00
1	SIMEON MEDICAL	191-0013925	SIM.INTERFACE PER SINCRONIZZAZIONE MC E SISTEMI DI INTEGRAZIONE OT	€ 841,28	€ 573,00

PREZZO OFFERTO PER N. 1 LAMPADA SIM.LED 7000MC/7000MC: Euro 15.132,00= (Quindicimilacentotrentadue/00) Oltre IVA 22%



PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO PER N. 2 LAMPADE SIM.LED 7000MC/7000MC: Euro 30.264,00=Tot. (Trentamila duecentosessantaquattro/00) Oltre IVA 22%

B) che il prezzo offerto non è superiore al prezzo praticato alle altre Azienda Sanitarie e, nella fattispecie, tale prezzo complessivo, è stato offerto presso:

1)      \_\_NESSUNA FORNITURA EFFETTUATA PER LA STESSA CONFIGURAZIONE OFFERTA

2)    €.   

3)    €.   

Palermo, 06/10/2020

Timbro e Firma Leggibile

GIOVANNI SCIBILIA e FIGLIO S.p.A  
(Il Legale Rappresentante)

