



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Appalti e Gare
Tel 0935/520751 – fax 0935/520345

U.O.C. Servizio Provveditorato

Enna li,
Viale Diaz n° 7/9– Cap. 94100
Enna

Protocollo

Riscontro alla nota

n.

Del

.....

Oggetto:

Richiesta di preventivo per la fornitura di n°2 lampade scialitiche a soffitto da collocare presso il Blocco Operatorio del P.O. Chiello di Piazza Armerina.

Spett.le ditta

Si prega codesta spettabile ditta di far pervenire offerta economica sul ME.PA. per la fornitura e installazione “*chiavi in mano*” di n°2 lampade scialitiche a soffitto da collocare presso il Blocco Operatorio del P.O. Chiello di Piazza Armerina. **(si veda allegato A)** .

Si precisa che le specifiche tecniche sotto indicate si devono intendere espresse ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., cioè seguendo pedissequamente il seguente assunto, elaborato dalla dottrina e fatto proprio da questa Stazione appaltante:

L’individuazione delle caratteristiche dell’oggetto dell’appalto consente alla stazione appaltante di disporre di un parametro di riferimento sulla cui base poter procedere alla valutazione delle offerte ricevute e, successivamente, verificare la corrispondenza tra quanto richiesto e la prestazione ricevuta dall’aggiudicatario.

Diversamente, sotto il secondo profilo, l’individuazione delle caratteristiche dell’oggetto dell’appalto permette agli operatori economici di poter circoscrivere la propria offerta verificando, eventualmente, la legittimità dell’aggiudicazione.

La formulazione delle specifiche tecniche deve avvenire nel rispetto delle regole della corretta concorrenza tra gli operatori economici del mercato e, di conseguenza, nel rispetto dei principi in cui la concorrenza è tradizionalmente declinata, quali il principio di non discriminazione, il principio di parità di trattamento e il principio di massima partecipazione.

La descrizione delle caratteristiche tecniche del bene oggetto dell’appalto, dunque, non esclude dalla valutazione quelle offerte il cui contenuto sia comunque strutturalmente e funzionalmente corrispondente a quanto richiesto con la presente richiesta d’offerta e deve intendersi coerente con la c.d. clausola di equivalenza, ovverosia con l’esigenza che sia prevista la possibilità, per i concorrenti, di offrire beni e servizi con caratteristiche equivalenti rispetto a quelle richieste.

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Appalti e Gare – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna
Tel. 0935/520751 – fax 0935/520345



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
E N N A

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Appalti e Gare
Tel 0935/520751 – fax 0935/520345

Conseguentemente la stazione appaltante valuterà se quanto offerto dai partecipanti alla gara possa ritenersi equivalente alle caratteristiche della prestazione o del bene indicate nelle specifiche tecniche.

Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, infatti, la clausola di equivalenza si ritiene applicabile "qualora siano inserite nella lex specialis di gara specifiche tecniche a tal punto dettagliate da poter individuare un dato prodotto in maniera assolutamente precisa (con una fabbricazione o una provenienza determinata, o un procedimento particolare, con riferimento a un marchio o a un brevetto)", al fine di favorire la presentazione di una proposta "che ottemperi in maniera equivalente agli stessi requisiti".

Il principio di equivalenza, pertanto, è vincolante per l'amministrazione solo qualora il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari predispongano una descrizione sì particolareggiata e puntuale al punto che "avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti".

L'onere della prova dell'equivalenza grava sull'offerente, residuando invero in capo alla stazione appaltante la valutazione circa la conformità del contenuto dell'offerta rispetto all'oggetto dell'appalto così come descritto nelle specifiche tecniche, senza che possa ravvisarsi in capo alla stessa un onere di attività di indagine circa l'asserita equivalenza.

Contemporaneamente con l'orientamento maggioritario della giurisprudenza si precisa che l'equivalenza non può essere meramente affermata dall'impresa partecipante alla gara, bensì "va dimostrata in modo rigoroso con una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto, e comunque deve formare oggetto di apposita dichiarazione allegata all'offerta", con la conseguenza che "sin dal momento della presentazione dell'offerta, il concorrente che offre prodotti equivalenti deve fornire una prova idonea a dimostrare l'equivalenza allegata", in assenza della quale è legittima l'automatica esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica.

In ossequio a tale principio, quindi nell'offerta deve essere data prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte corrispondano in maniera equivalente ai requisiti richiesti dalle specifiche tecniche".

Si precisa, inoltre, il significato della espressione "chiavi in mano":

la ditta aggiudicataria della fornitura delle lampade scialitiche, si impegna, qualora necessario per il montaggio e installazione della stessa, a seguito di sopralluogo presso i locali individuati dalla scrivente ASP di Enna, all'interno del P.O. Chiello di Piazza Armerina, a effettuare a proprio carico e onere l'attività di adeguamento strutturale/impiantistico, tale da rendere la fornitura dell'attrezzatura completa e funzionante.

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Appalti e Gare – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna
Tel. 0935/520751 – fax 0935/520345



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Appalti e Gare
Tel 0935/520751 – fax 0935/520345

Qualora fosse necessaria l'attività di adeguamento dell'impiantistica elettrica, tutte le attività dovranno essere svolte a seguito di apposita autorizzazione del Servizio Tecnico aziendale e sotto la vigilanza dello stesso, nel caso in cui detti lavori non possano essere effettuati dalla ditta incaricata delle manutenzioni aziendali.

Relativamente ai detti lavori di adeguamento strutturale/impiantistico, se necessari, la ditta aggiudicataria della fornitura "*chiavi in mano*" dovrà indicare:

- se verranno eseguiti direttamente, fornendo, a tal proposito, le dovute attestazioni/certificazioni e iscrizioni al R.E.C.;
- se verranno eseguiti da ditte specializzate, incaricate dalla stessa, previa analogo autorizzazione da parte dell'ASP di Enna, fornendo, anticipatamente, l'indicazione del nominativo di dette ditte e le dovute attestazioni/certificazioni e iscrizioni al R.E.C.;

Nel campo documentazione amministrativa dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, comprensiva della dichiarazione di regolarità contributiva con indicazione dei nn.iscrizione INPS e INAIL, sedi e numero dei dipendenti o copia del DURC come da allegato (modello B), inserito nella documentazione richiesta;
- Patto d'integrità anticorruzione;
- Deposito cauzionale provvisorio, a norma dell'art.93 del D.L.gs. n.50/2016 e ss.mm.ii., pari al 2% dell'importo a base d'asta del lotto unico di gara;
- Dichiarazione conto corrente dedicato;

Nel campo documentazione tecnica dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Descrizione delle attrezzature offerte, marca, modello e nome della ditta produttrice;
- Scheda tecnica dei prodotti offerti, depliant;
- Descrizione garanzia offerta, – durata minima 24 (ventiquattro) mesi su tutti gli inconvenienti, di qualsiasi natura, che si dovessero riscontrare durante il periodo di garanzia con l'obbligo di eliminazioni.
- **Dichiarazione di sopralluogo obbligatorio (allegato B); referente Dott. Perri tel. 335/5991212.**

Nel campo offerta economica dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Offerta economica come generata dal sistema con indicazione del prodotto offerto, marca modello e nome della ditta produttrice e il prezzo complessivo per l'intero lotto, IVA esclusa;

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Appalti e Gare – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna
Tel. 0935/520751 – fax 0935/520345



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Appalti e Gare
Tel 0935/520751 – fax 0935/520345

- Offerta economica dettagliata e prezzi praticati presso altre aziende sanitarie;
- CND e Repertorio, ove assegnati;
 - Il prezzo dovrà comprendere: consegna, franco magazzino, e quant'altro connesso alla fornitura;
 - L'aggiudicazione avverrà per singolo lotto in favore della ditta che avrà presentato l'offerta più bassa nel rispetto delle caratteristiche tecniche richieste;

Adempimenti successivi all'aggiudicazione:

- La formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà attraverso la stipula del contratto nei modi e nelle forme di legge da registrare solo in caso d'uso;
- **la fornitura dovrà essere eseguita a seguito di esplicito ordine scritto;**
- **consegna e installazione entro 30 gg. lavorativi dalla stipula del contratto: P.O. Chiello di Piazza Armerina.**
- **pagamento: entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della fattura che dovrà pervenire dopo il ricevimento e collaudo, con esito positivo, dei beni forniti, le verifiche di Legge delle forniture e gli adempimenti amministrativi**
- Le attrezzature dovranno essere consegnate entro il termine perentorio di 30 giorni lavorativi dalla data dell'ordine. Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna del bene oggetto del presente contratto. In caso di ritardo, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, applicherà a carico del fornitore una penale nella misura giornaliera dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Trascorso questo termine, la mancata consegna della merce, comporterà il passaggio al secondo migliore offerente, con oneri a carico della ditta inadempiente.
- Successivamente alla consegna i beni saranno sottoposti a collaudo tecnico, alla presenza del Sanitario utilizzatore, di un tecnico incaricato dall'Azienda e dalla Ditta affidataria;
- Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell'impresa, quali scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati e, perciò influenti nelle forniture e nelle prestazioni di servizi, debbono essere tempestivamente segnalate o documentate.
- Questa Azienda, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di acquistare i beni nel libero mercato, addebitando gli eventuali maggiori costi al fornitore inadempiente.

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Appalti e Gare – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna
Tel. 0935/520751 – fax 0935/520345



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Appalti e Gare
Tel 0935/520751 – fax 0935/520345

- Il controllo sulla quantità e qualità dei prodotti forniti spetta al Direttore dell'esecuzione del contratto, anche su segnalazione dell'U.O. utilizzatrice; in ogni caso, la ditta aggiudicataria è tenuta a prestare sui prodotti consegnati idonea garanzia da tutti gli inconvenienti non derivanti da cause di forza maggiore; in caso di merce contestata, in quanto ritenuta non conforme, la ditta è obbligata, a propria cura e spese, al ritiro ed alla sostituzione con materiale conforme entro 2 giorni dalla contestazione.
- In caso contrario, saranno applicate le penali sopra previste. Il regolare utilizzo delle attrezzature e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.
- Tutti i beni oggetto della presente gara devono essere coperti da garanzia (full-risk ovvero garanzia totale, comprensiva dei pezzi di ricambio, diritto di chiamata, costo della mano d'opera, ecc) per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla data del collaudo /accettazione positivo degli stessi. Durante tale periodo, l'Azienda non dovrà sopportare alcun onere economico per il mantenimento in perfette condizioni di funzionamento delle attrezzature fornite. Se durante il periodo di garanzia si dovessero rilevare gravi difetti funzionali o strutturali dei beni forniti, il Fornitore è tenuto al ritiro immediato e alla sostituzione del medesimo con uno nuovo, senza alcun onere, nei tempi e nelle modalità previste. Tutte le parti di ricambio delle attrezzature offerte devono essere reperibili per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di collaudo dei beni e devono essere garantiti per un periodo di 24 mesi compresi gli accessori.

L'Azienda può chiedere la risoluzione del contratto:

- a) in qualunque momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile;
- b) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto deliberativo;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratorie e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- e) nei casi di cessione e di subappalto non autorizzati dall'Azienda;
- f) nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- g) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti;
- h) in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione;

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Appalti e Gare – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna
Tel. 0935/520751 – fax 0935/520345



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Appalti e Gare
Tel 0935/520751 – fax 0935/520345

i) in caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'affidataria, l'Azienda ha diritto di incamerare, ove previsto, il deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di essa, anche in danno dell'inadempiente.

Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile, il Direttore Generale potrà, a suo insindacabile giudizio, non stipulare alcun contratto, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o convenienti, sotto il profilo tecnico-economico, i risultati dell'attività negoziale.

E' fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, etc.), che potrà essere attivato senza che le concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento od altro.

E' fatto espresso divieto di **cessione del credito**, fatta salva l'esistenza di carenza di liquidità che non consenta il rispetto dei termini di pagamento.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, in relazione al contratto di cui alla presente procedura, è competente esclusivamente il Foro di Enna.

La Fattura dovrà essere intestata a: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA – V.LE DIAZ, 7/9 – 94100 – ENNA – P.I. 01151150867

IVA: a carico dell'A.S.P.

Seguono allegato A e B

L'Assistente Amministrativo
Geom. Andrea Sillitti

Il Direttore Servizio Provveditorato
Dott.ssa Maria Concetta Perna

ASP DI ENNA
In sostituzione del Direttore
della UOC Servizio Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dr Salvatore Alessandro Mingrino



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
E N N A

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Appalti e Gare
Tel 0935/520751 – fax 0935/520345

ALLEGATO A

LOTTO 1 – CARATTERISTICHE TECNICHE di n°2 sistemi di lampade scialitiche da soffitto da collocare presso il Blocco Operatorio del P.O. Chiello di Piazza Armerina.

IMPORTO PRESUNTO A BASE D'ASTA € 60.000,00 IVA ESCLUSA

CIG:84412915B2

Si richiede la fornitura di un sistema di lampade scialitiche con le seguenti caratteristiche:

- Lampada scialitica con due corpi lampada ad alta tecnologia di illuminazione tramite led;
- Rotazione illimitata di ciascun corpo lampada attorno all'asse di attacco al soffitto, senza finecorsa;
- Escursione massima possibile dei due corpi lampada non inferiore a 250 cm., data dalla somma dei raggi di rotazione del centro dei due corpi lampada attorno all'asse di attacco al soffitto;
- Predisposizione per l'inserimento di una telecamera digitale HD wireless al centro di uno dei due corpi lampada, nell'impugnatura centrale autoclavabile. L'utilizzo della telecamera non deve pregiudicare la rotazione senza punti di fermo dei corpi lampada attorno all'asse di attacco al soffitto;
- Pannello di comando touch screen per la regolazione di temperatura colore, intensità luminosa e diametro del campo luminoso di ciascun singolo corpo lampada separatamente, che consenta anche di modificare contemporaneamente sui due corpi lampada ciascuno di questi parametri, in modo sincronizzato;
- Completa di trasformatori di alimentazione.

CARATTERISTICHE DI CIASCUN CORPO LAMPADA:

- Intensità luminosa centrale ad un metro di distanza regolabile da 48.000 lux fino a 160.000 lux;
- Sistema elettronico automatico di mantenimento della selezionata intensità luminosa al variare, su tutto il range di regolazione, del diametro del campo luminoso;
- Sistema elettronico con sensori per riconoscimento dei corpi solidi sotto al corpo lampada e conseguente modificazione automatica dell'intensità luminosa di alcuni led, per riduzione delle ombre;



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
E N N A

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Appalti e Gare
Tel 0935/520751 – fax 0935/520345

- Percentuale di illuminamento residuo almeno 85%, con un disco d'ombra senza tubo secondo IEC 60601-2-41, con sistema elettronico attivato per riduzione delle ombre;
- Temperatura di colore regolabile da 3.900 K fino a 5.000 K;
- Indice di resa cromatica Ra (1-8) almeno 95, con la temperatura colore 4.500 K selezionata;
- Indice di resa cromatica R9 almeno 85, con la temperatura colore 4.500 K selezionata;
- Almeno tre livelli di regolazione per l'intensità luminosa, per il diametro del campo luminoso e per la temperatura colore;
- Possibilità di memorizzare almeno una impostazione preferita, richiamabile da memoria, con i valori scelti: intensità luminosa, ampiezza del campo luminoso e temperatura colore;
- Profondità di illuminazione L1+L2 al 20% almeno 1.000 mm. e L1+L2 al 60% almeno 500 mm.;
- Energia totale irradiata a 160.000 lux a un metro di distanza: non superiore a 1.000 W/ metro quadrato;
- Vita media dichiarata delle sorgenti luminose a led almeno 40.000 ore;
- Grado di protezione per particelle solide e liquide non inferiore a IP 42;
- Impugnatura centrale autoclavabile di ricambio in dotazione.

n.b. nella fornitura devono essere previsti tutti i collegamenti elettrici, tutti gli impianti e ove richiesto anche gli adeguamenti strutturali dei locali interessati alla collocazione del sistema, per dare la fornitura completa e funzionante a perfetta regola d'arte, secondo la formula, sopra citata, del chiavi in mano.



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Appalti e Gare
Tel 0935/520751 – fax 0935/520345

ALLEGATO B

OGGETTO: Fornitura e installazione di un sistema di lampade scialitiche da collocare presso il Blocco Operatorio del P.O. Chiello di Piazza Armerina.

Con la presente, si comunica che in data odierna la Ditta _____
ha effettuato il sopralluogo richiesto per la fornitura in oggetto.

Cordiali Saluti

Timbro e firma del delegato