

53422 del 15/06.



Cod. fisc./P.IVA 01151150867
Tel. 0935-520.111
Fax 0935-500.851
U.O.C. Servizio Provveditorato
Telefono: 0935/520120
FAX: 0935/520345
provveditorato@asp.enna.it
direttore.provveditorato@asp.enna.it
provveditorato@pec.asp.enna.it

Ditte diverse

OGGETTO: Indagine di mercato per Acquisto di piastre monouso multifunzione Adulti per defibrillatori e bambini/neonati, kit professionali per ustioni.

Questa ASP intende avviare un'indagine conoscitiva di mercato al fine di avviare apposita procedura di scelta del contraente in base alla normativa vigente, per la fornitura di quanto in oggetto e di seguito dettagliato.

La presente indagine di mercato ha soli fini esplorativi per determinare la disponibilità dei prodotti e il valore di mercato, onde procedere alla determinazione di una base d'asta congrua per la conseguente indizione della gara.

Si invitano le ditte interessate a volere riscontrare entro le ore 10 del giorno 21/06/2021, producendo:

- Prospetto riepilogativo delle specifiche caratteristiche del prodotto
- Prezzo unitario
- Prezzo a confezione
- Tempi di consegna

PRODOTTO	CARATTERISTICHE	QUANTITA'
Confezioni di piastre monouso adulti multifunzione, per defibrillatore, cardioversione sincronizzata, stimolazione cardiaca transcutanea e monitoraggio ecg, compatibili con defibrillatore Reanibex 300/800 marca Bexen cardio.	Connessione diretta a cavi e defibrillatori, originali e riconosciute a 1 metro, con gel adesivo conduttivo a bassa impedenza, durata di conservazione 18 mesi dal momento della spedizione da parte della ditta aggiudicataria. Quantità di scariche tollerate per massima intensità non inferiore a 50*360J, area attiva per ogni piastra non inferiore a 95 cm ² , intervallo di temperatura d'esercizio da 0°c a 50°c.	400

ASem

PRODOTTO	CARATTERISTICHE	QUANTITA'
Confezioni di piastre monouso per defibrillatori con energia ridotta per bambini/neonati destinati all'uso su bambini di eta' inferiore a 8 anni o di peso inferiore a 25kg, con riduttore di energia compatibili con defibrillatore Lifepak 1000.	Connessione diretta a cavi e defibrillatore, lunghezza cavo non inferiore a 100 cm, con gel adesivo conduttivo a bassa impedenza, durata di conservazione di almeno 18 mesi dal momento della spedizione da parte della ditta aggiudicataria. Quantita' di scariche tollerate per massima intensita' non inferiore a 25*360j, area attiva per ogni piastra non inferiore a 40 cm ² , intervallo di temperatura d'esercizio da 0°c a 50°c.	20

PRODOTTO	CARATTERISTICHE	QUANTITA'
Kit professionale per ustioni contenente	<ul style="list-style-type: none"> • compressa sterile antiustione 10*10cm; • compressa sterile antiustione 20*20 cm; • compressa sterile antiustione 55*40 cm; • bustina gel antiustione; • guanti in nitrile sterile; • garza sterile 10*10 cm, in busta; • benda autoaderente 10 cm. * 4mt; • telo isotermico; • ghiaccio istantaneo; • forbici bottonute. 	30

direttore.provveditorato@asp.enna.it
antonio.zingali@asp.enna.it
tel. 0935/520200

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
Il Collaboratore Amministrativo Prof.le
Dr. Antonio Zingali

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dirigente Amministrativo
Dott. Salvatore A. Mingrino

Il Direttore
U.O.C. Servizio Provveditorato
Dott.ssa Maria Concetta Perna

Maria Concetta Perna