



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**E N N A**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Punto Istruttore: Tel 0935/520751 – Responsabile del Procedimento 0935/520711

**U.O.C. Servizio Provveditorato**

Enna li,  
Viale Diaz n° 7/9– Cap. 94100  
Enna

Protocollo

Riscontro alla nota

n. ....

Del

.....

**Oggetto:**

Indagine di mercato per la fornitura in acquisto di n. 1 sistema Laser chirurgico CO2 e per la fornitura in somministrazione eventuale per anni 3 di n. 30 fibre flessibili da destinare alla U.O.S.D. di Otorinolaringoiatria del P.O. “Umberto I” di Enna

Spett.le ditta

Questa ASP intende condurre un'indagine conoscitiva di mercato al fine di avviare apposita procedura di scelta del contraente, come previsto dalla normativa vigente, per la fornitura di quanto in oggetto indicato, e di cui si riportano di seguito le specifiche.

La presente indagine di mercato ha unicamente fini esplorativi, per determinare la disponibilità dei prodotti e il valore di mercato, onde procedere alla determinazione di un prezzo a base d'asta congruo e conseguente indizione della procedura di gara.

Si invitano, pertanto, le ditte interessate, a volere riscontrare la presente, entro le ore 10.00 del giorno 23 novembre 2021, producendo:

- prospetto riepilogativo delle specifiche caratteristiche del bene e relativo prezzo;
- prezzo unitario delle fibre flessibili.

**Caratteristiche tecniche del sistema Laser chirurgico CO2 e relative fibre flessibili monouso riparabili da destinare alla U.O.S.D. di Otorinolaringoiatria del P.O. “Umberto I” di Enna**

**Il sistema Laser Chirurgico CO2** deve presentare i sottoelencati requisiti minimi:

- lunghezza d'onda 10600 nm, potenza 60W eccitato a radiofrequenza, modalità continua e ultrapulsata;
- frequenza di impulso di almeno 700 Hz, in modo da garantire un danno termico laterale estremamente ridotto;
- deve essere integrato con scanner chirurgico per un alto livello di rapidità e precisione nei trattamenti;
- dotato di software per la scelta delle procedure chirurgiche e dei parametri ottimali per le varie procedure, con selezione della specialità e dell'applicazione mediante ampio schermo Touch Screen;

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna Tel. 0935/520751 – fax 0935/520345

*[Handwritten signature]*  
1



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**E N N A**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Punto Istruttore: Tel 0935/520751 – Responsabile del Procedimento 0935/520711

- braccio articolato il più lungo possibile, almeno 185 cm, posizionato in alto per facilitare le operazioni durante le procedure;
- il micromanipolatore deve essere a specchi parabolici a lunga profondità di fuoco (circa 6 mm);
- il sistema deve presentare una seconda uscita del raggio CO2 attraverso fibra flessibile con diametro da 1,04 mm, indicata per la chirurgia endoscopica tracheale, naso-sinusale benigna, maligna e chirurgia a cielo aperto;
- deve essere dotato di fibra flessibile Monouso e Pluriuso, diametro 1,04 mm;
- il sistema deve essere quanto più stabile e sicuro durante gli interventi, con un peso di almeno 120 kg;
- il sistema deve possedere una fibra dedicata alla chirurgia dell'orecchio medio, con diametro interno da 0,25 mm;
- garanzia sostituzione in caso di guasto mesi 24;

Associato al sistema laser CO2 è necessario l'acquisto della fibra flessibile.

La fibra flessibile, in ausilio al braccio articolato, deve consentire un'erogazione precisa nei punti anatomici critici grazie alla flessibilità e all'alta visibilità del raggio di puntamento. Pertanto deve avere un diametro da 1 mm e una lunghezza di 2 m, lunghezza d'onda 10600 nm, potenza 40 W min, deve essere monouso riparabile e riutilizzabile sino a 5 procedure.

Il Responsabile dell'Istruttoria  
L'Assistente Amministrativo  
Dott.ssa Lucia Macaluso

Il Responsabile del Procedimento  
Dirigente Amministrativo  
Dott.ssa Francesca La Paglia

Il Direttore  
U.O.C. Servizio Provveditorato  
Dott.ssa Maria Concetta Perna