

Buongiorno,

con riferimento alla RDO 2937237 in oggetto, LOTTO 2, inviamo l'allegata comunicazione.

Restiamo in attesa di un Vs. riscontro.

Distinti saluti.

Andromedica s.r.l.

Via J.F.Kennedy, 43

95030 Sant'Agata Li Battiati (CT)

<<http://www.andromedica.it/>> www.andromedica.it

telefono: 095 7251511

fax: 095 7257968

Sant'Agata Li Battiati (CT), 12 Luglio 2022

Spett.le
Azienda Sanitaria Provinciale
di Enna
Viale Diaz, 7
ENNA (EN)

Oggetto: Vs. comunicazione a mezzo PEC Protocollo nr: 71888 - del 07/07/2022 - Conformità' tecnica della offerta della ditta Altea - Accesso atti di gara - RDO 2937237 - Gara strumentario - LOTTO 2

La sottoscritta Sig.ra Anna Amore nata a Catania il 26.07.1962 residente in Catania, Via San Zenone n. 33, Codice Fiscale MRANNA62L66C351V, nella sua qualità di Amministratore Unico della Ditta "ANDROMEDICA s.r.l." avente sede legale in Sant' Agata Li Battiati (CT), Via J. F. Kennedy n. 43, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03552910873, numero di telefono 0957251511, numero di fax 0957257968, indirizzo email: info@andromedica.it, indirizzo di posta elettronica certificata: andromedica@messagingpec.it, identificativo NSO: andromedica@legalmail.it, iscritta alla C.C.I.A.A. di Catania, dal 16.02.1999 col n. 8175/1999, R.E.A. n. 242018, con riferimento alla procedura in oggetto, per LOTTO 2, facendo seguito alla Vs. comunicazione a mezzo PEC Protocollo nr: 71888 - del 07/07/2022 - ASP_ENNA - Azienda Sanitaria Provinciale di Enna RDO 2937237 - Strumentario Chirurgico - Accesso agli atti - Riscontro.",

FA PRESENTE QUANTO SEGUE:

Dall'esame dell'offerta economica dettagliata della ditta ALTEA, dal controllo di quanto offerto **NON SI EVINCE LA CONFORMITÀ A QUANTO RICHIESTO** per i seguenti motivi:

PER QUANTO RIGUARDA IL CONTENITORE DA STERILIZZAZIONE CON ACCESSORI non risulta conformità per alcune importanti caratteristiche richieste e inoltre alcuni articoli vengono offerti in quantità inferiore a quanto richiesto:

- viene richiesto un contenitore con caratteristiche che non si evincono dalla descrizione in offerta (tipo e durata del sistema di barriera antigermi, distanza dei punti di attacco della maniglie di presa, etc.), bisognerebbe verificare se tale descrizione è presente nella documentazione tecnica presentata dalla ditta Altea.
- vengono richieste n. 2 targhette di codifica autoclavabili, ciascuna ordinabile con testo a scelta lungo fino ad almeno 10 caratteri e con codice colore a scelta fra almeno 8 colori disponibili, il cui testo e codice colore devono poter essere indicati successivamente nell'ordine; **VIENE INVECE OFFERTA UNA SOLA TARGHETTA (anziché 2), OLTRETUTTO SENZA DICITURA** (in offerta viene espressamente specificato che la targhetta proposta 55-443-20-04 non ha possibilità di dicitura), **E UN SOLO CONTRASSEGNO (anziché 2) DI COLORE ROSSO 55-443-12-04** (senza dare possibilità di scelta colore fra 8 colori disponibili). Pertanto **non è possibile inserire una targhetta su due lati del contenitore, né scegliere la dicitura che identifica il contenuto, né scegliere il codice colore sulla base delle esigenze di reparto.**
APPARE EVIDENTE CHE QUANTO OFFERTO NON PUÒ IN ALCUN MODO ESSERE CONSIDERATO EQUIVALENTE NÉ TANTOMENO MIGLIORATIVO RISPETTO A QUANTO RICHIESTO:
 - non si può asserire che le targhette offerte senza testo siano equivalenti o migliorative rispetto a quelle richieste con testo a scelta lungo fino ad almeno 10 caratteri,
 - non si può asserire che offrire il solo codice colore rosso sia equivalente o migliorativo rispetto a codice colore richiesto con possibilità di scelta fra almeno 8 colori disponibili,
 - non si può asserire che offrire soltanto n. 1 targhetta con codice colore sia equivalente o migliorativo rispetto alla richiesta di n. 2 targhette richieste.
- vengono richieste targhette di registro autoadesive, ma non si vince che quelle offerte siano autoadesive

Ci sono inoltre alcuni strumenti offerti le cui dimensioni superano la tolleranza massima del 5% rispetto alle misure richieste, nonostante nella lettera di invito di gara sia espressamente specificato, per il lotto 2, che è ammessa una tolleranza massima del 5% (cinque percento) rispetto alle misure richieste:

- Viene richiesto, per il contenitore di sterilizzazione, un vassoio reticolato di altezza con piedini compresa fra 45mm e 6,5mm; il vassoio offerto risulta di altezza 44 mm senza piedini; non si evince che l'altezza con piedini sia conforme a quanto richiesto. Bisognerebbe verificare se tale descrizione è presente nella documentazione tecnica presentata dalla ditta Altea. Dal codice offerto sembrerebbe che si tratti di un articolo KLS Martin, e in questo caso l'altezza del vassoio, alto 44 mm senza piedini, completo di piedini aumenterebbe di ulteriori 13 mm e sarebbe quindi 57 mm, il 26% in più rispetto ai 45 mm richiesti.
- Voce 38 - viene richiesto divaricatore rettale 14 cm ma non si evincono le dimensioni di quello offerto; bisognerebbe verificare se tale indicazione è presente nella documentazione tecnica presentata dalla ditta Altea
- Voce 40 - viene richiesta scodella di misure 330x115mm ed invece quella offerta è di misure 340x180 mm, quindi supera la tolleranza massima richiesta
- Voce 41 - viene richiesta scodella di misure 147x65mm ed invece quella offerta è di misure 150x75mm, quindi supera la tolleranza massima richiesta
- Voce 43 - viene richiesta scodella 128x55mm ed invece quella offerta è di misure 110x55mm, quindi supera in negativo la tolleranza richiesta
- Voce 45 - richiesto portaghi Kilner di misura 14,5 cm ed invece quello offerto è di misure 13 cm, quindi supera in negativo la tolleranza richiesta

Ci sono inoltre alcuni strumenti offerti di modello diverso rispetto ai modelli richiesti:

- Voce 16 - richiesta pinza Mini-Adson e offerta pinza Micro-Adson
- Voce 26 e 27 - vengono richieste pinze modello Kocher-Nippon mentre vengono offerte pinze modello Rochester Ochsner (le pinze Kocher-Nippon sono più sottili di quelle Rochester Ochsner)
- Voce 30 - viene richiesto il modello di pinza O'Shaughnessy ed invece viene offerto il modello Mixer Baby
- Voce 39 - per il modello di forbice Toennis-Adson ceramizzato vengono esplicitamente richieste un tipo di lame e la durezza di almeno 2.800 Vickers (HV) che non si evincono dalla descrizione di quanto offerto
- Voce 44 - viene richiesta bacinella reniforme con coperchio; dal codice sembrerebbe che sia stato offerto un articolo Medicon, che tuttavia, contrariamente a quanto descritto in offerta, non ci risulta essere completa di coperchio a pomolo richiesto insieme alla bacinella reniforme; bisognerebbe quindi verificare dalla documentazione tecnica presentata dalla ditta Altea.

PERTANTO

Per quanto sopra la scrivente chiede che l'offerta della ditta Altea venga dichiarata NON CONFORME a quanto richiesto, e si proceda ad aggiudicare il lotto 2 alla ditta Andromedica.

In caso contrario, la scrivente chiede che ci venga inviata la copia della seguente documentazione della ditta Altea da noi richiesta in vista di un eventuale difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura in oggetto, secondo quanto stabilito dall'Art. 53 Comma 6 del D.lgs. n° 50 del 2016: tutta la documentazione amministrativa, tutta la documentazione tecnica, offerta economica, documento di consegna con firma del destinatario per la campionatura presentata.

Restiamo in attesa di un Vs. riscontro.

Distinti saluti.

ANDROMEDICA s.r.l.
L'AMMINISTRATORE UNICO