



## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ENNA

**Ospedale F.B.C. – Leonforte**

**U.O.S. di Chirurgia Generale**

*Responsabile Dott. S.Campagna*

All'U.O.C Servizio Provveditorato  
Asp Enna

In riferimento alla richiesta di integrazione parere di conformità PROT. N° 0074656 del 15.07.2022, relativa alla fornitura di ferri chirurgici RDO 2937237-Lotto 2 si conferma quanto segue:

-Premesso che, a seguito di vostra richiesta, a mezzo mail aziendale (indirizzo: [chirurgia.fbc@asp.enna.it](mailto:chirurgia.fbc@asp.enna.it)) già in data 16/03/2022, si era provveduto ad inviare valutazione di conformità e che successivamente, in data 31/03/2022, è stata inviata integrazione del parere di conformità (su ulteriore richiesta da parte del Servizio Provveditorato);

-Premesso che, come già espresso nella nota, inviata per mezzo mail, del 16/03/2022, “dalla valutazione generale delle tre offerte, lo strumentario chirurgico da noi richiesto risulta, in linea di massima, conforme a quello presentato da tutte e tre le ditte in gara, potendone pertanto definire, da parte nostra, l’equipollenza e lasciando il giudizio ultimo all’amministrazione aziendale per la contrattazione con il miglior offerente”;

-Preso atto della delibera N°816 del 30/05/2022 con cui l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, promuove aggiudicataria della procedura di gara, per il lotto 2, la Ditta Altea S.r.l.;

-Preso visione della nota inviata dalla Ditta Andromedica al Servizio di Provveditorato a mezzo Pec e pervenuta al protocollo n. 73338 del 12/07/2022, con la quale la stessa Ditta Andromedica esprime le motivazioni secondo cui, dal controllo effettuato, non si evince la conformità della ditta Altea a quanto richiesto;



## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ENNA

**Ospedale F.B.C. – Leonforte**  
**U.O.S. di Chirurgia Generale**

*Responsabile Dott. S.Campagna*

Si provvede a ad eseguire attenta revisione delle schede tecniche della ditta Altea S.r.l, come da vostra richiesta.

Si elencano, di seguito, le varie motivazioni prese in esame dalla Ditta Andromedica ed a ciascun punto si esprime risposta:

- ✓ PER QUANTO RIGUARDA IL CONTENITORE DA STERILIZZAZIONE CON ACCESSORI non risulta conformità per alcune importanti caratteristiche richieste e inoltre alcuni articoli vengono offerti in quantità inferiore a quanto richiesto: viene richiesto un contenitore con caratteristiche che non si evincono dalla descrizione in offerta (tipo e durata del sistema di barriera distanza dei punti di attacco della maniglie di presa, etc.), bisognerebbe verificare se tale descrizione è presente nella documentazione tecnica presentata dalla ditta Altea.

RISPOSTA: La scheda tecnica presentata dalla Ditta Altea è esaustiva delle caratteristiche. L'offerta economica dettagliata riporta lo stesso codice di prodotto offerto dalla Ditta Andromedica. Quindi il prodotto offerto dalla Ditta Altea è conforme.

- ✓ Vengono richieste n. 2 targhette di codifica autoclavabili, ciascuna ordinabile con testo a scelta lungo fino ad almeno 10 caratteri e con codice colore a scelta fra almeno 8 colori disponibili, il cui testo e codice colore devono poter essere indicati successivamente nell'ordine; VIENE INVECE OFFERTA UNA SOLA TARGHETTA(anziché 2), OLTRETUTTO SENZA



## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ENNA

**Ospedale F.B.C. – Leonforte**  
**U.O.S. di Chirurgia Generale**

*Responsabile Dott. S.Campagna*

---

DICITURA (in offerta viene espressamente specificato che la targhetta proposta 55-443-20-04 non ha possibilità di dicitura), E UN SOLO CONTRASSEGNO (anziché 2) DI COLORE ROSSO 55-443-12-04 (senza dare possibilità di scelta colore fra 8 colori disponibili). Pertanto non è possibile inserire una targhetta su due lati del contenitore, né scegliere la dicitura che identifica il contenuto, né scegliere il codice colore sulla base delle esigenze di reparto. APPARE EVIDENTE CHE QUANTO OFFERTO NON PUÒ IN ALCUN MODO ESSERE CONSIDERATO EQUIVALENTE NÉ TANTOMENO MIGLIORATIVO RISPETTO A QUANTO RICHIESTO:

- ◆ non si può asserire che le targhette offerte senza testo siano equivalenti o migliorative rispetto a quelle richieste con testo a scelta lungo fino ad almeno 10 caratteri,
- ◆ non si può asserire che offrire il solo codice colore rosso sia equivalente o migliorativo rispetto a codice-colore richiesto con possibilità di scelta fra almeno 8 colori disponibili,
- ◆ non si può asserire che offrire soltanto n. 1 targhetta con codice colore sia equivalente o migliorativo rispetto alla richiesta di n. 2 targhette richieste.

RISPOSTA: La Ditta Altea, al momento della presentazione della campionatura, ha specificato che è stato offerto il pacchetto completo e che le targhette che saranno consegnate sono 2, come richiesto in capitolato. Il capitolato, proprio in considerazione di ciò, prevedeva che, in caso di mancata indicazione, si intenderà da fornire senza testo e con codice colore rosso. Quindi l'offerta della Ditta Altea è conforme.





## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ENNA

**Ospedale F.B.C. – Leonforte**  
**U.O.S. di Chirurgia Generale**

*Responsabile Dott. S.Campagna*

---

- ✓ Vengono richieste targhette di registro autoadesive, ma non si evince che quelle offerte siano autoadesive

RISPOSTA: La Ditta Altea offre lo stesso identico prodotto (con lo stesso codice) di quello offerto dalla Ditta Andromedica. Il prodotto consegnato, infatti riporta queste caratteristiche. Quindi l'offerta della Ditta Altea è conforme.

- ✓ Ci sono inoltre alcuni strumenti offerti le cui dimensioni superano la tolleranza massima del 5% rispetto alle misure richieste, nonostante nella lettera di invito di gara sia espressamente specificato, per il lotto 2, che è ammessa una tolleranza massima del 5% (cinque percento) rispetto alle misure richieste:

Viene richiesto, per il contenitore di sterilizzazione, un vassoio reticolato di altezza con piedini compresa fra 45mm e 6,5mm; il vassoio offerto risulta di altezza 44 mm senza piedini; non si evince che l'altezza con piedini sia conforme a quanto richiesto. Bisognerebbe verificare se tale descrizione è presente nella documentazione tecnica presentata dalla ditta Altea. Dal codice offerto sembrerebbe che si tratti di un articolo KLS Martin, e in questo caso l'altezza del vassoio, alto 44 mm senza piedini, completo di piedini aumenterebbe di ulteriori 13 mm e sarebbe quindi 57 mm, il 26% in più rispetto ai 45 mm richiesti.

RISPOSTA: La misura 6,5 mm è chiaramente un errore materiale di battitura riportato in capitolato. La corretta dimensione è 65mm, quindi entro il range di tolleranza dichiarato anche con i piedini. Quindi l'offerta della Ditta Altea è conforme.



## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ENNA

**Ospedale F.B.C. – Leonforte**  
**U.O.S. di Chirurgia Generale**

*Responsabile Dott. S.Campagna*

---

- ✓ Voce 38 - viene richiesto divaricatore rettale 14 cm ma non si evincono le dimensioni di quello offerto; bisognerebbe verificare se tale indicazione è presente nella documentazione tecnica presentata dalla ditta Altea

RISPOSTA: In fase di verifica della campionatura è stato appurato che il prodotto è conforme alla richiesta dell'ASP di Enna. Quindi l'offerta della Ditta Altea è conforme.

- ✓ Voce 40 viene richiesta scodella di misure 330x115mm ed invece quella offerta è di misure 340x180 mm, quindi supera la tolleranza massima richiesta

RISPOSTA: In fase di verifica della campionatura è stato appurato che la capacità di contenere liquidi fosse identica, al di là delle dimensioni dichiarate. Infatti la capacità dei prodotti offerti da entrambe le ditte è identica di n. 8 litri. Quindi l'offerta della Ditta Altea è conforme.

- ✓ Voce 41 - viene richiesta scodella di misure 147x65mm ed invece quella offerta è di misure 150x75mm, quindi supera la tolleranza massima richiesta

RISPOSTA: In fase di verifica della campionatura è stato appurato che la maggiore capacità di contenere liquidi fosse un vantaggio, e che le maggiori dimensioni fossero ininfluenti nell'utilizzo. Quindi l'offerta della Ditta Altea è stata ritenuta conforme.

- ✓ Voce 43 - viene richiesta scodella 128x55mm ed invece quella offerta è di misure 110x55mm, quindi supera in negativo la tolleranza richiesta



## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ENNA

**Ospedale F.B.C. – Leonforte**  
**U.O.S. di Chirurgia Generale**

*Responsabile Dott. S.Campagna*

RISPOSTA: In fase di verifica della campionatura è stato appurato che la maggiore capacità di contenere liquidi fosse un vantaggio, e che le maggiori dimensioni fossero ininfluenti nell'utilizzo. Quindi l'offerta della Ditta Altea è stata ritenuta conforme.

- ✓ Voce 45 - richiesto portaghi Kilner di misura 14,5 cm ed invece quello offerto è di misure 13 cm, quindi supera in negativo la tolleranza richiesta

RISPOSTA: In fase di verifica della campionatura è stato appurato che la dimensione del portaghi offerto è conforme in quanto la misura rilevata è compresa tutta l'estensione data la forma particolare che assume con la curvatura utile all'impiego chirurgico. Quindi l'offerta della Ditta Altea è stata ritenuta conforme.

- ✓ Ci sono inoltre alcuni strumenti offerti di modello diverso rispetto ai modelli richiesti:

- Voce 16 - richiesta pinza Mini-Adson e offerta pinza Micro-Adson

RISPOSTA: la dizione "Mini" è equivalente a "Micro". Quindi l'offerta della Ditta Altea è stata ritenuta conforme.

- Voce 26 e 27 - vengono richieste pinze modello Kocher-Nippon mentre vengono offerte pinze modello Rochester Ochsner (le pinze Kocher-Nippon sono più sottili di quelle Rochester Ochsner)

RISPOSTA: In fase di verifica della campionatura è stato appurato che la robustezza delle pinze offerte, potesse essere considerata come offerta migliorativa rispetto a quanto richiesto in capitolato. Quindi l'offerta della Ditta Altea è stata ritenuta conforme.





## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ENNA

**Ospedale F.B.C. – Leonforte**  
**U.O.S. di Chirurgia Generale**

*Responsabile Dott. S.Campagna*

- Voce 30 - viene richiesto il modello di pinza O'Shaugnessy ed invece viene offerto il modello Mixer Baby

RISPOSTA: In fase di verifica della campionatura è stato appurato che il modello Mixer Baby offerto presenta la medesima curvatura e dimensione del morso della pinza O'Shaugnessy. Quindi l'offerta della Ditta Altea è stata ritenuta conforme.

- Voce 39 - per il modello di forbice Toennis-Adson ceramizzato vengono esplicitamente richieste un tipo di lame e la durezza di almeno 2.800 Vickers (HV) che non si evincono dalla descrizione di quanto offerto

RISPOSTA: In fase di verifica della campionatura è stato appurato che la durezza della forbice è di 3,300 Vickers. Quindi l'offerta della Ditta Altea è stata ritenuta conforme.

- Voce 44 - viene richiesta bacinella reniforme con coperchio; dal codice sembrerebbe che sia stato offerto un articolo Medicon, che tuttavia, contrariamente a quanto descritto in offerta, non ci risulta essere completa di coperchio a pomolo richiesto insieme alla bacinella reniforme; bisognerebbe quindi verificare dalla documentazione tecnica presentata dalla ditta Altea.

RISPOSTA: In fase di verifica della campionatura è stato appurato che la bacinella con coperchio con maniglia che si è ritenuta quale sistema di impugnatura equivalente al pomolo. Quindi l'offerta della Ditta Altea è stata ritenuta conforme.

In conclusione, si ribadisce che l'U.O., avendo espresso parere di conformità equipollente per tutte le ditte in gara (Altea, Andromedica ed Ortomedica) già sin dalla prima valutazione effettuata in data 16/03/2022, si attiene alle disposizioni



## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ENNA

**Ospedale F.B.C. – Leonforte**  
**U.O.S. di Chirurgia Generale**

*Responsabile Dott. S. Campagna*

Aziendali ritenute più idonee e congrue relativamente alla fornitura e all'utilizzo dello strumentario chirurgico richiesto, atteso che lo stesso strumentario dovrà essere utilizzato per l'attività chirurgica prevalente dell'U.O. (chirurgia ambulatoriale e day surgery) in sostituzione di quello attualmente in uso (per gran parte usurato ed obsoleto).

Distinti Saluti

Il Responsabile dell'U.O.

**AUSL 4 ENNA** Dott. S. Campagna  
**Dr. SALVATORE CAMPAGNA**  
**UO Chirurgia Osp. Leonforte**  
**Cod. Reg. 61694/1**