



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
E N N A**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni  
Tel 0935/520200 – Tel 0935/520711

**U.O.C. Servizio Provveditorato**

Responsabile del Procedimento  
Dott. Antonio Zingali  
0935/520200  
email: antonio.zingali@asp.enna.it  
Responsabile U.O.S. Gare Beni  
Dott.ssa Francesca La Paglia  
Tel 0935/520711  
email: provveditorato@asp.enna.it  
direttore.provveditorato@asp.enna.it

Enna li,  
Viale Diaz n° 7/9– Cap. 94100  
Enna

Protocollo  
Riscontro alla nota  
Del  
**Oggetto:**

n. ....  
.....

Richiesta di offerta per la fornitura di n. 1 apparecchio  
audiometro per l'ASP di Enna.

Spett.le ditta

Si prega codeste spettabili ditte a far pervenire offerta economica sul ME.PA. per la fornitura di n.1  
apparecchio audiometro diagnostico per l' ASP di Enna. **(Vedi allegato A)**

Si precisa che le specifiche tecniche nell'allegato "A" indicate si devono intendere espresse ai  
sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., cioè seguendo pedissequamente il seguente assunto,  
elaborato dalla dottrina e fatto proprio da questa Stazione appaltante:

*L'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto consente alla stazione appaltante  
di disporre di un parametro di riferimento sulla cui base poter procedere alla valutazione delle  
offerte ricevute e, successivamente, verificare la corrispondenza tra quanto richiesto e la  
prestazione ricevuta dall'aggiudicatario.*

*Diversamente, sotto il secondo profilo, l'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto  
dell'appalto permette agli operatori economici di poter circoscrivere la propria  
offerta verificando, eventualmente, la legittimità dell'aggiudicazione.*

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna  
Tel. 0935/520200 – Tel 0935/520711



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni  
Tel 0935/520200 – Tel 0935/520711

*La formulazione delle specifiche tecniche deve avvenire nel rispetto delle regole della corretta concorrenza tra gli operatori economici del mercato e, di conseguenza, nel rispetto dei principi in cui la concorrenza è tradizionalmente declinata, quali il principio di non discriminazione, il principio di parità di trattamento e il principio di massima partecipazione.*

*La descrizione delle caratteristiche tecniche del bene oggetto dell'appalto, dunque, non esclude dalla valutazione quelle offerte il cui contenuto sia comunque strutturalmente e funzionalmente corrispondente a quanto richiesto con la presente richiesta d'offerta e deve intendersi coerente con la c.d. clausola di equivalenza, ovverosia con l'esigenza che sia prevista la possibilità, per i concorrenti, di offrire beni e servizi con caratteristiche equivalenti rispetto a quelle richieste.*

*Conseguentemente la stazione appaltante valuterà se quanto offerto dai partecipanti alla gara possa ritenersi equivalente alle caratteristiche della prestazione o del bene indicate nelle specifiche tecniche.*

*Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, infatti, la clausola di equivalenza si ritiene applicabile "qualora siano inserite nella lex specialis di gara specifiche tecniche a tal punto dettagliate da poter individuare un dato prodotto in maniera assolutamente precisa (con una fabbricazione o una provenienza determinata, o un procedimento particolare, con riferimento a un marchio o a un brevetto)", al fine di favorire la presentazione di una proposta "che ottemperi in maniera equivalente agli stessi requisiti".*

*Il principio di equivalenza, pertanto, è vincolante per l'amministrazione solo qualora il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari predispongano una descrizione sì particolareggiata e puntuale al punto che "avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti".*

*L'onere della prova dell'equivalenza grava sull'offerente, residuando invero in capo alla stazione appaltante la valutazione circa la conformità del contenuto dell'offerta rispetto all'oggetto dell'appalto così come descritto nelle specifiche tecniche, senza che possa ravvisarsi in capo alla stessa un onere di attività di indagine circa l'asserita equivalenza.*

*Contemporaneamente con l'orientamento maggioritario della giurisprudenza si precisa che l'equivalenza non può essere meramente affermata dall'impresa partecipante alla gara, bensì "va dimostrata in modo rigoroso con una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto, e comunque deve formare oggetto di apposita dichiarazione allegata all'offerta", con la conseguenza che "sin dal momento della presentazione dell'offerta, il concorrente che offre prodotti equivalenti deve fornire una prova idonea a dimostrare l'equivalenza allegata", in assenza della quale è legittima l'automatica esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica.*

*In ossequio a tale principio, quindi nell'offerta deve essere data prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte corrispondano in maniera equivalente ai requisiti richiesti dalle specifiche tecniche".*



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni  
Tel 0935/520200 – Tel 0935/520711

### **PREMESSE**

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 60, commi I e 3 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. RDO ME.PA. - e con applicazione del criterio dell'offerta individuata sulla base del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 — Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) e ss.mm.ii., anche in presenza di una sola offerta valida..

*Il Responsabile dei procedimenti, ai sensi dell'art. 31 del Codice del appalti, è il Collaboratore amministrativo Prof.le Dott. Antonio Zingali (tel. 0935/520200) email: [antonio.zingali@asp.enna.it](mailto:antonio.zingali@asp.enna.it) .*

### **Chiarimenti**

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare a mezzo piattaforma telematica ME.PA., almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art.74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione sulla piattaforma telematica utilizzata. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

### **Comunicazioni**

Ai sensi dell'art, 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite la piattaforma telematica ME.PA.

Eventuali modifiche dell'indirizzo pec/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rate o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni  
Tel 0935/520200 – Tel 0935/520711

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'afferente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

*La documentazione per la partecipazione alla gara dovrà essere presentata secondo le modalità di seguito esplicitate.*

**Documentazione richiesta in sede di gara**

**Nel campo documentazione amministrativa** dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, comprensiva della dichiarazione di regolarità contributiva con indicazione dei nn. iscrizione INPS e INAIL, sedi e numero dei dipendenti o copia del DURC come da allegato (modello B), inserito nella documentazione richiesta;
- Patto d'integrità anticorruzione;
- Mod. Tracciabilità dei flussi finanziari;
- Lettera d'invito/capitolato tecnico;

**Nel campo documentazione tecnica** dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Offerta economica senza prezzi, con indicazione di marca e nome della ditta produttrice;
- Scheda tecnica dei prodotti offerti, depliant;
- CND e repertorio (ove previsto);
- RCP (riassunto caratteristiche prodotti).

**Nel campo offerta economica** dovrà essere inserita la sotto citata documentazione :

- Offerta economica come generata dal sistema comprensiva del prezzo complessivo per l'intero lotto, Iva esclusa;
- offerta dettagliata dei singoli beni con indicazione della marca, modello e nome della ditta produttrice, prezzo unitario e percentuale di sconto applicata, corredata dalla dichiarazione attestante che le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti corrispondono a quelle riportate nelle schede tecniche redatte dalla casa madre.
- Template compilato;
- il prezzo dovrà comprendere: consegna franco magazzino e quant'altro connesso alla fornitura;
- L'aggiudicazione avverrà in favore della ditta che avrà presentato l'offerta più bassa previa verifica della corrispondenza delle caratteristiche tecniche richieste.

Si precisa che non verranno prese in considerazione schede tecniche redatte dalla ditta concorrente nel caso in cui la stessa risulti essere solo rivenditore dei prodotti offerti e non risulti essere produttrice del



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni  
Tel 0935/520200 – Tel 0935/520711

prodotto proposto o distributore nazionale o importatore. Le stesse ditte potranno predisporre eventuali traduzioni dei depliant e delle schede tecniche.

Si valuterà soltanto quanto rilevato nelle schede tecniche redatte dalla ditta produttrice o distributore nazionale o importatore. La mancata rilevazione del marchio, del timbro, del logo o quant'altro, faranno ritenere le schede tecniche come anonime e pertanto non valutabili. Non saranno altresì, valutate schede tecniche o depliant recanti correzioni dei dati a penna o a mezzo targhetta autoadesiva, dati trascritti ex novo o aggiunti o sovrapposti a penna.

Le schede tecniche dei prodotti offerti dovranno consentire di risalire ai medesimi codici indicati nell'offerta. Nel caso in cui il codice indicato nella copia dell'offerta con e senza prezzi dovesse risultare inesistente ovvero diverso da quello del depliant o scheda tecnica il bene verrà giudicato " **non valutabile**".

#### **Criterio di aggiudicazione**

La gara viene espletata ai sensi dell'art.95, comma 4, lett.b del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e l'aggiudicazione avverrà in favore della Ditta che avrà praticato il prezzo più basso, rispetto a quello posto a base d'asta. Il prezzo complessivo del lotto è il prodotto risultante dalla somma di tutti i prezzi unitari che saranno indicati.

La fornitura verrà aggiudicata per l'intero lotto, unico ed indivisibile, anche in presenza di una sola offerta valida.

**L'aggiudicazione definitiva** è condizionata dalla verifica dell'inesistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia o di altre cause ostative derivanti dalla condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari o ancora per uno dei delitti richiamati dall'art. 32 quater c.p. ai quali consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero alla regolare posizione tributaria, nonché al rispetto della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e previdenziale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare l'eventuale ribasso d'asta per la fornitura di altri beni alla ditta aggiudicataria, agli stessi prezzi, patti e condizioni offerti in sede di gara.

#### **Adempimenti successivi all'aggiudicazione:**

- La formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà attraverso la stipula del contratto nei modi e nelle forme di legge da registrare solo in caso d'uso;
- La ditta dovrà versare, ai sensi dell'art.103, del D.Lgs n.50/2016, una garanzia pari al 10% dell'importo dell'affidamento sotto forma di fideiussione bancaria/ assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, o, in alternativa, mediante bonifico bancario della somma indicata sul conto corrente aziendale intestato all'Asp di Enna, viale Diaz 7/9 N.-

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna

Tel. 0935/520200 – Tel 0935/520711



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni  
Tel 0935/520200 – Tel 0935/520711

IT53S010051680000000218000. La garanzia fideiussoria deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c. nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;

- **la fornitura dovrà essere eseguita a seguito di esplicito ordine informatico (N.S.O) da parte del magazzino di competenza;**
- **consegna e posa in opera entro 20 gg. Lavorativi dalla data dell'ordine;**
- **pagamento: entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della fattura, senza che maturino a carico dell'azienda interessi moratori, che dovrà pervenire dopo il ricevimento e collaudo, con esito positivo, dei beni forniti, le verifiche di Legge delle forniture e gli adempimenti amministrativi;**
- Le forniture dovranno essere consegnate entro il termine perentorio di 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine. Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna del bene oggetto del presente contratto. In caso di ritardo, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, applicherà a carico del fornitore una penale nella misura giornaliera dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, le penali non potranno comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Trascorso questo termine, la mancata consegna della merce, comporterà il passaggio al secondo migliore offerente, con oneri a carico della ditta inadempiente;
- Successivamente alla consegna i beni saranno sottoposti a collaudo tecnico di un tecnico incaricato dall'Azienda e dalla Ditta affidataria;
- Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell'impresa, quali scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati e, perciò influenti nelle forniture e nelle prestazioni di servizi, debbono essere tempestivamente segnalate o documentate.
- Questa Azienda, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di acquistare i beni nel libero mercato, addebitando gli eventuali maggiori costi al fornitore inadempiente.
- Il controllo sulla quantità e qualità dei prodotti forniti spetta al Direttore dell'esecuzione del contratto, anche su segnalazione dell'U.O. utilizzatrice; in ogni caso, la ditta aggiudicataria è tenuta a prestare sui prodotti consegnati idonea garanzia da tutti gli inconvenienti non derivanti da cause di forza maggiore; in caso di merce contestata, in quanto ritenuta non conforme, la ditta è obbligata, a propria cura e spese, al ritiro ed alla sostituzione con materiale conforme entro 5 giorni dalla contestazione.



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni  
Tel 0935/520200 – Tel 0935/520711

- In caso contrario, saranno applicate le penali sopra previste. Il regolare utilizzo delle attrezzature e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.
- Tutti i beni oggetto della presente gara devono essere coperti da garanzia per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla data del collaudo /accettazione positivo degli stessi.

*L'Azienda può chiedere la risoluzione del contratto:*

- a) in qualunque momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile;
- b) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto deliberativo;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratorie e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- e) nei casi di cessione e di subappalto non autorizzati dall'Azienda;
- f) nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- g) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti;
- h) in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione;
- i) in caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'affidataria, l'Azienda ha diritto di incamerare, ove previsto, il deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di essa, anche in danno dell'inadempiente.

Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile, il Direttore Generale potrà, a suo insindacabile giudizio, non stipulare alcun contratto, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o convenienti, sotto il profilo tecnico-economico, i risultati dell'attività negoziale.

E' fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, etc.), che potrà essere attivato senza che le concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento od altro.

E' fatto espresso divieto di **cessione del credito**, fatta salva l'esistenza di carenza di liquidità che non consenta il rispetto dei termini di pagamento.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, in relazione al contratto di cui alla presente procedura, è competente esclusivamente il Foro di Enna.



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni  
Tel 0935/520200 – Tel 0935/520711

**La Fattura dovrà essere intestata a: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA –  
V.LE DIAZ, 7/9 – 94100 – ENNA – P.I. 01151150867**


IVA: a carico dell'A.S.P.

**Segue allegato A**

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Antonio Zingali

Il Responsabile U.O.S. Gare Beni  
Dott.ssa Francesca La Paglia

Il Direttore  
U.O.C. Servizio Provveditorato  
Dott.ssa Maria Concetta Perna



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni  
Tel 0935/520190

**ALLEGATO A**

1. Audiometro Diagnostico Caratteristiche Minime necessarie:
2. Audiometro diagnostico a due canali indipendenti PC BASED collegabile a Computer PC
3. Software dedicato (aggiornabile ed implementabile ) per l' esecuzione dei test clinici , la gestione del DATABASE dei pazienti e la creazione della reportistica necessaria
4. Caratteristiche tecniche e test eseguibili:
5. AC, BC e campo Libero
6. campo di frequenze 125Hz — 8kHz — ; intensità da —10 a 120 dB, 1 e S dB step
7. Esame Vocale con Lista parole integrata, incluso QuickSIN™
8. Modalità di assistenza e simulazioni
9. Relazioni Otosuite
10. Masking Assistant™ e il calcolo della soglia media dei suoni puri come punto di partenza per gli esami vocali al fine di fornire un flusso di lavoro più automatizzato
11. -Dotato di amplificatore integrato nell' audiometro , per consentire il facile l'utilizzo ed il collegamento di Altoparlanti PASSIVI per evitare disturbi di rete sulle casse per esecuzione di test in Campo libero
12. Il Sistema dovrà permettere l'accesso a nuovi aggiornamenti software per eventuali implementazione dei test
13. Audiometria vocale, con visualizzazione lista parole a monitor PC , Materiale Vocale già inserito nel software e registrazione Vocale LIVE
14. Sistema di comunicazione con il paziente tramite specifico microfono e cuffia monitor
15. Stimolo rumore FRESH: Disponibile per l'intero intervallo di frequenze nella gamma specificata per il trasduttore (per SF 125 - 8.000 Hz). Precisione 0,3%
16. Mascheramento rumore banda stretta: Disponibile per ciascuna frequenza di stimolo.
17. Risoluzione frequenza: da 125 a 8.000 Hz a frequenze standard
18. Tipi di stimolo
19. Audiometria tonale Tono, warble, tono pulsato, warble pulsato, rumore FRESH
20. Scala Loudness Warble, ISTS, rumore FRESH
21. Tipi di mascheramento
22. AC, BC, SF: Rumore banda stretta (correlato) Rumore ponderato vocale (correlato)
23. Rumore bianco (rumore a banda larga) (correlato)  
Modulazione dello stimolo  
FM (trillo): Tasso e profondità di modulazione regolabili

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna  
Tel. 0935/20200





Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**E N N A**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni  
Tel 0935/520190

24. Rate di modulazione: 1-20 Hz
25. Profondità di modulazione: 1-25% della frequenza centrale
26. SISI: Incrementi di 5,2 e 1dB
27. Presentazione del segnale
28. Precisione del livello sonoro
29. Intervallo intero del livello (AC):125- 5000 Hz
30. Intervallo intero del livello (BC):250- 4000 Hz
31. Attenuatore
32. Risoluzione con incrementi di 1 o 5 dB
33. Intervallo HL
34. Trasduttori selezionabili
35. AC: Cuffie TDH 39 e cuffie inserto
36. BC: Vibratore osseo (mastoide)
37. SF: altoparlante passivo in campo libero.

**Importo a base d'asta: € 2.800,00) IVA esclusa**  
**CIG: Z4333853AE**

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna  
Tel. 0935/20200

