



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA
C.F. 01151150867
www.asp.enna.it

U.O.C. Servizio Provveditorato
Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato
Dott.ssa Maria Concetta Perna
e-mail: direttore.provveditorato@asp.enna.it
provveditorato@pec.asp.enna.it
U.O.S. Gare Beni
Responsabile U.O.S. Gare Beni
Dott.ssa Francesca La Paglia
tel. 0935/520711
e-mail: francesca.lapaglia@asp.enna.it

Alle Ditte interessate

INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA U.O. ORL – ASP ENNA.

Questa Azienda intende procedere ad indire gara a procedura aperta per l'acquisto delle attrezzature di seguito elencate da destinare all'U.O. ORL – Asp di Enna.

A tal fine si intende effettuare un'indagine di mercato, finalizzata ad individuare una congrua base d'asta, (prezzi unitari) e a verificare il rispetto del principio di concorrenza al fine di consentire alle ditte interessate di poter partecipare alla procedura di gara. Si invitano quindi gli operatori economici a presentare il preventivo di spesa e a rappresentare osservazioni in ordine alle specifiche tecniche al fine di consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di un'eventuale rivisitazione delle caratteristiche tecniche.

Attrezzature in oggetto:

- **Screening audiologico infantile**, da destinare alla U.O. Otorinolaringoiatra del P.O. "Umberto I" di Enna, comprendente di:
 - 1) Strumentazione portatile per la registrazione combinata di otoemissioni acustiche (TEOAE/DPAOE) e potenziali evocati uditivi del tronco encefalico di tipo automatico (AABR);
 - 2) Dispositivo per potenziali evocati auditivi;
 - 3) Impedenzometro clinico;
 - 4) Dispositivo per rilevazione otoemissioni acustiche;
 - 5) Audiometro clinico completo dotato di sistema VRA per audiometria infantile.

- **Cabina silente** per l'esecuzione di esami audiologici, da destinare all'Ambulatorio ORL del P.O. "Basilotta" di Nicosia, aventi le seguenti caratteristiche:
 - Telaio strutturale in alluminio coibentato con materiali isolanti;
 - Pannelli esterni bianchi, ad alta resistenza, ignifughi e lavabili;
 - Imbottitura interna composta da fibra insonorizzata, resistente, ignifuga e lavabile;
 - Porta a chiusura magnetica reversibile con apertura di dimensioni 75x200 cm (LxA);
 - Finestra con doppi vetri antisfondamento (58x88 cm);
 - Basamento multistrato poggiate su 4 piedi antivibranti regolabili;

- Passacavi insonorizzato universale;
- Impianto d'illuminazione con luce LED a basso consumo;
- Dimensioni:
esterne: 107 x 107 x 217 cm (L x P x A)
interne: 92 x 92 x 201 cm (L x P x A)
area di base: 1.14 m²
peso: 290 Kg

Data l'urgenza si chiede di trasmettere il preventivo entro e non oltre il 04/07/2022, al seguente indirizzo di posta elettronica: provveditorato@pec.asp.enna.it.
Per info tel. 0935/520131 - 520711

Il Responsabile U.O.S. Gare Beni

Dott.ssa Francesca La Paglia

