



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

DETERMINA N 433 DEL 09 GIU 2022

OGGETTO: Affidamento tramite T.D. n. 2090312 sul MEPA alla Ditta Vyair Medical s.r.l. della fornitura di una stazione di lettura, acquisizione test spirometrici e cabina pletismografica per la U.O.C. Medicina Generale del P.O. Chiello di Piazza Armerina CIG: Z5C35965E7 - F.F. 109 *109*

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

Proposta N 489445 del 08/06/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 Collaboratore Amministrativo Prof.le
 Dr. Antonio Zingali

IL RESPONSABILE U.O.S. GARE E BENI
 Dirigente Amministrativo
 Dr.ssa Francesca La Paglia
Francesca La Paglia

IL DIRETTORE
 U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO
 Dr.ssa Maria Concetta Perna
Maria Concetta Perna

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente determina.

Autorizzazione n. 5 sub 75 del 09-6-2022 C.F. C.P. ISIVERSI
1 sub 0

Il Responsabile del procedimento
 IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
 Dr. Salvatore Pistone
Salvatore Pistone

IL DIRETTORE DEL SEFP
 DIRETTORE DEL SERVIZIO
 ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE
 Dr.ssa Concetta Perna
Concetta Perna

Registro Provvisorio n. _____ del 09.06.2022

IL DIRETTORE U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

09 GIU 2022

L'anno duemilaventidue il giorno _____ del mese di _____ nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, a seguito di atto di "Delega competenze al Dirigente della UOC Servizio Provveditorato" Prot. N°431135 del 24/04/2019 del Direttore Generale Dr. Francesco Iudica.

VISTO il D. Lgs. n° 502/1992 s.m.i;

VISTA la L.R. n° 5/2009;

VISTA la Delibera n.1 del 22/09/2009 con la quale è stato approvato l'atto costitutivo dell'ASP di Enna;

VISTO l'Atto Aziendale approvato in via definitiva con delibera n. 857 del 12/06/2020, parzialmente rettificata con delibera n. 902 del 19/06/2020;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento di questa A.S.P., Area Amministrativa adottato con delibera n. 829 del 24/10/2016, che stabilisce le attività della U.O.C. Servizio Provveditorato e le competenze conseguentemente attribuite al Responsabile del predetto Servizio;

VISTO l'atto di "Delega competenze al Dirigente della UOC Servizio Provveditorato" prot. n.431135 del 24/04/2019, a firma del Direttore Generale Dr. Francesco Iudica, che conferma le competenze del Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato, definite nei superiori atti normativi e regolamentari alle quali afferisce l'adozione della presente determina;

VISTE le note del 29/09/2021 con apposto il timbro del protocollo aziendale del 30/09/2021 ed assunte al N. 87878 nella medesima data, con le quali il Dirigente Medico Pneumologo, oggi Direttore della U.O.C. Medicina Generale P.O. "Chiello" di Piazza Armerina, ha richiesto l'aggiornamento di una stazione di lettura e acquisizione di test spirometrici e l'acquisto di una cabina pletismografica, da collegare allo spirometro Encore 22D, in uso presso l'Ambulatorio di Pneumologia del P.O. Umberto I di Enna, allegando la dichiarazione di compatibilità esclusiva con il sistema in uso, la descrizione dei beni e il fornitore "Care Fusion";

DATO ATTO:

CHE le sopracitate richieste sono state autorizzate dalla Direzione Aziendale nel Piano degli Investimenti dell'anno 2021 e riportate nell'anno in corso;

CHE, per i beni da acquistare, non sono in programmazione gare che saranno esperite dall' Ufficio Speciale della "Centrale Unica di Committenza per l'Acquisizione di Beni e Servizi" Regionale, non sono in itinere gare di Bacino ai sensi della Circolare Assessoriale n. 225/2010 e dei verbali del 19/06/2020 e del 16/07/2020 del Comitato di Bacino Sicilia Orientale e non sono attive convenzioni Consip;

CHE, per quanto sopra, è stata avviata sul ME.PA, ai sensi del combinato disposto dell'art.36, comma 2 lett. a) e dell'art. 63, comma 3, lett. b) del D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. ii., la **Trattativa Diretta n. 2090312**, con la **Ditta VYAIRE MEDICAL S.r.l**, ex Care Fusion, la cui denominazione sociale è stata modificata a seguito verbale dell'Assemblea della Società del 24/02/2021, Rep. 49.49, invitandola a presentare offerta per i beni richiesti, ponendo a base d'asta la somma di € 26.000,00 oltre IVA;

CHE la suddetta base d'asta è stata ritenuta congrua a seguito di verifica dei prezzi di aggiudicazione deliberata da altre Aziende Sanitarie;

CHE, alla scadenza del termine fissato per detta Trattativa, è pervenuta offerta da parte della Ditta **Ditta VYAIRE MEDICAL S.r.l** pari a € 25.950,00 oltre IVA, al netto dello sconto del 45,99 % sui prezzi di listino;

CHE, con mail del 06/05/2022, è stata richiesta un'ulteriore miglioria sui prezzi offerti;

CHE la ditta si è resa disponibile ad applicare un ulteriore miglioria dello 0,5% per cui il nuovo importo è pari a €. 25.820,25 oltre IVA 22%;

RITENUTO

CHE si può procedere all'affidamento, alla Ditta **VYAIRE MEDICAL S.r.l.**, della fornitura di una stazione di lettura e acquisizione di test spirometrici, comprensiva della cabina pletismografica, per l'importo complessivo di € 25.820,25 oltre IVA 22% pari a €.31.500,71 IVA 22% inclusa, ai sensi del combinato disposto dell'art.36, comma 2 lett. a) e dell'art. 63, comma 3, lett.b) del D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. ii.;

CHE si potrà fare fronte alla suddetta spesa di €.31.500,71 IVA 22% inclusa con i fondi del PO FESR Sicilia 2014/2020 – Azione 1.6.1 *“Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall' emergenza epidemiologica”*, giusta nota dell'Assessorato della Salute, prot. 18989 del 05/04/2022, di ricognizione del Piano Straordinario di Interventi - PO FESR Sicilia 2014/2020-;

CHE, in riscontro alle sopracitate note e come richiesto nelle medesime, sono state inviate all'Assessorato della Salute, le schede, debitamente compilate, di intervento di aggiornamento delle dotazioni tecnologiche e tra queste, anche la scheda relativa alla fornitura/aggiornamento di lettura e acquisizione test spirometrici per l'U.O.C. di Medicina Generale del P.O."Chiello" di Piazza Armerina, giusta nota prot. n.38803 del 15/04/2022, allegata;


DATO ATTO, a seguito dell'istruttoria effettuata, che il presente provvedimento, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.3 del D.L. 23 ottobre 1996, come modificato dalla L.20 dicembre 1996 n.639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della Legge 6 novembre 2012 n.190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano aziendale della prevenzione della corruzione 2022/2024”.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1. DI PRENDERE ATTO** delle richieste del 29/09/2021, con apposto il timbro del protocollo aziendale del 30/09/2021 ed assunte al N. 87878 nella medesima data, tra le quali è presente la richiesta di aggiornamento della stazione di lettura e acquisizione di test spirometrici, comprensiva della cabina pletismografica, espresse dal Dirigente Medico Pneumologo, oggi Direttore dell'U.O.C. Medicina Generale del P.O."Chiello" di Piazza Armerina, per le attività specialistiche del nascente Centro di Pneumologia presso il P.O. di Piazza Armerina.
- 2. DI DARE ATTO** che le sopra citate richieste sono state autorizzate dalla Direzione Aziendale nel piano Investimenti dell'anno 2021 e riportate nell'anno in corso.
- 3. DI APPROVARE** gli atti della procedura indetta sul MePA - **Trattativa Diretta n. 2090312, con la Ditta VYAIRE MEDICAL S.r.l.**, per la fornitura di una stazione di lettura e acquisizione di test spirometrici, comprensiva di cabina pletismografica.
- 4. DI AFFIDARE**, ai sensi del combinato disposto dell'art.36, comma 2 lett. a) e dell'art. 63, comma 3, lett. b) D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. ii., **alla Ditta VYAIRE MEDICAL S.r.l** – Partita IVA n. 08086280156 – Via Ticino 10 12, Osmannoro, **la fornitura di una stazione di lettura e**

acquisizione di test spirometrici, comprensiva di cabina pletismografica per l'importo di €. 25.820,25 oltre IVA al 22%, pari a €. 31.500,71 IVA 22% inclusa.

5. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 31.500,71 IVA inclusa grava sul conto patrimoniale N. 101020501 "Attrezzature sanitarie e scientifiche" per € 31.123,49 IVA 22% inclusa, e per € 377,22 IVA inclusa sul conto economico N. 501010512 "Dispositivi vari", a valere sui fondi del PO FESR Sicilia 2014/2020 – Azione 1.6.1 "Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica" - *FONTE bi Fin. 109* 

CONTRATTO DEFINITIVO N. 682/2022- CIG N. Z5C35965E7 – CUP N. G35C22000030006.

6. DI DARE ATTO che con nota prot. 38803 del 15/04/2021 è stata richiesta l'ammissione a finanziamento del suddetto intervento, a valere sulle risorse PO FESR Sicilia 2014/2020 – Azione 1.6.1 "Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica", in riscontro alla nota dell'Assessorato della Salute, prot. 18989 del 05/04/2022, di Ricognizione del Piano Straordinario di Interventi – PO FESR Sicilia 2014/2020.

7. DI DARE ATTO che la suddetta somma complessiva di € 31.500,71 IVA del 22% inclusa viene anticipata con le risorse del corrente bilancio economico aziendale e che, successivamente verrà introitata con l'eventuale Decreto di assegnazione del finanziamento dell'Assessorato Regionale della Salute.

8. DI DARE ATTO, altresì, che qualora il suddetto finanziamento non venisse assegnato entro il corrente anno, il costo di cui sopra graverà sul corrente bilancio aziendale;

9. DI DARE ATTO che, in seguito all'adozione del presente provvedimento, si procederà alla sottoscrizione, tra le parti, della lettera contratto e alla stipula informatica della TD.

10. DI RICHIEDERE alla Ditta individuata quale fornitrice del bene di cui sopra, la produzione dei documenti propedeutici alla stipulazione del contratto di fornitura e di comunicare l'avvenuta stipula al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, di seguito individuato, per i consequenziali adempimenti di competenza.

11. DI DARE MANDATO al Responsabile dei Magazzini Economali Area Sud, tramite il magazziniere del P.O. "Chiello" di Piazza Armerina di provvedere, dopo la ricezione della comunicazione dell'avvenuta stipula contrattuale, all'emissione dell'ordine informatico (NSO) e al ricevimento informatico e **al Direttore della U.O.C. Amministrativa Area Sud**, di provvedere agli adempimenti propedeutici al collaudo, a cura del Servizio Tecnico, alla inventariazione dei beni, a cura della U.O.S. Gestione del Patrimonio afferente al SEFP, e alla liquidazione delle spettanze, con contestuale trasmissione al SEFP del "fascicolo di liquidazione", debitamente firmato digitalmente, per il pagamento, dietro presentazione di regolare fattura da parte della ditta individuata per la fornitura in argomento, previa attestazione di regolarità espressa dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto di seguito indicato.

12. DI NOMINARE, ai sensi dell'art.101, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore della U.O.C. di Medicina Generale del P.O. "Chiello" di Piazza Armerina.

13. DI NOTIFICARE il presente provvedimento al Direttore dell'Esecuzione del Contratto individuato al punto precedente, al Responsabile dei Magazzini Economali Area Sud, al Direttore U.O.C. Amministrativa Area Sud, al Direttore ff. del Servizio Tecnico, al Direttore del SEFP, per i consequenziali adempimenti di rispettive competenza.

14. DI NOTIFICARE il presente provvedimento all'Assessorato Regionale della Salute, Dipartimento Pianificazione Strategica- Gestione degli Investimenti- Servizio 3 per l'ammissione a finanziamento.

15. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di acquisire le strumentazioni in argomento in breve tempo.

Il Direttore
U.O.C. Servizio Provveditorato
Dott.ssa Maria Concetta Perna

Maria Concetta Perna

Si dichiara che la presente determina è stata trasmessa all'Ufficio Delibere in data _____
L'Incaricato _____

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determina, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio Informativo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n° 30/93 s.m.i., e dell'art.32 della L.n.69 del 18/06/2009 dal 12 GIU 2022 al 26 GIU 2022

L'incaricato

PER DELEGA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL DIRIGENTE AMM. VO U.O.C. COORDINAMENTO STAFF

Notificata al Collegio Sindacale il con nota prot. n°.

ESECUTIVITA' DETERMINA

- esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L.R. n° 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n° 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- immediatamente esecutiva dal 09 GIU 2022

Enna li,


IL FUNZIONARIO INCARICATO UFFICIO DELIBERE

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n°. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n°. _____ del _____

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO



Unione Europea

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Dipartimento Pianificazione Strategica
Gestione degli Investimenti
Servizio 3

FESR
SICILIA 2014-2020

Prot./Serv. 3/n. 18989

Palermo, 05 APR 2022

OGGETTO: PO FESR Sicilia 2014/2020 – Azione 1.6.1: Ricognizione Piano Straordinario Interventi

Ai Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie Provinciali,
delle Aziende Ospedaliere,
dei Policlinici Universitari,
dell'IRCCS Bonino Pulejo di Messina

LORO SEDI

e, p.c.

Al Dirigente Generale

Al Dirigente Servizio 4
Programmazione e coordinamento delle Politiche
per le Risorse umane, le Politiche sociali e sanitarie,
le Pari opportunità e la Legalità

Dipartimento della Programmazione

Al Dirigente Servizio 10 - UMC

SEDE

Le modifiche introdotte dai Regolamenti (UE) n. 460/2020 e n. 558/2020, connesse alla pandemia COVID-19, hanno previsto misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, oltre che mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e, quindi, come indicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Circolare n. 18/2020 è stato possibile: "rendicontare alla Commissione Europea le spese sostenute per far fronte alla crisi sanitaria, economica e sociale".

Quindi, con Decisione C(2020) 6492 final del 18/09/2020 è stata approvata la proposta di programmazione del PO FESR Sicilia 2014/2020: proposta che ha determinato l'istituzione dell'Azione 1.6.1 "Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica" il cui Centro di Responsabilità è questo Dipartimento.


Per quanto sopra espresso e al fine di supportare le politiche di spese comunitarie, questo Dipartimento intende avviare un percorso volto alla ricognizione di un Piano Straordinario di Investimenti per interventi di edilizia sanitaria o di aggiornamento delle dotazioni tecnologiche che ri-

Pagina n° 1/2

spondano alle priorità programmatiche definite dall'Azione 1.6.1 del PO FESR 2014/2020 e che possano prevedere un tempo di realizzazione (verifica e collaudo) entro il termine di chiusura dell'attuale ciclo di programmazione europea (31.12.2023).

Pertanto, al fine di poter sottoporre al Dipartimento Regionale della Programmazione il Piano Straordinario regionale si richiede di compilare la scheda in allegato, avendo cura di riportare tutte le informazioni richieste e il modello della dichiarazione a firma del legale rappresentante, su carta intestata dell'ente, entro e non oltre il 15.04.2022.

Il Dirigente del Servizio 3
Ing. Massimiliano Maisano



Il Dirigente Generale del Dipartimento
Ing. Mario La Rocca





Prot.n° 388 03

Data 15/04/22.

U.O.C. Servizio Provveditorato
Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato
Dott.ssa Maria Concetta Perna
U.O.S. Gare Beni
Responsabile U.O.S. Gare Beni
Dott.ssa Francesca La Paglia
tel. 0935/520711

e - mail: francesca.lapaglia@asp.enna.it
Punto Istruttore e Responsabile del
Procedimento
Dott.ssa Lucia Macaluso
tel. 0935/520751

e - mail: lucia.macaluso@asp.enna.it

E - MAIL:

direttore.provveditorato@asp.enna.it
provveditorato@pec.asp.enna.it

Al Dirigente Generale del Dipartimento
Pianificazione strategica Gestione degli interventi
Servizio III

e.p.c. Al Dirigente Servizio 4
Programmazione e Coordinamento delle
Politiche per le Risorse Umane, le politiche Sociali
Sanitarie, le pari Opportunità e la Legalità

Dipartimento della Programmazione

Al Dirigente Servizio 10 - UMC

OGGETTO: PO FESR Sicilia 2014/2020 – Azione 1.6.1: Ricognizione Piano Straordinario Interventi – Trasmissione schede aggiornamento dotazioni tecnologiche ASP Enna

In riscontro alla nota prot./Serv.3/18989 del 05/04/2022, di pari oggetto, si inviano in allegato le schede debitamente compilate relative alla ricognizione degli interventi di aggiornamento delle dotazioni tecnologiche di questa ASP.

Lo Scrivente, nella qualità di Direttore Generale dell'ASP di Enna, dichiara di assumere formalmente l'impegno di definire le relative procedure di acquisizione complete di verifica e collaudi entro il termine di chiusura dell'attuale ciclo di programmazione europea (31/12/2023).

Si elencano di seguito n.12 schede relative ad interventi connessi alle spese inerenti all'emergenza epidemiologica da Covid 19 e n. 9 schede relative ad interventi di aggiornamento delle restanti dotazioni tecnologiche di questa ASP:

INTERVENTI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19

1. Aggiornamento stazione di lettura e acquisizione test spirometrici;
2. Apparecchi di pneumologia (n 6. ventilatori polmonari, n. 6 ventilatori polmonari EVO, n.8 ventilatori a pressione negativa, n. 1 ventilatore ad alti flussi)
3. Sistema di monitoraggio di pneumologia;
4. Apparecchio di radiologia pensile;
5. Intensificatore di brillantezza per elettrofisiologia;
6. Centrale di monitoraggio per la U.O. di Anestesia
7. N. 1 frigo vaccini e n. 4 frigo biologici
8. Ecografo multidimensionale
9. Centrale di monitoraggio + n. 6 ventilatori per la U.O. di Anestesia e Rianimazione di Nicosia
10. Sistema di videolaringoscopia per UTIN
11. Apparecchiature di radiologia
12. N. 5 ventilatori per Sala Operatoria + apparecchio per gittata cardiaca.

1
Bianchi

INTERVENTI PER SERVIZI SANITARI

1. Apparecchiature per Neurologia (n. 1 elettroencefalografo, n. 1 elettromiografo, n. 1 stimolatore magnetico);
2. Apparecchiature per Dermatologia (dermoscopia, n. 1 cabina UVA-UBV, n. 1 laser CO2);
3. N. 24 letti terapia intensiva;
4. N. 3 sistemi di videolaparoscopia 4k;
5. N. 6 lampade scialitiche;
6. N. 1 lettore automatico per striscio sangue;
7. Centrifughe da banco + microscopio + PCR Multiplex rapida;
8. Scanner per vetrini;
9. Tomografo PET-TC.

Distinti saluti

Il Direttore Generale



Piano Straordinario Interventi

Scheda intervento

1	Titolo intervento	Aggiornamento stazione di lettura e acquisizione test spirometrici
2	Soggetto attuatore (beneficiario)	ASP ENNA
3	Costo	€ 31.659,00
4	Tipologia dell'intervento	Acquisto apparecchiature diagnostiche
5	Localizzazione intervento	P.O. Chiello – Piazza Armerina
6	Coerenza programmatica con i criteri di valutazione di cui alla Azione 1.6.1 del PO FESR 2014/2020	SI
7	Modalità previste per l'attivazione del cantiere e/o la realizzazione dell'acquisto	Bando pubblico appalto lavori gara europea
		Procedura ristretta
		Convenzioni CONSIP o assimilati
		X Piattaforma MEPA
	Altro* (specificare)	
8	La realizzazione dell'opera prevede la stipula di altri contratti oltre quello principale (p.e.: progettazione, indagini geologiche, consulenza, beni e/o servizi complementari)? Se si relazionare brevemente nel quadro a dx, indicando oggetto del contratto e modalità di affidamento, altrimenti indicare: NO	NO
9	Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento	NO
10	Progettazione attualmente disponibile	
11	Responsabile dell'Attuazione/RUP	Dott.ssa Francesca La Paglia

Cronoprogramma delle attività

Attività	data
Livello unico di progettazione	
Fattibilità tecnica ed economica	
Progettazione definitiva	
Progettazione esecutiva	
Pubblicazione bando Lavori o acquisti	01/04/2022
Affidamento lavori o ordine d'acquisto	
Procedura per adesione a Convenzioni / Contratti Quadro /MEPA	


La Paglia

Realizzazione lavori	
Fornitura beni e/o servizi	Fornitura beni
Collaudo/funzionalità	

Data 14/04/2022

Il RUP

Dott.ssa Francesca La Paglia



Il Direttore Generale
Dr. Francesco Iudica





Cod. fisc./P.IVA 01151150867
WEB: <http://www.asp.enna.it/>
Servizio di Pneumologia



Al Sig. Direttore Generale
dell'ASP Enna

Oggetto: Programma investimenti pneumologia 2021 - Spirometro

Stazione di lettura e acquisizione di test spirometrici.

Sistema computerizzato da collegare allo spirometro Encore 22D in possesso del nostro reparto, che consenta la gestione comune della refertazione e del data base.

Caratteristiche tecniche:

Postazione computerizzata per la refertazione e l'esecuzione dei seguenti test spirometrici:

Analisi della spirometria di base Flusso/Volume, Capacità Vitale Lenta, Massima Ventilazione Volontaria, Capacità Funzionale Residua, test della DLCO con almeno due metodiche di misura (apnea e senza tempo di apnea).

Possibilità di effettuare i test con le seguenti modalità di analisi:

- Pre/Post farmaco bronco dilatatore.
- Test di stimolazione bronchiale, con dosimetro integrato.
- L'analizzatore di flusso a circuito aperto, senza parti in movimento, non monouso permette la correzione ATPS/BTPS. Preferibilmente ad Ultrasuoni.
- Analisi della capacità funzionale residua con tecnica a respiro singolo.
- Analisi della DLCO con misura, come da ultime linee guida ERS 2005 sia della pressione alla bocca e sia del valore denominato Back Extrapolation CO
- Studio della meccanica respiratoria: Pressioni Massimali, Drive respiratorio.
- Il software della spirometria include l'incentivazione grafica programmabile per facilitare l'esecuzione del test.
- Espandibile.
- Il sistema è completo di siringa di calibrazione da 3 Litri, certificata.
- Braccio di sostegno del trasduttore, regolabili per un miglior confort del paziente.
- Il manuale d'istruzione è disponibile anche On-Line nel programma d'utilizzo.

Il sistema deve prevedere:

- Facile sistema di pulizia e disinfezione
- Elevato comfort dei pazienti.
- Dosimetro automatico con controllo sull'erogazione del farmaco.

Prezzo da indicare: 18.500 € oltre iva

Enna, 29.09.2021

Dott. Giuseppe Iraci
Dirigente Medico Pneumologo

REGIONE SICILIANA

REGIONE **AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA**

Codice Fiscale e Partita IVA: 01151150867

Tel.: 0935/516111 - fax: 0935/516727

Prot. N. _____

30 SET 2011

Data _____

E 16 16 24

Al Responsabile U.O. C. Provveditorato
Sede

Oggetto: **RICHIESTA ACQUISIZIONE APPARECCHIATURE O ALTRI BENI DUREVOLI INFUNGIBILI**
ex art. 63, comma 2, lettera b) punti 2) e 3) del D.Lgs n. 50/2016

UO richiedente: Centro di pneumologia

Dipartimento: Medicina

Cabina Pletismografica computerizzata per l'esecuzione dei seguenti test spirometrici completi: volumetria statica e dinamica, resistenze delle vie aeree, meccanica respiratoria.

(scegliere l'opzione di proprio interesse)

- apparecchiatura sanitaria
- componenti ed accessori di apparecchiatura sanitaria
- strumentazione IDV
- attrezzatura tecnico economale
- hardware e software

Oggetto della richiesta in configurazione completa di accessori: Cabina Pletismografica computerizzata per l'esecuzione dei seguenti test spirometrici completi: volumetria statica e dinamica, resistenze delle vie aeree, meccanica respiratoria.

Attività prevista: Pneumologica

Fornitore: CareFusion

Spesa presunta in euro - IVA esclusa (in caso di noleggio / comodato specificare anche la durata proposta): 25.000

Materiale di consumo:

- no
- si

in caso di risposta affermativa specificare:

costo presunto annuo: Euro iva esclusa:

- se trattasi di materiale dedicato:

- no
- si

Necessità di permuta:

- no
- si

in caso di risposta affermativa,

indicare n. inventario, modello, fornitore, ubicazione della apparecchiatura da permutare: _____

Necessità di disinstallazione e smaltimento dell'usato:

no

si

in caso di risposta affermativa,

indicare numero di inventario, modello, fornitore, ubicazione della apparecchiatura da smaltire: _____

Se la richiesta di acquisizione riguarda accessori o componenti di apparecchiatura di proprietà, indicare di quest'ultima:

N.INVENTARIO CESPITI: _____

NOME E MODELLO: SPIROMETRO CAREFUSION VMAX ENCORE

FORNITORE: CAREFUSION

UBICAZIONE: AMBULATORIO DI PNEUMOLOGIA

Informazioni aggiuntive (indicazioni sulla manutenzione ordinaria e straordinaria da richiedere, disponibilità mezzi di ricambio, esigenze di addestramento del personale ecc ...): _____


Relazione in merito alle ragioni di natura tecnica, correlate ad indicazioni di natura diagnostica e terapeutica, che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

Il/i sottoscritto/i dichiara/no per le indicazioni tecniche, diagnostiche e terapeutiche sopra specificate non sono disponibili alternative con altre apparecchiature equivalenti e di essere a conoscenza delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare ed amministrativo-contabile, in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erronee e di essere informati che, ai sensi dell'art.76 DPR 28/12/2000, n.445 "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso"

29.09.2021

Firma leggibile

Dott. Iraci Giuseppe





Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ENNA

Cod. fisc./P.IVA 01151150867
WEB: <http://www.asp.enna.it/>
Servizio di Pneumologia



Al Sig. Direttore Generale
dell'ASP Enna

Oggetto: Programma investimenti centro di pneumologia 2021

Si richiede l'acquisto Cabina Pletismografica con le seguenti caratteristiche tecniche:

Test spirometrici:

Cabina Pletismografica computerizzata per l'esecuzione dei seguenti test spirometrici completi: volumetria statica e dinamica, resistenze delle vie aeree, meccanica respiratoria. Test della diffusione alveolo capillare. Nel rispetto delle linee guida ATS/ERS 2019. Con software di refertazione automatica.

Caratteristiche tecniche:

Sistema computerizzato, per la determinazione e l'analisi della spirometria di base Flusso/Volume, Capacità Vitale Lenta, Massima Ventilazione Volontaria, Capacità Funzionale Residua con tecnica pletismografica, resistenze delle vie aeree con tecnica a volume corrente, test della DLCO con almeno due metodiche di misura (apnea e senza tempo di apnea).

Possibilità di effettuare i test con le seguenti modalità di analisi, nel rispetto delle ultime linee guida ATS/ERS 2019:

- Pre/Post farmaco bronco dilatatore.
- Test di stimolazione bronchiale, con dosimetro integrato.
- L'analizzatore di flusso a circuito aperto, senza parti in movimento, non monouso permette la correzione ATPS/BTPS. Preferibilmente ad Ultrasuoni.
- Analisi della capacità funzionale residua con tecnica pletismografica – ITG
- Analisi delle resistenze delle vie aeree con tecnica pletismografica - RAW
- Calcolo della Resistenza vs. Volume.
- Determinazione della Flusso/Volume Assoluta, come da linee guida:

SERIES "ATS/ERS TASK FORCE: STANDARDISATION OF LUNG FUNCTION TESTING" Edited by V. Brusasco, R. Crapo and G. Viegi Number 5 in this Series Interpretative strategies for lung function tests

- Analisi della DLCO con misura, come da ultime linee guida sia della pressione alla bocca e sia del valore denominato Back Extrapolation CO
- Studio della meccanica respiratoria: Pressioni Massimali, Drive respiratorio.
- Integrazione del test del FeNO bronchiale.
- Il software della spirometria include l'incentivazione grafica programmabile per facilitare l'esecuzione del test.
- Espandibile.
- Il sistema è completo di siringa di calibrazione da 3 Litri, certificata.
- Calibrazione automatica del pletismografo e dell'analizzatore di gas DLCO, chiusura della porta su più punti, con sistema di apertura d'emergenza. Sedia e braccio di sostegno del trasduttore, regolabili per un miglior confort del paziente.
- Il manuale d'istruzione è disponibile anche On-Line nel programma d'utilizzo.

Il sistema deve prevedere:

- Facile sistema di pulizia e disinfezione
- Facile accesso dei pazienti, sia obesi e sia diversamente abili
- Possibilità di eseguire i test anche all'esterno del pletismografo
- Dosimetro automatico montato all'interno del pletismografo, onde evitare continui spostamenti del paziente.

Il costo della cabina è di 25.000€ oltre iva

Enna, 29.09.2021

Dott. Giuseppe Iraci
Dirigente Medico Pneumologo





REGIONE SICILIANA
REGIO AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA
 Azienda Sanitaria Provinciale
 Codice Fiscale e Partita IVA: 01151150867
 Tel.: 0935/516111 - fax: 0935/516727

Prot. N. _____ Data _____

30 SET 2021

ENNA

Al Responsabile U.O. C. Provveditorato
 Sede

Oggetto: RICHIESTA ACQUISIZIONE APPARECCHIATURE O ALTRI BENI DUREVOLI INFUNGIBILI
 ex art. 63, comma 2, lettera b) punti 2) e 3) del D.Lgs n. 50/2016

UO richiedente: Centro di pneumologia

Dipartimento: Medicina

(scegliere l'opzione di proprio interesse)

- apparecchiatura sanitaria
- componenti ed accessori di apparecchiatura sanitaria
- strumentazione IDV
- attrezzatura tecnico economale

x hardware e software

Oggetto della richiesta in configurazione completa di accessori: *Sistema computerizzato da collegare allo spirometro Encore 22D in possesso del nostro reparto*

Attività prevista: Pneumologica

Fornitore: CareFusion

Spesa presunta in euro - IVA esclusa (in caso di noleggio / comodato specificare anche la durata proposta): 18500

Materiale di consumo:

no si

In caso di risposta affermativa specificare:

costo presunto annuo: Euro iva esclusa: 0

- se trattasi di materiale dedicato:

no si

Necessità di permuta:

x no si

in caso di risposta affermativa,

indicare n. inventario, modello, fornitore, ubicazione della apparecchiatura da permutare: _____

Necessità di disinstallazione e smaltimento dell'usato:

x no si

in caso di risposta affermativa,

indicare numero di inventario, modello, fornitore, ubicazione della apparecchiatura da smaltire: _____

Se la richiesta di acquisizione riguarda accessori o componenti di apparecchiatura di proprietà, indicare di quest'ultima:

N.INVENTARIO CESPITI: _____

NOME E MODELLO: SPIROMETRO CAREFUSION VMAX ENCORE

FORNITORE: CAREFUSION

UBICAZIONE: AMBULATORIO DI PNEUMOLOGIA

Informazioni aggiuntive (indicazioni sulla manutenzione ordinaria e straordinaria da richiedere, disponibilità mezzi di ricambio, esigenze di addestramento del personale ecc ...): _____

Relazione in merito alle ragioni di natura tecnica, correlate ad indicazioni di natura diagnostica e terapeutica, che non consentono l'impiego di prodotti con caratteristiche equivalenti e che giustificano la dichiarazione di infungibilità:

Il/i sottoscritto/i dichiara/no per le indicazioni tecniche, diagnostiche e terapeutiche sopra specificate non sono disponibili alternative con altre apparecchiature equivalenti e di essere a conoscenza delle possibili responsabilità di natura civile, penale, disciplinare ed amministrativo-contabile, in merito all'attestazione di informazioni false, inesatte od erranee e di essere informati che, ai sensi dell'art.76 DPR 28/12/2000, n.445 "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso"

28.8.2024

Firma leggibile

Dott. Iraci Giuseppe



33199 02/05/2022

TD n° 2-90312



Regione Siciliana
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni
Punto istruttore e Responsabile del Procedimento
Tel 0935/520751
Responsabile U.O.S. Gare Beni
Tel. 0935/520711

U.O.C. Servizio Provveditorato
Direttore U.O.C. Servizio
Provveditorato:
Dott.ssa Maria Concetta Perna
Responsabile U.O.S. Gare Beni:
Dott.ssa Francesca La Paglia
tel. 0935/520711
e – mail:
francesca.lapaglia@asp.enna.it
Punto Istruttore e Responsabile del
Procedimento:
Dott.ssa Lucia Macaluso
tel. 0935/520751
e – mail:
lucia.macaluso@asp.enna.it

Spett.le Società
Vyaire
Via Ticino 10/12
Sesto Fiorentino (FI)

e-mail:
edirettore.provveditorato@asp.enna.it
provveditorato@pec.asp.enna.it

Oggetto: Richiesta preventivo per l'acquisto di una stazione di lettura e acquisizione di test spirometrici per l'Ambulatorio di Pneumologia del P.O. "Umberto I" di Enna.

Si invita codesta spettabile ditta a far pervenire offerta economica sul ME.PA per l'acquisto di una stazione di lettura e acquisizione di test spirometrici da collegare allo spirometro Encore 22D in uso presso l'Ambulatorio di Pneumologia - U.O.C. di Medicina del P.O. "Umberto I" di Enna, come da configurazione, allegata alla presente richiesta:

Importo presunto a base d'asta €. 26.000,00 oltre IVA del 22%

CIG: Z5C35965E7

Nel campo documentazione amministrativa dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., resa ai sensi del D.P.R. 445/00, comprensiva della dichiarazione di regolarità contributiva con indicazione dei nn.iscrizione INPS e INAIL, sedi e numero dei dipendenti o copia del DURC come da allegato (modello B), inserito nella documentazione richiesta;
- Patto d'integrità anticorruzione;

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
Tel. 0935/520751 -0935/520711



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Punto istruttore e Responsabile del Procedimento
Tel 0935/520751

Responsabile U.O.S. Gare Beni
Tel. 0935/520711

- Dichiarazione cc dedicato.

Nel campo documentazione tecnica dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Descrizione del sistema computerizzato, marca, modello e nome della ditta produttrice;
- Scheda tecnica dei prodotti offerti, depliant;
- Descrizione garanzia offerta, – durata minima 24 mesi - full risk su tutti gli inconvenienti, di qualsiasi natura, che si dovessero riscontrare durante il periodo di garanzia con l'obbligo di eliminazioni;
- Dichiarazione relativa alla formazione gratuita, in favore del personale sanitario utilizzatore dei beni in argomento, per il tempo necessario all'apprendimento.

Nel campo offerta economica dovranno essere inseriti, completi in ogni singola voce, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- Offerta economica come generata dal sistema con indicazione del prodotto offerto, marca, modello e nome della ditta produttrice e il prezzo complessivo per l'intero lotto, IVA esclusa;
- Offerta economica dettagliata indicante i prezzi unitari IVA esclusa e l'importo complessivo, come da modello allegato;
- Quotazioni dell'eventuale materiale di consumo

Il prezzo dovrà comprendere: trasporto, consegna, installazione, configurazione, integrazione con lo spirometro Encore 22D in uso presso l'U.O. di destinazione, messa in funzione, collaudo e quant'altro connesso all'intera fornitura.

Adempimenti successivi all'aggiudicazione:

- La formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà attraverso la stipula del contratto nei modi e nelle forme di legge da registrare solo in caso d'uso.
- All'atto della formalizzazione del rapporto contrattuale andrà versato il deposito cauzionale definitivo pari al 10% del valore della fornitura IVA esclusa, da costituirsi ai sensi dell'art.103 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
- **la fornitura dovrà essere eseguita a seguito di esplicito ordine informatico (N.S.O.):**
- **consegna dell'intero sistema entro 20 giorni dall'ordine informatico**
- L'attività di consegna delle apparecchiature si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, asporto dell'imballaggio. L'apparecchiatura dovrà essere consegnata a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall'Amministrazione. L'apparecchiatura deve essere

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna
Tel. 0935/520751 -0935/520711



Regione Siciliana
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
E N N A**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni
Punto istruttore e Responsabile del Procedimento
Tel 0935/520751
Responsabile U.O.S. Gare Beni
Tel. 0935/520711

consegnata unitamente alla manualistica d'uso in lingua italiana sia in formato digitale che in formato cartaceo.

- Al termine delle operazioni di consegna, il Fornitore dovrà procedere alle operazioni di installazione e collaudo sia dell'apparecchiatura che degli eventuali dispositivi opzionali, pena l'applicazione delle penali. Nell'installazione è compreso l'interfacciamento della fornitura al sistema spirometrico Encore in uso presso l'Ambulatorio di Pneumologia.
- Il collaudo deve essere effettuato in contraddittorio con l'ASP, alla presenza del Sanitario utilizzatore, di un tecnico incaricato dall'Azienda e dalla Ditta affidataria;
- In tale sede il Fornitore dovrà produrre la certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza. Il Fornitore, a proprio carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature o quant'altro dovesse rendersi necessario ai fini del collaudo. Il collaudo, con esito positivo, non solleva comunque il fornitore dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti del bene stesso. Qualora il bene consegnato non risultasse in possesso dei requisiti richiesti, potrà essere rifiutato da questa Azienda non solo alla consegna, ma anche successivamente, e ciò nei casi in cui il bene dovesse palesare qualche difetto non rilevato e non immediatamente rilevabile.
- Il Fornitore per i primi 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data del collaudo positivo dovrà fornire i servizi di assistenza e manutenzione full risk sull'apparecchiatura e gli eventuali dispositivi opzionali ordinati. Sono comprese nel servizio di assistenza e manutenzione la riparazione e la sostituzione dell'apparecchiatura comprensiva di accessori, con la sola esclusione del materiale di consumo necessario all'ordinario utilizzo. Il servizio di manutenzione full risk dovrà prevedere la riparazione e/o la sostituzione in permuta, includendo le cause accidentali, purché non derivanti da dolo da parte dell'Amministrazione. **Il fornitore sarà tenuto a ritirare il bene contestato, a sue spese, con l'obbligo di restituire nel tempo indicato dall'Azienda il bene corrispondente nella qualità e quantità.**
- **pagamento: entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della fattura che dovrà pervenire dopo il ricevimento e collaudo, con esito positivo, dei beni forniti, le verifiche di Legge delle forniture e gli adempimenti amministrativi;**
- Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell'impresa, quali scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati e, perciò influenti nelle forniture e nelle prestazioni di servizi, debbono essere tempestivamente segnalate o documentate.
- Il controllo sulla quantità e qualità delle attrezzature e dei prodotti forniti spetta al Direttore dell'esecuzione del contratto, anche su segnalazione dell'U.O. utilizzatrice; in ogni caso, la ditta aggiudicataria è tenuta a prestare sull'apparecchiatura consegnata idonea garanzia da tutti gli inconvenienti non derivanti da cause di forza maggiore; in caso di merce contestata, in quanto

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
Tel. 0935/520751 -0935/520711



Regione Siciliana
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
E N N A**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Punto istruttore e Responsabile del Procedimento
Tel 0935/520751

Responsabile U.O.S. Gare Beni
Tel. 0935/520711

ritenuta non conforme, la ditta è obbligata, a propria cura e spese, al ritiro ed alla sostituzione della stessa non conforme, entro 10 giorni dalla contestazione.

- In caso contrario, saranno applicate le penali sotto previste. Il regolare utilizzo dell'apparecchiatura e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.
- Penalità e danni
L'impresa avrà a disposizione per la fornitura un periodo di tempo della durata complessiva di 20 giorni successivi e continuativi decorrenti dalla data della comunicazione dell'ordine da parte del competente Addetto al Magazzino.
In caso di ritardato adempimento oltre i termini prestabiliti si applicheranno, ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., le penali in misura giornaliera dello 0,5 x mille dell'ammontare netto contrattuale, precisando che le stesse non possono comunque superare, complessivamente il 10 % di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale importo dovuto sarà detratto senza alcuna particolare formalità da quello della liquidazione finale, fatti salvi eventuali danni che questa Azienda potrebbe subire per effetto della ritardata consegna. Tuttavia l'impresa qualora per cause ad essa non imputabili, non fosse in grado di completare le forniture entro il termine prestabilito, avrà la possibilità di chiedere con domanda motivata, prima della scadenza del termine stesso, un congruo periodo di proroga.

L'Azienda può chiedere la risoluzione del contratto, nei seguenti casi:

- a) fornitura di prodotti difformi dai requisiti tecnici richiesti e contestati oltre la seconda volta;
- b) ritardo nella fornitura totale o parziale reiterato oltre la seconda volta;
- c) mancata sostituzione dei prodotti contestati reiterata oltre la seconda volta;
- d) in qualunque momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile;
- e) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto deliberativo;
- f) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- g) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratorie e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- h) nei casi di cessione e di subappalto non autorizzati dall'Azienda;
- i) nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- j) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti;
- k) in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione;

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
Tel. 0935/520751 -0935/520711



Regione Siciliana
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
E N N A**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni
Punto istruttore e Responsabile del Procedimento
Tel 0935/520751
Responsabile U.O.S. Gare Beni
Tel. 0935/520711

I) in caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'affidataria, l'Azienda ha diritto di incamerare, ove previsto, il deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, e di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di essa, anche in danno dell'inadempiente.

Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile, il Direttore Generale potrà, a suo insindacabile giudizio, non stipulare alcun contratto, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o convenienti, sotto il profilo tecnico-economico, i risultati dell'attività negoziale.

E' fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, etc.), che potrà essere attivato senza che le concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento od altro.

E' fatto espresso **divieto di cessione del credito**, fatta salva l'esistenza di carenza di liquidità che non consenta il rispetto dei termini di pagamento.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, in relazione al contratto di cui alla presente procedura, è competente esclusivamente il Foro di Enna.

**La Fattura dovrà essere intestata a: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA
V.LE DIAZ, 7/9 – 94100 – ENNA – P.I. 01151150867**

IVA: a carico dell'A.S.P.

Il Responsabile U.O.S. Gare Beni

Dr.ssa Francesca La Paglia
Francesca La Paglia

Il Direttore
U.O.C. Servizio Provveditorato
Dr.ssa Maria Concetta Perna

Maria Concetta Perna

Oggetto: Programma investimenti centro di pneumologia 2021

Si richiede l'acquisto di una stazione di lettura e acquisizione di test spirometrici, con le seguenti caratteristiche tecniche:

Sistema pletismografico computerizzato da collegare allo spirometro Encore 22D in possesso del nostro reparto, che consenta la gestione comune della refertazione e del data base.

Test spirometrici:

Cabina Pletismografica computerizzata per l'esecuzione dei seguenti test spirometrici completi: volumetria statica e dinamica, resistenze delle vie aeree, meccanica respiratoria. Test della diffusione alveolo capillare. Nel rispetto delle linee guida ATS/ERS 2019. Con software di refertazione automatica.

Caratteristiche tecniche:

Sistema computerizzato, per la determinazione e l'analisi della spirometria di base Flusso/Volume, Capacità Vitale Lenta, Massima Ventilazione Volontaria, Capacità Funzionale Residua con tecnica pletismografica, resistenze delle vie aeree con tecnica a volume corrente, test della DLCO con almeno due metodiche di misura (apnea e senza tempo di apnea).

Possibilità di effettuare i test con le seguenti modalità di analisi, nel rispetto delle ultime linee guida ATS/ERS 2019:

- Pre/Post farmaco bronco dilatatore.
- Test di stimolazione bronchiale, con dosimetro integrato.
- L'analizzatore di flusso a circuito aperto, senza parti in movimento, non monouso permette la correzione ATPS/BTPS. Preferibilmente ad Ultrasuoni.
- Analisi della capacità funzionale residua con tecnica pletismografica – ITG
- Analisi delle resistenze delle vie aeree con tecnica pletismografica - RAW
- Calcolo della Resistenza vs. Volume.
- Determinazione della Flusso/Volume Assoluta, come da linee guida:

SERIES "ATS/ERS TASK FORCE: STANDARDISATION OF LUNG FUNCTION TESTING" Edited by V. Brusasco, R. Crapo and G. Viegi Number 5 in this Series Interpretative strategies for lung function tests

- Analisi della DLCO con misura, come da ultime linee guida sia della pressione alla bocca e sia del valore denominato Back Extrapolation CO
- Studio della meccanica respiratoria: Pressioni Massimali, Drive respiratorio.

Bem

- Il software della spirometria include l'incentivazione grafica programmabile per facilitare l'esecuzione del test.
- Espandibile.
- Il sistema è completo di siringa di calibrazione da 3 Litri, certificata.
- Calibrazione automatica del pletismografo e dell'analizzatore di gas DLCO, chiusura della porta su più punti, con sistema di apertura d'emergenza. Sedia e braccio di sostegno del trasduttore, regolabili per un miglior confort del paziente.
- Il manuale d'istruzione è disponibile anche On-Line nel programma d'utilizzo.
- PC desk top di ultima generazione
- Monitor 24"
- Stampante a getto d'inchiostro
- Carrello

Il sistema deve prevedere:

- Facile sistema di pulizia e disinfezione
- Facile accesso dei pazienti, sia obesi e sia diversamente abili
- Possibilità di eseguire i test anche all'esterno del pletismografo
- Dosimetro automatico montato all'interno del pletismografo, onde evitare continui spostamenti del paziente.

Il costo della cabina è di 28.000€ oltre iva

Enna, 29.09.2021

Dott. Giuseppe Iraci
Dirigente Medico Pneumologo



Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	2090312
Descrizione	Richiesta preventivo per l'acquisto di una stazione di lettura e acquisizione di test spirometrici per l'Ambulatorio di Pneumologia del P.O. Umberto I di Enna.
Tipologia di trattativa	Procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con un solo operatore economico (art. 63 D.Lgs. 50/2016)
CIG	Z5C35965E7
CUP	Non inserito
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE	
Nome Ente	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA
Codice Fiscale Ente	01151150867
Nome Ufficio	SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Indirizzo Ufficio	Viale Diaz, 7 94100 ENNA (EN)
Telefono / FAX Ufficio	0935520705 / 0935520345
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	6RJXGH
Punto Ordinante	MARIA CONCETTA PERNA / CF:PRNMCN60T46H792A
Firmatari del Contratto	MARIA CONCETTA PERNA / CF:PRNMCN60T46H792A
FORNITORE	
Ragione o denominazione Sociale	VYAIRE MEDICAL SRL
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	08086280156
Codice Fiscale Operatore Economico	08086280156
Partita IVA di Fatturazione	NON INSERITO
Sede Legale	VIA TICINO 10/12 50019 SESTO FIORENTINO (FI)
Telefono	0550620655
PEC Registro Imprese	VYAIREMEDICALSRL@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	08086280156
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	28/01/2009 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	FI
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.FIRENZE@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT37B0306933380000008464104
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Tom Ernst RNSTMO80C09Z112E
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	
DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	1291570
Offerta sottoscritta da	CHRISTOPHER JAMES TUE
Email di contatto	ITA-GARE@VYAIRES.COM
L'offerta è irrevocabile fino al	01/10/2022 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)	
Bando	Forniture specifiche per la Sanità
Categoria	BENI
Descrizione Oggetto di Fornitura	Forniture specifiche per la sanità
Quantità richiesta	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
PREZZO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA	25950,00000000
FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA	VEDI LETTERA D'INVITO
Tipo contratto	ACQUISTO

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzi unitari
Valore dell'Offerta	25.950,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificato)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: 46,71 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	MAGAZZINI ECONOMALI P.O. UMBERTO I COME DA ORDINATIVI 94100 (EN) SICILIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIALE DIAZ, 7/9 ENNA - 94100 (EN) SICILIA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinate dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinate in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinate, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE





Sesto Fiorentino, 06/05/2022

Spett. le
ASP ENNA
Viale Diaz 7
94100 Enna

Rif. Ns Prot: **L22-017/RG**

Oggetto: **richiesta miglioria RDO 2090312 fornitura di una stazione di lettura e acquisizione di test spirometrici**

La **Vyairé Medical S.r.l.** con sede legale e amministrativa in Via Ticino, 10/12 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) codice fiscale e partita IVA 08086280156, con sistema di qualità conforme ai requisiti delle norme **UNI EN ISO 9001:2015**, certificato dall'organismo di certificazione BSI per la vendita, distribuzione e servizio di assistenza post vendita apparecchiature medico diagnostiche e relativi accessori, nella persona del suo **Legale Rappresentante/Amministratore Unico** Christopher James Tue C.F. TUECRS72B23Z114E nato il 23/02/1972 a Barnsley (Gran Bretagna) - residente in WETHERBY cap LS236DQ VIA LONSDALE MEADOWS, 18 (Gran Bretagna) nominato con atto del 27/07/2020 e data presentazione carica 04/08/2020 sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

di essere disponibile ad applicare un'ulteriore migliora dello 0,5% sul prezzo totale offerto.

Pertanto, il nuovo prezzo totale a Voi riservato è di **€ 25.820,25 + Iva.**

Certi di averVI fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti.

Vyairé Medical Srl
Legale Rappresentante
Christopher James Tue

Allegiamo: copia carta di identità del firmatario, ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000

Vyairé Medical SRL
Via Ticino, 10/12
50019 Sesto Fiorentino (FI)
Italia
P. I. 08086280156
Tel. +39 055 0620636 • Fax +39 055 0620816
GMB-ITA-CustServico-RDx@Vyairé.com
vyairé.com

AS WE LIVE AND BREATHE

OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA (Allegato "D")
R.d.O. n. 2090312

relativa alla richiesta di offerta per la fornitura **di una stazione di lettura e acquisizione di test spirometrici per l'Ambulatorio di Pneumologia del P.O. Umberto I di Enna CIG Z5C359655E7.**

MODELLO AUTODICHIARAZIONE EX DPR 445/2000

Il sottoscritto Christopher James Tue nato a Barnsley (Gran Bretagna) il 23/02/1972, residente a _ WETHERBY, (prov.) UK, in via LONSDALE MEADOWS, , n. 12, codice fiscale TUECRS72B23Z114E /, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, in qualità di (*Indicare se titolare, legale rappresentante, procuratore speciale o altra persona avente i poteri di impegnare l'impresa*) **LEGALE RAPPRESENTANTE – AMMINISTRATORE UNICO** dell'impresa **Vyair Medical S.r.l.** _, con sede legale in VIA TICNO 10/12 SESTO FIROENTINO (FI)_ Codice fiscale/Partita Iva 08086280156 telefono: 0550620655 fax: 0550620816 e-mail: ITA-GARE@VYAIRES.COM , pec mail VYAIRESMEDICALSRL@LEGALMAIL.IT dell'ufficio gare, con riferimento alla procedura in oggetto,

dichiara:

A) che il **prezzo complessivo della fornitura offerto, pari ad €. 25.950,00** , è, nel dettaglio, composto dalle seguenti voci:

Descrizione prodotto	Codice prodotto	CND e Repertorio	Q.tà offerta	Prezzo Unitario di listino	Prezzo unitario offerto	Prezzo complessivo offerto	% di sconto applicato sul listino
Vyntus Body PC con Se5 Cabina pletismografica Completa di: pc desktop, monitor 24" TFT, stampante a getto d'inchiostro, carrello 3.b e braccio di supporto presente in cabina.	V-178500	Z1215900 71525427	1	30.715,00	17.509,25	17.509,25	42,99%
Opzione DLCO completo di riduttore (per Vyntus Body)	V-378501	n/a	1	4.680,00	2.340,00	2.340,00	50,00%
Modulo APS compreso di software provo Module (per Vyntus Body)	V-378510	n/a	1	9.100,00	4.550,00	4.550,00	50,00%
MIP/MEP (opzione per MS-b/PFT, MSC b/Vyntus)	V-570302	n/a	1	1.240,00	620,00	620,00	50,00%
P.01 (opzione per MS-b/PFT, MSC b/Vyntus)	V-570301	n/a	1	1.240,00	620,00	620,00	50,00%

Siringa di calibrazione 3 litri (solo per acquisto contestuale allo strumento serie Vyntus)	720254	V0399 n/a ClasseI	1	565,00	310,75	310,75	45,00%

B) che il prezzo offerto non è superiore al prezzo praticato alle altre Azienda Sanitarie e, nella fattispecie, tale prezzo (specificare cod. prodotto, prezzo unitario e complessivo), è stato offerto presso:

1) ASL LATINA (2019) – V-178500 €. 28.258,80€

2) OSP. SASSUOLO (2020) – V178500 €. 27.200,00€

3) _____ €. _____

Li Sesto Fiorentino 06/04/2022

Timbro e Firma Leggibile

Vyaire Medical Srl
Legale Rappresentante
Christopher James Tue