



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

DELIBERA N. 978

DEL 22.06.2023

OGGETTO: Approvazione atti di gara della procedura telematica sul MePA, ai sensi dell'art. 60 comma 1 e comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e aggiudicazione della fornitura di un tavolo operatorio completo di accessori base per la U.O.S.D. Ortopedia e Traumatologia del P.O. Chiello di Piazza Armerina. CIG:9539686DEA
Fonte di finanziamento n.111 – Progetto 393.

U.O. PROPONENTE : U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO – U.O.S. GARE BENI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 1669

DEL 22/06/2023

L'Incaricato dell'Istruttoria

Dott.ssa Francesca Faraci

IL R.U.P.

RESPONSABILE U.O.S. GARE BENI

Dott.ssa Francesca La Paglia

IL DIRETTORE
U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

Dott.ssa Maria Concetta Perna

IL CAPO DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

S.E.F.P.

Si attesta la copertura finanziaria e la compatibilità con il bilancio di previsione vigente.

come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

Autorizzazione n. 48 sub 10 del 2023 C.E. - 101020501

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Dr. Salvatore Pistone

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE DEL S.E.F.P.
FINANZIARIO PATRIMONIALE

Dott.ssa N. D'Alto

DATA RICEZIONE DELLA PROPOSTA PRESSO UOC STAFF 22.06.2023

PREMESSO

CHE, con Delibera n. 1715 del 30/11/2022, è stata autorizzata la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, comma 1 e comma 3 (considerata l'urgenza dell'acquisizione del bene in argomento per garantire idonee prestazioni chirurgiche ai pazienti che ne necessitano), D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del Regolamento Aziendale per gli acquisti sotto soglia mediante RDO sul MEPA, per l'acquisizione, di un tavolo operatorio completo di accessori base per la U.O.S.D. Ortopedia e Traumatologia del P.O. Chiello di Piazza Armerina, con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4) lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., anche in presenza di una sola offerta valida;

DATO ATTO che il Servizio Provveditorato ha indetto sul **Me.PA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione)** apposita procedura aperta, tramite l'invio di **una RDO (richiesta di offerta), n°3346335**, invitando tutte le ditte che operano nel territorio italiano nel settore di cui è questione, iscritte al **Me.PA**, ai sensi ai sensi dell'art. 60, comma 1 e comma 3 (considerata l'urgenza di acquisire quanto in argomento per garantire idonee prestazioni chirurgiche ai pazienti che ne necessitano) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del Regolamento Aziendale per gli acquisti sotto soglia, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4) lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

CHE, entro il termine ultimo delle ore 10,15 del 22/02/2023, è pervenuta offerta da parte delle seguenti ditte:

- L.S. Medical s.r.l.;
- Medimed s.r.l.;
- OPT Surgisystems;

CHE le ditte partecipanti sono state ammesse, essendo regolare la documentazione amministrativa prodotta;

DATO ATTO che, prima di procedere all'apertura dell'offerta economica è stato richiesto, con nota prot. n. 22428 del 27/02/2023, idoneo parere di conformità al Responsabile della U.O.S.D. Ortopedia e Traumatologia del P.O. Chiello di Piazza Armerina;

VISTO il parere di conformità reso dal Responsabile di cui al precedente punto che ha dichiarato conforme solo la ditta L.S. Medical s.r.l. come riepilogato di seguito unitamente all'offerta economica, per le motivazioni espresse nel medesimo parere prot. n. 27958 del 12/03/2023 integrato con nota prot. 32596 del 22/03/2023, allegato al presente provvedimento;

VISTA la nota prot. n. 58713/2023 a firma del Direttore Sanitario, con la quale si chiede al Direttore U.O.C. Ortopedia e Traumatologia di esprimere parere tecnico dopo aver visionato le schede tecniche delle ditte partecipanti al fine di verificarne l'aderenza a quanto richiesto;

VISTA la nota di riscontro, prot.59506/2023, con la quale il Direttore U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. Umberto I di Enna conferma che " *il giudizio di conformità espresso dal Sanitario richiedente risulta aderente a quanto richiesto*";

VISTO lo schema dell'offerta economica riportato di seguito:

| DITTA | OFFERTA ECONOMICA |
|--|---|
| L.S. Medical S.r.l. Medimed s.r.l. OPT Surgisystems | € 130.774,75 Non conforme Non conforme |

DATO ATTO che la ditta aggiudicataria provvisoria, di cui al precedente prospetto, risulta essere la ditta L.S. Medical S.r.l.;

ATTESO CHE la ditta ha dichiarato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che il prezzo offerto non è superiore al prezzo praticato ad altre Aziende Sanitarie;

CHE, con comunicazione informatica Me.PA, la U.O.C. Servizio Provveditorato ha richiesto, alla ditta aggiudicataria, di applicare una miglioria sull'importo di aggiudicazione;

CHE la ditta, con successiva nota, ha comunicato di essere disponibile ad applicare una miglioria riducendo l'importo a € 130.000,00;

RITENUTO, pertanto, di dover acquistare dalla ditta L.S. Medical S.r.l. - P. IVA 05063800873 – Via Massimo D'Azeglio 5/A int.16 - 95037 San Giovanni La Punta (CT) – n.1 tavolo operatorio completo di accessori base per la U.O.S.D. Ortopedia e Traumatologia del P.O. Chiello di Piazza Armerina, al prezzo complessivo di € 130.000,00 oltre IVA 22%, pari a € 158.600,00 IVA 22% inclusa;

L'anno duemilaventitre, il giorno 22 GIU. 2023 del mese di nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr.Francesco Iudica nominato con Decreto Assessoriale n. 53/2022 del 29/12/2022, rettificato con D.A. 1/2023 del 02/01/2023, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, Dr.ssa Sabrina Cillia, e dal Direttore Sanitario, Dott.Emanuele Cassarà, e con l'assistenza del Segretario Verbalizzante _____

VISTI

- ✓ La legge Regionale 5/2009 e s.m.i.
- ✓ L'Atto Aziendale, adottato in via definitiva con Delibera n.857 del 12/06/2020, parzialmente rettificata con Delibera n. 902 del 19/06/2020;
- ✓ Il Regolamento di organizzazione e funzionamento di questa ASP – Area Amministrativa, adottato con delibera n.829 del 24/10/2016;

VISTI I SEGUENTI ALLEGATI ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE

- A. Parere di conformità espresso dal Responsabile U.O.S.D. Ortopedia e Traumatologia del P.O. Chiello di Piazza Armerina prot. n. 27958 del 12/03/2023 integrato con nota prot. 32596;

- B. Richiesta parere tecnico del Direttore Sanitario prot. 58713/2023;
- C. Riscontro Direttore U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. Umberto I di Enna prot. 59506/2023;
- D. Documento di offerta economica;
- E. Offerta economica dettagliata con miglioria.

DATO ATTO, a seguito dell'istruttoria effettuata, che il presente provvedimento, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.3 del D.L. 23 ottobre 1996, come modificato dalla L.20 dicembre 1996 n.639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della Legge 6 novembre 2012 n.190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano aziendale della prevenzione della corruzione 2022/2024”.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 60, comma 1 e comma 3 (considerata l'urgenza di acquisire quanto richiesto per garantire idonee prestazioni chirurgiche ai pazienti che ne necessitano), D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del Regolamento Aziendale per gli acquisti sotto soglia, gli atti di gara della procedura indetta sul MePA - RDO n° **3346335**, per la fornitura di un tavolo operatorio completo di accessori base per la U.O.S.D. Ortopedia e Traumatologia del P.O. Chiello di Piazza Armerina, al prezzo complessivo di € 130.000,00 oltre IVA 22%, pari a € 158.600,00 IVA 22% inclusa.

2. DI AGGIUDICARE, ai sensi dell'art. 60, comma 1 e comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta di seguito indicata, la seguente fornitura:

L.S. Medical S.r.l. - P. IVA 05063800873 – Via Massimo D'Azeglio 5/A int.16 – 95037 San Giovanni La Punta (CT) - n.1 tavolo operatorio completo di accessori base per la U.O.S.D. Ortopedia e Traumatologia del P.O. Chiello di Piazza Armerina, al prezzo complessivo di € 130.000,00 oltre IVA 22%, pari a € 158.600,00 IVA 22% inclusa;


CONTRATTO N.489 /2023 - CIG N. 9539686DEA

4. DI DARE ATTO che, in seguito all'adozione del presente provvedimento, si procederà alla sottoscrizione, tra le parti, della lettera contratto e alla stipula informatica della RDO.

5. DI RICHIEDERE, alla ditta aggiudicataria, la produzione dei documenti propedeutici alla stipulazione del contratto di fornitura e di comunicare l'avvenuta stipula al Direttore dell'esecuzione del contratto di seguito indicato, per i consequenziali adempimenti di competenza.

6. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € **158.600,00 IVA 22% inclusa**, relativa alla fornitura dei beni di cui al precedente punto 3, graverà sul conto patrimoniale n. 101020501 *“Attrezzature sanitarie e scientifiche”* del bilancio economico corrente, a valere sulla fonte di finanziamento n.111 – Progetto n.393.

7. DI DARE MANDATO al Responsabile dei Magazzini Economali Area Sud, per il tramite del Magazziniere del P.O. Umberto I di Enna di provvedere, dopo la ricezione della comunicazione dell'avvenuta stipula contrattuale, all'emissione dell'ordine informatico (NSO) e al ricevimento informatico, nonché al Direttore della U.O.C. Amministrativa Area Sud di provvedere agli adempimenti propedeutici al collaudo, a cura del Servizio Tecnico,



alla inventariazione dei beni, a cura della U.O.S. Gestione del Patrimonio afferente al SEFP e alla liquidazione delle spettanze, con contestuale trasmissione al SEFP del "fascicolo di liquidazione", debitamente firmato digitalmente, per il pagamento, dietro presentazione di regolare fattura da parte della ditta individuata per la fornitura in argomento, previa attestazione di regolarità espressa dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto di seguito indicato.

8. DI NOMINARE, ai sensi dell'art.101, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore U.O.S.D. Ortopedia e Traumatologia del P.O. Chiello di Piazza Armerina preposto alla gestione del contratto in argomento.

9. DI NOTIFICARE il presente provvedimento al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, al Responsabile dei Magazzini Economici Area Sud, al Direttore U.O.C. Amministrativa Area Sud, al Direttore f.f. Servizio Tecnico e al Direttore U.O.C. SEFP, per i consequenziali adempimenti di rispettiva competenza.

10. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di procedere in tempi brevi al necessario acquisto, al fine di evitare conseguenze negative sulle attività della Struttura richiedente.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Sabrina Cilia

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Emanuele Cassarà

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Dr. Francesco Iudica -

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Luisa Tranchida

- B. Richiesta parere tecnico del Direttore Sanitario prot. 58713/2023;
- C. Riscontro Direttore U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O.Umberto I di Enna prot. 59506/2023;
- D. Documento di offerta economica;
- E. Offerta economica dettagliata con miglioria.

DATO ATTO, a seguito dell'istruttoria effettuata, che il presente provvedimento, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.3 del D.L. 23 ottobre 1996, come modificato dalla L.20 dicembre 1996 n.639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della Legge 6 novembre 2012 n.190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano aziendale della prevenzione della corruzione 2022/2024”.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate;

1. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 60, comma 1 e comma 3 (considerata l'urgenza di acquisire quanto richiesto per garantire idonee prestazioni chirurgiche ai pazienti che ne necessitano), D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del Regolamento Aziendale per gli acquisti sotto soglia, gli atti di gara della procedura indetta sul MePA - RDO n° **3346335**, per la fornitura di un tavolo operatorio completo di accessori base per la U.O.S.D. Ortopedia e Traumatologia del P.O. Chiello di Piazza Armerina, al prezzo complessivo di € 130.000,00 oltre IVA 22%, pari a € 158.600,00 IVA 22% inclusa.

2. DI AGGIUDICARE, ai sensi dell'art. 60, comma 1 e comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta di seguito indicata, la seguente fornitura:

L.S. Medical S.r.l. - P. IVA 05063800873 – Via Massimo D'Azeglio 5/A int.16 – 95037 San Giovanni La Punta (CT) - n.1 tavolo operatorio completo di accessori base per la U.O.S.D. Ortopedia e Traumatologia del P.O. Chiello di Piazza Armerina, al prezzo complessivo di € 130.000,00 oltre IVA 22%, pari a € 158.600,00 IVA 22% inclusa;

CONTRATTO N.489 /2023 - CIG N. 9539686DEA

4. DI DARE ATTO che, in seguito all'adozione del presente provvedimento, si procederà alla sottoscrizione, tra le parti, della lettera contratto e alla stipula informatica della RDO.

5. DI RICHIEDERE, alla ditta aggiudicataria, la produzione dei documenti propedeutici alla stipulazione del contratto di fornitura e di comunicare l'avvenuta stipula al Direttore dell'esecuzione del contratto di seguito indicato, per i consequenziali adempimenti di competenza.

6. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € **158.600,00 IVA 22% inclusa**, relativa alla fornitura dei beni di cui al precedente punto 3, graverà sul conto patrimoniale n. 101020501 *“Attrezzature sanitarie e scientifiche”* del bilancio economico corrente, a valere sulla fonte di finanziamento n.111 – Progetto n.393.

7. DI DARE MANDATO al Responsabile dei Magazzini Economici Area Sud, per il tramite del Magazziniere del P.O. Umberto I di Enna di provvedere, dopo la ricezione della comunicazione dell'avvenuta stipula contrattuale, all'emissione dell'ordine informatico (NSO) e al ricevimento informatico, nonché al Direttore della U.O.C. Amministrativa Area Sud di provvedere agli adempimenti propedeutici al collaudo, a cura del Servizio Tecnico,



| DITTA | OFFERTA ECONOMICA |
|--|---|
| L.S. Medical S.r.l. Medimed s.r.l. OPT Surgisystems | € 130.774,75 Non conforme Non conforme |

DATO ATTO che la ditta aggiudicataria provvisoria, di cui al precedente prospetto, risulta essere la ditta L.S. Medical S.r.l.;

ATTESO CHE la ditta ha dichiarato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che il prezzo offerto non è superiore al prezzo praticato ad altre Aziende Sanitarie;

CHE, con comunicazione informatica Me.PA, la U.O.C. Servizio Provveditorato ha richiesto, alla ditta aggiudicataria, di applicare una miglioria sull'importo di aggiudicazione;

CHE la ditta, con successiva nota, ha comunicato di essere disponibile ad applicare una miglioria riducendo l'importo a € 130.000,00;

RITENUTO, pertanto, di dover acquistare dalla ditta L.S. Medical S.r.l. - P. IVA 05063800873 – Via Massimo D'Azeglio 5/A int.16 - 95037 San Giovanni La Punta (CT) – n.1 tavolo operatorio completo di accessori base per la U.O.S.D. Ortopedia e Traumatologia del P.O. Chiello di Piazza Armerina, al prezzo complessivo di € 130.000,00 oltre IVA 22%, pari a € 158.600,00 IVA 22% inclusa;

L'anno duemilaventitre, il giorno **22 GIU. 2023** del mese di nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr.Francesco Iudica nominato con Decreto Assessoriale n. 53/2022 del 29/12/2022, rettificato con D.A. 1/2023 del 02/01/2023, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, Dr.ssa Sabrina Cillia, e dal Direttore Sanitario, Dott.Emanuele Cassarà, e con l'assistenza del Segretario Verbalizzante _____

VISTI

- ✓ La legge Regionale 5/2009 e s.m.i.
- ✓ L'Atto Aziendale, adottato in via definitiva con Delibera n.857 del 12/06/2020, parzialmente rettificata con Delibera n. 902 del 19/06/2020;
- ✓ Il Regolamento di organizzazione e funzionamento di questa ASP – Area Amministrativa, adottato con delibera n.829 del 24/10/2016;

VISTI I SEGUENTI ALLEGATI ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE

- A. Parere di conformità espresso dal Responsabile U.O.S.D. Ortopedia e Traumatologia del P.O. Chiello di Piazza Armerina prot. n. 27958 del 12/03/2023 integrato con nota prot. 32596;

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio informatico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n° 30/93 s.m.i., e dell'art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009

dal 25 GIU 2023

al 09 LUG. 2023

L'incaricato

PER DELEGA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL Dirigente U.O.C. COORD. STAFF

Notificata al Collegio Sindacale il con nota prot. n°

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

dell'Assessorato Regionale Sanità ex L.R. n° 5/09 trasmessa in data _____ prot. n° _____

SI ATTESTA

che l'Assessorato Regionale Sanità:

- ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n° _____ del _____
- ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n° _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n° 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L.R. n° 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n° 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- immediatamente esecutiva dal 22 GIU. 2023

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n° _____ del _____
- Modifica con provvedimento n° _____ del _____

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Ben



UOSD Ortopedia e Traumatologia
P. O. Chiello
Contrada Bellia, 94015 Piazza Armerina
 Responsabile: Dott. Gianclaudio Caputo
 Telefono: 0935981332 e-mail: ortopedia.chiello@asp.enna.it

Al Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato.

Oggetto: Parere Tecnico per la fornitura di un tavolo operatorio con accessori per la U.O.S.D. Ortopedia e Traumatologia del P. O. Chiello di Piazza Armerina RDO 3346335

Il sottoscritto Dott. Gianclaudio Caputo, espone il proprio parere tecnico in riferimento al RDO in Oggetto per le tre offerte pervenute a questa amministrazione.

Offerta ditta OPT SurgiSystems:

Si reputa il tavolo operatorio Vanto II Wheels **non conforme** alle richieste di capitolato in quanto:

- 1) Non dotato di sistema motorizzato per facilitare lo spostamento del tavolo operatorio con e senza paziente sopra; a differenza delle altre due ditte che hanno presentato offerta di un tavolo operatorio mobile dotato di una quinta ruota motorizzata che permette di spostare il tavolo operatorio tramite telecomando e quindi agevolando l'operatore nel movimentare il tavolo con il paziente e il successivo passaggio in barella al di fuori della sala operatoria. L'offerta pervenuta della ditta OPT propone solamente un sistema motorizzato per il blocco e sblocco delle ruote nella base ma non permette la movimentazione elettrica per lo spostamento del tavolo operatorio.
- 2) La facilità di spostamento del tavolo non è garantita dal numero di ruote come descrive la ditta OPT nella dichiarazione di equivalenza, infatti il tavolo Vanto II Wheels è dotato di 6 ruote ma solo due sono piroettanti e le restanti quattro sono solo direzionali. Si preferisco le 4 ruote piroettanti per agevolare meglio gli spostamenti in sala ed effettuare piccoli spostamenti in tutte le direzioni, come offerto dalle altre due ditte.
- 3) Il tavolo proposto dalla OPT non è dotato di un sistema autolivellante come richiesto da capitolato. Tale sistema, permette infatti maggiore stabilità anche per pavimenti non perfettamente lineari, capaci di compensare i piccoli dislivelli della pavimentazione di sala. Non si accetta la dichiarazione di equivalenza per quanto riguarda il posizionamento della base a terra secondario all'attivazione del freno di stazionamento.

Offerta ditta Ls Medical:

Si reputa il Tavolo TS 7000 **Conforme** alle richieste da capitolato.

REGIONE SICILIANA
 ASP ENNA
 P.O. CHIELLO
 UOSD ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
 Dott. Gianclaudio Caputo
 1/2

Man

Offerta Ditta Medimed :

Si reputa il tavolo operatorio CMAX 3 non conforme alle richieste di capitolato in quanto:

- 1) Il tavolo proposto ha un sistema di movimentazione colonna e sezioni di tipo elettroidraulico e non elettromeccanico come richiesto da capitolato.
Non si accetta la dichiarazione di equivalenza elettroidraulico vs elettromeccanico.
Il sistema elettromeccanico è da preferire ad un sistema elettroidraulico per le seguenti motivazioni:
 - Un sistema elettromeccanico ha una più bassa probabilità di guasto, da cui una minore incidenza di costi di manutenzione.
 - Pur in caso di guasto, un sistema elettromeccanico permette la sostituzioni delle parti in modo più semplice e sicuro.
 - I sistemi elettromeccanici sono igienicamente garantiti anche in caso di malfunzionamento, mentre i sistemi elettroidraulici possono dare perdite di olio a seguito di un problema tecnico.
 - La resa di un sistema elettromeccanico resta invariata anche dopo anni di funzionamento, mentre in un sistema elettroidraulico è possibile la fuoriuscita di piccole quantità d'olio che gradualmente se non vengono manutenzionate, rendono il sistema sempre meno performante (ad esempio non si raggiungono le altezze massime).
 - Un sistema elettromeccanico permette più movimentazioni, colonna e sezioni, in contemporanea.
- 2) Si segnala che non è presente un sensore che avverte il superamento della soglia di sicurezza del carico applicato, come richiesto da capitolato.
- 3) Non si accetta l'equivalenza delle movimentazioni dichiarate in quanto, il tavolo offerto CMAX3 non raggiunge i 45° di Anti- trendelenburg richiesti. La ditta dichiara che avendo un tasto per l'inversione testa piedi soddisfa questo parametro, ma non può essere accettata in quanto questi tipi di inclinazione si utilizzano a intervento in corso e quindi implicherebbe, in caso di necessità, l'inversione del paziente ad intervento avviato.
- 4) Tilt laterale di soli 25°, quindi inferiore ai 30° richiesti come da capitolato.

In fede

Piazza Armerina, 11/03/2023

Dott. Gianclaudio Caputo


REGIONE SICILIANA
ASP 4 ENNA
P.O. «M. Chiale» Piazza Armerina
Dr. GIANCLAUDIO CAPUTO
Spec. Ortopedia - Traumatologia
COD. ENPAM 300037801 G
C. Line Medici CT n. 12455

Bem

REGIONE SICILIANA



UOSD Ortopedia e Traumatologia
P.O. Chiello
Contrada Bellia 94015 Piazza Armerina

Responsabile Dott. Gianclaudio Caputo

Telefono 0935981332

e.mail: ortopedia.chiello@asp.enna.it

Al Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato

OGGETTO: chiarimenti circa il parere di non conformità relativo al tavolo chirurgico proposto dalla Ditta OPT SurgySystem.

1) L'esigenza della azienda appaltante è quella di acquistare un tavolo operatorio mobile su ruote con sistema di movimento motorizzato per facilitare lo spostamento del tavolo, anche in carico con sopra il paziente al fine di non far entrare le barelle in sala operatoria. Magari non è chiesto in modo così preciso nell'allegato A, ma l'obbiettivo era questo. Abbiamo già un tavolo chirurgico con carrello che lo solleva e lo sposta manualmente dentro la sala chirurgica. Le altre ditte che hanno proposto i loro tavoli mobili motorizzati, hanno tutte la caratteristica di avere un sistema che spinge elettromeccanicamente il tavolo, anche in carico, senza richiedere sforzo all'operatore. La OPT SurgySystem aggiunge un accessorio il cui codice è 7802E e dice che è un kit di conversione da agganciare alla base del tavolo dal lato testa. Tale Kit è composto da due ruote piroettanti dal diametro di 60 mm, ruote queste motorizzate. Non è chiaro se queste ruote siano motorizzate per poter eseguire solo il sali e scendi delle stesse (blocco e sblocco tavolo) o se siano capaci a far spostare il tavolo, possibilmente in carico col paziente sopra, senza richiedere sforzo all'operatore. Io credo che due ruote piroettanti non possano avere la capacità di attivazione e spostamento del tavolo. In tal senso rimango dubbioso sulla conformità di tale caratteristica.

2) Nell'allegato "A" sono richieste 4 coppie di ruote gemellari, il tavolo proposto dalla OPT SurgySystem non le ha neanche montando il Kit di conversione perchè si apprende dal catalogo fornito che il Kit 7802E ha due ruote anteriori piroettanti, ma non gemellari, da 60 mm e solo due posteriori gemellari da 80 mm; (tra l'altro le foto presenti nel catalogo fornito non sono d'aiuto: le ruote neanche si vedono, credo perchè queste siano sempre nascoste dentro il Karter esterno in acciaio, condizione che ne rende difficile la pulizia ma questo purtroppo non è da tenere in considerazione dato che nell'allegato "A" non è stata richiesta tale esigenza, credo per dimenticanza o perchè lo si ritenesse scontato).

Caputo

3) Nell'allegato "A" si richiede la presenza di piedini autolivellanti in modo che il letto si possa bloccare e questi, essendo "autolivellanti" compenseranno i difetti del pavimento/piano su cui poggerà il tavolo mantenendolo sempre a livello sia durante il gesto chirurgico in sala operatoria sia nello stazionamento fuori la sala operatoria per il trasbordo del paziente dal tavolo alla barella (in questo caso è più probabile che il pavimento abbia delle irregolarità). Il tavolo proposto dalla OPT SurgySistem non ha i piedini autolivellanti, ha le ruote motorizzate che credo, salendo o scendendo, facciano sollevare o abbassare il tavolo che con la sua base si appoggerà sul pavimento senza poter sopperire alle imperfezioni e alle irregolarità dello stesso. Il sistema proposto dalla OPT SurgySistem non è conforme a quanto richiesto nell'allegato "A".

Se le motivazioni di non conformità sopra descritte risultassero ancora oggetto di discussione, per evitare di incorrere in errori di valutazione, la scrivente si riserva la possibilità di richiedere una sessione demo del tavolo operatorio e contestualmente una presa visione dei manuali d'uso su cui siano dichiarate le caratteristiche del tavolo conformi a quelle richieste.

Piazza Armerina, il 22/03/2023

Dott. Gianclaudio Caputo
Responsabile U.O.S.D. Ortopedia
P.O. "M. Chiello" ASP ENNA



REGIONE SICILIANA
P.O. "M. CHIELLO" ASP ENNA
Dr. GIANCLAUDIO CAPUTO
Spec. Ortopedia - Traumatologia
COD. ENNA M 300237801 G
Città: Armerina - Tel: 0935 12455



Cod. fisc./P.IVA 01161160867
Tel. 0935-520.111

UFFICIO: Direzione Sanitaria

Telefono: 0935/520484
Prot:
FAX: 0935/520144

email: direzione_sanitaria@asp.enna.it

WEB:
<http://www.aspl.enna.it/>

Al Dott. Arcangelo Russo
Direttore UOC Ortopedia

SEDE

OGGETTO: Richiesta parere tecnico letto ortopedico.

Dovendosi procedere all'acquisto di un letto ortopedico per la Ortopedia di Piazza Armerina si chiede cortesemente di visionare le schede tecniche presentate al fine di verificarne la aderenza a quanto richiesto. Si allegano le schede pervenute
Distinti Saluti.

Emanuele Cassarà
Direttore Sanitario

Russo

Dipartimento di Chirurgia
U.O. di Ortopedia e Traumatologia
Direttore: Dott. Arcangelo Russo


01/06/2023

Oggetto: Riscontro alla nota prot. 58713 del 31/05/2023

Comunico quanto segue:

Avendo visionato le schede tecniche presentate dalle 3 ditte partecipanti alla gara per tavolo operatorio completo di accessori base per la UOSD Ortopedia e Traumatologia del P.O. Chiello di Piazza Armerina, Confermo che il giudizio di conformità espresso dal Sanitario richiedente risulta aderente a quanto richiesto

Arcangelo Russo



Medicina Ortopedica
Azienda Sanitaria Provinciale Enna
P.O. Umberto I°
U.O. di ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Dott. Arcangelo Russo
Cod. Enna 09101724
091 181 2000 - 091 181 2204

Offerta Economica relativa a

DESCRIZIONE RDO

FORNITURA DI UN TAVOLO OPERATORIO CON ACCESSORI BASE PER LA U.O.S.D. ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA DEL P.O. CHIELLO DI PIAZZA ARMERINAA
NUMERO RDO 3346335

NUMERO LOTTO null

Amministrazione titolare del procedimento

AMMINISTRAZIONE

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA

CF AMMINISTRAZIONE 01151150867

Concorrente

FORMA DI PARTECIPAZIONE

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

L.S. MEDICAL S.R.L.

PARTITA IVA

05063800873

TIPOLOGIA SOCIETARIA

SRL

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

| Nome | Valore |
|----------------|-----------|
| Valore offerto | 130774,75 |

Elenco dichiarazioni abilitazione

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

| | |
|--|--|
| Fatturato MEDIO annuo relativo alla fornitura di ARREDI DA LABORATORIO, SANITARI E POST MORTEM realizzato negli ultimi 2 esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di Ammissione | 0 |
| Il sottoscritto Operatore Economico | dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste nella Categoria per cui viene richiesta l'Ammissione al Mercato Elettronico della P.A. |
| Con riferimento alle procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o dal PNC, l'operatore economico si impegna, in relazione al numero dei propri dipendenti, a produrre alle Amministrazioni, in sede di Richieste di Offerta e/o Trattativa Diretta, quanto richiesto dall'art. 47, commi 2, 3 e 3-bis, del D.L. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, così come meglio esplicitato nel Capitolato d'Oneri. | SI |

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;

Handwritten signature

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

NUMERO DI RDO: 3346335

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE



OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA
R.d.O. n. 3346335

relativa alla richiesta di **MIGLIORIA** offerta per la fornitura di un tavolo operatorio con accessori base per la U.O.S.D. Ortopedia e Traumatologia del P.O. Chiello di Piazza Amerina

MODELLO AUTODICHIARAZIONE EX DPR 445/2000

La sottoscritta Guamera Maria Simona Giuseppa, nata a Catania il 16/12/1968, residente a Mascallucia, (prov. Catania), in via Villafranca, n. 45, codice fiscale /G/R/N/MIS/M/6/8/T/5/6/C/3/5/1/D/, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, in qualità di Amministratore Unico dell'impresa L.S. MEDICAL S.R.L., con sede legale in San Giovanni la Punta (CT) Via Massimo D'Azeglio 5/A Codice fiscale/Partita Iva 05063800873 telefono: 095 7178433 fax: 095 7177493 e-mail: amministrazione@lsmedical.it, pec mail lsmedical@legalmail.it dell'ufficio gare, con riferimento alla procedura in oggetto,

dichiara:

A) che il prezzo offerto è, nel dettaglio, composto dalle seguenti voci:

| | descrizione | prezzo unitario | quantità | prezzo complessivo |
|----|--|-----------------|----------|--------------------|
| 1) | TRYSYSTEM 7000 U14 (MBW) Tavolo operatorio mobile. | € 51.354,09 | 1 | € 51.354,09 |
| 2) | CUSCINO TS7000 U14 G | € 377,48 | 1 | € 377,48 |
| 3) | TELECOMANDO IR TRUSYSTEM 7500 / 7000 | € 1.201,72 | 1 | € 1.201,72 |
| 4) | TELECOMANDO A CAVO TRUSYSTEM 7000 | € 1.201,72 | 1 | € 1.201,72 |
| 5) | UNITA' CARICA BATTERIE MOBILE TS7500 / TS3000 | € 276,36 | 1 | € 276,36 |
| 6) | CAVO ALIMENTAZIONE CARICABATTERIE | € 46,41 | 1 | € 46,41 |
| 7) | SEZIONE TESTA DOPPIO SNODO H | € 2.559,27 | 1 | € 2.559,27 |

| | V | | | |
|-----|---|------------|---|------------|
| 8) | CUSCINO SEZIONE TESTA HG | € 146,84 | 1 | € 146,84 |
| 9) | SEZIONE SCHIENA SUPERIORE H V | € 1.556,34 | 1 | € 1.556,34 |
| 10) | CUSCINO SEZIONE SCHIENA HG | € 112,21 | 1 | € 112,21 |
| 11) | SEZIONE GAMBE QUATTRO PARTI DIVARICABILE HV | € 4.401,67 | 1 | € 4.401,67 |
| 12) | CUSCINO SEZIONE GAMBE IN QUATTRO PARTI HG | € 412,12 | 1 | € 412,12 |
| 13) | SEGMENTO IN CARBONIO 1200 H V | € 6.892,38 | 1 | € 6.892,38 |
| 14) | CUSCINO PER SEGMENTO IN CARBONIO 1200 H G | € 416,27 | 1 | € 416,27 |
| 15) | REGGIBRACCIO ONE HAND REISON (CUSCINO E CINGHIA NO | € 718,26 | 2 | € 1.436,52 |
| 16) | CUSCINO SUPERCOMFORT PER REGGIBRACCIO | € 163,46 | 2 | € 326,92 |
| 17) | CINGHIA A VELCRO PER REGGIBRACCIO | € 35,32 | 2 | € 70,64 |
| 18) | FERMAPOLSO CON MORSETTO | € 186,32 | 1 | € 186,32 |
| 19) | FASCIA ADDOMINALE/FERMACORPO/FERMA GAMBE | € 344,24 | 1 | € 344,24 |
| 20) | PAIO DI FERMAGAMBE SINGOLA PER SEZIONEGAMBE DIVARICABILI | € 415,58 | 1 | € 415,58 |
| 21) | FASCIA ADDOMINALE/FERMACORPO/FERMA GAMBE | € 344,24 | 1 | € 344,24 |
| 22) | REGGITELO ANGOLARE ESTENDIBILE | € 349,09 | 1 | € 349,09 |
| 23) | MORSETTO RADIALE | € 208,48 | 1 | € 208,48 |
| 24) | SUPPORTO UNIVERSALE PER APPOGGI LATERALI / PELVICO | € 460,60 | 2 | € 921,20 |
| 25) | SUPPORTO SACRALE - CUSCINO 215 | € 191,86 | 1 | € 191,86 |
| 26) | SUPPORTO DORSALE- CUSCINO 170 | € 169,00 | 1 | € 169,00 |

| | | | | |
|-----|--|------------|---|------------|
| 27) | SUPPORTO UNIVERSALE PER APPOGGI LATERALI /PELVICO | € 460,60 | 1 | € 460,60 |
| 28) | SUPPORTO PER APPOGGI PELVICI - 85 | € 157,92 | 1 | € 157,92 |
| 29) | CARRELLO CON GANCI BILATERALE | € 645,53 | 1 | € 645,53 |
| 30) | BARRA PORTA ACCESSORI | € 279,13 | 2 | € 558,26 |
| 31) | CESTELLO IN TONDINO 1 STE 600X300X300H | € 165,37 | 2 | € 330,74 |
| 32) | ADATTATORE TRAZIONI TS 7000 | € 3.035,11 | 1 | € 3.035,11 |
| 33) | CUSCINO PER SUPPORTO UNIVERSALE TS B | € 797,22 | 1 | € 797,22 |
| 34) | SUPPORTO UNIVERSALE TS 7000 / TS 7500 | € 1.673,40 | 1 | € 1.673,40 |
| 35) | SEZIONE GAMBE PER SUPPORTO UNIVERSALE | € 1.198,25 | 1 | € 1.198,25 |
| 36) | CUSCINO PER SEZ GAMBE SUPP UNIV. G | € 297,83 | 1 | € 297,83 |
| 37) | CONTROTRAZIONE POST X-RAY | € 779,90 | 1 | € 779,90 |
| 38) | ASTA DI CONTROTRAZIONE 80 | € 246,58 | 1 | € 246,58 |
| 39) | MONTANTI X-RAY, COPPIA | € 5.247,38 | 1 | € 5.247,38 |
| 40) | BARRA DI TRAZIONE MEDIA | € 742,50 | 1 | € 742,50 |
| 41) | ADATTATORE PER BARRA DI TRAZIONE X-RAY | € 1.343,71 | 2 | € 2.687,42 |
| 42) | ADATTATORE MECCANISMO DINAMOMETRICO | € 346,32 | 2 | € 692,64 |
| 43) | MECCANISMO DINAMOMETRICO | € 3.310,09 | 2 | € 6.620,18 |
| 44) | STIVALE DI TRAZIONE | € 1.026,48 | 2 | € 2.052,96 |
| 45) | MORSETTO RADIALE PER BARRA DITRAZIONE | € 220,95 | 2 | € 441,90 |
| 46) | MORSETTO RADIALE | € 208,48 | 2 | € 416,96 |
| 47) | REGGICOSCE DI GOEPEL, PER ADULTI | € 601,20 | 1 | € 601,20 |
| 48) | ADATTATORE PER ARCO DI KIRSHNER, BASE | € 265,97 | 1 | € 265,97 |

| | | | | |
|-----|---|------------|---|------------|
| 49) | ADATTATORE PER ARCO DI KIRSCHNER | € 312,38 | 1 | € 312,38 |
| 50) | CARRELLO PER TRAZIONI | € 2.882,04 | 1 | € 2.882,04 |
| 51) | ADATTATORE PER CONTROTRAZIONE TIBIA | € 268,74 | 1 | € 268,74 |
| 52) | ASTA DI CONTROTRAZIONE, DIAMETRO 60 | € 436,36 | 1 | € 436,36 |
| 53) | CONTROTRAZIONE PER TIBIA | € 1.508,55 | 1 | € 1.508,55 |
| 54) | FISSACONDILI REGOLABILE | € 787,52 | 1 | € 787,52 |
| 55) | BEACH CHAIR SERVO ASSISTITA | € 4.505,57 | 1 | € 4.505,57 |
| 56) | PIANO E CUSCINO PER INTUBAZIONE PER A-91501 | € 319,30 | 1 | € 319,30 |
| 57) | MORSETTO ALLEN PER A-9150 | € 254,89 | 2 | € 509,78 |
| 58) | CINGHIA CONTROTRAZIONE PER A-91500, A-9000. | € 580,43 | 1 | € 580,43 |
| 59) | MORSETTO EASY LOCK AD AGGANCIAMENTO RAPIDO | € 367,79 | 1 | € 367,79 |
| 60) | POSIZIONATORE TESTA UNIVERSALE (SENZA MANIGLIE) | € 779,90 | 1 | € 779,90 |
| 61) | MONOUSO PER POS. TESTA A-90026 - CONF. DA 10 PEZZI | € 333,16 | 1 | € 333,16 |
| 62) | REGGIBRACCIO MULTI TASK | € 721,03 | 1 | € 721,03 |
| 63) | MORSETTO EASY LOCK AD AGGANCIAMENTO RAPIDO | € 367,79 | 1 | € 367,79 |
| 64) | CUSCINO PIATTO PER REGGIBRACCIO ALLEN COD. O-ABMT | € 106,67 | 1 | € 106,67 |
| 65) | TAVOLINO IN CARBONIO | € 1.984,36 | 1 | € 1.984,36 |
| 66) | MORSETTO EASY LOCK AD AGGANCIAMENTO RAPIDO | € 367,79 | 2 | € 735,57 |
| 67) | CUSCINO (5cm) PER TAVOLINO PER CHIRURGIA DELLA MANI | € 220,95 | 1 | € 220,95 |
| 68) | SUPPORTO PER ARTROSCOPIA GINOCCHIO | € 836,70 | 1 | € 836,70 |
| 69) | MORSETTO RADIALE | € 208,48 | 1 | € 208,48 |
| 70) | SUPPORTO A RULLO | € 302,68 | 1 | € 302,68 |

| | | | | |
|-----|--|------------|---|------------|
| 71) | MORSETTO RADIALE | € 208,48 | 1 | € 208,48 |
| 72) | BARRA DI SUPPORTO PER CUSCINI | € 560,34 | 1 | € 560,34 |
| 73) | CUSCINO APPOGGIO OMERO | € 302,68 | 1 | € 302,68 |
| 74) | REGGIBRACCIO MULTI TASK, RICHIEDE 1 MORSETTO | € 721,03 | 1 | € 721,03 |
| 75) | MORSETTO EASY LOCK AD AGGANCIAMENTO RAPIDO | € 367,79 | 1 | € 367,79 |
| 76) | CUSCINO PIATTO PER REGGIBRACCIO ALLEN COD. O- ABMT | € 106,67 | 1 | € 106,67 |
| 77) | COPPIA REGGIGAMBE FORCELLA | € 1.673,40 | 1 | € 1.673,40 |
| 78) | SUPPORTO PER PROTESI D'ANCA | € 1.114,44 | 1 | € 1.114,44 |


TOTALE

€ 130.000,00 IVA ESCLUSA

B) a pena di esclusione, che il prezzo offerto non è superiore al prezzo praticato alle altre Aziende Sanitarie, in quanto il tavolo TRYSYSTEM 7000 non è mai stato offerto dalla L.S. Medical S.r.l..

Li Catania, 15/06/2023

Timbro e Firma Leggibile


L.S. MEDICAL s.r.l.
L'Amministrazione Unica
(Maria Simona Guarnara)