



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

DETERMINA N 634 DEL 30 AGO 2021

OGGETTO: Indizione della procedura aperta sul MEPA per la fornitura, e relativa garanzia, di un sistema di monitoraggio in continuo delle temperature con trasmissione dati via radiofrequenza compatibile col sistema Sirius di proprietà dell'ASP.

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

Proposta N 486951 del 27/08/2021

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
 Il Collaboratore Amministrativo Prof.le
 Dott. Antonio Zingali

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 Il Dirigente Amministrativo
 Dott. Salvatore A. Mingrino

IL DIRETTORE
 U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO
 Dott.ssa Maria Concetta Perna

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente determina.

Autorizzazione n. _____ del C.E. C.P. _____

Il Responsabile del procedimento

[Signature]

IL DIRETTORE DEL SEFP
 ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE
[Signature]

Registro Provvisorio n. _____ del 30/08/2021

IL DIRETTORE DELL' U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

L'annoduemilaventuno il giorno 30 AGO 2021 del mese di _____
 nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, a seguito di atto di "Delega competenze al Dirigente della UOC Servizio Provveditorato" Prot. N°431135 del 24/04/2019 del Direttore Generale Dr. Francesco Iudica.

VISTO il D.Lgs n. 502/92 s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 5/2009;

VISTA la delibera n. I del 22 settembre 2009 con la quale è stato approvato l'atto costitutivo dell'ASP di Enna;

VISTO l'Atto Aziendale approvato in via definitiva con delibera n.857 del 12/06/2020, parzialmente rettificata con delibera n.902 del 19/06/2020;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento di questa A.S.P. - Area Amministrativa, adottato con delibera n°829 del 24/10/2016, che stabilisce le attività della U.O.C. Servizio Provveditorato e le competenze conseguentemente attribuite al Responsabile del predetto Servizio;

VISTO l'atto di "Delega competenze al Dirigente della U.O.C. Servizio Provveditorato" prot. n. 431135 del 24/04/2019, a firma del Direttore Generale Dr. Francesco Iudica, che conferma le competenze del Direttore Servizio Provveditorato, definite nei superiori atti normativi e regolamentari alle quali afferisce l'adozione della presente determina;

VISTA la richiesta formulata, con nota prot. n. 3232 del 15/01/2021 del Direttore f.f. U.O.C. Servizio Tecnico, il Servizio Provveditorato ha acquisito le informazioni e relativo capitolato tecnico, per la fornitura, comprensiva di installazione, collaudo, assistenza tecnica e posa in opera, di un sistema di monitoraggio in continuo delle temperature con trasmissione dati via radiofrequenza. compatibile con il sistema Sirius di proprietà dell' ASP;

VISTA la nota prot. n. 75673 del 25/08/2021, con la quale il Responsabile U.O.S. Facility Management, ha integrato la nota di cui sopra, specificando per la fornitura di cui in oggetto, di procedere solo con l'acquisto e la garanzia a norma di legge;

PRESO ATTO della necessità e dell' urgenza espresse nella sopra citata nota, da parte del Servizio richiedente, con riguardo ai beni da acquistare, al fine di mettere in sicurezza le apparecchiature di refrigerazione come congelatori e frigoriferi presenti nei PP.OO. interessati;

DATO ATTO che, per i beni e il servizio richiesti, non sono attive convenzioni CONSIP, che sul MEPA sono disponibili per l'acquisto beni e servizi consimili, e che gli stessi non rientrano fra quelli per cui sono in itinere gare di bacino, ai sensi della Circolare Assessoriale n.225/2010 e dei verbali del 19/06/2020 e del 16/07/2020 del Comitato di Bacino Sicilia Orientale, ne, infine, per tali beni, sono in programmazione gare che saranno esperite dalla Centrale Unica di Committenza Regionale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 2 della Legge 6 luglio 2012, n. 94, "le P.A. sono tenute, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, a fare ricorso al Mercato Elettronico della P.A.";

RITENUTO che occorre indire idonea procedura di gara, tramite ME.PA. per l' individuazione di una ditta cui affidare la fornitura del sistema, con le caratteristiche indicate nella lettera d'invito/capitolato;

VERIFICATO che le caratteristiche tecniche dei beni in argomento sono state fornite dal Responsabile f.f. della U.O.C. Servizio Tecnico;

VERIFICATO che sul MEPA sono presenti i beni di che trattasi;

RITENUTO che il metodo di acquisizione, che si ritiene più confacente alla fattispecie in esame, la cui spesa presunta da porre a base d'asta è di € 30.000,00, compreso il periodo di eventuale proroga tecnica di mesi sei, ritenuta congrua a seguito di verifica su piattaforma MEPA dei prezzi indicati per la categoria merceologica delle attrezzature e dei servizi connessi in argomento, risulta essere la procedura aperta, ai

sensi dell'art. 60, comma 1 e comma 3 (considerata l'urgenza dell'acquisizione delle attrezzature per le motivazioni sopra espresse), del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii, e del vigente Regolamento Aziendale per gli acquisti sotto soglia, da aggiudicarsi, attese le caratteristiche standardizzate e definite dal mercato, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, secondo quanto disciplinato dall'art. 95, comma 4 lett. b), del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, ed in presenza anche di una sola offerta valida.

DATO ATTO che, per la gara in questione, sarà data adeguata informazione provvedendo alla pubblicazione dell'avviso di gara, sul sito web dell' ANAC e sul sito internet Aziendale;

VISTO ^{lo stesso} in schema di lettera d'invito e capitolato speciale d'appalto, nei cui allegati sono riportate le tipologie, i servizi connessi e le quantità dei prodotti da acquistare;

DATO ATTO a seguito dell'istruttoria effettuata, che il presente provvedimento, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della Legge 6 novembre 2012 n. 190- Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione - nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano aziendale della prevenzione della corruzione 2020/2023;

DETERMINA

Per le motivazioni espresso in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1. DI INDIRE**, procedura aperta, tramite ME.PA., ai sensi dell'art. 60, comma 1 e comma 3 (considerata l'urgenza dell'acquisizione in argomento,) del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. e del Regolamento Aziendale per gli acquisti sotto soglia, per la fornitura, di un sistema di monitoraggio in continuo delle temperature con trasmissione dati via radiofrequenza compatibile con il sistema Sirius di proprietà dell' A.S.P., da aggiudicarsi, attese le caratteristiche standardizzate e definite dal mercato, in base al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso di cui all'art. 95, comma 4 lett. b) Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. anche in presenza di una sola offerta valida.
- 2. DI APPROVARE** la lettera d'invito/capitolato tecnico e relativi allegati.
- 3. DI PROCEDERE** alla pubblicazione dell'avviso di gara sul sito web dell' ANAC e sul sito Internet Aziendale.
- 4. DI RISERVARSI** di affidare le forniture di cui sopra, alla ditta migliore offerente che sarà individuata in seguito all'esperimento del procedimento di che trattasi,
- 5. DI DARE ATTO** che gli oneri complessivi presunti di € 30.000,00 oltre IVA del 22% relativi alla fornitura e ai servizi connessi e al periodo di eventuale proroga di mesi sei, graveranno sul conto patrimoniale n. 101020501 "Attrezzature sanitarie e scientifiche" del bilancio annuale di competenza. *lo stesso*
- 6. DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di procedere in tempi brevi al necessario acquisto, al fine di evitare conseguenze negative sulle attività delle Strutture richiedenti.

IL DIRETTORE
U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dott.ssa Maria Concetta Perna

Maria Concetta Perna

Si dichiara che la presente determina è stata trasmessa all'Ufficio Delibere in data _____

L'Incaricato _____

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determina, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio Informatico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n° 30/93 s.m.i., e dell'art.32 della L.n.69 del 18/06/2009 dal 05 SET 2021 al 19 SET 2021

L'incaricato

PER DELEGA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL DIRIGENTE AMM. VO U.O.C. COORDINAMENTO STAFF

Notificata al Collegio Sindacale il con nota prot. n°

ESECUTIVITA' DETERMINA

- esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L.R. n° 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n° 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- immediatamente esecutiva dal 30 AGO 2021

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO UFFICIO DELIBERE

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n°. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n°. _____ del _____

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

ALLEGATO A



Cod. fisc./P.IVA 01151150867
Tel. 0935-520.111
Fax 0935-500.851

U.O.C. SERVIZIO TECNICO
Direttore f.f.: Ing. Angelo Di Pasquale

Telefono 0935.520702
FAX 0935.520187

AI Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato
E.p.c. AI Direttore U.O.C. Farmacia

OGGETTO: Richiesta fornitura sistemi di monitoraggio temperature ed umidità con trasmissione dati via radiofrequenza, comprensivo di assistenza tecnica e manutenzione per anni uno.

In riferimento alla richiesta del Direttore del Servizio di Farmacia con la quale chiede la fornitura di quanto in oggetto e a seguito di ulteriori verifiche tecniche anche con l'ausilio del Servizio di Ingegneria Clinica, si comunica che necessita procedere con l'acquisto di tutto quanto indicato nell'allegata tabella.

Il costo presunto della fornitura è di circa € 30.000,00.

Per quanto sopra, si sottolinea l'urgenza dell'acquisto al fine di mettere in sicurezza i congelatori e frigoriferi.

Distinti saluti.

U.O.C. SERVIZIO TECNICO
Il Dirigente Ingegnere
Ing. Salvatore Gordovana

U.O.C. SERVIZIO TECNICO
Il Direttore f.f.
Ing. Angelo Di Pasquale



Al *Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato*

Cod. fisc./P.IVA 01151150867
Tel. 0935-520.111
Fax 0935-500.651

U.O.C. SERVIZIO TECNICO
Direttore f.f.: Dott. Ciro Viscuso

Telefono 0935.520202
FAX 0935.520187

OGGETTO: Richiesta fornitura sistemi di monitoraggio temperature ed umidità con trasmissione dati via radiofrequenza, comprensivo di assistenza tecnica e manutenzione. Comunicazione Integrazioni.

Si fa seguito alla precedente nota prot. n. 3232 del 15/01/2021 di pari oggetto e si comunica che a seguito anche di interlocuzione con la Direzione Aziendale, si ritiene necessario procedere solo con l'acquisto compreso di garanzia per la durata secondo norma.

Non si ritiene opportuno inserire il servizio di assistenza, manutenzione e taratura per la durata di ulteriori anni 3 poiché si sta valutando l'opportunità di inserire tale servizio all'interno della manutenzione delle apparecchiature medicali.

Il costo presunto della fornitura è di circa € 30.000,00.

Per quanto sopra, si ribadisce l'urgenza dell'acquisto al fine di mettere in sicurezza i congelatori e frigoriferi.

Distinti saluti.

U.O.C. SERVIZIO TECNICO
Il Dirigente Ingegnere
Ing. Salvatore Cordovana

U.O.S. FACILITY MANAGEMENT
Il Responsabile
Ing. Angelo Di Pasquale



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni
Tel 0935/520200

U.O.C. Servizio Provveditorato
email: antonio.zingali@asp.enna.it
tel 0935520200
direttore.provveditorato@asp.enna.it
provveditorato@pec.asp.enna.it

Enna li,
Viale Diaz n° 7/9- Cap. 94100
Enna

Protocollo 76 433

N.....

Del 27/08/2021

Oggetto:

.....
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura, comprensiva di installazione, di un sistema di monitoraggio in continuo delle temperature con trasmissione dati via radiofrequenza compatibile con il sistema Sirius di proprietà dell' ASP.

Spett.li ditte

Si prega codesta spettabile ditta di far pervenire offerta economica sul ME.PA. per la fornitura, comprensiva di installazione, di un sistema di monitoraggio in continuo delle temperature con trasmissione dati via radiofrequenza compatibile con il sistema Sirius di proprietà dell' ASP., come da allegato "A" accluso alla presente richiesta, con il criterio dell'offerta individuata sulla base del prezzo più basso.

Si precisa che le specifiche tecniche indicate nell'allegato "A" si devono intendere espresse ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., cioè seguendo pedissequamente il seguente assunto, elaborato dalla dottrina e fatto proprio da questa Stazione appaltante:

L'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto consente alla stazione appaltante di disporre di un parametro di riferimento sulla cui base poter procedere alla valutazione delle offerte ricevute e, successivamente, verificare la corrispondenza tra quanto richiesto e la prestazione ricevuta dall'aggiudicatario.

Diversamente, sotto il secondo profilo, l'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto permette agli operatori economici di poter circoscrivere la propria offerta verificando, eventualmente, la legittimità dell'aggiudicazione.

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna
Tel. 0935/520200 - 0935/520348



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni
Tel 0935/520200

La formulazione delle specifiche tecniche deve avvenire nel rispetto delle regole della corretta concorrenza tra gli operatori economici del mercato e, di conseguenza, nel rispetto dei principi

in cui la concorrenza è tradizionalmente declinata, quali il principio di non discriminazione, il principio di parità di trattamento e il principio di massima partecipazione.

La descrizione delle caratteristiche tecniche del bene oggetto dell'appalto, dunque, non esclude dalla valutazione quelle offerte il cui contenuto sia comunque strutturalmente e funzionalmente corrispondente a quanto richiesto con la presente richiesta d'offerta e deve intendersi coerente con la c.d. clausola di equivalenza, ovverosia con l'esigenza che sia prevista la possibilità, per i concorrenti, di offrire beni e servizi con caratteristiche equivalenti rispetto a quelle richieste.

Conseguentemente la stazione appaltante valuterà se quanto offerto dai partecipanti alla gara possa ritenersi equivalente alle caratteristiche della prestazione o del bene indicate nelle specifiche tecniche.

Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, infatti, la clausola di equivalenza si ritiene applicabile "qualora siano inserite nella lex specialis di gara specifiche tecniche a tal punto dettagliate da poter individuare un dato prodotto in maniera assolutamente precisa (con una fabbricazione o una provenienza determinata, o un procedimento particolare, con riferimento a un marchio o a un brevetto)", al fine di favorire la presentazione di una proposta "che ottemperi in maniera equivalente agli stessi requisiti".

Il principio di equivalenza, pertanto, è vincolante per l'amministrazione solo qualora il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari predispongano una descrizione sì particolareggiata e puntuale al punto che "avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti".

L'onere della prova dell'equivalenza grava sull'offerente, residuando invero in capo alla stazione appaltante la valutazione circa la conformità del contenuto dell'offerta rispetto all'oggetto dell'appalto così come descritto nelle specifiche tecniche, senza che possa ravvisarsi in capo alla stessa un onere di attività di indagine circa l'asserita equivalenza.

Contemporaneamente con l'orientamento maggioritario della giurisprudenza si precisa che l'equivalenza non può essere meramente affermata dall'impresa partecipante alla gara, bensì "va dimostrata in modo rigoroso con una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto, e comunque deve formare oggetto di apposita dichiarazione allegata all'offerta", con la conseguenza che "sin dal momento della presentazione dell'offerta, il concorrente che offre prodotti equivalenti deve fornire una prova idonea a dimostrare l'equivalenza allegata", in assenza della quale è legittima l'automatica esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica.

In ossequio a tale principio, quindi nell'offerta deve essere data prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte corrispondano in maniera equivalente ai requisiti richiesti dalle specifiche tecniche".

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna
Tel. 0935/520200 - 0935/520348



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni
Tel 0935/520200

PREMESSE

Con determina a contrarre n.....del, questa Amministrazione si è determinata ad indire procedura aperta per l'affidamento della fornitura, comprensiva di installazione, di un sistema di monitoraggio in continuo delle temperature con trasmissione dati via radiofrequenza compatibile con il sistema Sirius di proprietà dell' A.S.P.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 60, commi I e 3 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. RDO ME.PA. - e con applicazione del criterio dell'offerta individuata sulla base del prezzo più basso/maggior ribasso, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 — Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) e ss.mm.ii., anche in presenza di una sola offerta valida.

I luoghi di svolgimento della fornitura e dei servizi connessi sono: Enna, Nicosia, Piazza Armerina e Leonforte [codice NUTS: ITG16] nel dettaglio: n.11 Punti presso P.O. Farmacia Enna — n.7 Punti presso P.O. Farmacia Nicosia — n.4 Punti presso P.O. Leonforte — n.5 Punti presso P.O. Piazza Armerina.

CIG.....

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice del appalti, è il Dirigente Amministrativo Dott. Salvatore A. Mingrino (tel. 0935/520348 — email:provveditorato@pec.asp.enna.it — Il Responsabile dell'istruttoria è Il Collaboratore Amministrativo Prof.Dott. Antonio Zingali 0935/520200-email:antonio.zingali@asp.enna.it)

Chiarimenti

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare a mezzo piattaforma telematica ME.PA., almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art.74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fomite almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione sulla piattaforma telematica utilizzata. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Comunicazioni

Ai sensi dell'art, 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni
Tel 0935/520200

Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite la piattaforma telematica ME.PA.

Eventuali modifiche dell'indirizzo pec/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rate o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

La documentazione per la partecipazione alla gara dovrà essere presentata secondo le modalità di seguito esplicitate.

Nel campo documentazione amministrativa dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Lettera d'invito/capitolato;
- Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e successivi, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, comprensiva della dichiarazione di regolarità contributiva con indicazione dei nn. iscrizione INPS e INAIL, sedi e numero dei dipendenti o copia del DURC come da allegato inserito nella documentazione richiesta;
- Patto d'integrità anticorruzione;
- Dichiarazione ottemperante all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010, come modificato dall'art. 7 della L. 12.11.2010 n. 187, e, pertanto, di impegnarsi ad indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e di tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto.

Nel campo documentazione tecnica dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Offerta economica senza prezzi, con indicazione di marca e nome della ditta produttrice;

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna
Tel. 0935/520200 - 0935/520348



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni
Tel 0935/520200

- CND e repertorio (ove previsto);
- RCP (riassunto caratteristiche prodotti);
- Schede tecniche.

Nel campo offerta economica dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Offerta economica come generata dal sistema con indicazione del prodotto offerto, marca e nome della ditta produttrice e il prezzo complessivo per l'intero lotto, IVA esclusa;
- Offerta dettagliata economica come da modello allegato.
- Offerta economica dettagliata con prezzi unitari.
- Template compilato
 - Il prezzo dovrà comprendere: consegna franco magazzino e quant'altro connesso alla fornitura.
 - L'aggiudicazione avverrà in favore della ditta che avrà presentato l'offerta più bassa nel rispetto delle caratteristiche tecniche richieste.

Adempimenti successivi all'aggiudicazione:

- La formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà attraverso la stipula del contratto nei modi e nelle forme di legge da registrare solo in caso d'uso;
- deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell'importo aggiudicato;
- **la fornitura dovrà essere eseguita a seguito di esplicito ordine informatico (N.S.O.);**
- **consegna entro 20 gg. lavorativi dalla stipula del contratto;**

Qualora la ditta non abbia la disponibilità dei prodotti, dovrà segnalarlo, entro 3 giorni dall'ordine, al Magazzino Generale dell'Azienda;

- Tutti i prodotti soggetti a scadenza, al momento della consegna dovranno avere i $\frac{3}{4}$ della loro validità. Non verranno accettati dal Magazzino prodotti privi del marchio CE (salvo quanto previsto dalla normativa vigente).
- I dispositivi dovranno essere conformi alle normative di sicurezza. I prodotti dovranno essere forniti in confezione originale, sigillata e recare, tassativamente, stampigliato, la denominazione dell'impresa, le caratteristiche del prodotto e, comunque, tutte le indicazioni stabilite dalle norme di legge. Eventuali consegne non effettuate presso i rispettivi Magazzini saranno considerate come non eseguite.

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna
Tel. 0935/520200 - 0935/520348



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni
Tel 0935/520200

- **Pagamento: entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della fattura che dovrà pervenire dopo il ricevimento dei beni forniti, le verifiche di Legge delle forniture e gli adempimenti amministrativi.**
- Il materiale dovrà essere consegnato entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi dalla data dell'ordine. Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna del bene oggetto del presente contratto. In caso di ritardo, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, applicherà a carico del fornitore una penale nella misura giornaliera dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Tali penali non potranno, comunque, superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale. Trascorso questo termine, la mancata consegna della merce, comporterà il passaggio al secondo migliore offerente, con oneri a carico della ditta inadempiente.
- Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell'impresa, quali scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati e, perciò influenti nelle forniture e nelle prestazioni di servizi, debbono essere tempestivamente segnalate o documentate.
- Questa Azienda, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di acquistare i beni nel libero mercato, addebitando gli eventuali maggiori costi al fornitore inadempiente.
- Il controllo sulla quantità e qualità dei prodotti forniti spetta al Direttore dell'esecuzione del contratto, anche su segnalazione dell'U.O. utilizzatrice; in ogni caso, la ditta aggiudicataria è tenuta a prestare sui prodotti consegnati idonea garanzia; in caso di merce contestata, in quanto ritenuta non conforme, la ditta è obbligata, a propria cura e spese, al ritiro ed alla sostituzione con materiale conforme entro 2 giorni dalla contestazione.

L'Azienda può chiedere la risoluzione del contratto:

- a) in qualunque momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile;
- b) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto deliberativo;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratorie e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- e) nei casi di cessione e di subappalto non autorizzati dall'Azienda;
- f) nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna
Tel. 0935/520200 - 0935/520348



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni
Tel 0935/520200

- d) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratorie e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- e) nei casi di cessione e di subappalto non autorizzati dall'Azienda;
- f) nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- g) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti;
- h) in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione;
- i) in caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'affidataria, l'Azienda ha diritto di incamerare, ove previsto, il deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di essa, anche in danno dell'inadempiente.

Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile, il Direttore Generale potrà, a suo insindacabile giudizio, non stipulare alcun contratto, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o convenienti, sotto il profilo tecnico-economico, i risultati dell'attività negoziale.

E' fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, etc.), che potrà essere attivato senza che le concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento od altro.

E' fatto espresso **divieto di cessione del credito**, fatta salva l'esistenza di carenza di liquidità che non consenta il rispetto dei termini di pagamento.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, in relazione al contratto di cui alla presente procedura, è competente esclusivamente il Foro di Enna.

La Fattura dovrà essere intestata a: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA -VIALE DIAZ 7/9 - 94100 - ENNA - P.I. 0115115086

Il Responsabile dell'istruttoria
Il Collaboratore Amministrativo-Prof.le
Dr. Antonio Zingali

Il Dirigente Amministrativo
Servizio Provveditorato
Dott. Salvatore A. Mingrino

IL DIRETTORE
U.O.C. Servizio Provveditorato
Dott.ssa Maria Concetta Perna

N.	Descrizione										
<p align="center">FORNITURA COMPRENSIVA DI INSTALLAZIONE, COLLAUDO ASSISTENZA TECNICA DI UNO SISTEMA DI MONITORAGGIO IN CONTINUO DELLE TEMPERATURE CON TRASMISSIONE DATI VIA RADIOFREQUENZA COMPATIBILE CON IL SISTEMA SIRIUS</p>											
1	<p>Fornitura di un sistema di monitoraggio in continuo delle temperature con trasmissione dati via radiofrequenza comprendente circa 26 punti, da verificare con sopralluogo, studiatisi come di seguito:</p> <p>P.O. FARMACIA ENNA -> N° 10 PUNTI di monitoraggio in continuo delle temperature con trasmissione dati via radiofrequenza P.O. FARMACIA NICOSIA -> N° 7 PUNTI di monitoraggio in continuo delle temperature con trasmissione dati via radiofrequenza P.O. LENOFORTE -> N° 4 PUNTI di monitoraggio in continuo delle temperature con trasmissione dati via radiofrequenza P.O. PIAZZA ARMEBINA N° 5 PUNTI di monitoraggio in continuo delle temperature con trasmissione dati via radiofrequenza A corredo di tutta la strumentazione deve essere fornito tutto il necessario per il corretto funzionamento di tutto il sistema di rilevazione (modem, software, modulo di allarme remoto/combinatore telefonico, etc.)</p>										
2	<p>Datalogger monocabale nuovi di fabbrica e di ultima generazione, nella versione più aggiornata con le seguenti caratteristiche:</p> <p>Modelli con sonda in classe 100 direttamente connessa al datalogger da fabbricante, non manomontabile, per garantire un inferiore errore e minore incertezza di misura. Modelli specifici con codice colore dedicato per immediata identificazione.</p> <p>Classe di protezione IP 68 Alimentazione a batteria</p> <p>Dotato di supporto magnetico per immediata collocazione sull'apparecchiatura da misurare.</p> <p>Dotato di display per la visualizzazione di tutti i parametri in un'unica schermata; misura (temperatura indicazione fino al decimale), connessione, stato della batteria e portata del segnale radio</p> <p>Dotato di pulsante a sfioro multifunzione per l'accensione, spegnimento e marcatura degli eventi</p> <p>Sensore luce per immediata verifica di funzionalità del datalogger (per i modelli senza display) Rilevazione automatica del punto di misura.</p>										
3	<p>Servizio di assistenza, manutenzione e taratura del sistema di monitoraggio delle temperature installato comprendente:</p> <p>N° 2 interventi di manutenzione preventiva per anno. In questo controllo viene verificato almeno</p>										
	<p>1. la qualità della comunicazione radio tra i singoli elementi;</p> <p>2. l'archiviazione dei dati nel server;</p> <p>3. la funzionalità degli allarmi (esclusa la gestione degli allarmi);</p> <p>4. Controllo e sostituzione delle batterie dei datalogger ove necessario;</p>										
4	<p>Supporto telefonico garantito almeno dal lunedì al Venerdì</p> <p>Si richiede una capacità di memoria di almeno 60 giorni di dati (durante tale periodo questi dati non vengono mai cancellati dalla memoria dei logger)</p>										
5	<p>Segnalazione, al referente del sistema di monitoraggio temperature, di eventuali allarmi di tipo tecnico non validati (Esempio: batteria scarica, sonda non connessa), superamento soglia temperatura, non riconosciuti e presi in carico in tempi ragionevoli, di eventuali allarmi superamento soglia temperatura che si ripetono troppo frequentemente.</p>										
6	<p>N° 1 visita annuale presso ogni sede, per il controllo della catena termometrica e certificazione tramite Software Metrolog con rilascio di attestato della taratura/certificazione riferibile ACCREDIA.</p>										
7	<p>Certificato di taratura rilasciato da ditta accreditata secondo la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 con accreditamento nel campo di applicazione: "Servizio e verifica stato di taratura di apparecchi di misura, stato di conformità elettrica e stato di funzionalità di apparecchiature scientifiche"</p>										
8	<p>Taratura eseguita secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con l'ausilio di apposita strumentazione certificata ACCREDIA e sonde primarie certificate ACCREDIA. • seguendo una procedura di lavoro che assicuri una incertezza massima di +/-0,20% per ogni singola taratura e con il ritiro di almeno 10 temperature per singola catena sottoposta a verifica. • seguendo una procedura di lavoro conforme alle specifiche richieste dal CVS 1° ed. - febbraio 2014; Convalida dei processi. • con l'ausilio di apposito software, che rilascia un rapporto di taratura ritondicabile ad ACCREDIA, tenendo conto almeno dei seguenti errori di incertezza: <ol style="list-style-type: none"> 1. Deviazione Standard dei dieci punti rilevati per singola temperatura. 2. Incertezza della sonda primaria utilizzata. 3. Risoluzione della sonda primaria utilizzata. 4. Deriva annuale della sonda primaria utilizzata. 5. Interspolazione tra i valori di calibrazione. 6. Errore indotto dall'omogeneità dell'ambiente dove viene effettuata la taratura 7. Errore indotto dalla stabilità dell'ambiente dove viene effettuata la taratura. 8. Risoluzione catena di misurazioni. 										
9	<p>Per tutti i sensori e le sonde del sistema viene rilasciato un certificato di avvenuta taratura, alla temperatura di esercizio, con riferibilità al sistema di italiano (ACCREDIA), della durata di anni uno. In caso di presenza di errore della catena termometrica, rilevato in fase di taratura, superiore all'accuratezza dello stesso, non è prevista ricalibrazione in loco, della stessa ai valori originali.</p>										
<p align="center">Prezzo presunto per la fornitura in acquisto del sistema di monitoraggio comprensivo di manutenzione e taratura per un anno € 30.000</p>											
<p align="center">La dislocazione delle apparecchiature oggetto di monitoraggio sono le seguenti:</p>											
	<p>N° Ambientali temperatura umidità</p>	Enna	Nicosia	Leonforte	P.izza Armerina						
	<p>N° congelatore -80°C</p>	1	1	1	1						
	<p>N° frigoriferi +4°C</p>	6	6	6	6						
	<p>Totale</p>	11	11	11	11						

Autografo