



REGIONE SICILIANA  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**ENNA**

DETERMINA N 914 DEL 24 NOV 2021

**OGGETTO:** Indizione della procedura di gara aperta sul Me.Pa., per la fornitura di n.2 elettrocardiografi portatili e n.1 dispositivo audiometro diagnostico per l'ASP di Enna.

**U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO**

Proposta N 482646 del 23/11/21

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA  
 Il Collaboratore Amministrativo Prof.le  
 Dott. Antonio Zingali

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 Il Dirigente Amministrativo  
 Dott. Salvatore A. Mingrino

IL DIRETTORE  
 U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO  
 Dott.ssa Maria Concetta Perna

**VISTO CONTABILE**

Si attesta la copertura finanziaria come da prospetto allegato (ALL. N. \_\_\_\_\_) che è parte integrante della presente determina.

Autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

C.E.

C.P.

Il Responsabile del procedimento  
 Dr. Salvatore Pistone  
Salvatore Pistone

Il DIRETTORE DEL SEFP  
 ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE  
 Dr. ss. M. M. M. M. M.

Registro Provvisorio n. \_\_\_\_\_ del 24.11.2021

**IL DIRETTORE DELL' U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO**

L'annoduemilaventuno il giorno 24 NOV 2021 del mese di \_\_\_\_\_  
 nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, a seguito di atto di "Delega competenze al Dirigente della UOC Servizio Provveditorato" Prot. N°431135 del 24/04/2019 del Direttore Generale Dr. Francesco Iudica.

**VISTO** il D.Lgs. n° 502/1992 s.m.i;

**VISTA** la L.R. n° 5/2009;

**VISTA** la Delibera n. I del 22/09/2009 con la quale è stato approvato l'atto costitutivo dell'A.S.P. di Enna;

**VISTO** l'Atto Aziendale approvato in via definitiva con delibera n. 857 del 12/06/2020 parzialmente rettificata con delibera n. 902 del 19/06/2020;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione e funzionamento di questa A.S.P., Area Amministrativa adottato con delibera n. 829 del 24/10/2016, che stabilisce le attività della U.O.C. Servizio Provveditorato e le competenze conseguentemente attribuite al Responsabile del predetto Servizio;

**VISTO** l'atto di "Delega competenze al Dirigente della U.O.C. Servizio Provveditorato" prot. n.431135 del 24/04/2019 a firma del Direttore Generale Dr. Francesco Iudica, che conferma le competenze del Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato, definite nei superiori atti normativi e regolamentari alle quali afferisce l'adozione della presente determina;

**VISTA** la nota prot. n.82485 del 15/09/2021, con la quale il Direttore U.O.C. Medicina del P.O. Umberto I di Enna, su autorizzazione del Direttore Sanitario Aziendale, ha richiesto la fornitura di n. 2 elettrocardiografi portatili con carrello dedicato;

**VISTA** la nota prot. n.52603 del 14/06/2021, con la quale il Medico Competente del Servizio di Sorveglianza Sanitaria, su autorizzazione del Direttore Generale Aziendale, ha richiesto la fornitura di n. 1 apparecchio audiometro diagnostico;

**DATO ATTO** che, per i dispositivi richiesti, non sono attive convenzioni CONSIP, e che gli stessi non rientrano fra quelli per cui sono in itinere gare di bacino, ai sensi della Circolare Assessoriale n.225/2010 e dei verbali del 19/06/2020 e del 16/07/2020 del Comitato di Bacino Sicilia Orientale, ne, infine, per tali dispositivi, sono in programmazione gare che saranno esperite dall'Ufficio Speciale "Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di Beni e Servizi" della Regione Sicilia;

**VERIFICATO** che sul MEPA sono presenti i dispositivi di che trattasi;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 2 della Legge 6 luglio 2012, n. 94, *"le P.A. sono tenute, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, a fare ricorso al Mercato Elettronico della P.A."*;

**RITENUTO** necessario avviare idonea procedura di gara, tramite ME.PA., ai sensi dell'art. 60, comma 1 e comma 3 (considerata l'urgenza dell'acquisizione dei dispositivi in argomento), del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii, e del vigente Regolamento Aziendale per gli acquisti sotto soglia;

**CHE** la gara verrà aggiudicata col criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, secondo quanto disciplinato dall'art. 95, comma 4 lett. b), del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, ed in presenza anche di una sola offerta valida;

**DATO ATTO** che la spesa presunta da porre a base d'asta è di € 5.500,00, ritenuta congrua a seguito di verifica su piattaforma ME.PA. dei prezzi indicati per la categoria merceologica dei dispositivi connessi in argomento.

**VISTI I SEGUENTI ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINA:**

- A Nota prot. n. 82485 del 15/09/2021 del Direttore U.O.C. Medicina dell'ASP di Enna.
- B Nota prot. n. 52603 del 14/06/2021 del Medico Competente dell'ASP di Enna.
- C Lettera di invito/capitolato per avvio R.D.O. su MEPA;
- D Patto di integrità anticorruzione;
- E Modello autodichiarazione ex DPR 445/2000;
- F Modello di tracciabilità dei flussi finanziari;
- G Modello di offerta economica dettagliata con specifica dei prezzi praticati ad altre Aziende del SSN.

**DATO ATTO**, a seguito dell'istruttoria effettuata, che il presente provvedimento, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.3 del D.L. 23 ottobre 1996, come modificato dalla L.20 dicembre 1996 n.639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della Legge 6 novembre 2012 n.190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano aziendale della prevenzione della corruzione 2021/2023”;

**DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1 **DI INDIRE** procedura aperta, tramite ME.PA., ai sensi dell'art. 60, comma 1 e comma 3 (considerata l'urgenza dell'acquisizione dei dispositivi in argomento) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e del Regolamento Aziendale per gli acquisti sotto soglia, per la fornitura, di n.2 elettrocardiografi portatili con carrello dedicato e fornitura di n.1 apparecchio audiometro diagnostico, per un importo complessivo presunto di € 5.500,00 oltre IVA al 22%.
- 2 **DI APPROVARE** la lettera d'invito/capitolato e relativi allegati, parte integrante del presente provvedimento.
- 3 **DI RISERVARSI** di affidare la fornitura in argomento, alla Ditta migliore offerente che sarà individuata in seguito alle risultanze della R.D.O. avviata sul ME.PA.
- 4 **DI DARE ATTO** che, qualora i dispositivi di che trattasi fossero oggetto di aggiudicazione da parte dell'Ufficio Speciale "Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di Beni e Servizi" della Regione Sicilia prima della scadenza del contratto che si andrà a stipulare a seguito della R.D.O. che si indice con il presente provvedimento, gli effetti delle disposizioni assunte con quest'ultimo, cesseranno senza ulteriore formalizzazione di tale manifestazione di volontà.
- 5 **DI RISERVARSI** di aggiudicare la fornitura in argomento alla ditta, che per ciascun lotto, avrà presentato l'offerta più bassa nel rispetto delle caratteristiche tecniche riportate nell'Allegato accluso alla lettera d'invito, ai sensi dell'art. 95 comma 4, lett.b) D.lgs

*[A large, faint, diagonal line or signature spans across the page.]*



50/2016 e ss.mm.ii., attese le caratteristiche standardizzate e definite dal mercato, anche in presenza di una sola offerta valida.

- 6 **DI DARE ATTO** che la spesa presunta di €. 5.500,00 oltre IVA al 22% o la minor spesa che potrà essere accertata a seguito dell'esperimento di gara in argomento, graverà sul conto di pertinenza, del relativo bilancio di competenza.
- 7 **Di DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di procedere in tempi brevi ai necessari acquisti, al fine di consentire un più veloce iter di predisposizione di tutti gli atti consequenziali alle determinazioni assunte.

**Il Direttore**  
**U.O.C. Servizio Provveditorato**  
**Dott.ssa Maria Concetta Perna**

*Maria Concetta Perna*





Si dichiara che la presente determina è stata trasmessa all'Ufficio Delibere in data \_\_\_\_\_

L'Incaricato \_\_\_\_\_

### PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determina, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio Informatico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n° 30/93 s.m.i., e dell'art.32 della L.n.69 del 18/06/2009 dal 28 NOV 2021 al 12 DIC 2021

L'incaricato

PER DELEGA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
IL DIRIGENTE AMM. VO U.O.C. COORDINAMENTO STAFF

Notificata al Collegio Sindacale il ..... con nota prot. n° .....

### ESECUTIVITA' DETERMINA

- esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L.R. n° 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n° 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_
- immediatamente esecutiva dal 24 NOV 2021

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO UFFICIO DELIBERE

### REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO



LA PAGLIA / (MAURO) 12/09/21 Nume

Dr. Zupoli  
19/09/21  
6809

aspe.ASP ENNA.REGISTRO UFFICIALE.Int.0083062.17-09-2021  
aspe.ASP ENNA.REGISTRO UFFICIALE.Int.0082485.15-09-2021



**UOC MEDICINA COVID P.O. "Umberto I"**  
 Contrada Ferrante 94100 Enna  
 Direttore: *Mauro Sapienza*  
 Telefono: 0935.516402-258-358 169-046-086-603-156-620-217-360-142  
 e-mail: medicinainterna.umberto@asp.enna.it

Enna, 15 settembre.2021

Al Direttore  
UOC Provveditorato

e.p.c. Al Direttore Sanitario Aziendale  
ASP ENNA

**OGGETTO: Caratteristiche tecniche ELETTROCARDIOGRAFI**

Facendo seguito alla precedente richiesta del 2.9.2021, regolarmente autorizzata dal Direttore Sanitario Aziendale, ad integrazione, si forniscono le caratteristiche tecniche:

**- N.2 ELETTROCARDIOGRAFI portatili con carrello dedicato :**

- a) Elettrocardiografo portatile con monitor da almeno 8" a colori touch screen
- b) Campionamento ecg almeno 4.000 HZ
- c) Visualizzazione 12 derivazioni in tempo reale
- d) anteprima di stampa
- e) alimentazione a rete a batteria
- f) archivio integrato
- g) stampante termica integrata a 3 6 e 12 canali
- h) peso contenuto
- i) predisposto per invio ecg su pc in formato pdf.
- j) Completo di calcoli parametri ed interpretazione ECG
- k) Completo di carrello e braccio
- l) Prezzo a base d'asta: € 2000,00 + IVA cadauno

Ringraziando, in attesa di cortese e sollecito riscontro, si porgono cordiali saluti.

Mauro Sapienza  
Direttore UOC

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Emanuele Cassarà

- D. UOC PROVVEDITORATO  
E.P.C. UOC MEDICINA P.O. UMBERTO I





Dr. Ziupoli  
19/10/21  
Co. Paglia

Cod. fisc./P.IVA 01151150867  
Tel. 0935-520.111  
Fax 0935-500.851

UFFICIO

Telefono

FAX

EMAIL:

WEB:  
<http://www.ausl.enna.it/>

Al Direttore dell'Ufficio Provveditorato  
Enna Sede

**OGGETTO:** Acquisto Audiometro

Si richiede l'acquisto di n.1 apparecchio Audiometro ,come da autorizzazione del Direttore Generale che si allega alla presente. Altresi si allega la scheda delle caratteristiche tecniche .

Il Medico Competente  
Dr Antonio Branca  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE ENNA  
SORVEGLIANZA SANITARIA  
IL MEDICO COMPETENTE  
Dr. Antonio Branca





Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni  
Tel 0935/520200-520348

**U.O.C. Servizio Provveditorato**

email: antonio.zingali@asp.enna.it  
tel: 0935/520200- Punto istruttore  
Responsabile del Procedimento:  
Dirigente Amministrativo:  
Dr. Salvatore Mingrino  
tel:0935/520348  
email:salvatore.mingrino@asp.enna.it  
direttore.provveditorato@asp.enna.it  
provveditorato@pec.asp.enna.it

Enna li,  
Viale Diaz n° 7/9- Cap. 94100  
Enna

Protocollo

n. ....

Del

**Oggetto:**

.....  
Richiesta di offerta per la fornitura di n.2 elettrocardiografi portatili e  
n.1 apparecchio audiometro, per l'ASP di Enna.

Spett.li ditte

Si prega codeste spettabili ditte di far pervenire offerta economica sul ME.PA. per la fornitura di n.2 elettrocardiografi portatili e n.1 apparecchio audiometro per l'ASP di Enna., come da allegato "A" accluso alla presente richiesta.

Si precisa che le specifiche tecniche indicate nell'allegato "A" si devono intendere espresse ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., cioè seguendo pedissequamente il seguente assunto, elaborato dalla dottrina e fatto proprio da questa Stazione appaltante:

*L'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto consente alla stazione appaltante di disporre di un parametro di riferimento sulla cui base poter procedere alla valutazione delle offerte ricevute e, successivamente, verificare la corrispondenza tra quanto richiesto e la prestazione ricevuta dall'aggiudicatario.*

*Diversamente, sotto il secondo profilo, l'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto permette agli operatori economici di poter circoscrivere la propria offerta verificando, eventualmente, la legittimità dell'aggiudicazione.*

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna  
Tel. 0935/520200-520348



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni  
Tel 0935/520200-520348

*La formulazione delle specifiche tecniche deve avvenire nel rispetto delle regole della corretta concorrenza tra gli operatori economici del mercato e, di conseguenza, nel rispetto dei principi*

*in cui la concorrenza è tradizionalmente declinata, quali il principio di non discriminazione, il principio di parità di trattamento e il principio di massima partecipazione.*

*La descrizione delle caratteristiche tecniche del bene oggetto dell'appalto, dunque, non esclude dalla valutazione quelle offerte il cui contenuto sia comunque strutturalmente e funzionalmente corrispondente a quanto richiesto con la presente richiesta d'offerta e deve intendersi coerente con la c.d. clausola di equivalenza, ovvero sia con l'esigenza che sia prevista la possibilità, per i concorrenti, di offrire beni e servizi con caratteristiche equivalenti rispetto a quelle richieste.*

*Conseguentemente la stazione appaltante valuterà se quanto offerto dai partecipanti alla gara possa ritenersi equivalente alle caratteristiche della prestazione o del bene indicate nelle specifiche tecniche.*

*Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, infatti, la clausola di equivalenza si ritiene applicabile "qualora siano inserite nella lex specialis di gara specifiche tecniche a tal punto dettagliate da poter individuare un dato prodotto in maniera assolutamente precisa (con una fabbricazione o una provenienza determinata, o un procedimento particolare, con riferimento a un marchio o a un brevetto)", al fine di favorire la presentazione di una proposta "che ottemperi in maniera equivalente agli stessi requisiti".*

*Il principio di equivalenza, pertanto, è vincolante per l'amministrazione solo qualora il bando di gara, il capitolato d'onere o i documenti complementari predispongano una descrizione sì particolareggiata e puntuale al punto che "avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti".*

*L'onere della prova dell'equivalenza grava sull'offerente, residuando invero in capo alla stazione appaltante la valutazione circa la conformità del contenuto dell'offerta rispetto all'oggetto dell'appalto così come descritto nelle specifiche tecniche, senza che possa ravvisarsi in capo alla stessa un onere di attività di indagine circa l'asserita equivalenza.*

*Contemporaneamente con l'orientamento maggioritario della giurisprudenza si precisa che l'equivalenza non può essere meramente affermata dall'impresa partecipante alla gara, bensì "va dimostrata in modo rigoroso con una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto, e comunque deve formare oggetto di apposita dichiarazione allegata all'offerta", con la conseguenza che "sin dal momento della presentazione dell'offerta, il concorrente che offre prodotti equivalenti deve fornire una prova idonea a dimostrare l'equivalenza allegata", in assenza della quale è legittima l'automatica esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica.*

*In ossequio a tale principio, quindi nell'offerta deve essere data prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte corrispondano in maniera equivalente ai requisiti richiesti dalle specifiche tecniche".*

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna  
Tel. 0935/520200-520348





Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni  
Tel 0935/520200-520348

La documentazione per la partecipazione alla gara dovrà essere presentata secondo le modalità di seguito esplicitate.

**Nel campo documentazione amministrativa** dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

1. Lettera d'invito/capitolato;
2. Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, comprensiva della dichiarazione di regolarità contributiva con indicazione dei nn.iscrizione INPS e INAIL, sedi e numero dei dipendenti o copia del DURC come da allegato inserito nella documentazione richiesta;
3. Patto d'integrità anticorruzione;
4. Dichiarazione ottemperante all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010, come modificato dall'art.7 della L. 12.11.2010 n. 187, e, pertanto, di impegnarsi ad indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e di tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto.

**Nel campo documentazione tecnica** dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Offerta economica senza prezzi, con indicazione di marca e nome della ditta produttrice;
- CND e repertorio (ove previsto);
- R.C.P. (riassunto caratteristiche prodotti);
- Schede tecniche.

**Nel campo offerta economica** dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Offerta economica dettagliata come da modello allegato.
- Offerta economica dettagliata con prezzi unitari.
- Template compilato
  - Il prezzo dovrà comprendere: consegna franco magazzino e quant'altro connesso alla fornitura.
  - L'aggiudicazione avverrà in favore della ditta che avrà presentato l'offerta più bassa nel rispetto delle caratteristiche tecniche richieste.

**Adempimenti successivi all'aggiudicazione:**

- La formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà attraverso la stipula del contratto nei modi e nelle forme di legge da registrare solo in caso d'uso;
- deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell'importo aggiudicato;
- **la fornitura dovrà essere eseguita a seguito di esplicito ordine informatico (N.S.O.);**

U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna  
Tel. 0935/520200-520348





Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni  
Tel 0935/520200-520348

- **consegna entro 10 gg. lavorativi dalla stipula del contratto;**
- i prodotti di consumo dovranno essere consegnati presso il Magazzino Economale dei PP. OO. territorialmente competenti dell'ASP di Enna, come indicato nei rispettivi ordinativi, franco di ogni spesa e nelle ore che saranno indicate dall'Azienda, entro 10 giorni dalla ricezione dell'ordine.

Qualora la ditta non abbia la disponibilità dei prodotti, dovrà segnalarlo, entro 3 giorni dall'ordine, al Magazzino Economale dell'Azienda, territorialmente competente.

- Tutti i prodotti soggetti a scadenza, al momento della consegna dovranno avere i  $\frac{3}{4}$  della loro validità. Non verranno accettati dal Magazzino prodotti privi del marchio CE (salvo quanto previsto dalla normativa vigente).
- I dispositivi dovranno essere conformi alle normative di sicurezza. I prodotti dovranno essere forniti in confezione originale, sigillata e recare, tassativamente, stampigliato, la denominazione dell'impresa, le caratteristiche del prodotto e, comunque, tutte le indicazioni stabilite dalle norme di legge. Eventuali consegne non effettuate presso i rispettivi Magazzini saranno considerate come non eseguite.

- **Pagamento: entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della fattura che dovrà pervenire dopo il ricevimento dei beni forniti, le verifiche di Legge delle forniture e gli adempimenti amministrativi.**
- Il materiale dovrà essere consegnato entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi dalla data dell'ordine. Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna del bene oggetto del presente contratto. In caso di ritardo, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, applicherà a carico del fornitore una penale nella misura giornaliera dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Le penali non potranno, comunque, superare complessivamente il 10% di detto ammontare netto contrattuale. Trascorso questo termine, la mancata consegna della merce, comporterà il passaggio al secondo migliore offerente, con oneri a carico della ditta inadempiente.
- Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell'impresa, quali scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati e, perciò influenti nelle forniture e nelle prestazioni di servizi, debbono essere tempestivamente segnalate o documentate.
- Questa Azienda, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di acquistare i beni nel libero mercato, addebitando gli eventuali maggiori costi al fornitore inadempiente.
- Il controllo sulla quantità e qualità dei prodotti forniti spetta al Direttore dell'esecuzione del contratto, anche su segnalazione dell'U.O. utilizzatrice; in ogni caso, la ditta aggiudicataria è tenuta a prestare sui prodotti consegnati idonea garanzia; in caso di merce contestata, in quanto ritenuta non conforme, la ditta è obbligata, a propria cura e spese, al ritiro ed alla sostituzione con materiale conforme entro 2 giorni dalla contestazione.

*L'Azienda può chiedere la risoluzione del contratto:*

- a) in qualunque momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art.

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna  
Tel. 0935/520200-520348





Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni  
Tel 0935/520200-520348

1671 del codice civile;

- b) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto deliberativo;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratorie e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- e) nei casi di cessione e di subappalto non autorizzati dall'Azienda;
- f) nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- g) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti;
- h) in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione;
- i) in caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'affidataria, l'Azienda ha diritto di incamerare, ove previsto, il deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di essa, anche in danno dell'inadempiente.

Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile, il Direttore Generale potrà, a suo insindacabile giudizio, non stipulare alcun contratto, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o convenienti, sotto il profilo tecnico-economico, i risultati dell'attività negoziale.

E' fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, etc.), che potrà essere attivato senza che le concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento od altro.

E' fatto espresso divieto di **cessione del credito**, fatta salva l'esistenza di carenza di liquidità che non consenta il rispetto dei termini di pagamento.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, in relazione al contratto di cui alla presente procedura, è competente esclusivamente il Foro di Enna.

**La Fattura dovrà essere intestata a: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA – V.LE DIAZ, 7/9 – 94100 – ENNA – P.I. 01151150867**

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA  
Il Collaboratore Amministrativo Prof. I.è  
Dr. Antonio Mingali

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dirigente Amministrativo  
Dott. Salvatore A. Mingrino

Il Direttore  
U.O.C. Servizio Provveditorato  
Dott.ssa Maria Concetta Perna



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**ENNA**  
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni  
Tel 0935/520190

## ALLEGATO A

### LOTTO 1

N.2 ELETTROCARDIOGRAFI portatili con carrello dedicato:

- a) Elettrocardiografo portatile con monitor da almeno 8" a colori touch screen
- b) Campionamento ecg almeno 4.000 HZ
- c) Visualizzazione 12 derivazioni in tempo reale
- d) anteprima di stampa
- e) alimentazione a rete a batteria
- f) archivio integrato
- g) stampante termica integrata a 3- 6 e 12 canali
- h) peso contenuto
- i) predisposto per invio ecg su pc in formato pdf.
- j) Completo di calcoli parametri ed interpretazione ECG
- k) Completo di carrello e braccio

**Importo a base d'asta: € 4.000,00 IVA esclusa**  
**CIG: ZE733859A5**





Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni  
Tel 0935/520190

**LOTTO 2**

1. Audiometro Diagnostico Caratteristiche Minime necessarie:
2. Audiometro diagnostico a due canali indipendenti PC BASED collegabile a Computer PC
3. Software dedicato (aggiornabile ed implementabile ) per l' esecuzione dei test clinici , la gestione del DATABASE dei pazienti e la creazione della reportistica necessaria
4. Caratteristiche tecniche e test eseguibili:
5. AC, BC e campo Libero
6. campo di frequenze 125Hz — 8kHz — ; intensità da —10 a 120 dB, 1 e S dB step
7. Esame Vocale con Lista parole integrata, incluso QuickSIN"
8. Modalità di assistenza e simulazioni
9. Relazioni Otosuite
10. Masking Assistant" e il calcolo della soglia media dei suoni puri come punto di partenza per gli esami vocali al fine di fornire un flusso di lavoro più automatizzato
11. -Dotato di amplificatore integrato nell' audiometro , per consentire il facile l'utilizzo ed il collegamento di Altoparlanti PASSIVI per evitare disturbi di rete sulle casse per esecuzione di test in Campo libero
12. Il Sistema dovrà permettere l'accesso a nuovi aggiornamenti software per eventuali implementazione dei test
13. Audiometria vocale, con visualizzazione lista parole a monitor PC , Materiale Vocale già inserito nel software e registrazione Vocale LIVE
14. Sistema di comunicazione con il paziente tramite specifico microfono e cuffia monitor
15. Stimolo rumore FRESH: Disponibile per l'intero intervallo di frequenze nella gamma specificata per il trasduttore (per SF 125 - 8.000 Hz). Precisione 0,3%
16. Mascheramento rumore banda stretta: Disponibile per ciascuna frequenza di stimolo.
17. Risoluzione frequenza: da 125 a 8.000 Hz a frequenze standard
18. Tipi di stimolo
19. Audiometria tonale Tono, warble, tono pulsato, warble pulsato, rumore FRESH
20. Scala Loudness Warble, ISTS, rumore FRESH
21. Tipi di mascheramento
22. AC, BC, SF: Rumore banda stretta (correlato) Rumore ponderato vocale (correlato)
23. Rumore bianco (rumore a banda larga) (correlato)  
Modulazione dello stimolo  
FM (trillo): Tasso e profondità di modulazione regolabili

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna  
Tel. 0935/20200



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni  
Tel 0935/520190

24. Rate di modulazione: 1-20 Hz
25. Profondità di modulazione: 1-25% della frequenza centrale
26. SISI: Incrementi di 5,2 e 1dB
27. Presentazione del segnale
28. Precisione del livello sonoro
29. Intervallo intero del livello (AC):125- 5000 Hz
30. Intervallo intero del livello (BC):250- 4000 Hz
31. Attenuatore
32. Risoluzione con incrementi di 1 o 5 dB
33. Intervallo HL
34. Trasduttori selezionabili
35. AC: Cuffie TDH 39 e cuffie inserto
36. BC: Vibratore osseo (mastoide)
37. SF: altoparlante passivo in campo libero.

**Importo a base d'asta: € 1.500,00 IVA esclusa**  
**CIG: Z4333853AE**