



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

DELIBERA N. 805

DEL 30 MAG 2022

OGGETTO: Delibera a contrarre per la fornitura di resettoscopi, materiale di consumo e unità elettrochirurgica per l'U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. "Umberto I" di Enna.

U.O. PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO – U.O.S. Gare Beni

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 489354

DEL 23/05/22

Il Responsabile del procedimento
L'Assistente Amministrativo
Dr.ssa Claudia Digeronimo

IL RESPONSABILE
U.O.S. GARE BENI
Dr.ssa Francesca La Paglia
Francesca La Paglia

IL DIRETTORE
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dr.ssa Maria Concetta Perra
Maria Concetta Perra

IL CAPO DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Ornella Monasteri
Ornella Monasteri

S.E.F.P.

Si attesta la copertura finanziaria e la compatibilità con il bilancio di previsione vigente.

[] come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

[] Autorizzazione n. _____ del _____ C.E./C.P. _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
Silvia Pistone

IL DIRETTORE DEL S.E.F.P.
Dr.ssa Ornella Monasteri
Ornella Monasteri

DATA RICEZIONE DELLA PROPOSTA PRESSO UOC STAFF 26/05/2022

VISTA la nota, prot. n°19153 del 23/02/2022, approvata dal Direttore Sanitario Aziendale, con la quale il Direttore dell'U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. "Umberto I" di Enna chiede la fornitura di due resettori bipolari con il materiale di consumo dedicato e di una unità per elettrochirurgia necessari per garantire l'attività di chirurgia mini-invasiva resettoscopica, necessaria e indispensabile per l'attività ginecologica nonché per la corretta e precoce diagnosi del trattamento di patologie benigne e maligne ginecologiche;

CHE, per i beni da acquistare, non vi sono gare esperite o in programmazione da parte dell'Ufficio Speciale della "Centrale Unica di Committenza" Regionale, non sono attive convenzioni CONSIP e non sono in itinere gare di Bacino, ai sensi della Circolare Assessoriale n. 225/2010 e dei verbali del 19/06/2020 e del 16/07/2020, del Comitato di Bacino Sicilia Orientale;

CHE il Servizio Provveditorato ha pubblicato sul sito aziendale indagine di mercato volta a individuare gli Operatori Economici che possano fornire i beni con le caratteristiche indicate dal Sanitario richiedente e a determinare una congrua base d'asta per la successiva fase di negoziazione;

CHE, entro il termine assegnato dell'11/03/2022, sono pervenute due richieste di partecipazione d'interesse da parte dei seguenti Operatori Economici che hanno indicato il preventivo per la base d'asta:

- Olympus Italia s.r.l. € 90.499,00 oltre IVA
- Soramed s.r.l. € 58.740,24 oltre IVA;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2 della Legge 6 luglio 2012 n. 94, "le P.P.A.A. sono tenute, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione";

RITENUTO che occorre indire idonea procedura di gara, tramite MEPA, per l'individuazione di un operatore economico a cui affidare la fornitura dei beni in argomento;

CHE sul MEPA sono presenti i beni di che trattasi;

RITENUTO che il metodo di acquisizione, che si ritiene più confacente alla fattispecie in esame, la cui spesa presunta da porre a base d'asta è di € 58.750,00 oltre IVA 22 %, risulta essere la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63, del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., invitando le ditte che hanno fatto richiesta di partecipazione e abilitate per la categoria merceologia in argomento e del Regolamento Aziendale per gli acquisti sotto soglia;

RITENUTO di aggiudicare la fornitura, in un unico lotto, con il criterio del prezzo più basso nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nella lettera d'invito, ai sensi dell'art.95, comma 4, lett.b), del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., attese le caratteristiche standardizzate e definite dal mercato anche in presenza di una sola offerta valida;

L'anno duemilaventidue il giorno del mese di nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna

30 MAG 2022



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Iudica, nominato con Decreto Presidenziale n. 189/Serv.1/S.G. del 04/04/2019, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, Dr.ssa Sabrina Cillia, e dal Direttore Sanitario, Dott. Emanuele Cassarà, e con l'assistenza del Segretario Verbalizzante _____

VISTI

- La Legge Regionale 5 /2009 e ss.mm.ii. ;
- L'Atto Aziendale adottato in via definitiva con delibera n.857 del 12/06/2020, parzialmente modificata con delibera 902 del 19/06/2020;
- Il Regolamento di organizzazione e funzionamento – Area Amministrativa di questa ASP, adottato con delibera n°829 del 24/10/2016;

VISTI I SEGUENTI ALLEGATI ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE

- A. Nota prot. 19153 del 23/02/2022 del Direttore dell'U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia;
- B. Lettera di invito/Capitolato Tecnico;
- C. Allegato B – Modello Autodichiarazione ex DPR 445/2000;
- D. Modello Patto d'integrità anticorruzione;
- E. Modello offerta economica dettagliata;
- F. MOD Comunicazione C.C. dedicato;

DATO ATTO che il Direttore della U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della Legge 6 novembre 2012 n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano aziendale della prevenzione della corruzione 2022/2024;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. **DI INDIRE** procedura, ai sensi dell'art. 63, del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di due resettoscopi, materiale di consumo e di una unità per elettrochirurgia per l'attività di chirurgia mini-invasiva resettoscopica dell'U.O.C. di Ginecologia e Ostetricia del P.O. "Umberto I" di Enna, stabilendo quale base d'asta l'importo di €. 58.750,00 oltre IVA
2. **DI INVITARE** le ditte sottocitate che hanno manifestato l'interesse a partecipare alla procedura di che trattasi, a seguito dell'avviso della manifestazione d'interesse pubblicato sul sito aziendale:
 - Olympus Italia s.r.l. P.I. 10994940152
 - Soramed s.r.l. P.I. 06816990821

3) **DI APPROVARE** la seguente documentazione da allegare alla procedura da espletare sulla piattaforma MEPA:


- A. Lettera di invito/Capitolato Tecnico;
- B. Allegato B – Modello Autodichiarazione ex DPR 445/2000;
- C. Modello Patto d'integrità anticorruzione;
- D. Modello offerta economica dettagliata;
- E. MOD Comunicazione C.C. dedicato.

4) **DI RISERVARSI** di aggiudicare la fornitura alla ditta che, per l'intero lotto, avrà presentato l'offerta più bassa di quella posta a base d'asta pari a €. 58.700,00, oltre IVA nel rispetto delle caratteristiche tecniche riportate nell'Allegato accluso alla lettera d'invito, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. , attese le caratteristiche standardizzate e definite dal mercato, anche in presenza di una sola offerta valida;


5) **DI DARE ATTO** che la spesa presunta di €. 71.675,00 IVA 22 %, inclusa, o la minor spesa che potrà essere accertata a seguito dell'esperimento di gara in argomento, graverà sui pertinenti conti patrimoniali ed economici del bilancio corrente e verrà assunta con successivo provvedimento di aggiudicazione.

6) **DI DICHIARARE immediatamente esecutivo il presente provvedimento** stante l'urgenza di acquisire la fornitura di che trattasi.


Il Direttore Amministrativo
Dr.ssa Sabrina Cilia



Il Direttore Sanitario
Dott. Emanuele Cassarà





Il Direttore Generale
Dr. Francesco Iudica



Il Segretario Verbalizzante

Giuseppa Tornabene



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio informatico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n° 30/93 s.m.i., e dell'art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009

dal 02 GIU 2022 al 17 GIU 2022

PER DELEGA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Il Direttore della U.O.C. COORD. STAFF

Notificata al Collegio Sindacale il con nota prot. n°.

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

dell'Assessorato Regionale Sanità ex L.R. n° 5/09 trasmessa in data _____ prot. n° _____

SI ATTESTA

che l'Assessorato Regionale Sanità:

ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n° _____ del _____

ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n° _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n° 5/09
dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L.R. n° 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n° 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

immediatamente esecutiva dal 30 MAG 2022

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n° _____ del _____

Modifica con provvedimento n° _____ del _____

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Allegato A



Prot.n°

Data

Cod. fisc./P.IVA 01151150867
Tel. 0935-520.111
Fax 0935-500.851

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

Segreteria

Telefono 0935/520377
FAX 0935/520345

EMAIL: provveditorato@asp.enna.it
direttore.provveditorato@asp.enna.it
provveditorato@pec.asp.it

WEB: <http://www.asp.enna.it/>

A Ditte diverse

OGGETTO: Lettera d'invito per la fornitura di strumentazione e materiale di consumo per chirurgia mini-invasiva resettoscopica occorrente all' U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Umberto I di Enna.

Si prega codesta spettabile ditta di far pervenire offerta economica sul ME.PA. – per l'acquisto dei beni, necessari per garantire l'attività di chirurgia mini-invasiva resettoscopica per la corretta e precoce diagnosi e trattamento di patologie benigne e maligne ginecologiche, come meglio specificato nell' Allegato A, accluso della presente Lettera d'invito.

La documentazione per la partecipazione alla gara dovrà essere presentata secondo le modalità di seguito esplicitate.

Nel campo documentazione amministrativa dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Copia della presente lettera firmata digitalmente per accettazione;
- Patto d'integrità anticorruzione;
- Dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016, resa ai sensi del DPR. 445/00, sottoscritta dal firmatario dell'offerta di gara come da modello allegato;
- Dichiarazione ottemperante all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010, come modificato dall'art.7 della L. 12.11.2010 n. 187, e, pertanto, di impegnarsi ad indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e di tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto.

Nel campo documentazione tecnica dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Offerta economica senza prezzi con indicazione del bene offerto marca, modello, nome della ditta produttrice (CND e repertorio se previsti);
- Relazione tecnica descrittiva dei beni offerti nonché scheda tecnica e depliant, redatti, in lingua italiana, esclusivamente dalla ditta produttrice o dal distributore nazionale o dall'importatore dai quali ricavare le caratteristiche dei prodotti offerti. Nelle predette documentazioni devono essere espressamente indicati tutti gli elementi necessari ed indispensabili all'individuazione dei requisiti tecnici del prodotto;
- Documentazione attestante il possesso della marcatura CE e classe di appartenenza del dispositivo secondo il Decreto Legislativo n.46 del 24 Febbraio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni in attuazione Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici (Dichiarazioni del fabbricante o certificazioni di conformità rilasciate dal laboratorio ed ente indipendente);
- Dichiarazione disponibilità demo qualora richiesta dal Sanitario richiedente ai fini di una corretta valutazione;
- Garanzia: descrivere – durata minima 24 (ventiquattro) mesi dalla data del collaudo positivo su tutti gli inconvenienti, di qualsiasi natura, che si dovessero riscontrare durante il periodo di garanzia con l'obbligo di eliminazione. Deve intendersi full-risk tutto compreso.

Nel campo offerta economica dovrà essere inserita la sottocitata documentazione, **compilata in ogni campo pena l'esclusione dalla procedura** :

- offerta economica come generata dal sistema comprensiva del prezzo complessivo per l'intero lotto, Iva esclusa -;
- offerta dettagliata dei singoli beni con indicazione della marca, modello e nome della ditta produttrice, prezzo unitario e percentuale di sconto applicata, corredata dalla dichiarazione attestante che le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti corrispondono a quelle riportate nelle schede tecniche redatte dalla casa madre.
il prezzo dovrà comprendere: imballaggio, carico, trasporto, messa in funzione, collaudo ed ogni altra spesa accessoria necessaria per fornire le attrezzature funzionali a perfetta regola d'arte.

L'aggiudicazione avverrà in favore della ditta che avrà presentato l'offerta più bassa previa verifica della corrispondenza delle caratteristiche tecniche richieste.

Si precisa che non verranno prese in considerazione schede tecniche redatte dalla ditta concorrente nel caso in cui la stessa risulti essere solo rivenditore dei prodotti offerti e non risulti essere produttrice del prodotto proposto o distributore nazionale o importatore. Le stesse ditte potranno predisporre eventuali traduzioni dei depliant e delle schede tecniche-

Sarà valutato soltanto quanto rilevato nelle schede tecniche redatte dalla ditta produttrice o distributore nazionale o importatore. La mancata rilevazione del marchio, del timbro, del logo o quant'altro, faranno ritenere le schede tecniche come anonime e pertanto non valutabili. Non saranno altresì, valutate schede tecniche o depliant recanti correzioni dei dati a penna o a mezzo targhetta autoadesiva, dati trascritti ex novo o aggiunti o sovrapposti a penna.

Le schede tecniche dei prodotti offerti dovranno consentire di risalire ai medesimi codici indicati nell'offerta. Nel caso in cui il codice indicato nella copia dell'offerta con e senza prezzi dovesse risultare inesistente ovvero diverso da quello del depliant o scheda tecnica il prodotto verrà giudicato **“ non valutabile”**.

Criterio di aggiudicazione

La gara viene espletata ai sensi dell'art.95, comma 4, lett.b del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e l'aggiudicazione avverrà in favore della Ditta che avrà praticato il prezzo più basso, rispetto a quello posto a base d'asta. **Il minor prezzo dovrà essere applicato ed indicato in riferimento ai singoli prezzi unitari, posti a base d'asta, dei singoli articoli ricompresi nel lotto dell'Allegato “A”.**

La fornitura verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta valida.

L'aggiudicazione definitiva è condizionata dalla verifica dell'inesistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia o di altre cause ostative derivanti dalla condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari o ancora per uno dei delitti richiamati dall'art. 32 quater c.p. ai quali consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero alla regolare posizione tributaria, nonché al rispetto della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e previdenziale.

Adempimenti post aggiudicazione.

- 1) la formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà attraverso la stipula di lettera -contratto nei modi e nelle forme di legge da registrare solo in caso d'uso. In essa verranno richiamate tutte le condizioni contenute nella presente lettera d'invito che verrà sottoscritta per accettazione in sede di presentazione dell'offerta.
- 2) costituzione del deposito cauzionale definitivo pari al 10% del valore della fornitura Iva esclusa, costituito mediante fidejussione bancaria o assicurativa o assegno circolare, della durata biennale. Tale deposito verrà svincolato dopo la scadenza della fornitura. Tuttavia, il deposito non verrà svincolato sino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia.
- 3) obbligo della ditta aggiudicataria di comunicare il numero di conto corrente bancario o postale dedicato/i, anche non in via esclusiva, all'appalto in cui dovranno confluire le somme relative all'appalto, ai sensi dell'art.3 della L. 13.10.2010 n.136, nonché le generalità delle persone delegate ad operare sullo stesso e a comunicare tempestivamente eventuali modifiche relative ai dati trasmessi.

Tempi e modalità di esecuzione della fornitura

La consegna della merce dovrà essere eseguita sotto esplicito ordine scritto che sarà emesso dal Responsabile dell' Ufficio ordinante entro 30 giorni successivi e continuativi decorrenti dalla data della comunicazione dell'ordine da parte dei competenti Responsabili di Magazzino Generale, per le apparecchiature e di Farmacia per i consumabili, del P.O. di Enna, franco trasporto ed ogni altro onere accessorio. I beni dovranno essere corredati dei manuali d'uso, in lingua italiana e dalla documentazione relativa alla conformità alle normative di sicurezza e alla direttiva CEE 93/42 per le apparecchiature elettromedicali. I beni dovranno essere consegnati esclusivamente nei quantitativi richiesti. I prodotti dovranno essere forniti in confezione originale e sigillata e recare, tassativamente, stampigliato la denominazione dell'Impresa, le caratteristiche del prodotto e comunque tutte le indicazioni stabilite dalle norme di legge.

All'atto della consegna il fornitore deve presentare ad un incaricato dei rispettivi Magazzini competenti dell'Azienda l'apposito documento di trasporto in duplice esemplare od altro documento idoneo, nel quale siano indicate specie e quantità dei singoli beni forniti, numero di riferimento e data dell'ordine.

Eventuali consegne non effettuate presso i MAGAZZINI competenti saranno considerate come non eseguite. Successivamente alla consegna, i beni saranno trasferiti, a carico della ditta, verso il reparto di destinazione e sottoposti a collaudo alla presenza del Sanitario utilizzatore, di un Tecnico incaricato dall'Azienda e dalla Ditta aggiudicataria.

Il collaudo, con esito positivo, non solleva comunque il fornitore dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti del bene stesso.

Il bene consegnato se non risulta in possesso dei requisiti richiesti potrà essere rifiutato da questa Azienda non solo alla consegna, ma anche successivamente, e ciò nei casi in cui il bene dovesse palesare qualche difetto non rilevato e non immediatamente rilevabile.

Il fornitore sarà tenuto a ritirare il bene contestato, a sue spese, con l'obbligo di restituire nel tempo indicato dall'Azienda il bene corrispondente nella qualità.

I prodotti di consumo dovranno essere consegnati presso la Farmacia del P.O. Umberto I Enna come indicato nei rispettivi ordinativi, franco di ogni spesa e nelle ore che saranno indicate dall'Azienda, entro 10 giorni dalla ricezione dell'ordine.

Qualora la ditta non abbia la disponibilità dei prodotti, dovrà segnalarlo, entro 3 giorni dall'ordine, al Servizio di Farmacia dell'Azienda;

Tutti i prodotti soggetti a scadenza, al momento della consegna dovranno avere i $\frac{3}{4}$ della loro validità. Non verranno accettati dal Magazzino Farmacia prodotti privi del marchio CE (salvo quanto previsto dalla normativa vigente).

Penalità e danni

In caso di ritardato adempimento oltre i termini prestabiliti sarà applicata, ai sensi dell'art.113-bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo aggiudicato o del valore dei beni non consegnati. Nel caso in cui il protrarsi del ritardo nella consegna comporti delle conseguenze gravi sull'attività dell'Azienda si applicherà una penale che, comunque, non potrà superare, complessivamente, il 10 % dell'importo netto contrattuale o dei beni non consegnati. L'eventuale importo dovuto sarà detratto senza alcuna particolare formalità da quello della liquidazione finale, fatti salvi eventuali danni che questa Azienda potrebbe subire per effetto della ritardata consegna. Tuttavia l'impresa, qualora per cause ad essa non imputabili, non fosse in grado di completare le forniture entro il termine prestabilito, avrà la possibilità di chiedere con domanda motivata, prima della scadenza del termine stesso, un congruo periodo di proroga.

Pagamento: entro 60 (sessanta) giorni a seguito ricezione della fattura che dovrà pervenire dopo il ricevimento e collaudo, con esito positivo, dei beni forniti.

L'Azienda può chiedere la risoluzione del contratto:

- a) in qualunque momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile;
- b) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto deliberativo;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratorie e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- e) nei casi di cessione e di subappalto non autorizzati dall'Azienda;
- f) nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- g) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti;
- h) in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'affidataria, l'Azienda ha diritto di incamerare il deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale e di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di essa, anche in danno dell'inadempiente.

La risoluzione si verificherà di diritto a decorrere dalla data di ricevimento, da parte della ditta, della dichiarazione con la quale l'ASP comunicherà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Si avverte che, ai sensi dell' art. 2 della L. R. n.15/2008, sono motivi di risoluzione del contratto:

- a) la mancata indicazione del numero di Conto Corrente Unico per contratti il cui importo a base d'asta è superiore a 100 mila di euro;

b) il mancato utilizzo del Conto Corrente Unico per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi, esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile;

Si avverte, altresì, che ai sensi del 2° comma del già citato articolo 2 della L. R. n. 15/2008, si procederà alla risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante della ditta o uno dei dirigenti della stessa impresa aggiudicataria, siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile, il Direttore Generale potrà, a suo insindacabile giudizio, non stipulare alcun contratto, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o convenienti, sotto il profilo tecnico-economico, i risultati dell'attività negoziale.

E' fatto espresso **divieto di cessione del credito**, fatta salva l'esistenza di carenza di liquidità che non consenta il rispetto dei termini di pagamento.

Di accettare l'applicazione di interessi moratori più favorevoli rispetto ai tassi di riferimento previsti dal D.Lgs 231/02

E' fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, etc.), che potrà essere attivato senza che le concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento od altro.

Per tutto quanto non dichiarato nella presente lettera capitolato, si fa riferimento al D.Lgs del 18.04.2016 n.50 e al Decreto correttivo del 19/04/2017 n.56 e ss.mm.ii. nonché alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, in relazione al contratto di cui alla presente procedura, è competente esclusivamente il Foro di Enna.

La Fattura dovrà essere intestata a: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA – V.LE DIAZ, 7/9 – 94100 – ENNA – P.I. 01151150867 IVA: a carico dell'A.S.P.

Il Responsabile del Procedimento
Assistente Amministrativo
Dott.ssa Claudia Digeronimo

Il Responsabile UOS Gare Beni
Dott.ssa Francesca La Paglia

Il Direttore
U.O.C. Servizio Provveditorato
Dr.ssa Maria Concetta Perna

Il Direttore Amministrativo
Dr.ssa Sabrina Cilia

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IN SOSTITUZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE
(Giusta delega conferita con
delibera n. 716 del 21/06/2012)
Il Direttore Generale
Dr. Francesco Iudica

ALLEGATO "A"

- N° 02 Resettori bipolari composti ciascuno da:01 Elementi operativi bipolari a taglio passivo;
- N° 01 Sistema ottico 0°,4 mm,30 cm, autoclavabile, con fibre ottiche incorporate;
- N° 01 Camicia per resettoscopio, incluso tubo di afflusso e deflusso, 26 Charr.,estremità della camicia obliqua, camicia interna girevole con isolamento in ceramica;
- N° 12 Anse bipolari da taglio
- N° 06 Anse equatoriali
- N° 02 Anse a pallina piccole
- N° 02 Anse a pallina grosse
- N° 02 Ansa a freddo sec. Mazzon retta 24 ch
- N° 02 Ansa a freddo sec. Mazzon a rastrello 24 ch

Tutti i suddetti strumenti devono essere dotati di un numero adeguato di cestelli per la sterilizzazione e la conservazione.

N° 01 Pompa per irrigazione, mediante generazione di una pressione isostatica, o equivalente, con monocamera di riscaldamento a 38° contemporaneo di due sacche di liquido o sistema equivalente. Adatta all'uso per tutte le applicazioni ginecologiche: Isteroscopia, Resezione, Laparoscopia. Pressione da 0-1000 Mbar,con sensore di riconoscimento tubo dedicato e settaggio automatico,completo di carrello adeguato.

N° 50 tubi per l'irrigazione muniti di camera che consenta la pulizia manuale del campo operatorio; e di sistema per il bloccaggio della fibra laser, con Luer-lock ruotabile a 360° per consentire il libero movimento dell'endoscopio e camera di pressione con valvola antiritorno.

N° 50 tubi per l'irrigazione dedicati alla resezione endoscopica.

N° 01 Unità per elettrochirurgia con regolazione automatica della potenza erogata in tutte le sue modalità operative, con possibilità di scelta e selezione di diversi modi di lavoro: Taglio puro monopolare, Coagulazione monopolare, Taglio bipolare, Coagulazione bipolare Funzione saldatura vasi sanguigni fino a 7 mm con strumenti riutilizzabili e potenza massima non inferiore a 300 watt .Funzione per resezione bipolare in fisiologica con

potenza massima erogata In taglio puro non inferiore a 400 watt. Potenza massima erogata in coagulazione bipolare non inferiore a 200 watt con possibilità di inserimento dispositivo Autostart e Autostop inseribili anche singolarmente.

Ampio display touch- screen.

Deve consentire il collegamento di diversi cavi (monopolari, bipolari e neutri) senza l'utilizzo di adattatori. Con connessioni in grado di poter collegare indistintamente strumenti bipolari o monopolari liberamente reperibili sul mercato.

Predisposizione per il collegamento con modulo per coagulazione a gas argon con funzionamento sincronizzato all'elettrobisturi. Modifica dei parametri di lavoro direttamente da campo sterile.

Dotato almeno dei seguenti dispositivi di protezione ed allarme:

Controllo della continuità di collegamento e di buon contatto dell'elettrodo neutro, con sistema di sicurezza per resistenza massima tra le superfici di riferimento degli elettrodi bipartiti non superiore a 200 Ohm

Controllo corretto collegamento manipolo/i corpo elettrobisturi soprattutto nelle modalità specialistiche Sistemi di sicurezza per configurazione automatica delle modalità specialistiche (sintesi dei vasi e resezione bipolare in fisiologica) al solo collegamento dell'apposito cavo/strumento, al fine di evitare utilizzi con accessori impropri (modalità non aelezionabili da display).

Controllo attivazioni manipoli Funzione di memorizzazione e richiamo rapido di modalità di lavoro personalizzate in aggiunta a quella standard..

Predisposizione per il collegamento con modulo esterno di aspirazione fumi, con aspirazione sincronizzata al funzionamento dell'elettrobisturi.

N 01 Comando bipedale 1 Cavo elettrodi neutri, standard, 4m, per elettrodi con linguetta di contatto .

N 01 Carrello per l'alloggiamento del suddetto 6 cavi bipolari, 100 piastre bipartite

Importo a base di riferimento €58.750,00 + IVA

CIG _____



Prot.n°

Data

Cod. fisc./P.IVA 01151150867
Tel. 0935-520.111
Fax 0935-500.851

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

Segreteria

Telefono 0935/520377
FAX 0935/520345

EMAIL: provveditorato@asp.enna.it
direttore.provveditorato@asp.enna.it
provveditorato@pec.asp.it

WEB: <http://www.asp.enna.it/>

A Ditte diverse

OGGETTO: Lettera d'invito per la fornitura di strumentazione e materiale di consumo per chirurgia mini-invasiva resettoscopica occorrente all' U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Umberto I di Enna.

Si prega codesta spettabile ditta di far pervenire offerta economica sul ME.PA. – per l'acquisto dei beni, necessari per garantire l'attività di chirurgia mini-invasiva resettoscopica per la corretta e precoce diagnosi e trattamento di patologie benigne e maligne ginecologiche, come meglio specificato nell' Allegato A, accluso della presente Lettera d'invito.

La documentazione per la partecipazione alla gara dovrà essere presentata secondo le modalità di seguito esplicitate.

Nel campo documentazione amministrativa dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Copia della presente lettera firmata digitalmente per accettazione;
- Patto d'integrità anticorruzione;
- Dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016, resa ai sensi del DPR. 445/00, sottoscritta dal firmatario dell'offerta di gara come da modello allegato;
- Dichiarazione ottemperante all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010, come modificato dall'art.7 della L. 12.11.2010 n. 187, e, pertanto, di impegnarsi ad indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e di tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto.

Nel campo documentazione tecnica dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Offerta economica senza prezzi con indicazione del bene offerto marca, modello, nome della ditta produttrice (CND e repertorio se previsti);
- Relazione tecnica descrittiva dei beni offerti nonché scheda tecnica e depliant, redatti, in lingua italiana, esclusivamente dalla ditta produttrice o dal distributore nazionale o dall'importatore dai quali ricavare le caratteristiche dei prodotti offerti. Nelle predette documentazioni devono essere espressamente indicati tutti gli elementi necessari ed indispensabili all'individuazione dei requisiti tecnici del prodotto;
- Documentazione attestante il possesso della marcatura CE e classe di appartenenza del dispositivo secondo il Decreto Legislativo n.46 del 24 Febbraio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni in attuazione Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici (Dichiarazioni del fabbricante o certificazioni di conformità rilasciate dal laboratorio ed ente indipendente);
- Dichiarazione disponibilità demo qualora richiesta dal Sanitario richiedente ai fini di una corretta valutazione;
- Garanzia: descrivere – durata minima 24 (ventiquattro) mesi dalla data del collaudo positivo su tutti gli inconvenienti, di qualsiasi natura, che si dovessero riscontrare durante il periodo di garanzia con l'obbligo di eliminazione. Deve intendersi full-risk tutto compreso.

Nel campo offerta economica dovrà essere inserita la sottocitata documentazione, compilata in ogni campo pena l'esclusione dalla procedura :

- offerta economica come generata dal sistema comprensiva del prezzo complessivo per l'intero lotto, Iva esclusa -;
- offerta dettagliata dei singoli beni con indicazione della marca, modello e nome della ditta produttrice, prezzo unitario e percentuale di sconto applicata, corredata dalla dichiarazione attestante che le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti corrispondono a quelle riportate nelle schede tecniche redatte dalla casa madre.
il prezzo dovrà comprendere: imballaggio, carico, trasporto, messa in funzione, collaudo ed ogni altra spesa accessoria necessaria per fornire le attrezzature funzionali a perfetta regola d'arte.

L'aggiudicazione avverrà in favore della ditta che avrà presentato l'offerta più bassa previa verifica della corrispondenza delle caratteristiche tecniche richieste.

Si precisa che non verranno prese in considerazione schede tecniche redatte dalla ditta concorrente nel caso in cui la stessa risulti essere solo rivenditore dei prodotti offerti e non risulti essere produttrice del prodotto proposto o distributore nazionale o importatore. Le stesse ditte potranno predisporre eventuali traduzioni dei depliant e delle schede tecniche-

Sarà valutato soltanto quanto rilevato nelle schede tecniche redatte dalla ditta produttrice o distributore nazionale o importatore. La mancata rilevazione del marchio, del timbro, del logo o quant'altro, faranno ritenere le schede tecniche come anonime e pertanto non valutabili. Non saranno altresì, valutate schede tecniche o depliant recanti correzioni dei dati a penna o a mezzo targhetta autoadesiva, dati trascritti ex novo o aggiunti o sovrapposti a penna.

Le schede tecniche dei prodotti offerti dovranno consentire di risalire ai medesimi codici indicati nell'offerta. Nel caso in cui il codice indicato nella copia dell'offerta con e senza prezzi dovesse risultare inesistente ovvero diverso da quello del depliant o scheda tecnica il prodotto verrà giudicato " non valutabile".

Critero di aggiudicazione

La gara viene espletata ai sensi dell'art.95, comma 4, lett.b del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e l'aggiudicazione avverrà in favore della Ditta che avrà praticato il prezzo più basso, rispetto a quello posto a base d'asta. **Il minor prezzo dovrà essere applicato ed indicato in riferimento ai singoli prezzi unitari, posti a base d'asta, dei singoli articoli ricompresi nel lotto dell'Allegato "A".**

La fornitura verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta valida.

L'aggiudicazione definitiva è condizionata dalla verifica dell'inesistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia o di altre cause ostative derivanti dalla condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari o ancora per uno dei delitti richiamati dall'art. 32 quater c.p. ai quali consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero alla regolare posizione tributaria, nonché al rispetto della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e previdenziale.

Adempimenti post aggiudicazione.

- 1) la formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà attraverso la stipula di lettera -contratto nei modi e nelle forme di legge da registrare solo in caso d'uso. In essa verranno richiamate tutte le condizioni contenute nella presente lettera d'invito che verrà sottoscritta per accettazione in sede di presentazione dell'offerta.
- 2) costituzione del deposito cauzionale definitivo pari al 10% del valore della fornitura Iva esclusa, costituito mediante fidejussione bancaria o assicurativa o assegno circolare, della durata biennale. Tale deposito verrà svincolato dopo la scadenza della fornitura. Tuttavia, il deposito non verrà svincolato sino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia.
- 3) obbligo della ditta aggiudicataria di comunicare il numero di conto corrente bancario o postale dedicato/i, anche non in via esclusiva, all'appalto in cui dovranno confluire le somme relative all'appalto, ai sensi dell'art.3 della L. 13.10.2010 n.136, nonché le generalità delle persone delegate ad operare sullo stesso e a comunicare tempestivamente eventuali modifiche relative ai dati trasmessi.

Tempi e modalità di esecuzione della fornitura

La consegna della merce dovrà essere eseguita sotto esplicito ordine scritto che sarà emesso dal Responsabile dell' Ufficio ordinante entro 30 giorni successivi e continuativi decorrenti dalla data della comunicazione dell'ordine da parte dei competenti Responsabili di Magazzino Generale, per le apparecchiature e di Farmacia per i consumabili, del P.O. di Enna, franco trasporto ed ogni altro onere accessorio. I beni dovranno essere corredati dei manuali d'uso, in lingua italiana e dalla documentazione relativa alla conformità alle normative di sicurezza e alla direttiva CEE 93/42 per le apparecchiature elettromedicali. I beni dovranno essere consegnati esclusivamente nei quantitativi richiesti. I prodotti dovranno essere forniti in confezione originale e sigillata e recare, tassativamente, stampigliato la denominazione dell'Impresa, le caratteristiche del prodotto e comunque tutte le indicazioni stabilite dalle norme di legge.

All'atto della consegna il fornitore deve presentare ad un incaricato dei rispettivi Magazzini competenti dell'Azienda l'apposito documento di trasporto in duplice esemplare od altro documento idoneo, nel quale siano indicate specie e quantità dei singoli beni forniti, numero di riferimento e data dell'ordine.

Eventuali consegne non effettuate presso i MAGAZZINI competenti saranno considerate come non eseguite. Successivamente alla consegna i beni saranno trasferiti, a carico della ditta, verso il reparto di destinazione e sottoposti a collaudo alla presenza del Sanitario utilizzatore, di un Tecnico incaricato dall'Azienda e dalla Ditta aggiudicataria.

Il collaudo, con esito positivo, non solleva comunque il fornitore dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti del bene stesso.

Il bene consegnato se non risulta in possesso dei requisiti richiesti potrà essere rifiutato da questa Azienda non solo alla consegna, ma anche successivamente, e ciò nei casi in cui il bene dovesse palesare qualche difetto non rilevato e non immediatamente rilevabile.

Il fornitore sarà tenuto a ritirare il bene contestato, a sue spese, con l'obbligo di restituire nel tempo indicato dall'Azienda il bene corrispondente nella qualità.

I prodotti di consumo dovranno essere consegnati presso la Farmacia del P.O. Umberto I Enna come indicato nei rispettivi ordinativi, franco di ogni spesa e nelle ore che saranno indicate dall'Azienda, entro 10 giorni dalla ricezione dell'ordine.

Qualora la ditta non abbia la disponibilità dei prodotti, dovrà segnalarlo, entro 3 giorni dall'ordine, al Servizio di Farmacia dell'Azienda;

Tutti i prodotti soggetti a scadenza, al momento della consegna dovranno avere i $\frac{3}{4}$ della loro validità. Non verranno accettati dal Magazzino Farmacia prodotti privi del marchio CE (salvo quanto previsto dalla normativa vigente).

Penalità e danni

In caso di ritardato adempimento oltre i termini prestabiliti sarà applicata, ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo aggiudicato o del valore dei beni non consegnati. Nel caso in cui il protrarsi del ritardo nella consegna comporti delle conseguenze gravi sull'attività dell'Azienda si applicherà una penale che, comunque, non potrà superare, complessivamente, il 10 % dell'importo netto contrattuale o dei beni non consegnati. L'eventuale importo dovuto sarà detratto senza alcuna particolare formalità da quello della liquidazione finale, fatti salvi eventuali danni che questa Azienda potrebbe subire per effetto della ritardata consegna. Tuttavia l'impresa, qualora per cause ad essa non imputabili, non fosse in grado di completare le forniture entro il termine prestabilito, avrà la possibilità di chiedere con domanda motivata, prima della scadenza del termine stesso, un congruo periodo di proroga.

Pagamento: entro 60 (sessanta) giorni a seguito ricezione della fattura che dovrà pervenire dopo il ricevimento e collaudo, con esito positivo, dei beni forniti.

L'Azienda può chiedere la risoluzione del contratto:

- a) in qualunque momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile;
- b) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto deliberativo;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratorie e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- e) nei casi di cessione e di subappalto non autorizzati dall'Azienda;
- f) nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- g) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti;
- h) in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'affidataria, l'Azienda ha diritto di incamerare il deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale e di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di essa, anche in danno dell'inadempiente.

La risoluzione si verificherà di diritto a decorrere dalla data di ricevimento, da parte della ditta, della dichiarazione con la quale l'ASP comunicherà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Si avverte che, ai sensi dell' art. 2 della L. R. n.15/2008, sono motivi di risoluzione del contratto:

- a) la mancata indicazione del numero di Conto Corrente Unico per contratti il cui importo a base d'asta è superiore a 100 mila di euro;

b) il mancato utilizzo del Conto Corrente Unico per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi, esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile;

Si avverte, altresì, che ai sensi del 2° comma del già citato articolo 2 della L. R. n. 15/2008, si procederà alla risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante della ditta o uno dei dirigenti della stessa impresa aggiudicataria, siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile, il Direttore Generale potrà, a suo insindacabile giudizio, non stipulare alcun contratto, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o convenienti, sotto il profilo tecnico-economico, i risultati dell'attività negoziale.

E' fatto espresso **divieto di cessione del credito**, fatta salva l'esistenza di carenza di liquidità che non consenta il rispetto dei termini di pagamento.

Di accettare l'applicazione di interessi moratori più favorevoli rispetto ai tassi di riferimento previsti dal D.Lgs 231/02


E' fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, etc.), che potrà essere attivato senza che le concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento od altro.

Per tutto quanto non dichiarato nella presente lettera capitolato, si fa riferimento al D.Lgs del 18.04.2016 n.50 e al Decreto correttivo del 19/04/2017 n.56 e ss.mm.ii. nonché alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, in relazione al contratto di cui alla presente procedura, è competente esclusivamente il Foro di Enna.

La Fattura dovrà essere intestata a: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA – V.LE DIAZ, 7/9 – 94100 – ENNA – P.I. 01151150867 IVA: a carico dell'A.S.P.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IN SOSTITUZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE
(Giusta delega conferita con
delibera n. 716 del 21/06/2019)
Il Direttore Generale
Dr. Francesco Iudica



ALLEGATO "A"

- N° 02 Resettori bipolari composti ciascuno da:01 Elementi operativi bipolari a taglio passivo;
- N° 01 Sistema ottico 0°,4 mm,30 cm, autoclavabile, con fibre ottiche incorporate;
- N° 01 Camicia per resettoscopio, incluso tubo di afflusso e deflusso, 26 Charr.,estremità della camicia obliqua, camicia interna girevole con isolamento in ceramica;
- N° 12 Anse bipolari da taglio
- N° 06 Anse equatoriali
- N° 02 Anse a pallina piccole
- N° 02 Anse a pallina grosse
- N° 02 Ansa a freddo sec. Mazzon retta 24 ch
- N° 02 Ansa a freddo sec. Mazzon a rastrello 24 ch

Tutti i suddetti strumenti devono essere dotati di un numero adeguato di cestelli per la sterilizzazione e la conservazione.

N° 01 Pompa per irrigazione, mediante generazione di una pressione isostatica, o equivalente, con monocamera di riscaldamento a 38° contemporaneo di due sacche di liquido o sistema equivalente. Adatta all'uso per tutte le applicazioni ginecologiche: Isteroscopia, Resezione, Laparoscopia. Pressione da 0-1000 Mbar,con sensore di riconoscimento tubo dedicato e settaggio automatico,completo di carrello adeguato.

N° 50 tubi per l'irrigazione muniti di camera che consenta la pulizia manuale del campo operatorio, e di sistema per il bloccaggio della fibra laser, con Luer-lock ruotabile a 360° per consentire il libero movimento dell'endoscopio e camera di pressione con valvola antiritorno.

N° 50 tubi per l'irrigazione dedicati alla resezione endoscopica.

N° 01 Unità per elettrochirurgia con regolazione automatica della potenza erogata in tutte le sue modalità operative, con possibilità di scelta e selezione di diversi modi di lavoro: Taglio puro monopolare, Coagulazione monopolare, Taglio bipolare, Coagulazione bipolare Funzione saldatura vasi sanguigni fino a 7 mm con strumenti riutilizzabili e potenza massima non inferiore a 300 watt .Funzione per resezione bipolare in fisiologica con potenza massima erogata In taglio puro non inferiore a 400 watt. Potenza massima erogata in coagulazione bipolare non inferiore a 200 watt con possibilità di inserimento dispositivo Autostart e Autostop inseribili anche singolarmente.

Ampio display touch- screen.

Deve consentire il collegamento di diversi cavi (monopolari, bipolari e neutri) senza l'utilizzo di adattatori. Con connessioni in grado di poter collegare indistintamente strumenti bipolari o monopolari liberamente reperibili sul mercato.

Predisposizione per il collegamento con modulo per coagulazione a gas argon con funzionamento sincronizzato all'elettrobisturi. Modifica dei parametri di lavoro direttamente da campo sterile.

Dotato almeno dei seguenti dispositivi di protezione ed allarme:

Controllo della continuità di collegamento e di buon contatto dell'elettrodo neutro, con sistema di sicurezza per resistenza massima tra le superfici di riferimento degli elettrodi bipartiti non superiore a 200 Ohm

Controllo corretto collegamento manipolo/i corpo elettrobisturi soprattutto nelle modalità specialistiche Sistemi di sicurezza per configurazione automatica delle modalità specialistiche (sintesi dei vasi e resezione bipolare in fisiologica) al solo collegamento dell'apposito cavo/strumento, al fine di evitare utilizzi con accessori impropri (modalità non selezionabili da display).

Controllo attivazioni manipoli Funzione di memorizzazione e richiamo rapido di modalità di lavoro personalizzate in aggiunta a quella standard..

Predisposizione per il collegamento con modulo esterno di aspirazione fumi, con aspirazione sincronizzata al funzionamento dell'elettrobisturi.

N 01 Comando bipedale 1 Cavo elettrodi neutri, standard, 4m, per elettrodi con linguetta di contatto .

N 01 Carrello per l'alloggiamento del suddetto 6 cavi bipolari, 100 piastre bipartite

Importo a base di riferimento €58.750,00 + IVA

CIG _____

- se s.a.s.:

- che i soci accomandatari sono:

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

- che il direttore tecnico è:

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

- se altro tipo di società o consorzio:

- che gli amministratori muniti di potere di rappresentanza sono:

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

- che il direttore tecnico è:

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

- che il socio unico è:

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

- che il socio di maggioranza, se società con meno di quattro soci, è:

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

- che la ditta/società/consorzio/cooperativa _____ :

partecipa come impresa singola;

in caso di associazione, raggruppamento di imprese o consorzio:

partecipa come mandataria capogruppo dell'associazione, raggruppamento di imprese o consorzio _____;

partecipa come mandante dell'associazione, raggruppamento di imprese o consorzio _____;

1. Che la ditta _____ risulta essere iscritta alla CC.I.AA. di _____ o nel registro professionale o commerciale di stato membro per i non residenti in Italia, nella categoria equivalente all'oggetto della contrattazione al n. _____ cod. attività _____;
2. Che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
3. Che il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, tutti i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci Accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società, non hanno pendenti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge 27 dicembre 1956 n.1423 o di una delle cause ostative previste dall'art.10 della legge 31/05/1965 n.575, sostituito con l'art.3 della legge 19 marzo 1990, n°55;
4. Che il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, tutti i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci Accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società, e i soggetti cessati dalla carica (indicare i soggetti) nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente lettera invito, non hanno riportato sentenze di condanna passate in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e non abbiano, altresì, riportato condanne, con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 (indicare cognome, nome, luogo, data di nascita e incarico societario);

5. Che il concorrente non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Azienda o che, nell'esercizio della propria attività professionale, non ha commesso alcun errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla Amministrazione aggiudicatrice;
6. che la ditta non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;
7. Che la Ditta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita ed è regolarmente iscritta alle seguenti posizioni dei registri:

INPS sede di _____ N. _____ dal _____

INAIL sede di _____ N. _____ dal _____

Dichiara inoltre la propria regolarità contributiva essendo in perfetto ordine con i pagamenti dei contributi dovuti e che nulla osta al rilascio del DURC.

8. Che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di essere in possesso della certificazione di cui art. 17 della L. 68/99, ovvero di non essere soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge (specificando la causa);
9. Di non avere riportato sanzione interdittiva di cui all'art.9 comma 2, lett. C), del D.lgs n.231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
10. Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.17 della legge 55/1990;
11. Che la ditta non si trova in alcuna delle condizioni ostative previste dall'art.80 D.Lgs.50/16 e ss.mm.ii.;
12. Che la ditta è in possesso della necessaria capacità economica e finanziaria e si impegna in caso di assegnazione, se richiesto, a comprovare tale capacità in uno dei modi previsti dall'art. 83 del D.lgs.50/16 e ss.mm.ii.;
13. Che la ditta è in possesso della necessaria capacità tecnica e si impegna in caso di aggiudicazione, se richiesto, a comprovare tale capacità in uno dei modi previsti dall'art. 83 del D.lgs.50/16 e ss.mm.ii.;
14. Di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e di non essersi accordato, né si accorderà, con altri partecipanti alla

gara;

15. Di avere preso visione della lettera di invito e capitolato e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le clausole in essa contenute;
16. Di impegnarsi ai sensi del D.P.R.445/00 ad Osservare il Codice di comportamento generale, approvato con D.P.R. n. 62/2013, il Codice di comportamento aziendale e la Carta etica aziendale, e ad accettare, inoltre, la clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto con questa A.S.P. in caso di violazione degli obblighi derivanti da tali Codici;
17. Di accettare l'applicazione di interessi moratori più favorevoli, rispetto ai tassi di riferimento previsti dal D.Lgs. 231/02;
18. Che il prezzo offerto non è superiore a quello praticato alle altre Aziende Sanitarie;
19. Che il prezzo è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retribuite previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
20. Che l'offerta presentata ha una validità di 180 giorni lavorativi dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
21. Indicazione dello status posseduto dalla ditta concorrente rispetto al prodotto offerto (produttore/distributore/rivenditore/importatore etc);
22. Che i prodotti offerti rispondono ai requisiti previsti dalle leggi e regolamenti in vigore all'atto dell'offerta ed a tutti quelli che venissero emanati durante la fornitura;
23. Che i prodotti offerti, sono costruiti a perfetta regola d'arte, sono conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, e sono in possesso del marchio CE;
24. Di aver preso visione dei locali e di aver valutato tutti gli elementi che possano influire sulla determinazione del prezzo
25. Di impegnarsi a fornire i pezzi di ricambio per almeno 10 anni dalla data di collaudo;
26. Di accettare che il relativo pagamento avvenga entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica del regolare funzionamento delle macchine e collaudo con esito positivo;
27. Di accettare, ai sensi dell'art.23 del Dlg. 30/06/2003, n.196 "Codice in materia di protezione di dati personali", il trattamento dei dati forniti.
28. Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione a:

- a) denunciare alle Autorità giudiziaria e/o agli organi di polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della gara o nel corso di esecuzione, del contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti, e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;
 - b) rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;
 - c) di essere a conoscenza che la violazione, debitamente accertata, dei superiori punti 1 e 2 costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1455 e 1456 del c.c.;
 - d) di impegnarsi al rispetto delle previsioni di cui alla Legge regionale 15/08.
 - e) di ottemperare all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.n° 136 del 13.08.2010 come modificato e integrato dall'art.7 della L. 12.11.2010 n° 187 e di cui all'art. 2, comma 1 della L.R. n° 15/2008 come modificato e integrato dall'art.28, comma 1, lett. a) e b) della L.R. n° 6/2009 e pertanto di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e di tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale;
29. Di essere in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
30. In caso di RTI e consorzi d'impresa di impegnarsi in caso di aggiudicazione della gara a conformarsi alla disciplina vigente ai sensi del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii;
31. Il DUVRI è pari a zero;
32. Di accettare, ai sensi dell'art.23 del Dlg. 30/06/2003, n.196 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali" e ss.mm.ii., il trattamento dei dati forniti;
33. Di accettare, nel caso di reclamo formale dell'Azienda Sanitaria Provinciale pervenuto entro 30 gg. dalla data di consegna, di sostituire la merce consegnata nel caso di imperfezioni dovute alla fabbricazione ovvero al trasporto della merce.
34. **di accettare tutte le condizioni della lettera d'invito, degli allegati e delle eventuali richieste di chiarimenti pervenute con le relative risposte;**

Li _____

Timbro e Firma Leggibile



PATTO DI INTEGRITÀ' TRA L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA E I PARTECIPANTI ALLA GARA PER LA FORNITURA

Questo documento, approvato contestualmente agli atti di gara dal Direttore Generale di questa Azienda, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in argomento, costituisce parte integrante della presente gara d'appalto e di qualsiasi contratto assegnato dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna.

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corrruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna impiegati ad ogni livello nell'espletamento della presente gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara: l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto il vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.

Il sottoscritto Operatore economico
nato ail.....
residente in.....Via.....
Codice Fiscale n.....
In qualità di
dell'Impresa iscritta al n.....del Registro delle imprese della Camera di
Commercio di....., Partita Iva.....
in qualità di eventuale affidataria delle forniture in oggetto o aggiudicataria o subappaltatrice si impegna a segnalare all'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

Il sottoscritto Operatore economico dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.

Il sottoscritto Operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito delle gare in oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi".

Il sottoscritto Operatore economico prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

1. risoluzione o perdita del contratto;



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
Codice Fiscale e partita IVA 01151150867

2. escussione della cauzione di validità dell'offerta;

3. responsabilità per danno arrecato all'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna nella misura dell' 1 % del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

4. esclusione del concorrente dalle gare d'appalto indette dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna per due anni.

5.....

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.


Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Data _____

Il Dirigente U.O

Titolare o legale rappresentante
della Ditta.....

Per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna
Il Direttore Generale

Acquisto "F" 

Al' ASP ENNA
Viale Armando Diaz, 7/9
94100 Enna ER

MODELLO PER COMUNICAZIONE DI LEGGE 136/2010 "TRACCIABILITA' DEI FLUSSE FINANZIARI".
G.I.G. _____

RAGIONE SOCIALE	
CODICE FISCALE	
PARTITA I.V.A.	
INDIRIZZO	
TELEFONO/FAX	

Il soggetto di cui sopra, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art.3 della legge n.136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore dell'Amministrazione in indirizzo,

DICHIARA

- che gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti dei contratti stipulati con ASP di Enna sono:

Estremi identificativi del conto corrente:

CODICE IBAN	
INTESTATO A	

Generalità delle persone delegate ad operare su di esso:

COGNOME E NOME	
COD. FISCALE	

N.B.: si precisa che in caso la ditta utilizzi ulteriori conti correnti ed altre persone siano delegate ad operare su tali conti, vige l'obbligo di comunicarli tutti.

- che la ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche il conto corrente dedicato sopra indicato;
- di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che in caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- che, in caso di variazione del conto corrente, ne sarà data tempestiva comunicazione.

Data

.....
(Timbro e Firma)

MEDIANTE APPOSIZIONE DI TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SI AUTORIZZA ANCHE IL TRATTAMENTO E L'UTILIZZO DEI DATI AI SENSI DEL D.LGS 196/2003.

Dr. ne LA PAGLIA con il supporto informatico del sig. C. Zizze

aspe.ASP.ENNA.REGISTRO UFFICIALE.Int.0019153.23-02-2022

25/02/2022

Proceduta con la MASSIMA URGENZA



Regione Siciliana - ASP Enna
U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia
Ospedale Umberto I - Enna
Direttore: Dott.ssa Lucia Lo Presti

Alla C.A
al
Direttore Generale
Dott. Iudica Francesco
al
Direttore sanitario di Presidio
Dott.ssa Angela Maria Montalbano
al
Direttore Sanitario Aziendale
Dott. Cassarà Emanuele
al
Direttore U.O.C. Provveditorato
Dott.ssa Maria Concetta Perna
per presa conoscenza del
dr.ssa Maria Ruscica

Dott.ssa Perna

Avvo generalizzato il Dott. Iudica
faci a unire e fare la riunione
uffine alle vicine

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Emanuele Cassarà
Responsabile della Unità operativa Complessa della Farmacia Ospedaliera,

Oggetto: SOLLECITO DELLA PRECEDENTE RICHIESTA URGENTE PROTOCOLLATA NUMERO 0001633

Si richiede URGENTEMENTE l'acquisto per l' U.O.C di Ginecologia e Ostetricia del seguente materiale, necessario per garantire l'attività di chirurgia mini-invasiva resettoscopica. Tecnica assolutamente necessaria e indispensabile all'attività dell' ASP per la corretta e precoce diagnosi e trattamento di patologie benigne e maligne ginecologiche.

- 02 Resettori bipolari composti ciascuno da: 01 Elementi operativi bipolari a taglio passivo
- 01 Sistema ottico 0°, 4 mm, 30 cm, autoclavabile, con fibre ottiche incorporate
- 01 Camicia per resettoscopio, incluso tubo di afflusso e deflusso, 26 Charr., estremità della camicia obliqua, camicia interna girevole con isolamento in ceramica
- 12 Anse bipolari da taglio
- 06 anse equatoriali
- 02 anse a pallina piccole
- 02 anse a pallina grosse
- 02 Ansa a freddo sec. Mazzon retta 24 ch.
- 02 Ansa a freddo sec. Mazzon a rastrello 24 ch.

25/2/2022
R. M. P.

Tutti i suddetti strumenti devono essere dotati di un numero adeguato di cestelli per la sterilizzazione e la conservazione

01 Pompa per irrigazione, mediante generazione di una pressione isostatica, o equivalente, con monocamera di riscaldamento a 38° contemporaneo di due sacche di liquido o sistema equivalente. Adatta all'uso per tutte le applicazioni ginecologiche: Isteroscopia, Resezione, Laparoscopia. Pressione da 0- 1000 Mbar. Con sensore di riconoscimento tubo dedicato e settaggio automatico. Completo di carrello adeguato 50 tubi per l'irrigazione muniti di camera che consenta la pulizia manuale del campo operatorio, e di sistema per il bloccaggio della fibra laser. Con Luer-lock ruotabile a 360° per consentire il libero movimento dell'endoscopio e camera di pressione con valvola antiritorno.

50 tubi per l'irrigazione dedicati alla resezione endoscopica.

01 Unità per elettrochirurgia con regolazione automatica della potenza erogata in tutte le sue modalità operative, con possibilità di scelta e selezione di diversi modi di lavoro: Taglio puro monopolare, Coagulazione monopolare, Taglio bipolare, Coagulazione bipolare Funzione saldatura vasi sanguigni fino a 7 mm con strumenti riutilizzabili e potenza massima non inferiore a 300 watt Funzione per resezione bipolare in fisiologica con Potenza massima erogata in taglio puro non inferiore a 400 watt. Potenza massima erogata in coagulazione bipolare non inferiore a 200 watt con possibilità di inserimento dispositivo Autostart e Autostop inseribili anche singolarmente. Ampio display touch-screen. Deve consentire il collegamento di diversi cavi (monopolari, bipolari e neutri) senza l'utilizzo di adattatori. Con connessioni in grado di poter collegare indistintamente strumenti bipolari o monopolari liberamente reperibili sul mercato. Predisposizione per il collegamento con modulo per coagulazione a gas argon con funzionamento sincronizzato all'elettrobisturi. Modifica dei parametri di lavoro direttamente da campo sterile. Dotato almeno dei seguenti dispositivi di protezione ed allarme: Controllo della continuità di collegamento e di buon contatto dell'elettrodo neutro, con sistema di sicurezza per resistenza massima tra le superfici di riferimento degli elettrodi bipartiti non superiore a 200 Ohmm Controllo corretto collegamento manipolo/i corpo elettrobisturi soprattutto nelle modalità specialistiche Sistemi di sicurezza per configurazione automatica delle modalità specialistiche (sintesi dei vasi e resezione bipolare in fisiologica) al solo collegamento dell'apposito cavo/strumento, al fine di evitare utilizzi con accessori impropri (modalità non selezionabili da display). Controllo attivazioni manipoli Funzione di memorizzazione e richiamo rapido di modalità di lavoro personalizzate in aggiunta a quella standard. Predisposizione per il collegamento con modulo esterno di aspirazione fumi, con aspirazione sincronizzata al funzionamento dell'elettrobisturi

01 Comando bipedale 1 Cavo elettrodi neutri, standard, 4m, per elettrodi con linguetta di contatto

01 Carrello per l'alloggiamento del suddetto 6 cavi bipolari 100 piastre bipartite

COSTO PRESUNTIVO. 40,000 EURO

Il primario
Dot.ssa Lucia Lo Presti
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
P.O. UMBERTO I
U.Q. Ostetricia Ginecologia