



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

DELIBERA N. 1599

DEL 09 NOV 2022

OGGETTO Delibera a contrarre, tramite procedura negoziata sul MEPA, per la fornitura di n. 6 lampade scialitiche a soffitto da destinare alle UU.OO.SS.DD. Anestesia Blocco Operatorio e Chirurgia Generale del P.O. "Basilotta" di Nicosia e di n. 4 lampade scialitiche con carrello per il Pronto Soccorso e l'Ambulatorio di Chirurgia Generale del P.O. "Basilotta" di Nicosia e per il Poliambulatorio di Centuripe. PO FESR 2014/2020 - Azione 1.6.1.

U.O. PROPONENTE : U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO - U.O.S. GARE BENI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 490739
DEL 31/10/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Lucia Macaluso

IL RESPONSABILE U.O.S. GARE BENI
Dott.ssa Francesca La Raglia
Francesca La Raglia

IL DIRETTORE
U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO
DOTT.SSA MARIA CONCETTA PERNA
Maria Concetta Perna

IL CAPO DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

S.E.F.P.

Si attesta la copertura finanziaria e la compatibilità con il bilancio di previsione vigente.

[] come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

[] Autorizzazione n. _____ del _____ C.E. / C.P. _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Cerami
Maria Cerami

IL DIRETTORE DEL S.E.F.P.
IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO E PATRIMONIALE
Dott.ssa Maria Cerami
Maria Cerami

DATA RICEZIONE DELLA PROPOSTA PRESSO UOC STAFF 02.11.2022

PREMESSO:

che, con delibera n.1197 del 17/08/2022, è stata revocata la procedura negoziata di cui alla RDO n. 3122600 su MEPA per la fornitura di n. 6 lampade scialitiche a tetto, da destinare alle UU.OO.SS.DD. Anestesia Blocco Operatorio e Chirurgia generale del P.O. "Basilotta" di Nicosia, e di n. 2 lampade scialitiche su ruote, da destinare alla U.O.S. Pronto Soccorso del P.O. "Basilotta" di Nicosia, indetta con delibera n. 991 del 07/07/2022, a causa di una erronea indicazione del numero delle lampade scialitiche a soffitto nella relativa richiesta, quantificato in n. 6 lampade intese come singoli corpi illuminanti e non, come inserito in capitolato, come corpi lampada in possesso, ciascuno, di n. 2 corpi illuminanti;

DATO ATTO

che, con nota prot. n. 58149 del 07/06/2022, sulla quale il Direttore Sanitario Aziendale ha apposto parere favorevole, il Responsabile della U.O.S.D. Direzione Medica di Presidio del P.O. "Basilotta" di Nicosia aveva fatto presente la necessità di procedere urgentemente all'acquisto delle predette attrezzature per il P.O. di Nicosia, indispensabili per assicurare le attività chirurgiche delle Strutture richiedenti;

che, con nota prot. n. 83358 del 10/08/2022 del Servizio Provveditorato, è stata comunicata la necessità di procedere alla suddetta revoca, ed è stato richiesto al Responsabile della U.O.S.D. Direzione Medica di Presidio del P.O. "Basilotta" di Nicosia e al Responsabile della U.O.S.D. Chirurgia Generale del P.O. "Basilotta" di Nicosia, di specificare numero esatto e caratteristiche tecniche delle lampade a soffitto in argomento;

che, in riscontro alla nota sopra citata prot. n. 83358 del 10/08/2022, il Responsabile della U.O.S.D. Chirurgia Generale del P.O. "Basilotta" di Nicosia ha trasmesso, con nota prot. n. 87919 del 30/08/2022, le caratteristiche tecniche delle suddette attrezzature, aggiungendo anche richiesta di acquisto di una ulteriore lampada su ruote, da destinare all'ambulatorio della U.O.S.D. Chirurgia Generale del P.O. "Basilotta" di Nicosia, sulla quale risulta apposto, in calce, il parere del Direttore Sanitario Aziendale e l'autorizzazione del Direttore Generale;

che, nelle more della indizione della nuova procedura, è pervenuta da parte del Direttore del Distretto Sanitario di Enna richiesta di acquisto di una lampada scialitica su ruote, da destinare al Poliambulatorio di Centuripe, con apposto, in calce, parere del Direttore Sanitario Aziendale e autorizzazione del Direttore Generale;

che le attrezzature in argomento sono inserite nel Piano degli Investimenti 2022 e che la somma occorrente per l'acquisizione rientra nella disponibilità complessiva del conto di pertinenza;

DATO ATTO

che, con nota prot. n. 18989 del 05/04/2022, avente ad oggetto "PO FESR Sicilia 2014/2020 – Azione 1.6.1 Ricognizione del Piano Straordinario di Interventi, l'Assessorato Regionale della Salute, Dipartimento Pianificazione Strategica – Gestione degli Investimenti – Servizio 3, ha comunicato che è stata istituita la suddetta Azione 1.6.1, volta alla ricognizione di un Piano Straordinario di investimenti per interventi di edilizia sanitaria o di aggiornamento delle dotazioni tecnologiche per far fronte alla crisi sanitaria, economica e sociale da COVID 19;

che, in riscontro alla sopracitata nota e come richiesto nella medesima, è stata inviata la scheda di intervento di aggiornamento delle dotazioni tecnologiche e, tra queste, anche la

scheda relativa alla fornitura delle n. 6 lampade scialitiche a tetto per il P.O. "Basilotta" di Nicosia, giusta nota prot. n.38803 del 15/04/2022, a firma del Direttore Generale;

che per i beni in argomento non sono in programmazione gare centralizzate da parte dell'Ufficio Speciale "Centrale Unica di Committenza per l'Acquisizione di Beni e Servizi" regionale, non sono in itinere gare di Bacino, ai sensi della Circolare Assessoriale n. 225/2010 e dei verbali del 19/06/2020 e del 16/07/2020 e non sono attive convenzioni CONSIP;

che, ai sensi dell'art. 7 comma 2, della Legge 6 luglio 2012 n. 94, "le PP.AA. sono tenute, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione";

che sul MEPA sono stati individuati i beni di che trattasi;

che per affidamenti di forniture e di servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alla soglia comunitaria, le Stazioni Appaltanti possono procedere all'affidamento diretto, previa valutazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RITENUTO:

che la suddetta fornitura debba essere distinta in due lotti, alla luce delle diverse caratteristiche tecniche e conseguenti applicazioni specialistiche come indicato dai rispettivi Responsabili delle UU.OO. sopra indicate richiedenti:

Lotto N.1: n. 6 lampade scialitiche a tetto, da destinare alle UU.OO.SS.DD. Anestesia Blocco Operatorio e Chirurgia Generale del P.O. "Basilotta" di Nicosia: €60.000,00 oltre IVA 22%;

Lotto N.2: n.4 lampade scialitiche su ruote, da destinare n. 2 alla U.O.S. Pronto Soccorso e n. 1 all'Ambulatorio della U.O.S.D. Chirurgia Generale del P.O. "Basilotta" di Nicosia e n. 1 al Poliambulatorio di Centuripe, afferente al Distretto Sanitario Territoriale di Enna: €12.000,00 oltre IVA;

che, sulla base della tipologia dei beni da acquistare, in relazione all'urgenza nonché al valore complessivo presunto di €72.000,00 oltre IVA 22%, è necessario avviare procedura negoziata sul MEPA, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.b), del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicare applicando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'art.95, comma 4, lett.b) del medesimo D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., anche in presenza di una sola offerta valida;

che tale importo di €72.000,00 oltre IVA del 22%, da porre a base d'asta, è ritenuto congruo ed in linea con il prezzo di aggiudicazione di apparecchiature con caratteristiche tecniche analoghe e con i prezzi presenti sul MEPA;

che, pertanto, occorre procedere ad invitare alla procedura in argomento i 5 operatori economici di seguito elencati, iscritti al MEPA e abilitati per la categoria merceologica di che trattasi, selezionati tra le maggiori ditte che commercializzano le attrezzature richieste, al fine di conseguire il miglior risultato in termini di efficienza ed economicità:

- Giovanni Scibilia e figlio spa;
- Ultramed srl;
- Andromedica srl;

- Getinge Italia srl;
- L.S. Medical srl (rivenditore autorizzato Altamed srl);

DATO ATTO

che, per la gara in questione, sarà data adeguata informazione provvedendo alla pubblicazione dell'avviso di gara sul sito Internet Aziendale;

che le esigenze manifestate sono state espresse dai Direttori delle Strutture utilizzatrici;

09 NOV 2022

L'anno duemilaventidue il giorno del mese di nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Iudica, nominato con Decreto Presidenziale n. 189/Serv.1/S.G. del 04/04/2019, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, Dr.ssa Sabrina Cillia, e dal Direttore Sanitario, Dott. Emanuele Cassarà, e con l'assistenza del Segretario Verbalizzante _____

VISTI

- ✓ La Legge Regionale 5 /2009 e ss.mm.ii. ;
- ✓ L'Atto Aziendale adottato in via definitiva con delibera n.857 del 12/06/2020, parzialmente modificata con delibera 902 del 19/06/2020;
- ✓ Il Regolamento di organizzazione e funzionamento – Area Amministrativa di questa ASP, adottato con delibera n°829 del 24/10/2016;

VISTI I SEGUENTI ALLEGATI ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE

- nota prot. n. 18170 del 04/03/2021 a firma del Responsabile della U.O.S. Pronto Soccorso del P.O. "Basilotta" di Nicosia;
- nota prot. n. 66962 del 24/07/2021 a firma dei Responsabili delle UU.OO.SS.DD. Anestesia e Blocco Operatorio e Chirurgia Generale del P.O. "Basilotta" di Nicosia;
- nota prot. n. 58149 del 07/06/2022 a firma del Responsabile della U.O.S.D. Direzione Medica di Presidio del P.O. "Basilotta" di Nicosia, con apposto il parere favorevole del Direttore Sanitario aziendale;
- nota prot. n. 18989 del 05/04/2022 dell'Assessorato Regionale della Salute – Dipartimento Pianificazione Strategica – Gestione degli Investimenti – Servizio 3;
- nota prot. n. 38803 del 15/04/2022, a firma del Direttore Generale;
- Delibera n. 1197 del 17/08/2022 di revoca della procedura negoziata di cui alla RDO n. 3122600 su MEPA;
- Nota prot. n. 83358 del 10/08/2022 del Servizio Provveditorato;
- nota prot. n. 87919 del 30/08/2022 a firma del Responsabile della U.O.S.D.

Chirurgia Generale del P.O. "Basilotta" di Nicosia;

- I. nota prot. n. 94818 del 19/09/2022 a firma del Direttore del Distretto Sanitario di Enna;
- J. Lettera d'invito/Capitolato tecnico;
- K. Dichiarazione di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (mod.B);
- L. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- M. Patto d'integrità anticorruzione;
- N. Modello Offerta economica dettagliata;
- O. Modello comunicazione c.c. dedicato;
- P. Attestazione di avvenuto sopralluogo.

DATO ATTO che il Direttore della U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della Legge 6 novembre 2012 n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano aziendale della prevenzione della corruzione 2022/2024;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. **DI INDIRE** procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.b), del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicare applicando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'art.95, comma 4, lett.b) del medesimo D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., anche in presenza di una sola offerta valida, per la fornitura di n. 6 lampade scialitiche a tetto, da destinare alle UU.OO.SS.DD. Anestesia Blocco Operatorio e Chirurgia Generale del P.O. "Basilotta" di Nicosia, e di n.4 lampade scialitiche su ruote, da destinare, rispettivamente, n. 2 alla U.O.S. Pronto Soccorso del P.O. "Basilotta" di Nicosia, n. 1 all'Ambulatorio della U.O.S.D. Chirurgia Generale del P.O. "Basilotta" di Nicosia e n. 1 al Poliambulatorio di Centuripe, afferente al Distretto Sanitario Territoriale di Enna.
2. **DI APPROVARE** la lettera d'invito/capitolato tecnico e i relativi allegati.
3. **DI INVITARE**, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b), D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., le Ditte di seguito elencate, iscritte al MEPA e abilitate per la categoria merceologica di che trattasi, selezionate tra le maggiori ditte che commercializzano le attrezzature richieste, al fine di conseguire il miglior risultato in termini di efficienza ed economicità:
 - Giovanni Scibilia e figlio spa;
 - Ultramed srl;
 - Andromedica srl;

- Getinge Italia srl;
- L.S. Medical srl (rivenditore autorizzato Altamed srl);

4. **DI PROCEDERE** alla pubblicazione dell'avviso di gara sul sito Internet Aziendale.
5. **DI DARE ATTO** che con nota prot. n. 38803 del 15/04/2022 è stata inviata all'Assessorato Regionale della Salute, Dipartimento Pianificazione Strategica – Gestione degli Investimenti – Servizio 3, in riscontro alla nota dell'Assessorato della salute prot. n. 18989 del 05/04/2022 di Ricognizione del Piano Straordinario di Interventi – PO FESR Sicilia 2014/2020, la scheda di intervento di aggiornamento delle dotazioni tecnologiche e, tra queste, anche la scheda relativa alla fornitura delle n. 6 lampade scialitiche a tetto per il P.O. "Basilotta" di Nicosia.
6. **DI DARE ATTO** che il costo relativo all'acquisizione delle n. 6 lampade scialitiche a tetto, verrà anticipato con le risorse del bilancio economico aziendale di competenza e, successivamente, verrà introitato con l'eventuale Decreto di assegnazione del finanziamento sopra indicato, da parte dell'Assessorato Regionale della Salute.
7. **DI DARE ATTO**, altresì, che, qualora il suddetto finanziamento non venisse assegnato entro il corrente anno, il costo di cui sopra graverà sul bilancio aziendale di competenza – Prog. 329.
8. **DI DARE ATTO** che gli oneri complessivamente necessari (presumibilmente €. 87.840,00 IVA del 22% compresa) per l'assolvimento delle obbligazioni contrattuali scaturenti dalla procedura che si indice con il presente provvedimento, saranno assunti con successivo provvedimento d. aggiudicazione, in misura esatta al ribasso ottenuto in sede di gara, e graveranno sul conto patrimoniale n. 101020501 "Attrezzature sanitarie e scientifiche" del bilancio di competenza – Prog. 329, ad eccezione della quota parte indicata nell'eventuale Decreto di assegnazione del finanziamento sopra indicato.
9. **DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo**, stante l'urgenza di procedere in tempi brevi al necessario acquisto, al fine di evitare conseguenze negative sulle attività delle Strutture richiedenti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Sabrina Cilla

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Emanuele Cassarà

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Francesco Iudica

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Giuseppa Tornabene

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio informatico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n° 30/93 s.m.i., e dell'art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009

dal 13 NOV 2022

al 27 NOV 2022

L'incaricato

PER DELEGA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL Dirigente U.O.C. COORD. STAFF

Notificata al Collegio Sindacale il con nota prot. n°

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

dell'Assessorato Regionale Sanità ex L.R. n° 5/09 trasmessa in data _____ prot. n° _____

SI ATTESTA

che l'Assessorato Regionale Sanità:

- ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n° _____ del _____
- ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n° _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n° 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L.R. n° 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n° 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

- immediatamente esecutiva dal 09 NOV 2022

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoça/annullamento in autotutela con provvedimento n° _____ del _____
- Modifica con provvedimento n° _____ del _____

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE - ENNA
 Distretto Ospedaliero EN 2 – P.O. Nicosia
 U.O.S. di Pronto Soccorso
Responsabile: Dr.ssa Claudia Melilli
 Tel. 0935/646300-671406 fax 671228

Allo A
Ben

Nicosia li, 04/03/2021

AL RESPONSABILE U.O.C. PROVVEDITORATO
ENNA

OGGETTO: RICHIESTA URGENTE LAMPADA SCIALITICA.

Si richiede alla S.V. l'acquisto urgente di una lampada scialitica, in quanto quella in dotazione è obsoleta, malfunzionante e non manovrabile per il P.S. di Nicosia, avente le seguenti caratteristiche tecniche:

N. 1 LAMPADA SCIALITICA SU RUOTE:

- Lampada scialitica su ruote, composta da almeno 3 corpi illuminati separati l'uno dall'altro con al centro il manipo sterile;
- luce generata da LED;
- intensità luminosa regolabile tramite pannello di comando da 0 fino al 100% dell'intensità luminosa massima;
- temperatura di colore almeno 4.900° K;
- una impugnatura autoclavabile posta al centro del corpo illuminante;
- intensità luminosa regolabile fino ad almeno 130.000 lux ad un metro di distanza;
- L1+L2 circa 80 cm;
- pannello di comando posto sul corpo illuminante o sul braccio di sospensione del corpo illuminante, per la regolazione dell'intensità luminosa o della funzione selezionata;
- conforme alle normative CE e alle normative vigenti in materia di sicurezza.

Dimensioni:

- altezza lampada circa 175 cm;
- altezza lampada con braccio alzato circa 300 cm;
- lunghezza braccio basculante circa 80 cm.

N.B. Si tratta di acquisto urgente e non può essere differito per non pregiudicare i LEA.

Cordiali saluti.

ALLA DIREZIONE MEDICA DI
 PRESIDIO PER L'OPPORTUNA
 AUTORIZZAZIONE (

Si autorizza

[Signature]



U. O. S: di Pronto Soccorso
 Responsabile: Dr.ssa Claudia Melilli

A.S.P. - ENNA
 Responsabile P.S.
Dr.ssa Claudia E. Melilli
 Matricola - 2410
 Ordine Medici - CT 11968

All. B
Puglia



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale
Enna
Codice Fiscale e partita IVA 01151150867
P.O. Carlo Basilotta - Nicosia

U.O.S.D. Anestesia Blocco Operatorio P.O. Nicosia
Direttore Dr Davide Di Fabrizio
U.O.S.D. Chirurgia Generale P.O. Nicosia
Direttore Dr Salvatore Puglia

Nicosia 22.07.2021

Al Direttore U.O.C. Servizio Tecnico
Al Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato

Oggetto: Richiesta urgente Acquisto lampade Scialitiche S.O. – P.O. Basilotta Nicosia

In riferimento alle lampade scialitiche presenti nella nostra sala operatoria di Chirurgia Generale marca Berchtold mod.D650, sn: 6011060-N15162 e sn: 6010060-N15164. Essendo apparecchiature messe fuori uso dall'ingegneria clinica Althea Drager con lettera prot. FU029/2020 ASP EN del 19.11.2020, si richiede urgentemente l'acquisto di nuove lampade scialitiche a led di ultima generazione con le seguenti caratteristiche:

- 96 LED a geometria variabile del campo luminoso, funzione di illuminazione a matrice, Active Shadow Management, LichtTUBUSMax controllati individualmente;
- Temperatura del colore 3.000 a 5.500 K, vita utile Led 60.000ore di utilizzo;
- Campo luminoso da 14cm a 35cm, comando dell'impugnatura multifunzione Sensogrip, comando dell'unità di controllo a sfioramento MarTouch pro;
- Una videocamera integrata SurgiCam HD nell'impugnatura con monitor TFT dedicati su bracci portanti separati.

In Attesa di un sollecito riscontro.

N.B. si allega documentazione

Distinti Saluti

Dr. Davide Di Fabrizio
Responsabile U.O.S.D. AR e B.Op.

Dr. Salvatore Puglia
Responsabile U.O.S.D. Chirurgia Generale

Classe LSC		Descrizione LAMPADA SCIALITICA	
Ditta Produttrice Codice CIVAB Ditta BCT		Modello Descrizione Codice CIVAB Modello 6P	
Descrizione BERCHTOLD GMBH & CO		Descrizione CHROMOPHARE D650 PLUS	
Matricola 6010060-N15164	N° inventario A01637	Codice Manutentivo --	
Azienda ASP ENNA	Presidio Ospedaliero P.O. BASILOTTA - NICOSIA	Ubicazione U.O. COMPLESSO OPERATORIO	Stanza --
Centro di Costo A03010512		PROPOSTA DI FUORI USO	

Prot. F.U. 029/2020ASPEN

Spett.le ASP Enna - U.O.C. Servizio Tecnico

Si informa con la presente che, dopo un'attenta valutazione nonché:

- a una procedura di riparazione da parte del laboratorio interno
 a un responso negativo di una verifica di rispondenza alle norme in materia di sicurezza elettrica
 a una procedura di riparazione da parte di una Ditta esterna

l'apparecchiatura/il bene sopra identificato non è più ritenuto idoneo all'utilizzo e se ne richiede dunque la dismissione. La richiesta di fuori uso è così motivata:

- apparecchiatura non rispondente alle norme in materia di sicurezza elettrica e il cui ripristino prevede una spesa non accettabile
 apparecchiatura non rispondente alle norme in materia di sicurezza elettrica e il cui ripristino risulta tecnicamente impossibile
 apparecchiatura per la quale risulta impossibile reperire sul mercato le parti di ricambio necessarie
 apparecchiatura i cui costi di riparazione risultano economicamente non vantaggiosi
 apparecchiatura per la quale risulta impossibile contattare il costruttore

Alla presente si allegano:

- Ultimo foglio di lavoro 011005400008933 attestante le attività di manutenzione svolte dal laboratorio interno
 Risultati delle verifiche di sicurezza elettrica eseguite sull'apparecchiatura
 Rapporti di intervento delle Ditte esterne
 Altro: Comunicazione della Casa Madre/Fornitore.

Luogo e data Enna 09/11/2020

Firma del Direttore Tecnico:


Ing. Dattilo Fabio
 Cell. 335.7265639
 email: fabio.dattilo@althea-group.com

stryker

Roma, 26 febbraio 2018

OGGETTO: Dichiarazione di obsolescenza Lampade Scialitiche Berchtold Serie D

La Società Stryker Italia S.r.l. S.U., con Sede Operativa in Roma, Via A.G. Eiffel, 13/15, CAP 00148 e Sede Legale in Formello (RM), Via degli Olmetti, 1, Cap 00060, codice fiscale 12572900152 e Partita IVA 06032681006, iscritta al n° 12572900152 del Registro delle imprese di Roma,

DICHIARA

l'obsolescenza delle lampade scialitiche Berchtold serie D. Le suddette lampade, vendute dal 1996 al 2009, sono dichiarate obsolete a partire dal 31 dicembre 2016.
La produzione delle stesse è pertanto cessata e, ad oggi, non sono più disponibili né vendibili.

Analogamente, è cessata anche la vendita delle parti di ricambio ad esse associate.

Per ulteriori informazioni, La invitiamo a contattare il referente Stryker di zona per valutare un aggiornamento delle lampade scialitiche Serie D con le lampade di ultima generazione Chromophare Serie F.

Tale prodotto, dotato di tecnologia LED, garantisce numerosi vantaggi tra cui migliori prestazioni e minor consumo energetico, maggiore affidabilità e durata delle lampade ed una garanzia FULL RISK estendibile fino a 10 anni

Cordiali saluti,

Dipartimento Marketing Stryker
Andrea Marcotto
Product Manager Endoscopy



Stryker Italia s.r.l. S.U.

Sede Legale: Via A. G. Eiffel, 13\15 - 00148 Roma (RM) - Italia - Tel. +39 06 94500700
Magazzino e Servizio Tecnico: Via degli Olmetti, 1 - 00060 Formello (RM) - Italia

Capitale Sociale € 2.970.000,00 int. vers.
P.I. 06032681006 - Cod.Fisc. 12572900152
Reg. Impr. di Roma n° 12572900152 - Numero R.E.A.: RM908791
Sede Legale: Via A. G. Eiffel, 13\15 - 00148 Roma (RM)
R.A.E.E. IT09060000006107



Società soggetta alla direzione e coordinamento della: Stryker Corporation - 2825 Airview Boulevard - Kalamazoo, MI 49002

Paetano. donatelli@stryker.com

Ordine Di Lavoro / Rapporto Tecnico nr:

Odl nr.: 2133
 Assegnato a: M. RIZZO
 Richiedente: N. RIZZO
 # Rich. Ente: HIGEA
 Problema: NON ACCONDE

Data / Ora: Telefono:
 Tipo di Int.: Data/Ora Rich Ente:

Dati di CHIUSURA
 Data / Ora: 10/11/20 15.30
 L'apparecchio funziona correttamente:
 Tecnico: 
 Firma: 
 Accettazione: 
 Firma: 
 Personale non presente:

Estremi degli INTERVENTI

Tecnico	Descrizione	Data/H Inizio	Data/H Fine	Codici Intervento
---------	-------------	---------------	-------------	-------------------

Ricambi

Codice	Descrizione	R.R.M.	Q.ta	udm	Data Inizio	Data Fine	Vit	Manutentore
--------	-------------	--------	------	-----	-------------	-----------	-----	-------------

Note

sono da notare comunicazione allegata, 10/11/20 10/11/20 15.30
 Prt. F0029/2020ASSON del 09/11/2020, 15.00 15.30
 Si propone la dismissione dell'apparecchiatura
 in oggetto in quanto non sono piu
 disponibili i ricambi.
 Si conclude l'intervento.

Ordine Di Lavoro / Rapporto Tecnico nr.



OdL nr.:
 Assegnato a: **ANBALDI D.**
 Richiedente: **D'AMICO**
 # Rich. Ente:
 Problema: **NON ACCONDE**

Data / Ora:
 Tipo di Int.:
 Telefono:
 Data/Ora Rich Ente :

FM:

Dati di CHIUSURA

Data / Ora: **23/7/20**
 L'apparecchio funziona correttamente:
 Tecnico:
 Firma: *[Signature]*
 Accettazione: *[Signature]*
 Firma:
 Personale non presente:

Inventario N.: **A01637** Tipologia: **LAMPADA SCINTILLA**
 Produttore: **BERCHTOLD** Modello: **D650**
 Matricola: Sede: **P.2. NICOSIA**
 Reparto: **BC-OP.** Unita:

Estremi degli INTERVENTI

Tecnico	Descrizione	Data/H Inizio	Data/H Fine	Codici Intervento
	Si riscontra alimatore I° braccio guasto, si ritira per la riparazione. Necessita ulteriore intervento. Si lascia funzionante con il solo II° braccio.	23/7/20	23/7/20	8000

Ricambi

Codice	Descrizione	RRM	Q.tà	udm

Interventi Esterni

Data Inizio	Data Fine	Vit	Manutentore

Note

Dr. ne LA PAGLIA / Dr. ne MYCALUSO / Attivarsi con ogni mezzo, fornire assistenza per autorizzazione del Direttore Generale

aspe.ASP ENNA.REGISTRO UFFICIALE.Int.0058149.07-06-2022

Dirige
07-06-2022



UOSD Direzione medica di presidio P.O. Basilotta
Via San Giovanni 94014 Nicosia
Responsabile Dr Edoardo Leanza
Telefono 0935/671222 e-mail: dirtsan.nicosia@asp.enna.it
0935/671362 pec: distrettoospedalleroen2@pec.asp.enna.it

All. e
Perna

Al Responsabile U.O. Provveditorato
Dott.ssa M.C. Perna
Asp Enna

Oggetto : Richiesta lampade scialistiche.

Con la presente si richiedono con la massima urgenza n.6 lampade scialitiche a tetto da destinare all'attività di sala operatoria e n.2 lampade scialitiche con carrello , da destinare all' attività di pronto soccorso e ad attività ambulatoriale.

Il Responsabile
Direzione Medica di Presidio
Dr E.Leanza

Siegjune jone jone vele

IL DIR. PROVVEDITORATO
Dott. Giancarlo Cassara



Unione Europea

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Dipartimento Pianificazione Strategica
Gestione degli Investimenti
Servizio 3

FESR
SICILIA 2014-2020

All. D

Nm

Prot./Serv. 3/n. 18989

Palermo, 05 APR 2022

OGGETTO: PO FESR Sicilia 2014/2020 – Azione 1.6.1: Ricognizione Piano Straordinario Interventi

Ai Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie Provinciali,
delle Aziende Ospedaliere,
dei Policlinici Universitari,
dell'IRCCS Bonino Pulejo di Messina

LORO SEDI

e, p.c.

Al Dirigente Generale

Al Dirigente Servizio 4
Programmazione e coordinamento delle Politiche
per le Risorse umane, le Politiche sociali e sanitarie,
le Pari opportunità e la Legalità

Dipartimento della Programmazione

Al Dirigente Servizio 10 - UMC

SEDE

Le modifiche introdotte dai Regolamenti (UE) n. 460/2020 e n. 558/2020, connesse alla pandemia COVID-19, hanno previsto misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, oltre che mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e, quindi, come indicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Circolare n. 18/2020 è stato possibile: "rendicontare alla Commissione Europea le spese sostenute per far fronte alla crisi sanitaria, economica e sociale".

Quindi, con Decisione C(2020) 6492 final del 18/09/2020 è stata approvata la proposta di programmazione del PO FESR Sicilia 2014/2020: proposta che ha determinato l'istituzione dell'Azione 1.6.1 "Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica" il cui Centro di Responsabilità è questo Dipartimento.


Per quanto sopra espresso e al fine di supportare le politiche di spese comunitarie, questo Dipartimento intende avviare un percorso volto alla ricognizione di un Piano Straordinario di Investimenti per interventi di edilizia sanitaria o di aggiornamento delle dotazioni tecnologiche che ri-

AB


spondano alle priorità programmatiche definite dall'Azione 1.6.1 del PO FESR 2014/2020 e che possano prevedere un tempo di realizzazione (verifica e collaudo) entro il termine di chiusura dell'attuale ciclo di programmazione europea (31.12.2023).

Pertanto, al fine di poter sottoporre al Dipartimento Regionale della Programmazione il Piano Straordinario regionale si richiede di compilare la scheda in allegato, avendo cura di riportare tutte le informazioni richieste e il modello della dichiarazione a firma del legale rappresentante, su carta intestata dell'ente, entro e non oltre il 15.04.2022.

Il Dirigente del Servizio 3
Ing. Massimiliano Maisano



Il Dirigente Generale del Dipartimento
Ing. Mario La Rocca



Al. E
Pina



Prot.n° 388 03
Data 15/04/22.

U.O.C. Servizio Provveditorato
Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato
Dott.ssa Maria Concetta Perna
U.O.S. Gare Beni
Responsabile U.O.S. Gare Beni
Dott.ssa Francesca La Paglia
tel. 0935/520711

e - mail: francesca.lapaglia@asp.enna.it
Punto Istruttore e Responsabile del
Procedimento
Dott.ssa Lucia Macaluso
tel. 0935/520751
e - mail: lucia.macaluso@asp.enna.it

E - MAIL:
direttore.provveditorato@asp.enna.it
provveditorato@pec.asp.enna.it

Al Dirigente Generale del Dipartimento
Pianificazione strategica Gestione degli interventi
Servizio III

e.p.c. Al Dirigente Servizio 4
Programmazione e Coordinamento delle
Politiche per le Risorse Umane, le politiche Sociali
Sanitarie, le pari Opportunità e la Legalità

Dipartimento della Programmazione

Al Dirigente Servizio 10 - UMC

OGGETTO: PO FESR Sicilia 2014/2020 – Azione 1.6.1: Ricognizione Piano Straordinario Interventi – Trasmissione schede aggiornamento dotazioni tecnologiche ASP Enna

In riscontro alla nota prot./Serv.3/18989 del 05/04/2022, di pari oggetto, si inviano in allegato le schede debitamente compilate relative alla ricognizione degli interventi di aggiornamento delle dotazioni tecnologiche di questa ASP.

Lo Scrivente, nella qualità di Direttore Generale dell'ASP di Enna, dichiara di assumere formalmente l'impegno di definire le relative procedure di acquisizione complete di verifica e collaudi entro il termine di chiusura dell'attuale ciclo di programmazione europea (31/12/2023).

Si elencano di seguito n.12 schede relative ad interventi connessi alle spese inerenti all'emergenza epidemiologica da Covid 19 e n. 9 schede relative ad interventi di aggiornamento delle restanti dotazioni tecnologiche di questa ASP:

INTERVENTI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19

1. Aggiornamento stazione di lettura e acquisizione test spirometrici;
2. Apparecchi di pneumologia (n 6. ventilatori polmonari, n. 6 ventilatori polmonari EVO, n.8 ventilatori a pressione negativa, n. 1 ventilatore ad alti flussi)
3. Sistema di monitoraggio di pneumologia;
4. Apparecchio di radiologia pensile;
5. Intensificatore di brillantezza per elettrofisiologia;
6. Centrale di monitoraggio per la U.O. di Anestesia
7. N. 1 frigo vaccini e n. 4 frigo biologici
8. Ecografo multidimensionale
9. Centrale di monitoraggio + n. 6 ventilatori per la U.O.di Anestesia e Rianimazione di Nicosia
10. Sistema di videolaringoscopia per UTIN
11. Apparecchiature di radiologia
12. N. 5 ventilatori per Sala Operatoria + apparecchio per gittata cardiaca.

15/4

INTERVENTI PER SERVIZI SANITARI

1. Apparecchiature per Neurologia (n. 1 elettroencefalografo, n. 1 elettromiografo, n. 1 stimolatore magnetico);
2. Apparecchiature per Dermatologia (dermoscopia, n. 1 cabina UVA-UBV, n. 1 laser CO2);
3. N. 24 letti terapia intensiva;
4. N. 3 sistemi di videolaparoscopia 4k;
5. N. 6 lampade scialitiche;
6. N. 1 lettore automatico per striscio sangue;
7. Centrifughe da banco + microscopio + PCR Multiplex rapida;
8. Scanner per vetrini;
9. Tomografo PET-TC.

Distinti saluti

Il Direttore Generale



Piano Straordinario Interventi		
Scheda intervento		
1	Titolo intervento	n. 6 lampade scialitiche
2	Soggetto attuatore (beneficiario)	ASP ENNA (U.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE)
3	Costo	€ 120.000,00
4	Tipologia dell'intervento	Acquisto apparecchiature diagnostiche
5	Localizzazione intervento	P.O. Basilotta di Nicosia
6	Coerenza programmatica con i criteri di valutazione di cui all'Azione 1.6.1 del PO FESR 2014/2020	SI
7	Modalità previste per l'attivazione del cantiere e/o la realizzazione dell'acquisto	Bando pubblico appalto lavori gara europea
		Procedura ristretta
		Convenzioni CONSIP o assimilati
		X Piattaforma MEPA
		Altro* (specificare)
8	La realizzazione dell'opera prevede la stipula di altri contratti oltre quello principale (p.e.: progettazione, indagini geologiche, consulenza, beni e/o servizi complementari)? Se si relazionare brevemente nel quadro a dx, indicando oggetto del contratto e modalità di affidamento, altrimenti indicare: NO	NO
9	Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento	NO
10	Progettazione attualmente disponibile	
11	Responsabile dell'Attuazione/RUP	Dott.ssa Francesca La Paglia

Cronoprogramma delle attività	
Attività	data
Livello unico di progettazione	
Fattibilità tecnica ed economica	
Progettazione definitiva	
Progettazione esecutiva	
Pubblicazione bando Lavori o acquisti	28/02/2023
Affidamento lavori o ordine d'acquisto	
Procedura per adesione a Convenzioni / Contratti Quadro /MEPA	


Handwritten signature

Realizzazione lavori	
Fornitura beni e/o servizi	Fornitura beni
Collaudo/funzionalità	


Data 14/04/2022

Il RUP

Dott.ssa Francesca La Paglia



Il Direttore Generale
Dr. Francesco Iudica





REGIONE SICILIANA
 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
 ENNA

F
 Bann

DELIBERA N. 1197
 DEL 7 AGO 2022

OGGETTO: Revoca delibera n. 991 del 7 luglio 2022

U.O. PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO – U.O.S. GARE BENI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 490070
 DEL 11/08/2022.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
 Dott.ssa Lucia Macaluso

IL DIRETTORE
 U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO
 Dott.ssa Maria Concetta Perna

IL RESPONSABILE U.O.S. GARE BENI
 Dott.ssa Francesca La Paglia

Maria Concetta Perna

IL CAPO DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
 Dr.ssa Ornella Monasteri

S.E.F.P.

Si attesta la copertura finanziaria e la compatibilità con il bilancio di previsione vigente.

[] come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

[] Autorizzazione n. _____ del _____ / _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
 Sig.ra Mirsa Cerami

IL DIRETTORE DEL S.E.F.P.
 Dr.ssa Ornella Monasteri

DATA RICEZIONE DELLA PROPOSTA PRESSO UOC STAFF 11/08/2022.

PREMESSO:

che con delibera n. 991 del 7 luglio 2022 è stata indetta procedura negoziata su MEPA per la fornitura, distinta in due lotti, di n. 6 lampade scialitiche a tetto, da destinare alle UU.OO.SS.DD. Anestesia Blocco Operatorio e Chirurgia Generale del P.O. "Basilotta" di Nicosia, ponendo un prezzo a base d'asta di €.90.792,00 oltre IVA, e di n.2 lampade scialitiche su ruote, da destinare alla U.O.S. Pronto Soccorso del P.O. "Basilotta" di Nicosia, con un prezzo a base d'asta di €.5.000,00 oltre IVA;

che, conseguentemente, è stata indetta su MEPA la RDO n. 3122600, invitando alla procedura in argomento 5 operatori economici iscritti al MEPA e abilitati per la categoria merceologica di che trattasi, selezionati tra le maggiori ditte che commercializzano le attrezzature richieste, al fine di conseguire il miglior risultato in termini di efficienza ed economicità;

DATO ATTO

che la richiesta formulata dal Responsabile della U.O.S.D. Direzione Medica di Presidio del P.O. "Basilotta" di Nicosia, di cui alla nota prot. n. 58149 del 07/06/2022, indicava il numero di 6 lampade scialitiche a soffitto;

che, a seguito della richiesta di chiarimenti inoltrata da un operatore economico, i sanitari della Struttura richiedente hanno specificato che il numero di 6 lampade scialitiche va inteso come riferito ai singoli corpi illuminanti e non, come inserito in capitolato, come corpi lampada in possesso, ciascuno, di n. 2 corpi illuminanti.

Che, pertanto, si rende necessario revocare la RDO in argomento, provvedendo, con separato atto deliberativo, ad una nuova indizione, previa acquisizione delle caratteristiche tecniche, proposte sulla base di quelle richieste per la precedente fornitura destinata al P.O. "Chiello" di Piazza Armerina, con inserimento del numero delle lampade richieste e conseguente rimodulazione della base d'asta.

L'anno duemilaventidue il giorno 7 AGO 2022 del mese di nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Iudica, nominato con Decreto Presidenziale n. 189/Serv.1/S.G. del 04/04/2019, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, Dr.ssa Sabrina Cillia, e dal Direttore Sanitario, Dott. Emanuele Cassarà, e con l'assistenza del Segretario Verbalizzante _____

VISTI

- ✓ La Legge Regionale 5 /2009 e ss.mm.ii. ;
- ✓ L'Atto Aziendale adottato in via definitiva con delibera n.857 del 12/06/2020, parzialmente modificata con delibera 902 del 19/06/2020;
- ✓ Il Regolamento di organizzazione e funzionamento – Area Amministrativa di questa ASP, adottato con delibera n°829 del 24/10/2016;

VISTI I SEGUENTI ALLEGATI ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE.

- A. nota prot. n. 83358 del 10/08/2022 indirizzata al Responsabile della U.O.S.D. Chirurgia Generale e al Responsabile Direzione Medica di Presidio del P.O. "Basilotta" di Nicosia;

DATO ATTO che il Direttore della U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della Legge 6 novembre 2012 n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la

repressione della corruzione dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano aziendale della prevenzione della corruzione 2022/2024;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. **DI REVOCARE** la delibera n. 991 del 7 luglio 2022, con la quale è stata indetta procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.b), del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicare applicando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'art.95, comma 4, lett.b) del medesimo D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., anche in presenza di una sola offerta valida, per la fornitura di n. 6 lampade scialitiche a tetto, da destinare alle UU.OO.SS.DD. Anestesia Blocco Operatorio e Chirurgia Generale del P.O. "Basilotta" di Nicosia, e di n.2 lampade scialitiche su ruote, da destinare alla U.O.S. Pronto Soccorso del P.O. "Basilotta" di Nicosia.
2. **DI REVOCARE**, per l'effetto, la RDO n. 3122600, indetta con la deliberazione n. 991 del 7 luglio 2022.
3. **DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo**, stante l'urgenza di procedere in tempi brevi al necessario acquisto, al fine di evitare conseguenze negative sulle attività delle Strutture richiedenti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Sabrina Cillia

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Emanuele Cassarà

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Francesco Iudica

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Luisa Tranchida

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio informatico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n° 30/93 s.m.i., e dell'art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009

dal 21 AGO 2022 al 04 SET 2022

L'incaricato

PER DELEGA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL Dirigente U.O.C. COORD. STAFF

Notificata al Collegio Sindacale il con nota prot. n°

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

dell'Assessorato Regionale Sanità ex L.R. n° 5/09 trasmessa in data _____ prot. n° _____

SI ATTESTA

che l'Assessorato Regionale Sanità:

- ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n° _____ del _____
- ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n° _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n° 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L.R. n° 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n° 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- immediatamente esecutiva dal 07 AGO 2022

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n° _____ del _____
- Modifica con provvedimento n° _____ del _____

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO



U.O.C. Servizio Provveditorato
Direttore: Dott.ssa Maria Concetta Perna
e-mail: direttore_provveditorato@asp.enna.it
provveditorato@pec.asp.enna.it
U.O.S. Gare Beni
Responsabile: Dott.ssa Francesca La Paglia
tel. 0935/520711
e-mail francesca.lapaglia@asp.enna.it
Punto Istruttore e Responsabile del
Procedimento:
Dott.ssa Lucia Macaluso
tel. 0935/520751
e-mail:
lucia.macaluso@asp.enna.it

Al Responsabile U.O.S.D. Chirurgia Generale
del P.O. "Basilotta" di Nicosia

Al Responsabile Direzione Medica di Presidio
del P.O. "Basilotta" di Nicosia

OGGETTO: Comunicazione revoca procedura per la fornitura ed installazione lampade scialitiche a soffitto e su ruote per il P.O. "Basilotta" di Nicosia e trasmissione caratteristiche tecniche

Si comunica che si rende necessaria la revoca della procedura in oggetto, indetta con delibera n. 991 del 7 luglio 2022, a causa di una erronea indicazione del numero delle lampade scialitiche a soffitto nella relativa richiesta, quantificato in n. 6 lampade scialitiche ma intese come singoli corpi illuminanti e non, come inserito in capitolato, come corpi lampada in possesso, ciascuno, di n. 2 corpi illuminanti.

Al fine di procedere con sollecitudine alla indizione della nuova procedura di gara, si trasmette in allegato alla presente il capitolato utilizzato per la procedura di acquisto precedentemente espletata per il P.O. "Chiello" di Piazza Armerina, e si chiede alle SS.LL. di comunicare allo scrivente Servizio se lo stesso risponda alle esigenze della Struttura richiedente, specificando, altresì, il numero di lampade scialitiche da acquisire, tenuto conto delle caratteristiche del capitolato in argomento.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Lucia Macaluso

Il Direttore
U.O.C. Servizio Provveditorato
Dott.ssa Maria Concetta Perna

Prot.n° _____

Data _____

All. A

ALLEGATO A

- Lampada scialitica con due corpi lampada ad alta tecnologia di illuminazione tramite led;
- Rotazione illimitata di ciascun corpo lampada attorno all'asse di attacco al soffitto, senza finecorsa;
- Escursione massima possibile dei due corpi lampada non inferiore a 250 cm., data dalla somma dei raggi di rotazione del centro dei due corpi lampada attorno all'asse di attacco al soffitto;
- Predisposizione per l'inserimento di una telecamera digitale HD wireless al centro di uno dei due corpi lampada, nell'impugnatura centrale autoclavabile. L'utilizzo della telecamera non deve pregiudicare la rotazione senza punti di fermo dei corpi lampada attorno all'asse di attacco al soffitto;
- Pannello di comando touch screen per la regolazione di temperatura colore, intensità luminosa e diametro del campo luminoso di ciascun singolo corpo lampada separatamente, che consenta anche di modificare contemporaneamente sui due corpi lampada ciascuno di questi parametri, in modo sincronizzato;
- Completa di trasformatori di alimentazione.

CARATTERISTICHE DI CIASCUN CORPO LAMPADA:

- Intensità luminosa centrale ad un metro di distanza regolabile da 48.000 lux fino a 160.000 lux;
- Sistema elettronico automatico di mantenimento della selezionata intensità luminosa al variare, su tutto il range di regolazione, del diametro del campo luminoso;
- Sistema elettronico con sensori per riconoscimento dei corpi solidi sotto al corpo lampada e conseguente modificazione automatica dell'intensità luminosa di alcuni led, per riduzione delle ombre;
- Percentuale di illuminamento residuo almeno 85%, con un disco d'ombra senza tubo secondo IEC 60601-2-41, con sistema elettronico attivato per riduzione delle ombre;
- Temperatura di colore regolabile da 3.900 K fino a 5.000 K;
- Indice di resa cromatica Ra (1-8) almeno 95, con la temperatura colore 4.500 K selezionata;
- Indice di resa cromatica R9 almeno 85, con la temperatura colore 4.500 K selezionata;
- Almeno tre livelli di regolazione per l'intensità luminosa, per il diametro del campo luminoso e per la temperatura colore;
- Possibilità di memorizzare almeno una impostazione preferita, richiamabile da memoria, con i valori scelti: intensità luminosa, ampiezza del campo luminoso e temperatura colore;
- Profondità di illuminazione L1+L2 al 20% almeno 1.000 mm. e L1+L2 al 60% almeno 500 mm.;
- Energia totale irradiata a 160.000 lux a un metro di distanza: non superiore a 1.000 W/metro quadrato;
- Vita media dichiarata delle sorgenti luminose a led almeno 40.000 ore;
- Grado di protezione per particelle solide e liquide non inferiore a IP 42;
- Impugnatura centrale autoclavabile di ricambio in dotazione.

Nm

n.b. nella fornitura devono essere previsti tutti i collegamenti elettrici, tutti gli impianti e ove richiesto anche gli adeguamenti strutturali dei locali interessati alla collocazione del sistema, per dare la fornitura completa e funzionante a perfetta regola d'arte, secondo la formula, sopra citata, del chiavi in mano.

Man



U.O.C. Servizio Provveditorato
Direttore: Dott.ssa Maria Concetta Perna
e-mail: direttore.provveditorato@asp.enna.it
provveditorato@pec.asp.enna.it
U.O.S. Gare Beni
Responsabile: Dott.ssa Francesca La Paglia
tel. 0935/520711
e – mail francesca.lapaglia@asp.enna.it
Punto Istruttore e Responsabile del
Procedimento:
Dott.ssa Lucia Macaluso
tel. 0935/520751
e – mail:
lucia.macaluso@asp.enna.it

Al Responsabile U.O.S.D. Chirurgia Generale
del P.O. "Basilotta" di Nicosia

Al Responsabile Direzione Medica di Presidio
del P.O. "Basilotta" di Nicosia

OGGETTO: Comunicazione revoca procedura per la fornitura ed installazione lampade scialitiche a soffitto e su ruote per il P.O. "Basilotta" di Nicosia e trasmissione caratteristiche tecniche

Si comunica che si rende necessaria la revoca della procedura in oggetto, indetta con delibera n. 991 del 7 luglio 2022, a causa di una erronea indicazione del numero delle lampade scialitiche a soffitto nella relativa richiesta, quantificato in n. 6 lampade scialitiche ma intese come singoli corpi illuminanti e non, come inserito in capitolato, come corpi lampada in possesso, ciascuno, di n. 2 corpi illuminanti.

Al fine di procedere con sollecitudine alla indizione della nuova procedura di gara, si trasmette in allegato alla presente il capitolato utilizzato per la procedura di acquisto precedentemente espletata per il P.O. "Chiello" di Piazza Armerina, e si chiede alle SS.LL. di comunicare allo scrivente Servizio se lo stesso risponda alle esigenze della Struttura richiedente, specificando, altresì, il numero di lampade scialitiche da acquisire, tenuto conto delle caratteristiche del capitolato in argomento.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Lucia Macaluso

Il Direttore
U.O.C. Servizio Provveditorato
Dott.ssa Maria Concetta Perna

Prot.n° _____

Data _____

All. E

ALLEGATO A

- Lampada scialitica con due corpi lampada ad alta tecnologia di illuminazione tramite led;
- Rotazione illimitata di ciascun corpo lampada attorno all'asse di attacco al soffitto, senza fincorsa;
- Escursione massima possibile dei due corpi lampada non inferiore a 250 cm., data dalla somma dei raggi di rotazione del centro dei due corpi lampada attorno all'asse di attacco al soffitto;
- Predisposizione per l'inserimento di una telecamera digitale HD wireless al centro di uno dei due corpi lampada, nell'impugnatura centrale autoclavabile. L'utilizzo della telecamera non deve pregiudicare la rotazione senza punti di fermo dei corpi lampada attorno all'asse di attacco al soffitto;
- Pannello di comando touch screen per la regolazione di temperatura colore, intensità luminosa e diametro del campo luminoso di ciascun singolo corpo lampada separatamente, che consenta anche di modificare contemporaneamente sui due corpi lampada ciascuno di questi parametri, in modo sincronizzato;
- Completa di trasformatori di alimentazione.

CARATTERISTICHE DI CIASCUN CORPO LAMPADA:

- Intensità luminosa centrale ad un metro di distanza regolabile da 48.000 lux fino a 160.000 lux;
- Sistema elettronico automatico di mantenimento della selezionata intensità luminosa al variare, su tutto il range di regolazione, del diametro del campo luminoso;
- Sistema elettronico con sensori per riconoscimento dei corpi solidi sotto al corpo lampada e conseguente modificazione automatica dell'intensità luminosa di alcuni led, per riduzione delle ombre;
- Percentuale di illuminamento residuo almeno 85%, con un disco d'ombra senza tubo secondo IEC 60601-2-41, con sistema elettronico attivato per riduzione delle ombre;
- Temperatura di colore regolabile da 3.900 K fino a 5.000 K;
- Indice di resa cromatica Ra (1-8) almeno 95, con la temperatura colore 4.500 K selezionata;
- Indice di resa cromatica R9 almeno 85, con la temperatura colore 4.500 K selezionata;
- Almeno tre livelli di regolazione per l'intensità luminosa, per il diametro del campo luminoso e per la temperatura colore;
- Possibilità di memorizzare almeno una impostazione preferita, richiamabile da memoria, con i valori scelti: intensità luminosa, ampiezza del campo luminoso e temperatura colore;
- Profondità di illuminazione L1+L2 al 20% almeno 1.000 mm. e L1+L2 al 60% almeno 500 mm.;
- Energia totale irradiata a 160.000 lux a un metro di distanza: non superiore a 1.000 W/metro quadrato;
- Vita media dichiarata delle sorgenti luminose a led almeno 40.000 ore;
- Grado di protezione per particelle solide e liquide non inferiore a IP 42;
- Impugnatura centrale autoclavabile di ricambio in dotazione.

n.b. nella fornitura devono essere previsti tutti i collegamenti elettrici, tutti gli impianti e ove richiesto anche gli adeguamenti strutturali dei locali interessati alla collocazione del sistema, per dare la fornitura completa e funzionante a perfetta regola d'arte, secondo la formula, sopra citata, del chiavi in mano.

Ad. H. 15 em



All'U.O.C. Servizio Provveditorato
Direttore: Dott.ssa Maria Concetta Perna

OGGETTO: Richiesta urgente di Lampade Scialitiche, caratteristiche tecniche e quantità

In riferimento alla comunicazione di revoca della procedura per la fornitura ed installazione di lampade scialitiche del 10/8/2022, Prot. N°0083358 con la quale si chiede di comunicare se il capitolato utilizzato per una procedura d'acquisto precedentemente espletata per il P.O. Chiello di Piazza Armerina risponda alle esigenze della nostra struttura, si fa presente che al primo punto del capitolato l'indicazione di lampada scialitica con due corpi illuminanti induce ad una erronea indicazione del numero totale di lampade scialitiche. Facendo riferimento alla nostra richiesta del 24/07/2021, prot. N°0066962 di seguito si indicano le caratteristiche tecniche, con qualche approfondimento, e l'esatta quantità di lampade scialitiche richieste.

N. 6 lampade scialitiche a soffitto ciascuna dotata di braccia portanti a rotazione illimitata attorno all'asse di attacco al soffitto, senza fine corsa, ciascuna dotata delle seguenti caratteristiche:

- o Da 96 LED a 185 LED a geometria variabile del campo luminoso, con la possibilità di cambiare anche solo una lampadina a LED, vita utile dei LED almeno 50.000 ore
- o Configurazione personalizzata dei parametri di illuminazione
- o Pannello di controllo Touchscreen a sfioramento e trascinamento con simboli chiari per comandi intuitivi con la possibilità di memorizzare diverse impostazioni preferite di regolazione dell'intensità luminosa, ampiezza del campo luminoso e temperatura colore, richiamarle da memoria con un semplice tocco, modificarle ed integrarle in qualsiasi momento
- o Sistema elettronico con sensori per riconoscimento dei corpi solidi sotto al corpo lampada con modificazione automatica dell'intensità luminosa dei LED al fine di assicurare in modo completamente automatico la costante disponibilità di illuminazione esattamente dove serve.
- o Intensità luminosa regolabile fino a 160.000 lux con profondità di illuminazione L1+L2 di almeno 1m.
- o Sistema elettronico automatico di mantenimento della intensità luminosa selezionata al variare, su tutto il range di regolazione, del diametro del campo luminoso
- o Sistema elettronico per la riduzione delle ombre
- o Regolazione in continuo della temperatura del colore da 3000k a 5500k
- o indice di resa cromatica Ra e indice di riproduzione delle tonalità rosse R9 almeno 96
- o Regolazione dell'intensità luminosa sul campo operatorio, in continuo dal 10% al 100%
- o Modalità di retroilluminazione per gli interventi endoscopici regolabile dal 1% al 30%

[Handwritten signature]

- Impugnatura centrale autoclavabile con 2 ricambi in dotazione
- N° 1 videocamera FullHD o 4K Wireless integrata nell'impugnatura centrale con sistema di registrazione o memoria integrata
- N° 1 Monitor FullHD o 4K da 27" o 32" su braccio portante separato
- N° 1 lampada scialitica LED: mobile di facile movimento per un utilizzo flessibile e, fissaggio sicuro del corpo lampada, illuminazione perfetta dell'area operativa, resa naturale dei colori, regolazione della messa a fuoco, regolazione della luminosità, illuminazione massima dell'area operativa fino a 60.000 lux, temperatura di colore fino 4.500 K, indice di resa cromatica da 85 a 96 Ra, durata delle sorgenti luminose 50.000 h per l'ambulatorio dell' U.O. di Chirurgia Generale del P.O. Basilotta di Nicosia.

In attesa di un vostro riscontro, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Nicosia 30/08/2022

Dott. Salvatore Puglia

Responsabile U.O.S.D. Chirurgia Generale

P.O. C. Basilotta, Nicosia

ASPENNA
P.O. C. Basilotta Nicosia
U.O.S.D. Chirurgia Generale
Direttore Dott. Salvatore Puglia
Indirizzo: Nicosia 300301400
Cod. Fisc. CT13305

AO-1



CucCod. fisc.JP.IVA 01151150867
Tel. 0935-520.111
- Fax Fax 0935-500.851

UOC
Provveditorato
ENNA

Poliambulatorio Centuripe
Telefono 0935-520951
FAX 0935-520955
EMAIL:poliambulatorio.centuripe@as
p.enna.it

OGGETTO:Richiesta acquisto lampada scialitica per il poliambulatorio di Centuripe

Essendosi guastata la lampada in dotazione all'ambulatorio e non essendo possibile ripararla, perchè non a norma, si richiede l'acquisto di:

N.1 lampada scialitica flessibile su stativo con ruote per l'ambulatorio di ginecologia del poliambulatorio di Centuripe.

Il Referente del Poliambulatorio di Centuripe
dott.ssa C. Palazzo

Il Direttore f.f.Distretto Sanitario Enna
dott.ssa A.Mazurco

Dell'ne Pello
Seppane forse foto n.196


IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Emanuele Cassarà
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE ENNA

n. 1 Lampada scialitica carrellata da destinare all'Ambulatorio di Ginecologia di Centuripe

- Lampada scialitica su ruote composta da almeno 3 corpi illuminati separati l'uno dall'altro con al centro il manipolo sterile;
- luce generata da LED;
- intensità luminosa regolabile tramite pannello di comando da 0 fino al 100% dell'intensità luminosa massima;
- temperatura di colore almeno 4900 K;
- una impugnatura autoclavabile posta al centro del corpo illuminante;
- intensità luminosa regolabile fino ad almeno 130.000 lux ad un metro di distanza;
- L1+L2 circa 80 cm;
- pannello di comando posto sul corpo illuminante o sul braccio di sospensione del corpo illuminante, per la regolazione dell'intensità luminosa o della funzione selezionata;
- Conforme alle normative CE e alle normative vigenti in materia di sicurezza.

Dimensioni:

- Altezza circa 175 cm
- Altezza lampada con braccio alzato circa 300 cm
- Lunghezza braccio basculante circa 80 cm

Acc. L.


ALLEGATO

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico ⁽¹⁾. Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando ⁽²⁾ nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*:

GU UE S numero [], data [], pag. [],

Numero dell'avviso nella GU S: []/[]/[]-[]-[]-[]-[]-[]

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto.

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale): [...]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.

Identità del committente ⁽³⁾ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA	Risposta:
Nome:	[]
Codice fiscale 01151150867	[]
Di quale appalto si tratta?	Risposta:
Titolo o breve descrizione dell'appalto ⁽⁴⁾ :	[]
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) ⁽⁵⁾ :	[]
CIG	[]
CUP (ove previsto)	[]
Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei)	[]

- 1 () I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.
- 2 () Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.
- 3 () Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.
- 4 () Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.
- 5 () Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi	Risposta:
Nome:	[]
Partita IVA, se applicabile: Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile	[] []
Indirizzo postale:	[.....]
Persone di contatto ⁽⁶⁾ : Telefono: PEC o e-mail: (indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):	[.....] [.....] [.....] [.....]
Informazioni generali:	Risposta:
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ⁽⁷⁾ ?	[] Si [] No
Solo se l'appalto è riservato ⁽⁸⁾ : l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa sociale" ⁽⁹⁾ o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? In caso affermativo, qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:	[] Si [] No [.....] [.....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice? In caso affermativo: Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI. a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente,	[] Si [] No [] Non applicabile a) [.....] b) (indirizzo web, autorità o organismo di

6 () Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

7 () Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.

Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

8 () Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

9 () Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

<p>indicare:</p> <p>c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ⁽¹⁰⁾:</p> <p>d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?</p> <p>In caso di risposta negativa alla lettera d):</p> <p>Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo il caso</p> <p>SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:</p> <p>e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro?</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p> <p>c) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>e) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p>
<p>Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 84 del Codice (settori ordinari)?</p> <p>ovvero,</p> <p>è in possesso di attestazione rilasciata nell'ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali</p> <p>In caso affermativo:</p> <p>a) Indicare gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione)</p> <p>b) Se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:</p> <p>c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l'attestazione:</p> <p>d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>a) [.....]</p> <p>b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p> <p>c) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all'articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all'articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.</p>	
<p>Forma della partecipazione:</p>	<p>Risposta:</p>
<p>L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ⁽¹¹⁾?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.</p>	
<p>In caso affermativo:</p> <p>a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici, ecc.):</p>	<p>a) [.....]</p>

10 () I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

11 () Specificamente nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro

b) Indicare gli altri operatori economici che partecipano alla procedura di appalto:	b): [.....]
c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:	c): [.....]
d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.	d): [.....]
Lotti	Risposta:
Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:	[]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.

Eventuali rappresentanti:	Risposta:
Nome completo; se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:	[.....]; [.....]
Posizione/Titolo ad agire:	[.....]
Indirizzo postale:	[.....]
Telefono:	[.....]
E-mail:	[.....]
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):	[.....]

C: Informazioni sull'affidamento SULLE Capacità di altri soggetti (Articolo 89 del Codice - **AVVALIMENTO)**

Affidamento:	Risposta:
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?	[] Si [] No
In caso affermativo:	
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi:	[.....]
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:	[.....]
<small><i>In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.</i></small>	

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:	Risposta:
------------------------	------------------

<p>L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?</p> <p>In caso affermativo:</p> <p>Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:</p> <p>Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:</p>	<p>[]SI []No</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>[.....]</p>
--	--

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte II, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):	
1.	Partecipazione a un'organizzazione criminale ⁽¹²⁾
2.	Corruzione ⁽¹³⁾
3.	Frode ⁽¹⁴⁾
4.	Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ⁽¹⁵⁾ ;
5.	Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ⁽¹⁶⁾ ;
6.	Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani ⁽¹⁷⁾
CODICE:	
7.	Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria; l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):	Risposta:
I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] ⁽¹⁸⁾
In caso affermativo, indicare ⁽¹⁵⁾: a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, b) dati identificativi delle persone condannate [];	a) Data: [], durata [], lettera comma 1, articolo 80 [], motivi: [] b) [.....] c) durata del periodo d'esclusione [.....], lettera comma 1, articolo 80 []

- 12 () Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 del 11.11.2008, pag. 42).
- 13 () Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità europea o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.
- 14 () Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
- 15 () Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
- 16 () Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
- 17 () Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
- 18 () Ripetere tante volte quanto necessario.
- 19 () Ripetere tante volte quanto necessario.

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:	
In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione ²⁰ (autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr. articolo 80, comma 7)?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo, indicare:	
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice:	
- hanno risarcito interamente il danno?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
4) per le ipotesi 1) e 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]
5) se le sentenze di condanna sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:	[.....]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice):	Risposta:	
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
In caso negativo, indicare:	Imposte/tasse	Contributi previdenziali
a) Paese o Stato membro interessato	a) [.....]	a) [.....]
b) Di quale importo si tratta	b) [.....]	b) [.....]
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:		
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:	c1) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	c1) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
- Tale decisione è definitiva e vincolante?	- <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	- <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
- Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.	- [.....]	- [.....]

²⁰ () In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

<p>- Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione:</p> <p>2) In altro modo? Specificare:</p> <p>d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?</p>	<p>- [.....]</p> <p>c2) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: [.....]</p>	<p>- [.....]</p> <p>c2) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: [.....]</p>
<p>Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)⁽²¹⁾:</p> <p>[.....][.....][.....]</p>	

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI ⁽²²⁾

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali	Risposta:
<p>L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, ⁽²³⁾ di cui all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?</p> <p>In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?</p> <p>In caso affermativo, indicare:</p> <p>1) L'operatore economico</p> <ul style="list-style-type: none"> - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno? <p>2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p>
<p>L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:</p> <p>a) fallimento</p> <p>In caso affermativo:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>

21 () Ripetere tante volte quanto necessario.

22 () Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

23 () Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

<p>- il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice) ?</p> <p>- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?</p> <p>b) liquidazione coatta</p> <p>c) concordato preventivo</p> <p>d) è ammesso a concordato con continuità aziendale</p> <p>In caso di risposta affermativa alla lettera d): - è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell' articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice?</p> <p>- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti [.....] [.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]</p>
<p>L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali⁽²⁴⁾ di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p>In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina?</p> <p>In caso affermativo, indicare:</p> <p>1) L'operatore economico: - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno?</p> <p>2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi⁽²⁵⁾ legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p>L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>

24 () Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

25 () Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

L'operatore economico può confermare di:	
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
b) non avere occultato tali informazioni?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f, g, h, i, l, m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001	Risposta:
Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall' <u>articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</u> o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all' <u>articolo 84, comma 4, del medesimo decreto</u> , fermo restando quanto previsto dagli <u>articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</u> , con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] (26)
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?	
1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all' <u>articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</u> o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all' <u>articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</u> (Articolo 80, comma 5, lettera f);	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g);	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No [.....][.....][.....]
In caso affermativo : - indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione: - la violazione è stata rimossa ?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla <u>legge 12 marzo 1999, n. 68</u> (Articolo 80, comma 5, lettera i);	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento

<p>5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli <u>articoli 317 e 629 del codice penale</u> aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203?</p> <p>In caso affermativo:</p> <p>- ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria?</p> <p>- ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?</p> <p>6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'<u>articolo 2359 del codice civile</u> o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)?</p>	<p>preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p>Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni:</p> <p>(numero dipendenti e/o altro) [.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>{.....}[.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>
<p>7. L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico ?</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>

Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione □ della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti	Risposta
Soddisfa i criteri di selezione richiesti:	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Idoneità	Risposta
<p>1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento ⁽²⁷⁾</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
<p>2) Per gli appalti di servizi:</p> <p>È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore economico ne dispone: [...] <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>

²⁷ () Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità economica e finanziaria	Risposta:
<p>1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:</p> <p>e/o,</p> <p>1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ⁽²⁸⁾:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta</p> <p>(numero di esercizi, fatturato medio): [.....], [.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesto è il seguente:</p> <p>e/o,</p> <p>2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ⁽²⁹⁾:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta</p> <p>(numero di esercizi, fatturato medio): [.....], [.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:</p>	<p>[.....]</p>
<p>4) Per quanto riguarda gli indici finanziari ⁽³⁰⁾ specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi dell'art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y ⁽³¹⁾, e valore) [.....], [.....] ⁽³²⁾</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) del Codice):</p> <p>Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o</p>	<p>[.....]</p>

28 () Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

29 () Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

30 () Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

31 () Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

32 () Ripetere tante volte quanto necessario.

<p>finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:</p> <p>Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
--	--

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità tecniche e professionali	Risposta:								
<p>1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il periodo di riferimento⁽³³⁾ l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato:</p> <p>Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via elettronica, indicare:</p>	<p>Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [...]</p> <p>Lavori: [.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>								
<p>1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi:</p> <p>Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha consegnato le seguenti forniture principali del tipo specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati⁽³⁴⁾:</p>	<p>Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara):</p> <p>[.....]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>importi</th> <th>date</th> <th>destinatari</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	importi	date	destinatari				
Descrizione	importi	date	destinatari						
<p>2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici ⁽³⁵⁾, citando in particolare quelli responsabili del controllo della qualità:</p> <p>Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori:</p>	<p>[.....]</p> <p>[.....]</p>								
<p>3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione dell'appalto:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare:</p> <p>L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche⁽³⁶⁾ delle sue capacità di produzione o strutture</p>	<p>[] Si [] No</p>								

33 () Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.

34 () In altri termini, occorre indicare **tutti** i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

35 () Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.

	tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità?	
6)	Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso: a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara) b) i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di lavoro:	a) [.....] b) [.....]
7)	L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale :	[.....]
8)	L' organico medio annuo dell'operatore economico e il numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:	Anno, organico medio annuo: [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....], Anno, numero di dirigenti [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....]
9)	Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà dell' attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico seguenti:	[.....]
10)	L'operatore economico intende eventualmente subappaltare⁽³⁷⁾ la seguente quota (espressa in percentuale) dell'appalto:	[.....]
11)	Per gli appalti pubblici di forniture: L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti; se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[] Si [] No [] Si [] No (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
12)	Per gli appalti pubblici di forniture: L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?	[] Si [] No

36 () La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi.

37 () Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.

<p>In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova si dispone:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:</p> <p>Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale	Risposta:
<p>L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità?</p> <p>In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....][.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione ambientale?</p> <p>In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si dispone:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....][.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero	Risposta:
<p>Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato :</p> <p>Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore economico dispone dei documenti richiesti:</p> <p>Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente ⁽³⁸⁾, indicare per ciascun documento:</p>	<p>[.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No ⁽³⁹⁾</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]⁽⁴⁰⁾</p>

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

- a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro ⁽⁴¹⁾, oppure*
- b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ⁽⁴²⁾, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.*

Il sottoscritto/i sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [.....]

- 38 () Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
- 39 () Ripetere tante volte quanto necessario.
- 40 () Ripetere tante volte quanto necessario.
- 41 () A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.
- 42 () In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.



All-H
Rina

PATTO DI INTEGRITÀ' TRA L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA E I PARTECIPANTI ALLA

Questo documento, approvato contestualmente agli atti di gara dal Direttore Generale di questa Azienda, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in argomento, costituisce parte integrante della presente gara d'appalto e di qualsiasi contratto assegnato dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna.

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna impiegati ad ogni livello nell'espletamento della presente gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto. L'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara: l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto il vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.

Il sottoscritto Operatore economico nato a il

residente in Via

Codice Fiscale n.

In qualità di

dell'Impresa iscritta al n. del Registro delle imprese della Camera di Commercio di, Partita Iva

in qualità di eventuale affidataria dei lavori in oggetto o aggiudicataria o subappaltatrice si impegna a segnalare all'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

Il sottoscritto Operatore economico dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.

Il sottoscritto Operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnato a seguito delle gare in oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi".

Il sottoscritto Operatore economico prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

1. risoluzione o perdita del contratto;
2. escussione della cauzione di validità dell'offerta;



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
Codice Fiscale e partita IVA 01151150867

3. responsabilità per danno arrecato all'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna nella misura del 1% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
4. esclusione del concorrente dalle gare d'appalto indette dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna per anni 2.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Data _____

Il Dirigente U.O.

Titolare o legale rappresentante
della Ditta.....

Per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna
IL Direttore Generale
Dott. Francesco Iudica

AS

B) che il prezzo offerto non è superiore al prezzo praticato alle altre Azienda Sanitarie e, nella fattispecie, tale prezzo (specificare se unitario o complessivo), è stato offerto presso:

1) _____ €. _____ + IVA _____

2) _____ €. _____ + IVA _____

3) _____ €. _____ + IVA _____

.....

.....

.....

Li _____

Timbro e Firma Leggibile

B...

nato/a _____ il

Codice Fiscale

Comune di residenza e provincia

Cognome e nome

nato/a _____ il

Codice Fiscale

Comune di residenza e provincia

Cognome e nome

nato/a _____ il

Codice Fiscale

Comune di residenza e provincia

- che in caso di accensioni di ulteriori e diversi conti correnti bancari o postali dedicati ovvero di variazioni del conto corrente dedicato sopraindicato provvederà a comunicarne gli estremi identificativi entro 7 gg,. nonché, nello stesso termine, le generalità e il Codice Fiscale della persona delegate ad operare.

Luogo e data
rappresentante

Il legale

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti



informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data
rappresentante

Il legale

Bruno



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
E N N A

Al. P. B...

Oggetto Procedura per la fornitura di n. 6 lampade scialitiche a soffitto da destinare alle UU.OO.SS.DD. Anestesia Blocco Operatorio e Chirurgia Generale del P.O. "Basilotta" di Nicosia (LOTTO 1).

ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO

Si attesta che il Sig. _____ identificato mediante documento di riconoscimento _____ (si allega alla presente copia del documento di riconoscimento in corso di validità) in qualità di:

titolare/rappresentante legale (munito di apposita documentazione comprovante la sua figura, da consegnare)

direttore tecnico (munito di apposita documentazione comprovante la sua figura, da consegnare)

dipendente delegato munito di giusta delega del Sig. _____ del
_____/_____/2017 in qualità di _____ (che si
allega alla presente unitamente alla copia del documento di riconoscimento in corso di validità del
delegante) dell'impresa / ATI:

_____ P. IVA
_____ con sede legale in _____ Via
_____ ha effettuato il sopralluogo in data
odierna presso gli immobili interessati all'affidamento di cui in oggetto.

Il presente attestato di sopralluogo completo in ogni sua parte e comprensivo degli allegati è redatto in duplice copia di cui una copia per il concorrente che dovrà inserirlo nel plico secondo le indicazioni riportate nella lettera d'invito.

A tal fine, il concorrente, così come indicato sopra, dichiara che le conoscenze acquisite sono soddisfacenti per la corretta valutazione e formulazione dell'offerta, sotto il profilo sia tecnico che economico.

Enna, li _____

Per conferma di quanto sopra riportato e per ricevuta copia attestazione.

L'operatore economico

I Direttori dell'Esecuzione del Contratto



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867

Acc. 5

U.O.C. Servizio Provveditorato
Direttore: Dott.ssa Maria Concetta Perna
e-mail: direttore.provveditorato@asp.enna.it
provveditorato@pec.asp.enna.it
U.O.S. Gare Beni
Responsabile: Dott.ssa Francesca La Paglia
tel. 0935/520711
e - mail francesca.lapaglia@asp.enna.it
Punto Istruttore e Responsabile del Procedimento:
Dott.ssa Lucia Macaluso
tel. 0935/520751
e - mail:
lucia.macaluso@asp.enna.it

Spett.li ditte

Oggetto: Lettera di invito per la fornitura ed installazione di n. 6 lampade scialitiche a soffitto da destinare alle UU.OO.SS.DD. Anestesia Blocco Operatorio e Chirurgia Generale del P.O. "Basilotta" di Nicosia e di n. 4 lampade scialitiche con carrello per il Pronto Soccorso e per l'Ambulatorio della U.O.S.D. Chirurgia Generale del P.O. "Basilotta" di Nicosia e per il Distretto Sanitario Territoriale di Enna - Poliambulatorio di Centuripe.

Si invitano codeste spettabili ditte a far pervenire offerta economica sul ME.PA per la fornitura ed installazione di:

- n. 6 lampade scialitiche a soffitto da destinare alle UU.OO.SS.DD. Anestesia Blocco Operatorio e Chirurgia Generale del P.O. "Basilotta" di Nicosia **(lotto 1)**

- n. 4 lampade scialitiche con carrello da destinare al Pronto Soccorso a all'Ambulatorio della U.O.S.D. Chirurgia Generale del P.O. "Basilotta" di Nicosia e per il Distretto Sanitario Territoriale di Enna - Ambulatorio di Centuripe.

(lotto 2).

Si precisa che le specifiche tecniche indicate nell'allegato A, accluso alla presente, si devono intendere espresse ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., cioè seguendo pedissequamente il seguente assunto, elaborato dalla dottrina e fatto proprio da questa Stazione appaltante:

L'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto consente alla stazione appaltante di disporre di un parametro di riferimento sulla cui base poter procedere alla valutazione delle offerte ricevute e, successivamente, verificare la corrispondenza tra quanto richiesto e la prestazione ricevuta dall'aggiudicatario.

Diversamente, sotto il secondo profilo, l'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto permette agli operatori economici di poter circoscrivere la propria offerta verificando, eventualmente, la legittimità dell'aggiudicazione.

La formulazione delle specifiche tecniche deve avvenire nel rispetto delle regole della corretta concorrenza tra gli operatori economici del mercato e, di conseguenza, nel rispetto dei principi in cui la concorrenza è tradizionalmente declinata, quali il principio di non discriminazione,

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
Tel. 0935/520751



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867

il principio di parità di trattamento e il principio di massima partecipazione.

La descrizione delle caratteristiche tecniche del bene oggetto dell'appalto, dunque, non esclude dalla valutazione quelle offerte il cui contenuto sia comunque strutturalmente e funzionalmente corrispondente a quanto richiesto con la presente richiesta d'offerta e deve intendersi coerente con la c.d. clausola di equivalenza, ovvero sia con l'esigenza che sia prevista la possibilità, per i concorrenti, di offrire beni e servizi con caratteristiche equivalenti rispetto a quelle richieste.

Conseguentemente la stazione appaltante valuterà se quanto offerto dai partecipanti alla gara possa ritenersi equivalente alle caratteristiche della prestazione o del bene indicate nelle specifiche tecniche.

Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, infatti, la clausola di equivalenza si ritiene applicabile "qualora siano inserite nella lex specialis di gara specifiche tecniche a tal punto dettagliate da poter individuare un dato prodotto in maniera assolutamente precisa (con una fabbricazione o una provenienza determinata, o un procedimento particolare, con riferimento a un marchio o a un brevetto)", al fine di favorire la presentazione di una proposta "che ottemperi in maniera equivalente agli stessi requisiti".

Il principio di equivalenza, pertanto, è vincolante per l'amministrazione solo qualora il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari predispongano una descrizione sì particolareggiata e puntuale al punto che "avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti".

L'onere della prova dell'equivalenza grava sull'offerente, residuando invero in capo alla stazione appaltante la valutazione circa la conformità del contenuto dell'offerta rispetto all'oggetto dell'appalto così come descritto nelle specifiche tecniche, senza che possa ravvisarsi in capo alla stessa un onere di attività di indagine circa l'asserita equivalenza.

Contemporaneamente con l'orientamento maggioritario della giurisprudenza si precisa che l'equivalenza non può essere meramente affermata dall'impresa partecipante alla gara, bensì "va dimostrata in modo rigoroso con una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto, e comunque deve formare oggetto di apposita dichiarazione allegata all'offerta", con la conseguenza che "sin dal momento della presentazione dell'offerta, il concorrente che offre prodotti equivalenti deve fornire una prova idonea a dimostrare l'equivalenza allegata", in assenza della quale è legittima l'automatica esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica.

In ossequio a tale principio, quindi nell'offerta deve essere data prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte corrispondano in maniera equivalente ai requisiti richiesti dalle specifiche tecniche".

Nel campo documentazione amministrativa dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., resa ai sensi del D.P.R. 445/00, comprensiva della dichiarazione di regolarità contributiva con indicazione dei nn. iscrizione INPS e INAIL, sedi e numero dei dipendenti o copia del DURC come da allegato (modello B), inserito nella documentazione richiesta;

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gar Beni - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
Tel. 0935/520751



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867

- Compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Patto d'integrità anticorruzione;
- Dichiarazione cc dedicato;
- Attestazione di avvenuto sopralluogo (per il lotto 1).
- Descrizione dell'attrezzatura offerta, marca, modello e nome della ditta produttrice;
- Scheda tecnica dei prodotti offerti, depliant;
- Descrizione garanzia offerta, – durata minima 24 mesi - full risk su tutti gli inconvenienti, di qualsiasi natura, che si dovessero riscontrare durante il periodo di garanzia con l'obbligo di eliminazioni;
- Dichiarazione con la quale la ditta, ove richiesta, si impegna a fornire demo delle apparecchiature offerte e/o a consentire di prendere visione presso Strutture Sanitarie, ove installate, in ambito regionale;
- Dichiarazione relativa alla formazione gratuita, in favore del personale sanitario utilizzatore dei beni in argomento, per il tempo necessario all'apprendimento.
- Dichiarazione d'impegno a provvedere, a proprie spese, senza ulteriori oneri aggiuntivi, allo smontaggio e smaltimento delle vecchie attrezzature con certificazione di avvenuto smaltimento, secondo legge.

Nel campo offerta economica dovranno essere inseriti, completi in ogni singola voce, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

Offerta economica come generata dal sistema con indicazione del prodotto offerto, marca, modello e nome della ditta produttrice e il prezzo complessivo per l'intero lotto, IVA esclusa;

Offerta economica dettagliata indicante i prezzi unitari IVA esclusa e l'importo complessivo, come da modello allegato;

CND e Repertorio, ove assegnati.

Il prezzo dovrà comprendere: consegna, posa in opera, messa in funzione e collaudo "Chiavi in mano" presso le strutture di destinazione.

Si precisa il significato dell'espressione "**Chiavi in mano**"

La fornitura – condizionata a preventiva effettuazione di sopralluogo – dovrà comprendere tutto quanto necessario per la corretta installazione, ivi comprese, a titolo esemplificativo, opere murarie, innesti sulla struttura esistente, adeguamento controsoffitto, piastre, tiranti etc, con relativa certificazione di tutti i lavori e le forniture eseguiti sia sulla parte elettrica che strutturale.

Adempimenti successivi all'aggiudicazione:

- La formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà attraverso la stipula del contratto nei modi e nelle forme di legge da registrare solo in caso d'uso.

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna
Tel. 0935/520751



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867

- All'atto della formalizzazione del rapporto contrattuale andrà versato il deposito cauzionale definitivo pari al 10% del valore della fornitura IVA esclusa, da costituirsi ai sensi dell'art.103 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
- **la fornitura dovrà essere eseguita a seguito di esplicito ordine informatico (N.S.O.):**
- **consegna dell'apparecchiatura entro 30 gg. lavorativi dall'emissione dell'ordine informatico (NSO), nei locali del Magazzino Economico sito nel P.O. "Basilotta" di Nicosia (n. 6 lampade a soffitto e n. 3 lampade scialitiche su ruote) e presso il Poliambulatorio di Centuripe (n. 1 lampada scialitica su ruote).**
- La strumentazione dovrà essere consegnata a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall'Amministrazione.
- La ditta dovrà provvedere a proprie spese, al ritiro e allo smaltimento di tutti gli imballi e/o contenitori resi necessari per la consegna dei beni.
- Al termine delle operazioni di consegna e, comunque, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla stessa, il Fornitore dovrà procedere alle operazioni di collaudo sia dell'apparecchiatura che degli eventuali dispositivi opzionali, pena l'applicazione delle penali.
- I collaudi verranno effettuati nel rispetto delle indicazioni riportate nella Direttiva dei Dispositivi Medici 93/42 CEE e nella Guida CEI 62-122 e sue eventuali successive revisioni. Il collaudo deve essere effettuato in contraddittorio con l'ASP, alla presenza del Sanitario utilizzatore, di un tecnico incaricato dall'Azienda e dalla Ditta affidataria. In tale sede il Fornitore dovrà produrre la certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza delle attrezzature fornite alle vigenti norme di sicurezza. Il Fornitore, a proprio carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature o quant'altro dovesse rendersi necessario ai fini del collaudo. Il collaudo, con esito positivo, non solleva comunque il fornitore dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti del bene stesso. Qualora il bene consegnato non risultasse in possesso dei requisiti richiesti, potrà essere rifiutato da questa Azienda non solo alla consegna, ma anche successivamente, e ciò nei casi in cui il bene dovesse palesare qualche difetto non rilevato e non immediatamente rilevabile.
- Le attrezzature devono essere consegnate unitamente alla manualistica d'uso in lingua italiana. Le vecchie lampade dovranno essere smontate e smaltite, a cura della ditta aggiudicataria, a proprie spese, senza ulteriori oneri aggiuntivi, con certificazione di avvenuto smaltimento, secondo la normativa vigente.
- Il Fornitore per i primi 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data del collaudo positivo dovrà fornire i servizi di assistenza e manutenzione full risk sulla strumentazione e gli eventuali dispositivi opzionali ordinati. Sono comprese nel servizio di assistenza e manutenzione la riparazione e la sostituzione dell'apparecchiatura comprensiva di accessori, con la sola esclusione del materiale di consumo necessario all'ordinario utilizzo. Il servizio di manutenzione full risk dovrà prevedere la riparazione e/o la sostituzione in permuta,

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
Tel. 0935/520751



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867

- includendo le cause accidentali, purché non derivanti da dolo da parte dell'Amministrazione.
- **Il fornitore sarà tenuto a ritirare il bene contestato, a sue spese, con l'obbligo di restituire nel tempo indicato dall'Azienda il bene corrispondente nella qualità e quantità.**
Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell'impresa, quali scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati e, perciò influenti nelle forniture e nelle prestazioni di servizi, debbono essere tempestivamente segnalate o documentate.

Penalità e danni

L'impresa avrà a disposizione per la fornitura un periodo di tempo della durata complessiva di 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data della comunicazione dell'ordine da parte del competente Responsabile di Magazzino.

In caso di ritardato adempimento oltre i termini prestabiliti si applicheranno, ai sensi dell'art.113-bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., le penali in misura giornaliera dello 0,5 x mille dell'ammontare netto contrattuale. Le penali non possono comunque superare complessivamente, il 10 % di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale importo dovuto sarà detratto senza alcuna particolare formalità da quello della liquidazione finale e/o dal deposito cauzionale definitivo, fatti salvi eventuali danni che questa Azienda potrebbe subire per effetto della ritardata consegna. Tuttavia l'impresa qualora per cause ad essa non imputabili, non fosse in grado di completare le forniture entro il termine prestabilito, avrà la possibilità di chiedere con domanda motivata, prima della scadenza del termine stesso, un congruo periodo di proroga.

Il controllo sulla quantità e qualità della strumentazione e dei prodotti forniti spetta al Direttore dell'esecuzione del contratto, anche su segnalazione dell'U.O. utilizzatrice; in ogni caso, la ditta aggiudicataria è tenuta a prestare sull'apparecchiatura consegnata idonea garanzia da tutti gli inconvenienti non derivanti da cause di forza maggiore; in caso di merce contestata, in quanto ritenuta non conforme, la ditta è obbligata, a propria cura e spese, al ritiro ed alla sostituzione della stessa non conforme, entro 10 giorni dalla contestazione.

In caso contrario, saranno applicate le penali sopra previste. Il regolare utilizzo delle attrezzature e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.

Pagamento: entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della fattura che dovrà pervenire dopo il ricevimento e collaudo, con esito positivo, dei beni forniti, le verifiche di Legge delle forniture e gli adempimenti amministrativi;

L'Azienda può chiedere la risoluzione del contratto, nei seguenti casi:

- A. fornitura di prodotti difformi dai requisiti tecnici richiesti e contestati oltre la seconda volta;
- B. ritardo nella fornitura totale o parziale reiterato oltre la seconda volta;
- C. mancata sostituzione dei prodotti contestati reiterata oltre la seconda volta;
- D. in qualunque momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile;
- E. per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto deliberativo;
- F. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
Tel. 0935/520751



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867

- G. in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratorie e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- H. nei casi di cessione e di subappalto non autorizzati dall'Azienda;
- I. nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- J. nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti;
- K. in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione;
- L. in caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'affidataria, l'Azienda ha diritto di incamerare, ove previsto, il deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, e di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di essa, anche in danno dell'inadempiente.

Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile, il Direttore Generale potrà, a suo insindacabile giudizio, non stipulare alcun contratto, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o convenienti, sotto il profilo tecnico-economico, i risultati dell'attività negoziale.

E' fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, etc.), che potrà essere attivato senza che le concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento od altro.

E' fatto espresso **divieto di cessione del credito**, fatta salva l'esistenza di carenza di liquidità che non consenta il rispetto dei termini di pagamento.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, in relazione al contratto di cui alla presente procedura, è competente esclusivamente il Foro di Enna.

La Fattura dovrà essere intestata a: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA V.LE DIAZ, 7/9 - 94100 - ENNA - P.I. 01151150867

IVA: a carico dell'A.S.P.

SEGUE ALLEGATO "A"

IL Direttore Generale
Dott. Francesco Iudica

ALLEGATO "A"

Lotto n°1

Caratteristiche tecniche di n. 6 lampade scialitiche a tetto da destinare alle UU.OO.SS.DD. Anestesia Blocco Operatorio e Chirurgia Generale del P.O. "Basilotta" di Nicosia

N.6 lampade scialitiche a soffitto ciascuna dotata di braccia portanti a rotazione illimitata attorno all'asse di attacco al soffitto, senza fine corsa, ciascuna dotata delle seguenti caratteristiche:

- Da 96 LED a 185 LED a geometria variabile del campo luminoso, con la possibilità di cambiare anche solo una lampadina a LED, vita utile dei LED almeno 50.000 ore;
- Configurazione personalizzata dei parametri di illuminazione;
- Pannello di controllo Touchscreen a sfioramento e trascinarsi con simboli chiari per comandi intuitivi con la possibilità di memorizzare diverse impostazioni preferite di regolazione dell'intensità luminosa, ampiezza del campo luminoso e temperatura colore, richiamarle da memoria con un semplice tocco, modificarle ed integrarle in qualsiasi momento;
- Sistema elettronico con sensori per riconoscimento dei corpi solidi sotto al corpo lampada con modificazione automatica dell'intensità luminosa dei LED al fine di assicurare in modo completamente automatico la costante disponibilità di illuminazione esattamente dove serve.
- Intensità luminosa regolabile fino a 160.000 lux con profondità di illuminazione L1+L2 di almeno 1m;
- Sistema elettronico automatico di mantenimento della intensità luminosa selezionata al variare, su tutto il range di regolazione, del diametro del campo luminoso;
- Sistema elettronico per la riduzione delle ombre;
- Regolazione in continuo della temperatura del colore da 3000k a 5500k;
- Indice di resa cromatica Ra e indice di riproduzione delle tonalità rosse R9 almeno 96;
- Regolazione dell'intensità luminosa sul campo operatorio, in continuo dal 10% al 100%;
- Modalità di retroilluminazione per gli interventi endoscopici regolabile dal 1% al 30%;
- Impugnatura centrale autoclavabile con 2 ricambi in dotazione

N° 1 videocamera FullHd o 4K Wireless integrata nell'impugnatura centrale con sistema di registrazione o memoria integrata;

- **N° 1 Monitor FullHd o 4K** da 27" o 32" su braccio portante separato

CIG _____

Prezzo a base d'asta €. 60.000,00 oltre IVA

Lotto n°2

Caratteristiche tecniche di n. 4 lampade scialitiche su ruote da destinare alla U.O.S. di Pronto Soccorso e all'Ambulatorio di Chirurgia del P.O. "Basilotta" di Nicosia e al Distretto Sanitario di Enna – Poliambulatorio di Centuripe ,

- Lampada scialitica su ruote composta da almeno 3 corpi illuminati separati l'uno dall'altro con al centro il manipolo sterile;
- luce generata da LED;
- intensità luminosa regolabile tramite pannello di comando da 0 fino al 100% dell'intensità luminosa massima;
- temperatura di colore almeno 4900 K;
- una impugnatura autoclavabile posta al centro del corpo illuminante;
- intensità luminosa regolabile fino ad almeno 130.000 lux ad un metro di distanza;
- L1+L2 circa 80 cm;
- pannello di comando posto sul corpo illuminante o sul braccio di sospensione del corpo illuminante, per la regolazione dell'intensità luminosa o della funzione selezionata;
- Conforme alle normative CE e alle normative vigenti in materia di sicurezza.

Dimensioni:

- Altezza circa 175 cm
- Altezza lampada con braccio alzato circa 300 cm
- Lunghezza braccio basculante circa 80 cm

CIG _____

Prezzo a base d'asta €. 12.000,00 oltre IVA