

Cod. fisc./P.IVA 01151150867
Tel. 0935-520.111

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO
Telefono 0935/520711 Resp.le U.O.S. Gare Beni
Telefono 0935/520714 Resp.le del Procedimento
Telefono 0935/520118 Punto Istruttore

EMAIL : Resp.le U.O.S. Gare Beni: francesca.lapaglia@asp.enna.it
Resp.le del Procedimento: filippo.lamarca@asp.enn.it
Punto Istruttore: pietra.david@asp.enna.it
direttore.provveditorato@asp.enna.it
provveditorato@pec.asp.enna.it

WEB: <http://www.asp.enna.it/>

Prot.n. 2313
DATA 09/01/2023

Oggetto: Richiesta di offerta per la fornitura di n. 1 barella per la U.O.S.D. Terapia Intensiva del P.O. Basilotta di Nicosia.

Spett. le Ditta

Si invita codesta spettabile ditta a far pervenire offerta economica sul ME.PA. per la fornitura di n. 1 barella per l movimentazione e il trasferimento del paziente per la U.O.S.D. Terapia Intensiva del P.O. Basilotta di Nicosia, come da allegato "A" accluso alla presente richiesta.

Si precisa che le specifiche tecniche indicate nell'allegato "A" si devono intendere espresse ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., cioè seguendo pedissequamente il seguente assunto, elaborato dalla dottrina e fatto proprio da questa Stazione appaltante:

L'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto consente alla stazione appaltante di disporre di un parametro di riferimento sulla cui base poter procedere alla valutazione delle offerte ricevute e, successivamente, verificare la corrispondenza tra quanto richiesto e la prestazione ricevuta dall'aggiudicatario.

Diversamente, sotto il secondo profilo, l'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto permette agli operatori economici di poter circoscrivere la propria offerta verificando, eventualmente, la legittimità dell'aggiudicazione.

La formulazione delle specifiche tecniche deve avvenire nel rispetto delle regole della corretta concorrenza tra gli operatori economici del mercato e, di conseguenza, nel rispetto dei principi in cui la concorrenza è tradizionalmente declinata, quali il principio di non discriminazione, il principio di parità di trattamento e il principio di massima partecipazione.

La descrizione delle caratteristiche tecniche del bene oggetto dell'appalto, dunque, non esclude dalla valutazione quelle offerte il cui contenuto sia comunque strutturalmente e funzionalmente corrispondente a quanto richiesto con la presente richiesta d'offerta e deve intendersi coerente con la c.d. clausola di equivalenza, ovvero sia prevista la possibilità, per i concorrenti, di offrire beni e servizi con caratteristiche equivalenti rispetto a quelle richieste.

Conseguentemente la stazione appaltante valuterà se quanto offerto dai partecipanti alla gara possa ritenersi equivalente alle caratteristiche della prestazione o del bene indicate nelle specifiche tecniche.

Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, infatti, la clausola di equivalenza si ritiene applicabile "qualora siano inserite nella lex specialis di gara specifiche tecniche a tal punto dettagliate da poter individuare un dato prodotto in maniera assolutamente precisa (con una fabbricazione o una provenienza determinata, o un procedimento particolare, con riferimento a un marchio o a un brevetto)", al fine di favorire la presentazione di una proposta "che ottemperi in maniera equivalente agli stessi requisiti".

Il principio di equivalenza, pertanto, è vincolante per l'amministrazione solo qualora il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari predispongano una descrizione sì particolareggiata e puntuale al punto che "avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti".

L'onere della prova dell'equivalenza grava sull'offerente, residuando invero in capo alla stazione appaltante la valutazione circa la conformità del contenuto dell'offerta rispetto all'oggetto dell'appalto così come descritto nelle specifiche tecniche, senza che possa ravvisarsi in capo alla stessa un onere di attività di indagine circa l'asserita equivalenza.

Contemporaneamente con l'orientamento maggioritario della giurisprudenza si precisa che l'equivalenza non può essere meramente affermata dall'impresa partecipante alla gara, bensì "va dimostrata in modo rigoroso con una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto, e comunque deve formare oggetto di apposita dichiarazione allegata all'offerta", con la conseguenza che "sin dal momento della presentazione dell'offerta, il concorrente che offre prodotti equivalenti deve fornire una prova idonea a dimostrare l'equivalenza allegata", in assenza della quale è legittima l'automatica esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica.

In ossequio a tale principio, quindi nell'offerta deve essere data prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte corrispondano in maniera equivalente ai requisiti richiesti dalle specifiche tecniche".

La documentazione per la partecipazione alla gara dovrà essere presentata secondo le modalità di seguito esplicitate.

Nel campo documentazione amministrativa/tecnica dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., resa ai sensi del D.P.R. 445/00, comprensiva della dichiarazione di regolarità contributiva con indicazione dei nn.iscrizione INPS e INAIL, sedi e numero dei dipendenti o copia del DURC come da allegato (modello B), inserito nella documentazione richiesta;
- Patto d'integrità anticorruzione;
- Dichiarazione ottemperante all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010, come modificato dall'art.7 della L. 12.11.2010 n. 187, e, pertanto di impegnarsi ad indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni e di tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto;

- Offerta economica senza prezzi, con indicazione di marca, modello e nome della ditta produttrice;
- CND e repertorio (ove previsto)
- Scheda tecnica dei prodotti offerti, depliant;
- Descrizione garanzia offerta, – durata minima 24 (ventiquattro) mesi su tutti gli inconvenienti, di qualsiasi natura, che si dovessero riscontrare durante il periodo di garanzia con l'obbligo di eliminazioni;

Nel campo offerta economica dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Offerta economica come generata dal sistema con indicazione del prodotto offerto, marca modello e nome della ditta produttrice e il prezzo complessivo per l'intero lotto, IVA esclusa;
- Offerta dettagliata economica come da modello allegato;
- Il prezzo dovrà comprendere: consegna franco magazzino e quant'altro connesso alla fornitura.
- L'aggiudicazione avverrà in favore della ditta che avrà presentato l'offerta più bassa nel rispetto delle caratteristiche tecniche richieste.

Adempimenti successivi all'aggiudicazione:

- La formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà attraverso la stipula del contratto nei modi e nelle forme di legge da registrare solo in caso d'uso;
- deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell'importo aggiudicato;
- **fornitura dovrà essere eseguita a seguito di esplicito ordine informatico (NSO);**
- **consegna e verifica entro 20 gg. lavorativi dalla stipula del contratto: Magazzino P.O. Basilotta di Nicosia;**
- **pagamento: entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della fattura che dovrà pervenire dopo il ricevimento e collaudo, con esito positivo, dei beni forniti, le verifiche di Legge delle forniture e gli adempimenti amministrativi;**
Quanto ordinato dovrà essere consegnato entro il termine perentorio di 20 giorni lavorativi dalla data dell'ordine. Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna del bene oggetto del presente contratto. In caso di ritardo, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, applicherà a carico del fornitore una penale nella misura giornaliera dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Le penali non potranno, comunque, superare complessivamente il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

Trascorso questo termine, la mancata consegna della merce, comporterà il passaggio al secondo migliore offerente, con oneri a carico della ditta inadempiente.

- Successivamente alla consegna i beni saranno sottoposti a collaudo tecnico, alla presenza del Sanitario utilizzatore, di un tecnico incaricato dall'Azienda e dalla Ditta affidataria.
- Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell'impresa, quali scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati e, perciò influenti nelle forniture e nelle prestazioni di servizi, debbono essere tempestivamente segnalate o documentate.

N. N.

- Questa Azienda, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di acquistare i beni nel libero mercato, addebitando gli eventuali maggiori costi al fornitore inadempiente.
- Il controllo sulla quantità e qualità dei beni forniti spetta al Direttore dell'esecuzione del contratto, anche su segnalazione dell'U.O. utilizzatrice; in ogni caso, la ditta aggiudicataria è tenuta a prestare sui prodotti consegnati idonea garanzia da tutti gli inconvenienti non derivanti da cause di forza maggiore; in caso di merce contestata, in quanto ritenuta non conforme, la ditta è obbligata, a propria cura e spese, al ritiro ed alla sostituzione con materiale conforme entro 10 giorni dalla contestazione.
- In caso contrario, saranno applicate le penali sopra previste. Il regolare utilizzo delle attrezzature e la dichiarazione di presa in consegna non esonera, comunque, la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.
- Tutti i beni oggetto della presente gara devono essere coperti da garanzia per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla data del collaudo /accettazione positivo degli stessi.

L'Azienda può chiedere la risoluzione del contratto:

- a) in qualunque momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile;
- b) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto deliberativo;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratorie e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- e) nei casi di cessione e di subappalto non autorizzati dall'Azienda;
- f) nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- g) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti
- h) in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione;
- i) in caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'affidataria, l'Azienda ha diritto di incamerare, ove previsto, il deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di essa, anche in danno dell'inadempiente.

Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile, il Direttore Generale potrà, a suo insindacabile giudizio, non stipulare alcun contratto, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o convenienti, sotto il profilo tecnico-economico, i risultati dell'attività negoziale.


E' fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, etc.), che potrà essere attivato senza che le concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento od altro.


E' fatto espresso **divieto di cessione del credito**, fatta salva l'esistenza di carenza di liquidità che non consenta il rispetto dei termini di pagamento.


Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, in relazione al contratto di cui alla presente procedura, è competente esclusivamente il Foro di Enna.

**La Fattura dovrà essere intestata a: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA –
V.LE DIAZ, 7/9 – 94100 – ENNA – P.I. 01151150867**


Segue allegato "A"

L'incaricato dell'Istruttoria
Il Coadiutore Amm.vo Esperto
Sig.ra Pietra Rita David


Il Responsabile del Procedimento
Collaboratore Amm.vo Prof.le
Dott. Filippo La Marca


Il Responsabile U.O.S. Gare Beni
Dott.ssa Francesca La Paglia


Il Direttore
U.O.C. Servizio Provveditorato
Dott.ssa Maria Concetta Perna



ALLEGATO "A"

N. 1 BARELLA PER LA U.O.S.D. TERAPIA INTENSIVA DEL P.O. BASILOTTA DI NICOSIA

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Barella oleodinamica per emergenza ad altezza variabile da due colonne, piano in laminato plastico, a quattro sezioni (tre Snodi), radiotrasparente;
- Struttura realizzata in acciaio verniciato con basamento su quattro ruote piroettanti, più quinta ruota centrale, con interasse cm 117, studiato appositamente per facilitare la manovrabilità in spazi ristretti;
- Sistema di sollevamento ottenuto tramite due colonne oleodinamiche, movimentate da tre pedali posti su ambo i lati, per la regolazione in altezza, posizione di trendelenburg controtrendelenburg.
- **Basamento dotato:**
 - **di carter in materiale plastico facilmente lavabile, con particolare sagomatura;
 - **vano per bombole con cinghie di fissaggio per bombole di varie dimensioni (fino a 7 litri);
 - **vano porta indumenti;
 - **due vani per posizionare in orizzontale l'asta flebo quando non utilizzata.
- Piano di coricamento in laminato stratificato radiotrasparente a quattro sezioni (tre snodi) con sezione schienale e femorale regolabili tramite comando servoassistito da coppie di pompe a gas, poste sul perimetro esterno del telaio per garantire la radiotrasparenza;
- Sezione bacino fissa, sezione gambale con sistema d'inclinazione automatica, sincronizzata al movimento della sezione bacino;
- Ampia superficie di radiotrasparenza che va dalla testa alle ginocchia del paziente (150x47 cm).
- Maniglioni di spinta lato testa adattabili, per ridurre lo spazio di ingombro all'interno degli ascensori.
- Maniglione lato piedi asportabile per facilitare la movimentazione del paziente. Il maniglione deve essere dotato di uno speciale gancio sagomato con funzione di reggi borsa/borsone.
- Sponde a compasso con abbattimento rapido, a sei montanti, con profilo superiore in materiale plastico e contenimento di 36 cm dal piano rete
- Le sponde devono essere dotate di profilo paracolpi laterale in materiale plastico antiurto.
- Su ambo i lati del telaio deve essere presente in modo fisso una barra porta accessori (drenaggi) metallica ogni una con n. 2 ganci scorrevoli e riposizionabili in materiale plastico, con portata di 3 Kg.
- Debbono essere presenti quattro sedi di alloggiamento per asta flebo, poste ai quattro angoli del piano.
- Kit-ruote, con sistema antistatico, formato da quattro ruote con freno, diam. 200 mm, antitraccia e girevoli su cuscinetti a sfera, con comando di frenatura tramite leve a bilanciere, collocate ai quattro angoli del basamento con possibilità di bloccaggio/sbloccaggio contemporaneo delle quattro ruote, inserimento ruota direzionale lato piedi;

- Quinta ruota, di serie, diam. 125 mm, direzionale, servoassistita da una molla, posta in posizione baricentrica per offrire maggiore maneggevolezza ed ottima direzionalità in ogni senso di marcia.
- Trattamento antibatterico BIOCOTE a base di ioni d'argento per tutte le parti verniciate.

Ulteriori dati tecnici barella:

- Variazione altezza piano: da cm 58 a cm 86
- Dimensioni piano rete: 200x65 cm
- Dimensione schienale: 71,5x65 cm inclinazione: 0° / 90°
- Dimensione sez. fissa: 30x65 cm
- Dimensione femorale: 33,5x65 cm inclinazione: 0° / 34°
- Dimensione gambale: 53x65 cm inclinazione: 0° / -8°
- Dimensione zona radiotrasparente: 150x47 cm
- Ingombro esterno con sponde e ruote paracolpi: 211,5x83 cm
- Ingombro minimo con maniglioni abbassati: 193,5x83 cm (condizione fondamentale valutato le misure degli ascensori in cui tale ausilio verrà utilizzato)
- Interasse ruote : 117 cm
- Inclinazione – trendelenburg: 16° - controtrendelenburg: 16°
- Carico di lavoro sicuro sul piano rete: 240 kg
- Carico di lavoro sicuro con accessori: 270 kg
- Carico di sicurezza statico: 315 kg
- Peso barella: 120 kg

La barella deve essere:

- In classe I, conforme al regolamento (UE) 2017/745
- Realizzato in conformità alla certificazione ISO 9001, ISO 13485 e ISO 14001
- Repertorio D.M. n. 1755628 – codice CND V0899

Materasso per barella con sistema di bloccaggio dim. cm 197x64x10h

- Lastra sagomata, a 3 snodi e 4 sezioni, sagomata a trapezio sul lato testa, con angoli arrotondati, in poliuretano espanso flessibile con densità di 30 kg/mc, di tipo indeformabile, portante, con struttura cellulare omogenea e prevalentemente permeabile all'aria che conferisce un buon grado di traspirabilità.
- La schiuma deve essere di tipo autostinguente e rispondere alla norma: CSE RF 4/83 – D.M. 26/06/84, di cui al supplemento ordinario alla G.U. n. 234 del 25/08/84, concernente: "Classificazione di Reazione al Fuoco ed Omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi". All'azione diretta della fiamma, non gocciola e non presenta fenomeni di post incandescenza.
- *** La schiuma deve essere conforme a quanto richiesto alla specifica tecnica ATS 1000.001 Airbus Industrie relativamente alla opacità dei fumi ed alla tossicità dei gas di combustione.
- *** Il poliuretano è prodotto all'origine senza l'impiego di CFC (clorofluorocarburi). Il poliuretano risulta anallergico, in quanto non genera polvere, inattaccabile dagli insetti e dai parassiti, batteriologicamente puro, assolutamente neutro dal punto di vista igienico e fisiologico, imputrescibile, nodore e indegradabile.
- Alla lastra debbono essere incollati n. 4 stopper per l'aggancio alla struttura della barella.

- Fodera di rivestimento confezionata in tessuto spalmato Happy, autoestingente Classe 1 di Reazione Fuoco secondo il metodo CSE RF 4/83 – UNI 9175. I requisiti del tessuto sono i seguenti: P.V.C. plastificato (88%) e poliestere (12%), con peso di 550 g/mq e spessore 1,05 mm con Ioni d'argento BioCote. Il tessuto è resistente alla penetrazione dei fluidi corporei (sangue ed urina). Il principio BioCote rende il tessuto antibatterico e fungicida.
- Cerniera Waterproof a 'C' sulle due estremità (lato testa – Lato piedi).
- Il materasso deve essere radiotraspirante.
- Rivestimento in colore rosso.

Asta supporto baflebo telescopica a 4 ganci per barella

- Asta per supporto flebo telescopica realizzata in tubo di acciaio inox, dotata nella parte superiore di 4 ganci.
- Ogni gancio deve avere una portata minima di 1,25 kg e portata massima complessiva 5 kg.
- Regolazione in altezza tramite nottolino a vite, minima 90,5 massima 160 cm.

Cesto porta indumenti per barella

- cesto porta indumenti sagomato, per barella, realizzato in tondino di acciaio plastificato. Facilmente asportabile dal suo alloggiamento posto sul carter di copertura del basamento.

IMPORTO COMPLESSIVO PREVISTO BASE D'ASTA: € 3.300,00 oltre IVA

CIG: ZF6376EF9B