



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

DELIBERA N. 19
DEL 12 GEN 2023
.....

OGGETTO: Indizione procedura aperta per la fornitura in acquisto di strumentazione varia da destinare a diverse Unità Operative dell'ASP di Enna.

U.O. PROPONENTE : U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO – U.O.S. GARE BENI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 15
DEL 09/01/2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Assistente Amministrativo
Francesco Nobile
Francesco Nobile
RUP
IL RESPONSABILE U.O.S. GARE BENI
Dott.ssa Francesca La Paglia
Francesca La Paglia

IL DIRETTORE
U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dott.ssa Maria Concetta Perna
Maria Concetta Perna

IL CAPO DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

S.E.F.P.

Si attesta la copertura finanziaria e la compatibilità con il bilancio di previsione vigente.

[] come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

[] Autorizzazione n. _____ del _____ / _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Sig. Loredana Barbacallo
Loredana Barbacallo

IL DIRETTORE DEL S.E.F.P.
IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO E PATRIMONIALE
M. Di Pilato

DATA RICEZIONE DELLA PROPOSTA PRESSO UOC STAFF 11.01.2023

VISTA la nota prot. n. 43473 del 02/05/2022, autorizzata dal Direttore Generale, con la quale il Responsabile U.O.S.D. O.R.L. del P.O. "Umberto I" di Enna ha richiesto la fornitura di strumentazione varia al fine di creare un servizio ambulatoriale avanzato di screening audiologico infantile e delle sordità dell'adulto per la sopracitata U.O.S.D. La strumentazione ad elevata dotazione tecnologica comprende:

- 1) Strumentazione portatile per la registrazione combinata di otoemissioni acustiche (TEOAE/DPAOE) e potenziali evocati uditivi del tronco encefalico di tipo automatico (AABR);
- 2) Dispositivo per potenziali evocati uditivi;
- 3) Impedenzometro clinico;
- 4) Dispositivo per rilevazione otoemissioni acustiche;
- 5) Audiometro clinico completo e dotato di sistema VRA per audiometria infantile.

VISTA la nota prot. n. 46624 del 09/05/2022, con apposto parere favorevole del Direttore Sanitario, con la quale il Responsabile U.O.S.D. O.R.L. del P.O. "Umberto I" di Enna ha richiesto altresì la fornitura di un impedenzometro clinico da destinare all'ambulatorio ORL del P.O. "Basilotta" di Nicosia per garantire prestazioni specialistiche agli utenti insistenti in detto Bacino;

DATO ATTO:

CHE il Servizio Provveditorato ha pubblicato sul sito aziendale un avviso per manifestazione d'interesse rivolto a tutti gli operatori interessati in grado di fornire quanto richiesto avente le caratteristiche tecniche indicate dal Responsabile richiedente, al fine di determinare una congrua base d'asta per la successiva fase di negoziazione;

CHE le sopracitate richieste sono pervenute dopo la stesura del Piano triennale degli investimenti e che, considerati i tempi di espletamento della procedura selettiva, la somma occorrente rientrerà nella disponibilità complessiva del conto di competenza dell'anno 2023;

CHE, per i beni da acquistare, non sono in programmazione gare che saranno esperite dall'Ufficio Speciale della "Centrale Unica di Committenza per l'Acquisizione di Beni e Servizi" regionale, non sono in itinere gare di Bacino ai sensi della Circolare Assessoriale n. 225/2010 e dei verbali del 19/06/2020 e del 16/07/2020 del Comitato di Bacino Sicilia Orientale e non sono attive convenzioni Consip;

CHE, ai sensi dell'art. 7 comma 2, della Legge 6 luglio 2012 n. 94, "le PP.AA. sono tenute, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione";

VERIFICATO:

CHE le indicazioni dei beni da acquistare sono state fornite dal Responsabile U.O.S.D. O.R.L. del P.O. "Umberto I" di Enna ed inserite nel Capitolato Tecnico;

CHE occorre indire procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1 e comma 3 (considerata l'urgenza dell'acquisizione dei beni in argomento per garantire la piena funzionalità della U.O. richiedente) del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., invitando tutte le ditte iscritte abilitate per la categoria merceologica in argomento, e del Regolamento Aziendale per gli acquisti sotto soglia, da aggiudicarsi, attese le caratteristiche standardizzate e definite dal mercato, in base al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, di cui all'art. 95, comma 4, lett. b) D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., anche in presenza di una sola offerta valida;

CHE sul MEPA sono stati individuati i beni di che trattasi e che, considerate le diverse tipologie, si ritiene opportuno articolare la gara in cinque lotti come di seguito indicati:



Lotto n.	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario oltre IVA	Totale oltre IVA
1	Strumentazione portatile per la registrazione combinata di otoemissioni acustiche (TEOAE/DPAOE) e potenziali evocati uditivi del tronco encefalico di tipo automatico (AABR);	1	€ 11.600,00	€ 11.600,00
2	Dispositivo per potenziali evocati uditivi	1	€ 11.000,00	€ 11.000,00
3	Impedenzometro clinico	2	€ 5.500,00	€ 11.000,00
4	Dispositivo per rilevazione otoemissioni acustiche	1	€ 7.000,00	€ 7.000,00
5	Audiometro clinico completo e dotato di sistema VRA per audiometria infantile	1	€ 18.500,00	€ 18.500,00

Totale complessivo base d'asta € 59.100,00 oltre IVA

RITENUTO che il metodo di acquisizione, che si ritiene più confacente alla fattispecie in esame, la cui spesa presunta da porre a base d'asta è di **€ 59.100,00 oltre IVA** come per legge, ritenuta congrua a seguito di verifica dei prezzi indicati su piattaforma ME.PA, risulta essere la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, comma 1 e comma 3 (considerata l'urgenza dell'acquisizione dei beni in argomento per garantire la piena funzionalità della U.O. richiedente) del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., invitando tutte le ditte iscritte abilitate per la categoria merceologica in argomento, e del Regolamento Aziendale per gli acquisti sotto soglia, da aggiudicarsi, attese le caratteristiche standardizzate e definite dal mercato, in base al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, di cui all'art. 95, comma 4, lett. b) D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., anche in presenza di una sola offerta valida;

L'anno duemilaventitre il giorno 12 GEN 2023 del mese di nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Francesco Iudica, nominato con Decreto Assessoriale n. 53/2022 del 29/12/2022, rettificato con D.A. 1/2023 del 02/01/2023, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, Dr.ssa Sabrina Cillia, e dal Direttore Sanitario, Dott. Emanuele Cassarà, e con l'assistenza del Segretario Verbalizzante _____

VISTI

- ✓ La Legge Regionale 5 /2009 e ss.mm.ii. ;
- ✓ L'Atto Aziendale adottato in via definitiva con delibera n.857 del 12/06/2020, parzialmente modificata con delibera 902 del 19/06/2020;
- ✓ Il Regolamento di organizzazione e funzionamento – Area Amministrativa di questa ASP, adottato con delibera n°829 del 24/10/2016;

VISTI I SEGUENTI ALLEGATI ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE

- A) Nota prot. n. 43473 del 02/05/2022 a firma del Responsabile U.O.S.D. O.R.L. del P.O. "Umberto I" di Enna, con apposta autorizzazione del Direttore Generale;
- B) Nota prot. n. 46624 del 09/05/2022 a firma del Responsabile U.O.S.D. O.R.L. del P.O. "Umberto I" di Enna, con apposto parere favorevole del Direttore Sanitario;
- C) Lettera di invito/capitolato per avvio R.D.O. su MEPA;
- D) Patto di integrità anticorruzione;

- E) Modello autodichiarazione ex DPR 445/2000;
- F) Modello di tracciabilità dei flussi finanziari;
- G) Modello di offerta economica dettagliata.

DATO ATTO che il Direttore della U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della Legge 6 novembre 2012 n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano aziendale della prevenzione della corruzione 2022/2024;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. **DI INDIRE** procedura aperta, tramite RDO sul MEPA, per la fornitura di strumentazione, distinta in 5 lotti, per lo Screening audiologico infantile *da destinare alla U.O.S.D. Otorinolaringoiatria del P.O. "Umberto I" di Enna e n. 1 impedenzometro clinico da destinare all'ambulatorio ORL del P.O. "Basilotta" di Nicosia*, come indicato in premessa e di seguito elencati:

Lotto n.	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario oltre IVA	Totale oltre IVA
1	Strumentazione portatile per la registrazione combinata di otoemissioni acustiche (TEOAE/DPAOE) e potenziali evocati uditivi del tronco encefalico di tipo automatico (AABR);	1	€ 11.600,00	€ 11.600,00
2	Dispositivo per potenziali evocati uditivi	1	€ 11.000,00	€ 11.000,00
3	Impedenzometro clinico	2	€ 5.500,00	€ 11.000,00
4	Dispositivo per rilevazione otoemissioni acustiche	1	€ 7.000,00	€ 7.000,00
5	Audiometro clinico completo e dotato di sistema VRA per audiometria infantile	1	€ 18.500,00	€ 18.500,00


Totale complessivo base d'asta € 59.100,00 oltre IVA

2. **DI APPROVARE** la lettera d'invito/capitolato tecnico e i relativi allegati.
3. **DI PROCEDERE** alla pubblicazione dell'avviso di gara sul sito Internet Aziendale.
4. **DI AGGIUDICARE** la fornitura, attese le caratteristiche standardizzate e definite dal mercato, al prezzo più basso, per singolo lotto, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b), D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto delle caratteristiche tecniche indicate nella lettera d'invito/capitolato.
5. **DI DARE ATTO** che la spesa presunta di € 59.100,00 oltre IVA 22% (base d'asta) pari a € 72.102,00 IVA inclusa, o la minor spesa che potrà essere accertata a seguito dell'esperimento di gara in argomento, graverà sul pertinente conto patrimoniale del bilancio 2023, e sarà assunta con successivo provvedimento di aggiudicazione della fornitura in argomento.

6. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di procedere in tempi brevi al necessario acquisto, al fine di evitare conseguenze negative sulle attività della Struttura richiedente.


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Sabrina Cilia




IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Emanuele Cassarà



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Francesco Iudica



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Giuseppa Tornabene



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio informatico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n° 30/93 s.m.i., e dell'art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009

dal 15 GEN 2023

al 29 GEN 2023

L'incaricato

PER DELEGA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL Dirigente U.O.C. COORD. STAFF

Notificata al Collegio Sindacale il con nota prot. n°

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

dell'Assessorato Regionale Sanità ex L.R. n° 5/09 trasmessa in data _____ prot. n° _____

SI ATTESTA

che l'Assessorato Regionale Sanità:

- ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n° _____ del _____
- ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n° _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n° 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L.R. n° 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n° 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- immediatamente esecutiva dal 12 GEN 2023

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n° _____ del _____
- Modifica con provvedimento n° _____ del _____

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO



ENNA 22.04.222

✓
21/04/2022
Dr. Maira
Dr. Maira

Al Direttore dell'U.O.C Provveditorato

Oggetto: Richiesta strumentazione Screening audiologico infantile

Lo screening uditivo neonatale universale (*UNHS Universal Newborn Hearing Screening*) è una procedura finalizzata a identificare precocemente un deficit uditivo permanente. Esso rappresenta soltanto la prima tappa di un processo articolato che si pone l'obiettivo di identificare un disturbo dell'udito entro i primi mesi di vita e di conseguenza rendere attuabile un adeguato intervento terapeutico e riabilitativo. L'ipoacusia infantile permanente è il deficit sensoriale più comune nell'infanzia: se non trattata, può alterare i processi di acquisizione e produzione del linguaggio condizionando negativamente lo sviluppo, il rendimento scolastico e integrazione sociale del bambino. Da queste considerazioni scaturisce la necessità di adottare azioni correttive che abbiano un significativo impatto sulla salute dell'individuo e a livello sanitario e sociale.

Oggi l'ASP di Enna effettua esclusivamente uno screening di I livello sui neonati ma non ha un ambulatorio organizzato per monitorare i bambini con dubbia sordità (screening di II e III livello)

L'obiettivo dell'U.O di Orl è quello di creare un servizio ambulatoriale avanzato di screening audiologico infantile e delle sordità dell'adulto.

Per tale motivo, si richiede l'acquisto di strumentazione ad elevata dotazione tecnologica per potere procedere all'avvio dell'attività sopraesposta.

La strumentazione comprende:

Don. Salvatore Maira
Responsabile U.O. O.S.D. ORL
C.F. Maira
Contrada Ferrante 94100 Enna
Tel. 0935516412-456
Email: otorinolaringoiatria_umberto@asp.enna.it

- 1) Strumentazione portatile per la registrazione combinata di otoemissioni acustiche (TEOAE/DPAOE) e potenziali evocati uditivi del tronco encefalico di tipo automatico (AABR)
- 2) Dispositivo per potenziali evocati uditivi
- 3) Impedenzometro clinico
- 4) Dispositivo per rilevazione otoemissioni acustiche
- 5) Audiometro clinico completo dotato di sistema VRA per audiometria infantile

Si allegano le schede con le caratteristiche tecniche della strumentazione elencata

Cordiali saluti

Salvatore Maira

Don. Salvatore Maira
Responsabile S. D. ORL
C.F. MRA SV 22 17920
Cod. ENPAM 02533000
N. INSE. 02533000
CL 2319



Enna 22.04.2022

STRUMENTAZIONE PER SCREENING UDITIVO NEONATALE DI II LIVELLO

▪ **Tipologia di attività:**

- Screening uditivo su neonati che presentano fattori di rischio audiologico
- Screening uditivo su neonati risultati *refer* allo screening di I livello

▪ **Tipologia di apparecchiatura:**

- Strumentazione portatile per la registrazione combinata di otoemissioni acustiche (TEOAE/DPAOE) e potenziali evocati uditivi del tronco encefalico di tipo automatico (AABR)

▪ **Specifiche tecniche:**

- Dispositivo di tipo palmare (ergonomico, maneggevole) dotato di schermo touchscreen a colori per inserimento dati semplice e intuitivo
- Alimentazione a batterie ricaricabili (con caricabatterie incluso)
- Software collegamento pc per acquisizione dati, gestione database, stampa risultati test
- Buona capacità di memoria interna (> 50 pazienti)
- Criterio di risposta PASS/REFER per tutti i test eseguibili
- Sonda-endoauricolare per TEOAE/DPOAE e AABR
- Kit cavi elettrodi ABR
- Indicazione livello rumore, livello stabilità dello stimolo, livello artefatto e avanzamento del test (per tutti i test)
- Controllo automatico impedenza (per AABR)
- Registrazione AABR a diverse intensità di stimolazione (30-35-40-45 dB HL)
- Possibilità di registrazione AABR con stimolo CE-Chirp
- Possibilità di registrazione AABR in modalità binaurale (con stimolazione destra e sinistra)
- Possibilità di utilizzare accoppiatori auricolari/cuffiette alternativi ai tappini/inserti auricolari per l'esecuzione di AABR in presenza di stenosi del CUE o per maggiore comfort
- Kit pulizia sonda
- Materiale di consumo per il primo utilizzo (tappini monouso, elettrodi pregelati monouso, gel preparazione paziente, etc)

Dott. Salvatore Maira
 Responsabile U.O. S.D. ORL
 C.F. MRA S. M. E. 22 H782C
 Cod. ENP S. M. E. 22 H782C
 N° Isc. Medico CL 2319

Handwritten signature



ENNA 22.04.2022

CENTRO DI III LIVELLO

◆ DOTAZIONE STRUTTURALE E TECNOLOGICA ◆

Tipologia di apparecchiature:

1. Dispositivo per potenziali evocati uditivi
2. Impedenzometro clinico
3. Dispositivo per rilevazione otoemissioni acustiche
4. Audiometro clinico completo dotato di sistema VRA per audiometria infantile

Specifiche tecniche:

1. Dispositivo per potenziali evocati uditivi

Test eseguibili:

- potenziali evocati uditivi del tronco encefalico (ABR otoneurologico, ABR per ricerca di soglia)
- test opzionali: MLR, LLR/CAEP, ASSR, VEMPs, EcochG, eABR, otoemissioni acustiche (TEOAE/DPOAE)

Caratteristiche tecniche:

- dispositivo PC based con software gestionale
- amplificatore a due canali
- trasduttori disponibili: cuffia, inserti auricolari, trasduttore osseo
- kit cavi per elettrodi pregellati con attacco a bottone
- stimoli acustici: Click, CE-Chirp, Tone burst, Tone pip, Logon
- rate di stimolazione definibile dall'operatore
- finestra di analisi temporale definibile dall'operatore
- rumore di mascheramento
- polarità degli stimoli: condensazione, rarefazione, alternata
- rilevazione Impedenza per ogni elettrodo
- range di intensità trasduttori (cuffia/inserti auricolari) -10-100 dB HL
- range di intensità via ossea 0-80 dB HL
- incrementi dello stimolo acustico 1-10 dB
- riferimenti normativi per ABR
- convertitore A/D 16 bits
- filtri passa basso e passa alto definibili dall'operatore
- filtro di rete notch 50/60 Hz
- protocolli di esame e parametri definibili dall'operatore
- report esame personalizzabile dall'operatore
- ingresso cavo trigger per eABR
- interfaccia USB
- materiale di consumo per primo utilizzo
- trasformatore di isolamento

2. Impedenzometro clinico


Test eseguibili:

- timpanometria automatica e manuale
- studio del riflesso stapediale ipsilaterale e controlaterale in modalità manuale, automatica e di screening
- test di funzionalità tubarica a timpano integro e a timpano perforato

Responsabile S.D. ORL
C.F. MIRA
MIRA

PAG 1 II LIVELLO

Mira



ENNA 22.04.2022

- test di decadimento del riflesso
- test di latenza del riflesso
- Caratteristiche tecniche:**
 - tono sonda multifrequenziale (225-678-800-1000 Hz)
 - stimoli acustici: toni puri da 500 a 4000 Hz, BBN (Ipsilaterali/controlaterali)
 - sonda leggera, ergonomica e di dimensioni compatte per test su pazienti adulti e pediatrici
 - cuffia per invio stimoli acustici riflesso controlaterale
 - cavo sonda lungo e flessibile
 - materiale di consumo per primo utilizzo
 - cavità di test sonda
 - schermo a colori, tastiera comandi e stampante integrata
 - possibilità di collegamento a pc con software per acquisizione dati, gestione database, stampa risultati test

3. Dispositivo per rilevazione otoemissioni acustiche

- Test eseguibili:**
 - otoemissioni acustiche da stimoli transienti (TEAOE), otoemissioni acustiche da prodotti di distorsione (DPOAE)
- Caratteristiche tecniche:**
 - stimoli: click (per TEAOE), toni puri (per DPOAE)
 - intensità stimolo 50-90 dB SPL (per TEAOE), 20-80 dB SPL (per DPOAE)
 - larghezza di banda 500-5000 Hz (per TEAOE), 500-8000 Hz (per DPOAE)
 - convertitore A/D 16 bits
 - protocolli predefiniti e personalizzabili dall'operatore
 - riferimenti normativi
 - controllo fit sonda
 - sonda leggera, ergonomica e di dimensioni compatte
 - software gestionale per acquisizione dati, gestione database, stampa risultati test
 - report personalizzabile
 - kit pulizia sonda
 - materiale di consumo per primo utilizzo


4. Audiometro clinico completo dotato di sistema VRA per audiometria infantile

- Test eseguibili:**
 - audiometria tonale (via aerea e via ossea)
 - audiometria vocale
 - audiometria tonale e vocale in campo libero
 - audiometria condizionata infantile
 - test di audiometria sovrailiminare
 - test di audiometria vocale in competizione
 - test di audiometria vocale adattiva in competizione (Matrix Sentences Test in lingua Italiana - versione standard e versione semplificata)
- Caratteristiche tecniche:**
 - dispositivo PC based
 - due canali indipendenti e autonomi
 - stimoli acustici: toni puri, toni puri pulsati, toni modulati in frequenza (warble), Fresh noise
 - materiale vocale: liste di parole bisillabiche, liste di parole infantili, logotomi
 - rumore per mascheramento: rumore a banda stretta (NBN), rumore bianco (WN), rumore rosa (PN), babbie noise
 - trasduttori disponibili: cuffia sovraaurale per audiometria (es. TDH-39), cuffia circumaurale per audiometria ad alta frequenza (es. HDA 300), inserti auricolari per audiometria condizionata infantile (es. ER3C), trasduttore osseo con archetto per via ossea (es. B71)
 - n. 2 casse acustiche per audiometria in campo libero

Responsabile U.O.S.D. ORL
 G.F. MIRA SV 74E22-11792C
 Cod. FISC. 0935516417
 P.I. 0935516417
 C.C. 0935516417
 C.I. 0935516417
 C.A. 0935516417
 C.G. 0935516417
 C.D. 0935516417
 C.E. 0935516417
 C.F. 0935516417
 C.I. 0935516417
 C.L. 0935516417
 C.M. 0935516417
 C.N. 0935516417
 C.O. 0935516417
 C.P. 0935516417
 C.Q. 0935516417
 C.R. 0935516417
 C.S. 0935516417
 C.T. 0935516417
 C.U. 0935516417
 C.V. 0935516417
 C.W. 0935516417
 C.X. 0935516417
 C.Y. 0935516417
 C.Z. 0935516417

PAG 2 DI 10

Maira



ENNA 22.04.2022

- via aerea: range di intensità -10-120 dB HL, range frequenziale 125-8000 Hz (per cuffia sovraaurale e inserti auricolari), 125-20000 Hz (per cuffia circumaurale)
- via ossea: range di intensità -10-80 dB HL, range frequenziale 125-4000 Hz
- campo libero: range di intensità -10-115 dB HL, range frequenziale 125-8000 Hz
- memoria interna con materiale vocale precaricato
- sistema per audiometria infantile: n. 2 box con pannello oscurato e giochi animati all'interno, n. 2 display per cartoni animati (controllabili direttamente dall'audiometro), pulsante per CPA (play audiometry)
- cuffie monitor per operatore
- pulsante risposta paziente
- talk over microfono incorporato o esterno
- talk back altoparlante
- PC e stampante a colori
- software per acquisizione dati, gestione database, stampa risultati test
- report esame personalizzabile
- supporti per casse acustiche
- kit di fissaggio a muro

Garanzia, manutenzione e assistenza:

- garanzia minima 24 mesi
- manutenzione preventiva (Intervento ordinario di calibrazione annuale)
- manutenzione correttiva per malfunzionamento dispositivi o parti di essi
- manutenzione straordinaria per aggiornamento software
- intervento tecnico e assistenza rapida
- apparecchiatura sostitutiva per interventi di riparazione di durata > 24H
- installazione e messa in opera apparecchiature a carico dell'azienda aggiudicataria
- elaborazione report di collaudo/intervento tecnico

PAG. 3 CU LIVELLO

Dott. Salvatore Maira
Responsabile U.O.S.D. ORL
C.F. MR/SVT/22/792C
Cod. ENPAM 301/01/000
N° IS 017 Mod. CL 2315

AS

REGIONE SICILIANA



U.O. Otorinolaringoiatria P.O. Umberto I
Contrada Ferrante 94100 Enna
Direttore: Dott. Salvatore Maira
Telefono: 0935516412-456 Email: otorinolaringoiatria.umberto@asp.ennai

ENNA 09/05/2022

AL DIRETTORE DELL'U.O.C. PROVVEDITORATO

IN SEGUITO ALL'ASSEGNAZIONE, DA PARTE DELLA DIREZIONE GENERALE, DELLA GESTIONE DELL'AMBULATORIO ORL DEL P.O. BASILOTTA DI NICOSIA PER GARANTIRE UN INCREMENTO DELLE PRESTAZIONI SI RICHIEDE, GENTILMENTE, L'ACQUISTO DELLA SEGUENTI ATTREZZATURE:

- **IMPEDENZIOMETRO CLINICO** di cui si allega scheda tecnica.
- **FIBROLARINGOSCOPIO FLESSIBILE** di diametro da 3,6mm lungh. operativa 30cm, visione 70°, up and down 0-135°, con luce integrata a Led autonomo, con batteria ricaricabile ioni di litio incorporata nell'impugnatura. Tale strumentario è stato aggiudicato alla ditta EUBIOTICA s.a.s nella gara di bacino orientale lotto n° 30 sub 5 C.I.G. 8232051762 codice AREAS 224292, importo euro 7950;
- **CASCHETTO PER ILLUMINAZIONE** con intensità luminosa regolabile a mezzo reostato fino ad almeno 250.000 lux; spot luminoso orientabile, regolabile in ampiezza ad una distanza variabile; alimentazione a mezzo di due batterie ricaricabili in dotazione poste sui due lati del supporto cingi-testa; completo di valigetta; cavetto USB per ricarica, adattatore per rete 220 Volt, lenti di ingrandimento da 3 diottrie da montare su fonte di luce, un set di due batterie ricaricabili di ricambio (oltre alle 2 in dotazione), carica-batterie da tavolo con 4 vani per batterie. Tale strumentario è stato aggiudicato alla ditta Fioremancini s.r.l., importo euro 3590
- **CABINA SILENTE** per l'esecuzione degli esami audiologici. (vedi scheda allegata)

Cordiali saluti

Salvatore Maira

Dott. Salvatore Maira
Responsabile U.O.S.D. ORL
C.F. MRA SV 71E22 H792C
Cod. ENPAM 300243588COO
N° Iscriz. Medici CL 2319

Stefano Jone Jone Jone

IL DIRETTORE PROVVEDITORE
Dott. Enrica Jone



Regione Siciliana
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520344 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

ricevute e, successivamente, verificare la corrispondenza tra quanto richiesto e la prestazione ricevuta dall'aggiudicatario.

Diversamente, sotto il secondo profilo, l'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto permette agli operatori economici di poter circoscrivere la propria offerta verificando, eventualmente, la legittimità dell'aggiudicazione.

La formulazione delle specifiche tecniche deve avvenire nel rispetto delle regole della corretta concorrenza tra gli operatori economici del mercato e, di conseguenza, nel rispetto dei principi in cui la concorrenza è tradizionalmente declinata, quali il principio di non discriminazione, il principio di parità di trattamento e il principio di massima partecipazione.

La descrizione delle caratteristiche tecniche dei beni oggetto dell'appalto, dunque, non esclude dalla valutazione quelle offerte il cui contenuto sia comunque strutturalmente e funzionalmente corrispondente a quanto richiesto con la presente richiesta d'offerta e deve intendersi coerente con la c.d. clausola di equivalenza, ovverosia con l'esigenza che sia prevista la possibilità, per i concorrenti, di offrire beni e servizi con caratteristiche equivalenti rispetto a quelle richieste.

Conseguentemente la stazione appaltante valuterà se quanto offerto dai partecipanti alla gara possa ritenersi equivalente alle caratteristiche della prestazione o del bene indicate nelle specifiche tecniche.

Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, infatti, la clausola di equivalenza si ritiene applicabile "qualora siano inserite nella lex specialis di gara specifiche tecniche a tal punto dettagliate da poter individuare un dato prodotto in maniera assolutamente precisa (con una fabbricazione o una provenienza determinata, o un procedimento particolare, con riferimento a un marchio o a un brevetto)", al fine di favorire la presentazione di una proposta "che ottemperi in maniera equivalente agli stessi requisiti".

Il principio di equivalenza, pertanto, è vincolante per l'amministrazione solo qualora il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari predispongano una descrizione si particolareggiata e puntuale al punto che "avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti".

L'onere della prova dell'equivalenza grava sull'offerente, residuando invero in capo alla stazione appaltante la valutazione circa la conformità del contenuto dell'offerta rispetto all'oggetto dell'appalto così come descritto nelle specifiche tecniche, senza che possa ravvisarsi in capo alla stessa un onere di attività di indagine circa l'asserita equivalenza.

Contemporaneamente con l'orientamento maggioritario della giurisprudenza si precisa che l'equivalenza non può essere meramente affermata dall'impresa partecipante alla gara, bensì "va dimostrata in modo rigoroso con una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto, e comunque deve formare oggetto di apposita dichiarazione allegata all'offerta", con la conseguenza che "sin dal momento della presentazione dell'offerta, il concorrente che offre prodotti equivalenti deve fornire una prova idonea a dimostrare l'equivalenza allegata", in assenza della quale è legittima l'automatica esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica.

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
Tel. 0935/520344 - 520711



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520344 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

In ossequio a tale principio, quindi nell'offerta deve essere data prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte corrispondano in maniera equivalente ai requisiti richiesti dalle specifiche tecniche".


Nel campo documentazione amministrativa dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, comprensiva della dichiarazione di regolarità contributiva con indicazione dei nn.iscrizione INPS e INAIL, sedi e numero dei dipendenti;
- Patto d'integrità anticorruzione;
- Dichiarazione cc dedicato.
- Descrizione dell'attrezzatura offerta con indicazione di marca, modello e nome della ditta produttrice;
- Scheda tecnica dei prodotti offerti, depliant;
- Documentazione attestante il possesso della marcatura CE e classe di appartenenza del dispositivo secondo il Decreto Legislativo n.46 del 24 Febbraio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni in attuazione della Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici (Dichiarazioni del fabbricante o certificazioni di conformità rilasciate dal laboratorio ed ente indipendente);
- Descrizione garanzia offerta, - durata minima 24 mesi - full risk su tutti gli inconvenienti, di qualsiasi natura, che si dovessero riscontrare durante il periodo di garanzia con l'obbligo di eliminazioni;
- Dichiarazione con la quale le ditte partecipanti alla procedura di gara si impegnano a fornire, ove richiesta, demo delle attrezzature offerte;
- Dichiarazione relativa alla formazione gratuita, in favore del personale sanitario utilizzatore dei beni in argomento, per il tempo necessario all'apprendimento.

Nel campo offerta economica dovranno essere inseriti, completi in ogni singola voce, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- Offerta economica come generata dal sistema con indicazione del prodotto offerto, marca, modello e nome della ditta produttrice e il prezzo complessivo per l'intero lotto, IVA esclusa;
- Offerta economica dettagliata indicante i prezzi unitari IVA esclusa, sconto applicato e l'importo complessivo, come da modello allegato; con ulteriore specifica che il prezzo offerto non è superiore al prezzo praticato alle altre Azienda Sanitarie con indicazione, in tal caso, del prezzo (unitario o complessivo) offerto a ciascuna Azienda.
Il prezzo dovrà comprendere: consegna, messa in funzione, collaudo e quant'altro connesso alla fornitura.

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
Tel. 0935/520344 - 520711



Regione Siciliana
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520344 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

Adempimenti successivi all'aggiudicazione:

- La formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà attraverso la stipula del contratto nei modi e nelle forme di legge da registrare solo in caso d'uso.
- All'atto della formalizzazione del rapporto contrattuale andrà versato il deposito cauzionale definitivo pari al 10% del valore della fornitura IVA esclusa, da costituirsi ai sensi dell'art.103 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
- **la fornitura dovrà essere eseguita a seguito di esplicito ordine informatico (N.S.O.);**
- **consegna delle apparecchiature entro 20 gg. lavorativi dall'emissione dell'ordine informatico (NSO): nei seguenti Magazzini Economali:**

- **Sistema Screening audiologico infantile** (composto da: Strumentazione portatile per la registrazione combinata di otoemissioni acustiche (TEOAE/DPAOE) e potenziali evocati uditivi del tronco encefalico di tipo automatico (AABR), dispositivo per potenziali evocati uditivi, n. 1 impedenzometro clinico, dispositivo per rilevazione otoemissioni acustiche; audiometro clinico completo e dotato di sistema VRA per audiometria infantile) **presso il Magazzino Economico del P.O. "Umberto I" di Enna.**

- **N. 1 impedenzometro clinico presso il Magazzino Economico del P.O. "Basilotta" di Nicosia.**

L'attività di consegna delle apparecchiature si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, messa in funzione e asporto dell'imballaggio. L'apparecchiatura dovrà essere consegnata a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall'Amministrazione.

Le apparecchiature devono essere consegnate unitamente alla manualistica d'uso in lingua italiana sia in formato digitale che in formato cartaceo.

Al termine delle operazioni di consegna e, comunque, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa, il Fornitore dovrà procedere alle operazioni di messa in funzione e collaudo sia delle apparecchiature che degli eventuali dispositivi opzionali, pena l'applicazione delle penali.

- I collaudi verranno effettuati nel rispetto delle indicazioni riportate nella Direttiva dei Dispositivi Medici 93/42 CEE e nella Guida CEI 62-122 e sue eventuali successive revisioni. Il collaudo deve essere effettuato in contraddittorio con l'ASP, alla presenza del Sanitario utilizzatore, di un tecnico incaricato dall'Azienda e dalla Ditta affidataria;
- In tale sede il Fornitore dovrà produrre la certificazione dell'Azienda di produzione attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza. Il Fornitore, a proprio carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature o quant'altro dovesse rendersi necessario ai fini del collaudo. Il collaudo in uso clinico, con esito positivo, non solleva comunque il fornitore dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti del bene stesso. Qualora il bene consegnato non risultasse in possesso dei requisiti richiesti, potrà essere rifiutato da questa Azienda non solo alla consegna, ma

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
Tel. 0935/520344 - 520711

p



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520344 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711


anche successivamente, e ciò nei casi in cui il bene dovesse palesare qualche difetto non rilevato e non immediatamente rilevabile.

Il Fornitore per i primi 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data del collaudo positivo, dovrà fornire i servizi di assistenza e manutenzione full risk sull'apparecchiatura e gli eventuali dispositivi opzionali ordinati. Sono comprese nel servizio di assistenza e manutenzione la riparazione e la sostituzione dell'apparecchiatura comprensiva di accessori, con la sola esclusione del materiale di consumo necessario all'ordinario utilizzo (es. materiale monouso e monopaziente). Il servizio di manutenzione full risk dovrà prevedere la riparazione e/o la sostituzione in permuta, includendo le cause accidentali, purché non derivanti da dolo da parte dell'Amministrazione. **Il fornitore sarà tenuto a ritirare il bene contestato, a sue spese, con l'obbligo di restituire nel tempo indicato dall'Azienda il bene corrispondente nella qualità e quantità.**

Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna dei beni oggetto del presente contratto. In caso di ritardo, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, applicherà a carico del fornitore una penale nella misura giornaliera dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Le penali non potranno, comunque, superare, complessivamente, il 10% del suddetto importo netto contrattuale. L'eventuale importo dovuto sarà detratto senza alcuna particolare formalità da quello della liquidazione finale, fatti salvi eventuali danni che questa Azienda potrebbe subire per effetto della ritardata consegna. Tuttavia l'impresa qualora per cause ad essa non imputabili, non fosse in grado di completare le forniture entro il termine prestabilito, avrà la possibilità di chiedere con domanda motivata, prima della scadenza del termine stesso, un congruo periodo di proroga.

- **Pagamento: entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della fattura che dovrà pervenire dopo il ricevimento e collaudo, con esito positivo, dei beni forniti, le verifiche di Legge delle forniture e gli adempimenti amministrativi;**
- Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell'impresa, quali scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati e, perciò, influenti nelle forniture e nelle prestazioni di servizi, debbono essere tempestivamente segnalate o documentate.
- Il controllo sulla quantità e qualità delle attrezzature e dei prodotti forniti spetta al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, anche su segnalazione dell'U.O. utilizzatrice; in ogni caso, la ditta aggiudicataria è tenuta a prestare sull'apparecchiatura consegnata idonea garanzia da tutti gli inconvenienti non derivanti da cause di forza maggiore; in caso di merce contestata, in quanto ritenuta non conforme, la ditta è obbligata, a propria cura e spese, al ritiro ed alla sostituzione della stessa non conforme, entro 10 giorni dalla contestazione.
- In caso contrario, saranno applicate le penali sopra previste. Il regolare utilizzo dell'apparecchiatura e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
Tel. 0935/520344 - 520711



Regione Siciliana
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520344 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

L'Azienda può chiedere la risoluzione del contratto, nei seguenti casi:

- a) fornitura di prodotti difformi dai requisiti tecnici richiesti e contestati oltre la seconda volta;
- b) ritardo nella fornitura totale o parziale reiterato oltre la seconda volta;
- c) mancata sostituzione dei prodotti contestati reiterata oltre la seconda volta;
- d) in qualunque momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile;
- e) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto deliberativo;
- f) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- g) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratorie e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- h) nei casi di cessione e di subappalto non autorizzati dall'Azienda;
- i) nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- j) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti;
- k) in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione;
- l) in caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'affidataria, l'Azienda ha diritto di incamerare, ove previsto, il deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, e di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di essa, anche in danno dell'inadempiente.

Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile, il Direttore Generale potrà, a suo insindacabile giudizio, non stipulare alcun contratto, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o convenienti, sotto il profilo tecnico-economico, i risultati dell'attività negoziale.

E' fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, etc.), che potrà essere attivato senza che le concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento od altro.

E' fatto espresso **divieto di cessione del credito**, fatta salva l'esistenza di carenza di liquidità che non consenta il rispetto dei termini di pagamento.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, in relazione al contratto di cui alla presente procedura, è competente esclusivamente il Foro di Enna.

La Fattura dovrà essere intestata a: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA V.LE DIAZ, 7/9 - 94100 - ENNA - P.I. 01151150867

IVA: a carico dell'A.S.P.

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
Tel. 0935/520344 - 520711



Regione Siciliana
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520344 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

SEGUE ALLEGATO "A"

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Assistente Amministrativo

Francesco Nobile
Francesco Nobile

RUP

IL RESPONSABILE U.O.S. GARE BENI

Dott.ssa Francesca La Paglia

Francesca La Paglia

IL DIRETTORE

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

Dott.ssa Maria Concetta Perna

Maria Concetta Perna

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO


Dott.ssa Sabrina Cilla

Sabrina Cilla

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Francesco Iudica

Francesco Iudica



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520344 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

ALLEGATO A

LOTTO 1 – n. 1 strumentazione portatile per la registrazione combinata di otoemissioni acustiche (TEOAE/DPAOE) e potenziali evocati uditivi del tronco encefalico di tipo automatico (AABR)

• **Tipologia di attività:**

- Screening uditivo su neonati che presentano fattori di rischio audiologico
- Screening uditivo su neonati risultati *refer* allo screening di I livello

• **Specifiche tecniche:**

- Dispositivo di tipo palmare (ergonomico, maneggevole) dotato di schermo touchscreen a colori per inserimento dati semplice e intuitivo
- Alimentazione a batterie ricaricabili (con caricabatterie incluso)
- Software collegamento PC per acquisizione dati, gestione database, stampa risultati test
- Buona capacità di memoria interna (> 50 pazienti)
- Criterio di risposta PASS/REFER per tutti i test eseguibili
- Sonda endoauricolare per TEOAE/DPOAE e AABR
- Kit cavi elettrodi ABR
- Indicazione livello rumore, livello stabilità dello stimolo, livello artefatto e avanzamento del test (per tutti i test)
- Controllo automatico impedenza (per AABR)
- Registrazione AABR a diverse intensità di stimolazione (30-35-40-45 dB HL)
- Possibilità di registrazione AABR con stimolo CE-Chirp
- Possibilità di registrazione AABR in modalità binaurale (con stimolazione destra e sinistra)
- Possibilità di utilizzare accoppiatori auricolari/cuffiette alternativi ai tappini/inserti auricolari per l'esecuzione di AABR in presenza di stenosi del CUE o per maggiore comfort
- Kit pulizia sonda
- Materiale di consumo per il primo utilizzo (tappini monouso, elettrodi pregellati monouso, gel preparazione paziente, etc)

IMPORTO PRESUNTO A BASE D'ASTA €. 11.600,00 OLTRE IVA

CIG: -----

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna
Tel. 0935/520344 – 520711



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520344 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

LOTTO 2 – n. 1 dispositivo per potenziali evocati uditivi

• **Test eseguibili:**

- potenziali evocati uditivi del tronco encefalico (ABR otoneurologico, ABR per ricerca di soglia)
- test opzionali: MLR, LLR/CAEP, ASSR, VEMPs, EcochG, eABR, otoemissioni acustiche (TEOAE/DPOAE)

• **Caratteristiche tecniche:**

- dispositivo PC based con software gestionale
- amplificatore a due canali
- trasduttori disponibili: cuffia, inserti auricolari, trasduttore osseo
- kit cavi per elettrodi pregelati con attacco a bottone
- stimoli acustici: Click, CE-Chirp, Tone burst, Tone pip, Logon
- rate di stimolazione definibile dall'operatore
- finestra di analisi temporale definibile dall'operatore
- rumore di mascheramento
- polarità degli stimoli: condensazione, rarefazione, alternata
- rilevazione impedenza per ogni elettrodo
- range di intensità trasduttori (cuffia/inserti auricolari) -10-100 dB HL
- range di intensità via ossea 0-80 dB HL
- incrementi dello stimolo acustico 1-10 dB
- riferimenti normativi per ABR
- convertitore A/D 16 bits
- filtri passa basso e passa alto definibili dall'operatore
- filtro di rete notch 50/60 Hz
- protocolli di esame e parametri definibili dall'operatore
- report esame personalizzabile dall'operatore
- ingresso cavo trigger per eABR
- interfaccia USB
- materiale di consumo per primo utilizzo
- trasformatore di isolamento

IMPORTO PRESUNTO A BASE D'ASTA €. 11.000,00 OLTRE IVA

CIG: -----

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna
Tel. 0935/520344 – 520711



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520344 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

LOTTO 3 – n. 2 impedenziometri clinici

• **Test eseguibili:**

- timpanometria automatica e manuale
- studio del riflesso stapediale ipsilaterale e controlaterale in modalità manuale, automatica e di screening
- test di funzionalità tubarica a timpano integro e a timpano perforato
- test di decadimento del riflesso
- test di latenza del riflesso

• **Caratteristiche tecniche:**

- tono sonda multifrequenziale (226-678-800-1000 Hz)
- stimoli acustici: toni puri da 500 a 4000 Hz, BBN (ipsilaterali/controlaterali)
- sonda leggera, ergonomica e di dimensioni compatte per test su pazienti adulti e pediatrici
- cuffia per invio stimoli acustici riflesso controlaterale
- cavo sonda lungo e flessibile
- materiale di consumo per primo utilizzo
- cavità di test sonda
- schermo a colori, tastiera comandi e stampante integrata
- possibilità di collegamento a PC con software per acquisizione dati, gestione database, stampa risultati test

IMPORTO PRESUNTO A BASE D'ASTA €. 11.000,00 OLTRE IVA

CIG: -----

Handwritten signatures and initials: "ne", "V...", and a large stylized signature.



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520344 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

LOTTO 4 – n. 1 dispositivo per rilevazione otoemissioni acustiche

• **Test eseguibili:**

- otoemissioni acustiche da stimoli transienti (TEAOE), otoemissioni acustiche da prodotti di distorsione (DPOAE)

• **Caratteristiche tecniche:**

- stimoli: click (per TEAOE), toni puri (per DPOAE)
- intensità stimolo 50-90 dB SPL (per TEAOE), 20-80 dB SPL (per DPAOE)
- larghezza di banda 500-5000 Hz (per TEAOE), 500-8000 Hz (per DPOAE)
- convertitore A/D 16 bits
- protocolli predefiniti e personalizzabili dall'operatore
- riferimenti normativi
- controllo fit sonda
- sonda leggera, ergonomica e di dimensioni compatte
- software gestionale per acquisizione dati, gestione database, stampa risultati test
- report personalizzabile
- kit pulizia sonda
- materiale di consumo per primo utilizzo

IMPORTO PRESUNTO A BASE D'ASTA €. 7.000,00 OLTRE IVA

CIG: _____

Handwritten signatures and initials.



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
E N N A

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520344 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

LOTTO 5 – n. 1 audiometro clinico completo dotato di sistema VRA per audiometria infantile

• **Test eseguibili:**

- audiometria tonale (via aerea e via ossea)
- audiometria vocale
- audiometria tonale e vocale in campo libero
- audiometria condizionata infantile
- test di audiometria sovrailiminare
- test di audiometria vocale in competizione
- test di audiometria vocale adattiva in competizione (Matrix Sentences Test in lingua italiana - versione standard e versione semplificata)

• **Caratteristiche tecniche:**

- dispositivo PC based
- due canali indipendenti e autonomi
- stimoli acustici: toni puri, toni puri pulsati, toni modulati in frequenza (warble), Fresh noise
- materiale vocale: liste di parole bisillabiche, liste di parole infantili, logotomi
- rumore per mascheramento: rumore a banda stretta (NBN), rumore bianco (WN), rumore rosa (PN), babble noise
- trasduttori disponibili: cuffia sovraurale per audiometria (es. TDH-39), cuffia circumaurale per audiometria ad alta frequenza (es. HDA 300), inserti auricolari per audiometria condizionata infantile (es. ER3C), trasduttore osseo con archetto per via ossea (es. B71)
- n. 2 casse acustiche per audiometria in campo libero
- via aerea: range di intensità -10-120 dB HL, range frequenziale 125-8000 Hz (per cuffia sovraurale e inserti auricolari), 125-20000 Hz (per cuffia circumaurale)
- via ossea: range di intensità -10-80 dB HL, range frequenziale 125-4000 Hz
- campo libero: range di intensità -10-115 dB HL, range frequenziale 125-8000 Hz
- memoria interna con materiale vocale precaricato
- sistema per audiometria infantile: n. 2 box con pannello oscurato e giochi animati all'interno, n. 2 display per cartoni animati (controllabili direttamente dall'audiometro), pulsante per CPA (play audiometry)
- cuffie monitor per operatore
- pulsante risposta paziente
- talk over microfono incorporato o esterno
- talk back altoparlante
- PC e stampante a colori
- software per acquisizione dati, gestione database, stampa risultati test

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
Tel. 0935/520344 - 520711



Regione Siciliana
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520344 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711


- report esame personalizzabile
- supporti per casse acustiche
- kit di fissaggio a muro

• **Garanzia, manutenzione e assistenza:**

- garanzia minima 24 mesi
- manutenzione preventiva (intervento ordinario di calibrazione annuale)
- manutenzione correttiva per malfunzionamento dispositivi o parti di essi
- manutenzione straordinaria per aggiornamento software
- intervento tecnico e assistenza rapida
- apparecchiatura sostitutiva per interventi di riparazione di durata > 24H
- installazione e messa in opera apparecchiature a carico dell'azienda aggiudicataria
- elaborazione report di collaudo/intervento tecnico

IMPORTO PRESUNTO A BASE D'ASTA €. 18.500,00 OLTRE IVA

CIG: -----

Man

Regione Siciliana
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
 ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
 U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520344 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

U.O.C. Servizio Provveditorato

Spett.li ditte

Direttore

U.O.C. Servizio Provveditorato:

Dott.ssa Maria Concetta Perna

e-mail: direttore_provveditorato@asp.enna.it

provveditorato@pec.asp.enna.it

Responsabile U.O.S. Gare Beni:

Dott.ssa Francesca La Paglia

tel. 0935/520711

e - mail: francesca.lapaglia@asp.enna.it

Responsabile del Procedimento:

Assistente Amministrativo

Francesco Nobile

tel. 0935/520344

e - mail: francesco.nobile@asp.enna.it

Oggetto: Lettera di invito per la fornitura in acquisto di strumentazione varia da destinare alla U.O.S.D. di ORL del P.O. "Umberto I" di Enna e all'Ambulatorio ORL del P.O. "Basilotta" di Nicosia.

Si invitano codeste spettabili ditte a far pervenire offerta economica sul ME.PA per le seguenti forniture:

LOTTO 1:

- Strumentazione portatile per la registrazione combinata di otoemissioni acustiche (TEOAE/DPAOE) e potenziali evocati uditivi del tronco encefalico di tipo automatico (AABR) da destinare all'U.O.S.D. Otorinolaringoiatria del P.O. "Umberto I" di Enna.

Importo presunto a base d'asta € 11.600,00 oltre IVA

CIG: -----

LOTTO 2:

- Dispositivo per potenziali evocati uditivi da destinare all'U.O.S.D. Otorinolaringoiatria del P.O. "Umberto I" di Enna.

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
 Tel. 0935/520344 - 520711



Regione Siciliana
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520344 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

Importo presunto a base d'asta €. 11.000,00 oltre IVA

CIG: -----

LOTTO 3:

- N. 2 *impedenzometri clinici* da destinare: N.1 all'U.O.S.D. Otorinolaringoiatria del P.O. "Umberto I" di Enna e N. 1 all'Ambulatorio ORL del P.O. "Basilotta" di Nicosia.

Importo presunto a base d'asta €. 11.000,00 oltre IVA

CIG: -----

LOTTO 4:

- Dispositivo per rilevazione otoemissioni acustiche da destinare all'U.O.S.D. Otorinolaringoiatria del P.O. "Umberto I" di Enna.

Importo presunto a base d'asta €. 7.000,00 oltre IVA

CIG: -----

LOTTO 5:

- Audiometro clinico completo e dotato di sistema VRA per audiometria infantile da destinare all'U.O.S.D. Otorinolaringoiatria del P.O. "Umberto I" di Enna.


Importo presunto a base d'asta €. 18.500,00 oltre IVA

CIG: -----

Si precisa che le specifiche tecniche indicate nell'allegato A, accluso alla presente, si devono intendere espresse ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., cioè seguendo pedissequamente il seguente assunto, elaborato dalla dottrina e fatto proprio da questa Stazione appaltante:

L'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto consente alla stazione appaltante di disporre di un parametro di riferimento sulla cui base poter procedere alla valutazione delle offerte

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
Tel. 0935/520344 - 520711



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520344 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

ricevute e, successivamente, verificare la corrispondenza tra quanto richiesto e la prestazione ricevuta dall'aggiudicatario.

Diversamente, sotto il secondo profilo, l'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto permette agli operatori economici di poter circoscrivere la propria offerta verificando, eventualmente, la legittimità dell'aggiudicazione.

La formulazione delle specifiche tecniche deve avvenire nel rispetto delle regole della corretta concorrenza tra gli operatori economici del mercato e, di conseguenza, nel rispetto dei principi in cui la concorrenza è tradizionalmente declinata, quali il principio di non discriminazione, il principio di parità di trattamento e il principio di massima partecipazione.

La descrizione delle caratteristiche tecniche dei beni oggetto dell'appalto, dunque, non esclude dalla valutazione quelle offerte il cui contenuto sia comunque strutturalmente e funzionalmente corrispondente a quanto richiesto con la presente richiesta d'offerta e deve intendersi coerente con la c.d. clausola di equivalenza, ovverosia con l'esigenza che sia prevista la possibilità, per i concorrenti, di offrire beni e servizi con caratteristiche equivalenti rispetto a quelle richieste.

Conseguentemente la stazione appaltante valuterà se quanto offerto dai partecipanti alla gara possa ritenersi equivalente alle caratteristiche della prestazione o del bene indicate nelle specifiche tecniche.

Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, infatti, la clausola di equivalenza si ritiene applicabile "qualora siano inserite nella lex specialis di gara specifiche tecniche a tal punto dettagliate da poter individuare un dato prodotto in maniera assolutamente precisa (con una fabbricazione o una provenienza determinata, o un procedimento particolare, con riferimento a un marchio o a un brevetto)", al fine di favorire la presentazione di una proposta "che ottemperi in maniera equivalente agli stessi requisiti".

Il principio di equivalenza, pertanto, è vincolante per l'amministrazione solo qualora il bando di gara, il capitolato d'onere o i documenti complementari predispongano una descrizione sì particolareggiata e puntuale al punto che "avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti".

L'onere della prova dell'equivalenza grava sull'offerente, residuando invero in capo alla stazione appaltante la valutazione circa la conformità del contenuto dell'offerta rispetto all'oggetto dell'appalto così come descritto nelle specifiche tecniche, senza che possa ravvisarsi in capo alla stessa un onere di attività di indagine circa l'asserita equivalenza.

Contemporaneamente con l'orientamento maggioritario della giurisprudenza si precisa che l'equivalenza non può essere meramente affermata dall'impresa partecipante alla gara, bensì "va dimostrata in modo rigoroso con una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto, e comunque deve formare oggetto di apposita dichiarazione allegata all'offerta", con la conseguenza che "sin dal momento della presentazione dell'offerta, il concorrente che offre prodotti equivalenti deve fornire una prova idonea a dimostrare l'equivalenza allegata", in assenza della quale è legittima l'automatica esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica.

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
Tel. 0935/520344 - 520711



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520344 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

In ossequio a tale principio, quindi nell'offerta deve essere data prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte corrispondano in maniera equivalente ai requisiti richiesti dalle specifiche tecniche".

Nel campo documentazione amministrativa dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, comprensiva della dichiarazione di regolarità contributiva con indicazione dei nn.iscrizione INPS e INAIL, sedi e numero dei dipendenti;
- Patto d'integrità anticorruzione;
- Dichiarazione cc dedicato.
- Descrizione dell'attrezzatura offerta con indicazione di marca, modello e nome della ditta produttrice;
- Scheda tecnica dei prodotti offerti, depliant;
- Documentazione attestante il possesso della marcatura CE e classe di appartenenza del dispositivo secondo il Decreto Legislativo n.46 del 24 Febbraio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni in attuazione della Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici (Dichiarazioni del fabbricante o certificazioni di conformità rilasciate dal laboratorio ed ente indipendente);
- Descrizione garanzia offerta, – durata minima 24 mesi - full risk su tutti gli inconvenienti, di qualsiasi natura, che si dovessero riscontrare durante il periodo di garanzia con l'obbligo di eliminazioni;
- Dichiarazione con la quale le ditte partecipanti alla procedura di gara si impegnano a fornire, ove richiesta, demo delle attrezzature offerte;
- Dichiarazione relativa alla formazione gratuita, in favore del personale sanitario utilizzatore dei beni in argomento, per il tempo necessario all'apprendimento.

Nel campo offerta economica dovranno essere inseriti, completi in ogni singola voce, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- Offerta economica come generata dal sistema con indicazione del prodotto offerto, marca, modello e nome della ditta produttrice e il prezzo complessivo per l'intero lotto, IVA esclusa;
- Offerta economica dettagliata indicante i prezzi unitari IVA esclusa, sconto applicato e l'importo complessivo, come da modello allegato; con ulteriore specifica che il prezzo offerto non è superiore al prezzo praticato alle altre Azienda Sanitarie con indicazione, in tal caso, del prezzo (unitario o complessivo) offerto a ciascuna Azienda.
Il prezzo dovrà comprendere: consegna, messa in funzione, collaudo e quant'altro connesso alla fornitura.

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
Tel. 0935/520344 - 520711



Regione Siciliana
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520344 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

Adempimenti successivi all'aggiudicazione:

- La formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà attraverso la stipula del contratto nei modi e nelle forme di legge da registrare solo in caso d'uso.
- All'atto della formalizzazione del rapporto contrattuale andrà versato il deposito cauzionale definitivo pari al 10% del valore della fornitura IVA esclusa, da costituirsi ai sensi dell'art.103 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
- **la fornitura dovrà essere eseguita a seguito di esplicito ordine informatico (N.S.O.);**
- **consegna delle apparecchiature entro 20 gg. lavorativi dall'emissione dell'ordine informatico (NSO); nei seguenti Magazzini Economali;**

- **Sistema Screening audiologico infantile** (composto da: Strumentazione portatile per la registrazione combinata di otoemissioni acustiche (TEOAE/DPAOE) e potenziali evocati uditivi del tronco encefalico di tipo automatico (AABR), dispositivo per potenziali evocati uditivi, n. 1 impedenzometro clinico, dispositivo per rilevazione otoemissioni acustiche; audiometro clinico completo e dotato di sistema VRA per audiometria infantile) **presso il Magazzino Economico del P.O. "Umberto I" di Enna.**

- **N. 1 impedenzometro clinico presso il Magazzino Economico del P.O. "Basilotta" di Nicosia.**

L'attività di consegna delle apparecchiature si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, messa in funzione e asporto dell'imballaggio. L'apparecchiatura dovrà essere consegnata a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall'Amministrazione.

Le apparecchiature devono essere consegnate unitamente alla manualistica d'uso in lingua italiana sia in formato digitale che in formato cartaceo.

Al termine delle operazioni di consegna e, comunque, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa, il Fornitore dovrà procedere alle operazioni di messa in funzione e collaudo sia delle apparecchiature che degli eventuali dispositivi opzionali, pena l'applicazione delle penali.

- I collaudi verranno effettuati nel rispetto delle indicazioni riportate nella Direttiva dei Dispositivi Medici 93/42 CEE e nella Guida CEI 62-122 e sue eventuali successive revisioni. Il collaudo deve essere effettuato in contraddittorio con l'ASP, alla presenza del Sanitario utilizzatore, di un tecnico incaricato dall'Azienda e dalla Ditta affidataria;
- In tale sede il Fornitore dovrà produrre la certificazione dell'Azienda di produzione attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza. Il Fornitore, a proprio carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature o quant'altro dovesse rendersi necessario ai fini del collaudo. Il collaudo in uso clinico, con esito positivo, non solleva comunque il fornitore dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti del bene stesso. Qualora il bene consegnato non risultasse in possesso dei requisiti richiesti, potrà essere rifiutato da questa Azienda non solo alla consegna, ma

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
Tel. 0935/520344 - 520711



Regione Siciliana
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520344 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711


anche successivamente, e ciò nei casi in cui il bene dovesse palesare qualche difetto non rilevato e non immediatamente rilevabile.

Il Fornitore per i primi 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data del collaudo positivo, dovrà fornire i servizi di assistenza e manutenzione full risk sull'apparecchiatura e gli eventuali dispositivi opzionali ordinati. Sono comprese nel servizio di assistenza e manutenzione la riparazione e la sostituzione dell'apparecchiatura comprensiva di accessori, con la sola esclusione del materiale di consumo necessario all'ordinario utilizzo (es. materiale monouso e monopaziente). Il servizio di manutenzione full risk dovrà prevedere la riparazione e/o la sostituzione in permuta, includendo le cause accidentali, purché non derivanti da dolo da parte dell'Amministrazione. **Il fornitore sarà tenuto a ritirare il bene contestato, a sue spese, con l'obbligo di restituire nel tempo indicato dall'Azienda il bene corrispondente nella qualità e quantità.**

Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna dei beni oggetto del presente contratto. In caso di ritardo, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, applicherà a carico del fornitore una penale nella misura giornaliera dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Le penali non potranno, comunque, superare, complessivamente, il 10% del suddetto importo netto contrattuale. L'eventuale importo dovuto sarà detratto senza alcuna particolare formalità da quello della liquidazione finale, fatti salvi eventuali danni che questa Azienda potrebbe subire per effetto della ritardata consegna. Tuttavia l'impresa qualora per cause ad essa non imputabili, non fosse in grado di completare le forniture entro il termine prestabilito, avrà la possibilità di chiedere con domanda motivata, prima della scadenza del termine stesso, un congruo periodo di proroga.

- **Pagamento: entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della fattura che dovrà pervenire dopo il ricevimento e collaudo, con esito positivo, dei beni forniti, le verifiche di Legge delle forniture e gli adempimenti amministrativi;**
- Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell'impresa, quali scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati e, perciò, influenti nelle forniture e nelle prestazioni di servizi, debbono essere tempestivamente segnalate o documentate.
- Il controllo sulla quantità e qualità delle attrezzature e dei prodotti forniti spetta al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, anche su segnalazione dell'U.O. utilizzatrice; in ogni caso, la ditta aggiudicataria è tenuta a prestare sull'apparecchiatura consegnata idonea garanzia da tutti gli inconvenienti non derivanti da cause di forza maggiore; in caso di merce contestata, in quanto ritenuta non conforme, la ditta è obbligata, a propria cura e spese, al ritiro ed alla sostituzione della stessa non conforme, entro 10 giorni dalla contestazione.
- In caso contrario, saranno applicate le penali sopra previste. Il regolare utilizzo dell'apparecchiatura e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
Tel. 0935/520344 - 520711



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520344 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

L'Azienda può chiedere la risoluzione del contratto, nei seguenti casi:

- a) fornitura di prodotti difformi dai requisiti tecnici richiesti e contestati oltre la seconda volta;
- b) ritardo nella fornitura totale o parziale reiterato oltre la seconda volta;
- c) mancata sostituzione dei prodotti contestati reiterata oltre la seconda volta;
- d) in qualunque momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile;
- e) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto deliberativo;
- f) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- g) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratorie e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- h) nei casi di cessione e di subappalto non autorizzati dall'Azienda;
- i) nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- j) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti;
- k) in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione;
- l) in caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'affidataria, l'Azienda ha diritto di incamerare, ove previsto, il deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, e di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di essa, anche in danno dell'inadempiente.

Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile, il Direttore Generale potrà, a suo insindacabile giudizio, non stipulare alcun contratto, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o convenienti, sotto il profilo tecnico-economico, i risultati dell'attività negoziale.

E' fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, etc.), che potrà essere attivato senza che le concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento od altro.


E' fatto espresso **divieto di cessione del credito**, fatta salva l'esistenza di carenza di liquidità che non consenta il rispetto dei termini di pagamento.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, in relazione al contratto di cui alla presente procedura, è competente esclusivamente il Foro di Enna.

La Fattura dovrà essere intestata a: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA V.LE DIAZ, 7/9 - 94100 - ENNA - P.I. 01151150867

IVA: a carico dell'A.S.P.

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
Tel. 0935/520344 - 520711



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520344 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

SEGUE ALLEGATO "A"

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Francesco Iudica

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Iudica', written in a cursive style.



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520344 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

ALLEGATO A

LOTTO 1 - n. 1 strumentazione portatile per la registrazione combinata di otoemissioni acustiche (TEOAE/DPAOE) e potenziali evocati uditivi del tronco encefalico di tipo automatico (AABR)

• **Tipologia di attività:**

- Screening uditivo su neonati che presentano fattori di rischio audiologico
- Screening uditivo su neonati risultati *refer* allo screening di II livello

• **Specifiche tecniche:**

- Dispositivo di tipo palmare (ergonomico, maneggevole) dotato di schermo touchscreen a colori per inserimento dati semplice e intuitivo
- Alimentazione a batterie ricaricabili (con caricabatterie incluso)
- Software collegamento PC per acquisizione dati, gestione database, stampa risultati test
- Buona capacità di memoria interna (> 50 pazienti)
- Criterio di risposta PASS/REFER per tutti i test eseguibili
- Sonda endoauricolare per TEOAE/DPOAE e AABR
- Kit cavi elettrodi ABR
- Indicazione livello rumore, livello stabilità dello stimolo, livello artefatto e avanzamento del test (per tutti i test)
- Controllo automatico impedenza (per AABR)
- Registrazione AABR a diverse intensità di stimolazione (30-35-40-45 dB HL)
- Possibilità di registrazione AABR con stimolo CE-Chirp
- Possibilità di registrazione AABR in modalità binaurale (con stimolazione destra e sinistra)
- Possibilità di utilizzare accoppiatori auricolari/cuffiette alternativi ai tappini/inserti auricolari per l'esecuzione di AABR in presenza di stenosi del CUE o per maggiore comfort
- Kit pulizia sonda
- Materiale di consumo per il primo utilizzo (tappini monouso, elettrodi pregelati monouso, gel preparazione paziente, etc)

IMPORTO PRESUNTO A BASE D'ASTA €. 11.600,00 OLTRE IVA

CIG: -----

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
Tel. 0935/520344 - 520711



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520344 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

LOTTO 2 – n. 1 dispositivo per potenziali evocati uditivi

• **Test eseguibili:**

- potenziali evocati uditivi del tronco encefalico (ABR otoneurologico, ABR per ricerca di soglia)
- test opzionali: MLR, LLR/CAEP, ASSR, VEMPs, EcochG, eABR, otoemissioni acustiche (TEOAE/DPOAE)

• **Caratteristiche tecniche:**

- dispositivo PC based con software gestionale
- amplificatore a due canali
- trasduttori disponibili: cuffia, inserti auricolari, trasduttore osseo
- kit cavi per elettrodi pregellati con attacco a bottone
- stimoli acustici: Click, CE-Chirp, Tone burst, Tone pip, Logon
- rate di stimolazione definibile dall'operatore
- finestra di analisi temporale definibile dall'operatore
- rumore di mascheramento
- polarità degli stimoli: condensazione, rarefazione, alternata
- rilevazione impedenza per ogni elettrodo
- range di intensità trasduttori (cuffia/inserti auricolari) -10-100 dB HL
- range di intensità via ossea 0-80 dB HL
- incrementi dello stimolo acustico 1-10 dB
- riferimenti normativi per ABR
- convertitore A/D 16 bits
- filtri passa basso e passa alto definibili dall'operatore
- filtro di rete notch 50/60 Hz
- protocolli di esame e parametri definibili dall'operatore
- report esame personalizzabile dall'operatore
- ingresso cavo trigger per eABR
- interfaccia USB
- materiale di consumo per primo utilizzo
- trasformatore di isolamento

IMPORTO PRESUNTO A BASE D'ASTA €. 11.000,00 OLTRE IVA

CIG: -----

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
Tel. 0935/520344 - 520711



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520344 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

LOTTO 3 – n. 2 impedenziometri clinici

• **Test eseguibili:**

- timpanometria automatica e manuale
- studio del riflesso stapediale ipsilaterale e controlaterale in modalità manuale, automatica e di screening
- test di funzionalità tubarica a timpano integro e a timpano perforato
- test di decadimento del riflesso
- test di latenza del riflesso

• **Caratteristiche tecniche:**

- tono sonda multifrequenziale (226-678-800-1000 Hz)
- stimoli acustici: toni puri da 500 a 4000 Hz, BBN (ipsilaterali/controlaterali)
- sonda leggera, ergonomica e di dimensioni compatte per test su pazienti adulti e pediatrici
- cuffia per invio stimoli acustici riflesso controlaterale
- cavo sonda lungo e flessibile
- materiale di consumo per primo utilizzo
- cavità di test sonda
- schermo a colori, tastiera comandi e stampante integrata
- possibilità di collegamento a PC con software per acquisizione dati, gestione database, stampa risultati test

IMPORTO PRESUNTO A BASE D'ASTA € 11.000,00 OLTRE IVA

CIG: -----



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520344 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

LOTTO 4 – n. 1 dispositivo per rilevazione otoemissioni acustiche

• **Test eseguibili:**


- otoemissioni acustiche da stimoli transienti (TEAOE), otoemissioni acustiche da prodotti di distorsione (DPOAE)

• **Caratteristiche tecniche:**

- stimoli: click (per TEAOE), toni puri (per DPOAE)
- intensità stimolo 50-90 dB SPL (per TEAOE), 20-80 dB SPL (per DPAOE)
- larghezza di banda 500-5000 Hz (per TEAOE), 500-8000 Hz (per DPOAE)
- convertitore A/D 16 bits
- protocolli predefiniti e personalizzabili dall'operatore
- riferimenti normativi
- controllo fit sonda
- sonda leggera, ergonomica e di dimensioni compatte
- software gestionale per acquisizione dati, gestione database, stampa risultati test
- report personalizzabile
- kit pulizia sonda
- materiale di consumo per primo utilizzo

IMPORTO PRESUNTO A BASE D'ASTA €. 7.000,00 OLTRE IVA

CIG: _____



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520344 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

LOTTO 5 – n. 1 audiometro clinico completo dotato di sistema VRA per audiometria infantile

• **Test eseguibili:**

- audiometria tonale (via aerea e via ossea)
- audiometria vocale
- audiometria tonale e vocale in campo libero
- audiometria condizionata infantile
- test di audiometria sovrailiminare
- test di audiometria vocale in competizione
- test di audiometria vocale adattiva in competizione (Matrix Sentences Test in lingua italiana - versione standard e versione semplificata)

• **Caratteristiche tecniche:**

- dispositivo PC based
- due canali indipendenti e autonomi
- stimoli acustici: toni puri, toni puri pulsati, toni modulati in frequenza (warble), Fresh noise
- materiale vocale: liste di parole bisillabiche, liste di parole infantili, logotomi
- rumore per mascheramento: rumore a banda stretta (NBN), rumore bianco (WN), rumore rosa (PN), babble noise
- trasduttori disponibili: cuffia sovraurale per audiometria (es. TDH-39), cuffia circumaurale per audiometria ad alta frequenza (es. HDA 300), inserti auricolari per audiometria condizionata infantile (es. ER3C), trasduttore osseo con archetto per via ossea (es. B71)
- n. 2 casse acustiche per audiometria in campo libero
- via aerea: range di intensità -10-120 dB HL, range frequenziale 125-8000 Hz (per cuffia sovraurale e inserti auricolari), 125-20000 Hz (per cuffia circumaurale)
- via ossea: range di intensità -10-80 dB HL, range frequenziale 125-4000 Hz
- campo libero: range di intensità -10-115 dB HL, range frequenziale 125-8000 Hz
- memoria interna con materiale vocale precaricato
- sistema per audiometria infantile: n. 2 box con pannello oscurato e giochi animati all'interno, n. 2 display per cartoni animati (controllabili direttamente dall'audiometro), pulsante per CPA (play audiometry)
- cuffie monitor per operatore
- pulsante risposta paziente
- talk over microfono incorporato o esterno
- talk back altoparlante
- PC e stampante a colori
- software per acquisizione dati, gestione database, stampa risultati test

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna
Tel. 0935/520344 – 520711



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520344 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

- report esame personalizzabile
- supporti per casse acustiche
- kit di fissaggio a muro

• **Garanzia, manutenzione e assistenza:**

- garanzia minima 24 mesi
- manutenzione preventiva (intervento ordinario di calibrazione annuale)
- manutenzione correttiva per malfunzionamento dispositivi o parti di essi
- manutenzione straordinaria per aggiornamento software
- intervento tecnico e assistenza rapida
- apparecchiatura sostitutiva per interventi di riparazione di durata > 24H
- installazione e messa in opera apparecchiature a carico dell'azienda aggiudicataria
- elaborazione report di collaudo/intervento tecnico

IMPORTO PRESUNTO A BASE D'ASTA €. 18.500,00 OLTRE IVA

CIG: _____



PATTO DI INTEGRITÀ' TRA L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA E I PARTECIPANTI ALLA GARA

Questo documento, approvato contestualmente agli atti di gara dal Direttore Generale di questa Azienda, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in argomento, costituisce parte integrante della presente gara d'appalto e di qualsiasi contratto assegnato dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna.

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espreso impegno anti-corrruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna impiegati ad ogni livello nell'espletamento della presente gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara: l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto il vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.

Il sottoscritto Operatore economico

nato ail.....

residente in.....Via.....

Codice Fiscale n.....

In qualità di

dell'Impresa iscritta al n.....del Registro delle imprese della Camera di

Commercio di....., Partita Iva.....

in qualità di eventuale affidataria delle forniture in oggetto o aggiudicataria o subappaltatrice, si impegna a segnalare all'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara .

Il sottoscritto Operatore economico dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.

Il sottoscritto Operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito delle gare in oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi".



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Codice Fiscale e partita IVA 01151150867

Il sottoscritto Operatore economico prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

1. risoluzione o perdita del contratto;
2. escussione della cauzione di validità dell'offerta;
3. responsabilità per danno arrecato all'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna nella misura dello 1% del valore del contratto, impreviudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
4. esclusione del concorrente dalle gare d'appalto indette dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna per due anni.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente patto d'integrità fra l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Data _____

Il Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato
Dott.ssa Maria Concetta Perna

Titolare o legale rappresentante

della Ditta.....

(timbro e firma)

Per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna
Il Direttore Generale

- se s.a.s.:

- che i soci accomandatari sono:

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

- che il direttore tecnico è:

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

- se altro tipo di società o consorzio:

- che gli amministratori muniti di potere di rappresentanza sono:

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

- che il direttore tecnico è:

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

- che il socio unico è:

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

- che il socio di maggioranza, se società con meno di quattro soci, è:

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

- che la ditta/società/consorzio/cooperativa _____:


partecipa come impresa singola;

in caso di associazione, raggruppamento di imprese o consorzio:

partecipa come mandataria capogruppo dell'associazione, raggruppamento di imprese o consorzio _____;

partecipa come mandante dell'associazione, raggruppamento di imprese o consorzio _____;

1. Che la ditta _____ risulta essere iscritta alla CC.I.AA. di _____ o nel registro professionale o commerciale di stato membro per i non residenti in Italia, nella categoria equivalente all'oggetto della contrattazione al n. _____ cod. attività _____;
2. Che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
3. Che il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, tutti i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci Accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società, non hanno pendenti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge 27 dicembre 1956 n.1423 o di una delle cause ostative previste dall'art.10 della legge 31/05/1965 n.575, sostituito con l'art.3 della legge 19 marzo 1990, n°55;
4. Che il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, tutti i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci Accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società, e i soggetti cessati dalla carica (indicare i soggetti) nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente lettera invito, non hanno riportato sentenze di condanna passate in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e non abbiano, altresì, riportato condanne, con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 (indicare cognome, nome, luogo, data di nascita e incarico societario);

 3


5. Che il concorrente non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Azienda o che, nell'esercizio della propria attività professionale, non ha commesso alcun errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla Amministrazione aggiudicatrice;
6. che la ditta non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;
7. Che la Ditta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita ed è regolarmente iscritta alle seguenti posizioni dei registri:

INPS sede di _____ N. _____ dal _____

INAIL sede di _____ N. _____ dal _____


Dichiara inoltre la propria regolarità contributiva essendo in perfetto ordine con i pagamenti dei contributi dovuti e che nulla osta al rilascio del DURC.

8. Che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di essere in possesso della certificazione di cui art. 17 della L. 68/99, ovvero di non essere soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge (specificando la causa);
9. Di non avere riportato sanzione interdittiva di cui all'art.9 comma 2, lett. C), del D.lgs n.231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
10. Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.17 della legge 55/1990;
11. Che la ditta non si trova in alcuna delle condizioni ostative previste dall'art.80 D.Lgs.50/16 e ss.mm.ii.;
12. Che la ditta è in possesso della necessaria capacità economica e finanziaria e si impegna in caso di assegnazione, se richiesto, a comprovare tale capacità in uno dei modi previsti dall'art. 83 del Dlgs.50/16 e ss.mm.ii.;
13. Che la ditta è in possesso della necessaria capacità tecnica e si impegna in caso di aggiudicazione, se richiesto, a comprovare tale capacità in uno dei modi previsti dall'art. 83 del Dlgs.50/16 e ss.mm.ii.;



14. Di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e di non essersi accordato, né si accorderà, con altri partecipanti alla gara;
15. Di avere preso visione della lettera di invito e capitolato e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le clausole in essa contenute;
16. Di impegnarsi ai sensi del D.P.R.445/00 ad Osservare il Codice di comportamento generale, approvato con D.P.R. n. 62/2013, il Codice di comportamento aziendale e la Carta etica aziendale, e ad accettare, inoltre, la clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto con questa A.S.P. in caso di violazione degli obblighi derivanti da tali Codici;
17. Di accettare l'applicazione di interessi moratori più favorevoli, rispetto ai tassi di riferimento previsti dal D.Lgs. 231/02;
18. Che il prezzo offerto non è superiore a quello praticato alle altre Aziende Sanitarie;
19. Che il prezzo è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retribuite previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
20. Che l'offerta presentata ha una validità di 180 giorni lavorativi dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
21. Indicazione dello status posseduto dalla ditta concorrente rispetto al prodotto offerto (produttore/distributore/rivenditore/importatore etc);
22. Che i prodotti offerti rispondono ai requisiti previsti dalle leggi e regolamenti in vigore all'atto dell'offerta ed a tutti quelli che venissero emanati durante la fornitura;
23. Che i prodotti offerti, sono costruiti a perfetta regola d'arte, sono conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, e sono in possesso del marchio CE;
24. Di aver preso visione dei locali e di aver valutato tutti gli elementi che possano influire sulla determinazione del prezzo
25. Di impegnarsi a fornire i pezzi di ricambio per almeno 10 anni dalla data di collaudo;
26. Di accettare che il relativo pagamento avvenga entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica del regolare funzionamento delle macchine e collaudo con esito positivo;

27. Di accettare, ai sensi dell'art.23 del Dlg. 30/06/2003, n.196 "Codice in materia di protezione di dati personali", il trattamento dei dati forniti.
28. Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione a:
- a) denunciare alle Autorità giudiziaria e/o agli organi di polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della gara o nel corso di esecuzione, del contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti, e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;
 - b) rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;
 - c) di essere a conoscenza che la violazione, debitamente accertata, dei superiori punti 1 e 2 costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1455 e 1456 del c.c.;
 - d) di impegnarsi al rispetto delle previsioni di cui alla Legge regionale 15/08.
 - e) di ottemperare all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.n° 136 del 13.08.2010 come modificato e integrato dall'art.7 della L. 12.11.2010 n° 187 e di cui all'art. 2, comma 1 della L.R. n° 15/2008 come modificato e integrato dall'art.28, comma 1, lett. a) e b) della L.R. n° 6/2009 e pertanto di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e di tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale;
29. Di essere in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
30. In caso di RTI e consorzi d'impresa di impegnarsi in caso di aggiudicazione della gara a conformarsi alla disciplina vigente ai sensi del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii;
31. Il DUVRI è pari a zero;
32. Di accettare, ai sensi dell'art.23 del Dlg. 30/06/2003, n.196 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali" e ss.mm.ii., il trattamento dei dati forniti;
33. Di accettare, nel caso di reclamo formale dell'Azienda Sanitaria Provinciale pervenuto entro 30 gg. dalla data di consegna, di sostituire la merce consegnata nel caso di imperfezioni dovute alla fabbricazione ovvero al trasporto della merce.



34. di accettare tutte le condizioni della lettera d'invito, degli allegati e delle eventuali richieste di chiarimenti pervenute con le relative risposte;

Li _____

Timbro e Firma Leggibile



ALL' ASP ENNA
Viale Armando Diaz, 7/9
94100 Enna EN

MODELLO PER COMUNICAZIONE EX LEGGE 136/2010 "TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI"
G.L.G.

RAGIONE SOCIALE	
CODICE FISCALE	
PARTITA I.V.A.	
INDIRIZZO	
TELEFONO/FAX	

Il soggetto di cui sopra, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art.3 della legge n.136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore dell'Amministrazione in indirizzo,

DICHIARA

- che gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti dei contratti stipulati con ASP di Enna sono:

Estremi identificativi del conto corrente:

CODICE IBAN	
INTESTATO A	

Generalità delle persone delegate ad operare su di esso:

COGNOME E NOME	
COD. FISCALE	

N.B.: si precisa che in caso la ditta utilizzi ulteriori conti correnti ed altre persone siano delegata ad operare su tali conti, vige l'obbligo di comunicarli tutti.

- che la ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche il conto corrente dedicato sopra indicato;
- di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che in caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- che, in caso di variazione del conto corrente, ne sarà data tempestiva comunicazione.

Data

.....
(Timbro e Firma)

MEDIANTE APPOSIZIONE DI TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SI AUTORIZZA ANCHE IL TRATTAMENTO E L'UTILIZZO DEI DATI AI SENSI DEL D.LGS 196/2003.

