



REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA  
Servizio Provveditorato/Economato

V.le Diaz, 7/9- 94100 –Enna

### Verbale n. 3

#### **Commissione Giudicatrice relativa alla fornitura di una colonna videolaparoscopica del P.O. “Umberto I” di Enna. RDO ME.PA n. 3413323.**

L'anno duemilaventitre, il giorno 11 del mese di Dicembre alle ore 09:15, si riunisce la Commissione Giudicatrice, nominata con atto deliberativo n. 1636 del 18/10/2023, presso il Blocco Operatorio di Chirurgia del P.O. “Umberto I” di Enna, per effettuare la demo della Colonna Videolaparoscopica in oggetto offerta dalla ditta Olympus Italia srl, con la presenza del Marketing Manager – Ing. Francesco Bellati, dell'Area Manager – Dott. Antonio Moschetti e del Rappresentante di Zona – Dott.ssa Francesca Randazzo.

La Commissione Giudicatrice risulta così composta:

- |                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| ■ Dott.ssa Maria Concetta Perna | Presidente/Esperto giuridico       |
| ■ Dott. Luigi Failla            | Componente esperto medico titolare |
| ■ Dott. Giovanni Ciaccio        | Componente esperto medico titolare |

Svolge le funzioni di Segretario: Assistente Amministrativo - Francesco Nobile.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i Componenti, dichiara aperta la seduta della Commissione Giudicatrice, dando atto, che la ditta Olympus Italia srl è presente per l'effettuazione della demo.

#### CIO' PREMESSO

Alle ore 09:20, si procede alla visione dell'attrezzatura presentata dalla ditta Olympus Italia srl, con contestuale verifica della presenza di tutta la documentazione tecnica richiesta nella lettera di invito/capitolato tecnico, che di seguito si riporta:

- Descrizione dell'attrezzatura offerta con indicazione di marca, modello e nome della ditta produttrice;
- Scheda tecnica del prodotto offerto, depliant;
- Documentazione attestante il possesso della marcatura CE e classe di appartenenza del dispositivo secondo il Decreto Legislativo n.46 del 24 Febbraio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni in attuazione della Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici (Dichiarazioni del fabbricante o certificazioni di conformità rilasciate dal laboratorio ed ente indipendente);

pag. 1

- Descrizione garanzia offerta, – durata minima 24 mesi - full risk su tutti gli inconvenienti, di qualsiasi natura, che si dovessero riscontrare durante il periodo di garanzia con l'obbligo di eliminazioni;
- Dichiarazione con la quale le ditte partecipanti alla procedura di gara si impegnano a fornire, ove richiesta, demo dell'attrezzatura offerta;
- Dichiarazione relativa alla formazione gratuita, in favore del personale sanitario utilizzatore dei beni in argomento, per il tempo necessario all'apprendimento.
- Offerta tecnica generata dal sistema.

Si dà atto che la ditta Olympus Italia srl, viene congedata alle ore 10:15.

La Commissione prosegue, quindi, la seduta, presso gli uffici amministrativi del Servizio Provveditorato dell'ASP di Enna analizzando la documentazione tecnica presentata dalla ditta Olympus Italia srl e dando atto dell'esito positivo della "demo" effettuata dalla stessa.

A questo punto, la Commissione effettua l'assegnazione dei punteggi di qualità ad entrambe le ditte partecipanti alla presente procedura di gara, compilando la griglia di valutazione allegata al Capitolato Tecnico come segue:

<b>PARAMETRO</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>Ditta Olympus Italia srl</b>	<b>Ditta Soramed srl</b>
<b>PUNTO 1 – DESCRIZIONE DEI BENI OFFERTI</b>			
<b>1. Caratteristiche del videoprocessore digitale ad alta definizione</b>	<b>10</b>		
1.1. Modulo video dotato di uscita digitale FULL-4K (risoluzione 3840x2160 pixels)	3	3	3
1.2. Tipologia di zoom. Indicare la tipologia di zoom, massimo ingrandimento e gli steps possibili	2	2	2
1.3. Interfaccia operatore Touch Screen al fine di permettere un agevole impostazione e cambiamento dei settaggi anche durante l'utilizzo	2	2	2
1.4. Ulteriori possibilità di espansione tramite upgrade software	3	3	3
<b>2. Caratteristiche del monitor secondo i seguenti criteri</b>	<b>6</b>		
2.1. Dimensione, risoluzione e formato monitors (indicare le dimensioni in pollici, la risoluzione e il formato)	3	3	3
2.2. Presenza di sistema antiriflesso	3	3	3
<b>3. Caratteristiche delle telecamere secondo i seguenti criteri</b>	<b>6</b>		
3.1. Telecamera 4K dotata di tasti alla gestione della messa a fuoco, preferibilmente anche in autofocus	3	3	3
3.2. Telecamera preferibilmente autoclavabile	3	3	3
<b>4. Caratteristiche della fonte di luce secondo i seguenti criteri</b>	<b>8</b>		
4.1. Fonte a Led da 300W in luce ICG	3	3	3

4.2. Temperatura di colore	3	3	3
4.3. Ulteriori caratteristiche tecniche migiorative	2	2	1
<b>5. Caratteristiche dell'insufflatore CO2 secondo i seguenti criteri</b>	<b>7</b>		
5.1. Pressione endoaddominale preselezionabile con steps di 1 mmHg	1	1	1
5.2. Sistema di desufflaggio rapido della CO2 in caso di emergenza	2	2	2
5.3. Caratteristiche del riscaldatore CO2	1	1	1
5.4. Presenza di sistemi di sicurezza per il controllo costante della pressione intra-addominale	1	1	1
5.5. Portata => 40 l/min	2	2	2
<b>6. Caratteristiche del sistema di registrazione ed archiviazione secondo i seguenti criteri</b>	<b>5</b>		
6.1. Capacità di memoria interna	2	1	2
6.2. Modalità di esportazione dati su supporto esterno	1	1	1
6.3. Ulteriori caratteristiche tecniche migiorative	2	2	0
<b>7. Caratteristiche prestazionali (legate alla prova pratica) secondo i seguenti criteri</b>	<b>16</b>		
7.1. Qualità dei materiali e solidità dei componenti	4	4	4
7.2. Praticità, semplicità, immediatezza ed intuitività di utilizzo	4	4	4
7.3. Gestione della registrazione di immagini fisse, sequenze video e file audio	4	4	4
7.4. Facilità ed ergonomia d'uso, (peso, dimensioni, ecc...), interfaccia utente, trasportabilità, pulizia ed eventuale sanificazione di tutti i componenti	4	4	4
<b>PUNTO 2 – ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA</b>	<b>6</b>		
a) la propria struttura di vendita, logistica e distributiva e precisi la possibilità di fornire attraverso detta organizzazione un adeguato servizio successivo alla vendita sul piano tecnico- operativo e scientifico, e di ricerca e sviluppo	3	3	3
b) programma temporale di fornitura e relativa installazione ed avviamento; la valutazione sarà effettuata sulle consegne e installazioni precedenti alla data indicata nell'ordine di fornitura che, comunque, non potrà essere superiore a 30 gg.	1	1	1
c) l'impresa aggiudicataria è in grado di prestare all'avviamento e nell'utilizzo della strumentazione offerta; un maggior punteggio verrà assegnato alla possibilità di garantire ulteriori sedute di formazione sulla base delle necessità del Reparto ricevente la fornitura	2	2	2
<b>PUNTO 3 – PROGRAMMA DI MANUTENZIONE</b>	<b>6</b>		
a) modalità di svolgimento della manutenzione ed assistenza full risk; l'attribuzione del punteggio terrà conto della possibilità di servizi manutentivi ulteriori a quelli già previsti dalla garanzia biennale.	4	3	4

b) definizione del gestore dell'assistenza ed indicazione delle sedi di assistenza e descrizione dell'organizzazione aziendale relativamente al numero delle persone addette all'assistenza tecnica. Il punteggio maggiore potrà essere assegnato a chi dichiara la sede dell'assistenza più vicina al territorio ennese ed una tempistica di intervento inferiore alle tempistiche minime previste dalle garanzie previste per legge oltre che per l'impegno all'approvvigionamento degli eventuali prezzi di ricambio in pronta consegna	2	1	2
--	---	---	---

<b>TOTALE VALUTAZIONE QUALITATIVA</b>	<b><u>70</u></b>	<b><u>67</u></b>	<b><u>67</u></b>
---------------------------------------	------------------	------------------	------------------

Si specifica che:

punto 4.3 - "Ulteriori caratteristiche tecniche migiorative":

- (2 punti) - ditta Olympus Italia srl: in quanto "entrambe le fonti di luce sono dotate della modalità di visione NBI (Narrow Band Imaging)" per una diagnosi precoce dei tumori; inoltre è consentito l'utilizzo contemporaneo delle due fonti di luce, caratteristica migiorativa ma non indispensabile nella pratica clinica, come si evince dal chiarimento prot. 124510 del 30/11/2023 a firma del Direttore U.O.C. Chirurgia Generale, formalmente richiesto dalla Commissione Giudicatrice;
- (1 punto) - ditta Soramed srl: in quanto "la lampada ha una durata di circa 30.000h", nettamente superiore rispetto alle 500 ore di una comune lampada Xenon .

punto 6.3 - "Ulteriori caratteristiche tecniche migiorative":

- (2 punti) – ditta Olympus Italia srl: in quanto permette l'esportazione immagini in cloud software intranet e cloud conforme alla normativa GDPR.

Entrambe le ditte vengono ammesse alla fase successiva di apertura delle offerte economiche, avendo superato il punteggio minimo di qualità 42/70 indicato nella "Lettera d'Invito".

Indi la Commissione chiude la seduta alle ore 12:50, aggiornandosi alla data del 18 Dicembre 2023, ore 9.30, presso gli uffici amministrativi del Servizio Provveditorato dell'ASP di Enna, per la seduta pubblica con le ditte partecipanti per la comunicazione dei punteggi qualità e la conseguente apertura delle offerte economiche presentate.

Del che il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue

Il Presidente/Esperto giuridico: Dott.ssa Maria Concetta Perna

Componente esperto: Dott. Luigi Failla

Componente esperto: Dott. Giovanni Ciaccio

Il Segretario: Francesco Nobile