



CHIARIMENTI

CHIARIMENTO – 23/04/2024

DOMANDA

Relativamente al LOTTO N. 2: “lotto diagnostica molecolare rapida su pannelli multiplex per infezioni da campioni respiratori, da emocoltura positiva, da campioni gastrointestinali, da protesi articolari, da liquido cerebro spinale” si chiede il seguente chiarimento:

Tra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica indicati all'art. 18.1 del Disciplinare di gara è previsto un punteggio in riferimento al sub-criterio “confezioni dei reagenti ridotte, inferiori ai 10 test”; si chiede conferma che tale caratteristica sia da considerarsi solo per le tipologie di test che si consumano con minore frequenza (es: liquido cerebro spinale, campioni gastrointestinali).

In attesa di riscontro si porgono

Distinti saluti

RISPOSTA

Si conferma che tale caratteristica è solo per le tipologie di test che si consumano con minore frequenza (liquido cerebrospinale e campioni gastrointestinali)

CHIARIMENTO – 23/04/2024

DOMANDA

Buongiorno,

Con riferimento al lotto 3 si chiede conferma sul numero dei lettori previsti in fornitura n. 2.

In merito ai test droga si prega di specificare i cut-off per ogni droga.

Inoltre si chiede di specificare in merito al dispositivo richiesto nel capitolato tecnico, con pannello minimo almeno 10 parametri è un dispositivo unico (CAP) che analizza contemporaneamente tutte le droghe richieste nella tabella. Si presuppone dalla Vostra tabella che il quantitativo debba essere di 2.200 dispositivi CUP per ogni Ospedale e non test singolo per ogni droga, ossia totale 4.400 dispositivi in totale.

RISPOSTA

- Per il numero di lettori si conferma quanto espresso in capitolato
- In merito ai cut-off per ogni droga saranno presi in considerazione in sede di valutazione
- Si conferma dispositivo unico che analizzi contemporaneamente tutte le droghe del pannello
- Il numero dei test esprime il numero di dispositivi unici (pannelli completi)

CHIARIMENTO – 24/04/2024

DOMANDA

Buongiorno, la presente per richiedere i seguenti chiarimenti:

Pag. 20 del Disciplinare, punto 10:

- La garanzia provvisoria deve essere pari al 2% del prezzo base ANNUALE O QUINQUENNALE del lotto a cui si partecipa?
- Non e' chiaro nel Disciplinare se, oltre alla garanzia provvisoria, sia richiesto anche l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, pertanto si chiede di chiarire esplicitamente se tale impegno sia richiesto oppure no, specificando anche che l'impresa scrivente rientra nella classificazione di "micro, piccole e medie imprese".

Grazie, cordiali saluti

RISPOSTA

- La garanzia provvisoria deve essere pari al 2% del prezzo base complessivo quinquennale del lotto a cui si partecipa
- E' richiesto l'impegno al rilascio della garanzia definitiva, sanabile mediante soccorso istruttorio secondo quanto previsto a pag. 22 del disciplinare.

CHIARIMENTO – 24/04/2024

DOMANDA

Spett.le Ente,

In relazione al LOTTO 10 , sub-lotto D , voce Angiotensina II ELISA, a nostra conoscenza sul mercato non è presente un kit marcato CE, chiediamo pertanto se sia possibile ritenere il parametro auspicabile e con possibilità di poter offrire un prodotto RUO ”.

Grazie e cordiali saluti.

RISPOSTA

Si conferma la possibilità di offrire un prodotto RUO.

CHIARIMENTO – 24/04/2024**DOMANDA**

Buongiorno,

in riferimento al Disciplinare pag. 25, si chiede gentilmente, per non rendere ulteriormente onerosa la partecipazione delle aziende alla procedura di gara, che possano essere accettate, nella busta tecnica, dichiarazioni di conformità CE in lingua inglese o con traduzione semplice considerando che sono certificazioni riconosciute a livello europeo.

Cordiali saluti

RISPOSTA

Buongiorno, si conferma sul punto quanto previsto in disciplinare.

CHIARIMENTO – 25/04/2024**DOMANDA**

Buongiorno,

si chiede di specificare nella sezione di offerta economica, l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso relativamente al lotto 3 da inserire nell'apposito campo.

Cordiali saluti

RISPOSTA

Buongiorno, gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono calcolabili nella misura dello 0,002181 percentualmente al valore complessivo a base d'asta, sia totale sia dei singoli lotti.