



REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
ENNA

DELIBERA N. ..... 412 .....

DEL ..... 15 MAR 2024 .....

OGGETTO: Approvazione atti di gara RDO n. 3385854 e affidamento alla ditta Soramed S.r.l. della fornitura di un set per isteroscopia per la U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. Umberto I di Enna.  
CIG: 9587959A0F

U.O. PROPONENTE : U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO – U.O.S. GARE BENI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 697  
DEL 13/03/2024

L'incaricato dell'Istruttoria  
Il Coadiutore Amm.vo Esperto  
Sig.ra Pietra Rita David  
*Pietra Rita David*

Il Responsabile dell'Istruttoria  
Il Collaboratore Amm.vo Professionale  
Dott. Filippo La Marca

Il RUP  
IL RESPONSABILE U.O.S. GARE BENI  
Dott. ssa Francesca La Paglia  
*Francesca La Paglia*

IL DIRETTORE  
U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Dott.ssa Maria Concetta Perna  
*Maria Concetta Perna*

S.E.F.P.

Si attesta la copertura finanziaria e la compatibilità con il bilancio di previsione vigente.  
[ ] come da prospetto allegato (ALL. N. \_\_\_\_\_) che è parte integrante della presente delibera.

[ ] Autorizzazione n. 1 sub 4 / 23 sub 29 del 2024 CE. - diversi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO  
*Dissa Nadia Chivviti*

IL DIRETTORE DEL S.E.F.P.  
Dott.ssa Nicolina Pilato  
*Nicolina Pilato*

DATA RICEZIONE DELLA PROPOSTA PRESSO UOC STAFF 13.03.2024

## PREMESSO

CHE, con delibera n. 1890 del 29/12/2022, è stata autorizzata la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, comma 1 e comma 3 (considerata l'urgenza dell'acquisizione dei beni in argomento per garantire l'assistenza sanitaria ai pazienti che ne necessitano) del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., e del Regolamento Aziendale per gli acquisti sotto soglia, mediante RDO sul MEPA, per l'acquisizione di set per isteroscopia diagnostica operativa, per la U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. Umberto I di Enna, con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ai sensi dell'art.95, comma 4, lett. b) D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., anche in presenza di una sola offerta valida;

VISTO lo schema di lettera d'invito e l'allegato "A" capitolato tecnico, nel quale viene riportata la tipologia dei beni da acquistare;

VISTO l'avviso di gara che è stato pubblicato sul sito web aziendale in data 09/01/2023;

DATO ATTO che il Servizio Provveditorato ha indetto sul *Me.PA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione)* apposita procedura aperta, tramite l'invio di *una RDO (richiesta di offerta), n°3385854*, invitando tutte le ditte che operano nel territorio italiano nel settore di cui è questione, iscritte al *Me.PA*;

CHE, entro il termine ultimo delle ore 12,00 del 30/01/2023, è pervenuta offerta da parte delle ditte di seguito indicate:

- Athena di Francesco Nisticò;
- Di Emme Import S.r.l.;
- Soramed S.r.l.;

CHE le ditte partecipanti sono state ammesse, essendo regolare la documentazione amministrativa/tecnica prodotta;

DATO ATTO che, prima di procedere all'apertura dell'offerta economica, il Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato ha richiesto, al Direttore della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. Umberto I di Enna, idoneo parere di conformità delle schede tecniche presentate dai sopra elencati Operatori Economici, rispetto alle caratteristiche tecniche richieste,;

CHE il Direttore di cui al precedente punto, con e-mail del 03/05/2023, ha dichiarato conforme solo l'offerta tecnica della ditta Soramed S.r.l., per i motivi espressi nella medesima nota che si allega al presente provvedimento, per farne parte integrante;

CHE, la U.O.C. Servizio Provveditorato, in data 09/05/2023 ha comunicato su MEPA il parere di non conformità alla ditta Athena e alla ditta Di Emme Import;

CHE, la ditta Athena, in data 11n/05/2023, con comunicazione su MEPA ha trasmesso osservazioni relative alla "pompa peristaltica" per la quale è stata dichiarata la non conformità;

CHE, con nota prot. n. 51941 del 12/05/2023, la U.O.C. Servizio Provveditorato ha inoltrato al Direttore U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. Umberto I di Enna, la sopra citata nota della ditta Athena, allegando le schede tecniche dei beni offerti dalla stessa, per le relative controdeduzioni;

CHE, con nota prot. n. 84828 del 08/08/2023, il Direttore di cui sopra ha confermato la non conformità del bene in argomento offerto dalla sopra citata ditta Athena;

CHE la U.O.C. Servizio Provveditorato, prima di procedere alla esclusione della ditta Athena, dalle successive fasi della procedura di gara, con nota prot. n. 100739 del 28/09/2023, ha richiesto ulteriore parere tecnico alla H.C. Hospital Consulting S.p.A., aggiudicataria della gara regionale del servizio di

assistenza e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, che con e-mail acquisita al protocollo informatico aziendale n. 103761 del 05/10/2023, ha confermato la non conformità dei beni offerti, nello specifico "pompa peristaltica", dalla sopra citata Athena e, contestualmente, ha consigliato di eseguire una prova pratica, di entrambe le tipologie di pompe offerte dalle ditte Athena e Soramed, ("pompa peristaltica" di Athena e "pompa isostatica" di Soramed);

CHE, a seguito dello svolgimento della prova pratica, in data 19/10/2023, da parte di entrambe le ditte citate al punto precedente, il Direttore U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. Umberto I di Enna, con nota prot. n. 9775 del 26/01/2024, ha confermato ulteriormente la non conformità del bene offerto dalla ditta Athena;

CHE, conseguentemente, si è proceduto all'apertura dell'offerta economica della ditta Soramed S.r.l., aggiudicataria provvisoria della fornitura in argomento, per l'importo complessivo di € 122.000,00 oltre IVA 22% , a fronte dell'importo base d'asta pari a € 124.000,00 oltre IVA;

ATTESO che la ditta ha dichiarato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che il prezzo offerto non è superiore al prezzo praticato ad altre Aziende Sanitarie;

CHE, con comunicazione informatica Me.PA, la U.O.C. Servizio Provveditorato ha richiesto, alla ditta aggiudicataria, di applicare una miglioria sull'importo di aggiudicazione;

CHE la ditta Soramed S.r.l. ha comunicato sul Me.PA la propria disponibilità ad applicare una miglioria sull'importo di aggiudicazione, pari al 2%, e che, il prezzo complessivo, così rideterminato, risulta pari a € 119.559,84 oltre IVA 22%;

RITENUTO, pertanto, di dover acquistare dalla ditta Soramed S.r.l. - P. IVA 06816990821 - Via Consona Monte, 19 - 90011 Bagheria (PA) - la fornitura di set per isteroscopia diagnostica operativa, per la U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. Umberto I di Enna, al prezzo complessivo di € 119.559,84 oltre IVA 22%, pari a € 145.863,00 IVA 22% inclusa;

L'anno duemilaventiquattro il giorno **15 MAR 2024** del mese di ..... nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr.Mario Zappia nominato con Decreto Assessoriale n° 1/2024/Gab del 31/01/2024, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, Dr.ssa Sabrina Cillia e dal Direttore Sanitario, Dott. Emanuele Cassarà, e con l'assistenza del Segretario Verbalizzante **ALBERTO CRISTIAN MACCHIAVELLI**

VISTI

- La Legge Regionale 5 /2009 e s.m.i. ;
- L'Atto Aziendale adottato in via definitiva con delibera n.857 del 12/06/2020, parzialmente modificata con deliberazione n.902 del 19/06/2020;
- Il Regolamento di organizzazione e funzionamento- Area Amministrativa di questa ASP- adottato con delibera n. 829 del 24/10/2016;

VISTI I SEGUENTI ALLEGATI ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE

- A. Parere di non conformità del 03/05/2023 del Direttore U.O.C. Ostetricia e Ginecologia;
- B. Comunicazione MEPA e relazione del 11/05/2023 della ditta Athena;

- C. nota prot. n. 51941 del 12/05/2023 della U.O.C. Servizio Provveditorato;
- D. nota prot. n. 84828 del 08/08/2023 del Direttore U.O.C. Ostetricia e Ginecologia;
- E. nota prot. n. 100739 del 28/09/2023 della U.O.C. Servizio Provveditorato;
- F. e-mail prot. n. 103761 del 05/10/2023 della Hospital Consulting;
- G. nota prot. n. 9775 del 26/01/2024 del Direttore U.O.C. Ostetricia e Ginecologia;
- H. Riepilogo Me.PA. R.D.O. n. 3385854;
- I. Offerta economica della ditta Soramed, come generata dal sistema;
- L. Offerta Economica dettagliata, con miglioria.

**DATO ATTO** che la Direzione della U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.3 del D.L. 23 ottobre 1996, come modificato dalla L.20 dicembre 1996 n.639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della Legge 6 novembre 2012 n.190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti della Sezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza del vigente P.I.A.O. (Piano Integrato di Attività e Organizzazione);

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

### DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. **DI APPROVARE**, gli atti di gara della procedura indetta sul MePA - RDO n° 3385854 per la fornitura di set per isteroscopia diagnostica operativa, per la U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. Umberto I di Enna .
2. **DI PROCEDERE** alla pubblicazione sul sito CONSIP – Me.PA delle risultanze di gara in argomento.
3. **DI AGGIUDICARE**, ai sensi dell'art. 60, comma 1 e comma 3 (considerata l'urgenza dell'acquisizione dei beni in argomento per garantire l'assistenza sanitaria ai pazienti che ne necessitano) del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta Soramed S.r.l. - P. IVA 06816990821 – Via Consona Monte, 19 – 90011 Bagheria (PA) - la fornitura di set per isteroscopia diagnostica operativa, per la U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. Umberto I di Enna, al prezzo complessivo di € 119.559,84 oltre IVA 22%, pari a € 145.863,00 IVA 22% inclusa.

### CONTRATTO DEFINITIVO N. 190/2024 - CIG 9587959A0F

4. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 145.863,00 IVA 22% inclusa viene ripartita come di seguito indicato:
  - la spesa di € 140.615,71 IVA inclusa, graverà sul conto patrimoniale n. 101020907 "Strumentario chirurgico" del bilancio economico corrente.
  - la spesa complessiva di € 410,19 IVA 22% inclusa graverà sul conto economico n.501010503 "Presidi medico-chirurgici generici" del bilancio economico corrente.
  - la spesa complessiva di € 3.451,43 IVA inclusa graverà sul conto economico n. 501010507 "Strumentario chirurgico" del bilancio economico corrente.
  - la spesa complessiva di € 1.385,67 IVA inclusa graverà sul conto economico n. 501010501 "Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta" del bilancio economico corrente.
5. **DI DARE ATTO** che, in seguito all'adozione del presente provvedimento, si procederà alla sottoscrizione, tra le parti, della lettera contratto e alla stipula informatica della RDO.
6. **DI RICHIEDERE** alla Ditta individuata quale fornitrice dei beni di cui sopra, la produzione dei documenti propedeutici alla stipulazione del contratto di fornitura e di comunicare l'avvenuta stipula al



Direttore dell'Esecuzione del Contratto, di seguito individuato, per i consequenziali adempimenti di competenza.

**7. DI DARE MANDATO** al Responsabile dei Magazzini Economici Area Sud, per il tramite del Magazziniere del P.O. Umberto I di Enna, di provvedere, dopo la ricezione della comunicazione dell'avvenuta stipula contrattuale, all'emissione dell'ordine informatico (NSO) e al ricevimento informatico, al Direttore della U.O.C. Amministrativa Area Sud di provvedere, agli adempimenti propedeutici al collaudo a cura del Servizio Tecnico e alla inventariazione dei beni, a cura della U.O.S. Gestione del Patrimonio afferente al SEFP, nonché alla liquidazione delle spettanze, con contestuale trasmissione al SEFP del "fascicolo di liquidazione", debitamente firmato digitalmente, per il pagamento, dietro presentazione di regolare fattura da parte della ditta individuata per la fornitura in argomento, previa attestazione di regolarità espressa dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto di seguito indicato.


**8. DI NOMINARE**, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. Umberto I di Enna, per gli adempimenti connessi alla gestione del contratto in argomento.

**9. DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, al Responsabile dei Magazzini Economici Area Sud, al Direttore U.O.C. Amministrativa Area Sud e al Direttore U.O.C. SEFP, per i consequenziali adempimenti di rispettiva competenza.

**10. DI DICHIARARE immediatamente esecutivo il presente provvedimento** stante l'urgenza di acquisire la fornitura di che trattasi.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Sabrina Cilla



IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Emanuele Cassarà



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Dr. Maria Zappia -



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dr. Vito Christian Macchiavelli

Collaboratore Amministrativo



## PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio informatico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n° 30/93 s.m.i., e dell'art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009

dal 17 MAR 2024

al 31 MAR 2024

L'incaricato

PER DELEGA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
IL Dirigente U.O.C. COORD. STAFF

Notificata al Collegio Sindacale il ..... con nota prot. n° .....

### DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

dell'Assessorato Regionale Sanità ex L.R. n° 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n° \_\_\_\_\_

SI ATTESTA

che l'Assessorato Regionale Sanità:

- ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n° 5/09 dal \_\_\_\_\_

### DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L.R. n° 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n° 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_
- immediatamente esecutiva dal 15 MAR 2024

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

### REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO



REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE N°4  
OSPEDALE UMBERTO I ENNA  
UOC GINECOLOGIA-OSTETRICIA  
Direttore: Dott.ssa L. Lo Presti



ALLEGATO A  
*David*

Al Direttore UOC Provveditorato  
All'incaricata dell'Istruttoria Sig.ra David

Oggetto: Parere di conformità delle Ditte Athena- Di Emme- Soramed

In riscontro alla nota Prot n. 108131 del 25/10/2022 con la quale è stata avviata la procedura di gara per la fornitura di materiale per isteroscopia diagnostica/operativa, a cui hanno partecipato le Ditte in oggetto, valutate le offerte sulla base del capitolato, richiesto si evince che:

La Ditta la cui offerta è conforme con il capitolato è la Soramed srl

La Ditta Di Emme Import Srl presenta un'offerta incompleta rispetto alla richiesta

La Ditta Athena di F Nisticò, che ha chiesto chiarimenti in merito alla pompa indicata come laparoscopica nel capitolato ed a cui ho risposto esplicitando i motivi della scelta, non soddisfa la nostra esigenza.

La pompa da noi richiesta infatti è multifunzionale, isostatica, con doppia camera, monitorata autonomamente da sensori interni al sistema ed autolimitante le variazioni di pressione, riscaldata per l'ottimizzazione dell'innesco delle correnti di taglio e coagulo utilizzati nei sistemi bipolari, ed integrata.

Per tali ragioni l'offerta della Ditta Soramed Srl soddisfa pienamente le esigenze degli operatori e delle pazienti

Enna 03/05/2023

*Lucia Lo Presti*  
I Direttore dell' UOC  
Dott.ssa Lucia Lo Presti

ASP ENNA - NO. UMBERTO I  
Direttore U.O.C. di Ost. e Gin.  
Dott.ssa Lo Presti Lucia  
Cod. Albo CT 7159

# ID Negoziazione: 3385854 - FORNITURA DI SET PER ISTEROSCOPIA DIGNOSTICA/OPERATIVA


U.O.C...

ALEATO B

Stato Rdo: In esame

Comunicati

Seduta pubblica


 TORNA INDIETRO ()

 GESTIONE  
AUTORIZZAZIONI ()

 RIEPILOGO RDO ()


 RICHIESTE CHIARIMENTI ()

 COMUNICAZIONI ()

 OFFERTE PRESENTATE ()

## Comunicazione


 FRANCESCO NISTICO&#39; , ATHENA DI FRANCESCO NISTICO&#39;

11/05/2023 17:19:07 

 A:  
 Cc:

FILIPPO LA MARCA;PIETRA RITA DAVID;

R.D.O. N. 3385854 - COMUNICAZIONE PARERE DI NON CONFORMITA'

 Allegati Risposta comunicazione mepa del 09-05-2023.pdf () Schedatecnica WHALE-4.2022.pdf ()


In riferimento al parere di non conformità si trasmette, in allegato, relazione dettagliata con le motivazioni di totale conformità del prodotto offerto.

Cordiali saluti

Francesco Nisticò

RISPONDI

 Tu

09/05/2023 09:36:34 



SPETT.LE  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA  
Viale Diaz, 7 - 94100 ENNA

**OGGETTO: Risposta alla comunicazione MEPA del 09/05/2023 relativa alla RDO 3385854 - FORNITURA DI SET PER ISTEROSCOPIA DIGNOSTICA/OPERATIVA U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA P.O. UMBERTO I ENNA**

Facendo seguito al parere di non conformità, Vs. comunicazione del 08/05/2023, si precisa quanto segue:

Il capitolato di gara recita testualmente:

"Pompa per irrigazione e aspirazione laparoscopica, mediante generazione di una pressione isostatica o equivalente. Dotata di sistema di riscaldamento della sacca"

Come riportato in scheda tecnica il sistema Whale offerto, SEPPUR NON RICHiesto NEL CAPITOLATO, è un sistema multifunzione "ideato e realizzato per incontrare le esigenze cliniche di qualsiasi chirurgo endoscopista (chirurgo, urologo, ginecologo, ortopedico). Indicato per le procedure di laparoscopia, ginecologia, artroscopia, urologia e endoscopia in generale

Va inoltre precisato che nella contestazione si adducono caratteristiche non menzionate nel capitolato di gara, di fatto il capitolato non richiede "un sistema a doppia camera monitorata autonomamente da sensori interni al sistema ed autolimitante le variazioni di pressioni" (peraltro la doppia camera è esclusiva della pompa Rocamed).

La pompa Whale risulta totalmente conforme alla richiesta di capitolato (che recitata testualmente "pressione isostatica o equivalente"):

per tale indicazione è stata proposta relazione dove si specifica che il sistema consente il mantenimento di una erogazione costante dei liquidi ed un continuo controllo delle pressioni di esercizio tramite sensori (come indicato anche sulla scheda tecnica). La presenza dei sensori pertanto, seppur non esplicitamente richiesta, è presente.

Per quel che concerne il sistema di riscaldamento si offre un prodotto migliorativo (come descritto nella relazione allegata in gara), infatti il sistema Whale è dotato di due piastre riscaldanti poste all'interno della macchina. Tale sistema fa sì che non sia necessario scaldare precedentemente le sacche in una "camera" bensì il liquido viene scaldato continuamente senza alcuna interruzione.

Pertanto è palese che anche il sistema combinato Whale è multifunzione, è in grado di erogare i liquidi a pressione costante con un continuo controllo attraverso sensori, è riscaldata ed in grado di erogare fluidi alla temperatura di 37° con un continuo controllo tramite sensori.

Si precisa altresì che il riscaldamento dei fluidi nulla ha a che vedere con l'innescò delle correnti di taglio e coagulo dei sistemi monopolari e bipolari, che dipendono dal tipo di soluzione utilizzata e dall'unità elettrochirurgica, ma offre un confort per le pazienti evitando l'abbassamento della temperatura corporea.

Forniture Ospedaliere

Da una attenta e dettagliata analisi del prodotto offerto si evince che lo stesso è ampiamente migliorativo rispetto a quanto descritto nel capitolato.

Si fa presente inoltre che come indicato nella lettera invito:

"La descrizione delle caratteristiche tecniche del bene oggetto dell'appalto, dunque, non esclude dalla valutazione quelle offerte il cui contenuto sia comunque strutturalmente e funzionalmente corrispondente a quanto richiesto con la presente richiesta d'offerta e deve intendersi coerente con la c.d clausola di equivalenza, ovvero sia con l'esigenza che sia prevista la possibilità, per i concorrenti, di offrire beni e servizi con caratteristiche equivalenti rispetto a quelle richieste"

Per quanto sopra riteniamo che le motivazioni di non conformità siano dovute ad una semplice svista, pertanto chiediamo la riammissione per la totale conformità del prodotto offerto.

Ci riserviamo comunque, nel caso di non accoglienza delle motivazioni sopra descritte, di tutelare i nostri diritti comunicando quanto sopra all'ANAC per una valutazione del caso.

Si allegano schede tecniche e relazione già prodotte in fase di gara.

Cordiali saluti

Francesco Nisticò

ALLEGATO E

*M. Perna*

Allega alla presente



Prot. n. 51961

del 12/05/2023

Cod. fisc./P.IVA 01151150867  
Tel. 0935-520.111

U.O.C. Servizio Provveditorato  
Telefono: 0935/520118  
EMAIL  
[provveditorato@asp.enna.it](mailto:provveditorato@asp.enna.it)  
[direttore.provveditorato@asp.enna.it](mailto:direttore.provveditorato@asp.enna.it)  
[provveditorato@pec.asp.enna.it](mailto:provveditorato@pec.asp.enna.it)

**Al Direttore U.O.C. Ostetricia e Ginecologia  
P.O. Umberto I di Enna**

**OGGETTO: Richiesta di chiarimenti parere di non conformità – Acquisto Set per isteroscopia. DITTA ATHENA**

In riferimento alla nota del 03/05/2023 relativo al parere di conformità e di non conformità espresso per l'acquisto di un set per isteroscopia, si inviano, allegati alla presente, la risposta relativa alla comunicazione di non conformità e la scheda tecnica della pompa di irrigazione, inviate dalla ditta Athena di Francesco Nisticò.

Si chiede di trasmettere motivati chiarimenti con riguardo a quanto espresso dalla ditta in argomento, al fine di consentire a questo Servizio adeguato riscontro.

Il Coadiutore Amministrativo Esperto  
Sig.ra Pietra Rita David

*Pietra Rita David*

Il Direttore  
U.O.C. Servizio Provveditorato  
Dott.ssa Maria Concetta Perna

*M. Perna*

ALLEGATO D  
Mia



REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE N°4  
OSPEDALE UMBERTO I ENNA  
UOC GINECOLOGIA-OSTETRICIA  
Direttore: Dott.ssa L. Lo Presti



Al Direttore UOC Provveditorato  
All'incaricata dell'Istruttoria Sig.ra David

Oggetto: Parere di conformità delle Ditte Athena- Di Emme- Soramed

In riscontro alla nota Prot n. 108131 del 25/10/2022 con la quale è stata avviata la procedura di gara per la fornitura di materiale per isteroscopia diagnostica/operativa, a cui hanno partecipato le Ditte in oggetto, valutate le offerte sulla base del capitolato richiesto si evince che:

La ditta la cui offerta è conforme con il capitolato è la Soramed srl.

La Ditta Di Emme Import Srl propone la pompa peristaltica come la Ditta F. Nisticò.

La Ditta Athena di F Nisticò, che ha chiesto chiarimenti in merito alla pompa indicata come laparoscopica nel capitolato, ed a cui ho risposto esplicitando i motivi della scelta, non soddisfa la nostra esigenza.

Le pompe peristaltiche offerte da entrambe le ditte sono a noi note perché in uso attualmente nella colonna isteroscopica.

La Pompa da noi richiesta infatti è multifunzionale, isostatica, con doppia camera, monitorata autonomamente da sensori interni al sistema ed autolimitante le variazioni di pressione, riscaldata per l'ottimizzazione dell'innesco delle correnti di taglio e coagulo utilizzati nei sistemi bipolari ed integrata.

Per tali ragioni l'offerta della Ditta Soramed Srl soddisfa pienamente le esigenze degli operatori e delle pazienti

Enna 7/8/2023

Direttore UOC  
Dott.ssa Lucia Lo Presti  
ASP ENNA - P.O. UMBERTO I  
Direttore U.O.C. di Ost. e Ginec.  
Dott.ssa Lo Presti Lucia  
Cod. Albo CT 7159

ALLEGATO E  
*Ben*

PROT. N. 100739  
DEL 28/09/2023



**U.O.C. Servizio Provveditorato**

Direttore U.O.C. Servizio

Provveditorato

Dott.ssa Maria Concetta Perna

U.O.S. Gare Beni

**Responsabile U.O.S. Gare Beni**

Dott.ssa Francesca La Paglia

tel. 0935/520711

e – mail: francesca.lapaglia@asp.enna.it

**direttore.provveditorato@asp.enna.it**

**provveditorato@pec.asp.enna.it**

Alla U.O.C. Servizio Tecnico  
Ing. Angelo Di Pasquale

Hospital Consulting S.p.A.  
fabio.dattilo@hcspa.it

e.p.c. Al Direttore U.O.C. Ostetricia e  
Ginecologia P.O. Umberto I

**OGGETTO:** Richiesta parere tecnico set per isteroscopia.

Con riferimento alla fornitura di un set per isteroscopia per la U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. "Umberto I" di Enna, a seguito della valutazione delle schede tecniche, allegata alla procedura di gara dalle ditte partecipanti, il Direttore della predetta U.O.C. ha espresso parere di non conformità con riferimento alla fornitura offerta dalla ditta Athena di Francesco Nisticò.

A seguito delle contestazioni relative al parere di non conformità, inviate con nota/pec prot. n. 88873 del 25/08/2023, dall'avv. Marina Lombardo, che scrive per conto della ditta Athena, si invia il capitolato tecnico, la documentazione tecnica della ditta Athena e il parere di non conformità espresso dal Direttore della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. Umberto I di Enna, al fine di acquisire parere tecnico qualificato, per la valutazione dell'esclusione della sopra citata ditta, dalle successive fasi della procedura di gara.

Il RUP

Responsabile U.O.S. Gare Beni

Dott.ssa Francesca La Paglia

Il Direttore

U.O.C. Servizio Provveditorato

Dr.ssa Maria Concetta Perna

ALLEGATO F

ASPEN: Risposta Consulenza n. 6110 - Richiesta parere tecnico set per isteroscopia

Da **Fabio Dattilo** <Fabio.Dattilo@hcspa.it>  
 A **Angelo Di Pasquale** <angelo.dipasquale@asp.enna.it>  
 Cc **pietra.david@asp.enna.it** <pietra.david@asp.enna.it>, **SIC ASP Enna**  
 <sic.aspena@hcspa.it>  
 Data mercoledì 4 ottobre 2023 - 13:40

Buongiorno,  
 in relazione alla Vostra richiesta meglio specificata in oggetto siamo ad inviare la risultante  
 della documentazione visionata.  
 Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.  
 Cordiali saluti

Ing. Fabio Dattilo  
 Supervisor di Commessa

Cel. +39-338.7111421



Hospital Consulting SpA

---

Da: Angelo Di Pasquale <angelo.dipasquale@asp.enna.it>  
 Inviato: giovedì 28 settembre 2023 16:05  
 A: Fabio Dattilo <Fabio.Dattilo@hcspa.it>  
 Oggetto: Fwd: Richiesta parere tecnico set per isteroscopia

Si chiede cortese riscontro in merito al quesito posto dal servizio Provbveditorato  
 Grazie

----- Messaggio Inoltrato -----

**Oggetto:** Richiesta parere tecnico set per isteroscopia

**Data:** Thu, 28 Sep 2023 12:52:35 +0200

**Mittente:** [pietra.david@asp.enna.it](mailto:pietra.david@asp.enna.it)

**Rispondi-a:** [pietra.david@asp.enna.it](mailto:pietra.david@asp.enna.it)

**A:** [angelo.dipasquale@asp.enna.it](mailto:angelo.dipasquale@asp.enna.it)

W2310036\_007 (1).pdf



Spett.le

Azienda Sanitaria Provinciale di Enna  
V.le Diaz, 7/9  
94100 Enna

Alla c.a. dott.ssa Maria Concetta Perna  
Direttore UOC Provveditorato

e p.c. ing. Angelo Di Pasquale  
U.O.C. Ufficio Tecnico

Bagno a Ripoli, 04/10/2023  
W2310036\_007

Oggetto: **Istruttoria 007: RDO 3385854 Fornitura di set per isteroscopia diagnostica/operativa U.O.C. Ostetrica e Ginecologia P.O. Umberto I di Enna. Supporto tecnico.**

In relazione alla Vs. richiesta, per le vie brevi, di approfondimento tecnico dell'offerta della Ditta Athena di Francesco Nisticò con la presente siamo a consegnare un nostro parere in merito.

L'analisi tecnica è stata condotta, come richiesto, confrontando le soluzioni tecniche proposte dalle Ditte partecipanti per rispondere alla seguente richiesta: "n. 1 Pompa per irrigazione e aspirazione laparoscopica, mediante generazione di una pressione isostatica o equivalente.".

Le pompe di irrigazione/aspirazione proposte dalle Ditte partecipanti sono ascrivibili a due categorie così definibili in base alle loro caratteristiche di funzionamento (movimento, flusso e pressione):

- **POMPA PERISTALTICA.** È costituita da una struttura rotante composta da due rulli che ruotano; schiacciando il deflussore all'interno, si genera una pressione pulsata che permette lo scorrimento e il passaggio del fluido.
- **POMPA ISOSTATICA.** È costituita da una struttura che determina una pressione uniforme e non pulsante e non possiede un atto di moto a meno che non si consideri la deformabilità dei corpi stessi.

In base a tali definizioni la pompa offerta dalla ditta Athena è una pompa peristaltica e non è una pompa isostatica, pertanto non corrisponde tecnicamente alla richiesta.

Dal punto di vista prestazionale la pompa offerta dalla ditta Athena potrebbe essere equivalente ad una pompa isostatica e questo può essere verificato soltanto con una prova pratica da parte dell'operatore sanitario; pertanto, si consiglia di eseguire una prova pratica di entrambe le tipologie di pompe.

Restando a disposizione, porgiamo distinti saluti.

HC Hospital Consulting spa  
Ing. Serafina Ibbianni





ALLEGATO 9

Regione Siciliana - ASP Enna  
U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia  
Ospedale Umberto I - Enna  
Direttore: Dott.ssa Lucia Lo Presti

Al Direttore UOC Provveditorato – Dott.ssa Perna  
Al Resp UOS Gare e Servizi -Dott.ssa La Paglia  
Alla Resp del provvedimento Dott.ssa David

Oggetto : Esito prova pratica pompa di irrigazione /aspirazione set isteroscopia

Il 19/10/2023 si è svolta in Sala operatoria la prova pratica delle pompe di irrigazione/aspirazione offerte nell'ambito della fornitura di materiale isteroscopico .

Nel capitolato era richiesta una pompa isostatica , ragione per la quale la Ditta Athena non è stata giudicata conforme in quanto la pompa offerta era di tipo peristaltico. L'esclusione dalla gara ha rappresentato motivo di contestazione da parte della Ditta succitata ed il Provveditorato ha chiesto alla Hospital Consulting spa di esprimere parere tecnico qualificato ( Prot n. 0103933 ).

Il parere espresso definisce con chiarezza le differenze delle caratteristiche di funzionamento delle pompe isostatiche e peristaltiche e , pur riconoscendo che la pompa peristaltica offerta dalla Ditta Athena che contesta la sua esclusione , " non corrisponde tecnicamente alla richiesta " , in quanto non conforme rispetto al capitolato , suggerisce la prova pratica in Sala Operatoria da parte dell'operatore .

La prova pratica è stata condotta testando la pompa di Athena sulle prime due pazienti e la pompa della ditta Soramed sulle successive due pazienti.

L'operatore che ha testato le pompe oggetto della valutazione ritiene la più efficiente nella prestazione la pompa di Soramed , in quanto il sistema intrinseco al suo funzionamento , isostatico , velocizza la procedura endoscopica , ne migliora l' esecuzione ed in ultima analisi soddisfa i criteri di sicurezza delle pazienti rispetto .

Pertanto si conferma la non conformità della pompa peristaltica rispetto a quanto richiesto nel capitolato.

Il Direttore dell'UOC

Dott.ssa Lucia Lo Presti  
Direttore U.O.C. di Ost. e Gin.  
Dott.ssa Lo Presti Lucia  
Cod. Albo CT 7159

Enna 26/1/2024



*ALLEGATO H*  
*Am*

Tipologia di Rdo: Rdo Semplici

FORNITURA DI SET PER ISTEROSCOPIA DIGNOSTICA/OPERATIVA U.O.C. OSTETRICA E GINECOLOGIA  
P.O. UMBERTO I ENNA**Dati Principali**

LOTTE	Tipologia di contratto	Tipologia di procedura	Criterio di aggiudicazione
1	Appalto di forniture	Procedura negoziata (senza pubblicazione del Bando) per Beni e/o Servizi fino alla soglia comunitaria	Minor Prezzo

**Nome RDO**FORNITURA DI SET PER ISTEROSCOPIA DIGNOSTICA/OPERATIVA U.O.C. OSTETRICA E  
GINECOLOGIA P.O. UMBERTO I ENNA**Numero RDO**

3385854




**Bandi istitutivi di riferimento**

Beni

**Ruoli e Autorizzazioni****Responsabile del procedimento**FILIPPO LA MARCA  
LMRFPP76T26C351L**Stazione Appaltante**AMMINISTRAZIONI ENTI ED  
AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE  
SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI  
> AZIENDA SANITARIA  
PROVINCIALE DI ENNA**Ente Committente**AMMINISTRAZIONI ENTI  
ED AZIENDE DEL S.S.N. >  
AZIENDE SANITARIE  
LOCALI E PROVINCIALI >  
AZIENDA SANITARIA  
PROVINCIALE DI ENNA

**Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti**

MARIA CONCETTA PERNA PRNMCN60T46H792A

**Date****Inizio presentazione offerte** 09/01/2023 13:20**Termine ultimo presentazione offerte** 30/01/2023 12:00**Termine ultimo richiesta chiarimenti** 16/01/2023 12:00**Lotti****Lotto 1**


Nome lotto

CIG: 9587959A0F

Buste: 2

Base d'asta: 124000 €

Codice CPV: 33100000-1



## Dettaglio Buste

Ordine di apertura

1°

3°

Lotto 1



Codice	Nome Busta	Fase	Anonima
Lotto 1 - 1° Busta	AMMINISTRATIVA	Amministrativa	No
Lotto 1 - 3° Busta	ECONOMICA	Economica	No

**Documentazione di Gara**

Lettera di Invito.pdf

3691.3 Kb

LETTERA DI INVITO

---

**Lettera di Invito.pdf**

3691.3 Kb

LETTERA DI INVITO

---

**OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA.doc**

19.5 Kb

OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA

---

**Patto di integrita DELIBERE.doc**

43.0 Kb

PATTO DI INTEGRITA



TEMPLATE PER ANAGRAFICA.xlsx

6.9 Kb

TEMPLATE PER ANAGRAFICA

---

TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI.pdf

74.1 Kb

TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

---

autodichiarazione.doc

61.0 Kb

AUTODICHIARAZIONE

*18/01/2023*

**Offerta Economica relativa a**

**DESCRIZIONE RDO**

FORNITURA DI SET PER ISTEROSCOPIA DIGNOSTICA/OPERATIVA U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA

P.O. UMBERTO I ENNA

NUMERO RDO 3385854

NUMERO LOTTO null

**Amministrazione titolare del procedimento**

**AMMINISTRAZIONE**

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA

CF AMMINISTRAZIONE 01151150867

**Concorrente**

**FORMA DI PARTECIPAZIONE**

Singolo operatore economico (D.lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

**RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE**

SORAMED

**PARTITA IVA**

06816990821

**TIPOLOGIA SOCIETARIA**

Società a responsabilità limitata (SRL)

**Oggetto dell'Offerta**

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

Nome	Valore
Valore offerto	122000

**Elenco dichiarazioni abilitazione**

## SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Specificare le tipologie di apparecchiature fornite	Apparecchiature per endoscopia
Fatturato MEDIO annuo relativo alla fornitura di APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI realizzato negli ultimi 2 esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di Ammissione	245356
Il sottoscritto Operatore Economico	dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste nella Categoria per cui viene richiesta l'Ammissione al Mercato Elettronico della P.A.

**Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:**

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**



SISTEMI DI E-PROCUREMENT

*RP*

ALLEGATO L *pa*



Soramed Srl  
Via Consona Monte, 19 - 90011 Bagheria (PA)  
info@soramed.com - soramedsrl@pec.it  
091 843 85 10 - 091 843 85 11

Sede legale:  
Largo degli Abeti, 3 - 90141 Palermo  
PI 06816990821 - Cod. univoco: USAL8PV

Spett.le  
Azienda Sanitaria  
Provinciale ENNA  
Viale A. Diaz, 7/9  
94100 Enna

Bagheria, 23/01/2023


Oggetto: Offerta economica con applicazione miglioria del 2% - RDO 3385854

Fornitura di set per isteroscopia diagnostica/operativa ambulatoriale per la UOC Ostetricia e Ginecologia del PO Umberto I di Enna

CODICE	DESCRIZIONE	QU.TA'	IMPOR TO UNITARIO	IMPOR TO COMPLESSIVO
26120BA	Sistema ottico HOPKINS II, KARL STORZ, visione obliqua 30°, Ø 2,9 mm., autoclavabile, lunghezza 30 cm, con fibre ottiche incorporate, codice colore: rosso	3	4.815,33 €	14.445,99 €
26153BIK	Camicia operativa di BETTOCCHI, KARL STORZ, con canale per strumenti semirigidi 5 Fr., con 1 Rubinetto d'arresto e 1 adattatore LUER-Lock, mis. 4.3 mm, composta da: 26153 BI Camicia; 27502. Raccordo LUER-Lock per tubo, con rubinetto, scomponibile	3	617,91 €	1.853,73 €
26153BOK	Camicia esterna sec. BETTOCCHI, KARL STORZ, misura 5 mm, per impiego con camicia interna 26153BIK, <b>composta da 26153BO Camicia esterna; 27500 connettore per tubo LUER-Lock</b>	3	499,03 €	1.497,09 €
495NAC	Cavo luce a fibre ottiche, KARL STORZ, con connettore diritto, resistente ad alte temperature, con chiusura di sicurezza, Ø 3,5 mm, lunghezza 230 cm, utilizzabile anche per applicazioni ICG	3	662,59 €	1.987,77 €
26159EHW	Forbici, KARL STORZ, semirigide, smusse, una ganaschia mobile, 5 Fr., lunghezza 34 cm	5	743,62 €	3.718,10 €
26159SHW	Forbici, KARL STORZ, semirigide, appuntite, una ganaschia mobile, da 5 Ch, lunghezza 34 cm	5	743,62 €	3.718,10 €
26159UHW	Pinza da biopsia e da presa, KARL STORZ, semirigida, entrambe le ganasche mobili, 5 Charr., lunghezza 34 cm	5	862,50 €	4.312,50 €

26159HS	Pinza da presa Tenaculum sec. HESSELING e DI SPIEZIO SARDO, KARL STORZ, con sporgenza, semirigida, entrambe le ganasce mobili, 5 Fr., lunghezza 34 cm	5	862,50 €	4.312,50 €
26159G	Palpatore sec. BETTOCCHI® e sec. DI SPIEZIO SARDO, KARL STORZ, semirigido, graduato in mm, 5 Fr., lunghezza 34 cm	2	168,11 €	336,22 €
26158BE	Elettrodo bipolare, KARL STORZ, per la vaporizzazione, semirigido, angolato 90°, 5 Fr., lunghezza 42 cm	8	353,63 €	2.829,04 €
26176LE	Cavo bipolare per alta frequenza, KARL STORZ, lunghezza 300 cm, per impiego con AUTOCON® III 300/400, AUTOCON® II 400 SCB series (111, 113, 115, 122, 125), AUTOCON® II 200, AUTOCON® II 80, coagulatore KARL STORZ 26021 B/C/D, 860021 B/C/D, 27810 B/C/D, 28810 B/C/D, AUTOCON (serie 50/200/350), coagulatori Erbe serie T e ICC	4	154,48 €	617,92 €
26120BAL	Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°, KARL STORZ, Ø 2,9 mm, lunghezza 36 cm, autoclavabile, con fibre ottiche incorporate, codice colore: rosso	1	5.037,21 €	5.037,21 €
26153BIL	Camicia interna sec. BETTOCCHI®, KARL STORZ, misura 4,3 mm, con canale per strumenti chirurgici semirigidi da 5 Charr., con 1 rubinetto, per impiego con camicia esterna 26153BOL	1	668,65 €	668,65 €
26153BOL	Camicia esterna sec. BETTOCCHI®, KARL STORZ, misura 5 mm, lunghezza operativa 28 cm, con 1 rubinetto, per impiego con camicia interna 26153BIL	1	549,00 €	549,00 €
495NAC	Cavo luce a fibre ottiche, KARL STORZ, con connettore dritto, resistente ad alte temperature, con chiusura di sicurezza, Ø 3,5 mm, lunghezza 230 cm, utilizzabile anche per applicazioni ICG	1	662,59 €	662,59 €
26160EHW	Forbici, KARL STORZ, semirigide, smusse, una ganascia mobile, 5 Fr., lunghezza 40 cm	5	763,30 €	3.816,50 €
26160UHW	Pinza da biopsia e da presa, KARL STORZ, semirigida, entrambe le	5	882,19 €	4.410,95 €

	ganasse mobili, 5 Charr., lunghezza 40cm			
MEN02P	Endoflow®II, ROCAMED, pompa di irrigazione e aspirazione, doppia camera	1	9.085,26 €	9.085,26 €
SOHY9200ST12	Set Irrigazione Isteroscopia - 2 spike, ROCAMED	30	37,86 €	1.135,80 €
26120AA	Sistema ottico HOPKINS®, KARL STORZ, a visione rettilinea 0°, diametro 2.9 mm, autoclavabile, con fibre ottiche incorporate, codice colore verde	2	4.815,33 €	9.630,66 €
26020FA	Sistema ottico HOPKINS® 12°, KARL STORZ, Ø 2,9 mm, lunghezza 30 cm, autoclavabile, con fibre ottiche incorporate, codice colore: nero	2	4.815,33 €	9.630,66 €
26053EB	Elemento operativo, KARL STORZ, monopolare e bipolare, taglio tramite pressione a molla (taglio passivo), anello mobile per pollice. In posizione di riposo la punta dell'elettrodo si trova all'interno della camicia.	2	2.550,40 €	5.100,80 €
26053SCK <i>n.b.: unico codice kit per camicia interna ed esterna</i>	Camicia resettoscopica, KARL STORZ, 15 Fr., becco obliquo, camicia interna rotante con isolamento in ceramica, bloccaggio rapido, per irrigazione e aspirazione continua, per impiego con elemento operativo 26053EB e sistema ottico 2.9 mm HOPKINS® 26120 AA, codice colore verde, composta da: <b>26053SC Camicia resettoscopica;</b> <b>26053CB Camicia interna</b>	2	1.107,85 €	2.215,70 €
26053OC	Otturatore standard, KARL STORZ, codice colore verde, per impiego con camicia resettoscopica 26053SC	2	163,57 €	327,14 €
26053CD	Inserto diagnostico, KARL STORZ, con canale per strumenti chirurgici semirigidi da 5 Charr., per impiego con camicia per resettoscopia 26053SC	2	430,12 €	860,24 €
21196-118	Cavo bipolare, ERBE, per resettore STORZ con spina MF-U, 4,5m, solo per VIO 3	5	249,90 €	1.249,50 €
277KE	Cavo unipolare per alta frequenza, KARL STORZ, con spina da 5 mm, lunghezza 300 cm, per AUTOCON®II 400 SCB (serie 111, 115, 122, 125), AUTOCON® II 200, AUTOCON® II 80, AUTOCON® (serie 50, 200, 350) ed apparecchi Erbe ICC	5	92,38 €	461,90 €



26040EB	Elemento operativo, KARL STORZ, bipolare.	2	2.196,67 €	4.393,34 €
26105AA	Sistema ottico HOPKINS® a visione rettilinea 0°, KARL STORZ, immagine ingrandita, diametro 4 mm, lunghezza 30 cm, autoclavabile, con fibre ottiche incorporate, codice colore: verde	2	4.437,17 €	8.874,34 €
26055SC	Camicia per resettoscopio, KARL STORZ, 22 Charr.	2	301,38 €	602,76 €
26020FA	Sistema ottico HOPKINS® 12°, KARL STORZ, Ø 2,9 mm, lunghezza 30 cm, autoclavabile, con fibre ottiche incorporate, codice colore: nero	2	4.815,33 €	9.630,66 €
26055SL	Camicia per resettoscopio, KARL STORZ, incluso tubo di afflusso e deflusso per irrigazione e aspirazione continue, 22 Charr., estremità distale obliqua, camicia interna fissa 26055XB con isolamento in ceramica, codice colore: bianco	2	293,81 €	587,62 €
21196-118	Cavo bipolare, ERBE, per resettore STORZ con spina MF-U, 4,5m, solo per VIO 3	4	249,90 €	999,60 €
<b>TOTALE COMPLESSIVO con applicazione miglioria del 2% € 119.559,84</b>				