



U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO
Direttore: Dott.ssa Maria Concetta Perna
e-mail: direttore.provveditorato@asp.enna.it
pec: provveditorato@pec.asp.enna.it

U.O.S. Gare Benii
Responsabile: Dott.ssa Francesca La Paglia
Te. 0935 520711
e-mail: francesca.lapaglia@asp.enna.it
Punto Istruttore: Sig.ra Pietra Rita David
Te. 0935 520118
e-mail: pietra.david@asp.enna.it
Cod. fisc./P.IVA 01151150867

Alle Ditte Interessate

OGGETTO: Avviso di consultazione preliminare di mercato per la fornitura di n. 14 sistemi taglia/svuota sacche per urine.

Questa Azienda ha ricevuto dal Dirigente U.O.S. Qualità e Rischio Clinico la richiesta di acquisto di n. 14 sistemi taglia/svuota sacche per urine per le UU.OO.CC. e UU.OO.SS.DD. dei PP.OO. dell'A.S.P. di Enna.

A tal fine si intende condurre consultazione preliminare di mercato per la fornitura sopra descritta, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 36/2023, al fine, poi, di avviare apposita procedura di scelta del contraente, come previsto dalla normativa vigente, per la fornitura di quanto in oggetto.

La presente consultazione preliminare di mercato ha unicamente fini esplorativi, per determinare la disponibilità dei prodotti e il valore di mercato, onde procedere alla determinazione di un prezzo a base d'asta congruo e conseguente procedura di gara.

Si invitano, pertanto, le ditte interessate a volere riscontrare la presente entro le ore 12,00 del giorno 22 marzo c.a., producendo:

- schede tecniche del bene offerto;
- prezzo unitario e prezzo complessivo della fornitura.

Si allegano le caratteristiche minime.
Distinti saluti.

L'Incaricato dell'Istruttoria
Sig.ra Pietra Rita David

Il Direttore
U.O.C. Servizio Provveditorato
Dr.ssa Maria Concetta Perna



ALLEGATO "A"

N. 14 Sistemi Taglia/Svuota sacche per urine per le UU.OO.CC. e UU.OO.SS.DD. dei PP.OO. dell'A.S.P. di Enna.

Caratteristiche tecniche:

- Il sistema deve funzionare in modo automatico e deve prevedere il taglio, lo svuotamento, il lavaggio della sacca e di tutto il dispositivo con durata massima di circa 1 minuto;
- deve garantire anche il prelavaggio automatico della vasca di scarico per evitare eventuali ristagni di urina;
- deve prevedere attacco diretto, sia per la fase di carico che di scarico dell'acqua;
- il vano di alloggiamento della sacca deve essere in acciaio inox, resistente alla corrosione da parte del liquido biologico e dei prodotti di lavaggio e sanificazione;
- l'apparecchiatura deve prevedere il vano integrato per l'alloggiamento della tanica del detergente (flacone minimo 2lt)
- Le superfici esterne devono essere in materiali lavabili e disinfettabili
- l'apparecchiatura deve essere dotata inoltre di:
 - Sistema automatico di gestione del ciclo, riducendo al minimo il coinvolgimento dell'operatore sanitario;
 - Display per visualizzare tutte le fasi del ciclo e le eventuali anomalie relative al malfunzionamento della macchina;
 - Allarmi visibili a monitor con almeno indicazione di blocco ciclo per: mancanza di detergente, portello aperto, otturazione scarico;
 - Alimentazione a 220V.
 - Dimensioni esterne massime circa cm 65x45 cm (LxP), di peso contenuto, per consentire un facile posizionamento negli ambienti dei reparti di ricovero sia su bancone che su carrello da trasporto;
 - Completa di carrello dedicato su n.4 ruote piroettanti, di cui n. 2 dotate di freno.

La ditta dovrà garantire l'installazione presso i reparti di degenza, l'allaccio alle reti idriche ed elettriche ed il collaudo dell'apparecchiatura.

I manuali di istruzione e le schede tecniche devono essere forniti in italiano.

La ditta deve garantire l'addestramento del personale delle Unità operative in cui verrà posizionato il sistema, per il corretto utilizzo della stessa, con attestazione scritta.

La fornitura deve includere anche la manutenzione ordinaria e straordinaria per almeno 4 (quattro) anni, con sostituzione dell'apparecchiature in caso di malfunzionamento on imputabili all'azienda sanitaria.