

ID Negoziazione: 3385854 - FORNITURA DI SET PER ISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA/OPERATIVA U.O.C...

Comunicati
Stato Rdo: In esame
[Seduta pubblica](#)

Comunicazione

11/05/2023 17:19:07

< TORNA INDIETRO ()

↓ FRANCESCO NISTICO' ATHENA DI FRANCESCO NISTICO'

🔑 GESTIONE
AUTORIZZAZIONI ()

A:
FILIPPO LA MARCA;PIETRA RITA DAVID;

R.D.O. N. 3385854 - COMUNICAZIONE PARERE DI NON CONFORMITA'

📄 RIEPILOGO RDO ()

📎 **Allegati** Risposta comunicazione mepa del 09-05-2023.pdf () Schedatecnica WHALE-4.2022.pdf ()

In riferimento al parere di non conformità si trasmette, in allegato, relazione dettagliata con le motivazioni di totale conformità del prodotto offerto.

Cordiali saluti
Francesco Nisticò

RISPONDI

📄 RICHIESTE CHIARIMENTI ()

🗨️ COMUNICAZIONI ()

09/05/2023 09:36:34

👤 OFFERTE PRESENTATE ()

↑ Tu
A: ATHENA DI FRANCESCO NISTICO'::

RAPPORTO DI CONSE

SPETT.LE
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA
Viale Diaz, 7 - 94100 ENNA

OGGETTO: Risposta alla comunicazione MEPA del 09/05/2023 relativa alla RDO 3385854 - FORNITURA DI SET PER ISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA/OPERATIVA U.O.C. OSTETRICA E GINECOLOGIA P.O. UMBERTO I ENNA

Facendo seguito al parere di non conformità, Vs. comunicazione del 08/05/2023, si precisa quanto segue:

Il capitolato di gara recita testualmente:

"Pompa per irrigazione e aspirazione laparoscopica, mediante generazione di una pressione isostatica o equivalente. Dotata di sistema di riscaldamento della sacca"

Come riportato in scheda tecnica il sistema Whale offerto, SEPPUR NON RICHIESTO NEL CAPITOLATO, è un sistema multifunzione "ideato e realizzato per incontrare le esigenze cliniche di qualsiasi chirurgo endoscopista (chirurgo, urologo, ginecologo, ortopedico). Indicato per le procedure di laparoscopia, ginecologia, artroscopia, urologia e endoscopia in generale

Va inoltre precisato che nella contestazione si adducono caratteristiche non menzionate nel capitolato di gara, di fatto il capitolato non richiede "un sistema a doppia camera monitorata autonomamente da sensori interni al sistema ed autolimitante le variazioni di pressioni" (peraltro la doppia camera è esclusiva della pompa Rocamed).

La pompa Whale risulta totalmente conforme alla richiesta di capitolato (che recitata testualmente "pressione isostatica o equivalente"): per tale indicazione è stata proposta relazione dove si specifica che il sistema consente il mantenimento di una erogazione costante dei liquidi ed un continuo controllo delle pressioni di esercizio tramite sensori (come indicato anche sulla scheda tecnica). La presenza dei sensori pertanto, seppur non esplicitamente richiesta, è presente.

Per quel che concerne il sistema di riscaldamento si offre un prodotto migliorativo (come descritto nella relazione allegata in gara), infatti il sistema Whale è dotato di due piastre riscaldanti poste all'interno della macchina. Tale sistema fa sì che non sia necessario scaldare precedentemente le sacche in una "camera" bensì il liquido viene scaldato continuamente senza alcuna interruzione.

Pertanto è palese che anche il sistema combinato Whale è multifunzione, è in grado di erogare i liquidi a pressione costante con un continuo controllo attraverso sensori, è riscaldata ed in grado di erogare i liquidi a alla temperatura di 37° con un continuo controllo tramite sensori.

Si precisa altresì che il riscaldamento dei fluidi nulla ha a che vedere con l'innescò delle correnti di taglio e coagulo dei sistemi monopolari e bipolari, che dipendono dal tipo di soluzione utilizzata e dall'unità elettrochirurgica, ma offre un confort per le pazienti evitando l'abbassamento della temperatura corporea.

Athena

Forniture Ospedaliere

Da una attenta e dettagliata analisi del prodotto offerto si evince che lo stesso è ampiamente migliorativo rispetto a quanto descritto nel capitolato.


Si fa presente inoltre che come indicato nella lettera invito:

"La descrizione delle caratteristiche tecniche del bene oggetto dell'appalto, dunque, non esclude dalla valutazione quelle offerte il cui contenuto sia comunque strutturalmente e funzionalmente corrispondente a quanto richiesto con la presente richiesta d'offerta e deve intendersi coerente con la c.d. clausola di equivalenza, ovvero sia con l'esigenza che sia prevista la possibilità, per i concorrenti, di offrire beni e servizi con caratteristiche equivalenti rispetto a quelle richieste"

Per quanto sopra riteniamo che le motivazioni di non conformità siano dovute ad una semplice svista, pertanto chiediamo la riammissione per la totale conformità del prodotto offerto.

Ci riserviamo comunque, nel caso di non accoglienza delle motivazioni sopra descritte, di tutelare i nostri diritti comunicando quanto sopra all'ANAC per una valutazione del caso. Si allegano schede tecniche e relazione già prodotte in fase di gara.

Cordiali saluti



Athena

Francesco Nisticò