




REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE N°4
OSPEDALE UMBERTO I ENNA
UOC GINECOLOGIA-OSTETRICIA
Direttore: Dott.ssa L. Lo Presti



Al Direttore UOC Provveditorato
All'incaricata dell'Istruttoria Sig.ra David

Oggetto: Parere di conformità delle Ditte Athena- Di Emme- Soramed

In riscontro alla nota Prot n. 108131 del 25/10/2022 con la quale è stata avviata la procedura di gara per la fornitura di materiale per isteroscopia diagnostica/operativa, a cui hanno partecipato le Ditte in oggetto, valutate le offerte sulla base del capitolato, richiesto si evince che:

La Ditta la cui offerta è conforme con il capitolato è la Soramed srl

La Ditta Di Emme Import Srl presenta un'offerta incompleta rispetto alla richiesta

La Ditta Athena di F Nisticò, che ha chiesto chiarimenti in merito alla pompa indicata come laparoscopica nel capitolato ed a cui ho risposto esplicitando i motivi della scelta, non soddisfa la nostra esigenza.

La pompa da noi richiesta infatti è multifunzionale, isostatica, con doppia camera, monitorata autonomamente da sensori interni al sistema ed autolimitante le variazioni di pressione, riscaldata per l'ottimizzazione dell'innesco delle correnti di taglio e coagulo utilizzati nei sistemi bipolari, ed integrata.

Per tali ragioni l'offerta della Ditta Soramed Srl soddisfa pienamente le esigenze degli operatori e delle pazienti

Enna 03/05/2023

*Il Direttore dell' UOC
Dott.ssa Lucia Lo Presti*

ASP ENNA - P.O. UMBERTO I
Direttore U.O.C. di Ost. e Gin.
Dott.ssa Lo Presti Lucia
Cod. Albo CT 7159