



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

DELIBERA N. 527

DEL 10 APR 2024

OGGETTO: Approvazione atti di gara e conseguente aggiudicazione alla ditta Ultramed srl della fornitura di n. 5 workstation per anestesia con monitor multiparametrici incorporati, da destinare alla U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. "Umberto I" di Enna" - RDO ME.PA n. 3719371- CIG A00A8EB612 - Fonte di Finanziamento n. 111 - Progetto n. 393

U.O. PROPONENTE : U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO - U.O.S. GARE BENI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 953

DEL 08/04/2024

Il Responsabile Unico del Progetto
Collaboratore Amministrativo Prof.le
Dott.ssa Lucia Macaluso

Il Responsabile U.O.S. Gare Beni
Dott.ssa Francesca La Paglia

IL DIRETTORE
U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dott.ssa Maria Concetta Perna

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

S.E.F.P.

Si attesta la copertura finanziaria e la compatibilità con il bilancio di previsione vigente.

[] come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

[] Autorizzazione n. 48 sub 29 del 2023 / 101020501

C.E.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Lucia Macaluso

IL DIRETTORE
IL DIRETTORE DEL S.E.F.P.
FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Dott.ssa N. PILLITO

DATA RICEZIONE DELLA PROPOSTA PRESSO UOC STAFF 09.04.2024

PREMESSO:

Che, con deliberazione n. 1374 del 31/08/2023, alla quale si fa integrale rinvio, è stata indetta procedura aperta, ai sensi dell'art. 71, comma 1 e comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e del regolamento Aziendale per gli acquisiti sotto soglia, dá aggiudicarsi applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., anche in presenza di una sola offerta valida, per la fornitura di n. 5 workstation per anestesia con monitor multiparametrici incorporati, da destinare alla U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. "Umberto I" di Enna – base d'asta €. 200.000,00 oltre IVA;

Che, in esecuzione del suddetto provvedimento, è stata avviata sul MePA la procedura di gara con la RDO n. 3719371 del 04/09/2023, rivolgendo l'invito a tutti gli operatori economici iscritti e abilitati per la categoria merceologica in argomento;

Che l'avviso della gara di che trattasi è stato pubblicato sul sito web aziendale;

Che, entro il termine ultimo delle ore 12,00 del 26/09/2023, sono pervenute offerte da parte delle ditte di seguito indicate:

- DRAEGER ITALIA SPA P.I. 09058160152
- ULTRAMED SRL P.I. 02732230871
- SIRIMED SRL P.I. 03236450874

VISTO il verbale di gara amministrativo del 29/09/2023, dal quale si evince che si è proceduto all'apertura, sul portale MEPA, dei files contenenti la documentazione amministrativa, alla verifica della stessa e all'ammissione delle ditte partecipanti alla procedura in argomento;

ATTESO che, con delibera n.1713 del 30/10/2023, è stata nominata la Commissione Giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche, ai sensi dell'art. 93, comma 3, del D.Lgs. 36/2023;

VISTO il verbale n. 1 della Commissione Giudicatrice relativo alla seduta del 16/11/2023, nel corso della quale la Commissione Giudicatrice si è insediata e ha proceduto all'apertura, sul portale MEPA, dei files contenenti la documentazione tecnica delle ditte partecipanti e ammesse, verificandone analiticamente la corrispondenza a quanto richiesto nella lettera di invito/capitolato tecnico;

RILEVATO che alla predetta seduta di gara pubblica hanno partecipato da remoto - previo invio a tutte le ditte partecipanti a mezzo MEPA della regolare comunicazione e del link per il relativo collegamento - le ditte Ultramed srl e Sirimed srl, mentre non ha partecipato la ditta Draeger Italia spa, previa verifica, da parte della Commissione Giudicatrice, della regolarità della partecipazione dei soggetti intervenuti, tramite visure camerali, deleghe conferite e relativi documenti di identità;

PRESO ATTO che, nel corso della seduta in argomento, la Commissione Giudicatrice ha accertato l'avvenuta regolare e completa presentazione della documentazione tecnica richiesta, aggiornandosi per la prosecuzione della seduta riservata di esame della stessa al 20 novembre 2023 e fissando, altresì, la data per l'effettuazione della demo on site prevista dal capitolato al 30 novembre 2023, presso i locali della U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. "Umberto I" di Enna, dandone comunicazione a mezzo MEPA agli operatori economici partecipanti;

VISTO il verbale n. 2 relativo alla seduta del 20/11/2023, nel corso della quale la Commissione Giudicatrice ha proseguito i lavori con l'esame tecnico/qualitativo della documentazione presentata per l'attribuzione dei relativi punteggi, come stabilito nella lex specialis di gara, esaminando la



documentazione tecnica in modo comparativo, con riferimento al capitolato tecnico e alla griglia di valutazione, allegati alla lettera di invito, con particolare attenzione alla sussistenza, per ciascuna delle due ditte, dei requisiti minimi richiesti dal sopra citato capitolato tecnico ed aggiornandosi per lo svolgimento della demo in data 30/11/2023;

VISTO il verbale n. 3 del 30/11/2023, relativo alla seduta per lo svolgimento della demo, che ha avuto luogo presso i locali della U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. "Umberto I" di Enna, con la partecipazione di tutti e tre gli operatori economici partecipanti alla procedura in argomento, per il tramite dei soggetti regolarmente delegati, come da verifiche effettuate dalla Commissione Giudicatrice;

VISTO il verbale n. 4, relativo alla seduta riservata del 4 dicembre 2023, nel corso della quale la Commissione Giudicatrice, anche alla luce delle risultanze della demo svolta in data 30/11/2023, ha condotto l'esame della documentazione tecnica presentata in gara dalle suddette ditte Ultramed srl, Sirimed srl e Draeger spa, ed ha attribuito a ciascuna offerta tecnica i seguenti punteggi, risultanti dalla somma dei punteggi attribuiti alle singole caratteristiche tecniche della griglia allegata al capitolato tecnico:

- DRAEGER ITALIA SPA punteggio qualità 62
- ULTRAMED SRL punteggio qualità 66
- SIRIMED SRL punteggio qualità 54

PRESO ATTO, altresì, che, come si evince dal verbale n. 5 della seduta del 13 dicembre 2023, nel corso della stessa, ultimata la lettura dei punteggi, alla luce delle evidenziazioni di alcuni partecipanti, a mezzo dei soggetti delegati ad assistere alla medesima seduta da remoto, la Commissione Giudicatrice ha deciso di sospendere la seduta pubblica, non procedendo all'apertura delle buste economiche su MEPA, proseguendo la seduta in forma riservata, al fine di approfondire l'esame tecnico, in base alle osservazioni presentate dalle ditte Sirimed srl e Ultramed srl;

VISTI i verbali nn. 6, 7 e 8, relativi alle sedute riservate, rispettivamente, del 21 dicembre 2023, 18 e 26 gennaio 2024, nel corso delle quali la Commissione Giudicatrice ha proseguito ed approfondito l'esame delle offerte tecniche presentate, rilevando la necessità di richiedere, per il tramite del Presidente, a mezzo MEPA, chiarimenti tecnici ad alcuni degli operatori economici partecipanti alla procedura in argomento, al fine di meglio comprendere e valutare le offerte tecniche pervenute, alla luce dell'esame comparativo con quanto richiesto nella lettera di invito/capitolato tecnico e nella griglia dei punteggi qualità;

PRESO ATTO del verbale n. 9 del 1 febbraio 2024, relativo alla seduta riservata nel corso della quale la Commissione, dopo avere proseguito ed ultimato l'esame delle offerte tecniche pervenute, avendo chiarito i dubbi insorti e preso atto dei chiarimenti presentati, ha parzialmente modificato la precedente attribuzione dei punteggi qualità, con riguardo alle singole caratteristiche tecniche della griglia allegata al capitolato tecnico, determinando, per ciascuna offerta tecnica, il seguente punteggio totale:

- DRAEGER ITALIA SPA punteggio qualità 47
- ULTRAMED SRL punteggio qualità 66
- SIRIMED SRL punteggio qualità 54

PRESO ATTO, altresì, conseguentemente, che tutte e tre le ditte hanno conseguito il punteggio minimo richiesto nella lettera di invito, pari a 42/70, e che sono state ammesse alla successiva fase di valutazione dell'offerta economica, la cui seduta è stata fissata dalla Commissione Giudicatrice per la data del 09/02/2024, con possibilità per gli operatori economici suddetti di partecipazione tramite link da remoto;

VISTO il verbale n. 10 del 09/02/2024, relativo alla seduta pubblica nel corso della quale la Commissione Giudicatrice ha proceduto all'apertura, sul portale MEPA, dei files contenenti le offerte economiche presentate, verificandone analiticamente la corrispondenza a quanto richiesto nella lettera di invito/capitolato tecnico;

RILEVATO che alla predetta seduta pubblica di gara hanno partecipato, tramite loro delegati, le ditte Draeger Italia spa, Ultramed srl e Sirimed srl, alle quali è stata data regolare comunicazione nei termini ed inviato il link per il collegamento da remoto, previa verifica, da parte della Commissione Giudicatrice, della regolarità delle deleghe conferite ai soggetti intervenuti e dei relativi documenti di identità;

RILEVATO

che, come si evince dal suddetto verbale n. 10 del 09/02/2024, tutte e tre le ditte sono state ammesse alla fase dell'apertura delle rispettive offerte economiche dettagliate, come di seguito riportate, avendo prodotto tutto quanto richiesto dalla Stazione Appaltante:

| | | |
|----------------------|------------------|-----------------------------|
| - DRAEGER ITALIA SPA | P.I. 09058160152 | prezzo offerto € 196.005,00 |
| - ULTRAMED SRL | P.I. 02732230871 | prezzo offerto € 168.500,00 |
| - SIRIMED SRL | P.I. 03236450874 | prezzo offerto € 160.000,00 |

con la conseguente attribuzione, per ciascuna offerta economica, del relativo punteggio, secondo quanto previsto nella *lex specialis* di gara, applicando la formula che di seguito si riporta:

- $\frac{\text{offerta minore} \times 30}{\text{offerta considerata}}$

-

che il punteggio attribuito all'elemento prezzo, secondo la formula sopra indicata, è, per ciascuna delle ditte partecipanti, il seguente:

| | | |
|----------------------|------------------|------------------------|
| - DRAEGER ITALIA SPA | P.I. 09058160152 | punteggio prezzo 24,49 |
| - ULTRAMED SRL | P.I. 02732230871 | punteggio prezzo 28,49 |
| - SIRIMED SRL | P.I. 03236450874 | punteggio prezzo 30 |

- C. Verbale di gara del 29/09/2023, dal quale si evince la verifica positiva della documentazione amministrativa e l'ammissione delle ditte partecipanti alla fase successiva della procedura in argomento;
- D. Verbale della Commissione Giudicatrice n. 1 del 16/11/2023;
- E. Verbale della Commissione Giudicatrice n. 2 del 20/11/2023;
- F. Verbale della Commissione Giudicatrice n. 3 del 30/11/2023;
- G. Verbale della Commissione Giudicatrice n. 4 del 04/12/2023;
- H. Verbale della Commissione Giudicatrice n. 5 del 13/12/2023;
- I. Verbale della Commissione Giudicatrice n. 6 del 21/12/2023;
- J. Verbale della Commissione Giudicatrice n. 7 del 18/01/2024;
- K. Verbale della Commissione Giudicatrice n. 8 del 26/01/2024;
- L. Verbale della Commissione Giudicatrice n. 9 del 01/02/2024;
- M. Verbale della Commissione Giudicatrice n. 10 del 09/02/2024;
- N. Offerta economica dettagliata – Ditta Ultramed srl;
- O. Riscontro richiesta di miglioria ditta Ultramed srl.


DATO ATTO che il Direttore della U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.3 del D.L. 23 ottobre 1996, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n.639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della Legge 6 novembre 2012 n.190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti della Sezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza del vigente P.I.A.O. (Piano Integrato di Attività e Organizzazione);

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui s'intendono integralmente riportate:

1. DI APPROVARE gli atti della procedura di gara su MEPA - n. RDO n. 3719371 del 04/09/2023, relativa alla fornitura di n. 5 workstation per anestesia con monitor multiparametrici incorporati, da destinare alla U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. "Umberto I" di Enna.
2. DI AFFIDARE, ai sensi ai sensi dell'art. 71, comma 1 e comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 (vista l'urgenza di garantire le attrezzature in argomento) la fornitura in argomento all'operatore economico Ultramed srl, P. IVA 02732230871 – Via Macello n. 27 – San Gregorio di Catania (CT), al prezzo complessivo di €. 168.000,00 oltre IVA 22%, pari a complessivi €. 204.960,00 IVA 22% compresa.
3. DI DARE ATTO che, in seguito all'adozione del presente provvedimento, si procederà alla sottoscrizione della lettera contratto tra le parti e alla relativa stipula informatica della RDO.
4. DI NOMINARE Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore della U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. "Umberto I" di Enna, per i consequenziali adempimenti di competenza, connessi alla gestione del contratto in argomento.
5. DI INCARICARE il Servizio Provveditorato di richiedere alla Ditta aggiudicataria la produzione dei documenti propedeutici alla stipulazione del contratto di fornitura e di comunicare l'avvenuta stipula al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, individuato al precedente punto 4, per i consequenziali adempimenti di competenza.
6. DI DARE ATTO che l'importo complessivo di €. 204.960 IVA 22% compresa, relativo alla fornitura di n. 5 workstation per anestesia con monitor multiparametrici incorporati, da destinare alla U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. "Umberto I" di Enna, graverà sul



RILEVATO che, dalla sommatoria del punteggio attribuito all'elemento qualità con il punteggio attribuito all'elemento prezzo, risultano i seguenti punteggi totali:

| Parametri qualità-prezzo | MAX qualità-prezzo | DRAGER ITALIA SPA | ULTRAMED SRL | SIRIMED SRL |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-------------|
| Qualità | 70 | 47 | 66 | 54 |
| Prezzo | 30 | 24,49 | 28,49 | 30 |
| TOTALE | 100 | 71,49 | 94,49 | 84 |

PRESO ATTO che la ditta Ultramed srl, risultata prima in graduatoria alla luce del punteggio complessivo conseguito, ha riscontrato la richiesta di miglioria, trasmessa a mezzo piattaforma MEPA, scontando dall'offerta economica l'importo di €. 500,00, per un totale di €. 168.000,00 oltre IVA;

RILEVATO che nulla osta all'approvazione dei verbali sopracitati;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover aggiudicare la fornitura in argomento all'operatore economico Ultramed srl, P. IVA 02732230871 – Via Macello n. 27 – San Gregorio di Catania (CT), al prezzo complessivo di €. 168.000,00 oltre IVA 22%, pari a complessivi €. 204.960,00 IVA 22% compresa;

L'anno duemilaventiquattro il giorno 10 APR 2024 del mese di nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia, nominato con D.A. n. N.1/2024/Gab Del 31/01/2024, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, Dr.ssa Sabrina Cillia, e dal Direttore Sanitario, Dott. Emanuele Cassarà, e con l'assistenza del Segretario Verbalizzante DOTT. URSANO MACCHIAVOLI

VISTI .

- La Legge Regionale 5 /2009 e s.m.i.;
- L'Atto Aziendale adottato con delibera n.857 del 12/06/2020, parzialmente rettificata con delibera n.902 del 19/06/2020;
- Il Regolamento di organizzazione e funzionamento – Area Amministrativa di questa ASP, adottato con delibera n°829 del 24/10/2016;

VISTI I SEGUENTI ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE

- A. Avviso esito gara da pubblicare sul sito internet Aziendale a seguito della pubblicazione del presente provvedimento;
- B. Riepilogo MePA;

conto patrimoniale n. 101020501 "Attrezzature sanitarie e scientifiche" del bilancio corrente, a valere sulla Fonte di Finanziamento n. 111 – Progetto n. 393 - contratto informatico n. 261/2024 - CIG: A00A8EB612.

7. **DI DARE MANDATO** al Responsabile dei Magazzini Economici Area Sud, per il tramite del magazziniere addetto al magazzino del P.O. "Umberto I" di Enna, di provvedere, dopo la ricezione della comunicazione dell'avvenuta stipula contrattuale, all'emissione dell'ordine informatico (N.S.O.) e al ricevimento informatico e al Direttore della U.O.C. Amministrativa Area Sud, di provvedere agli adempimenti propedeutici al collaudo, a cura del Servizio Tecnico, e all'inventariazione dei beni, a cura dell'U.O.S. Gestione del Patrimonio afferente al SEFP nonché alle procedure di liquidazione delle spettanze, con contestuale trasmissione al SEFP del "fascicolo di liquidazione", firmato digitalmente, per il pagamento, dietro presentazione di regolare fattura da parte della ditta individuata per la fornitura in argomento, previa attestazione di regolarità espressa dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto come individuato al punto 4.
8. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al Direttore dell'Esecuzione del Contratto individuato al punto 4, al Responsabile dei Magazzini Economici Area Sud, al Direttore U.O.C. Amministrativa Area Sud, al Direttore del Servizio Tecnico e al Direttore del SEFP, per i consequenziali adempimenti di rispettiva competenza.
9. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di procedere in tempi brevi all'acquisizione delle apparecchiature in argomento, al fine di evitare conseguenze negative sulle attività della Struttura richiedente.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Sabrina Gilja

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Emanuele Cassara

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Mario Zappia

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dr. Vito Christian Macchiavelli
Collaboratore Amministrativo

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio informatico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n° 30/93 s.m.i., e dell'art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009

dal 14 APR 2024

al 28 APR 2024

L'incaricato

PER DELEGA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- IL Dirigente U.O.C. COORD. STAFF

Notificata al Collegio Sindacale il con nota prot. n°

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

dell'Assessorato Regionale Sanità ex L.R. n° 5/09 trasmessa in data _____ prot. n° _____

SI ATTESTA

che l'Assessorato Regionale Sanità:

- ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n° _____ del _____
- ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n° _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n° 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L.R. n° 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n° 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo; dal _____

- immediatamente esecutiva dal 10 APR 2024

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n° _____ del _____

- Modifica con provvedimento n° _____ del _____

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO



Regione Siciliana
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA**

Allo. A)
[Handwritten signature]

AVVISO ESITO GARA

Si rende noto che la gara indetta con Delibera n. 1374 del 31/08/2023 per la fornitura di n. 5 workstation per anestesia con monitor multiparametrici incorporati, da destinare alla U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. "Umberto I" di Enna, è stata aggiudicata al seguente operatore economico, per l'importo a fianco indicato:

- **Ultramed srl, P. IVA 02732230871 – Via Macello n. 27 – San Gregorio di Catania (CT), al prezzo complessivo di €. 168.000,00 oltre IVA 22%, pari a complessivi €. 204.960,00 IVA 22% compresa.**

Gli atti della gara sono stati approvati con Delibera n. _____ del _____.

Il Direttore
U.O.C. Servizio Provveditorato
Dott.ssa Maria Concetta Perna

[Handwritten signature]

Tipologia di Rdo: Rdo Evolute

Fornitura di n. 5 workstation per anestesia con monitor multiparametrici incorporati da destinare alla U.O.C. Anestesia e

Dati Principali

Numero RDO
3719371Criterio di aggiudicazione
Miglior Rapporto Qualità PrezzoNumero Lotti
1

Nome RDO

Fornitura di n. 5 workstation per anestesia con monitor multiparametrici

Tipologia di procedura

Altro

Tipologia di contratto

Appalto di forniture

Bandi istitutivi di riferimento

Beni

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni

Responsabile del procedimento

LUCIA MACALUSO

MCLLCU77P41G273M

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

MARIA CONCETTA PERNA PRNMCN60T46H792A

Stazione Appaltante

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE
SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI ENNA

Ente Committente

AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE
SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI ENNA



Date

Pubblicazione

 04/09/2023 16:48

Inizio presentazione offerte

 04/09/2023 16:48

Termine ultimo presentazione offerte

 26/09/2023 12:00

Termine ultimo richiesta chiarimenti


 13/09/2023 12:00

Data limite stipula contratto

 31/12/2024 12:00

Giorni dopo la stipula per consegna

40

**Lotti****Lotto 1****Criterio Aggiudicazione**

Miglior Rapporto Qualità Prezzo

CIG

A00A8EB612

CUP

-

Buste

3

CPV**Identificativo**
33172100-7**Descrizione**
Apparecchi per anestesia**Categoria**
Apparecchiature elettromedicali-
Mepa**Fornitura**
100**Importo oggetto di offerta:**

Importo base d'asta

Importo base d'asta

€ 200.000,00

Termini di pagamento

60 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Punteggio tecnico massimo



70

Punteggio economico massimo

30

Dati consegna e fatturazione

Fatturazione: VIALE DIAZ, 7/9 ENNA (ENNA); Consegna: P.O. "UMBERTO I" C.DA FERRANTE ENNA (ENNA); Aliquote: secondo la normativa vigente





Dettaglio Buste

Ordine di apertura 1° 2° 3°

Lotto 1



| Codice | Nome Busta | Fase | Anonima |
|--------------------|----------------|----------------|---------|
| Lotto 1 - 1° Busta | AMMINISTRATIVA | Amministrativa | No |
| Lotto 1 - 2° Busta | TECNICA | Tecnica | No |
| Lotto 1 - 3° Busta | ECONOMICA | Economica | No |



Documentazione di Gara



LETTERA DI INVITO.pdf

1844.5 Kb

Lettera di invito

autodichiarazione 445.pdf

133.2 Kb

Dichiarazione ex dpr 445/2000

dgue.pdf

483.6 Kb

DGUE

offerta economica dettagliata.pdf

22.1 Kb

Offerta economica dettagliata



patto integrita.pdf

63.2 Kb

Patto di integrità

tracciabilita dei flussi.pdf

29.8 Kb

Dichiarazione cc dedicato

Alq. c)
Bu



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA

Servizio Provveditorato/Economato

V.le Diaz, 7/9- 94100 -Enna

Verbale di gara relativo alla fornitura di n. 5 workstation per anestesia con monitor multiparametrico incorporato da destinare alla U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. "Umberto I" di Enna. RDO ME.PA n. 3719371.

L'anno duemilaventitre, il giorno ventinove del mese di settembre nei locali dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna siti in Viale Diaz n°7/9,

SONO PRESENTI

La Dott.ssa Lucia Macaluso, che assume la Presidenza della seduta, assistita da:

- Sig. Francesco Nobile - quale Segretario verbalizzante;
- Sig.ra Concetta Calabrese - Testimone;
- Dott.ssa Tiziana Rizza - Testimone.

SI PREMETTE

CHE, con deliberazione n.1374 del 31/08/2023, è stata indetta sul MEPA procedura di gara sottosoglia per la fornitura di n. 5 workstation per anestesia con monitor multiparametrico incorporato, da destinare alla U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. "Umberto I" di Enna, per l'importo presunto complessivo di €. 200.000,00 oltre IVA di legge, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i parametri qualità/prezzo stabiliti nel capitolato di gara, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 36/2023 (già art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) in attesa del recepimento del nuovo Codice degli Appalti in discussione presso l'ARS;

CHE il Servizio Provveditorato, in esecuzione di detto provvedimento, ha avviato sul MEPA, ai sensi dell'art.71, commi 1 e 3, del D.Lgs. 36/2023 (già art. 60, comma 1 e comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) in attesa del recepimento del nuovo Codice degli Appalti in discussione presso l'ARS, la RDO n. 3719371, invitando tutti i fornitori abilitati per la categoria merceologica in argomento e che operano nel settore di cui è questione e iscritti al MEPA;

CHE l'avviso è stato pubblicato sul sito web aziendale;

CIO' PREMESSO

In data odierna si prende atto che entro il termine ultimo del 26/09/2023, ore 12.00, sono pervenute offerte da parte delle seguenti ditte

- DRAEGER ITALIA SPA

P.I. 09058160152

Man

- ULTRAMED SRL

P.I. 02732230871

- SIRIMED SRL

P.I. 03236450874

Indi si procede all'apertura dei files contenenti la documentazione amministrativa delle ditte sopra citate.

Tutte e tre le ditte vengono ammesse alle successive fasi di gara, essendo regolare la documentazione amministrativa prodotta.

La seduta si chiude alle ore 9,30 e si rinvia la prosecuzione della gara previa nomina della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016 ^{art. 93 D. Lgs 50/2016} e ss.mn.ii., per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche secondo i parametri stabiliti nel capitolato tecnico.

Del che viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE : Dott.ssa Lucia Macaluso

Lucia Macaluso

IL SEGRETARIO: Sig. Francesco Nobile

Francesco Nobile

TESTIMONI: Dott.ssa Tiziana Rizza

Tiziana Rizza

Sig.ra Concetta Calabrese

Concetta Calabrese

Indi la Commissione prende atto che le suddette ditte sono le seguenti:

- DRAEGER ITALIA SPA P.I. 09058160152
- ULTRAMED SRL P.I. 02732230871
- SIRIMED SRL P.I. 03236450874

CIO' PREMESSO

In data odierna la Commissione si insedia nelle proprie funzioni e procede all'apertura, sul portale MEPA, dei files contenenti la documentazione tecnica delle suddette ditte partecipanti e ammesse, avvisate tramite comunicazione su piattaforma MEPA della data e ora di svolgimento della presente seduta, e invitate a comunicare la propria volontà di prendervi parte onde ricevere, alla mail da ciascuna indicata, il link per la partecipazione.

La Commissione prende atto che alla suddetta comunicazione hanno risposto le ditte Ultramed srl e Sirimed srl, le quali hanno conseguentemente ricevuto, con mail del 14/11/2023, il link della seduta.

Nessuna comunicazione è pervenuta dalla DRAEGER ITALIA srl, la quale non partecipa, pertanto, alla seduta odierna.

Si prende atto, preliminarmente, che partecipano alla seduta pubblica le ditte ULTRAMED SRL e SIRIMED SRL.

Per la ditta ULTRAMED SRL, entrata in seduta alle ore 16,00, prende parte la sig.ra Taverna Valentina Elena, come si evince dall'autorizzazione con allegato documento, a firma dell'Amministratore Unico e legale rappresentante sig. Gangemi Alfio.

Per la ditta SIRIMED SRL, entrata in seduta alle ore 16:15, prende parte la Sig.ra Leonardi Rosaria, come si evince dalla delega a firma del Rappresentante legale e Presidente del CDA, sig. Giuseppe Rifici, e dal documento d'identità.

Indi la Commissione procede alle verifiche relative alle deleghe e ai documenti di identità dei sopra citati partecipanti, che risultano regolari.

Si procede, quindi, alla verifica della presenza di tutta la documentazione tecnica richiesta nella lettera di invito/capitolato tecnico, che di seguito si riporta:

- 
- Offerta economica senza prezzi con indicazione del bene offerto, marca, modello, nome della ditta produttrice, CND e repertorio;
 - scheda tecnica dei prodotti offerti ed eventuale materiale illustrativo in lingua italiana indicante tutti gli elementi necessari e indispensabili all'individuazione dei requisiti tecnici dei prodotti;
 - dichiarazione di equivalenza dei prodotti offerti: nel caso in cui l'operatore economico proponga prodotti equivalenti dovrà essere allegata idonea documentazione tecnica atta a dimostrare tale equivalenza;
 - descrizione garanzia offerta, - durata minima 24 mesi – full risk su tutti gli inconvenienti, di qualsiasi natura, che si dovessero riscontrare durante il periodo di garanzia con l'obbligo di eliminazione;
 - dichiarazione con la quale la ditta, ove richiesta, si impegna a fornire demo on site delle apparecchiature offerte.
 - Dichiarazione relativa alla formazione gratuita, in favore del personale sanitario utilizzatore dei beni in argomento, per il tempo necessario all'apprendimento.
 - Dichiarazione di impegno a provvedere, a proprie spese, senza ulteriori oneri aggiuntivi, allo smontaggio e smaltimento delle vecchie attrezzature con certificazione di avvenuto smaltimento, secondo legge.

La Commissione prende atto che tutte e tre le ditte ammesse hanno presentato la documentazione tecnica richiesta.

Le ditte partecipanti lasciano la seduta alle ore 16:28.

La Commissione procede, quindi, in seduta riservata, all'esame tecnico/qualitativo della documentazione presentata per l'attribuzione dei relativi punteggi, come stabilito nella lex specialis di gara.

A questo punto, la Commissione Giudicatrice prende in esame la documentazione delle ditte partecipanti SIRIMED SRL - P.I. 03236450874, ULTRAMED SRL - P.I. 02732230871 e DRAEGER ITALIA SPA P.IVA 09058160152, in modo comparativo, con riferimento al capitolato tecnico e alla griglia di valutazione allegati alla lettera di invito, con particolare attenzione alla sussistenza, per ciascuna delle ditte partecipanti, dei requisiti minimi richiesti dal sopra citato capitolato tecnico.

Alle ore 18.00 la Commissione stabilisce di proseguire l'esame della documentazione tecnica delle ditte partecipanti aggiornandosi alla seduta riservata del 20 novembre 2023 alle ore 15.30 e decide, altresì, che la demo on site verrà effettuata in data 30 novembre 2023, ore 10.00, presso la U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. "Umberto I" di Enna. Di ciò verrà data comunicazione alle ditte partecipanti tramite piattaforma MEPA.



3




Man


Indi la Commissione chiude la seduta alle ore 18,05.

Del che il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue

Il Presidente : Dott.ssa Lucia Macaluso




Il Commissario: Dott. Ezio De Rose



Il Commissario: Dott. Davide Di Fabrizio



Il Segretario: Rag. Lucio Bonasera



Allegato E)



REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA

Servizio Provveditorato/Economato

V.le Diaz, 7/9- 94100 - Enna

Verbale n.2

Commissione Giudicatrice per l'aggiudicazione della fornitura di n. 5 workstation per anestesia con monitor multiparametrici incorporati da destinare alla U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. Umberto I di Enna. RDO ME.PA n. 3719371.

L'anno duemilaventitre, il giorno 20 del mese di Novembre alle ore 15,30 presso gli uffici del Servizio Provveditorato siti in viale Diaz n. 7/9, si riunisce la Commissione Giudicatrice, nominata con atto deliberativo n. 1713 del 30/10/2023, per la prosecuzione della valutazione delle offerte tecniche relative alla fornitura indicata in oggetto.

La Commissione Giudicatrice risulta così composta:

- Dott.ssa Lucia Macaluso Presidente;
- Dott. Ezio De Rose Componente;
- Dott. Davide Di Fabrizio Componente.

Svolge le funzioni di Segretario il Rag. Lucio Bonasera.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i Componenti, dichiara aperta la seduta.

Si prosegue, quindi, con l'esame tecnico/qualitativo della documentazione presentata, ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, come stabilito nella lex specialis di gara.

La Commissione dà atto, preliminarmente, che nel corso della seduta del 16 novembre 2023 sono stati aperti sul MEPA i files contenenti la suddetta documentazione tecnica, e che ne è stata verificata la completezza e regolarità e, successivamente, in seduta riservata, è iniziata l'apertura ed esame dei files presentati dalle ditte partecipanti SIRIMED SRL - P.I. 03236450874, ULTRAMED SRL - P.I. 02732230871 e DRAEGER ITALIA SPA P.IVA 09058160152, in modo comparativo, con riferimento al capitolato tecnico e alla griglia di valutazione allegati alla lettera di invito, con particolare attenzione alla sussistenza, per ciascuna delle ditte partecipanti, dei requisiti minimi richiesti dal sopra citato capitolato tecnico.

La Commissione Giudicatrice, quindi, prosegue l'esame tecnico qualitativo di tutte le schede prodotte dalle Ditte partecipanti portandolo a compimento.

La Commissione si aggiorna per il giorno 30 novembre 2023 alle ore 10:00 presso i locali della U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. Umberto I° di Enna quando, come stabilito nel corso della seduta del 16 novembre u.s., verrà effettuata la demo on site delle apparecchiature offerte così come previsto dal capitolato di gara.

1


Man

La Commissione stabilisce che in tale seduta, dopo l'espletamento della prova pratica, si procederà all'attribuzione dei punteggi alle singole voci previste nella griglia di valutazione allegata al capitolato.


Indi, la Commissione chiude la seduta riservata odierna, alle ore 17,00.

Del che il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue


Il Presidente : Dott.ssa Lucia Macaluso



Il Commissario: Dott. Ezio De Rose



Il Commissario: Dott. Davide Di Fabrizio



Il Segretario: Rag. Lucio Bonasera



Acc. F)
[Handwritten signature]



REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA
Servizio Provveditorato/Economato

V.le Diaz, 7/9- 94100 - Enna

Verbale n.3

Commissione Giudicatrice Paggiudicazione della fornitura di n. 5 workstation per anestesia con monitor multiparametrici incorporati da destinare alla U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. Umberto I di Enna. RDO ME.PA n. 3719371.

L'anno duemilaventitre, il giorno 30 del mese di Novembre alle ore 10,15, presso i locali della U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. "Umberto I" di Enna, si riunisce la Commissione Giudicatrice, nominata con atto deliberativo n. 1713 del 30/10/2023, al fine di procedere all'effettuazione della demo on site delle apparecchiature offerte, come stabilito in occasione della seduta di gara del 16/11/2023 e comunicato alle ditte partecipanti tramite piattaforma MEPA in data 17/11/2023.

La Commissione Giudicatrice risulta così composta:

- Dott.ssa Lucia Macaluso Presidente
- Dott. Ezio De Rose Componente
- Dott. Davide Di Fabrizio Componente

Svolge le funzioni di Segretario il Rag. Lucio Bonasera.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i Componenti, dichiara aperta la seduta.

Si prende atto, preliminarmente, che sono presenti le ditte partecipanti SIRIMED SRL - P.I. 03236450874, ULTRAMED SRL - P.I. 02732230871 e DRAEGER ITALIA SPA P.IVA 09058160152.

Per la ditta SIRIMED SRL sono presenti i Sigg.: Francesco Alberto Rifici, Fabio Sgarella, Davide Salvatore Raiti e Angelo Lerario, giusta delega e relativi documenti di identità.

Per la ditta ULTRAMED SRL sono presenti gli Ing. Davide Bellino e Giuseppe Spadaro, giusta autorizzazione corredata dai relativi documenti di identità.

Per la ditta DRAEGER ITALIA SPA è presente l'Ing. Stefano Di Carlo e il Sig Giovanni Mercadante giuste deleghe prodotte e documenti di identità.

Indi la Commissione procede alle verifiche relative alle deleghe e documenti dei sopra citati partecipanti, che risultano regolari.

Si procede, quindi, all'effettuazione della demo pratica, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, come da lex specialis di gara.

[Handwritten signatures and initials]

La Commissione stabilisce di effettuare le demo singolarmente e, pertanto, alle ore 10,30, si decide che la ditta DRAEGER ITALIA SPA inizierà ad illustrare la propria apparecchiatura, mentre gli altri due partecipanti attenderanno in un locale separato.

La ditta DRAEGER ITALIA SPA, nella persona dell'Ing. Di Carlo e del Sig Giovanni Mercadante, inizia la presentazione, che si conclude alle ore 11,20.

Indi la Commissione dà atto che la demo della ditta DRAEGER ITALIA SPA si è conclusa ed invita ad entrare presso i locali di svolgimento della presentazione la ditta SIRIMED SRL, nella persona dei delegati sopra meglio specificati. La demo ha inizio alle ore 11,25 e si conclude alle ore 12,40. Indi la ditta SIRIMED SRL lascia i locali ove si svolge la demo, e vengono fatti entrare i delegati della ditta ULTRAMED SRL, i quali iniziano la presentazione della propria apparecchiatura alle ore 13,00 concludendo alle ore 14,00.

La Commissione, conseguentemente, dà atto che la demo pratica di tutte e tre le apparecchiature offerte termina alle ore 14,00.

Indi, la Commissione chiude la seduta odierna, alle ore 14,15, e stabilisce di aggiornarsi al 4 dicembre 2023 alle ore 15,00, per la prosecuzione della valutazione tecnica delle offerte e l'attribuzione dei relativi punteggi, come previsto dalla lex specialis di gara.


Del che il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue

Il Presidente : Dott.ssa Lucia Macaluso

Il Commissario: Dott. Ezio De Rose

Il Commissario: Dott. Davide Di Fabrizio

Il Segretario: Rag. Lucio Bonasera



The image shows four handwritten signatures on horizontal lines. From top to bottom, they correspond to the roles listed on the left: the President (Dott.ssa Lucia Macaluso), the first Commissioner (Dott. Ezio De Rose), the second Commissioner (Dott. Davide Di Fabrizio), and the Secretary (Rag. Lucio Bonasera). The signatures are written in dark ink and are somewhat stylized.

Acc. (B)
- [Signature]



REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA
Servizio Provveditorato/Economato

V.le Diaz, 7/9- 94100 -Enna

Verbale n.4

Commissione Giudicatrice l'aggiudicazione della fornitura di n. 5 workstation per anestesia con monitor multiparametrici incorporati da destinare alla U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. Umberto I di Enna. RDO ME.PA n. 3719371.

L'anno duemilaventitre, il giorno 4 del mese di dicembre 2023, alle ore 15,00, presso gli uffici del Servizio Provveditorato siti in viale Diaz n. 7/9, si riunisce la Commissione Giudicatrice, nominata con atto deliberativo n. 1713 del 30/10/2023, al fine di procedere alla valutazione tecnica delle offerte presentate e all'attribuzione dei relativi punteggi.

La Commissione Giudicatrice risulta così composta:

- Dott.ssa Lucia Macaluso Presidente
- Dott. Ezio De Rose Componente
- Dott. Davide Di Fabrizio Componente

Svolge le funzioni di Segretario il Rag. Lucio Bonasera.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i Componenti, dichiara aperta la seduta.

Si prende atto, preliminarmente, che in occasione della seduta pubblica del 30 novembre 2023, svoltasi a partire dalle ore 10,15, presso i locali della U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. "Umberto I" di Enna, ha avuto luogo la demo on site prevista dal capitolato di gara, e che alla stessa hanno preso parte tutte le tre ditte partecipanti alla procedura in argomento SIRIMED SRL - P.I. 03236450874, ULTRAMED SRL - P.I. 02732230871 e DRAEGER ITALIA SPA P.IVA 09058160152.

La Commissione, anche alla luce delle risultanze della demo svolta, prosegue adesso con l'esame della documentazione tecnica presentata, in modo comparativo, con riferimento al capitolato tecnico e alla griglia di valutazione allegati alla lettera di invito, con particolare attenzione alla sussistenza, per ciascuna delle tre ditte, dei requisiti minimi richiesti dal sopra citato capitolato tecnico.

Si procede, quindi, all'attribuzione per ciascuna offerta tecnica, dei relativi punteggi, come analiticamente riportato nella seguente griglia di valutazione, con riferimento a ciascuna delle ditte partecipanti:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

WORK STATION CON MONITOR MULTIPARAMETRICI

[Signatures]
1

Ben

| PARAMETRI QUALITA' | PUNT. MAX | Ditta Sirimed srl | Ditta Ultramed srl | Ditta Drager Italia spa |
|---|-----------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| Apparecchio per anestesia | | | | |
| Caratteristiche tecniche/funzionali dell'apparecchio per anestesia: display e interfaccia | 5 | 5 | 5 | 1 |
| Sensore O2, esente da manutenzione (paramagnetico, ultrasuoni) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Passaggio da automatico a manuale tramite un unico comando | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Interruzione del flusso gas, della ventilazione automatica e degli allarmi con un unico pulsante | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Facilità di sterilizzazione | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Volume totale del circuito respiratorio, sia in ventilazione automatica che in ventilazione manuale, incluso il volume del canestro assorbitore e di eventuale pallone (qualora facente parte del circuito) inferiore a 3500 ml | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Possibilità di integrare in futuro PC con software che consenta la visualizzazione dei | | | | |
| modelli farmacocinetici e farmacodinamici dei farmaci anestetici somministrati (dettagliare con schede tecniche e depliant) | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Monitor multiparametrico | | | | |
| Caratteristiche tecniche/funzionali del monitor multiparametrico: display, interfaccia, qualità ECG | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Monitoraggio integrato dello stato di sofferenza del paziente | 7 | 2 | 4 | 5 |
| Immediatezza e completezza nella lettura dello stato dell'anestesia tramite visualizzazione integrata dei relativi parametri | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Tecnica di analisi della profondità di anestesia | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Analisi integrata della pressione cruenta per il calcolo automatico della PPV (Pulse Pressure Variation) e della SPV (Systolic Pressure Variation) in automatico ed in continuo | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Demo pratica | | | | |
| Demo pratica Workstation per Anestesia completa di tutti i sw e gli accessori offerti per l'analisi on-site della corrispondenza con le caratteristiche minime richieste e per le migliorative offerte. | 12 | 9 | 11 | 10 |
| TOTALE | 70 | 54 | 66 | 62 |

[Signature] *[Signature]* 2

Man

Si prende atto che ciascuna delle ditte partecipanti, avendo conseguito per le apparecchiature offerte il punteggio minimo richiesto nella lettera di invito, pari a 42/70, viene ammessa alla fase successiva di valutazione dell'offerta economica, che avverrà in seduta pubblica durante la quale, previa lettura dei punteggi assegnati a ciascuna ditta e delle relative valutazioni effettuate, si procederà all'apertura dei files contenenti le offerte economiche.


Indi, la Commissione chiude la seduta riservata odierna, alle ore 16,00 , e stabilisce di aggiornarsi al 13 dicembre p.v. alle ore 09,00 , per lo svolgimento della seduta pubblica di cui sopra è cenno, comunicando data e ora di svolgimento alle ditte tramite piattaforma MEPA.

Del che il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue


Il Presidente : Dott.ssa Lucia Macaluso



Il Commissario: Dott. Ezio De Rose




Il Commissario: Dott. Davide Di Fabrizio



Il Segretario: Rag. Lucio Bonasera







REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA
U.O.C. Servizio Provveditorato
V.le Diaz, 7/9- 94100 -Enna

ACC. H)
[Handwritten signature]

Verbale n.5

Commissione Giudicatrice Paggiudicazione della fornitura di n. 5 workstation per anestesia con monitor multiparametrici incorporati da destinare alla U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. Umberto I di Enna. RDO ME.PA n. 3719371

L'anno duemilaventitre, il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 9,45, presso gli uffici del Servizio Provveditorato siti in viale Diaz n. 7/9, si riunisce la Commissione Giudicatrice, nominata con atto deliberativo n. 1713 del 30/10/2023, al fine di procedere all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica presentate per la procedura di gara in argomento.

La Commissione Giudicatrice risulta così composta:

- Dott.ssa Lucia Macaluso Presidente
- Dott. Ezio de Rose Componente
- Dott. Davide Di Fabrizio Componente

Svolge le funzioni di Segretario il Rag. Lucio Bonasera.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i Componenti e dei delegati dai rispettivi legali rappresentanti delle ditte Sirimed srl, Ultramed srl e Draeger spa, dichiara aperta la seduta.

La Commissione prende atto che assistono da remoto alla seduta pubblica odierna:

per la ditta Sirimed srl il Sig. Giuseppe Rifici quale Rappresentante Legale e Presidente del CDA e i suoi delegati Francesco Alberto Rifici e la Sig.ra Rosaria Leonardi;

per la ditta Ultramed srl partecipa l'Ing. Giuseppe Spadaro;

per la ditta Draeger spa partecipa il sig. Lorenzo Pandolfo.

Verificata la regolarità di tutte le deleghe e documenti presentati, si procede a dare corso ai lavori.

Si dà atto, preliminarmente, che nel corso della seduta riservata del 20 novembre u.s. si è proceduto all'apertura dei files contenenti la documentazione tecnica e all'esame della stessa, e si sono effettuate analitiche valutazioni, ai fini dell'attribuzione dei punteggi a ciascuna ditta partecipante, in modo comparativo e con riferimento alle caratteristiche minime e alla griglia di valutazione allegati alla lettera di invito/capitolato.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

pm

Nel corso della seduta pubblica del 30 novembre u.s., presso la U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. "Umberto I" di Enna", le ditte partecipanti hanno effettuato la demo on site, mentre nel corso della seduta riservata del 4 dicembre 2023 la Commissione ha proseguito e ultimato l'esame tecnico, con conseguente attribuzione dei punteggi, per come previsto dalla lex specialis di gara.

Si dà lettura, pertanto, dei suddetti punteggi, secondo la griglia di cui al verbale del 4 dicembre 2023, al quale si rinvia.

Ultimata la lettura dei punteggi, alla luce delle evidenziazioni di alcuni partecipanti alla presente procedura, a mezzo dei soggetti delegati ad assistere alla seduta di gara odierna, la Commissione Giudicatrice decide di sospendere la seduta pubblica, non procedendo all'apertura delle buste economiche su MEPA, proseguendo la seduta odierna in forma riservata al fine di procedere ad un ulteriore esame tecnico, in base alle osservazioni presentate.

Indi la seduta pubblica viene rinviata a data da destinarsi e le ditte lasciano la seduta alle ore 10.20.

A questo punto la Commissione Giudicatrice prosegue in seduta riservata ad un ulteriore riesame della documentazione tecnica di gara.

Indi, la Commissione chiude la seduta riservata odierna alle ore 12,00, e stabilisce di aggiornarsi al 21 dicembre 2023 alle ore 9,30, al fine di proseguire l'esame tecnico.

Del che il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue


Il Presidente : Dott.ssa Lucia Macaluso




Il Commissario: Dott. Ezio De Rose



Il Commissario: Dott. Davide Di Fabrizio



Il Segretario: Rag. Lucio Bonasera





REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA
U.O.C. Servizio Provveditorato

V.le Diaz, 7/9- 94100 --Enna

AQ. I)
[Handwritten signature]

Verbale n.6

Commissione Giudicatrice Paggiudicazione della fornitura di n. 5 workstation per anestesia con monitor multiparametrici incorporati da destinare alla U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. Umberto I di Enna. RDO ME.PA n. 3719371

L'anno duemilaventitre, il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 9,30, presso gli uffici del Servizio Provveditorato siti in viale Diaz n. 7/9, si riunisce la Commissione Giudicatrice, nominata con atto deliberativo n. 1713 del 30/10/2023, al fine di proseguire l'esame della documentazione tecnica alla luce delle evidenziazioni di alcuni partecipanti alla presente procedura, a mezzo dei soggetti delegati ad assistere alla seduta di gara del 13 dicembre u.s..

La Commissione Giudicatrice risulta così composta:

- Dott.ssa Lucia Macaluso Presidente
- Dott. Ezio de Rose Componente
- Dott. Davide Di Fabrizio Componente

Svolge le funzioni di Segretario il Rag. Lucio Bonasera.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i Componenti dichiara aperta la seduta.

Si prende atto, intanto, della nota pervenuta da parte della ditta Sirimed srl, acquisita al prot. ASP al n. 129009 del 13/12/2023.

Da ulteriore e approfondito esame della documentazione tecnica delle ditte, emerge, con riferimento all'operatore economico Drager Italia spa, la necessità che lo stesso fornisca chiarimenti in ordine all'offerta formulata.

Più precisamente, in considerazione della presenza, tra la documentazione tecnica presentata dalla Drager in piattaforma MEPA per la procedura di che trattasi, tra gli altri, dei seguenti documenti:

“offerta dettaglio senza prezzi” richiesta da questa Stazione Appaltante;

“S.T. Atlan-a350-a350 xl-pi-9107230-it-it” ;

“Relazione tecnica Atlan”

la Commissione Giudicatrice decide di chiedere, per il tramite del Presidente, chiarimenti a mezzo piattaforma MEPA, su quale apparecchio è offerto e poi, qualora aggiudicatario, su quale sarà consegnato, tra quelli descritti quali:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
1

N...

Modello "Atlan A 350"

Oppure

Modello "Drager Atlan A 350/A 350 XL".


Ciò in quanto i citati documenti inseriti in piattaforma riportano modelli diversi

Inoltre alla suddetta ditta verrà richiesto di chiarire quale dei due apparecchi citati è stato presentato in sede di demo che, tra l'altro, costituisce elemento valutativo appannaggio della Commissione Giudicatrice.

La Commissione chiude la seduta alle ore 10,45.

Del che il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue


Il Presidente : Dott.ssa Lucia Macaluso




Il Commissario: Dott. Ezio De Rose



Il Commissario: Dott. Davide Di Fabrizio



Il Segretario: Rag. Lucio Bonasera





REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA
U.O.C. Servizio Provveditorato
V.le Diaz, 7/9- 94100 -Enna

AQ. 5)
Nun

Verbale n.7

Commissione Giudicatrice P'aggiudicazione della fornitura di n. 5 workstation per anestesia con monitor multiparametrici incorporati da destinare alla U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. Umberto I di Enna. RDO ME.PA n. 3719371

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciotto del mese di gennaio alle ore 10:45, presso gli uffici del Servizio Provveditorato siti in viale Diaz n. 7/9, si riunisce la Commissione Giudicatrice, nominata con atto deliberativo n. 1713 del 30/10/2023, al fine di proseguire l'esame della documentazione tecnica alla luce delle evidenziazioni di alcuni partecipanti alla presente procedura, a mezzo dei soggetti delegati ad assistere alla seduta di gara del 13 dicembre u.s..

La Commissione Giudicatrice risulta così composta:

- Dott.ssa Lucia Macaluso Presidente
- Dott. Ezio de Rose Componente
- Dott. Davide Di Fabrizio Componente

Svolge le funzioni di Segretario il Rag. Lucio Bonasera.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i Componenti dichiara aperta la seduta.

Si prende atto, intanto, dei chiarimenti tecnici pervenuti, a mezzo piattaforma MEPA, in data 28/12/2023, dalla Drager Italia spa, a seguito di richiesta formulata a mezzo MEPA, come stabilito in occasione della seduta riservata del 21/12/2023, al cui verbale si rinvia.

La Commissione prende atto, altresì, dell'ulteriore chiarimento inoltrato dalla stessa ditta Drager Italia spa a mezzo pec, acquisita al protocollo aziendale al n. 1892 del 08/01/2024, l'esame della quale sarà effettuato in una prossima seduta riservata che verrà fissata abreve, nella quale si muovono, tra le altre cose, contestazioni in ordine al possesso, in capo all'apparecchiatura offerta dalla ditta Ultramed srl, del requisito di cui alla griglia di valutazione "*Possibilità di integrare in futuro PC con software che consenta la visualizzazione dei modelli farmacocinetici e farmacodinamici dei farmaci anestetici somministrati (dettagliare con schede tecniche e depliant)*".

Alla luce delle suddette contestazioni mosse, la Commissione Giudicatrice decidere di chiedere, per il tramite del Presidente, chiarimenti a mezzo piattaforma MEPA, alla ditta Ultramed srl, allo scopo di chiarire il possesso della predetta caratteristica.





1 

Ben


La Commissione chiude la seduta alle ore 11:00

Del che il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue

Il Presidente : Dott.ssa Lucia Macaluso




Il Commissario: Dott. Ezio De Rose



Il Commissario: Dott. Davide Di Fabrizio



Il Segretario: Rag. Lucio Bonasera





REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA
U.O.C. Servizio Provveditorato

V.le Diaz, 7/9- 94100 -Enna

Acc. K)
P...

Verbale n.8

Commissione Giudicatrice P'aggiudicazione della fornitura di n. 5 workstation per anestesia con monitor multiparametrici incorporati da destinare alla U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. Umberto I di Enna. RDO ME.PA n. 3719371

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 11,30, presso gli uffici del Servizio Provveditorato siti in viale Diaz n. 7/9, si riunisce la Commissione Giudicatrice, nominata con atto deliberativo n. 1713 del 30/10/2023, al fine di proseguire l'esame della documentazione tecnica alla luce delle evidenziazioni di alcuni partecipanti alla presente procedura, a mezzo dei soggetti delegati ad assistere alla seduta di gara del 13 dicembre u.s. e dei chiarimenti e note pervenuti.

La Commissione Giudicatrice risulta così composta:

- Dott.ssa Lucia Macaluso Presidente
- Dott. Ezio de Rose Componente
- Dott. Davide Di Fabrizio Componente

Svolge le funzioni di Segretario il Rag. Lucio Bonasera.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i Componenti dichiara aperta la seduta.

La Commissione procede all'esame tecnico alla luce dei chiarimenti delle ditte e degli ulteriori approfondimenti condotti nel corso delle precedenti sedute, ai cui verbali si rinvia.

Da ulteriore e approfondito esame della documentazione tecnica della ditta Drager spa la Commissione rileva la necessità di richiedere un ulteriore chiarimento tecnico, per il tramite del Presidente a mezzo piattaforma MEPA, relativo alla possibilità, con il sistema di monitoraggio multiparametrico offerto, dell'analisi integrata cruenta per il calcolo automatico della SPV (Sistolic Pressure Variation) in automatico e in continuo, come previsto dalla griglia dei punteggi qualità.

Indi, la Commissione chiude la seduta riservata odierna, alle ore 12,30 , e stabilisce di aggiornarsi nel più breve tempo possibile, una volta pervenuti i suddetti chiarimenti.

Del che il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue

Il Presidente : Dott.ssa Lucia Macaluso

Il Commissario: Dott. Ezio De Rose

nm

Il Commissario: Dott. Davide Di Fabrizio

Il Segretario: Rag. Lucio Bonasera

D. Di Fabrizio
Lucio Bonasera

Di

Di



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA
U.O.C. Servizio Provveditorato
V.le Diaz, 7/9- 94100 -Enna

AL. L.)
Pau

Verbale n.9

Commissione Giudicatrice l'aggiudicazione della fornitura di n. 5 workstation per anestesia con monitor multiparametrici incorporati da destinare alla U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. Umberto I di Enna. RDO ME.PA n. 3719371

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 1 del mese di febbraio alle ore 16,00, presso gli uffici del Servizio Provveditorato siti in viale Diaz n. 7/9, si riunisce la Commissione Giudicatrice, nominata con atto deliberativo n. 1713 del 30/10/2023, al fine di proseguire l'esame della documentazione tecnica e conseguente valutazione delle offerte pervenute.

La Commissione Giudicatrice risulta così composta:

- Dott.ssa Lucia Macaluso Presidente
- Dott. Ezio de Rose Componente
- Dott. Davide Di Fabrizio Componente

Svolge le funzioni di Segretario il Rag. Lucio Bonasera.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i Componenti dichiara aperta la seduta.

La Commissione procede all'esame tecnico alla luce dei chiarimenti delle ditte e degli ulteriori approfondimenti condotti nel corso delle precedenti sedute, ai cui verbali si rinvia.

La Commissione prende nuovamente in esame la documentazione tecnica della ditta Sirimed srl, alla luce delle evidenziazioni dalla stessa esposte in occasione della seduta di gara del 13 dicembre 2023 e trasmesse anche a mezzo pec, acquisita al prot. ASP al n. 129009 del 13/12/2023 e della quale si è preso atto in occasione della seduta riservata del 21/12/2023.

Indi la Commissione prende atto del fatto che, alla richiesta di chiarimenti tecnici, inoltrati a mezzo MEPA alla ditta Drager Spa, in ordine a quale sia l'apparecchio effettivamente offerto, nonché presentato in sede di demo, la stessa ha risposto, sia tramite MEPA sia con pec acquisita al protocollo aziendale al n. 1892 del 08/01/2024, chiarendo che il modello offerto è il modello "Atlan A 350", dotato di monitor fisso, tuttavia lo stesso è "conforme alla richiesta di minima "display orientabile alto/basso, destra/sinistra" in quanto tutte le informazioni relative alla ventilazione (curve e numeri) vengono trasferite sul monitor multiparametrico (Elite V8) consentendo una visione completa e organica di tutti i dati del paziente su un display orientabile nelle direzioni alto/basso e destra/sinistra".

Come si evince dal verbale del 26/01/2024, inoltre, la Commissione ha rilevato la necessità di richiedere un ulteriore chiarimento tecnico relativo alla possibilità, con il sistema di monitoraggio multiparametrico offerto dalla Drager spa, dell'analisi integrata cruenta per il calcolo automatico della SPV (Sistolic Pressure Variation) in automatico e in continuo, come previsto dalla griglia dei punteggi qualità.

A tale richiesta, formulata dalla Commissione per il tramite del Presidente a mezzo MEPA, la suddetta ditta ha fornito riscontro in data 30/01/2024, chiarendo che il sistema di monitoraggio multiparametrico offerto non dispone di calcolo automatico della SPV (Sistolic Pressure Variation) in automatico e in continuo.

Alla luce delle suesposte deduzioni, la Commissione, esaminata la sussistenza delle caratteristiche minime richieste in capo all'apparecchiatura offerta dalla Drager spa, la ritiene conforme, ritenendo però necessario rivedere la parte relativa all'attribuzione dei punteggi tecnici, anche alla luce degli approfondimenti condotti e dei chiarimenti tecnici forniti.

La Commissione prende atto, altresì, dei chiarimenti tecnici pervenuti a mezzo MEPA dalla ditta Ultramed srl, che si è ritenuto opportuno richiedere a seguito delle contestazioni di cui alla suddetta pec della Drager prot. n. 1892 del 08/01/2024, in ordine al possesso, in capo all'apparecchiatura offerta dalla ditta Ultramed srl, del requisito di cui alla griglia di valutazione *"Possibilità di integrare in futuro PC con software che consenta la visualizzazione dei modelli farmacocinetici e farmacodinamici dei farmaci anestetici somministrati (dettagliare con schede tecniche e depliant)"*.

La Ultramed srl, con comunicazione a mezzo MEPA del 22/01/2024, ha confermato la presenza di tale requisito, rinviando alla documentazione tecnica prodotta in gara. L'ulteriore esame della stessa da parte della Commissione conferma il possesso di tale requisito.

A questo punto, avendo chiarito tutti i dubbi insorti ed avendo tutti gli elementi per chiudere la valutazione tecnico/qualitativa delle offerte, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi secondo la griglia allegata alla lex specialis di gara, come segue:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

WORK STATION CON MONITOR MULTIPARAMETRICI

| PARAMETRI QUALITA' | PUNT. MAX | Ditta Sirimed srl | Ditta Ultramed srl | Ditta Drager Italia spa |
|---|-----------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| Apparecchio per anestesia | | | | |
| Caratteristiche tecniche/funzionali dell'apparecchio per anestesia: display e interfaccia | 5 | 5 | 5 | 1 |
| Sensore O2, esente da manutenzione (paramagnetico, ultrasuoni) | 3 | 3 | 3 | 3 |

N...

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Passaggio da automatico a manuale tramite un unico comando | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Interruzione del flusso gas, della ventilazione automatica e degli allarmi con un unico pulsante | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Facilità di sterilizzazione | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Volume totale del circuito respiratorio, sia in ventilazione automatica che in ventilazione manuale, incluso il volume del canestro assorbitore e di eventuale pallone (qualora facente parte del circuito) inferiore a 3500 ml | 5 | 5 | 5 | 2 |
| Possibilità di integrare in futuro PC con software che consenta la visualizzazione dei modelli farmacocinetici e farmacodinamici dei farmaci anestetici somministrati (dettagliare con schede tecniche e depliant) | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Monitor multiparametrico | | | | |
| Caratteristiche tecniche/funzionali del monitor multiparametrico: display, interfaccia, qualità ECG | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Monitoraggio integrato dello stato di sofferenza del paziente | 7 | 2 | 4 | 5 |
| Immediatezza e completezza nella lettura dello stato dell'anestesia tramite visualizzazione integrata dei relativi parametri | 6 | 6 | 6 | 3 |
| Tecnica di analisi della profondità di anestesia | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Analisi integrata della pressione cruenta per il calcolo automatico della PPV (Pulse Pressure Variation) e della SPV (Systolic Pressure Variation) in automatico ed in continuo | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Demo pratica | | | | |
| Demo pratica Workstation per Anestesia completa di tutti i sw e gli accessori offerti per l'analisi on-site della corrispondenza con le caratteristiche minime richieste e per le migliorative offerte. | 12 | 9 | 11 | 6 |
| TOTALE | 70 | 54 | 66 | 47 |

Si prende atto che ciascuna delle ditte partecipanti, avendo conseguito per le apparecchiature offerte il punteggio minimo richiesto nella lettera di invito, pari a 42/70, viene ammessa alla fase successiva di valutazione dell'offerta economica, che avverrà in seduta pubblica durante la quale, previa lettura dei punteggi assegnati a ciascuna ditta, si procederà all'apertura dei files contenenti le offerte economiche.


Indi, la Commissione chiude la seduta riservata odierna, alle ore 16,45, e stabilisce di aggiornarsi al 9 febbraio 2024 alle ore 9,00 per lo svolgimento della seduta pubblica di cui sopra è cenno, comunicando data e ora di svolgimento alle ditte tramite piattaforma MEPA.

[Signature]
[Signature] 3


Man

Del che il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue


Il Presidente : Dott.ssa Lucia Macaluso



Il Commissario: Dott. Ezio De Rose



Il Commissario: Dott. Davide Di Fabrizio



Il Segretario: Rag. Lucio Bonasera





REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA
U.O.C. Servizio Provveditorato
V.le Diaz, 7/9- 94100 -Enna

Acc. M)
P. M.

Verbale n.10

Commissione Giudicatrice l'aggiudicazione della fornitura di n. 5 workstation per anestesia con monitor multiparametrici incorporati da destinare alla U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. Umberto I di Enna. RDO ME.PA n. 3719371

L'anno duemilaventiquattro, il giorno nove del mese di febbraio alle ore 9,00, presso gli uffici del Servizio Provveditorato siti in viale Diaz n. 7/9, si riunisce la Commissione Giudicatrice, nominata con atto deliberativo n. 1713 del 30/10/2023, al fine di procedere all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica presentate per la procedura di gara in argomento.

La Commissione Giudicatrice risulta così composta:

- Dott.ssa Lucia Macaluso Presidente
- Dott. Ezio de Rose Componente
- Dott. Davide Di Fabrizio Componente

Svolge le funzioni di Segretario il Rag. Lucio Bonasera.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i Componenti e dei delegati dai rispettivi legali rappresentanti delle ditte Sirimed srl, Ultramed srl e Draeger spa, dichiara aperta la seduta.

La Commissione prende atto che assistono da remoto alla seduta pubblica odierna:

per la ditta Sirimed srl partecipa il Sig. Alberto Rifici (giusta delega) e la Sig.ra Rosaria Leonardi (giusta delega);

per la ditta Ultramed srl partecipa l'ing. Giuseppe Spadaro (giusta autorizzazione), la Sig.ra Valentina Taverna (giusta autorizzazione) e l'ing. Davide Bellino (giusta autorizzazione);

per la ditta Draeger spa partecipa l'ing. Lorenzo Pandolfi (giusta procura speciale).

Verificata la regolarità di tutte le deleghe e documenti presentati, si procede a dare corso ai lavori.

Si dà atto, preliminarmente, che nel corso della seduta pubblica del 13 dicembre 2023 si era proceduto a dare lettura dei punteggi assegnati dalla Commissione all'esito dell'esame della documentazione tecnica presentata in gara e delle risultanze della demo svolta in data 30 novembre 2023 presso il P.O. "Umberto I" di Enna.

B...

Nel corso di detta seduta, ultimata la lettura dei punteggi, alla luce delle evidenziazioni di alcuni partecipanti alla presente procedura, a mezzo dei soggetti delegati ad assistere, la Commissione Giudicatrice ha deciso di sospendere la seduta pubblica, non procedendo all'apertura delle buste economiche su MEPA, proseguendo l'esame tecnico e disponendo tutti gli approfondimenti e chiarimenti tecnici ritenuti necessari, al fine di addivenire ad una valutazione corretta.

Nel corso delle successive sedute riservate, ai cui verbali si rinvia, sono stati riesaminati e approfonditi gli aspetti tecnici, anche tramite richieste di chiarimenti inoltrate a mezzo MEPA, alla luce dei cui riscontri si è dato corso alle valutazioni e conseguenti attribuzioni dei punteggi.

A questo punto, avendo chiarito tutti i dubbi insorti ed avendo tutti gli elementi per chiudere la valutazione tecnico/qualitativa delle offerte, la Commissione ha infine potuto ultimare l'esame della documentazione tecnica presentata, in modo comparativo, con riferimento al capitolato tecnico e alla griglia di valutazione allegati alla lettera di invito, ponendo attenzione, altresì, alla sussistenza, per ciascuna delle due ditte, dei requisiti minimi richiesti dal sopra citato capitolato tecnico e delle singole voci di cui alla predetta griglia.

Si dà lettura, pertanto, ai delegati delle ditte presenti in collegamento da remoto, dei suddetti punteggi, secondo la griglia di cui al verbale della seduta riservata del 1 febbraio u.s., al quale si rinvia.

Si procede, a questo punto, all'apertura sul MEPA dei files contenenti le offerte economiche, verificando la presenza di tutti i documenti richiesti nella lettera di invito/capitolato:

- "Offerta economica come generata dal sistema";
- "Offerta economica dettagliata con indicazione dei beni offerti, marca, modello, nome della ditta produttrice, CND e repertorio indicante i prezzi unitari IVA esclusa e l'importo complessivo, come da modello allegato; il prezzo complessivo dovrà corrispondere alle quantità indicate nel capitolato tecnico per i relativi prezzi unitari";
- "CND e Repertorio, ove assegnati".

La Commissione dà atto che tutte e tre le ditte partecipanti hanno presentato tutta la documentazione richiesta nel campo "offerta economica" e, pertanto, vengono ammesse alla fase dell'apertura delle rispettive offerte economiche dettagliate, come di seguito riportate, avendo prodotto tutto quanto richiesto dalla Stazione Appaltante:

| | | |
|----------------------|------------------|-----------------------------|
| - DRAEGER ITALIA SPA | P.I. 09058160152 | prezzo offerto € 196.005,00 |
| - ULTRAMED SRL | P.I. 02732230871 | prezzo offerto € 168.500,00 |
| - SIRIMED SRL | P.I. 03236450874 | prezzo offerto € 160.000,00 |

J...
2
P...

B...

Si procede, quindi, all'attribuzione, per ciascuna offerta economica, del relativo punteggio, secondo quanto previsto nella *lex specialis* di gara, applicando la formula che di seguito si riporta:

$$\frac{\text{- offerta minore} \times 30}{\text{- offerta considerata}}$$

Il punteggio attribuito all'elemento prezzo, secondo la formula sopra indicata, è, per ciascuna delle ditte partecipanti, il seguente:

| | | |
|----------------------|------------------|------------------------|
| - DRAEGER ITALIA SPA | P.I. 09058160152 | punteggio prezzo 24,49 |
| - ULTRAMED SRL | P.I. 02732230871 | punteggio prezzo 28,49 |
| - SIRIMED SRL | P.I. 03236450874 | punteggio prezzo 30 |

Si procede, quindi, alla sommatoria del punteggio attribuito all'elemento qualità con il punteggio attribuito all'elemento prezzo, come segue:

| Parametri qualità-prezzo | MAX qualità-prezzo | DRAGER ITALIA SPA | ULTRAMED SRL | SIRIMED SRL |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-------------|
| Qualità | 70 | 47 | 66 | 54 |
| Prezzo | 30 | 24,49 | 28,49 | 30 |
| TOTALE | 100 | 71,49 | 94,49 | 84 |

Il Presidente, a questo punto, proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'operatore economico **Ultramed srl** il quale, complessivamente, ha raggiunto il punteggio più alto derivante dalla sommatoria dei punteggi relativi alla qualità e al prezzo, come segue:

- prezzo complessivo **Ultramed srl** €. 168.500,00 oltre IVA del 22%, come da offerta economica dettagliata.

I delegati delle ditte partecipanti lasciano la seduta online intorno alle ore 9,40.

[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* ³

ai
Man

L'aggiudicazione definitiva verrà effettuata con provvedimento del Commissario Straordinario, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di appalti pubblici, secondo la normativa vigente.

La Commissione chiude la seduta odierna alle ore 10,00.

Del che il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue

Il Presidente : Dott.ssa Lucia Macaluso

Lucia Macaluso

Il Commissario: Dott. Ezio De Rose

Ezio De Rose

Il Commissario: Dott. Davide Di Fabrizio

Davide Di Fabrizio

Il Segretario: Rag. Lucio Bonasera

Lucio Bonasera



ULTRAMED s.r.l. - 95027 SAN GREGORIO DI CATANIA - Via Macello, 27 - Tel. 095 7211335 - 095 7211929 - Fax 095 7211711 - E-mail: info@ultramedsrl.it - pec: ultramedsrl@pec.it
90128 PALERMO - Via San Raffaele Arcangelo, 10 - Tel. 091 6164158 - 091 6230641 - Fax 091 6162949

**MODELLO OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA (ALLEGATO "L")
RDO N. 3719371**

ALL-N
Nun

Relativa alla richiesta di offerta per la fornitura "RDO N. 3719371 . LETTERA DI INVITO PER LA FORNITURA DI N.5 WORKSTATION PER ANESTESIA CON MONITOR MULTIPARAMETRICO INCORPORATO DA DESTINARE ALLA U.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. "UMBERTO I" DI ENNA. RIF VS PROT. N. I.0091541 DL 04.09.2023. CIG: A00A8EB612 BASE D'ASTA € 200.000,00 + IVA".



**Dichiarazione Sostitutiva
(ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n°445 e s.m.i.)**

**Spett.le
Azienda Sanitaria Provinciale di Enna
Viale Diaz n. 7/9
94100 - Enna (EN)**

C.A. UOC Servizio Provveditorato


San Gregorio, 25/09/2023

Ns. Nota Prot. n. 117/23/VEN

OGGETTO: "RDO N. 3719371 . LETTERA DI INVITO PER LA FORNITURA DI N.5 WORKSTATION PER ANESTESIA CON MONITOR MULTIPARAMETRICO INCORPORATO DA DESTINARE ALLA U.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. "UMBERTO I" DI ENNA. RIF VS PROT. N. I.0091541 DL 04.09.2023. CIG: A00A8EB612 BASE D'ASTA € 200.000,00 + IVA".

OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA

Il sottoscritto Alfio Gangemi, nato a San Gregorio di Catania (CT) il 20/07/60 e residente a Valverde (CT) in via Casalrosato n.13, codice fiscale GNGLFA60L20H940S, in qualità di Amministratore Unico e Legale rappresentante della Ultramed srl, con sede in San Gregorio di Catania (CT) - Via Macello n.27, tel. 095/7211335, fax. 095/7211711, codice fiscale e partita IVA n° 02732230871, pec: ultramedsrl@pec.it ; mail: info@ultramedsrl.it dell'ufficio gare, con la presente sottopone la quotazione per la fornitura del materiale sotto indicato e dichiara, ai sensi dell'art. 46 e dell'art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nella consapevolezza del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate, ai sensi dell'art.76 del citato D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti:



francehopital

Cod. Fisc. e Partita IVA 02732230871 - C.C.I.A.A. n.180609 - Reg. Impr. CT n. 24962
Iscrizione RAEE C.C.I.A.A. di Catania: IT1004000006667
Azienda Certificata ISO 9001





ULTRAMED s.r.l. - 95027 SAN GREGORIO DI CATANIA - Via Macello, 27 - Tel. 095 7211335 - 095 7211929 - Fax 095 7211711 - E-mail: info@ultramedsrl.it - pec: ultramedsrl@pec.it
 90128 PALERMO - Via San Raffaele Arcangelo, 10 - Tel. 091 6164158 - 091 6230641 - Fax 091 6162949

A) che il prezzo complessivo della fornitura offerto, pari ad € 168.500,00 (Euro Centosessantottomilacinquecento/00) è, nel dettaglio composto dalle seguenti voci:

| Descrizione/ Codice Prodotto / CND E REPERTORIO | Q.tà Offerta | Prezzo Unitario Listino | Prezzo Unitario Offerto Iva Esclusa 22% | Prezzo Complessivo Offerto Iva Esclusa 22% | % di sconto applicato sul listino Unitario |
|---|-----------------|-------------------------------|---|---|---|
| SISTEMA DI ANESTESIA MODELLO CARESTATION 750 COD. 1012-9750-000 PROD. GE HEALTHCARE CND: Z1203010101 RDM: 1957026/R Ciascun sistema completo di: -N.1 CARESTATION 750 con struttura a carrello, WUX Cod. M7008881 -N.1 Software CARESTATION 750-A1 e manuali d'uso Cod. M7007007 -N.1 Raccordo NIST O2/aria, colori ISO, O2 a sinistra Cod. M7009003 -N.1 Raccordo NIST per tubo N2O Cod. M7009162 -N.1 Raccordo NIST per secondo tubo O2 Cod. M1809104 -N.1 Gas motore O2 Cod. 2073868-001 -N.1 Ingresso CA 220-240V, cavo di alimentazione CEE 7/7 e 4 prese CEE 7/4 Cod. M7008021 -N.1 Trasformatore di Isolamento, 220-240V Cod. M7001824 -N.1 ACGO + O2 ausiliario - White O2 Flush Cod. M7009066 -N.1 Braccio articolato per display anestesia, supporto per monitor con configurazione verticale Cod. M7009647 -N.1 Supporto braccio pallone anestesia Cod. M1809334 -N.1 Connettore maschio di uscita BSI da 30 mm filettato per AGSS attivo Cod. M1809133 -N.1 Suite respiratoria spontanea Cod. M7009901 -N.1 Modalità di ventilazione PCV-VG Cod. M7009902 -N.1 Modalità di ventilazione SIM PCV-VG Cod. M7009903 -N.1 Modalità di ventilazione CPAP-PSV Cod. M7009904 -N.1 EcoFlow Cod. M7009905 -N.1 Pausa flusso gas Cod. M7009906 -N.1 Manovre di reclutamento Cod. M7009907 -N.1 KIT Montaggio monitor riplano superiore Cod. M1809016 | 05 | € 59.139,60 | € 21.800,00 (Euro Ventunomila- ottocento/00) | € 109.000,00 (Euro Cento- novemila/00) | 63,14% |

ULTRAMED s.r.l.
 A. Di Gangemi
 (Amministratore Unico)



GE Healthcare



Roche
 Diagnostics



SCHMITZ



devoted to hygien

francehospital

Cod. Fisc. e Partita IVA 02732230871 - C.C.I.A.A. n.180609 - Reg. Impr. CT n. 24962
 Iscrizione RAEE C.C.I.A.A. di Catania: IT10040000006667
 Azienda Certificata ISO 9001



DR.MACH



ULTRAMED s.r.l. - 95027 SAN GREGORIO DI CATANIA - Via Macello, 27 - Tel. 095 7211335 - 095 7211929 - Fax 095 7211711 - E-mail: info@ultramedsrl.it - pec: ultramedsrl@pec.it
 90128 PALERMO - Via San Raffaele Arcangelo, 10 - Tel. 091 6164158 - 091 6230641 - Fax 091 6162949

-N.1 SCAVENGING INLET FOR EXTERNAL BREATHING CIRCUIT, CARESTATION 750 COD. M7009537
 -N.1 Canestro assorbitore, riutilizzabile Cod. 2071165-001-S
 -N.1 Startup Kit adulto, monouso, espandibile, 3m, borsa 2L. Cod. 2096533-003
 -N.1 MVF6405, HOSE ASSY AIR LOW PRESS STRAIGHT AFNOR/STRAIGHT NIST 5M LONG Cod. I018996LSI
 -N.1 MVF6404, HOSE ASSY N2O LOW PRESS STRAIGHT AFNOR/STRAIGHT NIST 5M LONG Cod. I018995LSI
 -N.1 MVF6403, HOSE ASSY O2 LOW PRESS STRAIGHT AFNOR/STRAIGHT NIST 5M LONG Cod. I018999LSI
 -N.1 MVF8001, ACTIVE GAS SCAVENGING EXTENSION (ONLY for AISYS CS2 and AVANCE CS2) Cod. I016316LSI
 - N.1 Modulo respiratorio Modello CARESCAPE E-SCAIO-00 Cod. 5697084 Prod. Ge Healthcare
 CND: Z1203020280
 RDM: 2143413/R
 -N.1 Linea di scarico gas, conico bianco e Colder, monouso, 0.18m Cod. 5514183
 -N.1 RACCOGLI CONDENSA D-FEND PRO, CONF 10 PZ. COMPATIBILI CON MODULI DI ANESTESIA E-SCAIO/E-SCAIOV Cod. M1182629
 -N.1 Linea di campionamento, monouso, PVC/PE, 3m, 10/conf Cod. 2097307-002

*Manuale d'uso in lingua italiana.
 Marchio CE
 Completo di ogni materiale per il corretto, sicuro e normale funzionamento.*

Monitor PAZIENTE MULTIPARAMETRICO MODELLO B155M VSP 4.0 COD. 6160000-105 PROD. GE HEALTHCARE
CND: Z1203020201
RDM: 2383820/R
Ciascun Monitor composto da:

-N.1 PHTM B155M VSP4.0 GE Basic Unit COD. 6867155-001
 -N.1 Batteria ad alta capacità (FLEX-3S2P) Cod. 5867150-003
 -N.1 Lingua Italiana Cod. 6867155-026
 -N.1 Frequenza di alimentazione 50Hz Cod. 5861100-075
 -N.1 B1X5 Piastra per fissaggio stampante termica COD. 2104310-054
 -N.1 Cavo alimentazione presa EURO (SCHUKO) Cod. 2064022-120
 -N.1 Licenza Aritmie avanzate Cod. 2099002-029
 -N.1 Licenza Full Disclosure Cod. 2104310-055

| | | | | | |
|----|-------------|--|--|--------|--|
| | | | | | |
| 05 | € 32.370,20 | € 11.900,00 (Euro Undicimila- novecento/00) | € 59.500,00 (Euro Cinquantanove- milacinque- cento/00) | 63,24% | |

*ULTRAMED s.r.l.
 Azienda Certificata
 ISO 9001*



francehospital

Cod. Fisc. e Partita IVA 02732230871 - C.C.I.A.A. n.180609 - Reg. Impr. CT n. 24962
 Iscrizione RAEE C.C.I.A.A. di Catania: IT1004000006667
 Azienda Certificata ISO 9001





ULTRAMED s.r.l. - 95027 SAN GREGORIO DI CATANIA - Via Macello, 27 - Tel. 095 7211335 - 095 7211929 - Fax 095 7211711 - E-mail: info@ultramedsrl.it - pec: ultramedsrl@pec.it
 90128 PALERMO - Via San Raffaele Arcangelo, 10 - Tel. 091 6164158 - 091 6230641 - Fax 091 6162949

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <p>-N.1 Licenza ECG 12 Derivazioni COD. 5861100-071 -N.1 Licenza SPV/PPV (Delta di pressione) Cod. 5861100-073 -N.1 PHTM Multi-para Notification License Cod. 6865105-071 -N.1 PHTM Surgical Pleth Index and AoA License Cod. 6865105-072 -N.1 e-Delivery Finish Good for B1X5P/B1X5M VSP 4.0 COD. 6861100-ED -N.1 VSP4.0 User Paper Manual Italian Kit COD. 6515080-051 -N.1 B1X5 Upgrade kit per secondo frame con cavo alimentazione Europeo COD. 2098060-105 -N.1 MODULO MISURAZIONE ENTROPIA (E-ENTROPY-01-IT) - Modulo per il monitoraggio della profondità di sedazione COD. M1235680 PROD. GE HEALTHCARE CND: Z1203020280 RDM: 874976/R -N.1 MODULO PER IL CONTROLLO DELLA TRASMISSIONE NEUROMUSCOLARE E-NMT-01-IT - Modulo per la trasmissione neuromuscolare COD. M1235169 PROD. GE HEALTHCARE CND: Z1203020280 RDM: 808279/R -N.1 Cavo parte iniziale ECG, 3/5 poli, IEC, 3,6m Cod. 2106305-003 -N.1 Set Cavetti ECG, 5-Cavetti a Pinzetta raggruppati, IEC, 130 cm Cod. 2106389-004 - DURA-CUF, BAMBINO, DINACLICK, 12 - 19 CM, 80369-5, 5/ CONFEZIONE (Offerta n.1 cf da 5 pz da suddividere fra i n.5 sistemi offerti) COD. DUR-P2-2A-5S - DURA-CUF, ADULTO, DINACLICK, 23 - 33 CM, 80369-5, 5/ CONFEZIONE (Offerta n.1 cf da 5 pz da suddividere fra i n.5 sistemi offerti) COD. DUR-A2-2A-5S -N.1 CAVO SPO2 TRUSIGNAL, 3M, CONNETTORE CARE PER MONITOR GE. DA USARE SOLO CON SENSORI TRUSIGNAL Cod. TS-G3 - CONFEZIONE DI SENSORE SPO2 TRUSIGNAL AVVOLGIBILE CON VELCRO PER PELLI DELICATE, <3KG, 1M, RIUTILIZZABILE. CONF. 3 PZ. DA USARE SOLO CON CAVI TRUSIGNAL (Offerte n.2 cf da 3 pz da suddividere fra i n.5 sistemi offerti) COD. TS-SE-3 -N.1 Cavo per sonda di Temperatura serie 400, singola, 0,5 m Cod. 2104178-002 -N.1 Cavo sdoppiatore per Pressione Invasiva, 30 cm Cod. 2103966-001 -N.1 Sonda di Temperatura riutilizzabile ? esofagea/rettale (adulto) Cod. 2107176-031 -N.1 Sonda di Temperatura riutilizzabile ? esofagea/rettale (pediatrica) Cod. 2107176-032 - SENSORE PER ENTROPIA GE, MONOUSO. CONF. 25 PZ (Offerta n.1 cf da 25 pz da suddividere fra i n.5 sistemi</p> | | | | <p style="text-align: right;"><i>pen</i></p> |
|--|--|--|--|--|

ULTRAMED S.r.l.
 Via Macello, 27
 95027 San Gregorio di Catania
 (CT) (Italy)



francehopital

Cod. Fisc. e Partita IVA 02732230871 - C.C.I.A.A. n.180609 - Reg. Impr. CT n. 24962
 Iscrizione RAEE C.C.I.A.A. di Catania: IT1004000006667
 Azienda Certificata ISO 9001





ULTRAMED s.r.l. - 95027 SAN GREGORIO DI CATANIA - Via Macello, 27 - Tel. 095 7211335 - 095 7211929 - Fax 095 7211711 - E-mail: info@ultramedsrl.it - pec: ultramedsrl@pec.it
 90128 PALERMO - Via San Raffaele Arcangelo, 10 - Tel. 091 6164158 - 091 6230641 - Fax 091 6162949

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| <p>offerti) Cod. M1038681 -N.1 CAVO PER SENSORE ENTROPIA GE. CONF. 1 PZ. Cod. M1050784 -N.1 CAVO PARTE INIZIALE MODULO NMT DA 3,3 M COD. 888414 -N.1 CAVO NMT PARTE TERMINALE A 2 ELETTRODI E SENSORE DI RILEVAZIONE MECCANICA PER E-NMT 0.3 COD. 888418 - ELETTRODI NMT AG/AGC1P. CONF. 30 PZ (Offerta n.1 cf da 30 pz da suddividere fra 1 n.5 sistemi offerti) Cod. 57268-HEL -N.1 TUBO PER BRACCIALE NIBP DOPPIO, ADULTO, CONNETTORE CARE LATO MONITOR E DINACLICK LATO BRACCIALE, LUNGHEZZA 3,6M Cod. 2058203-002</p> <p><i>Manuale d'uso in lingua italiana. Marchio CE Completo di ogni materiale per il corretto, sicuro e normale funzionamento.</i></p> <p><u>Per maggiori informazioni consultare Documentazione Tecnica Allegata.</u></p> | | | | |
| <p>Prezzo Unitario Workstation per Anestesia (Sistema Anestesia + Monitor) IVA ESCLUSA 22%</p> | <p>€ 33.700,00 (Euro Trentatremilasettecento/00)</p> | | | |
| <p>Totale Complessivo Offerta Iva Esclusa 22%</p> | <p>€ 168.500,00 (Euro Centosessantottomila- cinquecento/00)</p> | | | |
| <p>Percentuale di Ribasso praticata sull'importo, complessivo ed omnicomprendivo, posto a base d'asta di 200.000,00 oltre Iva 22%</p> | <p>15,75% (Quindicivirgolasettanta- cinquepercento/00)</p> | | | |

- Il prezzo complessivo offerto e' comprensivo di ogni onere e spesa connessa all'esecuzione della fornitura, con la sola esclusione dell'Iva.
- Validità offerta come da richiesta di gara
- Pagamento: Bonifico entro 60 (sessanta) gg. dalla data di ricezione della fattura, dopo il ricevimento del collaudo con esito positivo, come da documenti di gara
- Iva 22% a Vs. carico
- Fornitura "Chiavi In mano".

ULTRAMED S.R.L.
 Ass. Confindustria
 (Art. 10, CC)



francehospital

Cod. Fisc. e Partita IVA 02732230871 - C.C.I.A.A. n.180609 - Reg. Impr. CT n. 24962
 Iscrizione RAEE C.C.I.A.A. di Catania: IT10040000006667
 Azienda Certificata ISO 9001





ULTRAMED s.r.l. - 95027 SAN GREGORIO DI CATANIA - Via Macello, 27 - Tel. 095 7211335 - 095 7211929 - Fax 095 7211711 - E-mail: info@ultramedsrl.it - pec: ultramedsrl@pec.it
 90128 PALERMO - Via San Raffaele Arcangelo, 10 - Tel. 091 6164158 - 091 6230641 - Fax 091 6162949

- Le apparecchiature sono dotate di Marchio CE e dichiarazione di conformità delle apparecchiature e alla Direttiva 93/42/CEE così come modificata dalla direttiva 2007/47/CE (vedasi allegati alla documentazione tecnica)
- Le apparecchiature saranno consegnate con Manuale d'uso in lingua italiana.
- Inclusa Formazione Post-fornitura per il personale utilizzatore con apposito corso di addestramento teorico e pratico sul corretto utilizzo del sistema, tenuto da personale specializzato.
- Garanzia 24 mesi full-risk, decorrenti dalla data di installazione e collaudo, inclusiva di riparazione e/o sostituzione in permuta, incluso cause accidentali, purchè non derivanti da dolo da parte dell'Amministrazione. Consultare Documento "Garanzia, Assistenza Tecnica e manutenzione Full Risk".
- Incluso smontaggio e allo smaltimento delle vecchie attrezzature con certificazione di avvenuto smaltimento, secondo la legge.
- Inclusa effettuazione demo/prova pratica/campionatura on-site obbligatoria delle attrezzature offerte.
- Consegna ed installazione entro 40 (quaranta) giorni lavorativi dall'emissione dell'ordine Informatico (NSO) c/o inseriti in ordine, come richiesto dai documenti di gara
- Collaudo a Ns. carico, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla consegna, nelle modalità di gara
- Imballo, Trasporto, scarico, consegna al piano, montaggio, installazione, collaudo a Ns. Carico, come richiesto dai documenti di gara
- Costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, compresi nell'offerta: € 464,00 (Euro Quattrocentosessantaquattro/00)
- Costi della manodopera, compresi in offerta: € 1.550,00 (Euro Millecinquecentocinquanta/00)

Inoltre:

B) Che i prezzi unitari offerti con la presente non sono superiori a quelli da noi praticati per analoghe forniture effettuate presso altre Aziende Sanitarie e/o Enti Pubblici come di seguito specificato:

- Es. Ente _____ descrizione bene _____ prezzo unitario.
- Es. Ente _____ descrizione bene _____ prezzo unitario.
- Es. Ente _____ descrizione bene _____ prezzo unitario.

C) Di non aver effettuato forniture uguali a quelle quotate con Ns. Preventivo Prot. n. 117.23.VEN del 25.09.2023 per la presente procedura, a parità inoltre di configurazione e condizioni, alle altre Aziende Sanitarie per il Territorio di Nostra competenza (Sicilia), inoltre trattasi anche di Nuovi Sistemi da poco presenti sul Mercato. Infine si dichiara che per tale Procedura di Gara è stato praticato il miglior prezzo possibile che allo stato attuale risulta essere congruo, allineato e remunerativo per il Vs. Spett. Ente.

San Gregorio di Catania (CT), 25/09/2023

In fede

Distinti saluti
 ULTRAMED SRL
 L'Amministratore

[Handwritten signature]
 ULTRAMED S.R.L.
 Via Macello, 27
 95027 San Gregorio di Catania (CT)




GE Healthcare

[Handwritten signature]
 ULTRAMED S.R.L.
 Via Macello, 27
 95027 San Gregorio di Catania (CT)



Diagnostics



SCHMITZ


SAN GREGORIO
 CATANIA (CT)
[Handwritten signature]
 devoted to hygien

francehospital

Cod. Fisc. e Partita IVA 02732230871 - C.C.I.A.A. n.180609 - Reg. Impr. CT n. 24962
 Iscrizione RAEE C.C.I.A.A. di Catania: IT10040000006667
 Azienda Certificata ISO 9001



DR.MACH

**Offerta Economica relativa a**

Descrizione Fornitura di n. 5 workstation per anestesia con monitor multiparametrici incorporati da destinare
alla U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. "Umberto I" di Enna
RdO nr. 3719371

Numero lotto 1

Amministrazione titolare del procedimento

Nome ente AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA
Ufficio SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Codice Fiscale 01151150867 Codice univoco ufficio IPA Non presente
Indirizzo sede Viale diaz, 7/9
Città Enna
Recapito telefonico 0935520751
Email LUCIA.MACALUSO@ASP.ENNA.IT
Punto Ordinante MARIA CONCETTA PERNA

Concorrente

Forma di partecipazione

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione


ULTRAMED S.R.L.

Partita IVA

02732230871

Tipologia societaria

Società a responsabilità limitata (SRL)

**Oggetto dell'Offerta****DESCRIZIONE**

Copia di Copia di Prezzo

| Nome Caratteristica | Valore Offerto |
|---------------------|----------------|
| Prezzo | 168500 |

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

ID Negoziazione: 3719371 - Fornitura di n. 5 workstation per anestesia con monitor mult...

Stato Rdo: In esame
Comunicati
Seduta pubblica

Comunicazione

↓ Alfio Gangemi ULTRAMED S.R.L. - SOCIETA&'
A SOCIO UNICO 13/02/2024
17:47:09 ✓

A:

Cc:
LUCIA MACALUSO;

RDO N. 3719371 - Richiesta di miglioria


 **Allegati**

Spett.le Amministrazione,

Facendo seguito alla Vostra richiesta di miglioria del 12.02.2024 relativa alla RDO 3719371 del 2023,

- considerato che il prezzo offerto in gara è stato già quello più competitivo possibile

siamo soggetti ad un aumento dei costi inizialmente previsti in fase di formulazione dell'offerta



non si presenterebbero le condizioni per applicarvi un ulteriore sconto.

Tuttavia, visti i rapporti di fiducia commerciali pluridecennali con la Vostra Spettabile ASP, ci fa comunque piacere venire incontro alla Vostra richiesta e scontare di un importo simbolico pari a 500 euro l'ammontare totale di aggiudicazione.

Pertanto il nuovo prezzo complessivo offerto scontato sarà pari a € 168.000,00 + Iva.

Cordiali Saluti,

Ultramed Srl Società a Socio Unico

RISPONDI

 Tu

12/02/2024
10:08:55 ✓

RAPPORTO DI

A: ULTRAMED S.R.L. - SOCIETA'' A SOCIO UNICO;
Cc:

RDO N. 3719371 - Richiesta di miglioria

 **Allegati**

Buongiorno, si chiede con la presente di volere praticare uno sconto sul prezzo offerto relativo alla fornitura di cui alla RDO in oggetto.

Si chiede di riscontrare la presente richiesta entro giorni tre dal ricevimento della presente.

Distinti saluti