



REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA
Servizio Provveditorato/Economato

V.le Diaz, 7/9- 94100 –Enna

Verbale n.4

Commissione Giudicatrice l'aggiudicazione della fornitura di n. 5 workstation per anestesia con monitor multiparametrici incorporati da destinare alla U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. Umberto I di Enna. RDO ME.PA n. 3719371.

L'anno duemilaventitre, il giorno 4 del mese di dicembre 2023, alle ore 15,00, presso gli uffici del Servizio Provveditorato siti in viale Diaz n. 7/9, si riunisce la Commissione Giudicatrice, nominata con atto deliberativo n. 1713 del 30/10/2023, al fine di procedere alla valutazione tecnica delle offerte presentate e all'attribuzione dei relativi punteggi.

La Commissione Giudicatrice risulta così composta:

- Dott.ssa Lucia Macaluso Presidente
- Dott. Ezio De Rose Componente
- Dott. Davide Di Fabrizio Componente

Svolge le funzioni di Segretario il Rag. Lucio Bonasera.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i Componenti, dichiara aperta la seduta.

Si prende atto, preliminarmente, che in occasione della seduta pubblica del 30 novembre 2023, svoltasi a partire dalle ore 10,15, presso i locali della U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. "Umberto I" di Enna, ha avuto luogo la demo on site prevista dal capitolato di gara, e che alla stessa hanno preso parte tutte e tre le ditte partecipanti alla procedura in argomento SIRIMED SRL - P.I. 03236450874, ULTRAMED SRL - P.I. 02732230871 e DRAEGER ITALIA SPA P.IVA 09058160152.

La Commissione, anche alla luce delle risultanze della demo svolta, prosegue adesso con l'esame della documentazione tecnica presentata, in modo comparativo, con riferimento al capitolato tecnico e alla griglia di valutazione allegati alla lettera di invito, con particolare attenzione alla sussistenza, per ciascuna delle tre ditte, dei requisiti minimi richiesti dal sopra citato capitolato tecnico.

Si procede, quindi, all'attribuzione per ciascuna offerta tecnica, dei relativi punteggi, come analiticamente riportato nella seguente griglia di valutazione, con riferimento a ciascuna delle ditte partecipanti:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

WORK STATION CON MONITOR MULTIPARAMETRICI

PARAMETRI QUALITA'	PUNT. MAX	Ditta Sirimed srl	Ditta Ultramed srl	Ditta Drager Italia spa
Apparecchio per anestesia				
Caratteristiche tecniche/funzionali dell'apparecchio per anestesia: display e interfaccia	5	5	5	1
Sensore O2, esente da manutenzione (paramagnetico, ultrasuoni)	3	3	3	3
Passaggio da automatico a manuale tramite un unico comando	5	5	5	5
Interruzione del flusso gas, della ventilazione automatica e degli allarmi con un unico pulsante	5	5	5	5
Facilità di sterilizzazione	3	2	3	3
Volume totale del circuito respiratorio, sia in ventilazione automatica che in ventilazione manuale, incluso il volume del canestro assorbitore e di eventuale pallone (qualora facente parte del circuito) inferiore a 3500 ml	5	5	5	5
Possibilità di integrare in futuro PC con software che consenta la visualizzazione dei modelli farmacocinetici e farmacodinamici dei farmaci anestetici somministrati (dettagliare con schede tecniche e depliant)	4	0	4	4
Monitor multiparametrico				
Caratteristiche tecniche/funzionali del monitor multiparametrico: display, interfaccia, qualità ECG	5	5	5	5
Monitoraggio integrato dello stato di sofferenza del paziente	7	2	4	5
Immediatezza e completezza nella lettura dello stato dell'anestesia tramite visualizzazione integrata dei relativi parametri	6	6	6	6
Tecnica di analisi della profondità di anestesia	7	7	7	7
Analisi integrata della pressione cruenta per il calcolo automatico della PPV (Pulse Pressure Variation) e della SPV (Systolic Pressure Variation) in automatico ed in continuo	3	0	3	3
Demo pratica				
Demo pratica Workstation per Anestesia completa di tutti i sw e gli accessori offerti per l'analisi on-site della corrispondenza con le caratteristiche minime richieste e per le migliorative offerte.	12	9	11	10
TOTALE	70	54	66	62

Si prende atto che ciascuna delle ditte partecipanti, avendo conseguito per le apparecchiature offerte il punteggio minimo richiesto nella lettera di invito, pari a 42/70, viene ammessa alla fase successiva di valutazione dell'offerta economica, che avverrà in seduta pubblica durante la quale, previa lettura dei punteggi assegnati a ciascuna ditta e delle relative valutazioni effettuate, si procederà all'apertura dei files contenenti le offerte economiche.

Indi, la Commissione chiude la seduta riservata odierna, alle ore 16,00 , e stabilisce di aggiornarsi al 13 dicembre p.v. alle ore 09,00 , per lo svolgimento della seduta pubblica di cui sopra è cenno, comunicando data e ora di svolgimento alle ditte tramite piattaforma MEPA.

Del che il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue


Il Presidente : Dott.ssa Lucia Macaluso



Il Commissario: Dott. Ezio De Rose



Il Commissario: Dott. Davide Di Fabrizio



Il Segretario: Rag. Lucio Bonasera