



U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Direttore: Dott.ssa Maria Concetta Perna  
e-mail: [direttore.provveditorato@asp.enna.it](mailto:direttore.provveditorato@asp.enna.it)  
pec: [provveditorato@pec.asp.enna.it](mailto:provveditorato@pec.asp.enna.it)

U.O.S. Gare Benii

Responsabile: Dott.ssa Francesca La Paglia  
Te. 0935 520711

e-mail: [francesca.lapaglia@asp.enna.it](mailto:francesca.lapaglia@asp.enna.it)

Punto Istruttore: Sig.ra Pietra Rita David

Te. 0935 520118

e-mail: [pietra.david@asp.enna.it](mailto:pietra.david@asp.enna.it)

Cod. fisc./P.IVA 01151150867

Alle Ditte Interessate

**OGGETTO:** Avviso di consultazione preliminare di mercato per la fornitura di barelle e teli per movimentazione pazienti

Questa Azienda ha ricevuto dai Direttori delle UU.OO.CC./UU.OO.SS.DD. dell'A.S.P. di Enna la richiesta di acquisto di barelle e teli per movimentazione pazienti

N	Q.T A'	DESCRIZIONE	DESTINAZIONE
1	2	<b>Barella:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Superficie letto in 2 sezioni e 1 snodo;</li><li>- Struttura su 4 ruote di diametro 20 cm con quinta ruota a scomparsa in zona centrale elevabile per agevolare gli spostamenti e per una migliore distribuzione dei grossi pesi;</li><li>- 2 maniglie a scomparsa in zona testa per il trasporto;</li><li>- Freno centralizzato sulle 4 ruote con pedali sui 4 lati;</li><li>- Asta porta flebo a scomparsa a 2 sezioni</li><li>- Alloggiamenti per ulteriori aste in zona testa e in zona piedi;</li><li>- Porta drenaggi laterali nella struttura;</li><li>- Schienale servoassistito elevabile fino a 80° e sistema di discesa rapida schienale;</li><li>- Altezza variabile con sistema pedale bilaterale oleodinamico servoassistito da 52 cm a 88 cm circa;</li><li>- Superficie interamente radiotrasparente;</li><li>- Superficie paziente cm 76x198 circa;</li><li>- Spondine abbattibili a compasso;</li><li>- Sistema per agevolare trasferimento paziente su altra superficie;</li><li>- Vano porta oggetti e porta bombole di ossigeno integrato nel basamento barra paracolpi sull'intero perimetro;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- n. 1 U.O.C. Anestesia e Rianimazione P.O. Umberto I – Enna</li> <li>- n. 1 U.O.C. Medicina Generale P.O. M. Chiello – Piazza Armerina</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Funzioni trendelenburg ed antitrendelenburg da 0° a +/- 18° comandate da pedali posti sui lati</li> <li>- Carico di lavoro sicuro non inferiore a 315 Kg;</li> <li>- Tavolo porta monitor;</li> <li>- Materasso in schiuma antidecubito di circa cm 76x190x12,5h con telo di copertura lavabile e sanificabile, omologato in classe 1 IM.</li> </ul>	
2	1	<p><b>Asse rigida a scivolamento facilitato per il trasferimento orizzontale/laterale del paziente da una superficie ad un'altra, tale ausilio minore deve:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permettere il trasferimento orizzontale/laterale del paziente, posto in posizione supina, da una superficie ad un'altra (es. letto/barella e viceversa) con il minimo sforzo e senza nessun disagio per il paziente;</li> <li>- Essere completamente atraumatico per il personale di assistenza riducendo il rischio di lesioni dorso-lombari;</li> <li>- Utilizzabile in forma manuale da parte di due addetti all'assistenza;</li> <li>- Essere in grado, senza sollevare il paziente, di superare notevoli fessure e dislivelli sino a 20-25 cm tra le superfici (ad es. tra letto e barella ad altezza fissa e viceversa);</li> <li>- Presentare delle bande di sicurezza (strisce antiscivolo) per garantire la massima sicurezza durante il trasferimento del paziente;</li> <li>- Essere costruito con il seguente materiale: polietilene ad alta densità (HDPE);</li> <li>- Essere atossico, latex-free con bassa reazione al fuoco;</li> <li>- Avere una facile manutenzione, (lavabile e disinfettabile con normali prodotti igienizzanti, resistenti agli acidi);</li> <li>- Misura: 170 x 65 cm;</li> <li>- Spessore: tra i 5 e gli 8 mm;</li> <li>- Leggero (solo 4 Kg);</li> <li>- Portata max: non inferiore a 150 Kg;</li> <li>- Radiotrasparente e compatibile con RMN;</li> <li>- Provvisto di marcatura CE;</li> <li>- Classificazione CND</li> </ul>	U.O.S.D. Medicina Generale P.O: FBC - Leonforte
3	4	<p><b>Teli ad alto scorrimento per movimentazione paziente allettato</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rivestimento lavabile in entrambi i lati;</li> <li>- Esterno in materiale antiscivolo;</li> <li>- Interno con rivestimento antifrizione in nylon raffinato;</li> <li>- Traspirante e facile da pulire;</li> <li>- No telo tubolare, in quanto renderebbe difficil il trasferimento dei pazienti e loro movimentazione;</li> <li>- Misure: 100x130 cm;</li> <li>- Dotato di cinghie laterali;</li> <li>- Resistente in caso di spostamento di paziente obeso.</li> </ul>	U.O.S.D. Medicina Generale P.O: FBC - Leonforte

A tal fine si intende condurre consultazione preliminare di mercato per la fornitura sopra descritta, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 36/2023, al fine, poi, di avviare apposita

*Bianchi*

procedura di scelta del contraente, come previsto dalla normativa vigente, per la fornitura di quanto in oggetto.

La presente consultazione preliminare di mercato ha unicamente fini esplorativi, per determinare la disponibilità del bene e il valore di mercato, onde procedere alla determinazione di un prezzo a base d'asta congruo e conseguente idonea procedura di gara.


Si invitano, pertanto, le ditte interessate a volere riscontrare la presente entro le ore 12,00 del giorno 30 aprile c.a., producendo:

- schede tecniche dei beni offerto;
- prezzo unitario e prezzo complessivo della fornitura;

al seguente seguente indirizzo: [provveditorato@pec.asp.enna.it](mailto:provveditorato@pec.asp.enna.it)

Distinti saluti.

L'Incaricato dell'Istruttoria  
Sig.ra Pietra Rita David



Il Direttore  
U.O.C. Servizio Provveditorato  
Dr.ssa Maria Concetta Perna

