



U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO
Direttore: Dott.ssa Maria Concetta Perna
e-mail: direttore.provveditorato@asp.enna.it
pec: provveditorato@pec.asp.enna.it
U.O.S. Gare Benii
Responsabile: Dott.ssa Francesca La Paglia
Te. 0935 520711
e-mail: francesca.lapaglia@asp.enna.it
Punto Istruttore: Sig.ra Pietra Rita David
Te. 0935 520118
e-mail: pietra.david@asp.enna.it
Cod. fisc./P.IVA 01151150867

Alle Ditte Interessate

OGGETTO: Avviso di consultazione preliminare di mercato per la fornitura di analizzatore portatile in POCT per la misurazione di NT-proBNP

Questa Azienda ha ricevuto dal Direttore della U.O.C. di Cardiologia/Utici del P.O. Umberto I di Enna la richiesta di acquisto di analizzatore portatile in POCT per la misurazione di NT-proBNP

N	Q.TA	DESCRIZIONE
1	1	Strumentazione: <ul style="list-style-type: none">- Analizzatore portatile, multiparametrico di ultima generazione;- Tecnologia impiegata: microfluidica attiva con lettura in fluorescenza;- Determinazione da sangue intero capillare mediante puntura diretta del polpastrello;- La strumentazione deve essere sempre pronta all'uso e senza manutenzione da parte degli operatori;- Alimentazione sia a rete sia a batteria ricaricabile;- Dotato di display touch-screen;- Calibrazione automatica al cambio lotto delle strisce reattive mediante tecnologia RFID- Software in italiano che permette la visualizzazione dei dati su display integrato;- Dotato di avvisi in caso di errore campionamento o errato funzionamento dello strumento;- Possibilità di trasferimento dati al LIS;- Capacità di archiviazione dati paziente di almeno 1000 risultati;- Possibilità di inserire commenti a fine determinazione;- Possibilità di implementare altri parametri che si renderanno disponibili;- Corredato di stampante per la stampa dei referti;- Strisce reattive confezionate singolarmente in buste di alluminio e conservate a

Berna

		temperatura ambiente; - Strisce reattive dotate di barcode bidimensionale per il riconoscimento automatico della tipologia di striscia e del lotto senza intervento dell'operatore; - Striscia con deposizione del sangue direttamente da digitopuntura; - Il coefficiente di correlazione R per NT-proBNP del metodo utilizzato nei confronti dei metodi di riferimento del laboratorio, documentato da lavori scientifici deve essere maggiore di 0,90; - Formazione on site a tutto il personale che opererà sulla strumentazione; - Reagenti e sistemi con marcatura CE-IVD e secondo 98/79/CE
2	1500	Strisce reattive, fabbisogno triennale, in somministrazione eventuale

A tal fine si intende condurre consultazione preliminare di mercato per la fornitura sopra descritta, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 36/2023, al fine, poi, di avviare apposita procedura di scelta del contraente, come previsto dalla normativa vigente, per la fornitura di quanto in oggetto.

La presente consultazione preliminare di mercato ha unicamente fini esplorativi, per determinare la disponibilità del bene e il valore di mercato, onde procedere alla determinazione di un prezzo a base d'asta congruo e conseguente idonea procedura di gara.

Si invitano, pertanto, le ditte interessate a volere riscontrare la presente entro le ore 12,00 del giorno 02 maggio c.a., producendo:


- schede tecniche dei beni offerto;
- prezzo unitario e prezzo complessivo della fornitura;

al seguente seguente indirizzo: provveditorato@pec.asp.enna.it

Distinti saluti.

L'Incaricato dell'Istruttoria

Sig.ra Pietra Rita David



Il Direttore

U.O.C. Servizio Provveditorato

Dr.ssa Maria Concetta Perna

