



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ENNA

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

Direttore: Dott.ssa Maria Concetta Perna

e-mail: direttore.provveditorato@asp.enna.it

pec: provveditorato@pec.asp.enna.it

U.O.S. Gare Beni

Responsabile: Dott.ssa Francesca La Paglia

Tel. 0935 520711

e-mail: francesca.lapaglia@asp.enna.it

Punto Istruttore: Sig.ra Pietra Rita David

Te. 0935 520118

e-mail: pietra.david@asp.enna.it

Cod. fisc./P.IVA 01151150867

Web: <http://www.asp.enna.it>

Alle Ditte Interessate

OGGETTO: Richiesta di offerta per la fornitura di n. 5 carrelli di emergenza corredati da monitor defibrillatore bifasico portatile manuale, aspiratore portatile per diverse UU.OO. del P.O. M. Chiello di Piazza Armerina e del P.O. Umberto I di Enna.

Si invita codesta spettabile ditta a far pervenire offerta economica sul ME.PA. per la fornitura di n. 5 carrelli di emergenza per diverse UU.OO. del P.O. M. Chiello di Piazza Armerina e del P.O. Umberto I di Enna, come da allegato "A" accluso alla presente richiesta.

La documentazione per la partecipazione alla gara dovrà essere presentata secondo le modalità di seguito esplicitate.

Nel campo documentazione amministrativa/tecnica dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Dichiarazione di cui agli artt. 94 e 95 del D.L.gs., resa ai sensi del D.P.R. 445/00, comprensiva della dichiarazione di regolarità contributiva con indicazione dei nn.iscrizione INPS e INAIL, sedi e numero dei dipendenti come da allegato (modello B), inserito nella documentazione richiesta;
- Patto d'integrità anticorruzione;
- Dichiarazione ottemperante all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010, come modificato dall'art.7 della L. 12.11.2010 n. 187, e, pertanto di impegnarsi ad indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e di tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto;
- Offerta economica senza prezzi, con indicazione di marca, modello e nome della ditta produttrice;
- CND e repertorio (ove previsto)



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ENNA

- Scheda tecnica dei prodotti offerti, depliant;
- Descrizione garanzia offerta, – durata minima 24 (ventiquattro) mesi su tutti gli inconvenienti, di qualsiasi natura, che si dovessero riscontrare durante il periodo di garanzia con l'obbligo di eliminazioni;

Nel campo offerta economica dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Offerta economica come generata dal sistema con indicazione del prodotto offerto, marca modello e nome della ditta produttrice e il prezzo complessivo per l'intero lotto, IVA esclusa;
- Offerta economica dettagliata come da modello allegato;
- Il prezzo dovrà comprendere: consegna franco magazzino e quant'altro connesso alla fornitura.
- L'aggiudicazione avverrà in favore della ditta che avrà presentato l'offerta più bassa nel rispetto delle caratteristiche tecniche richieste.

Adempimenti successivi all'aggiudicazione:

- La formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà attraverso la stipula del contratto nei modi e nelle forme di legge da registrare solo in caso d'uso;
- deposito cauzionale definitivo pari al 5% dell'importo aggiudicato, ai sensi dell'art. 53, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023;
- **la fornitura dovrà essere eseguita a seguito di esplicito ordine informatico (NSO);**
- **consegna e verifica di conformità entro 20 gg. lavorativi dall'ordine c/o i Magazzini del P.O. Umberto I di Enna e del M. Chiello di Piazza Armerina;**
- **pagamento: entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della fattura che dovrà pervenire dopo il ricevimento e collaudo, con esito positivo, dei beni forniti, le verifiche di Legge delle forniture e gli adempimenti amministrativi;**
 - ▲ Quanto ordinato dovrà essere consegnato entro il termine perentorio di 20 giorni lavorativi dalla data dell'ordine. Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna del bene oggetto del presente contratto. In caso di ritardo, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, applicherà a carico del fornitore una penale nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Le penali non potranno, comunque, superare complessivamente il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

Trascorso questo termine, la mancata consegna della merce, comporterà il passaggio al secondo migliore offerente, con oneri a carico della ditta inadempiente.



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

E N N A

- ⤴ Successivamente alla consegna i beni saranno sottoposti a collaudo tecnico, alla presenza del Sanitario utilizzatore, di un tecnico incaricato dall'Azienda e dalla Ditta affidataria.
- ⤴ Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell'impresa, quali scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati e, perciò influenti nelle forniture e nelle prestazioni di servizi, debbono essere tempestivamente segnalate o documentate.
- ⤴ Questa Azienda, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di acquistare i beni nel libero mercato, addebitando gli eventuali maggiori costi al fornitore inadempiente.
- ⤴ Il controllo sulla quantità e qualità dei beni forniti spetta al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, anche su segnalazione dell'U.O. utilizzatrice; in ogni caso, la ditta aggiudicataria è tenuta a prestare sui prodotti consegnati idonea garanzia da tutti gli inconvenienti non derivanti da cause di forza maggiore; in caso di merce contestata, in quanto ritenuta non conforme, la ditta è obbligata, a propria cura e spese, al ritiro ed alla sostituzione con materiale conforme entro 2 giorni dalla contestazione.
- ⤴ In caso contrario, saranno applicate le penali sopra previste. Il regolare utilizzo delle attrezzature e la dichiarazione di presa in consegna non esonera, comunque, la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.
- ⤴ Tutti i beni oggetto della presente gara devono essere coperti da garanzia per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla data del collaudo /accettazione positivo degli stessi.

Azienda può chiedere la risoluzione del contratto:

- a)** in qualunque momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile;
- b)** per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto deliberativo
- c)** in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d)** in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratorie e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- e)** nei casi di cessione e di subappalto non autorizzati dall'Azienda;
- f)** nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- g)** nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti;
- h)** in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione;



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ENNA

- i) in caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'affidataria, l'Azienda ha diritto di incamerare, ove previsto, il deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di essa, anche in danno dell'inadempiente.

Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile, il Direttore Generale potrà, a suo insindacabile giudizio, non stipulare alcun contratto, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o convenienti, sotto il profilo tecnico-economico, i risultati dell'attività negoziale.

E' fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, etc.), che potrà essere attivato senza che le concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento od altro.

E' fatto espresso **divieto di cessione del credito**, fatta salva l'esistenza di carenza di liquidità che non consenta il rispetto dei termini di pagamento.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, in relazione al contratto di cui alla presente procedura, è competente esclusivamente il Foro di Enna.

La Fattura dovrà essere intestata a: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA – VIALE DIAZ, 7/9 – 94100 – ENNA – P.I. 01151150867

Segue allegato "A"

L'Incaricato dell'Istruttoria
Il Coadiutore Amm.vo Esperto
Sig.ra Pietra Rita David

Il Rup

Il Responsabile U.O.S. Gare Beni
Dott.ssa Francesca La Paglia

Il Direttore

U.O.C. Servizio Provveditorato
Dott.ssa Maria Concetta Perna



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ENNA

ALLEGATO "A"

N. 5 CARRELLI DI EMERGENZA CORREDATI DA MONITOR DEFIBRILLATORE BIFASICO PORTATILE MANUALE, ASPIRATORE PORTATILE E BOMBOLA DI OSSIGENO GASSOSO

Q.tà	<u>Caratteristiche tecniche carrello:</u>	<u>DESTINAZIONE</u>
5	<p><u>Caratteristiche tecniche carrello:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensioni senza accessori: 82x64xh100 cm; - N. 4 cassette: di cui n. 3 cm 60x48xh13 e n. 1 cm 60x48xh27; - Lastra massaggio cardiaco trasparente; - Asta porta flebo; - Protezione perimetrale integrata; - Ruote Ø 125 mm; - Portarifiuti laterale e portacateteri; - Vassoio per defibrillatore girevole 390x320x20mm - Supporto bombola ossigeno sul retro (bombola non inclusa) <p><u>Caratteristiche tecniche defibrillatore:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ricarica rapida (3 secondi per 200 J, 5 secondi per ricarica 270 J in funzionamento CA o batteria nuova completamente carica); - Recupero rapido (il recupero dell'ECG in 3 secondi mostra rapidamente il risultato della defibrillazione); - Potente funzionamento a batteria Capacità elevata (una nuova batteria completamente carica fornisce almeno 70 scariche a 270 J o 150 minuti di monitoraggio continuo); - Breve tempo di ricarica (2-3 ore per la ricarica completa con cavo CA collegato e spento); - Display LCD TFT a colori da 6,5 pollici retroilluminato ad alta potenza; - Analisi avanzata dell'aritmia; - Monitoraggio plug and play; - Guida operativa su schermo; - Trasmissione dei dati ECG tramite rete mobile Bluetooth Indicatore di autotest; - Registratore vocale. 	<p>U.O.S. Servizio Trasfusionale P.O. M. Chiello - Piazza Armerina</p> <p>U.O.S.D. Dermatologia P.O. M. Chiello – Piazza Armerina</p> <p>UU.OO.CC. Otorinolaringoiatria/Oculistica P.O. Umberto I – Enna</p> <p>U.O.C Malattie Infettive P.O. Umberto I – Enna</p> <p>U.O.S.D. Nefrologia P.O. Umberto I – Enna</p>



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ENNA

<p>Bluetooth Indicatore di autotest; - Registratore vocale. Caratteristiche tecniche aspiratore: - Motore: Pompa a membrana; - Alimentazione: 14V 4V con alimentatore AC/DC (imput: 100-240V~ – 50/60Hz – 100VA) -Potenza assorbita: 4 A; - ISO 10079-1 Classificazione: Alto vuoto / Alto flusso; - Aspirazione Max (regolabile): -0.80 bar -80kPa - 600mmHg</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

IMPORTO A BASE D'ASTA: € 38.500,00 OLTRE IVA