

Prot. 66677
del 19-06-2024



Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

Direttore: Dott.ssa Maria Concetta Perna

e-mail: direttore_provveditorato@asp.enna.it

U.O.S. Gare Servizi e Lavori Pubblici e RUP:

Dott. Salvatore Alessandro Mingrino Tel. 0935/520348

e-mail: salvatore.mingrino@asp.enna.it

Incaricato dell'istruttoria: coadiutore amministrativo

Rag. Concetta Calabrese Tel. 0935/520342

e-mail: concetta.calabrese@asp.enna.it

provveditorato@pec.asp.enna.it

WEB: <http://www.asp.enna.it/>

Sptt.le Vantive S.r.l.

Oggetto: Richiesta preventivo di spesa per la fornitura in noleggio, per 5 anni, di n. 1 unità mobile di depurazione acqua per singole unità dialitiche, incluso canone di assistenza e manutenzione full-risk annuo.

La scrivente ASP intende avviare procedura negoziata sul MEPA per la **fornitura in noleggio di n. 1 unità mobile di depurazione acqua per singole unità dialitiche, incluso canone di assistenza e manutenzione full-risk annuo**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs 36/2023, per un periodo di 5 anni + 6 mesi di eventuale proroga tecnica e comunque fino all'esaurimento della capienza economica contrattuale, per un periodo massimo di un ulteriore anno, agli stessi prezzi, patti e condizioni, o più favorevole per l'A.S.P.;

Valore presunto da porre a base d'asta per la durata di 5 anni € 25.000,00 + IVA 22%.

A tal fine si invita a formulare la migliore offerta unitamente alla presentazione della seguente documentazione:

Campo documentazione amministrativa/tecnica che deve contenere le prescritte sottoscrizioni, ai fini della relativa validità (mediante firma digitale), dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Lettera d'invito/capitolato tecnico;
- Dichiarazione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs n. 36/2023, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sul possesso dei requisiti generali e di esclusione, comprensiva della dichiarazione di regolarità contributiva con indicazione dei nn. di iscrizione INPS e INAIL, sedi e numero dei dipendenti o copia del DURC come da allegato (modello "A") inserito nella documentazione richiesta (modello "A");
- Patto d'integrità anticorruzione (modello "B");
- Dichiarazione ottemperante all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010, come modificato dall'art.7 della L. 12.11.2010 n. 187, e, pertanto, di impegnarsi ad indicare uno o più conti correnti bancari o postali,



Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato

accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e di tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto (modello "C");

- Scheda tecnica dei prodotti offerti ed eventuale materiale illustrativo in lingua italiana indicanti tutti gli elementi necessari e indispensabili all'individuazione dei requisiti tecnici dei prodotti;
- Documentazione attestante il possesso della marcatura CE e classe di appartenenza dei dispositivi secondo il Decreto Legislativo n. 46 del 24 febbraio 1997 e ss.mm.ii. in attuazione della Direttiva 93/42 CEE concernente i dispositivi medici (Dichiarazione del fabbricante o certificazione di conformità rilasciate dal laboratorio ed ente indipendente);
- Dichiarazione con la quale, l'Operatore Economico s'impegna a fornire, ove richiesta, demo dell'attrezzatura offerta;
- Dichiarazione relativa alla formazione gratuita, in favore del personale sanitario utilizzatore dell'attrezzatura in argomento, per il tempo necessario all'apprendimento.

Nel campo offerta economica dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Offerta economica come generata dal sistema;
- Offerta economica dettagliata: con indicazione del costo mensile, annuale e complessivo per 5 anni, nonché "Autodichiarazione ex DPR 445/2000 offerta economica dettagliata" con l'ulteriore specifica che il prezzo offerto non è superiore al prezzo praticato alle altre Aziende Sanitarie come da modello allegato (Modello "D2").

Adempimenti successivi all'aggiudicazione:

- La formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà attraverso la stipula nei modi e nelle forme di legge;
- Deposito cauzionale definitivo pari al 5% dell'importo contrattuale IVA esclusa, ai sensi dell'art. 53, comma 4, D.Lgs n. 36/2023 con le modalità di cui all'art. 106 del medesimo D. Lgs, entro 10 giorni dalla data di richiesta;
- **Consegna:** presso la U.O.S.D. Nefrologia P.O. Umberto I, **su preciso ordine informatico (N.S.O.) espresso,** franco di ogni spesa, entro 5 giorni lavorativi dalla data dell'ordine che sarà emesso dal Responsabile del Magazzino Economico Area Sud, per il tramite del magazziniere addetto al magazzino del P.O. Umberto I di Enna.



Regione Sicilia
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato

Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna delle attrezzature oggetto della presente procedura. In caso di ritardo, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, applicherà a carico del fornitore una penale pari all'1/100 per mille dell'ammontare netto contrattuale, come stabilito dall'art. 126 del D. Lgs 36/2023;

Le penali non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del suddetto valore netto contrattuale;

- Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell'impresa, quali scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati e, perciò, influenti nelle forniture e nelle prestazioni di servizi, debbono essere tempestivamente segnalate o documentate;
- Quest'Azienda, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di acquistare i beni nel libero mercato, addebitando gli eventuali maggiori costi al fornitore inadempiente;
- Pagamento: entro 60 giorni dalla ricezione della fattura che dovrà pervenire dopo il ricevimento, collaudo positivo, le verifiche di legge e gli adempimenti amministrativi delle forniture;

L'azienda può chiedere la risoluzione del contratto:

- a) In qualunque momento, durante l'esecuzione della fornitura, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile;
- b) In caso di frode, di grave negligenza, di controversia nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- c) In caso di cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, moratorie e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- d) Nei casi di cessione e di subappalto non autorizzati dall'Azienda;
- e) Nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- f) Nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti;
- g) Nel caso in cui ometta, anche parzialmente, di assicurare il servizio;
- h) Nel caso in cui non assicuri la prestazione in modo regolare e soddisfacente;


3



Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato

- i) Nel caso in cui la fornitura sia stata eseguita in modo difforme rispetto alle indicazioni del capitolato tecnico di gara;

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'affidataria, l'Azienda ha facoltà di incamerare, ove previsto, il deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale e di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di essa, anche in danno dell'inadempiente.

Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile, il Direttore Generale potrà, a suo insindacabile giudizio, non stipulare alcun contratto, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o convenienti, sotto il profilo tecnico-economico, i risultati dell'attività negoziale.

È fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, etc.) che potrà essere attivato senza che la ditta concorrente possa avanzare richieste di risarcimento od altro.

È fatto espresso **divieto di cessione del credito**, fatta salva l'esistenza di carenza di liquidità che non consenta il rispetto dei termini di pagamento.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, in relazione al contratto di cui alla presente procedura, è competente esclusivamente il Foro di Enna.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

Seguono allegati:

1. Allegato "CAPITOLATO TECNICO"
2. Allegato A "MODELLO AUTODICHIARAZIONE EX DPR 445/2000";
3. Allegato B "PATTO DI INTEGRITÀ ANTICORRUZIONE";
4. Allegato C "DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO";
5. Allegato D2 "OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO";

L'Incaricato dell'istruttoria
Rag. Concetta Calabrese

Il RUP

Responsabile U.O.S. Gare Servizi e Lavori Pubblici
Dott. Salvatore Alessandro Mingrino

Il Direttore
U.O.C. Servizio Provveditorato
Dott.ssa Maria Concetta Perna

Capitolato Tecnico - Caratteristiche tecniche minime:

Addolcitore destinato all'unità di osmosi inversa per singolo paziente a risparmio energetico per assicurare un'acqua addolcita di alta qualità per una dialisi ottimale nel singolo paziente.

Compatto e completamente automatizzato, con le seguenti caratteristiche specifiche:

- sistema a doppio addolcitore di resine mono sferiche di alta qualità per garantire la massima pressione di ingresso acqua 0.2-0.8 MPa (20-115 psi);
- Servizio (portata uscita) 0.5-4 l/min. Contropressione minima linea dell'acqua in uscita se l'unità esegue il lavaggio in controcorrente 0.1 MPa (115 psi);
- Intervallo temperatura in condizioni operative 2-50°. Dimensioni struttura (A x L x P) 48 x 46 x 20 cm. Collegamenti tubi (ingresso/uscita) 3/4";
- BSP Resina per bombola (due bombole) 4.5 liters. Bordo libero serbatoio Matrice compatta;
- Peso, trasporto 20.4 kg; Peso, funzionamento 38.5 kg. Durezza massima (imp. sale standard) 30°dH (54°fH, 540 ppm di CaCO₃);
- Consumo di sale, impostazione standard 0.22 kg; Consumo di acqua 18.9 litri, Tempo di rigenerazione 11 minuti.

Osmosi inversa per la produzione di acqua osmotizzata, deve alimentare **da 1 a 2 monitor dialisi** in modo autonomo e/o parallelo (contemporaneamente e singolo trattamento) con sistema di sterilizzazione termico automatico esaustivo. Possibilità di programmare lo spegnimento automatico dell'osmosi alla fine del ciclo della disinfezione termica.

L'osmosi deve essere certificata secondo la Direttiva Europea "Dispositivi Medici" 93/42/CE. deve soddisfare le linee guida della S.I.N. in vigore, dai punti di vista chimico, fisico e batteriologico, con la rimozione dei sali disciolti > al 95% e dei batteri e pirogeni > al 99%.

Produzione di acqua in uscita Minima 1,1 l/min a 10°C e 0,15 MPa (1,5 bar) di pressione in uscita.

Lunghezza anello distribuzione sino a 10 mt.

Sistema di gestione delle tubazioni di collegamento affinché non siano esposte e di intralcio.

La fornitura deve prevedere l'installazione in un carrello facilmente trasportabile, tutto il materiale previsto per il montaggio e installazione e la manutenzione di tipo full risk.