



## CHIARIMENTI COMUNICATO DEL 20/09/2024

### CHIARIMENTO 1

#### DOMANDA :

“In merito al Lotto Unico - kit di estrazione:

Si chiede di specificare il modello dell'estrattore automatizzato BIOER – Aurogene”

#### RISPOSTA:

L'estrattore in nostro possesso è:

BIOER – Aurogene

Descrizione

ESTRATTORE DI ACIDI NUCLEICI

Costruttore

HANGZHOU BIOER TECHNOLOGY CO LTD

Modello

NPA 32P GENEPURE PRO

Si ricorda inoltre che, in alternativa, le ditte interessate potranno offrire, insieme ai kit di cui trattasi, anche un sistema diagnostico di automazione pari o superiore a quella dei sistemi sopra indicati. In tal caso, il sistema dovrà comprendere la fornitura della strumentazione, software, reagenti, materiale di consumo, assistenza tecnica e quant'altro occorra per l'esecuzione di tutti i test indicati.

### CHIARIMENTO 2

#### DOMANDA:

- si chiede la possibilità di offrire uno strumento di estrazione a corredo dei kit di estrazione richiesti nella RDO;

- si chiede conferma della compatibilità dei kit per la ricerca degli MST con gli strumenti di PCR real time CFX BioRad e/o Gentler 96 Thianlog presenti in laboratorio.”

#### RISPOSTA:

1. **SI**, è possibile offrire uno strumento di estrazione a corredo dei kit richiesti.
2. In merito al secondo punto si chiede documentazione accessoria di supporto per un'eventuale conferma della compatibilità dei kit di cui trattasi con gli strumenti in nostro possesso.

Si ricorda inoltre che, in alternativa, le ditte interessate potranno offrire, insieme ai kit di cui trattasi, anche un sistema diagnostico di automazione pari o superiore a quella dei sistemi sopra indicati. In tal caso, il sistema dovrà comprendere la fornitura della strumentazione, software, reagenti, materiale di consumo, assistenza tecnica e quant'altro occorra per l'esecuzione di tutti i test indicati.