



REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA
Servizio Provveditorato/Economato

V.le Diaz, 7/9- 94100 -Enna

Verbale n.5

COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVA ALLA FORNITURA IN SERVICE QUINQUENNALE DI SISTEMI PER INDAGINI DIAGNOSTICHE, DIAGNOSTICI E MATERIALI VARI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO DI ANATOMIA PATOLOGICA DEL PO UMBERTO I DELL'ASP DI ENNA. RDO ME.PA. N.3461813.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 09 del mese di Luglio alle ore 9:45, si riunisce la Commissione Giudicatrice, nominata con atto Deliberativo n.1716 del 30/10/2023, presso i locali della U.O.C. Servizio Provveditorato dell'ASP di Enna, sito in Viale Diaz n.7/9, il Presidente di Commissione Dott.ssa Maria Concetta Perna e il Segretario di Commissione Collaboratore Amministrativo Prof.le, Dott. Antonio Zingali, e collegati da remoto al seguente link <https://meet.google.com/mdo-coov-tun>, il Dott. Tumino Rosario Componente esperto dirigente medico titolare e Dott. Gasparri Paolo Componente esperto dirigente medico titolare, per la valutazione tecnica della fornitura di cui al lotto n.7. Come da verbale n.1 del 11/01/2024, si da atto che gli Operatore Economici partecipanti al lotto in questione risultano essere:

- Operatore Economico Menarini Diagnostie s.r.l.;
- Operatore Economico Diapath S.p.A..

La Commissione Giudicatrice risulta così composta:

- | | |
|---------------------------------|--|
| ■ Dott.ssa Maria Concetta Perna | Presidente/Esperto giuridico |
| ■ Dott. Tumino Rosario | Componente esperto dirigente medico titolare |
| ■ Dott. Gasparri Paolo | Componente esperto dirigente medico titolare |

Svolge le funzioni di Segretario: Collaboratore Amministrativo Prof.le, Dott. Antonio Zingali.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i Componenti, dichiara aperta la seduta della Commissione Giudicatrice.

LOTTO n°7.

Procedura aperta per la fornitura quinquennale in service di sistemi per la raccolta, preservazione e archiviazione dei campioni biologici provenienti dalle sale operatorie destinate all'U.O.C. di Anatomia Patologica mediante dispositivi "sottovuoto con riempimento automatico del fissativo nei contenitori porta- campioni".

REQUISITO	PUNTEGGIO	MENARINI	DIAPATH
I reparti chirurgici dovranno produrre contenitori sottovuoto contenenti i campioni biologici in formalina garantendo al reparto di Anatomia Patologica, per le fasi successive, il riutilizzo dei medesimi al fine di garantire la tracciabilità dei campioni senza ulteriori accettazioni e sino allo smaltimento	2	2	2
La conservazione dei campioni deve anche essere garantita unicamente con l'ausilio del vuoto reale nel rispetto delle linee guida ministeriali senza l'uso di azoto o gas inerti provenienti da bombole sottopressione o linee aggiuntive	5	5	5
Struttura del sistema che renda le operazioni di pulizia semplici ed agevoli, con garanzia riferita alla assenza di formazione di ruggine e che sia facilmente disinfettabile	1	1	1
Dimensioni contenute minimo ingombro degli strumenti	3	3	1.55
I Sistemi dei Blocchi Operatori e della Anatomia Patologica devono garantire due diverse modalità di funzionamento in un unico modulo strumentale: <ul style="list-style-type: none"> - "creazione solo del vuoto reale con chiusura automatica del contenitore" - "immissione automatica di fissativo e creazione del vuoto, con chiusura automatica del contenitore" 	3	3	3
Strumenti dotati di sistema filtrante a carbone attivo per rischio chimico ed hepa per il rischio biologico con possibilità di connessione a sistema di estrazione fumi esterno	2	2	2



Man
Pf

REQUISITO	PUNTEGGIO	MENARINI	DIAPATH
Strumenti dotati di sistema di attacco rapido a baionetta per le taniche di formalina tamponata al 10% e chiuse ermeticamente per impedire l'esposizione degli operatori nella fase di carico e scarico del reagente. La fornitura delle taniche con attacco a baionetta deve avvenire con formula "a somministrazione o a consumo"	3	3	3
Sistema di stampa di etichette integrato al sistema per la stampa dei dati inerenti data e ora, User, l'identificativo del campione, il suo peso, lo stato del processo e riempimento, il tipo di fissativo.	2	2	2
Possibilità di determinare automaticamente il volume di formalina da erogare in base al peso del campione ed in base al rapporto peso campione/peso Formalina scelto dagli operatori	2	2	2
Possibilità di stoccare i campioni fissati senza l'utilizzo di formalina (solo vuoto) negli stessi contenitori	7	7	7
Possibilità di sottoporre i campioni ad indagini radiografiche, TAC, RMN manipolandoli ed orientandoli in totale sicurezza.	3	3	3
Utilizzo dello stesso contenitore in tutte le fasi: Raccolta, Fissazione, Stoccaggio e Smaltimento.	2	2	2
Dichiarazioni di conformità secondo le norme EN 61010-1:2001, EN 61010-2-101:2003, EN 61326-1:2007, EN 61326-2-6:2007, secondo le prescrizioni delle direttive 2006/95/EC, 2004/1108/EC e 98/19/EC	1	1	1
Utilizzo fuori cappa (fornire dichiarazione in merito)	1	1	1
Valutazione della progettualità in rispondenza alle linee Guida Ministeriali sulla tracciabilità, raccolta, trasporto, conservazione e archiviazione di cellule e tessuti per indagini diagnostiche in Anatomia Patologica.	6	6	6


REQUISITO	PUNTEGGIO	MENARINI	DIAPATH
Utilizzo di contenitori che permettano il minimo ingombro e la massima sicurezza, per il trasferimento dei campioni e per la gestione, lo stoccaggio degli stessi nei blocchi operatori ed in anatomia patologica con conseguente drastica riduzione dei volumi di smaltimento.	3	3	3
Volume max dei contenitori offerti	8	4.21	8
Programmi che permettano la realizzazione di vuoto reale per campioni Biobanca.	8	8	8
Referenze Scientifiche.	8	0	0
Numero di installazioni effettuate nel territorio nazionale negli ultimi 3 anni	8	0	0
TOTALE		58.21	60.55

Il Segretario lascia la seduta per motivi personali alle ore 14:09. La Commissione Giudicatrice completa la valutazione tecnica relativa al Lotto n.7 della fornitura in service in argomento, con riguardo agli Operatori Economici Menarini Diagnostic s.r.l. e Diapath S.p.A., con attribuzione dei relativi punteggi, per un totale, rispettivamente, di 58,21 per l'O.E. Menarini Diagnostic s.r.l., e 60,55 per l'O.E. Diapath S.p.A., come si evince dal sopra esposto Prospetto comparativo.

La seduta si chiude alle ore 15:00

Del che il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue

Presidente/Esperto Giuridico Dott.ssa Maria Concetta Perna


ROSARIO TUMINO
12.07.2024 11:23:47 GMT+01:00

Componente Esperto Dirigente Medico Titolare Dott. Rosario Tumino

Componente Esperto Dirigente Medico Titolare Dott. Paolo Gasparri

Segretario Collaboratore Amministrativo Prof.le Dott. Antonio Zingali

