



REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA

Servizio Provveditorato/Economato

V.le Diaz, 7/9- 94100 -Enna

Verbale n.4

**COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVA ALLA FORNITURA IN SERVICE QUINQUENNALE DI SISTEMI PER INDAGINI DIAGNOSTICHE, DIAGNOSTICI E MATERIALI VARI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO DI ANATOMIA PATOLOGICA DEL P.O. UMBERTO I DELL'ASP DI ENNA. RDO ME.PA. N.3461813.**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 25 del mese di Giugno alle ore 10:00, si riunisce la Commissione Giudicatrice, nominata con atto Deliberativo n.1716 del 30/10/2023, presso i locali della U.O.C. di Anatomia e Istologia Patologica del P.O. "Umberto I" di Enna, per il completamento della demo delle attrezzature rimanenti offerte dall'Operatore Economico Patholab s.r.l. e la prosecuzione dei lavori come descritto nel verbale n.3 del 07/06/2024, con la presenza del Responsabile commerciale di Zona Paolo Madau e Responsabile Area Sicilia Francesco Montanaro e per l'Operatore Economico Diapath S.p.A., con la presenza del Responsabile commerciale Area Sud Italia Fabrizio De Angelis e l'Application Specialist La Marca Luca e del Procuratore Speciale Marta Fratus.

La Commissione Giudicatrice risulta così composta:

- Dott.ssa Maria Concetta Perna Presidente/Esperto giuridico
- Dott. Tumino Rosario Componente esperto dirigente medico titolare
- Dott. Gasparri Paolo Componente esperto dirigente medico titolare

Svolge le funzioni di Segretario: Collaboratore Amministrativo Prof.le, Dott. Antonio Zingali.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i Componenti, dichiara aperta la seduta della Commissione Giudicatrice, dando atto che gli Operatori Economici Patholab s.r.l. e Diapath S.p.A. sono presenti per l'effettuazione della demo *de qua*.

#### CIO' PREMESSO

Alle ore 10,30, si procede alla demo per la valutazione delle rimanenti attrezzature presentate dall'Operatore Economico Patholab s.r.l., con contestuale verifica della presenza delle caratteristiche tecniche richieste nella lettera di invito/capitolato tecnico, con specifico riguardo al Lotto n.6, considerato che era già stata effettuata la demo, in data 07/06/2024, con riguardo al processatore, come si evince dal relativo verbale di Commissione Giudicatrice.

Si dà atto che è presente alla suddetta demo l'Operatore Economico Diapath S.p.A., tramite i soggetti sopra citati.

Si dà atto che i rappresentanti degli Operatori Economici presenti, vengono congedati alle ore 12,30, previa acquisizione delle relative firme di presenza, mentre, la Commissione Giudicatrice proseguirà, la seduta, in forma riservata, presso i medesimi locali.

Marta Fratus  
Rosario Tumino  
Paolo Madau  
Francesco Montanaro  
Fabrizio De Angelis  
Luca La Marca

pag. 1



La Commissione Giudicatrice prosegue, quindi, la seduta, presso i locali della U.O.C. di Anatomia e Istologia Patologica del P.O. "Umberto I" di Enna, analizzando la documentazione tecnica presentata dagli Operatori Economici sopra indicati.

A questo punto, la Commissione effettua l'assegnazione dei punteggi di qualità ad entrambi gli Operatori Economici partecipanti alla presente procedura di gara, compilando la griglia di valutazione allegata al Capitolato Tecnico come segue:

## N. 2 PROCESSATORI

PUNTEGGIO QUALITA' MAX 70 PUNTI (Peso ponderale 26 punti)

<b>PUNTEGGIO QUALITA' MAX 70 PUNTI (Peso ponderale 26 punti) DESCRIZIONE CRITERI VALUTATIVI</b>	<b>PUNTEGGIO MAX</b>	<b>O.E. Patholab s.r.l.</b>	<b>O.E. Dipath S.p.A.</b>
Doppio Sistema di autodiagnosi dello strumento, automatico, eseguito prima di ogni processazione a salvaguardia dei campioni e dopo il lavaggio per un check-up completo dello strumento	20	20	20
Sistema di identificazione reagenti basato su tecnologia che non permette scambio di reagenti (no barcode)	10	7,5 In sede di demo è stato attestato dall'O.E., in risposta a specifica domanda di un Componente Esperto, che il sistema non permette di identificare il lotto della paraffina (es. lotto scaduto), tramite tecnologia.	10
Sistema di aspirazione della camera di processo, che si attiva all'apertura della stessa	5	4 In sede di demo l'O.E., ha confermato l'attestazione di un Componente Esperto, riguardo ad una minore capacità di aspirazione dedotta da un'eccessiva silenziosità del sistema di aspirazione in esame.	5
Sistema di gestione della paraffina esausta a circuito chiuso	5	5	5
Possibilità di collegamento remoto per teleassistenza	10	10	10
Sblocco per apertura della camera solo tramite software	3	-	3
Possibilità di impostare il reagente di sicurezza in ogni step di processazione in caso di arresto della corrente elettrica	10	10	10
Sistema di guida visivo che assiste l'operatore durante le operazioni di cambio reagenti	2	2	2
Possibilità di implementare tracciabilità campioni/reagenti per garantire qualità di processo	5	5	5



**MAX PUNTEGGIO 70**  
**N. 2 STAMPIGLIATRICI PER CASSETTE DA INCLUSIONE**

63,5

70

**PUNTEGGIO QUALITA' MAX 70**

**PUNTI (peso ponderale 12 punti)**

**DESCRIZIONE CRITERI VALUTATIVI STAMPANTI BIOCASSETTE**

**PUNTI**

**O.E.  
Patholab s.r.l.**

**O.E.  
Dipath S.p.A.**

Modalità di stampa	10: laser 3: trasferimento termico/getto d'inchiostro 0: altro	10	10
Capacità di carico cassette on board	8: > 400 2: 200-349 0: <200	8	8
Velocità di stampa	5: ≥12/min. 2: 6-11/min. 0: 5/min.	2	2
Risoluzione di stampa	14: ≥ 600 dpi 0: < 600 dpi	14	14
Capacità dei caricatori	5: ≥ 80 2: 41 -79 0: < 41	5	5
Numero caricatori integrati nella stampante	9: ≥ 5 2: 2 -4 0: 1	9	9
Possibilità di offrire differenti tipologie di scarico cassette	9: ≥ 3 2: 1 -2 0: 0	9	9
Autonomia di stampa senza interventi di sostituzione di consumabili	1: ≥ 100.000 ore 1: < 100.000 ore 0:0	1	1

**MAX PUNTEGGIO 70**

58

58

**N.2 STAMPIGLIATRICI PER VETRINI PORTAOGGETTO**

**PUNTEGGIO QUALITA' MAX 70 PUNTI (peso ponderale 12 punti) DESCRIZIONE CRITERI VALUTATIVI STAMPANTI VETRINI**

**PUNTI**

**O.E.  
Patholab s.r.l.**

**O.E.  
Dipath S.p.A.**

Autonomia di stampa senza interventi di sostituzione di consumabili	5: > 5.000 2: 4.000 -4.999 0: < 4.000	5	5
Capacità di carico vetrini	10: ≥ 200 5: 50-199	10	10
	Presenza di almeno due caricatori on board5: ≥ 2 1: 10: < 50	5	5
Dimensioni compatte che consentano l'installazione al lato della postazione di microtomia	10	10	10

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.



Tipologia di stampa	5: trasferimento termico	5	5
Velocità di stampa	1: altri sistemi 10: ≥ 16 vetrini minuto 3: 8-15 0: <8	10	10
Possibilità di stampa vetrini già montati (SI = punti 15 –NO = punti 0)	15	15	15
Possibilità di stampare in sequenza 2 diverse tipologie di vetrini (vetrini di routine e per immunochimica senza intervento dell'operatore) (SI = punti 10 –NO = punti 0)	10	10	10
<b>MAX PUNTEGGIO 70</b>		<b>70</b>	<b>70</b>

### N.1 SISTEMA COMPLETO DI ARCHIVIAZIONE DIGITALE –MODULO BIOCASSETTE

**PUNTEGGIO QUALITA' MAX 70 PUNTI**  
(peso ponderale 25 punti) DESCRIZIONE  
CRITERI VALUTATIVI SCANNER DI  
BIOCASSETTE

	PUNTI	O.E. <i>Patholab s.r.l.</i>	O.E. <i>Dipath S.p.A.</i>
Velocità media di scansione (no fotografia) del rack/vassoio contenente 240 inclusioni	20 punti	20 In sede di demo è stato attestato dall'O.E., in risposta a specifica domanda di un Componente Esperto, che il sistema di scansione non prevede fotografia. E' stata verificata una velocità di 35,1 secondi per n.240 inclusioni.	9,23 In sede di demo è stato attestato dall'O.E., in risposta a specifica domanda di un Componente Esperto, che il sistema di scansione non prevede fotografia. E' stata verificata una velocità di 1 minuto e 16 secondi per n. 240 inclusioni.
Possibilità di abbinare l'utilizzo di più dispositivi portatili wireless di prelievo/restituzione ad unico sistema di scansione	15 punti	15	15
Capacità di archiviazione in spazio ridotto (prenderà il punteggio massimo il prodotto che ha il miglior rapporto n. reperti archiviati/spazio fisico occupato)	5 punti	5	4,94
Numero di referenze sul territorio Italiano di sistemi simili in uso per l'archiviazione di cassette	20 punti ≥15	1,33	20
Unico interlocutore per sistema di archiviazione di cassette e vetrini	10 punti	10	10
<b>MAX PUNTEGGIO 70</b>		<b>51,30</b>	<b>59,17</b>






## N.1 SISTEMA COMPLETO DI ARCHIVIAZIONE DIGITALE –MODULO VETRINI

**PUNTEGGIO QUALITA' MAX 70 PUNTI**  
**(peso ponderale 25 punti) DESCRIZIONE**  
**CRITERI VALUTATIVI SCANNER**  
**DI VETRINI**

	PUNTI	O.E. <i>Patholab s.r.l.</i>	O.E. <i>Dipath S.p.A.</i>
Velocità media di scansione (no fotografia) del rack/vassoio contenente 240 vetrini	20 punti	20 In sede di demo è stato attestato dall'O.E., in risposta a specifica domanda di un Componente Esperto, che il sistema di scansione non prevede fotografia, bensì video in real time. E' stata verificata una velocità di 2 minuti e 50 secondi per n. 240 vetrini	16,11 In sede di demo è stato attestato dall'O.E., in risposta a specifica domanda di un Componente Esperto, che il sistema di scansione non prevede fotografia, bensì sensore ottico. E' stata verificata una velocità di 3 minuti e 31 secondi per n.240 vetrini.
Possibilità di abbinare l'utilizzo di più dispositivi portatili wireless di prelievo/restituzione ad unico sistema di scansione	15 punti	15	15
Capacità di archiviazione in spazio ridotto (prenderà il punteggio massimo il prodotto che ha il miglior rapporto n. reperti archiviati/spazio fisico occupato)	5 punti	3,67	5
Numero di referenze sul territorio Italiano di sistemi simili in uso per l'archiviazione di vetrini	20 punti $\geq 10$	2	12
Unico interlocutore per sistema di archiviazione di cassette e vetrini	10 punti	10	10
<b>MAX PUNTEGGIO 70</b>		<b>50,67</b>	<b>58,11</b>

Indi la Commissione chiude la seduta alle ore 15,30, aggiornandosi, da remoto, alla data del 09/07/2024, per la seduta riguardante la valutazione tecnica relativa al Lotto n.7.

Del che il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue

Presidente/Esperto Giuridico Dott.ssa Maria Concetta Perna   
 Componente Esperto Dirigente Medico Titolare Dott. Rosario Tumino   
 Componente Esperto Dirigente Medico Titolare Dott. Paolo Gasparri   
 Segretario Collaboratore Amministrativo Prof.le Dott. Antonio Zingali 

