



U.O.C. Servizio Provveditorato
Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato
Dott.ssa Maria Concetta Perna
U.O.S. Gare Beni

Alle Ditte Interessate

OGGETTO: Avviso di consultazione preliminare di mercato per la fornitura di LANCETTE PUNGITALLONE STERILE PER NEONATI

È pervenuta richiesta, da parte del Direttore U.O.C. UTIN, di fornitura di:

1. **n. 200/annue lancette pungitallone sterile per neonati prematuri:** 0.65 mm profondità; 1.4 mm lunghezza di incisione;
2. **n. 300/annue lancette pungitallone sterile per neonati prematuri:** 0.85 mm profondità; 1.75 mm lunghezza di incisione;
3. **n. 800/annue lancette pungitallone sterile per neonati:** 1 mm profondità; 2.5 mm lunghezza di incisione;
4. **n. 800/annue lancette pungitallone sterile per neonati:** 1.14 mm profondità; 2.8 mm lunghezza di incisione;

Si richiedono le seguenti caratteristiche:

- Il presidio deve permettere di ottenere un flusso di sangue tramite l'incisione della cute con una lama sterile a doppia affilatura, attivata con un sistema rotante con taglio ad arco di precisione;
- La lama si deve ritrarre immediatamente ed automaticamente dopo l'uso;
- Le lancette devono essere dotate di un dispositivo di sicurezza atto a prevenire l'attivazione accidentale a salvaguardia dell'operatore sanitario.
- La superficie delle lancette deve essere ruvida per garantire una presa salda e sicura e la fessura di incisione ridotta per permettere una perfetta aderenza ed un corretto allineamento al sito di prelievo evitando manovre azzardate che potrebbero risultare dannose per la salute dei piccoli pazienti e del personale sanitario.
- Le tagli devono essere codificate con colori diversi per una rapida individuazione,

Al fine di acquisire i dispositivi citati si intende condurre consultazione preliminare di mercato, sensi dell'art. 77 del D.Lgs 36/2023, per avviare apposita procedura di scelta del contraente, come previsto dalla normativa vigente.

La presente consultazione preliminare di mercato ha unicamente fini esplorativi, per determinare la disponibilità dei prodotti e il valore di mercato, onde procedere alla determinazione di un prezzo a base d'asta congruo e conseguente indizione della procedura di gara.

Si invitano le ditte interessate a volere riscontrare la presente, all'indirizzo pec provveditorato@pec.asp.enna.it, entro le ore 12.00 del giorno 23 ottobre 2024, producendo:

- Schede tecniche dei prodotti offerti;
- Prezzo unitario dei singoli dispositivi e prezzo complessivo della fornitura.

Distinti saluti,

Il Responsabile del procedimento amministrativo

Collaboratore Amm.vo Prof.le

Dott.ssa Marzia Viscuso

Il Direttore

U.O.C. Servizio Provveditorato

Dott.ssa Maria Concetta Perna