



REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA  
Servizio Provveditorato/Economato

V.le Diaz, 7/9- 94100 -Enna

**Verbale n.6**

**COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVA ALLA FORNITURA IN SERVICE QUINQUENNALE DI SISTEMI PER INDAGINI DIAGNOSTICHE, DIAGNOSTICI E MATERIALI VARI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO DI ANATOMIA PATOLOGICA DEL PO UMBERTO I DELL'ASP DI ENNA. RDO ME.PA. N.3461813.**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 22 del mese di Luglio alle ore 10,00, si riunisce, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, nominata con atto Deliberativo n.1716 del 30/10/2023, presso i locali della U.O.C. Servizio Provveditorato dell'ASP di Enna, siti in Viale Diaz n.7/9, il Presidente di Commissione Dott.ssa Maria Concetta Perna e il Segretario di Commissione Collaboratore Amministrativo Prof.le, Dott. Antonio Zingali, e collegati da remoto al seguente link <https://meet.google.com/amz-cuau-wrn>, il Dott. Tumino Rosario Componente esperto dirigente medico titolare e Dott. Gasparri Paolo Componente esperto dirigente medico titolare, per riportare in apposito elenco i punteggi di qualità a tutte le ditte partecipanti alla presente procedura di gara;

**La Commissione Giudicatrice risulta così composta:**

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| ■ Dott.ssa Maria Concetta Perna | Presidente/Esperto giuridico                 |
| ■ Dott. Tumino Rosario          | Componente esperto dirigente medico titolare |
| ■ Dott. Gasparri Paolo          | Componente esperto dirigente medico titolare |

Svolge le funzioni di Segretario: Collaboratore Amministrativo Prof.le, Dott. Antonio Zingali.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i Componenti, dichiara aperta la seduta della Commissione Giudicatrice.

Si indicano di seguito i punteggi attribuiti a ciascuna Ditta partecipante, ammessa alla fase successiva di apertura delle offerte economiche, con riferimento a ciascun lotto:

Lotto 1 Ditta partecipante: Roche Diagnostics S.p.A.: Punteggio ottenuto 70 su massimo 70;

Lotto 2 Ditta partecipante: Diatech Pharmacogenetics S.r.l.: Punteggio ottenuto 70 su massimo 70;

Lotto 3 Ditta partecipante: Hospitex International S.r.l.: Punteggio ottenuto 70 su massimo 70;

Lotto 4 Ditta partecipante: Kaltek S.r.l.: Punteggio ottenuto 70 su massimo 70;

Lotto 5 Ditta partecipante: Diapath S.p.A.: Punteggio ottenuto 70 su massimo 70;


  
pag. 1  


**Lotto 6 Ditte partecipanti:**

- Diapath S.p.A.;
- Patholab S.r.l.;

REQUISITO (PESO PONDERALE 26 PUNTI)	PUNTEGGIO MAX	PATHOLAB	DIAPATH
Doppio Sistema di autodiagnosi dello strumento, automatico, eseguito prima di ogni processazione a salvaguardia dei campioni e dopo il lavaggio per un check-up completo dello strumento	20	20	20
Sistema di identificazione reagenti basato su tecnologia che non permette scambio di reagenti (no barcode)	10	7.5	10
Sistema di aspirazione della camera di processo, che si attiva all'apertura della stessa	5	4	5
Sistema di gestione della paraffina esausta a circuito chiuso	5	5	5
Possibilità di collegamento remoto per teleassistenza	10	10	10
Sblocco per apertura della camera solo tramite software	3	-	3
Possibilità di impostare il reagente di sicurezza in ogni step di processazione in caso di arresto della corrente elettrica	10	10	10
Sistema di guida visivo che assiste l'operatore durante le operazioni di cambio reagenti	2	2	2
Possibilità di implementare tracciabilità campioni/reagenti per garantire qualità di processo	5	5	5
<b>TOTALE PONDERALE</b>	<b>70</b>	<b>63.5</b>	<b>70</b>

REQUISITO (PESO PONDERALE 12 PUNTI)	PUNTEGGIO MAX	PATHOLAB	DIAPATH
Modalità di stampa	10	10	10
Capacità di carico cassette on board	8	8	8



Velocità di stampa	5 2 0	2	2
Risoluzione di stampa	14 0	14	14
Capacità dei caricatori	5 2 0	5	5
Numero caricatori integrati nella stampante	9 2 0	9	9
Possibilità di offrire differenti tipologie di scarico cassette	9 2 0	9	9
Autonomia di stampa senza interventi di sostituzione di consumabili	1 0	1	1
<b>TOTALE PONDERALE</b>	<b>70</b>	<b>58</b>	<b>58</b>

REQUISITO (PESO PONDERALE 12 PUNTI)	PUNTEGGIO MAX	PATHOLAB	DIAPATH
Autonomia di stampa senza interventi di sostituzione di consumabili	5 2 0	5	5
Capacità di carico vetrini	10 5	10	10
Presenza di almeno due caricatori on board	5 1	5	5
Dimensioni compatte	10	10	10
Tipologia di stampa	5 1	5	5
Velocità di stampa	10 3 0	10	10

Possibilità di stampa vetrini già montati	15	15	15
Possibilità di stampare in sequenza	10	10	10
<b>TOTALE PONDERALE</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>

<b>REQUISITO (PESO PONDERALE 25 PUNTI)</b>	<b>PUNTEGGIO MAX</b>	<b>PATHOLAB</b>	<b>DIAPATH</b>
Velocità media di scansione	20	20	9.23
Possibilità di abbinare l'utilizzo di più dispositivi wireless	15	15	15
Capacità di archiviazione	5	5	4.94
Numero di referenze sul territorio italiano	20 ≥ 15	1.33	20
Unico interlocutore	10	10	10
<b>TOTALE PONDERALE</b>	<b>70</b>	<b>51.30</b>	<b>59.17</b>

<b>REQUISITO (PESO PONDERALE 25 PUNTI)</b>	<b>PUNTEGGIO MAX</b>	<b>PATHOLAB</b>	<b>DIAPATH</b>
Velocità media di scansione	20	20	16.11
Possibilità di abbinare l'utilizzo di più dispositivi wireless	15	15	15
Capacità di archiviazione	5	3.67	5
Numero di referenze sul territorio italiano	20 ≥ 10	2	12
Unico interlocutore	10	10	10
<b>TOTALE PONDERALE</b>	<b>70</b>	<b>50.67</b>	<b>58.11</b>

Diapath S.p.A. Punteggio totale ottenuto 62,88 su massimo 70 punti.

Patholab S.r.l.: punteggio totale ottenuto 57,37 su massimo 70 punti.

**Lotto 7 Ditte partecipanti:**

Menarini Diagnostics S.p.A.

Diapath S.p.a.

REQUISITO	PUNTEGGIO	MENARINI	DIAPATH
I reparti chirurgici dovranno produrre contenitori sottovuoto contenenti i campioni biologici in formalina garantendo al reparto di Anatomia Patologica, per le fasi successive, il riutilizzo dei medesimi al fine di garantire la tracciabilità dei campioni senza ulteriori accettazioni e sino allo smaltimento	2	2	2
La conservazione dei campioni deve anche essere garantita unicamente con l'ausilio del vuoto reale nel rispetto delle linee guida ministeriali senza l'uso di azoto o gas inerti provenienti da bombole sottopressione o linee aggiuntive	5	5	5
Struttura del sistema che renda le operazioni di pulizia semplici ed agevoli, con garanzia riferita alla assenza di formazione di ruggine e che sia facilmente disinfettabile	1	1	1
Dimensioni contenute minimo ingombro degli strumenti	3	3	1.55
I Sistemi dei Blocchi Operatori e della Anatomia Patologica devono garantire due diverse modalità di funzionamento in un unico modulo strumentale:  - "creazione solo del vuoto reale con chiusura automatica del contenitore"  - "immissione automatica di fissativo e creazione del vuoto, con chiusura automatica del contenitore"	3	3	3
Strumenti dotati di sistema filtrante a carbone attivo per rischio chimico ed hepa per il rischio biologico con possibilità di connessione a sistema di estrazione fumi esterno	2	2	2

*Handwritten signature and initials*

REQUISITO	PUNTEGGIO	MENARINI	DIAPATH
Strumenti dotati di sistema di attacco rapido a baionetta per le taniche di formalina tamponata al 10% e chiuse ermeticamente per impedire l'esposizione degli operatori nella fase di carico e scarico del reagente. La fornitura delle taniche con attacco a baionetta deve avvenire con formula "a somministrazione o a consumo"	3	3	3
Sistema di stampa di etichette integrato al sistema per la stampa dei dati inerenti data e ora, User, l'identificativo del campione, il suo peso, lo stato del processo e riempimento, il tipo di fissativo.	2	2	2
Possibilità di determinare automaticamente il volume di formalina da erogare in base al peso del campione ed in base al rapporto peso campione/peso Formalina scelto dagli operatori	2	2	2
Possibilità di stoccare i campioni fissati senza l'utilizzo di formalina (solo vuoto) negli stessi contenitori	7	7	7
Possibilità di sottoporre i campioni ad indagini radiografiche, TAC, RMN manipolandoli ed orientandoli in totale sicurezza.	3	3	3
Utilizzo dello stesso contenitore in tutte le fasi: Raccolta, Fissazione, Stoccaggio e Smaltimento.	2	2	2
Dichiarazioni di conformità secondo le norme EN 61010-1:2001, EN 61010-2-101:2003, EN 61326-1:2007, EN 61326-2-6:2007, secondo le prescrizioni delle direttive 2006/95/EC, 2004/1108/EC e 98/9/EC	1	1	1
Utilizzo fuori cappa (fornire dichiarazione in merito)	1	1	1
Valutazione della progettualità in rispondenza alle linee Guida Ministeriali sulla tracciabilità, raccolta, trasporto, conservazione e archiviazione di cellule e tessuti per indagini diagnostiche in Anatomia Patologica.	6	6	6


REQUISITO	PUNTEGGIO	MENARINI	DIAPATH
Utilizzo di contenitori che permettano il minimo ingombro e la massima sicurezza, per il trasferimento dei campioni e per la gestione, lo stoccaggio degli stessi nei blocchi operatori ed in anatomia patologica con conseguente drastica riduzione dei volumi di smaltimento.	3	3	3
Volume max dei contenitori offerti	8	4.21	8
Programmi che permettano la realizzazione di vuoto reale per campioni Biobanca.	8	8	8
Referenze Scientifiche.	8	0	0
Numero di installazioni effettuate nel territorio nazionale negli ultimi 3 anni	8	0	0
<b>TOTALE</b>		<b>58.21</b>	<b>60.55</b>

Menarini Diagnostics S.p.A.: Punteggio ottenuto: 58.21

Diapath S.p.A. Punteggio ottenuto: 60.55


Del che il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue

Presidente/Esperto Giuridico Dott.ssa Maria Concetta Perna



Componente Esperto Dirigente Medico Titolare Dott. Rosario Tumino

Componente Esperto Dirigente Medico Titolare Dott. Paolo Gasparri



Segretario Collaboratore Amministrativo Prof.le Dott. Antonio Zingali



