



U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Direttore: Dott.ssa Maria Concetta Perna  
e-mail: [direttore.provveditorato@asp.enna.it](mailto:direttore.provveditorato@asp.enna.it)  
pec: [provveditorato@pec.asp.enna.it](mailto:provveditorato@pec.asp.enna.it)

U.O.S. Gare Benii

Responsabile: Dott.ssa Francesca La Paglia  
Te. 0935 520711

e-mail: [francesca.lapaglia@asp.enna.it](mailto:francesca.lapaglia@asp.enna.it)

Punto Istruttore: Sig.ra Pietra Rita David

Te. 0935 520118

e-mail: [pietra.david@asp.enna.it](mailto:pietra.david@asp.enna.it)

Cod. fisc./P.IVA 01151150867

Alle Ditte Interessate

**OGGETTO:** Avviso di consultazione preliminare di mercato per la fornitura di n. 3 frigoriferi per la conservazione di farmaci.

Questa Azienda ha ricevuto dal Direttore del Dipartimento Salute Mentale dell'A.S.P. di Enna la richiesta di acquisto di n. 1 frigorifero di litri 300, n. 1 di litri 30, e dal Responsabile della UOSD Radiologia del P.O. Basilotta di Nicosia n. 1 frigorifero di litri 115 per la conservazione di farmaci con le caratteristiche descritte nell'allegato.

A tal fine si intende condurre consultazione preliminare di mercato per la fornitura sopra descritta, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 36/2023, al fine, poi, di avviare apposita procedura di scelta del contraente, come previsto dalla normativa vigente, per la fornitura di quanto in oggetto.

La presente consultazione preliminare di mercato ha unicamente fini esplorativi, per determinare la disponibilità del bene e il valore di mercato, onde procedere alla determinazione di un prezzo a base d'asta congruo e conseguente idonea procedura di gara.

Si invitano, pertanto, le ditte interessate a volere riscontrare la presente, al seguente seguente indirizzo di posta elettronica: [provveditorato@pec.asp.enna.it](mailto:provveditorato@pec.asp.enna.it), entro le ore 12,00 del giorno 29 ottobre c.a., producendo:

- schede tecniche dei beni offerti;
- prezzo unitario e prezzo complessivo della fornitura;

Distinti saluti.

L'Incaricato dell'Istruttoria

Sig.ra Pietra Rita David

*Pietra Rita David*

Il Direttore  
U.O.C. Servizio Provveditorato  
Dr.ssa Maria Concetta Perna

*Maria Concetta Perna*

## ALLEGATO

### N. 1 FRIGORIFERO PER LA U.O.S. SPDC DEL P.O. UMBERTO I DI ENNA

#### Caratteristiche tecniche

- Capacità 300 litri;
- Struttura esterna in lamiera d'acciaio plastificata di colore bianco;
- Rivestimento interno in materiale plastico antibatterico con spigoli arrotondati per agevole pulizia e sanificazione;
- Doppia porta a vetri reversibile, incernierata a destra, con serratura;
- Luce interna a Led;
- 3 + 2 ripiani griglia regolabili in altezza di cm 44 x 42;
- Temperatura +3°C + 16°C;
- Doppio termometro/termostato digitale con segnalazione allarmi acustico e visivo e memorizzazione;
- Sistema di raffreddamento dinamico con sbrinamento automatico.

### N. 1 FRIGORIFERO PER IL CSM DI PIAZZA ARMERINA – ASP ENNA

#### Caratteristiche tecniche

- Capacità 30 litri;
- Temperatura 3°C / 7°C con allarme a 2°C e 8°C;
- 2 ripiani;
- Display digitale;
- Allarme di bassa e alta temperatura;
- Termostato di sicurezza, ventilato;
- Porta a vetro con serratura;
- Registratore di temperatura a corredo.

### N. 1 FRIGORIFERO PER LA UOSD RADIOLOGIA DEL P.O. BASILOTTA DI NICOSIA

#### Caratteristiche tecniche

- Frigorifero professionale statico porta vetro;
- Struttura interna in lamiera verniciata epossidica bianca;
- Refrigerazione a piastra;
- Luce interna LED;
- Termostato analogico;
- Capacità 115 lt;
- Temperatura +2°/+8°C;
- Sbrinamento a sosta;
- Potenza assorbita Watt 85;
- Max temperatura/umidità ambiente +33°C/60%HR;
- Dimensioni interne 540Lx450Px580Hmm;
- Dimensioni esterne 620Lx543Px700Hmm.