



RDO MEPA n°4969544 “Fornitura di strumentazione divisa in 5 (cinque) lotti, da destinare al Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ASP di Enna, a valere sui fondi del PNC programma “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima.

CHIARIMENTI

Quesito n. 1:

Buongiorno in riferimento al Lotto n.4 siamo gentilmente a richiedere i seguenti chiarimenti:

Per quanto riguarda il Congelatore -80, quanti rack devono essere forniti?

In riferimento al Frigorifero 700 litri:

- Ritenete sufficiente un volume interno netto/utile di 650 litri?
- Ritenete adeguato un range di temperatura regolabile tra 2 e 8 gradi?

Risposta n. 1:

- Congelatore - 80°C: dotato di almeno 10 rack

- Frigorifero 700 litri: sufficiente un volume interno netto/utile (capacità) di almeno 650 litri

- Frigorifero 700 litri: si ritiene adeguato un range di temperatura regolabile tra 2 e 8°C

Quesito n. 2:

Vi preghiamo di volerci comunicare le dimensioni delle Cappe richieste nel Lotto 5

Risposta n. 2:

Dimensioni cappe richieste nel lotto n. 5 e vincolanti solo per lo spazio a disposizione in laboratorio:

cappa chimica dimensioni non superiori a 190x100x270 cm (LxPxh)

Cappa microbiologica dimensioni non superiori a 150x100x250 cm (LxPxh)