



Cod. fisc./P.IVA 01151150867

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE Tel. 0935-520.111

U.O.C. Servizio Provveditorato
direttore.provveditorato@asp.enna.it
provveditorato@pec.asp.enna.it

Incaricato dell'Istruttoria
Dott.ssa Francesca Faraci
Telefono: 0935/520190
francesca.faraci@asp.enna.it

OGGETTO: Consultazione preliminare di mercato per Acquisto n. 3 lampade radianti carrellate per la U.O.C. UTIN/Neonatologia del P.O. Umberto I dell' ASP di Enna.

Questa Azienda ha ricevuto dal Direttore U.O.C. UTIN/Neonatologia del P.O. di Enna la richiesta di n. 3 lampade radianti carrellate di seguito descritte.

Si intende, pertanto, condurre una consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 36/2023, per conoscere se vi siano Operatori Economici disponibili all'espletamento della fornitura in argomento e per predisporre le idonee procedure di gara.

- n.3 LAMPADDE RADIANTI CARRELLATE con le seguenti caratteristiche:
lampada radiante per sub intensiva, ambulatorio ed isolamento. Deve disporre di unità di controllo, integrata con display a led per tutte le impostazioni e monitoraggio. Allarmi acustici e visivi per temperatura cutanea, sensore di temperatura cutanea, controllare bambino, errore sistema, guasto sistema, stato pannello radiante. Deve essere dotata di un doppio sistema di controllo temperatura, sia servo controllata che a controllo manuale. Funzione integrata di termo monitoraggio con sensore cutaneo. L'emissione radiante del pannello deve appartenere allo spettro FIR (Far Infra Red). Deve essere dotata di funzione pre-riscaldamento per accogliere il piccolo paziente in ambiente già caldo. Il pannello radiante deve permettere un ampio range di movimentazione con possibilità di rotazione di almeno 80 gradi in entrambe le direzioni. Deve essere dotata di pannello di controllo con display a led per la visualizzazione di tutti i parametri impostati e/o misurati, temperatura paziente, cronometro APGAR (impostazione avviso acustico: 1,3(opzionale), 5,10 min) e di modulo CPR (intervalli tra avvisi acustici: 30 secondi; tempo d'intervento (secondo indizio); 6 secondi X2 volte) integrati.
La lampada radiante deve essere fornita di sensore di temperatura cutanea giallo, monouso completo di cavo connessione sempre monouso giallo, cavo di alimentazione, carrello con ruote e colonne adatte ad accogliere accessori necessari all'assistenza del neonato come: rianimatore, lampada da visita, mensole porta strumenti ecc. dimensioni compatibili con le radianti già in uso (circa L70 X P 90 X H 180).

R

La presente consultazione preliminare di mercato, condotta ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 36/2023, ha unicamente fini esplorativi, al fine di predisporre gli atti della indicenda procedura e determinare un congruo prezzo a base d'asta.

Si invitano, pertanto, gli Operatori Economici interessati a volere riscontrare la presente, entro le ore 12.00 del giorno 30 gennaio 2025, inviando all'indirizzo provveditorato@pec.asp.enna.it francesca.faraci@asp.enna.it e silvia.scichilone@asp.enna.it la migliore offerta (complessiva e dettagliata) IVA esclusa per quanto in argomento, nonché le relative schede tecniche.

Si resta in attesa di riscontro e si porgono distinti saluti.

L'incaricato dell'istruttoria
Dott.ssa Francesca Faraci



D'ordine del Direttore
U.O.C. Servizio Provveditorato
Dott.ssa Maria Concetta Perna

Il R.U.P.
Collaboratore Amministrativo Prof.le
Dott.ssa Lucia Macaluso

