



Cod. fisc./P.IVA 01151150867

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE Tel. 0935-520.111

U.O.C. Servizio Provveditorato  
[direttore.provveditorato@asp.enna.it](mailto:direttore.provveditorato@asp.enna.it)  
[provveditorato@pec.asp.enna.it](mailto:provveditorato@pec.asp.enna.it)

Incaricato dell'Istruttoria  
Dott.ssa Francesca Faraci  
Telefono: 0935/520190  
[francesca.faraci@asp.enna.it](mailto:francesca.faraci@asp.enna.it)

**OGGETTO: Consultazione preliminare di mercato per acquisto n. 1 elettrobisturi ed accessori dedicati per U.O.S.D. Chirurgia Generale del P.O. Chiello di Piazza Armerina.**

Questa Azienda ha ricevuto dal Responsabile della U.O.S.D. Chirurgia Generale del P.O. Chiello di Piazza Armerina la richiesta di n. 1 elettrobisturi ed accessori dedicati di seguito descritti.

Si intende, pertanto, condurre una consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 36/2023, per conoscere se vi siano Operatori Economici disponibili all'espletamento della fornitura in argomento e per predisporre le idonee procedure di gara.

- n.1 elettrobisturi ed accessori dedicati con le seguenti caratteristiche:
- unità elettrochirurgica ad alta frequenza, per attività in sala operatoria ed ambulatoriale, funzionante in modalità monopolare e bipolare;
- dotato di controllo automatico a microprocessore della potenza erogata;
- dotato delle seguenti modalità operative:
  - taglio puro;
  - taglio miscelato;
  - taglio pulsato;
  - coagulo monopolare standard;
  - coagulo monopolare spray;
  - coagulo pulsato;
  - coagulo bipolare;
- attivazione da manipolo;
- attivazione da pedale mono/bipolare doppio;
- possibilità di regolare la potenza direttamente dal campo sterile mediante qualsiasi manipolo, con comando a pulsanti e con spinotto a tre fili, esistenti sul mercato;
- dotato di almeno 3 porte per strumento monopolare ed 1 per strumento bipolare;
- dotato di connessione per accessorio monopolare con attivazione a pedale che accetta spinotti di diametro compreso tra i 2mm ed 8mm senza necessità di adattatore che potrebbe creare falsi contatti;
- potenza massima erogata in taglio puro non inferiore a 300W;
- potenza massima erogata in coagulo monopolare non inferiore a 120W;
- potenza massima erogata in coagulo bipolare non inferiore a 90W;
- regolazione della potenza con passo 1 Watt;

- ampio display alfanumerico a colori, con visualizzazione chiara e immediata di tutti i parametri di lavoro impostati;
- possibilità di memorizzare i programmi di lavoro con valori di potenze desiderate;
- modalità di funzionamento da selezionare in base alla procedura:  
OPEN: per procedure a cielo aperto  
IMMERSIONE: ottimizza le prestazioni negli interventi in presenza di liquidi (URO, GYN, Artroscopia);  
LAPAROSCOPIA: minimizza il rischio di accoppiamenti capacitivi nelle procedure endoscopiche;
- visualizzazione del livello di potenza impostata;
- sistema di controllo certificato di adattamento della potenza di uscita in base all'impedenza del tessuto;
- segnalazione ottica ed acustica di taglio e coagulo;
- controllo corretta applicazione elettrodo neutro al paziente e con controllo della qualità di contatto con l'uso di elettrodi bipartiti;
- sistemi di sicurezza che garantiscano:  
il contenimento e il controllo delle correnti di dispersioni  
il monitoraggio della continuità del cavo elettrodo neutro e della corretta applicazione ed adesione della piastra neutra con interruzione dell'erogazione in caso di interruzione circuito piastra o guasto  
il monitoraggio e il controllo della potenza emessa in funzione della variazione dell'impedenza paziente
- ergonomia d'uso, con riferimento alla facilità di selezione delle modalità operative;
- sistema di autodiagnosi dei guasti;
- compatibile con sistema per l'aspirazione dei fumi;
- completo di tutti gli accessori necessari al corretto funzionamento del bene tra cui:  
n.1 pedaliera di comando monopolare  
n.1 pedaliera di comando bipolare  
n.1 cavo autoclavabile per elettrodi neutri monouso a due settori  
n.1 carrello.

La presente consultazione preliminare di mercato, condotta ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 36/2023, ha unicamente fini esplorativi, al fine di predisporre gli atti della indicenda procedura e determinare un congruo prezzo a base d'asta.

Si invitano, pertanto, gli Operatori Economici interessati a volere riscontrare la presente, entro le ore 12.00 del giorno 06 febbraio 2025, inviando all'indirizzo [provveditorato@pec.enna.it](mailto:provveditorato@pec.asp.enna.it) e [francesca.faraci@asp.enna.it](mailto:francesca.faraci@asp.enna.it) la migliore offerta (complessiva e dettagliata) IVA esclusa per quanto in argomento, nonché le relative schede tecniche.

Si resta in attesa di riscontro e si porgono distinti saluti.

L'incaricato dell'istruttoria  
Dott.ssa Francesca Faraci



Il Direttore  
U.O.C. Servizio Provveditorato  
Dott.ssa Maria Concetta Perna

