



Cod. fisc./P.IVA 01151150867

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE Tel. 0935-520.111

U.O.C. Servizio Provveditorato
direttore.provveditorato@asp.enna.it
provveditorato@pec.asp.enna.it

Incaricato dell'Istruttoria
Dott.ssa Francesca Faraci
Telefono: 0935/520190
francesca.faraci@asp.enna.it

OGGETTO: Consultazione preliminare di mercato per Acquisto n. 3 carrelli riscaldatori scaldaliquidi per il Blocco Operatorio del P.O. Umberto I di Enna.

Questa Azienda ha ricevuto dal Direttore del Blocco Operatorio del P.O. Umberto I di Enna la richiesta di n. 3 carrelli riscaldatori scaldaliquidi di seguito descritti.

Si intende, pertanto, condurre una consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 36/2023, per conoscere se vi siano Operatori Economici disponibili all'espletamento della fornitura in argomento e per predisporre le idonee procedure di gara.

- n.3 CARRELLI RISCALDATORI SCALDALIQUIDI con le seguenti caratteristiche:
 - dispositivo termoregolato ad aria realizzato interamente in acciaio inox aisi 304 austenitico per garantire la massima igiene, con spigoli interni arrotondati per un facile sanificazione;
 - sistema completo di collettore di scarico per le macro impurità;
 - trattamento di identificazione macro impurità sulla superficie del sistema;
 - funzionamento con circolazione di aria calda, con temperatura di lavoro regolabile da 17° a 90°;
 - capacità di stoccaggio 48 flaconi da 0,5 l.;
 - display con indicazione della temperatura di lavoro;
 - n. 2 cassette con guide in acciaio inox aisi 304 austenitico completamente estraibili, con chiusura automatica di fine corsa;
 - cassette costituiti all'interno da cestelli in filo d'acciaio inox estraibili in modo da essere posizionati in altro dispositivo o potere essere utilizzati in autoclave;
 - allarme sonoro e luminoso e sovratemperatura;
 - allarme sonoro e luminoso per vani aperti;
 - piano di lavoro in acciaio inox dimensioni 640 x 460 mm. Completo di alzatina laterale per garantire il contenimento di liquidi in caso di versamento accidentale;
 - n. 4 paracolpi perimetrali nella parte inferiore e 4 paracolpi perimetrali nella parte superiore del sistema;
 - n. 4 ruote gemellari piroettanti, antistatiche di cui 2 dotate di freno;
 - n. 2 maniglioni in acciaio inox per trasporto, posizionati in ambo i due lati;
 - certificazione CE;
 - dimensioni esterne non superiori a 821 x 621 x 940 mm.

La presente consultazione preliminare di mercato, condotta ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 36/2023, ha unicamente fini esplorativi, al fine di predisporre gli atti della indicenda procedura e determinare un congruo prezzo a base d'asta.

Si invitano, pertanto, gli Operatori Economici interessati a volere riscontrare la presente, entro le ore 12.00 del giorno 05 febbraio 2025, inviando all'indirizzo provveditorato@pec.asp.enna.it e francesca.faraci@asp.enna.it la migliore offerta (complessiva e dettagliata) IVA esclusa per quanto in argomento, nonché le relative schede tecniche.

Si resta in attesa di riscontro e si porgono distinti saluti.

L'incaricato dell'istruttoria
Dott.ssa Francesca Faraci



Il Direttore
U.O.C. Servizio Provveditorato
Dott.ssa Maria Concetta Perna

