


<p><b>REGIONE SICILIANA</b></p>  <p><b>ASP ENNA</b></p> <p><b>AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE</b></p>	<p><b>UOSD Dermatologia</b></p> <p><b>P.O. M. Chiello</b></p> <p><b>Piazza Armerina, C.da Bellia</b></p> <p><b>Responsabile Dr. Francesco Cona</b></p> <p>Telefono : 0935. 981355 /981354</p>
--	---

Al Provveditorato  
ASP ENNA

**Oggetto: Acquisto aspiratore laser BF 9 Set D**

Si fa richiesta del seguente materiale:

Aspiratore fumi BF9 Set D TBH con le seguenti caratteristiche tecniche:

Doppio filtro di protezione  
Braccio d'aspirazione  
Bocchetta a tubo  
Pedale  
Cappa di aspirazione  
Capacità di aspirazione: 20-200 m<sup>3/h</sup>  
Alimentazione 220V-50 Hz  
Pressione statica 14,000 PA  
Potenza 700 VA max  
Dimensioni: 300\*300\*510 mm  
Conformità: RL 2004/108/EG compatibilità elettromagnetiche  
RL 2006/95/EG Direttiva bassa tensione  
RL 2006/42/EG Destinazione d'uso

La seguente richiesta si rende necessaria e urgente in quanto l'aspiratore fornito dalla precedente gara risulta inidoneo e poco performante per un corretto e sicuro utilizzo del Laser CO2 che l'UOSD ha attualmente a disposizione.

Piazza Armerina, 04/02/2025

In attesa di un Vostro riscontro,  
Cordialità  
Responsabile UOSD Dermatologia  
dr. Francesco Cona

  
U.O.S.D.  
DERMATOLOGIA S.M.T.S.  
IL RESPONSABILE  
Dr. Francesco Cona