



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

DETERMINA N. 634 DEL 04 SET 2024

Approvazione procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) e lett. e), D.Lgs. n. 36/2023 RDO n. 4414976 e affidamento alla ditta Ultramed S.r.l. della fornitura di n. 5 carrelli di emergenza completi di defibrillatore e aspiratore portatile da destinare alle UU.OO. dei PP.OO. di Enna e Piazza Armerina. - CIG: B1FCDBF9AF.

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO – U.O.S. GARE BENI

Proposta N. 2236 del 30/08/2024

L'Incaricato dell'Istruttoria
Coadiutore Amministrativo Esperto
Pietra Rita David
Pietra Rita David

Il RUP
Il Responsabile U.O.S. Gare Beni
Dott.ssa Francesca La Paglia

IL DIRETTORE
U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dr.ssa Maria Concetta Perna
Maria Concetta Perna

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente determina.

Autorizzazione n. 25 sub 54 del 02/09/2024 C.E. C.P. 10.10.20501

Il Responsabile del procedimento
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
Maria Concetta Perna

IL DIRETTORE DEL SEFP
IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO E PATRIMONIALE
Dott.ssa N. PILATO

Registro Provvisorio n. _____ del 03/09/2024

IL DIRETTORE DELL' U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

04 SET 2024
L'anno duemilaventiquattro il giorno _____ del mese di _____ nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, a seguito di atto di "Delega al Direttore UOC Servizio Provveditorato" Prot. N°84018 del 02/08/2024, a firma del Direttore Generale Dott. Mario Carmelo Zappia.

VISTO il D.Lgs n. 502/92 s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 5/2009;

VISTA la delibera n. 1 del 22 settembre 2009 con la quale è stato approvato l'atto costitutivo dell'ASP di Enna;

VISTO l'Atto Aziendale approvato in via definitiva con delibera n. 857 del 12/06/2020, parzialmente rettificata con delibera n. 902 del 19/06/2020;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento di questa A.S.P. - Area Amministrativa, adottato con delibera n°829 del 24/10/2016, che stabilisce le attività della U.O.C. Servizio Provveditorato e le competenze conseguentemente attribuite al Responsabile del predetto Servizio;

VISTO l'atto di "Delega al Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato", prot. n. 84018 del 02/08/2024, a firma del Direttore Generale Dr. Mario Carmelo Zappia, che conferma le competenze del Direttore della U.O.C. Servizio Provveditorato, definite nei superiori atti normativi e regolamentari alle quali afferisce l'adozione della presente determina;

PREMESSO

CHE, con nota prot. n. 110548 del 24/10/2024 e nota prot. n. 111339 del 25/10/2023, sulle quali è stato apposto parere favorevole da parte del Direttore Sanitario Aziendale, il Direttore U.O.C. Direzione Medica del P.O. Umberto I di Enna e il Direttore U.O.S.D. Direzione Medica di Presidio del P.O. M. Chiello di Piazza Armerina hanno richiesto, rispettivamente, l'acquisto di n. 3 carrelli di emergenza e n. 2 carrelli di emergenza completi di defibrillatori e aspiratori portatili da destinare a diverse UU.OO dei PP.OO.;

CHE, per i beni da acquistare, non sono in programmazione gare che saranno esperite dall'Ufficio Speciale della "Centrale Unica di Committenza per l'Acquisizione di Beni e Servizi" Regionale, non sono in itinere gare di Bacino ai sensi della Circolare Assessoriale n.225/2010 e dei verbali del 19/06/2020, del 16/07/2020 e seguenti sino ad oggi del Comitato di Bacino Sicilia Orientale e non sono attive convenzioni CONSIP;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.2 della Legge 6 luglio 2012, n.94, "le P.A. sono tenute, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, a fare ricorso al Mercato Elettronico della P.A.";

VERIFICATO che sul Me.PA sono presenti i beni di che trattasi;

RITENUTO che il metodo di acquisizione, che si palesa più confacente alla fattispecie in esame, è la procedura negoziata senza bando, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 1, lett. b), e lett. e), del D.Lgs. 36/2023 e del Regolamento Aziendale per gli acquisti sotto soglia;

VERIFICATO che le caratteristiche tecniche dei beni in argomento sono state fornite dal Direttore U.O.C. Direzione Medica del P.O. Umberto I di Enna e dal Direttore Medico del P.O. M. Chiello di Piazza Armerina;

VISTO lo schema di lettera d'invito e l'allegato "A", nel quale viene riportata la tipologia dei beni da acquistare;

VISTO l'avviso di gara che è stato pubblicato sul sito web aziendale in data 05/06/2024;

DATO ATTO che il Servizio Provveditorato ha indetto sul **Me.PA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione)** apposita procedura negoziata senza bando, tramite l'invio di **una RDO (richiesta di offerta), n°4414976**, invitando tutte le ditte che operano nel territorio italiano nel settore di cui è questione, iscritte al **Me.PA**, ai sensi ^{DELETA} ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 1 lett. b), e lett. e), D.Lgs. 36/2023 e del Regolamento Aziendale per gli acquisti sotto



soglia, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art.108, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023, anche in presenza di una sola offerta valida (art. 69 R.D. n. 827/1924);

CHE, entro il termine ultimo delle ore 12,00 del 20/06/2024, è pervenuta offerta da parte delle seguenti ditte:

- Medical Service
- Medimed S.r.l.
- Techwin S.r.l.
- Ultramed S.r.l

CHE le ditte partecipanti sono state ammesse, essendo regolare la documentazione amministrativa prodotta;

RITENUTO di escludere la ditta partecipante Techwin S.r.l. in quanto nella busta amministrativa ha inserito l'offerta economica dettagliata;

DATO ATTO che, prima di procedere all'apertura dell'offerta economica, la U.O.C. Servizio Provveditorato, ha richiesto idoneo parere di conformità ai Direttori Medici dei PP.OO. Umberto I di Enna e M. Chiello di Piazza Armerina;

VISTO il parere di conformità reso dai Direttori Medici di Presidio di cui al precedente punto, che hanno dichiarato conformi due ditte tra quelle ammesse a partecipare;

VISTO lo schema dell'offerta economica riportato di seguito :

DITTA	OFFERTA ECONOMICA
Ultramed S.r.l.	€ 26.400,00
Medimed S.r.l.	€ 30.900,00

ATTESO:

CHE la ditta aggiudicataria provvisoria ha dichiarato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che il prezzo offerto non è superiore al prezzo praticato ad altre Aziende Sanitarie;

CHE, con comunicazione informatica Me.PA, la U.O.C. Servizio Provveditorato ha richiesto, alla ditta aggiudicataria, di applicare una miglioria sull'importo di aggiudicazione;

CHE la suddetta ditta, con successiva comunicazione informatica Me.PA, ha comunicato di essere disponibile ad applicare uno sconto aggiuntivo sull'importo di aggiudicazione dello 0,3%, pari a € 79,20, e che il prezzo complessivo, così rideterminato, risulta pari a € 26.320,80 oltre IVA 22%.

RITENUTO, pertanto, di dover acquistare dalla ditta :

Ultramed S.r.l. - P. IVA 02732230871 – Via Macello, 27 – 95027 S. Gregorio di Catania - n. 5 carrelli di emergenza completi di defibrillatore e aspiratore portatile, al prezzo complessivo di € 26.320,80 oltre IVA 22%, pari a € 32.111,38 IVA 22% inclusa;

DATO ATTO che la Direzione della U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.3 del D.L. 23 ottobre 1996, come modificato dalla L.20 dicembre 1996 n.639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della Legge 6 novembre 2012 n.190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti della Sezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza del vigente P.I.A.O. (Piano Integrato di Attività e Organizzazione);

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui s'intendono integralmente riportate:

- 1. DI APPROVARE**, gli atti della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, sul MePA RDO n° **4414976**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 1, lett. b), e lett. e), D.Lgs. 36/2023 e del Regolamento Aziendale per gli acquisti sotto soglia, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art.108, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023, anche in presenza di una sola offerta valida (art. 69 R.D. n. 827/1924), per la fornitura di n. 5 carrelli di emergenza completi di defibrillatore e aspiratore portatile per le UU.OO. dei PP.OO. di Enna e Piazza Armerina, al prezzo complessivo di € 32.111,38 IVA 22% inclusa.
- 2. DI PROCEDERE** alla pubblicazione sul sito CONSIP – Me.PA delle risultanze di gara.
- 3. DI AGGIUDICARE**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 1 lett. b), e lett. e), del D. Lgs. 36/2023, la fornitura in argomento alla ditta di seguito indicata:
- Ultramed S.r.l. - P. IVA 02732230871 – Via Macello, 27 – 95027 S. Gregorio di Catania, al prezzo complessivo di € 26.320,80 oltre IVA 22%, pari a € 32.111,38 IVA 22% inclusa.

CONTRATTO N: 564/2024 - CIG: B1FCDBF9AF

- 4. DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di **€. 32.111,38 IVA del 22% inclusa**, relativa alla fornitura dei beni di cui al precedente punto 3, graverà sul conto patrimoniale n. 101020501 "Attrezzature sanitarie e scientifiche" del bilancio corrente e che rientra nei limiti delle somme assegnate dall'Assessorato Regionale della Salute.
- 5. DI ACCANTONARE** gli incentivi per le funzioni tecniche, che per la presente procedura di gara risultano pari a € 385,00 (stanziamento dello 1% sul valore posto a base di gara di € 38.500,00 oltre IVA) destinandoli ad un apposito fondo, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs.36/2023, conto economico n. 516041101 "Accantonamento incentivi funzioni tecniche" del bilancio corrente.
- 6. DI DARE ATTO** che, allo stato, dette somme saranno solo accantonate, mentre la ripartizione di dettaglio agli aventi diritto avverrà, se dovuta, successivamente all'approvazione e secondo le modalità e i criteri previsti dall'emanando Regolamento dall'ASP di Enna.
- 7. DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e della "Linea Guida n. 3 dell'ANAC", il Direttore dell'U.O.C. Servizio Provveditorato ha individuato tra i dipendenti della U.O.C., il gruppo di lavoro per la gestione della procedura di acquisizione, nei termini sottoindicati:
Programmazione della spesa per investimenti: Francesco Nobile;
RUP: Dott.ssa Francesca La Paglia;
Predisposizione e controllo delle procedure, Collaboratori all'attività del RUP e verifica di conformità amministrativa: Francesco Nobile – Pietra Rita David.
- 8. DI DARE ATTO** che il Direttore U.O.C. Direzione Medica del P.O. Umberto I di Enna, nominato D.E.C. al successivo punto 12 ha individuato, con nota prot. n. 92028 del 30/08/2024 tra i dipendenti della stessa struttura, quale Collaboratore all'attività del D.E.C., per la gestione del contratto relativo all'acquisizione in argomento la Dott.ssa Maria Rosa Taranto.
- 9. DI DARE ATTO** che, in seguito all'adozione del presente provvedimento, si procederà alla sottoscrizione, tra le parti, della lettera contratto e alla relativa stipula informatica della RDO.
- 10. DI RICHIEDERE**, alla ditta aggiudicataria, la produzione dei documenti propedeutici alla stipulazione del contratto di fornitura e di comunicare l'avvenuta stipula al Direttore dell'Esecuzione del Contratto di seguito indicato, per i consequenziali adempimenti di competenza.
- 11. DI DARE MANDATO** al Responsabile dei Magazzini Economici Area Sud per il tramite del Magazziniere del P.O. Umberto I di Enna, di provvedere, dopo la ricezione della comunicazione dell'avvenuta stipula contrattuale, all'emissione dell'ordine informatico (NSO) e al ricevimento informatico, nonchè al **Direttore della U.O.C. Amministrativa Area Sud** di provvedere, agli adempimenti propedeutici al collaudo, a cura del Servizio Tecnico, alla inventariazione dei beni, a



cura della U.O.S. Gestione del Patrimonio afferente al SEFP, nonché alla liquidazione delle spettanze, con contestuale trasmissione al SEFP del "fascicolo di liquidazione", debitamente firmato digitalmente, per il pagamento, dietro presentazione di regolare fattura da parte delle ditte individuate per la fornitura in argomento, previa attestazione di regolarità espressa dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto di seguito indicato.

12. DI NOMINARE, ai sensi dell'art.114 del D.Lgs 36/2023, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il Direttore U.O.C. Direzione Medica del P.O. Umberto I di Enna che sarà coadiuvato dal Direttore Medico del P.O. M. Chiello di Piazza Armerina, quale Direttore Operativo, per gli adempimenti connessi alla gestione del contratto in argomento, per la parte di competenza.

13. DI NOTIFICARE il presente provvedimento al Direttore dell'Esecuzione del Contratto e al Direttore Operativo individuati al punto precedente, al Responsabile dei Magazzini Economici Area Sud, al Direttore U.O.C. Amministrativa Area Sud, al Direttore U.O.C. Servizio Tecnico e al Direttore U.O.C. SEFP, per i consequenziali adempimenti di rispettiva competenza.

14. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di procedere in tempi brevi al necessario acquisto, al fine di evitare conseguenze negative sulle attività della Struttura richiedente.

Il Direttore
U.O.C. Servizio Provveditorato
Dr.ssa Maria Concetta Perna

Maria Concetta Perna



Si dichiara che la presente determina è stata trasmessa all'Ufficio Delibere in data _____

L'Incaricato _____

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determina, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio Informatico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n° 30/93 s.m.i., e dell'art.32 della L.n.69 del 18/06/2009

dal 08 SET. 2024 al 22 SET 2024

L'incaricato

PER DELEGA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL DIRIGENTE AMM. VO U.O.C. COORDINAMENTO STAFF

Notificata al Collegio Sindacale il con nota prot. n°.

ESECUTIVITA' DETERMINA

- esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L.R. n° 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n° 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- immediatamente esecutiva dal 04 SET 2024

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO UFFICIO DELIBERE


REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n°. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n°. _____ del _____

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

REGIONE SICILIANA



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA
C.F. 01151150867
www.asp.enna.it

**UOSD Direzione Medica di Presidio P.O.
Chiello**

Contrada Bellia 94015 Piazza Armerina

Direttore Dott.ssa M.Rosaria Politi

Telefono - Fax 0935/981 732 e.mail dirsan.chiello@asp.enna.it

Piazza Armerina, 25/10/2023

alla c.a Direttore UOC Provveditorato

e p.c. Responsabile UOSD Anestesia e Rianimazione

Risk Manager UOS Qualità e Rischio Clinico

Oggetto: richiesta carrelli di emergenza P.O. Chiello

La rimodulazione delle Unità Operative del P.O. Chiello, oltre che l'apertura di nuovi servizi ed attività cliniche, rendono indispensabile, al fine di garantire la sicurezza dei pazienti, il posizionamento di ulteriori DUE carrelli di emergenza rispetto a quelli già dislocati come da procedura aziendale, da assegnare alle seguenti UU.OO:

1. UOSD Dermatologia
2. SIMT

Si chiede pertanto l'acquisto urgente di numero DUE carrelli d'emergenza, corredati per ognuno da:

- ✓ monitor defibrillatore multiparametrico bifasico portatile manuale;
- ✓ aspiratore portatile;
- ✓ bombola di ossigeno gassoso.

Si allega alla presente descrizione con caratteristiche tecniche dei carrelli d'emergenza e delle attrezzature sanitarie a corredo (monitor defibrillatore, aspiratore).

Cordialmente,

Dott. Emanuele Cassarà

Direttore Medico di Presidio

Dott.ssa M.Rosaria Politi

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Emanuele Cassarà



Am

Per ricevuta
Vera
13.05.2024

REGIONE SICILIANA



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

e p.c.

Al Direttore UOC Provveditorato ASP Enna

Al Direttore UOC Anestesia e Rianimazione

Al Risk Manager UOS Qualità e Rischio Clinico

SEDE

OGGETTO: RICHIESTA ACQUISTO NUMERO TRE CARRELLI DI EMERGENZA CORREDATI

La rimodulazione delle Unità Operative occorse nel P.O. Umberto I in questi ultimi anni, oltre l'apertura di nuovi servizi ed attività cliniche, rendono indispensabile, al fine di garantire la sicurezza dei pazienti, il posizionamento di ulteriori tre carrelli di emergenza rispetto a quelli già dislocati come da procedura aziendale, da assegnare alle seguenti UU.OO:

1. Servizio Dialisi
2. Otorinolaringoiatria/Ocullistica
3. Malattie Infettive.

Si chiede pertanto l'acquisto urgente di numero tre carrelli d'emergenza, corredati per ognuno da:

- ✓ monitor defibrillatore multiparametrico bifasico portatile manuale;
- ✓ aspiratore portatile;
- ✓ bombola di ossigeno gassoso.

Si allega alla presente descrizione con caratteristiche tecniche dei carrelli d'emergenza e delle attrezzature sanitarie a corredo (monitor defibrillatore, aspiratore).

Cordiali saluti

[Handwritten signature]
 IL DIRETTORE SANITARIO
 Dott. Emanuele Cassara

Il Direttore dell'UOC Direzione Medica Enna-Leonforte

[Handwritten signature]
 Dott.ssa A. Montalbano

Per 2024
 13.05.2024

[Handwritten signature]

Caratteristiche tecniche carrello emergenza:

Misura modello: Standard

- Dimensioni carrello senza accessori: 82 x 64 x h 100 cm
- Numero di cassette: 4
- Misura cassette (cm):
 - 60 x 48 x h 13 (3)
 - 60 x 48 x h 27 (1)"
- Lastra massaggio cardiaco trasparente
- Asta sostegno flebo;
- Protezione perimetrale integrata
- Ruote Ø 125 mm
- Portarifiuti laterale e portacateteri
- Vassoio per defibrillatore (girevole) 390 x 320 x 20 mm
- Supporto bombola ossigeno sul retro (bombola non inclusa)

Caratteristiche tecniche defibrillatore:

- Ricarica rapida (3 secondi per 200 J, 5 secondi per ricarica 270 J in funzionamento CA o batteria nuova completamente carica);
- Recupero rapido (il recupero dell'ECG in 3 secondi mostra rapidamente il risultato della defibrillazione);
- Potente funzionamento a batteria Capacità elevata (una nuova batteria completamente carica fornisce almeno 70 scariche a 270 J o 150 minuti di monitoraggio continuo);
- Breve tempo di ricarica (2-3 ore per la ricarica completa con cavo CA collegato e spento);
- Display LCD TFT a colori da 6,5 pollici retroilluminato ad alta potenza;
- Analisi avanzata dell'aritmia;
- monitoraggio plug and play;
- Guida operativa su schermo;
- Trasmissione dei dati ECG tramite rete mobile tramite Bluetooth Indicatore di autotest;
- Registratore vocale

Caratteristiche tecniche aspiratore:

- Motore: Pompa a membrana
- Alimentazione: 14V 4A con alimentatore AC/DC (input: 100-240V~ - 50/60Hz - 100VA) in dotazione o alimentazione interna (Batteria al Pb 12V 4A) o con cavetto accendisigari per auto (12V 4A)
- Potenza assorbita: 4 A
- ISO 10079-1 Classificazione: Alto vuoto / Alto flusso
- Aspirazione Max (regolabile): -0.80 bar -80kPa - 600mmHg

N. Min

Regione Siciliana



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ENNA

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

Direttore: Dott.ssa Maria Concetta Perna

e-mail: direttore.provveditorato@asp.enna.it

pec: provveditorato@pec.asp.enna.it

U.O.S. Gare Beni

Responsabile: Dott.ssa Francesca La Paglia

Tel. 0935 520711

e-mail: francesca.lapaglia@asp.enna.it

Punto Istruttore: Sig.ra Pietra Rita David

Te. 0935 520118

e-mail: pietra.david@asp.enna.it

Cod. fisc./P.IVA 01151150867

Web: <http://www.asp.enna.it>

Alle Ditte Interessate

OGGETTO: Richiesta di offerta per la fornitura di n. 5 carrelli di emergenza corredati da monitor defibrillatore bifasico portatile manuale, aspiratore portatile per diverse UU.OO. del P.O. M. Chiello di Piazza Armerina e del P.O. Umberto I di Enna.

Si invita codesta spettabile ditta a far pervenire offerta economica sul ME.PA. per la fornitura di n. 5 carrelli di emergenza per diverse UU.OO. del P.O. M. Chiello di Piazza Armerina e del P.O. Umberto I di Enna, come da allegato "A" accluso alla presente richiesta.

La documentazione per la partecipazione alla gara dovrà essere presentata secondo le modalità di seguito esplicitate.

Nel campo documentazione amministrativa/tecnica dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Dichiarazione di cui agli artt. 94 e 95 del D.L.gs., resa ai sensi del D.P.R. 445/00, comprensiva della dichiarazione di regolarità contributiva con indicazione dei nn.iscrizione INPS e INAIL, sedi e numero dei dipendenti come da allegato (modello B), inserito nella documentazione richiesta;
- Patto d'integrità anticorruzione;
- Dichiarazione ottemperante all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010, come modificato dall'art.7 della L. 12.11.2010 n. 187, e, pertanto di impegnarsi ad indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e di tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto;
- Offerta economica senza prezzi, con indicazione di marca, modello e nome della ditta produttrice;
- CND e repertorio (ove previsto)



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ENNA

- Scheda tecnica dei prodotti offerti, depliant;
- Descrizione garanzia offerta, – durata minima 24 (ventiquattro) mesi su tutti gli inconvenienti, di qualsiasi natura, che si dovessero riscontrare durante il periodo di garanzia con l'obbligo di eliminazioni;

Nel campo offerta economica dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Offerta economica come generata dal sistema con indicazione del prodotto offerto, marca modello e nome della ditta produttrice e il prezzo complessivo per l'intero lotto, IVA esclusa;
- Offerta economica dettagliata come da modello allegato;
- Il prezzo dovrà comprendere: consegna franco magazzino e quant'altro connesso alla fornitura.
- L'aggiudicazione avverrà in favore della ditta che avrà presentato l'offerta più bassa nel rispetto delle caratteristiche tecniche richieste.

Adempimenti successivi all'aggiudicazione:

- La formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà attraverso la stipula del contratto nei modi e nelle forme di legge da registrare solo in caso d'uso;
- deposito cauzionale definitivo pari al 5% dell'importo aggiudicato, ai sensi dell'art. 53, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023;
- **la fornitura dovrà essere eseguita a seguito di esplicito ordine informatico (NSO);**
- **consegna e verifica di conformità entro 20 gg. lavorativi dall'ordine c/o i Magazzini del P.O. Umberto I di Enna e del M. Chiello di Piazza Armerina;**
- **pagamento: entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della fattura che dovrà pervenire dopo il ricevimento e collaudo, con esito positivo, dei beni forniti, le verifiche di Legge delle forniture e gli adempimenti amministrativi;**
 - ▲ Quanto ordinato dovrà essere consegnato entro il termine perentorio di 20 giorni lavorativi dalla data dell'ordine. Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna del bene oggetto del presente contratto. In caso di ritardo, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, applicherà a carico del fornitore una penale nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Le penali non potranno, comunque, superare complessivamente il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

Trascorso questo termine, la mancata consegna della merce, comporterà il passaggio al secondo migliore offerente, con oneri a carico della ditta inadempiente.



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ENNA

- ▲ Successivamente alla consegna i beni saranno sottoposti a collaudo tecnico, alla presenza del Sanitario utilizzatore, di un tecnico incaricato dall'Azienda e dalla Ditta affidataria.
- ▲ Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell'impresa, quali scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati e, perciò influenti nelle forniture e nelle prestazioni di servizi, debbono essere tempestivamente segnalate o documentate.
- ▲ Questa Azienda, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di acquistare i beni nel libero mercato, addebitando gli eventuali maggiori costi al fornitore inadempiente.
- ▲ Il controllo sulla quantità e qualità dei beni forniti spetta al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, anche su segnalazione dell'U.O. utilizzatrice; in ogni caso, la ditta aggiudicataria è tenuta a prestare sui prodotti consegnati idonea garanzia da tutti gli inconvenienti non derivanti da cause di forza maggiore; in caso di merce contestata, in quanto ritenuta non conforme, la ditta è obbligata, a propria cura e spese, al ritiro ed alla sostituzione con materiale conforme entro 2 giorni dalla contestazione.
- ▲ In caso contrario, saranno applicate le penali sopra previste. Il regolare utilizzo delle attrezzature e la dichiarazione di presa in consegna non esonera, comunque, la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.
- ▲ Tutti i beni oggetto della presente gara devono essere coperti da garanzia per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla data del collaudo /accettazione positivo degli stessi.

Azienda può chiedere la risoluzione del contratto:

- a)** in qualunque momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile;
- b)** per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto deliberativo
- c)** in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d)** in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratorie e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- e)** nei casi di cessione e di subappalto non autorizzati dall'Azienda;
- f)** nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- g)** nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti;
- h)** in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione;

Regione Siciliana



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ENNA

- i) in caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'affidataria, l'Azienda ha diritto di incamerare, ove previsto, il deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di essa, anche in danno dell'inadempiente.

Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile, il Direttore Generale potrà, a suo insindacabile giudizio, non stipulare alcun contratto, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o convenienti, sotto il profilo tecnico-economico, i risultati dell'attività negoziale.

E' fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, etc.), che potrà essere attivato senza che le concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento od altro.

E' fatto espresso **divieto di cessione del credito**, fatta salva l'esistenza di carenza di liquidità che non consenta il rispetto dei termini di pagamento.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, in relazione al contratto di cui alla presente procedura, è competente esclusivamente il Foro di Enna.

La Fattura dovrà essere intestata a: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA – VIALE DIAZ, 7/9 – 94100 – ENNA – P.I. 01151150867

Segue allegato "A"

L'Incaricato dell'Istruttoria
Il Coadiutore Amm.vo Esperto
Sig.ra Pietra Rita David

Pietra Rita David

Il Rup
Il Responsabile U.O.S. Gare Beni
Dott.ssa Francesca La Paglia

Francesca La Paglia

Il Direttore
U.O.C. Servizio Provveditorato
Dott.ssa Maria Concetta Perna

Maria Concetta Perna



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ENNA

ALLEGATO "A"

N. 5 CARRELLI DI EMERGENZA CORREDATI DA MONITOR DEFIBRILLATORE BIFASICO PORTATILE MANUALE, ASPIRATORE PORTATILE E BOMBOLA DI OSSIGENO GASSOSO

Q.tà	Caratteristiche tecniche carrello:	<u>DESTINAZIONE</u>
5	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensioni senza accessori: 82x64x100 cm; - N. 4 cassette: di cui n. 3 cm 60x48x13 e n. 1 cm 60x48x27; - Lastra massaggio cardiaco trasparente; - Asta porta flebo; - Protezione perimetrale integrata; - Ruote Ø 125 mm; - Portarifiuti laterale e portacateteri; - Vassoio per defibrillatore girevole 390x320x20mm - Supporto bombola ossigeno sul retro (bombola non inclusa) <p><u>Caratteristiche tecniche defibrillatore:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ricarica rapida (3 secondi per 200 J, 5 secondi per ricarica 270 J in funzionamento CA o batteria nuova completamente carica); - Recupero rapido (il recupero dell'ECG in 3 secondi mostra rapidamente il risultato della defibrillazione); - Potente funzionamento a batteria Capacità elevata (una nuova batteria completamente carica fornisce almeno 70 scariche a 270 J o 150 minuti di monitoraggio continuo); - Breve tempo di ricarica (2-3 ore per la ricarica completa con cavo CA collegato e spento); - Display LCD TFT a colori da 6,5 pollici retroilluminato ad alta potenza; - Analisi avanzata dell'aritmia; - Monitoraggio plug and play; - Guida operativa su schermo; - Trasmissione dei dati ECG tramite rete mobile Bluetooth Indicatore di autotest; - Registratore vocale. 	<p>U.O.S. Servizio Trasfusionale P.O. M. Chiello - Piazza Armerina</p> <p>U.O.S.D. Dermatologia P.O. M. Chiello - Piazza Armerina</p> <p>UU.OO.CC. Otorinolaringoiatria/Oc ulistica P.O. Umberto I - Enna</p> <p>U.O.C Malattie Infettive P.O. Umberto I - Enna</p> <p>U.O.S.D. Nefrologia P.O. Umberto I - Enna</p>

Handwritten signature

Man

Regione Siciliana




AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

E N N A

<p>Bluetooth Indicatore di autotest; - Registratore vocale. Caratteristiche tecniche aspiratore: - Motore: Pompa a membrana; - Alimentazione: 14V 4V con alimentatore AC/DC (input: 100-240V – 50/60Hz – 100VA) -Potenza assorbita: 4 A; - ISO 10079-1 Classificazione: Alto vuoto / Alto flusso; - Aspirazione Max (regolabile): -0.80 bar -80kPa - 600mmHg</p>	
---	--

IMPORTO A BASE D'ASTA: € 38.500,00 OLTRE IVA



Tipologia di Rdo: Rdo Semplici

Richiesta di offerta per la fornitura di n. 5 carrelli di emergenza corredati da monitor defibrillatore bifasico portatile manuale, aspiratore portatile per diverse UU.OO. del P.O. M. Chiello di Piazza Armerina e del P.O. Umberto I di Enna.

Dati Principali

Numero RDO

4414976

Criterio di aggiudicazione

Minor Prezzo

Numero Lotti

1

Nome RDO

Richiesta di offerta per la fornitura di n. 5 carrelli di emergenza corredati da

Tipologia di procedura

Altro

Tipologia di contratto

Appalto di forniture

Bandi istitutivi di riferimento

Beni

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete




Ruoli e Autorizzazioni

Responsabile del procedimentoPIETRA RITA DAVID
DVDPRR59T43C342K**Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti**


MARIA CONCETTA PERNA PRNMCN60T46H792A

Stazione AppaltanteAMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE
SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI ENNA**Ente Committente**AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE DEL S.S.N. > AZIENDE
SANITARIE LOCALI E PROVINCIALI > AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI ENNA




Date


Pubblicazione

 05/06/2024 11:23

Inizio presentazione offerte

 05/06/2024 11:23


Termine ultimo presentazione offerte

 20/06/2024 12:00

Termine ultimo richiesta chiarimenti

 11/06/2024 12:00

Data limite stipula contratto

 04/12/2024 00:00

Giorni dopo la stipula per consegna

20



Dettaglio

Lotto 1**Criterio Aggiudicazione**

Minor Prezzo

CIG

B1FCDBF9AF

CUP

-

Buste

2

CPV**Identificativo**

33192000-2

Descrizione

Mobili per uso medico

CategoriaArredi da laboratorio, sanitari e post
Mortem**Fornitura**

100

Formulazione offerta economica

VALORE ECONOMICO

Decimali Offerta

2

Importo oggetto di offerta

Importo base d'asta

Importo base d'asta

€ 38.500,00


Termini di pagamento

60 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Dati consegna e fatturazione

Fatturazione: VIALE DIAZ, 7/9 ENNA (ENNA); Consegna: Magazzini richiedenti; Aliquote: secondo la normativa vigente

Sum



Dettaglio Buste

Ordine di apertura

1°

3°


Lotto 1



Codice	Nome Busta	Fase	Anonima
Lotto 1 - 1° Busta	AMMINISTRATIVA	Amministrativa	No
Lotto 1 - 3° Busta	ECONOMICA	Economica	No



Documentazione di Gara



Autodichiarazione.odt

30.2 Kb

Autodichiarazione

Lettera di Invito.pdf

3238.8 Kb

Lettera di Invito

Lettera di Invito.pdf


3238.8 Kb

Lettera di Invito

OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA.doc

19.5 Kb

Offerta economica dettagliata



TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI.pdf

74.1 Kb

Tracciabilità dei flussi finanziari

patto di integrita DETERMINE.doc

45.0 Kb

Patto di Integrità

MODELLO OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA

RDO N. 4414976

Relativa alla richiesta di offerta per la fornitura "RDO N. 4414976. Richiesta di Offerta per la fornitura di n.5 carrelli di emergenza , corredati da monitor defibrillatore bifasico manuale, aspiratore portatile per diverse UU.OO. del P.O. M. Chiello di Piazza Armerina e del P.O. Umberto I di Enna. Rif. Vs. Prot. n. U.0061091 del 05.06.2024 CIG: B1FCDBF9AF Base d'asta € 38.500,00 + Iva"

Dichiarazione Sostitutiva
(ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n°445 e s.m.i.)

Spett.le
Azienda Sanitaria Provinciale di Enna
Viale Diaz n. 7/9
94100 - Enna (EN)

C.A. UOC Servizio Provveditorato

San Gregorio, 05/08/2024

Ns. Nota Prot. n. 86/24/VEN REV 01

OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA
CON MIGLIORIA DEL 05.08.2024

Il sottoscritto Alfio Gangemi, nato a San Gregorio di Catania (CT) il 20/07/60 e residente a Valverde (CT) in via Casalrosato n.13, codice fiscale GNGLFA60L20H940S, in qualità di Amministratore Unico e Legale rappresentante della Ultramed S.r.l. Società a Socio Unico, con sede in San Gregorio di Catania (CT) - Via Macello n.27, tel. 095/7211335, fax. 095/7211711, codice fiscale e partita IVA n° 02732230871, pec: ultramedsrl@pec.it ; mail: info@ultramedsrl.it dell'ufficio gare, con la presente sottopone la quotazione per la fornitura del materiale sotto indicato e dichiara, ai sensi dell'art. 46 e dell'art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nella consapevolezza del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate, ai sensi dell'art.76 del citato D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti:

- A) che il prezzo complessivo della fornitura offerto, pari ad € 26.400,00 (Euro Ventiseimilaquattrocento/00) € 26.320,80 (Euro Ventiseimilatrecentoventi/80) è, nel dettaglio composto dalle seguenti voci:




Ultramed S.r.l.
Società a Socio Unico
Alfio Gangemi
(Amministratore Unico)




francehospital

Cod. Fisc. e Partita IVA 02732230871 - C.C.I.A.A. n.180609 - Reg. Impr. CT n. 24962
Iscrizione RAEE C.C.I.A.A. di Catania: IT10040000006667
Azienda Certificata ISO 9001




Descrizione/ Codice Prodotto / CND E REPERTORIO	Prezzo Unitario Offerto Iva Esclusa 22%	Quantità	Prezzo Complessivo Offerto Iva Esclusa 22%
<p>CARRELLO EMERGENZA A 4 CASSETTI IN PLASTICA CON LASTRA CARDIO MASSAGGIO FRONTALE MODELLO PERSOLIFE 600 COD. PL60C4 PROD. FRANCEHOPITAL. CND: N.A. RDM: N.A.</p> <p>PERSOLIFE CARRELLO EMERGENZA - CASSETTI 600 MM Struttura autoportante assemblata con montanti in alluminio estruso anodizzato e pareti termoformate in tecnopolimero color arancione. Vano frontale per l'alloggiamento di cassette, 9 moduli. Cassetti in plastica ABS 610x470 mm, stampati ad iniezione di robustissima costruzione; maniglia su tutta la lunghezza frontale, completa di ampio porta etichetta con vetrino di protezione e placchetta colorata intercambiabile (9 colori disponibili): rosso, verde, giallo, blu, viola, grigio, arancione, rosa e bianco. I cassetti poggiano su un telaio che incorporano le guide; guide ad estrazione totale e con rientro automatico; portata 45 Kg a cassetto. Versione a 4 cassetti: - 3 cassetti h. 156 mm - 1 cassetto h. 236 mm Chiusura centralizzata di tutti i cassetti con sigillo numerato in plastica, monouso - 100 sigilli in dotazione. Piano di lavoro in plastica ABS in termoformatura, con tre bordi rialzati h. 48 mm e bordo anteriore anti- sgocciolamento. Maniglia di spinta integrata su tre lati. Piano laterale estraibile Parte superiore: - Asta flebo in acciaio inox AISI304 regolabile in altezza, con due ganci - Piano porta defibrillatore girevole a 360° e bloccabile nella posizione, con supporto in acciaio inox, piatto in metalcrlato ampliabile e cinghie di fissaggio Frontalmente - Lastra per massaggio cardiaco trasparente Fianco sinistro: - 2 contenitori con apertura a ribalta - vano porta pompo di aspirazione, regolabile in profondità Fianco destro: - cestino porta rifiuti, estraibile, capacità ca. 10 litri Schiena:</p>	<p>€ 1.300,00 (Euro Milletrecento/00)</p> <p>€ 1.296,10 (Euro Milleduecentonovan tasei/10)</p>	<p>05</p>	<p>€ 6.500,00 (Euro Seimila- cinquecento/00)</p> <p>€ 6.480,50 (Euro Seimilaquattro- centottanta/50)</p>


Ultramed S.r.l.
 Società a Socio Unico
 Alfio Gangemi
 (Amministratore Unico)



GE Healthcare



Roche
Diagnostics



francehopital

Cod. Fisc. e Partita IVA 02732230871 - C.C.I.A.A. n.180609 - Reg. Impr. CT n. 24962
 Iscrizione RAEE C.C.I.A.A. di Catania: IT10040000006667
 Azienda Certificata ISO 9001



- porta cateteri/sonde con doppia apertura per le diverse lunghezze e vano porta-oggetti, entrambi con parete frontale amovibile per una facile pulizia;
- alloggio per bombola d'ossigeno da 3 a 7 litri con cinghie di fissaggio.
Fondo in plastica ABS in termoformatura e supportato da un telaio in acciaio, dotato di paracolpi perimetrale.
4 ruote Ø 150 mm, piroettanti, a doppio cuscinetto a sfera, di cui 2 con freno e 2 antistatiche.
Dim. mm 855x594x1010 h

Conforme alle Normative previste
Completo di ogni materiale per il corretto, sicuro e normale funzionamento.

Per maggiori informazioni consultare Documentazione Tecnica Allegata.

MONITOR-DEFIBRILLATORE MULTIPARAMETRICO BIFASICO PORTATILE MANUALE MODELLO CARDIOLIFE COD. TEC-5621NI PROD. NIHON-KOHDEN CND: Z12030599 RDM: 1217060/R
Defibrillazione manuale con analisi FV continua e comandi vocali

- Onda di defibrillazione ActiBiphasic
- Energia selezionabile fino a 270J
- Protocolli DAE con scariche incrementali, preselezionabili. (DAE opzionale NON INCLUSO)
- Modalità DAE pediatrica attivabile con tasto diretto (DAE opzionale NON INCLUSO)
- Carica a 200J in meno di 4 secondi (a rete e/o batteria)
- In modalità DAE, da spento, solo 8 secondi per erogare la scarica (DAE opzionale NON INCLUSO)
- Ripristino a video del tracciato ECG entro 3 secondi dall'erogazione scarica
- Tono sincronismo per RCP
- Rapida operatività con sequenza 1-2-3, ottimizzata da specifica "Control Dial" per accensione e contemporanea selezione energia
- Cardioversione sincronizzata
- Ampio display TFT LCD a colori da 6.5" ad alta luminanza, quattro tracce, funzione "zoom" valori numerici
- Piastre standard adulto/pediatriche con controllo impedenza (TEC-5621/31)
- Filtro elettrobisturi per sala operatoria
- Allarmi regolabili su tutti i parametri rilevati, analisi aritmie completa, barra luminosa identificazione allarmi integrata

€ 3.660,00
(Euro
Tremilaseicento-
sessanta/00)

05

€ 18.300,00
(Euro Diciottomila-
trecento/00)

€ 3.649,02
(Euro
Tremilaseicento-
quarantanove/02)


€ 18.245,10
(Euro
Diciottomiladuecento
quarantacinque/10)



Ultramed s.r.l.
Società a Socio Unico
Alfio Sangemini
(Amministratore Unico)

Bem

3



- Guida operativa help on screen
 - Mark somministrazione farmaci con 5 nomi di farmaco inseribili
 - Registratore a due canali integrato
 - Peso dai 5,7 ai 6,9 kg in funzione della configurazione compresa la batteria
 - Autonomia batteria di min. 100 scariche a 270J o minimo 3 ore monitoraggio
 - Alimentatore e carica batteria integrati
 - Ricarica al 100% di una batteria scarica in meno di 3 ore
 - Memorizzazione e stampa fino a 1.000 eventi tra cui rapporti defibrillazione, rapporti analisi FV, tracciati ECG su allarme o tramite mark, lista eventi, trend grafici fino a 24 ore su tutti i parametri, liste numeriche periodiche su tutti i parametri
 - Visualizzazione a video di tutti i dati memorizzati
 - Microfono integrato per registrazione audio ambientale (richiede opzione SD , INCLUSA NEL PREZZO)
 - Condensatore con struttura a celle per escludere guasti totali dello stesso
 - Esecuzione automatica giornaliera e mensile di test. Self test all'accensione e spegnimento. Indicatore di stato paramagnetico (verde/rosso). Test semiautomatico attivabile dall'operatore
 - Efficace sistema di rilevazione della autonomia effettiva della batteria
 - Test diagnostici di sistema batteria e registratore
 - Idoneo anche per utilizzo extra ospedaliero: temperatura operativa da -5 a 45° C, protezione contro ingresso solidi e liquidi IP44
- Analisi aritmie completa (Asistolia, FV, TV, serie VPC, Tachicardia, Bradicardia, Coppia, VPC precoce, Bigeminismo, VPC frequenti) Cod. QS-831V INCLUSA NEL PREZZO
- Modulo Bluetooth per trasmissione dati a PC Cod. QJ-832V, INCLUSO NEL PREZZO



Ciascun defibrillatore Completo di:

- come da richiesta di gara (consultare configurazione offerta)
- n.1 Batteria ricaricabile cod. X065
 - n.1 Cavo Ecg a tre elettrodi cod. K922 con set a tre elettrodi cod. K911
 - n.1 Coppia Piattelli riutilizzabili/standard adulti/pediatrici
 - n.1 Cavo alimentazione
 - n.1 Cf di carta RQS50-3 (A128), pennino pulizia registratore.
 - n.1 Analisi aritmie completa (Asistolia, FV, TV, serie VPC, Tachicardia, Bradicardia, Coppia, VPC precoce, Bigeminismo,

Sum

4


Ultramed S.r.l.
Società a Socio Unico
Alfio Gangemi
(Amm. Unico)



Cod. Fisc. e Partita IVA 02732230871 - C.C.I.A.A. n.180609 - Reg. Impr. CT n. 24962
Iscrizione RAEE C.C.I.A.A. di Catania: IT10040000006667
Azienda Certificata ISO 9001



<p>VPC frequenti) Cod. QS-831V -n.1 Modulo BlueTooth per trasmissione dati a PC Cod. QI-832V -n.1 SD CARD per registrazione suoni esterni e memorizzazione report dati. Trasferimento dati su PC con software dedicato Cod. E/SDCARD</p> <p>Opzioni disponibili (non incluse nel prezzo):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rilevazione SpO2 ,CO2 con capONE e NIBP • Defibrillazione interna • DAE (per la modalità DAE e/o stimolazione è necessario acquistare separatamente il cavo K342B JC-865V). <p>OPZIONALI (NON INCLUSI NEL PREZZO, MA ORDINABILI SU RICHIESTA):</p> <p>-Coppia piattelli/piastre monouso pre-collegabili per defibrillazione adulti e pediatrica Cod. H329 - Cavo adattatore per DAE, defibrillazione manuale a mani libere e stimolazione + Tester per cavo adattatore DAE (Tipo NK, connettore ARANCIONE) [K342B (JC-865V) + Y206A (AX-250V)] Cod. E/K342B-KIT -Molte altre opzioni disponibili.</p> <p>Manuale d'uso in lingua italiana. Conforme alle Normative previste Completo di ogni materiale per il corretto, sicuro e normale funzionamento. Per maggiori informazioni consultare Documentazione Tecnica Allegata.</p>			
<p>ASPIRATORE PORTATILE CON VASO GRADUATO CAPACITA' 1 LITRO, RIUTILIZZABILE E STERILIZZABILE MOD. ASKIR 36BR COD. 410200/03 PROD. CA-MI CND: Z120105 RDM: 1103871/R Ciascun Aspiratore Completo come da richiesta di gara</p> <p>Aspiratore portatile funzionante sia tramite allacciamento alla presa di rete fissa 14V -4A con alimentatore AC/DC (input 100-240V - 50-60Hz - 100VA) ed in grado di funzionare autonomamente con batteria interna ricaricabile Pb (12V - 4A) con autonomia di 60 minuti e tempo di ricarica batteria di 240 min . Potenza assorbita: 4 A Motore: Pompa a pistone a secco ISO 10079-1 Classificazione: Alto Vuoto / Basso Flusso Aspirazione max (regolabile) : 0.80bar -80kPa -600mmHg -Dotato di vaso di capacità 1000ml autoclavabile in PC con valvola</p>	<p>€ 320,00 (Euro Trecentoventi/00</p> <p>€ 319,04 (Euro Trecento- diciannove/04)</p>	<p>05</p>	<p>€ 1.600,00 (Euro Milleseicento/00)</p> <p>€ 1.595,20 (Euro Millecinquecento- novantacinque/20)</p> <p>Ultramid S.r.l. Società a Socio Unico Aldo Gangemi (Amministratore Unico)</p>

pm

5





95027 SAN GREGORIO DI CATANIA - Via Macello, 27 - Tel. 095 7211335 - 095 7211929 - Fax 095 7211711 - E-mail: info@ultramedsrl.it - pec: ultramedsrl@pec.it
 90128 PALERMO - Via San Raffaele Arcangelo, 10 - Tel. 091 6164158 / 091 6230641


di troppo pieno.
 Vuotometro e regolatore di vuoto.
 Tubi in silicone Autoclavabili e Connettore conico
 Filtro antibatterico ed Idrofobico
 Alimentatore Universale
 Cavo per auto 12V
 Flusso d'aria Libero/Potenza di aspirazione 36 litri/minuto
 Peso di 4.39 Kg.
 Dimensioni: cm 35x21x18
 Marchio CE
 Manuale Uso

*Manuale d'uso in lingua italiana.
 Conforme alle Normative previste
 Completo di ogni materiale per il corretto, sicuro e normale funzionamento.
**Per maggiori informazioni consultare Documentazione
 Tecnica Allegata.***

N. P.

6

<p align="center">Prezzo Unitario Singola Stazione Mobile di Emergenza (Carrello completo di Defibrillatore e di Aspiratore) Iva Esclusa 22%</p>	<p align="center">€ 5.280,00 (Euro Cinquemila- duecentottanta/00)</p> <p align="center">€ 5.264,16 (Euro Cinquemiladuecento- sessantaquattro/16)</p>
<p>Totale Complessivo Offerta (N.5 Stazione Mobile di Emergenza) Iva Esclusa 22%</p>	<p align="center">€ 26.400,00 (Euro Ventiseimila- quattrocento/00)</p> <p align="center">€ 26.320,80 (Euro Ventiseimila- trecentoventi/80)</p>
<p>Percentuale di Ribasso praticata sull'importo, complessivo ed omnicomprendivo, posto a base d'asta di 38.500,00 oltre Iva 22%</p>	<p align="center">31,43% (Trentunovirgola- quarantatrepercento)</p> <p align="center">31,64% (Trentunovirgolasessantaqua- ttropercento)</p>



Cod. Fisc. e Partita IVA 02732230871 - C.C.I.A.A. n.180609 - Reg. Impr. CT n. 24962
 Iscrizione RAEE C.C.I.A.A. tl Catania: IT1004000006667
 Azienda Certificata ISO 9001



- Il prezzo complessivo offerto e' comprensivo di ogni onere e spesa connessa all'esecuzione della fornitura, con la sola esclusione dell'Iva.
- Validità offerta come da richiesta di gara
- Pagamento: Bonifico entro 60 (sessanta) gg. dalla data di ricezione della fattura, dopo il ricevimento del collaudo con esito positivo, come da documenti di gara
- Iva 22% a Vs. carico
- Le attrezzature sono Conformi alle Normative previste
- Le attrezzature saranno consegnate con Manuale d'uso in lingua italiana.
- Garanzia 24 mesi full-risk, decorrenti dalla data di installazione e collaudo, inclusiva di riparazione e/o sostituzione in permuta, incluso cause accidentali, purchè non derivanti da dolo da parte dell'Amministrazione. Consultare Documento "Garanzia, Assistenza Tecnica e manutenzione Full Risk".
- Consegna ed installazione entro 20 (venti) giorni lavorativi dall'emissione dell'ordine informatico (NSO) c/o inseriti in ordine, come richiesto dai documenti di gara
- Collaudo a Ns. carico, nelle modalità di gara e tempistica di gara
- Imballo, Trasporto, scarico, consegna al piano, montaggio, installazione, collaudo a Ns. Carico, come richiesto dai documenti di gara
- Costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, compresi nell'offerta: € 464,00 (Euro Quattrocentosessantaquattro/00)
- Costi della manodopera, compresi in offerta: € 1.065,00 (Euro Millezerosessantacinque/00)

Inoltre:

B) Che i prezzi unitari offerti con la presente non sono superiori a quelli da noi praticati per analoghe forniture effettuate presso altre Aziende Sanitarie e/o Enti Pubblici come di seguito specificato:

- ASP RAGUSA (ANNO 2022) ASPIRATORE AKIR36BR COD. 410200/03 € 370,00 + IVA (prezzo unitario)
- PAPARDO (ANNO 2021) ASPIRATORE AKIR36BR COD. 410200/03 € 320,00 + IVA (prezzo unitario)

C) Di non aver effettuato forniture uguali a quelle quotate con Ns. Preventivo Prot. n. 86.24.VEN del 19.04.2024 per la presente procedura, a parità inoltre di configurazione e condizioni, alle altre Aziende Sanitarie per il Territorio di Nostra competenza (Sicilia) per i seguenti codici: CARRELLO EMERGENZA CODICE PL60C4 e DEFIBRILLATORE COD. TEC-5621NI CON IDENTICA CONFIGURAZIONE OFFERTA.

Infine si dichiara che per tale Procedura di Gara è stato praticato il miglior prezzo possibile che allo stato attuale risulta essere congruo, allineato e remunerativo per il Vs. Spett. Ente.

San Gregorio di Catania (CT), 19/06/2024 - 05.08.2024

In fede




Ultramed S.r.l.
Società a Socio Unico
Milo Gangemi
(Amministratore Unico)

Distinti saluti
ULTRAMED SRL – Società a Socio Unico
L'Amministratore



Ultramed S.r.l.
Società a Socio Unico
Milo Gangemi
(Amministratore Unico)

San Gregorio
di Catania (CT)
05/08/2024





Offerta Economica relativa a

Descrizione Richiesta di offerta per la fornitura di n. 5 carrelli di emergenza corredati da monitor defibrillatore bifasico portatile manuale, aspiratore portatile per diverse UU.OO. del P.O. M. Chiello di Piazza
RdO nr. 4414976
Numero lotto 1
Armerina e del P.O. Umberto I di Enna.

Amministrazione titolare del procedimento

Nome ente AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA
Ufficio Settore Provveditorato - Provveditorato
Codice Fiscale 01151150867 **Codice univoco ufficio IPA** 0113C8
Indirizzo sede Viale diaz n.7
Città Enna
Recapito telefonico 0935520705
Email DIRETTORE.PROVVEDITORATO@ASP.ENNA.IT
Punto Ordinante MARIA CONCETTA PERNA

Concorrente

Forma di partecipazione

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione

ULTRAMED S.R.L. - SOCIETA' A SOCIO UNICO

Partita IVA


02732230871

Tipologia societaria

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)



Nome	Valore
Valore offerto	26400,00

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE